

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101350397/23/AM

ELECTROCATÈTERS PER A ABLACIÓ, DIAGNÒSTIC I
TRACTAMENT. INTRODUCTORS I ACCESSORIS PER A
ELECTROCATÈTERS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	6
2. Requeriments obligatoris	6
2.1. Normativa aplicable	6
2.2. Especificacions tècniques generals	6
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	6
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	7
3. Com presentar la oferta	7
3.1. Oferta tècnica	7
3.2. Model d'oferta tècnica	7
3.3. Presentació de mostres	9
3.4. Documentació confidencial.....	10
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	10
4.1. Prevenció de riscos laborals	10
4.2. Formació.....	10
4.3. Manual d'usuari.....	11
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	11
4.4.1. Condicions de subministrament.....	11
4.4.2. Garantia de subministrament	11
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	11
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	13
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	13
4.4.3. Sistema EDI.....	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	16
4.5.1. Embalatges.....	16
4.5.2. L'albarà.....	17
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	17
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	18

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 18
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 20

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'Electrocatèters per ablació, diagnòstic i tractament. Introductors i accessoris per a electrocatèters per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Aquest expedient es per codi agrupador.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama del codi agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per referència/gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

No s'admeten ofertes variants.

No és obligatori presentar oferta a tots i cadascun dels codis agrupadors, és a dir, es pot licitar per a qualsevol codi agrupador (**Veure apartat 2.3 Requisits addicionals obligatoris**, d'aquest Plec)

1.2.1. Adjudicació a un únic proveïdor

- S'adjudicarà a l'oferta més avantatjosa (adjudicació a un únic proveïdor) els següents codis agrupadors:

LOT 001 - Codis 999302200, 999302631, 999302780, 999302781, 999302783, 999302784.

LOT 004 - Codis 999302202, 999302203 i 999302779

LOT 005 - Codi 999302177 i 999302280

LOT 009 - Codi 999302180 i 999302210

LOT 011 - Codi 999302790

1.2.2. Adjudicació a varis proveïdors

La variabilitat dels processos els quals es destinen aquest tipus de material, fa que sigui necessari posar a disposició dels professionals sanitaris varies opcions, que els permeti seleccionar el més adequat per cadascun dels pacients, segons els seus criteris clínics.

D'acord amb la clàusula 10.1 del plec de clàusules administratives particulars, es podrà adjudicar a l'acord marc:

- **Un màxim de dues ofertes validades tècnica i econòmicament, les més avantatjoses, per els codis agrupadors següents:**

LOT 001 - Codis 999302198, 999302199, 999302201, 999302205, 999302216, 999302778, 999302782

LOT 002 - Codis 999302196, 999302197, 999302258 i 999302787

LOT 005 - Codis 999302208, 999302209

LOT 007 - Codi 999302176

LOT 008 - Codi 999302178, 999302788, 999302789 i 999302792

- **Un màxim de tres ofertes validades tècnica i econòmicament, les més avantatjoses, per els codis agrupadors següents:**

LOT 001 - Codi 999302174

LOT 002 - Codi 999302173, 999302215

LOT 003 - Codi 999301352, 999302181

LOT 006 - Codi 999300118, 999302175

LOT 008 - Codi 999302217

LOT 010 - Codi 999302206, 999302207

Serà d'aplicació els requisits addicionals obligatoris de l'apartat 2.3 d'aquest Plec, les ofertes presentades als codis agrupadors següents:

Lot 004 - Codi agrupador 999302202 i 999302203

Lot 012 - Codi agrupador 999301444, 999302234 i 999302236

Lot 013 - Codi Agrupador 999302801

Lot 014 - Codi agrupador 999302793 i 999302802

Lot 015 - Codis agrupadors 999302239, 999302804 i 999302806

Lot 016 - Codi agrupador 999302238, 999302803, 999302809, 999302810 i 999302811

Els posteriors contractes derivats es formalitzaran inicialment de forma lineal entre les empreses adjudicatàries en funció del consum total estimat de cada codi agrupador, i s'aniran ajustant en funció de les necessitats reals de cada centre peticionari.

Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites, respectivament, en les clàusules 10 i 11 del present plec.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)
- Norma UNE-EN ISO 13485: 2016 (Sistema de Gestió de la Qualitat de productes sanitaris) o ISO-9001 - 2015 (Sistemas de gestión de la calidad)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Lot 004 – Catèters de crioablació. Les ofertes presentades als codis agrupadors 999302202 i 999302203, han de presentar obligatòriament oferta al Lot 014 – Cables per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús: codis agrupadors 999302793 i 999302802.

Totes les ofertes presentades als codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic que necessitin tenir associat un introductor/beina, un cable d'un sol ús, pegat i/o un equip d'infusió que sigui específic per tal de realitzar el procediment/tècnica, també hauran de presentar oferta obligatòriament, al codi agrupador que correspongui del lot d'aquest material:

Lot 012 – Introductor per a electrocatèters (Codis 999301444, 999302234 i 999302236)

Lot 013 – Cables un sol ús (Codi 999302801)

Lot 015 – Pegats per a localització catèter (Codis 999302239, 999302804 i 999302806)

Lot 016 – Equips de bomba d'irrigació (Codi 999302238, 999302803, 999302809, 999302810 i 999302811)

Respecte a aquests codis agrupadors (Codis 999301444, 999302234 i 999302236 del lot 012, Codi 999302801 del lot 013, Codis 999302239, 999302804 i 999302806 del lot 015 i 999302238, 999302803, 999302809, 999302810 i 999302811 del lot 16, necessaris per tal de dur a terme el procediment, tècnicament es comprovarà l'adequació del material ofert i en cas de ser un material apte, serà adjudicat als mateixos proveïdors que s'adjudiqui el codi agrupador d'Electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic associats.

Les bombes d'irrigació han de ser compatibles amb la seva font d'ablació.

Es requereix obligatori el suport tècnic durant les intervencions d'urgència en menys de 24 h.

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisit i/o no presentin la documentació que els acredita, el material quedarà desestimat tècnicament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

En aquest expedient no hi ha Sobre 2, per tant la documentació s'ha de presentar al Sobre 2Bis.

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: **Excel Licitació 1101350397_2bis**
- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

ANNEX D3 Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor: presentar la documentació necessària per valorar els criteris de judici de valor dels lots a presentar oferta.

ANNEX D3.1 Fitxa resum amb els codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i diagnòstic que necessitin tenir associat accessoris com introductor/beina, equip d'infusió, pegat i/o cable específics per tal de realitzar el procediment i/o tècnica.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Els marcats CE es podran presentar en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes.

En cas que es requereixin mostres, la sol·licitud d'aquestes es realitzarà per correu electrònic a l'adreça assignada pel licitador en el DEUC. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud/correu electrònic i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un

nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als

adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura

Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu

planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor
ANNEX D3_1 - Fitxa resum codis agrupadors vinculats a introductors i/o accessoris.
ANNEX E - Presentació de mostres

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101350397/23/AM

**ELECTROCATÈTERS PER A ABLACIÓ,
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT.
INTRODUCTORS I ACCESSORIS PER
A ELECTROCATÈTERS**

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101350397/23/AM

Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció	Nombre d'adjudicataris	Condicció codi agrupador
001	Catèter d'ablació irrigats	999302174	A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	3	Totes les ofertes presentades als codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic que necessitin tenir associat un introductor/beina, un equip d'infusió, un pegat i/o un cable que sigui específic per tal de realitzar el procediment/tècnica, també hauran de presentar oferta obligatòriament, al codi agrupador que pertorqui del lot d' Introductors/beina, cables, pegats i/o equips d'infusió que correspongui Lot 12 Introductors d'electrocatèters 999301444 999302234 999302236 Lot 13 Cables un sol ús 999302801 Lot 14 Cables per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús 999302793 999302802 Lot 15 Pegats per a localització catèter 999302239 999302804 999302806 Lot 16 Equips de bomba d'irrigació 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811 Aquests codis seràn adjudicats al mateix nombre de proveïdors que s'adjudiqui el codi agrupador d'Electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic vinculat
		999302198	A - Catèters d'ablació irrigats unidireccional/bidireccional amb camp magnètic, gradient d'impedància i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302199	A - Catèters d'ablació irrigats unidireccional/bidireccional, amb camp magnètic i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302200	A - Catèters d'ablació irrigats amb detecció de la força de contacte, sense camp magnètic, amb diferents corbes, vàries mides	1	
		999302201	A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per camp magnètic, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302205	A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per gradient d'impedància, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302216	A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, bidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302631	A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexos/taquicàrdies ventriculars, per ultrasons (IVUS), reprocessament, compatible amb sistema navegació, diferents diàmetres i longituds	1	
		999302778	A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexos/taquicàrdies ventriculars, per ultrasons (IVUS), reprocessament, sense sistema navegació, diferents diàmetres i mides	2	
		999302780	A - Catèter d'ablació irrigat dirigible d'alta potència amb camp magnètic, detecció de força de contacte, amb microelectrodes a la punta, compatible amb navegador, vàries corbes i vàries mides	1	
		999302781	A - Catèter d'ablació irrigat amb baló de diàmetre variable, per radiofreqüència, dirigible, amb multielectrode, camp magnètic. Compatible amb navegador, vàries corbes i vàries mides	1	
		999302782	A - Equip d'ablació irrigat per electroporació (PFA) i/o radiofreqüència, catèter i pegats compatibles amb sistema de navegació, vàries mides	2	
		999302783	A - Catèter d'ablació irrigat unidireccional/bidireccional amb camp magnètic, gradient d'impedància, punta flexible i detecció de força de contacte, vàries corbes i mides	1	
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302173	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, unidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	3	
		999302196	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 8 mm i/o 10mm, unidireccional i/o bidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302197	A - Catèters d'ablació no irrigats pediàtrics, convencionals punta de 4mm, unidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302215	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, bidireccional, amb diferents corbes, vàries mides	3	
		999302258	A - Altres catèters d'ablació no irrigats compatible amb navegador, amb diferents corbes, vàries mides	2	
		999302787	A - Equip d'ablació no irrigat focal per electroporació (PFA) i/o radiofreqüència, catèter i cable connexió, vàries mides	2	
003	Catèter de tractament i de diagnòstic estimulació temporal	999301352	A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, amb baló, vàries mides	3	
		999302181	A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, sense baló, vàries mides	3	

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101350397/23/AM

Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció	Nombre d'adjudicataris	Condicció codi agrupador
004	Catèter de crioablació	999302202	A - Catèter de crioablació focal, amb diferents corbes, varies mides	1	Totes les ofertes presentades als codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic que necessitin tenir associat un introductor/beina, un equip d'infusió, un pegat i/o un cable que sigui específic per tal de realitzar el procediment/tècnica, també hauran de presentar oferta obligatòriament, al codi agrupador que pertorqui del lot d' Introductors/beina, cables, pegats i/o equips d'infusió que correspongui Lot 12 Introductors d'electrocatèters 999301444 999302234 999302236 Lot 13 Cables un sol ús 999302801 Lot 14 Cables per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús 999302793 999302802 Lot 15 Pegats per a localització catèter 999302239 999302804 999302806 Lot 16 Equips de bomba d'irrigació 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811 Aquests codis seràn adjudicats al mateix nombre de proveïdors que s'adjudiqui el codi agrupador d'Electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic vinculat
		999302203	A - Catèters de crioablació amb baló, amb diferents corbes, varies mides	1	
		999302779	A - Equip per a crioablació cardíaca, diferents corbes, varies mides	1	
005	Catèter diagnòstic Circular	999302177	A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 8-10 elèctrodes, amb diferents corbes, varies mides	1	
		999302208	A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, amb sistema de navegació per camp magnètic i/o sistema d'impedància, amb diferents corbes, varies mides	2	
		999302209	A - Catèter diagnòstic circular per crioablació, amb diferents corbes, varies mides	2	
		999302280	A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, sense sistema de navegació per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides	1	
006	Catèter diagnòstic Decapolar	999300118	A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible, compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides	3	
		999302175	A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible, sense navegador amb diferents corbes, varies mides	3	
007	Catèter diagnòstic Duodecapolar	999302176	A - Catèters diagnòstics duodecapolars dirigibles, amb diferents corbes, varies mides	2	
008	Catèter diagnòstic Multipolar	999302178	A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric, compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides	2	
		999302217	A - Catèter diagnòstic multielectrode, de mapeig, amb baló i sense baló, compatible amb navegador, varies mides	3	
		999302788	A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric, amb 8 braços, específic de navegador, per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides	2	
		999302789	A - Catèter diagnòstic multielectrode longitudinal de petit diàmetre per mapeig intravascular, varies mides	2	
		999302792	A - Catèter diagnòstic multielectrode d'alta precisió amb 64 elèctrodes tipus cistella amb diàmetre variable, compatible amb navegador, varies mides	2	
009	Catèter diagnòstic Pediàtrics	999302180	A - Catèters diagnòstics pediàtrics tetrapolar, amb diferents corbes, varies mides	1	
		999302210	A - Catèters diagnòstics pediàtrics decapolar, amb diferents corbes, varies mides	1	
010	Catèter diagnòstic Tetrapolar	999302206	A - Catèters diagnòstic tetrapolar no dirigible, varies mides	3	
		999302207	A - Catèters diagnòstic tetrapolar dirigible, varies mides	3	
011	Equip transeptal percutani de radiofreqüència (RF)	999302790	A - Equip transeptal percutani de radiofreqüència monopolar amb dilatador/agulla transeptal, agulla guia, cable EGM i cable per a bisturi elèctric. Compatible amb beina dirigible. varies mides	1	
012	Introductor per a electrocatèters	999301444	A - Equip introductor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals sense elèctrodes a la punta, varies mides		
		999302234	A - Introductor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals amb elèctrodes a la punta, varies mides		
		999302236	A - Introductors dirigibles per a crioablació, varies mides		
013	Cables un sol ús	999302801	A - Cables/connectors per a electrocatèters de diagnòstic i/o ablació cardíaca convencionals un sol ús, varies mides		

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101350397/23/AM

Lot	Descripció lot	Codi agrupador	Descripció	Nombre d'adjudicataris	Condicció codi agrupador
014	Cables per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	999302793	A - Cables/connectors criogènics per a subministrament de refrigerant sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	Totes les ofertes presentades als codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic que necessitin tenir associat un introductor/beina, un equip d'infusió, un pegat i/o un cable que sigui específic per tal de realitzar el procediment/tècnica, també hauran de presentar oferta obligatòriament, al codi agrupador que pertorqui del lot d'Introdactors/beina, cables, pegats i/o equips d'infusió que correspongui Lot 12 Introdactors d'electrocatèters 999301444 999302234 999302236 Lot 13 Cables un sol ús 999302801 Lot 14 Cables per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús 999302793 999302802 Lot 15 Pegats per a localització catèter 999302239 999302804 999302806 Lot 16 Equips de bomba d'irrigació 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811 Aquests codis seràn adjudicats al mateix nombre de proveïdors que s'adjudiqui el codi agrupador d'Electrocatèters d'ablació i/o diagnòstic vinculat	A - Cables/connectors elèctrics per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús
		999302802	A - Cables/connectors elèctrics per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús		
015	Pegats per a localització catèter	999302239	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Carto 3 equivalent		
		999302804	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació EnSite equivalent		
		999302806	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Rhythmia equivalent		
016	Equips de bomba d'irrigació	999302238	A - Equips per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema CoolFlow o equivalent		
		999302803	A - Equips per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Diamant Temp o equivalent		
		999302809	A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Qiona o equivalent		
		999302810	A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema SmartAblate o equivalent		
		999302811	A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Cool Point o equivalent		

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 10	MATERIAL: 999300118
Descripció llarga:				
A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible,compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides				
Descripció tècnica:				
A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible,compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides				
SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 20	MATERIAL: 999301352
Descripció llarga:				
A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, amb baló, varies mides				
Descripció tècnica:				
A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, amb baló, varies mides				
SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 30	MATERIAL: 999301444
Descripció llarga:				
A - Equip introductor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals sense elèctrodes a la punta,vàr ies mides				
Descripció tècnica:				
A - Equip introductor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals sense elèctrodes a la punta,vàries mides				
SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 40	MATERIAL: 999302173
Descripció llarga:				
A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides				
Descripció tècnica:				
A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides				
SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 50	MATERIAL: 999302174
Descripció llarga:				
A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides				
Descripció tècnica:				
A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides				
SOL.COMANDA: 1101350397			POSICIÓ: 60	MATERIAL: 999302175
Descripció llarga:				
A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible,sense navegador amb diferents corbes, varies mides				

Descripció tècnica:

A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible,sense navegador amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397

POSICIÓ: 70

MATERIAL: 999302176

Descripció llarga:

A - Catèters diagnòstics duodecapolars dirigibles, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters diagnòstics duodecapolars dirigibles, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397

POSICIÓ: 80

MATERIAL: 999302177

Descripció llarga:

A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 8-10 elèctrodes, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 8-10 elèctrodes, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397

POSICIÓ: 90

MATERIAL: 999302178

Descripció llarga:

A - Catèter diagnòstic multielèctrode no esfèric,compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter diagnòstic multielèctrode no esfèric,compatible amb sistema navegador, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397

POSICIÓ: 100

MATERIAL: 999302180

Descripció llarga:

A - Catèters diagnòstics pediàtrics tetrapolar, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters diagnòstics pediàtrics tetrapolar, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397

POSICIÓ: 110

MATERIAL: 999302181

Descripció llarga:

A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, sense baló,varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar sense baló, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999302196

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 8 mm i/o 10mm, unidireccional i/o bidireccional, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 8 mm i/o 10mm, unidireccional i/o bidireccional, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999302197

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació no irrigats pediàtrics, convencionals punta de 4mm , unidireccional, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació no irrigats, convencionals pediàtrics, punta de 4mm, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999302198

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació irrigats unidireccional/bidireccional amb camp magnètic, gradient d'impedància i detecció de força de contacte e, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació irrigats unidireccional/bidireccional amb camp magnètic, gradient d'impedància i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999302199

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació irrigats unidireccionals/bidireccionals, amb camp magnètic i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació irrigats unidireccionals/bidireccionals, amb camp magnètic i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999302200

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació irrigats amb detecció de la força de contacte, sense camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació irrigats amb detecció de la força de contacte, sense camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999302201

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999302202

Descripció llarga:

A - Catèter de crioblació focal, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter de crioblació focal, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999302203

Descripció llarga:

A - Catèters de crioblació amb baló, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters de crioblació amb baló, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999302205

Descripció llarga:

A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per gradient d'impedància, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per gradient d'impedància, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999302206

Descripció llarga:

A - Catèters diagnòstic tetrapolar no dirigible, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèters diagnòstic tetrapolar no dirigible, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 999302207
Descripció llarga:	A - Catèters diagnòstic tetrapolar dirigible, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Catèters diagnòstic tetrapolar dirigible, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 999302208
Descripció llarga:	A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, amb sistema de navegació per camp magnètic i/o sistema d'i mpedància, amb diferents corbes, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, amb sistema de navegació per camp magnètic i/o sistema d'impedància, amb diferents corbes, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 999302209
Descripció llarga:	A - Catèter diagnòstic circular per crioblació, amb diferents corbes, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Catèter diagnòstic circular per crioblació, amb diferents corbes, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 999302210
Descripció llarga:	A - Catèters diagnòstics pediàtrics decapolar, amb diferents corbes, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Catèters diagnòstics pediàtrics decapolar, amb diferents corbes, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 999302215
Descripció llarga:	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 999302216
Descripció llarga:	A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides	

Descripció tècnica:			A - Catèters d'ablació convencionals, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides
SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999302217			
Descripció llarga:			A - Catèter diagnòstic multielèctrode, de mapeig, amb baló i sense baló ,compatible amb navegador, varies mides
Descripció tècnica:			A - Catèter diagnòstic multielèctrode, de mapeig, amb baló i sense baló, compatible amb navegador, varies mides
SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999302234			
Descripció llarga:			A # Introducitor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals amb elèctrodes a la punta,vàries mide s
Descripció tècnica:			A # Introducitor dirigible bidireccional per a catèters de diagnòstic i d'ablació convencionals amb elèctrodes a la punta,vàries mides
SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999302236			
Descripció llarga:			A - Introductors dirigibles per a crioablació, varies mides
Descripció tècnica:			A - Introductors dirigibles per a crioablació, varies mides
SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999302238			
Descripció llarga:			A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema CoolFlow o equivalent
Descripció tècnica:			A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema CoolFlow o equivalent
SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999302239			
Descripció llarga:			A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Carto 3 equivalent
Descripció tècnica:			A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Carto 3 equivalent

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999302258

Descripció llarga:

A - Altres catèters d'ablació no irrigats compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Altres catèters d'ablació no irrigats compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999302280

Descripció llarga:

A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, sense sistema de navegació per camp magnètic, amb diferent s corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 elèctrodes, sense sistema de navegació per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999302631

Descripció llarga:

A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reproce ssament , compatible amb sistema navegació,diferents diàmetres i longituds

Descripció tècnica:

A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reprocessament, compatible amb sistema navegació,diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999302778

Descripció llarga:

A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reproce ssament, sense sistema navegació,diferents diàmetres i mides

Descripció tècnica:

A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reproce ssament, sense sistema navegació,diferents diàmetres i mides

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999302779

Descripció llarga:

A - Equip per a crioblació cardíaca,diferents corbes, varies mides

Descripció tècnica:

A - Equip per a crioblació cardíaca,diferents corbes, varies mides

SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 999302780
Descripció llarga: A - Catèter d'ablació irrigat dirigit amb alta potència amb camp magnètic ,detecció de força de contacte,amb microelectrodes a la punta,compatible amb navegador,vàries corbes i varies mides		
Descripció tècnica: A - Catèter d'ablació irrigat dirigit amb alta potència amb camp magnètic,detecció de força de contacte,amb microelectrodes a la punta,compatible amb navegador,vàries corbes i varies mides		
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 999302781
Descripció llarga: A - Catèter d'ablació irrigat amb baló de diàmetre variable,per radiofreqüència,dirigit, amb multielectrode, camp magnètic .Compatible amb navegador,vàries corbes i varies mides		
Descripció tècnica: A - Catèter d'ablació irrigat amb baló de diàmetre variable,per radiofreqüència(RFK),dirigit, amb multielectrode, camp magnètic .Compatible amb navegador,vàries corbes i varies mides		
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 999302782
Descripció llarga: A- Equip d'ablació irrigat per electroporació(PFA) i /o radiofreqüència ,catèter i pegats compatibles amb sistema de navegació,vàries mides		
Descripció tècnica: A- Equip d'ablació irrigat per electroporació(PFA) i /o radiofreqüència,catèter i pegats compatibles amb sistema de navegació,vàries mides		
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 999302783
Descripció llarga: A - Catèter d'ablació irrigat unidireccional/bidireccional amb camp magnètic,gradient d'impedància, punta flexible i detecció de força de contacte,vàries corbes i mides		
Descripció tècnica: A - Catèter d'ablació irrigat unidireccional/bidireccional amb camp magnètic,gradient d'impedància i punta flexible i detecció de força de contacte,vàries corbes i mides		
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 999302784
Descripció llarga: A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional i/o bidireccional, punta de diamant,amb diferents corbes, varies mides		
Descripció tècnica: A- Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional i/o bidireccional, punta de diamant,amb diferents corbes, varies mides		

SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 999302787
Descripció llarga:	A - Equip d'ablació no irrigat focal per electroporació(PFA) i /o radiofreqüència,catèter i cable connexió,vàries mides	
Descripció tècnica:	A - Equip d'ablació no irrigat focal per electroporació(PFA) i /o radiofreqüència,catèter i cable connexió,vàries mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 999302788
Descripció llarga:	A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric,amb 8 braços, específic de navegador, per camp magnètic, amb diferents corbes, vâri es mides	
Descripció tècnica:	A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric,amb 8 braços, específic de navegador, per camp magnètic, amb diferents corbes, vâri es mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 999302789
Descripció llarga:	A - Catèter diagnòstic multielectrode longitudinal de petit diâmetre per mapeig intravascular,vàries mides	
Descripció tècnica:	A - Catèter diagnòstic multielectrode longitudinal de petit diâmetre per mapeig intravascular,vàries mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 999302790
Descripció llarga:	A - Equip transseptal percutani de radiofreqüència monopolar amb dilatador/agulla transseptal,agulla guia,cable EGM i cable per a bi sturi elèctric.Compatible amb beina dirigible. vâries mides	
Descripció tècnica:	A - Equip transseptal percutani de radiofreqüència monopolar amb dilatador/agulla transseptal,agulla guia,cable EGM i cable per a bisturi elèctric.Compatible amb beina dirigible	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 999302792
Descripció llarga:	A - Catèter diagnòstic multielectrode d'alta precisió amb 64 elèctrodes tipus cistella amb diâmetre variable,compatible amb navegado r, vâries mides	
Descripció tècnica:	A - Catèter diagnòstic multielectrode d'alta precisió amb 64 elèctrodes tipus cistella amb diâmetre variable,compatible amb navegado r, vâries mides	

SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 999302793
Descripció llarga:	A - Cables/connectors criogènic per a subministrament de refrigerant sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	
Descripció tècnica:	A - Cables/connectors criogènic per a subministrament de refrigerant sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 999302801
Descripció llarga:	A - Cables/connectors per a electrocatèters de diagnòstic i/o ablació cardíaca convencionals un sol ús, varies mides	
Descripció tècnica:	A - Cables/connectors per a electrocatèters de diagnòstic i/o ablació cardíaca convencionals un sol ús, varies mides	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 999302802
Descripció llarga:	A - Cables/connectors elèctrics per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	
Descripció tècnica:	A - Cables/connectors elèctrics per a sistema de crioablació cardíaca, un sol ús	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 999302803
Descripció llarga:	A - Equips per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Diamant Temp o equivalent	
Descripció tècnica:	A - Equips per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Diamant Temp o equivalent	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 999302804
Descripció llarga:	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació EnSite equivalent	
Descripció tècnica:	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació EnSite equivalent	
SOL.COMANDA: 1101350397	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 999302806
Descripció llarga:	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Rhythmia equivalent	
Descripció tècnica:	A - Pegats per a localització d'electrocatèters per ablació cardíaca compatible amb sistema de navegació Rhythmia equivalent	

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999302809

Descripció llarga:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Qiona o equivalent

Descripció tècnica:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Qiona o equivalent

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999302810

Descripció llarga:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema SmartAblate o equivalent

Descripció tècnica:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema SmartAblate o equivalent

SOL.COMANDA: 1101350397 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999302811

Descripció llarga:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Cool Point o equivalent

Descripció tècnica:

A - Equip per a bomba d'irrigació per ablació cardíaca compatible amb sistema Cool Point o equivalent

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101350397_2Bis

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir l' Excel Licitació 1101350397_2Bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de CODI AGRUPADOR, només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
CS/CC00/1101350397/23/AM	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTROCATÈTERS PER A ABLACIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. INTRODUCTORS I ACCESSORIS PER A ELECTROCATÈTERS
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
LOT	
Tipus oferta	
Codi SAP	
Codi Agrupador	
Dades del licitador	
Identificació de l'empresa	
NIF	Nom
Fabricant	
(SI / NO)	
Distribuidor	
(SI / NO)	
Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Dades del producte específic	Envasat del material ofertat *
Marca comercial/Model	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *
* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció breu del producte	
Imatge de la referència	
Descripció ampliada del producte	
Logo de l'empresa	
Dades d'acreditacions	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
(S/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient							
CS/CC00/1101350397/23/AM		SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'ELECTROCATÈTERS PER A ABLACIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT. INTRODUCTORS I ACCESSORIS PER A ELECTROCATÈTERS							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
Codi SAP									
Codi Agrupador									
LOT		Tipus oferta							
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	
								(SI / NO)	
Dades del producte específic									
Especificacions tècniques de la referència ofertada									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *							
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció ampliada del producte									

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa UNE-EN ISO 13485: 2016 UNE-EN ISO9001:2015 (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació (JUDICI DE VALOR)

ANNEX D3_FITXA CRITERIS ADICIONALS JUDICI DE VALOR

CS/CC00/1101350397/23/AM - Electrocateters per a ablació, diagnòstic i tractament. Introductors i accessoris per a electrocatèters

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor. Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

Desglossament 1

- Lot 001 – Catèters d'ablació irrigats
- Lot 002 - Catèters d'ablació no irrigats
- Lot 004 – Catèters de crioablació
- Lot 005 – Catèters diagnòstic circular
- Lot 006 – Catèters diagnòstic decapolar
- Lot 007 – Catèters diagnòstic duodecapolar
- Lot 008 – Catèters diagnòstic multipolar
- Lot 009 – Catèters diagnòstic Pediàtrics
- Lot 010 – Catèters diagnòstic tetrapolar
- Lot 011 – Equip transseptal percutani de radiofreqüència (RF)

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La navegabilitat i/o facilitat d'introducció - sistema d'avançament de l'electrocatèter, es a dir la facilitat d'arribar al seu lloc	Desglossament 1 LOTS 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011
Estabilitat de l'electrocatèter, es a dir la capacitat de mantenir l'estructura.	
L'ergonomia del mànec o adaptabilitat als perfils dels diferents operadors.	

Desglossament 2

Lot 03 – Catèters de tractament i de diagnòstic d'estimulació temporal

CRITERIS JUDICI DE VALOR	
La navegabilitat i/o facilitat d'introducció - sistema d'avançament de l'electrocatèter, es a dir la facilitat d'arribar al seu lloc	Desglossament 2 LOTS 003
Estabilitat de l'electrocatèter, es a dir la capacitat de mantenir l'estructura.	

ANNEX D3_1

Fitxa-Resum (codis agrupadors d'electrocatèters d'ablació i diagnòstic associats amb Introductors i/o accessoris per tal de realitzar el procediment i/o tècnica)

Identificació de l'empresa

NOM
NIF

CS/CC00/1101350397/23/AM
Subministrament agregat d'Electrocateters per a ablació, diagnòstic i tractament.
Introductors i accessoris per a electrocateters

Lots 001, 002 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 i 010

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI AGRUPADOR	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999301444 999302234 999302236	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302801 999302802	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302793 999302804 999302806	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE
001	Catèter d'ablació irrigats	999302174	A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302198	A - Catèters d'ablació unidireccional/bidireccional amb camp magnètic, gradient d'impedància i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302199	A - Catèters d'ablació irrigats unidireccionals/bidireccionals,amb camp magnètic i detecció de força de contacte, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302200	A - Catèters d'ablació irrigats amb detecció de la força de contacte, sense camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302201	A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302205	A - Catèters d'ablació irrigats per sistema de navegació, sense detecció de força de contacte, per gradient d'impedància, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302216	A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302631	A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reprocessament,compatible amb sistema navegació,diferents diàmetres i longituds								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302778	A - Catèter/sonda ECOGRAFIA INTRACARDÍAC per ablacions de substrats complexes/taquicàrdies ventriculars,per ultrasons (IVUS),reprocessament, sense sistema navegació,diferents diàmetres i mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302780	A - Catèter d'ablació irrigat dirigible d'alta potència amb camp magnètic,detecció de força de contacte,amb microelectrodes a la punta,compatible amb navegador,varies corbes i varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302781	A - Catèter d'ablació irrigat amb baló de diàmetre variable,per radiofreqüència,dirigible, amb multieléctrode, camp magnètic .Compatible amb navegador,varies corbes i varies mides								
001	Catèter d'ablació irrigats	999302782	A - Equip d'ablació irrigat per electroporació(PFA) i/o radiofreqüència,catèter i pegats compatibles amb sistema de navegació,varies mides								

Identificació de l'empresa

NOM
NIF

CS/CC00/1101350397/23/AM
Subministrament agregat d'Electrocateters per a ablació, diagnòstic i tractament.
Introductors i accessoris per a electrocateters

Lots 001, 002 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 i 010

DADES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE CADA PRODUCTE CODIS AGRUPADORS PER ASSOCIAR (Deixar en blanc si l'electrocateter ofertat no va vinculat a cap codi agrupador d'introductors i/o accessoris: cables, pegats, equips bomba irrigació)														
				LOT 012 INTRODUCTORS DE CATÈTERS		LOT 013 CABLES UN SOL ÚS		LOT 014 CABLES PER A SISTEMA DE CRIOABLACIÓ CARDÍACA, UN SOL ÚS		LOT 015 PEGATS PER A LOCALITZACIÓ DEL CATÈTER		LOT 016 EQUIPS BOMBA IRRIGACIÓ		
LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI AGRUPADOR	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999301444 999302234 999302236	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302801	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302793 999302802	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302239 999302804 999302806	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	
001	Catèter d'ablació irrigats		DESCRIPCIÓ CODI AGRUPADOR											
001	Catèter d'ablació irrigats	999302783		A - Catèter d'ablació unidireccional/bidireccional amb camp magnètic,gradient d'impedància, punta flexible i detecció de força de contacte,vàries corbes i mides										
001	Catèter d'ablació irrigats	999302784		A - Catèters d'ablació irrigats convencionals, unidireccional i/o bidireccionals, punta de diamant,amb diferents corbes, varies mides										
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302173		A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, unidireccional, amb diferents corbes, varies mides										
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302196		A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 8 mm i/o 10mm, unidireccional i/o bidireccional, amb diferents corbes, varies mides										
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302197	A - Catèters d'ablació no irrigats pediàtrics,convencionals punta de 4mm,unidireccional,amb diferents corbes, varies mides											
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302215	A - Catèters d'ablació no irrigats convencionals 4 mm, bidireccional, amb diferents corbes, varies mides											
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302258	A - Altres catèters d'ablació no irrigats compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides											
002	Catèter d'ablació no irrigats	999302787	A- Equip d'ablació no irrigat focal per electroporació(PFA) i /o radiofreqüència,catèter i cable connexió,vàries mides											
003	Catèter de tractament i de diagnòstic estimulació temporal	999301352	A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, amb baló, varies mides											
003	Catèter de tractament i de diagnòstic estimulació temporal	999302181	A - Catèter temporal, d'estimulació, bipolar, sense baló,vàries mides											
004	Catèter de crioablació	999302202	A - Catèter de crioablació focal, amb diferents corbes, varies mides											
004	Catèter de crioablació	999302203	A - Catèters de crioablació amb baló, amb diferents corbes, varies mides											
004	Catèter de crioablació	999302779	A - Equip per a crioablació cardíaca,diferents corbes, varies mides											

Identificació de l'empresa

NOM
NIF

CS/CC00/1101350397/23/AM
Subministrament agregat d'Electrocateters per a ablació, diagnòstic i tractament.
Introductors i accessoris per a electrocatèters

Lots 001, 002 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 i 010

DADES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE CADA PRODUCTE CODIS AGRUPADORS PER ASSOCIAR (Deixar en blanc si l'electrocàter ofertat no va vinculat a cap codi agrupador d'introduïctors i/o accessoris: cables, pegats, equips bomba irrigació)													
				LOT 012 INTRODUCTORS DE CATÈTERS		LOT 013 CABLES UN SOL ÚS		LOT 014 CABLES PER A SISTEMA DE CRIOABLACIÓ CARDÍACA, UN SOL ÚS		LOT 015 PEGATS PER A LOCALITZACIÓ DEL CATÈTER		LOT 016 EQUIPS BOMBA IRRIGACIÓ	
LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ CODI AGRUPADOR	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999301444 999302234 999302236	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302801	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302793 999302802	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302239 999302804 999302806	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE	INDICAR EL CODI AGRUPADOR A ASSOCIAR: 999302238 999302803 999302809 999302810 999302811	INDICAR REFERÈNCIA DEL PRODUCTE
005	Catèter diagnòstic Circular		A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 8-10 electrodos, amb diferents corbes, varies mides										
005	Catèter diagnòstic Circular		A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 electrodos, amb sistema de navegació per camp magnètic i/o sistema d'impedància, amb diferents corbes, varies mides										
005	Catèter diagnòstic Circular		A - Catèter diagnòstic circular per crioablació, amb diferents corbes, varies mides										
005	Catèter diagnòstic Circular		A - Catèter diagnòstic circular de mapeig de v.pulmonar de 20 electrodos, sense sistema de navegació per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides										
006	Catèter diagnòstic Decapolar		A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible, compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides										
006	Catèter diagnòstic Decapolar		A - Catèters diagnòstic decapolar dirigible, sense navegador amb diferents corbes, varies mides										
007	Catèter diagnòstic Duodecapolar		A - Catèters diagnòstics duodecapolars dirigibles, amb diferents corbes, varies mides										
008	Catèter diagnòstic Multipolar		A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric, compatible amb navegador, amb diferents corbes, varies mides										
008	Catèter diagnòstic Multipolar		A - Catèter diagnòstic multielectrode, de mapeig, amb baló i sense baló, compatible amb navegador, varies mides										
008	Catèter diagnòstic Multipolar		A - Catèter diagnòstic multielectrode no esfèric, amb 8 braços, específic de navegador, per camp magnètic, amb diferents corbes, varies mides										
008	Catèter diagnòstic Multipolar		A - Catèter diagnòstic multielectrode longitudinal de petit diàmetre per mapeig intravascular, varies mides										
008	Catèter diagnòstic Multipolar		A - Catèter diagnòstic multielectrode d'alta precisió amb 64 electrodos tipus cistella amb diàmetre variable, compatible amb navegador, varies mides										
009	Catèter diagnòstic Pediatrics		A - Catèters diagnòstics pediàtrics tetrapolar, amb diferents corbes, varies mides										
009	Catèter diagnòstic Pediatrics		A - Catèters diagnòstics pediàtrics decapolar, amb diferents corbes, varies mides										
010	Catèter diagnòstic Tetrapolar		A - Catèters diagnòstic tetrapolar no dirigible, varies mides										
010	Catèter diagnòstic Tetrapolar		A - Catèters diagnòstic tetrapolar dirigible, varies mides										

Annex E - Presentació de mostres

(No hi ha)