Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU D'UN DERMATOSCOP PER AL SERVEI DE DERMATOLOGIA DE L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

EXP. CONTR/2023/0000000099

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

ÍNDEX

ÍNDEX 2

1 ANTECEDENTS 3

2 OBJECTE 3

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU 3
2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.) 4
2.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.) 4

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE 5

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS 5
3.1.1 DEMOSTRACIÓ VALORABLE 6
3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 7

4 PRESENTACIÓ D'OFERTES 10

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 10
4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA, CRITERIS AUTOMÀTICS I OBJECTIUS 11

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 11

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 15 PUNTS 11
5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 85 PUNTS 13

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT 16

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ 16

8 DADES DE CONTACTE 17

9 ANNEXES 18

ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA, CRITERIS AUTOMÀTICS I CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT 18

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

1 ANTECEDENTS

L' Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és el subministrament, instal·lació, posada en funcionament i el servei de manteniment d'un Dermatoscop pel Servei de Dermatologia de l'Institut d'Assistència Sanitària.

La contractació és per procediment obert. No s'admeten ofertes variants.

2.1 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU

Juntament amb el subministrament, instal·lació i posada en funcionament es licita el servei de manteniment preventiu anual durant 10 anys des de l'adjudicació. Aquest servei de manteniment ha d'incloure:

- Servei de manteniment presencial i remot
- Línia d'atenció telefònica directe
- Garantia de funcionament de la càmera
- Manteniment anual de la càmera i l'equip
- Garantia de renovació del software

SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU TOT INCLÓS (A TOT RISC): Aquest servei de manteniment tot inclòs consisteix en l'oferiment d'un contracte de servei que ha d'incloure tots els elements oportuns per donar un servei complet sense costos addicionals, és a dir, que inclogui el manteniment preventiu anual de l'equip, mà d'obra, desplaçaments i material per possibles correctius. El licitador podrà oferir el seu cost (criteri automàtic - Sobre B), als efectes valoratius, segons indica aquest PPT, així com la PROPOSTA de Servei de manteniment que oferirà (criteri de judici de valor valorable – SOBRE A), als efectes valoratius segons indica aquest PPT.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) pel **SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN FUNCIONAMENT** d'un DERMATOSCOP és de:

P.B.L. sense IVA:	**36.000,00 €**
Import amb IVA:	43.560,00 €

DEGLÒS DEL **COST ANUAL DEL SERVEI DE MANTENTMENT PREVENTIU** per l'equip Dermatoscop:

2023 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2024 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2025 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2026 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2027 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2028 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2029 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2030 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2031 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €
2032 import màxim sense IVA: _____ 1.450,00 €

IMPORT MÀXIM D'ADQUISICIÓ SENSE IVA	IVA 21%	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS
36.000,00 €	**7.560,00 €**	**43.560,00 €**

IMPORT MÀXIM SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL	IMPORT TOTAL SENSE IVA	IVA 21%	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS
1.450,00 €	**14.500,00 €**	**3.045,00€**	**17.545,00 €**

2.3 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 50.500,00 € (SENSE IVA) (21% IVA).
Pròrrogues: NO.
Possibles opcions eventuals: SI. Modificació 20%= 10.100,00 €.
Import total VEC= 50.500,00 € + 10.100,00 € = 60.600,00 € (SENSE IVA) (21% IVA)

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUISITS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les mides i característiques relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si s'ajusten a les necessitats del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

• DERMATOSCOP

Equip que inclou:

- Càmera de vídeo per a dermatoscòpia en temps real a 30 fps a alta resolució.
- Zoom en dermatoscòpia fins a 140x.
- Amb 5 capçals intercanviables i esterilitzables.
- Carro de transport amb calaix per a accessoris i rodes.
- Lent de dermatoscòpia amb llum blanca i polaritzada seleccionable per programari.
- Sistema anular d'il·luminació LED per a imatges macro.
- Llicència de visualització remota (1 llicència).
- Tub cònic per a lesions interdigitals.
- Monitor 24" Full HD professional.
- Control de programari des de la càmera de dermatoscòpia.
- Programari específic que permeti:
    - Capturar imatges clíniques.
    - Realitzar mapatges guiats del pacient.
    - Usar marcadors per a senyalitzar la ubicació de les lesions.
    - Prendre imatges dematoscòpiques de les lesions marcades.
    - Possibilitat de crear informes amb les imatges més rellevants.
    - Emmagatzematge i els backup's de les imatges/vídeos s'ha de poder realitzar de forma local i xarxa.

• INTEGRACIÓ INFORMÀTICA

- Capacitat de connexió per Ethernet (RJ45). Els diferents integrants han de connectar-se directament a un punt de xarxa de la infraestructura de l'IAS, no s'acceptarà cap dispositiu de xarxa que permeti connectar múltiples dispositius en una xarxa local, capa 2 del model OSI.
- Possibilitat de connexió Wi-Fi (treballar a 5 Ghz).
- Si es porta un PC addicional, la versió de sistema operatiu, al igual que les característiques tècniques, ha de ser vigent a la posada en marxa, no s'acceptarà un equip tècnic desfasat tecnològicament. Aquest ordinador ha de ser integrat a les polítiques de seguretat de l'IAS.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Això inclou l'aplicació de pegats i actualitzacions per al sistema operatiu, així com la instal·lació d'un programari antivirus i/o EDR. Aquestes mesures de seguretat han de ser implementades tant durant la instal·lació inicial com durant la vida útil de l'equip.

- S'han d'incloure llicències de programari, de servidor i/o de client, necessàries per assolir els requeriments d'interoperabilitat.
- A nivell de client i/o servidor, s'han de facilitar els serveis necessaris pel correcte funcionament, i així, afegir-los com a sondes de l'IAS.
- Es facilitarà connexió remota via VPN, sempre que la política de seguretat de l'IAS ho permeti. Les credencials seran subministrades en el moment d'iniciar la instal·lació.
- L'equipament ha de treballar amb els següents serveis DICOM v3 per enviar els estudis al PACS (UDIAT):
    - DICOM verification SCU/SCP,
    - DICOM Storage,
    - DICOM Query/Retrieve,
    - DICOM StC (Storage Commitment),
    - DICOM Worklist SCU,
    - DICOM MPPS (Modality Performed)

- Cal incloure el document DICOM Conformance Statement.
- La integració amb UDIAT, ha de treballar amb la ISO_IR 100, i assegurar la integració, corresponent al joc de caràcters català/espanyol.
- El contracte de manteniment, ha de donar cobertura:
    - Manteniment preventiu
    - Manteniment correctiu
    - Manteniment evolutiu
    - Accions tècniques, tant en l'estació de treball com en el servidor si ha estat necessari la instal·lació. Adaptació a les polítiques de seguretat de l'IAS.
    - Formació tècnica a la unitat d'informàtica.
    - Documentació.
- Connexió VDI/HDMI per la connexió d'un segon monitor extern.

3.1.1 DEMOSTRACIÓ VALORABLE

Les empreses licitadores hauran de fer una demostració del conjunt complet de l'equip ofert, juntament amb tots els accessoris que l'integrin i tots els components necessaris pel seu funcionament.

La demostració s'haurà de fer a l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de coordinar amb la persona responsable del Servei Dermatologia o qui es delegui, i que serà la unitat tècnica que en farà la valoració. Caldrà sol·licitar dia i hora al Dra. Margarita Roura: margarita.roura@ias.cat. Tel: 972202622 ext. 1224. En el cas de no localització sol·licitar a: logística@ias.cat. 972182600 ext. 1082.

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes, establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un comprovant signat amb la data que s'efectuï la demostració. En el cas que alguna licitadora no faci la demostració, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU)

1. En fase d'execució del contracte, l'incompliment de les condicions del subministrament (segons l'epígraf 6) dels termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació, prèvia la tramitació del corresponent expedient contradictori.

2. **D'acord amb l'article 193 de la LCPS, si el contractista, per causes imputables a aquest, incorre en demora respecte al compliment del termini de lliurament ofert a l'oferta econòmica (pàg. 17 i s.), l'IAS podria imposar una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.**

3. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

4. **D'acord amb l'article 192 i 213.3 de la LCPS, en el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment dels compromisos assumits per l'empresa contractista, l'IAS podria procedir a la resolució del contracte amb adjudicació al segon licitador més ben posicionat a la puntuació final, i en cas d'incompliment culpable del contractista en objectivar danys i perjudicis, fins i tot se li podria aplicar una retenció de la garantia. Tanmateix si amb l'import de la garantia retinguda, no fos suficient per indemnitzar a l'IAS pels danys i perjudicis ocasionats, el contractista podria respondre directament.**

5. **En el cas que a necessitats de l'IAS, es decideixi deixar d'utilitzar l'equip bé per motius d'interès públic general; bé per motius de canvi o averia o d'altres motius sobrevinguts o bé, fins i tot en el cas que l'empresa adjudicatària deixés de comercialitzar l'equip adjudicat, abans dels 10 anys de servei de manteniment preventiu contractats en el qual hi consta previst un COST ANUAL DEL SERVEI DE MANTENTMENT PREVENTIU, DONARÀ LLOC A QUE: la quota anual corresponent a la no utilització de l'equip (o quota prorratejada en cas que la no utilització recaigui de forma interanual) deixarà de fer-se efectiva amb la corresponent comunicació de finalització de l'expedient. De tal manera que no serà vinculant per l'IAS– si es donen aquests casos anteriors- el cost per la totalitat dels 10 anys.**

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ

1. L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà l'equip sense cap cost addicional i amb tot el necessari per la seva utilització i funcionament. La instal·lació s'haurà de coordinar amb la persona responsable que es designi. Cal tenir molt present que la instal·lació per a la posada en funcionament dels aparells subministrats s'ha d'executar en una àrea hospitalària en funcionament i, per aquest fet, cal tenir la màxima seguretat per evitar riscos i inconvenients als usuaris. Les ofertes que presentin les licitadores hauran d'incloure totes les mesures encaminades a la posada en funcionament dels diferents aparells i/o equipaments oferts.

2. L'empresa adjudicatària garantirà a tots els operaris del muntatge (propis o subcontractats) tots els mitjans de seguretat necessaris, obligant al compliment de tota la legislació vigent en matèria de salut laboral, en particular la normativa de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995 i normativa de desenvolupament), essent el seu incompliment, motiu de paralització dels treballs, en virtut del que es contempla en l'article 44 de la llei esmentada.

3. L'empresa adjudicatària haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (fitxes de seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar un risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

5. L'empresa adjudicatària disposarà en tot moment de la documentació legal, permisos, llicències, acreditacions, titulacions, etc. obligatoris segons la legislació vigent pel desenvolupament de la seva activitat.

6. L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit, sobre palet o el mitjà que es consideri convenient. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès, en un termini no superior a 48h.

7. L'empresa adjudicatària haurà de formar al personal assistencial i el personal d'Electromedicina pel correcte ús dels productes adjudicats. L'empresa adjudicatària proporcionarà la documentació necessària per facilitar la formació del personal.

8. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar tots els manuals d'usuari, documents d'instruccions i protocols d'ús, d'instal·lació i de manteniment.

9. El termini de subministrament i instal·lació de l'equip serà de MÀXIM 10 setmanes des de la formalització del contracte.

10. L'equip ofert ha de ser nou i amb la última tecnologia, no s'admetran equips que hagin estat usats, de segona mà, de demostracions o similars.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

11. **En el MOMENT DE L'ADJUDICACIÓ I ABANS DE LA INSTAL·LACIÓ, l'empresa adjudicatària haurà de fer un correu electrònic a sautic@ias.cat i projectes@ias.cat per tal que el Servei d'Informàtica pugui tenir totes les dades necessàries per fer la integració.**

    L'adjudicatari ha d'enviar el correu amb les següents dades:

    - Codi de l'expedient adjudicat (Exemple CONTR/2023/0000000199)
    - Empresa adjudicatària (Nom, NIF, telèfon i correu de contacte)
    - Contacte Comercial (Nom i cognoms, mòbil i correu electrònic)
    - Contacte Tècnic (Nom i cognoms, mòbil i correu electrònic)

    Equip adjudicat:
    - Nom de l'equip:
    - Model:
    - Fabricant:
    - S/N:
    - Característiques de connexió:
    - Punts de xarxa necessaris:

    Si existeix integració:
    - Adjuntar el document DICOM Conformance Statement
    - Adjuntar document de requeriments per la configuració de l'equip necessaris per l'empesa adjudicatària
    - Modalitat
    - Si cal, els requeriments del servidor i software

12. **L'adjudicatari no emetrà la factura de l'equip fins que no s'hagi validat la correcta instal·lació i integració.**

GARANTIA

1. Durant el període de garantia, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi del l'equip o component en cas de defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

2. El termini de garantia serà de mínim 2 anys a partir de la posada en funcionament. La garantia ha d'incloure en tot el seu període, a més dels defectes de fabricació o vicis ocults, la reparació de l´equipament per averies d´ús, així com el préstec d´equipament necessari en reparacions superiors a 24h i controls preventius semestrals

3. El proveïdor haurà de garantir les peces de recanvi, durant com a mínim cinc anys des de que l'objecte es deixi de fabricar.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

NORMATIVA APLICABLE OBLIGATORIA

Els equips han de complir la legislació vigent i altres normes tècniques d'aplicació obligada.

Caldrà certificar al SOBRE A – Documentació tècnica:

- **Marcatge CE** (Reglament (UE) 2017/746) en la classe i modalitat pertinents.
- Normativa **UNE-EN ISO 13485** de productes sanitaris i sistemes de gestió de qualitat.
- Normativa **UNE-EN ISO 9001** de sistemes de gestió de qualitat.

4 PRESENTACIÓ D'OFERTES

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL.**

Per tal que els serveis tècnics de l'IAS puguin valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs que a continuació es descriuen, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Les ofertes hauran de complir els requeriments tècnics definits en el punt 3. Requeriments tècnics de l'objecte (pàg. 4 i s.). L'incompliment d'un requeriment tècnic, serà causa d'exclusió de la licitació.

No es pot superar el preu unitari fixat. Les licitadores hauran de presentar **una sola oferta.**

Les ofertes econòmiques s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 17 i s.).**

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA

Caldrà adjuntar al sobre A:

-**Documentació administrativa**: segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

-**Documentació tècnica**: Per tal que la unitat tècnica de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, és necessari que la licitadora presenti al sobre A els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

1: **CERTIFICATS O DECLARACIONS DE COMPLIMENT DE LES NORMATIVES** requerides a l'epígraf 3.2 REQUISITS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE – NORMATIVA APLICABLE OBLIGATÒRIA.

2: Cal aportar la **FITXA TÈCNICA** amb els requisits mínims identificats i remarcats.

4: Caldrà aportar la **PROPOSTA del SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU** ofert. (Valorable)

5: Caldrà aportar el **MANUAL DE L'USUARI** per tal que la unitat tècnica i el servei d'Electromedicina puguin valorar qualsevol paràmetre que es necessiti.

6: Caldrà aportar el **COMPROVANT SIGNAT per l'IAS** amb la data que s'ha efectuat la demostració.

4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA, CRITERIS AUTOMÀTICS I OBJECTIUS

Caldrà adjuntar al sobre B:

-Documentació oferta econòmica: Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 17 i s.).**

Per valorar-les, caldrà omplir els següents punts del document:

1. Proposta econòmica i Ràpel
2. Criteris automàtics
3. Memòria dels criteris de valoració objectiva, juntament amb la documentació que n'acrediti el compliment.

La no aportació de la documentació requerida al sobre B, implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb els criteris de valoració automàtica.

5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 15 PUNTS

La valoració dels criteris de judici de valor es farà en base a la **demostració** i la **documentació tècnica** del Sobre A, i es valoraran de la següent manera:

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Criteri 1: ERGONOMIA – Màxim 5 punts

Es valorarà l'ergonomia del conjunt de l'equip. **Màxim 5 punts.**

Criteri 2: QUALITAT IMATGE – Màxim 5 punts:

Es valorarà la prestació de l'equip en la seva visualització, enfocament i definició de la imatge. **Màxim 5 punts.**

Criteri 3: PROPOSTA SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU – Màxim 5 punts:

Caldrà presentar al SOBRE A – la proposta del SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU que s'oferirà.

Per fer la valoració, caldrà especificar com es portarà a terme el manteniment preventiu de l'equip i l'assistència tècnica. Com es resoldran les incidències en cas d'averia, el temps de resposta presencial davant una incidència, el procediment i termini en cas de substitució d'un equip per avaria i el sistema de gestió de notificacions d'avaries o incidències. També es valorarà la ubicació del punt de subministrament del Servei Tècnic. **Màxim 5 punts.**

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{oP} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
P = Puntuació del criteri
VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del 80% de cada criteri 1, 2 i 3 de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

-Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.

-Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

CRITERI DE JUDICI DE VALOR A VALORAR I PUNTUAR	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
PUNTUACIÓ MÀXIMA DEL CRITERI	5	5	5
LLINDAR MÍNIM DE PUNTUACIÓ	≥4	≥4	≥4

5.2 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS. MÀXIM 85 PUNTS

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa, es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració i la següent puntuació, en base a la documentació **del sobre B.**

1. OFERTA ECONÒMICA (FINS A 45 PUNTS)

Preu de l'objecte. Oferta econòmica. Puntuació màxima 45 punts.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL}\right) \times \left(\frac{1}{VP}\right)\right] \times P$$

On:
Pv = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació 1,45
(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu).

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de 5 punts l'oferta amb el ràpel més alt. Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Px = (Ox/Oe)*5
On:
Px: puntuació ràpel valorat
Ox: proposta de % ràpel ofert
Oe: proposta de % ràpel més alta

3. PROPOSTA D'AMPLIACIÓ GARANTIA ADDICIONAL (FINS A 5 PUNTS)

Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini mínim exigit per llei. **A l'oferta s'especificarà amb anualitats addicionals**. La proposta que ofereixi el major termini de garantia addicional obtindrà 5 punts. Les restants propostes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

Px = (Ox/Oe)*5
On:
Px: puntuació del termini de garantia
Ox: Proposta del termini de garantia ofert
Oe: Proposta del termini de garantia més alt

4. PROPOSTA DE TERMINI LLIURAMENT. (FINS A 5 PUNTS)

Es valoraran les propostes de termini de lliurament ofertes segons el següent escalat:

1 setmana a partir de la formalització del contracte:	**5 punts.**
De 2 a 5 setmanes a partir de la formalització del contracte:	**3 punts.**
De 6 a 10 setmanes a partir de la formalització del contracte:	**1 punts.**

El termini de lliurament no serà superior a **10 setmanes** des de la formalització del contracte.

5. CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT. (FINS A 25 PUNTS)

La puntuació màxima serà de 25 punts.

Per fer la valoració dels criteris objectius, caldrà adjuntar AL SOBRE B, una memòria dels criteris de valoració objectius juntament amb la documentació que n'acrediti el compliment de cada punt. La no aportació de la documentació requerida implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb els criteris avaluables objectivament.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

1. **<u>Es valorarà que la impressora fotogràfica estigui integrada en el carro per major comoditat durant els desplaçaments a altres punts i per poder disposar de més espai al Servei.</u>**

   La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

   - Si ho permet la puntuació prevista és de **5 punts**.
   - Si no ho permet la puntuació prevista és de **0 punts**.

2. **<u>Es valorarà que l'equip disposi d'estabilitzador metàl·lic per a imatges macro (2 longituds) per facilitar la qualitat de la fotografia macro.</u>**

   La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **4 punts**, baremats de la següent manera:

   - Si ho ofereix la puntuació prevista és de **4 punts**.
   - Si no ho ofereix la puntuació prevista és de **0 punts**.

3. **<u>Es valorarà que el Monitor sigui de 27" Full HD professional per major visibilitat de la informació.</u>**

   La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **4 punts**, baremats de la següent manera:

   - Si ho permet la puntuació prevista és de **4 punts**.
   - Si no ho permet la puntuació prevista és de **0 punts**.

4. **<u>Es valorarà que l'equip disposi de capacitat per a l'intercanvi de pacients seleccionats mitjançant arxius segurs amb encriptació d'imatges macro i micro per la seguretat del pacient en base la Llei de protecció de dades.</u>**

   La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

   - Si té una potència de més de 350W i fins a 400W, la puntuació prevista és de 5 punts.
   - Si té una potència de més de 300W i fins a 350W, la puntuació prevista és de 2 punts.

5. **<u>Es valorarà que l'equip disposi d'aïllament galvànic i aïllador de xarxa per la màxima seguretat del pacient i l'usuari durant l'ús.</u>**

   La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **5 punts**, baremats de la següent manera:

   - Si ho permet la puntuació prevista és de **5 punts**.
   - Si no ho permet la puntuació prevista és de **0 punts**.

6. **<u>Es valorarà que l'equip disposi de la opció de gravació de seqüències de vídeo integrades amb el programari per valorar determinades lesions de caràcter vascular.</u>**

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de **2 punts**, baremats de la següent manera:

- Si ho permet la puntuació prevista és de **2 punts**.
- Si no ho permet la puntuació prevista és de **0 punts**.

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l' Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h. El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacomulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

Salut/ IAS Institut d'Assistència Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dóna en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - logistica@ias.cat
972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet@ias.cat
Per qüestions jurídiques: Sra. Mª Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa@ias.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 29 de juny de 2023

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

9 ANNEXES

ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA, CRITERIS AUTOMÀTICS I CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT

Nom licitadora: _____

Adreça de correu electrònic concursos: _____

El/la Sr./Sra……..amb residència a……..al carrer……..número……..i amb NIF……., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte……., amb expedient número……, es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per **l'import total de**:……€ (xifra en lletres i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt) …….

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS: …….

I un ràpel sobre el total de la facturació……%.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

1.OFERTA ECONÒMICA. MÀXIM 45 PUNTS

SUBMINISTRAMENT 1 equip DERMATOSCOP:

IMPORT MÀXIM D'ADQUISICIÓ SENSE IVA	IVA 21%	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS
€	€	€

SERVEI de manteniment preventiu:

IMPORT MÀXIM SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL	IMPORT TOTAL SENSE IVA	IVA 21%	IMPORT TOTAL IVA INCLÒS
€	€	€	€

2.RÀPEL. MÀXIM 5 PUNTS

RÀPEL	%

3.AMPLIACIÓ GARANTIA. MÀXIM 5 PUNTS

ANUALITATS ADDICIONALS:	

4.PROPOSTA DE TERMINI LLIURAMENT. MÀXIM 5 PUNTS

PROPOSTA DE TERMINI DE LLIURAMENT: indicar el termini ofert	
1 setmana (5 punts)	
2 a 5 setmanes (3 punts)	
6 a 10 setmanes (1 punts)	

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

6.CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 25 PUNTS

La puntuació màxima serà de 25 punts.

Per fer la valoració dels criteris objectius, caldrà adjuntar AL SOBRE B, una memòria dels criteris de valoració objectius juntament amb la documentació que n'acrediti el compliment de cada punt. La no aportació de la documentació requerida implicarà una valoració de 0 punts d'aquells criteris de valoració directament relacionats amb els criteris avaluables objectivament.