

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SOLUCIÓ GLOBAL DEL PROCÉS D'EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT

CS/CC00/1101349076/23/AMUP

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del *Plec de clàusules*, els criteris són els que s'indiquen a continuació:

1. Puntuació econòmica. Criteri objectiu de valoració automàtica. (Sobre 3)

La puntuació màxima d'aquest criteri es de **40 punts**.

La valoració del preu es farà de la següent manera:

- Es passaran totes les ofertes a oferta equivalent al 100% (tal i com s'especifica a l'annex 15).
- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

"Pv": Puntuació de l'oferta a valorar

"P": Punts criteri econòmic

"Om": Oferta Millor

"Ov": Oferta a Valorar

"IL": Import de licitació

"VP": Valor de ponderació = 1,4

2. Ponderació de l'oferta econòmica.

Per comparar les ofertes econòmiques dels diferents licitadors es ponderaran les ofertes per la fórmula directament proporcional equivalent al 100% tenint el compte l'import total del PdN (sense IVA).

A mode d'exemple:

Un proveïdor "A" es presenta a articles que suposen un 92,5% de l'import total del PdN amb una oferta de 2,3M.

Un proveïdor "B" es presenta a articles que suposen un 95% de l'import total del PdN amb una oferta de 2,1M.

Oferta A equivalent= 2.300.000/92,5% = 2.486.486,5€

Oferta B equivalent= 2.100.000/95% = 2.210.526,3€

3. Valoració tècnica

La puntuació màxima d'aquest criteri es de **60 punts**

Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores, es sol·licitarà la presentació del software.

Les ofertes que no s'ajustin als requisits tècnics mínims indicats en el plec quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

L'avaluació dels criteris es realitzarà per part d'una comissió tècnica multidisciplinària, designada per la direcció dels laboratoris de l'ICS.

Quedaran desestimades les ofertes amb una puntuació tècnica inferior a 30 punts.

3.1 Valoració tècnica criteris objectius fins a 30 punts (Sobre 2)

3.1.1 Gamma

Aquell proveïdor que presenti major nombre de referències **al conjunt** dels lots que estiguin aprovades tècnicament, obtindrà 15 punts. La resta obtindrà una puntuació inversament proporcional al que obtingui la major puntuació. Les referències presentades dins un agrupador es consideraran com a una única oferta en aquest criteri.

Criteris tècnics del material

3.1.2 Llargada del faldó del tap (Lots 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007)	
<i>Es valorarà la llargada del faldó del tap per tal de permetre una millor manipulació i evitar vessaments. Es farà la mitja ponderada de la puntuació per quantitats de tots els articles a valorar dels lots diferents.</i>	
Si la llargada del faldó és $\geq$ a 20mm.	5 punts
Si la llargada del faldó és $>15-<20$ mm.	2 punts
Si la llargada del faldó és $\leq$ 15 mm.	0 punts
3.1.3 Qualitat del gel (Lot 3)	
<i>Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant un certificat intern indicant els aspectes dels quals s'aporten estudis i la data del mateix i l'aportació d'aquests estudis de validació de cadascun d'aquests tres ítems/aspectes en els quals s'hi indiqui clarament el compliment de la qualitat del gel sol·licitada. Aquests estudis seran estudis de qualitat interns que donin compliment als estàndards de qualitat aplicables (ISO 6710). En el cas, que no s'aportin els estudis de validació per a cadascun dels tres ítems/aspectes o en els mateixos no hi consti identificada específicament aquesta funcionalitat, l'oferta es puntuarà amb 0 punts. Es farà la mitja ponderada de la puntuació per quantitats de tots els articles a valorar.</i>	
Capacitat del gel de no segrestar ni fàrmacs ni hormones.	1 punts
Proporcionar estabilitat a la mostra, després de separar-se les cèl·lules i el sèrum per la presència del gel.	1 punts
Possibilitat de congelar/descongelar el tub amb el gel.	2 punts
3.1.4 Presència de línia d'ompliment. Es farà la mitja ponderada de la puntuació per quantitats de tots els articles a valorar. (Lot 004)	
Serigrafiada a tot el voltant del tub, per assegurar el correcte ompliment de la mostra tenint en compte els additius continguts en els tubs.	2 punts
Només indicada en la etiqueta.	1 punts
Sense indicació de línia d'ompliment.	0 punts

3.1.5 Ompliment total dels tubs de coagulació. <i>Es farà la mitja ponderada de la puntuació per quantitats de tots els articles a valorar. (Lot 004)</i>	
Es valorarà que els tubs de coagulació (tub amb citrat) disposin de la capacitat d'ompliment total, per assegurar el correcte ompliment de la mostra i establir que la ratio entre mostra i additiu sigui idònia.	2 punts
No disposen de la capacitat d'ompliment total.	0 punts
3.1.6 Material d'extracció (Lot 009)	
<i>Es valorarà l'activació del sistema d'extracció que ofereixi les millors condicions de bioseguretat. Es farà la mitja ponderada de la puntuació per quantitats de tots els articles a valorar.</i>	
Sistema d'activació actiu amb una sola mà.	1 punt
Sistema d'activació actiu dins del cos.	1 punt

3.2 Valoració tècnica amb criteris subjectes a judici de valor fins a 30 punts (Sobre 2 bis)

Dintre d'aquest apartat es valorarà la adequació de la memòria tècnica a les necessitats descrites al PPT relacionades amb el servei de gestió del procés preanalític, auditories i formació. Per a l'avaluació, caldrà presentar una memòria de com a màxim 30 fulls (incloent la portada, índex i annexos) amb la informació detallada des serveis oferts. Les ofertes que incloguin memòries que superin els 30 fulls seran desestimades.

A més, s'haurà de fer una demostració amb accés al software en temps real, de tots els serveis descrits al PPT. Una vegada obert el sobre 2bis es publicarà un calendari amb l'horari de demostració per cada licitador.

Es valoraran la adequació als centres d'extracció objecte de la licitació, el nivell de detall de la memòria, les propostes de millora, la capacitat de adaptació als canvis d'activitat i els elements innovadors aportats adequats per als nostres centres.

Es valorarà el seguiment d'indicadors que permetin avaluar els resultats de les millores de les incidències detectades i la aportació d'indicadors que permetin fer un seguiment de la eficiència i eficàcia del sistema de millora en quan a la optimització de consums, la reducció de residus, etc.

Característiques del servei de gestió de la fase preanalítica

La proposta més valorada serà la que aporti un major nombre de prestacions i millores.

Es valoraran d'acord amb els següents criteris:

1. Realització d'auditories: Puntuació màxima 9 punts

Les auditories de la fase preanalítica, constitueixen una clara eina per a la millora del procés.

Els criteris a avaluar de la proposta de auditoria presentada, seran:

- ✓ Freqüència de les auditories.
- ✓ Abast de la auditoria.

- ✓ Possibilitat de establir inter-comparacions entre els centres d'extraccions a diferents escales.
- ✓ Metodologia d'avaluació dels resultats i anàlisis posteriors.

2. Programa formatiu del procés preanalític i de l'ús del material objecte del concurs:
Puntuació màxima 9 punts

Els criteris a avaluar del programa de formació presentat, seran:

- ✓ Contingut del programa en la durada de la licitació.
- ✓ Format de la formació. Es valorarà favorablement la formació presencial, en cas de formació *on line* es considerarà l'entorn virtual, els cursos mentoritzats i la metodologia per a la formació.
- ✓ Acreditació de la formació.

3. Característiques del servei de gestió de la fase preanalítica: Puntuació màxima 9 punts

Els criteris a avaluar del servei de gestió de la fase preanalítica presentat, seran:

- ✓ Gestió de peticions i pacients.
- ✓ Gestió de la mostres.
- ✓ Integració amb els sistemes de gestió de la història clínica, els sistemes d'informació dels laboratoris i els sistemes corporatius de trucades a pacients corporatius.

4. Pla de contingència: Puntuació màxima 3 punts

Es valorarà que el licitador presenti un pla de contingència detallat sobre aquests dos possibles escenaris:

- ✓ Problemes relacionats amb el gestor de la solució global preanalítica que impliquin dificultats en la gestió dels pacients i les extraccions.
- ✓ Problema amb els gestors de cues dels pacients pròpies dels hospitals (TSEO) que afectin a la seva gestió i les extraccions.

Tota l'oferta tècnica caldrà que estigui ordenada en el mateix ordre d'aquest document.

FORMULES APLICADES ALS CRITERIS SUBJECTIUS

A la puntuació obtinguda en cadascun dels criteris enumerats en els paràgrafs precedents s'aplicarà la següent fórmula, i se sumaran els resultats per tal d'obtenir la puntuació total de cada licitador:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda una vegada aplicada la fórmula.

Aquesta fórmula no s'aplicarà si cap valoració supera el 50% dels punts previstos en cadascun dels criteris i subcriteris susceptibles subjectius i d'acord amb el quadre de sota

En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment obtingut en la fase de valoració, sense l'aplicació de la fórmula esmentada.

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3	Criteri 4
Puntuació màxima del criteri	9	9	9	3
Llindar mínim de puntuació	>4,5	>4,5	>4,5	>1,5