

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA SOLUCIÓ GLOBAL DEL PROCÉS D'EXTRACCIÓ DE SANG PER SISTEMA DE BUIT

CS/CC00/1101349076/23/AMUP

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació.....	4
1.2.	Característiques de la contractació.....	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Garantia de subministrament	5
2.4.	Requisits obligatoris addicionals:	6
2.4.1.	Compatibilitat	6
2.4.2.	Disseny de la etiqueta	6
2.4.3.	Caducitat.....	6
2.4.4.	Material dels contenidors.....	7
	Excepció: els codis 10007881, 10000239, i 10000729 que poden ser de vidre.	7
2.5.	Requisits obligatoris addicionals per lot:	7
2.5.1.	Etiquetes transparent	7
2.5.2.	LOT 003: Característiques del gel separador i activador de coàgul	7
2.5.3.	LOT 003: Diversitat de colors per als tubs de sèrum.....	7
2.5.4.	LOT 004: Característiques específiques segons el tipus de contenidors i codis afectats..	7
2.5.5.	LOT 004: Concentració de citrat sodi.....	8
2.5.6.	LOT 008: Característiques tècniques de les xeringues de gasometria.	8
2.5.7.	LOT 009: Material extracció. Agulles, papallones i porta-tubs.	8
2.5.8.	Garanties d'identificació dels materials.....	9
2.6.	Requisits obligatoris addicionals del servei:	9
2.7.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	15
3.	Com presentar la oferta	15
3.1.	Oferta tècnica	15
3.2.	Model d'oferta tècnica	16
3.3.	Presentació de mostres	18
3.4.	Documentació confidencial.....	19
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	19

4.1.	Prevenió de riscos laborals	19
4.2.	Formació	19
4.3.	Manual d'usuari	20
4.4.	Atributs logístics	20
4.5.	Condicions logístiques i de subministrament	20
4.5.1.	Condicions de subministrament	20
4.5.2.	Garantia de subministrament	21
4.5.2.1.	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	21
4.5.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte	22
4.5.2.3.	Termini de lliurament	23
4.5.2.4.	Unitats mínimes de comanda	23
4.5.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes	23
4.5.3.	Sistema EDI	23
4.6.	Condicions de l'operador logístic	25
4.6.1.	Embalatges	25
4.6.2.	L'albarà	26
4.6.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	27
4.6.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	27
4.6.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	28
4.7.	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	30

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'una solució global del procés d'extracció de sang: subministrament del material per a extracció de sang per sistema de buit i servei de gestió de la fase preanalítica per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores han de presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, a la totalitat dels materials que componen els diferents lot. És l'**ANNEX A** el que determina l'estructura de la licitació i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Articles per codi individual: les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Articles per codi agrupador: les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferenciï per la mida.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.

- Declaració que tots els productes licitats (on escaigui) compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

Declaració que tots els productes licitats (on escaigui) compleixen el previst a l'apartat 8 de l'Annex I del RD 1662/2000, de 29 de setembre pel qual es regulen els productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro", amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

LOT	Descripció
1	Microtubs
2	Tubs amb EDTA
3	Tubs de sèrum amb gel separador
4	Tubs amb citrat
5	Tubs amb heparina de liti/sodi
6	Tubs glucosa
7	Tubs de sèrum secs (sense gel separador)
8	Xeringues de gasometria
9	Material extracció complementari
10	Material divers

En la fitxa tècnica del producte caldrà indicar:

- Els codis EAN de manera obligatòria de tots els materials.
- Les condicions de temperatura, si es pertinent, i en cas de que no s'especifiqui en l'oferta i el material és deteriorés per aquest motiu, anirà a càrrec de l'empresa les despeses per la seva reposició urgent i gratuïta.

El licitador haurà de fer constar les característiques dels productes presentats omplint les columnes que s'indiquen a la fitxa tècnica.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pugués produir durant la vigència del contracte a la gerència de compres de l'Institut Català de la Salut.

2.3. Garantia de subministrament

El proveïdor garantirà el subministrament del material objecte d'aquesta licitació en cas de trencament d'estocs o per qualsevol altre incidència.

2.4. Requisits obligatoris addicionals:

2.4.1. Compatibilitat

Tots els tubs de sang objecte d'aquesta licitació, han de ser compatibles amb els equips instal·lats als centres de l'ICS. La certificació haurà de ser emesa per les empreses licitadores i haurà de garantir la compatibilitat dels tubs amb tots els equips analítics i preanalítics instal·lats als centres de l'ICS:

- ABBOTT LABORATORIES, S.A.
- BECKMAN COULTER, SLU
- DIASORIN IBERIA, S.A.
- MENARINI DIAGNOSTICOS, S.L.
- ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
- WERFEN ESPAÑA, SAU
- SIEMENS HEALTHCARE SL
- SYSMEX ESPAÑA SL
- BIO-RAD LABORATORIES, S.A
- QIAGEN IBERIA SL

Els tubs dels **lots 2, 3, 4, 5, 6 i 7**, hauran de ser compatibles amb el material d'extracció amb bioseguretat (sistema d'agulla més porta-tubs) estàndards del lot 9 d'aquesta mateixa licitació.

2.4.2. Disseny de la etiqueta

El disseny de la etiqueta del tub ha de permetre reconèixer el tipus de tub que s'està manipulant si aquesta es trenca al destapar el tub.

2.4.3. Caducitat

La dada del material entregat per l'empresa adjudicatària serà sempre superior a 12 mesos des del moment en que s'entregui a l'operador logístic.

Excepte lot 004. Caducitat mínima 6 mesos. Unitat de comanda mínima: caixes de 100 unitats.

2.4.4. Material dels contenidors

A efecte de seguretat i segons les seves funcions, cada contenidor, incloent tubs i taps, hauran d'estar fabricats en un dels següents materials: polietilè tereftalat (PET), polipropilè (PP), poliestirè (PS) o polietilè (PE).

Tant els tubs com els taps, hauran de tenir consistència i resistència suficient en el destaponat per els braços robòtics dels equips preanalítics i analítics.

Excepció: els codis 10007881, 10000239, i 10000729 que poden ser de vidre.

2.5. Requisits obligatoris addicionals per lot:

2.5.1. Etiquetes transparent

Disponibilitat d'etiquetes transparents per els tubs dels lots 2,3,4,5,6 i 7.

2.5.2. LOT 003: Característiques del gel separador i activador de coàgul

Les empreses proveïdores han de garantir, amb documentació acreditativa (publicacions científiques nacionals i/o internacionals), les següents característiques dels tubs amb gel separador:

- Activació del coàgul amb SiO₂ (òxid de silici).

2.5.3. LOT 003: Diversitat de colors per als tubs de sèrum

Els tubs del lot 3 s'hauran de presentar al menys dos referències (dos variants) per cada mida de tub (a cada codi agrupador) amb dos colors de taps diferents (exclòs el color negre) dels següents 3 codis:

- 999100009 Tub d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4,5 mL amb gel separador i activador de la coagulació.
- 999102597 Tub d'extracció de sang, de 13 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 5 i 6 mL amb gel separador i activador de la coagulació.
- 999102598 Tub d'extracció de sang, de 16 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 8 i 10 mL amb gel separador i activador de la coagulació.

2.5.4. LOT 004: Característiques específiques segons el tipus de contenidors i codis afectats

Els tubs amb el codi 999102599 hauran de contenir un tub de buit amb citrat, amb doble tub, en PET i amb paret interior de PP.

2.5.5. LOT 004: Concentració de citrat sodi

Els tubs del lot 004 hauràn de tenir una concentració de citrat sòdic com anticoagulant al 0,109M/3,2%.

2.5.6. LOT 008: Característiques tècniques de les xeringues de gasometria.

Per garantir la qualitat de la mostra de sang i el correcte ús de la mateixa per part del personal encarregat de l'extracció, les xeringues de gasometria de 3 cossos ofertades per als proveïdors incloses al **Lot 8 amb els codis d'agrupadors: 999100000, 999100006 i 999101139**, han de disposar de les següents característiques tècniques obligatòries (caldrà presentar documentació tècnica que ho acrediti):

- Contenir heparina sòlida o liofilitzada equilibrada electrolíticament compatible amb la correcta anàlisi del calci iònic i les proves d'oximetria.
- Xeringa de 3 cossos amb cos de polipropilè d'alta densitat transparent siliconat i ales de subjecció.
- Èmbol amb topall de seguretat i junta estanca.
- Escala de graduació en ml.
- Sistema per a purga de l'aire del cos de la xeringa per garantir la qualitat de la mostra.
- Xeringues exemptes de substàncies que poden interferir en el procés analític (p.e.: material de cel·lulosa).
- Tap de la xeringa que no s'obri quan aquesta es transporti en un sistema de tub pneumàtic.
- Sistema compatible amb els equips de gasometries de diferents firmes comercials, o, com a mínim, amb els distribuïts pels següents proveïdors: Radiometer®, Siemens®, Werfen®.

2.5.7. LOT 009: Material extracció. Agulles, papallones i porta-tubs.

- En relació al **lot 9**, es considera que la bioseguretat es global per a la totalitat de l'equip d'extracció. Per aquest motiu s'accepta que el mecanisme de seguretat pugui estar en les agulles o en els porta-tubs. Es considera "**equip de treball amb bioseguretat**" al conjunt format per l'agulla o papallona, més l'adaptador i el portatubs, preparat per realitzar la tècnica d'extracció de la mostra sang.
- **Criteris indispensables** que han de complir els equips de treball amb dispositius de bioseguretat, segons normativa vigent a aplicar*:
 - El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del pacient, i ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats amb ell.

- El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material, i no ser un accessori.
- Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
- L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.

En el cas que els licitadors no compleixin aquests requisits i/o no presentin la documentació que els acredita, el material quedarà desestimat tècnicament.

**(Font: NIOSH [1999]. Alert. Preventing Needlestick Injuries in Health Care Setting: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2000-108.)*

- En relació al Codi agrupador **999100001** serà obligatori presentar oferta a les agulles de calibre 21 i 22G i com a mínim a una llargària de l'agulla entre les tres possibles (25,32 i 38 mm) per cada calibre.
- Serà obligatori presentar oferta als codis 10000000, 10000001 i 10024778.

2.5.8. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica individual, pàgina 1**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del **Gestor d'incidències en compres**, veure l'apartat 8 d'aquest Plec.

2.6. Requisits obligatoris addicionals del servei:

Entenent que la fase preanalítica és la més crítica de tot el procés analític, és necessari comptar amb un servei que permeti millorar els diferents aspectes amb la finalitat de disposar de la seguretat i eficiència necessària en tot el procés que garanteixi:

A. Gestió de la fase preanalítica (abast sales d'extracció dels hospitals de l'ICS).

1. La traçabilitat de les diferents fases del procés preanalític i analític mitjançant un sistema que asseguri i optimitzi el procés de gestió del maneig de tubs i contenidors, tal com està implantat en la majoria dels centres sanitaris públics. Amb això s'aconseguirà una major eficiència en aquests paràmetres.

2. Etiquetes identificatives: la preparació i identificació inequívoca dels contenidors necessaris per a l'obtenció de les mostres biològiques en funció de la petició analítica ha de contenir les dades demogràfiques del pacient.
 3. Selecció adequada de cada tipus de contenidor segons les mostres i les proves diagnòstiques sol·licitades.
 4. Gestionar les sales d'extraccions orientant als pacients segons prioritat del tipus de petició (ordinària, urgent o preferent); establir cues i distribució dels pacients als diferents llocs d'extracció dels hospitals de l'ICS.
- B. Servei d'auditories del procés d'extracció** (abast centres d'extracció dels hospitals i atenció primària de l'ICS)
- C. Servei de formació del procés d'extracció** (abast centres d'extracció dels hospitals i atenció primària de l'ICS)

2.6.1. Característiques del servei de gestió de la fase preanalítica

El sistema de gestió integrarà totes les activitats de gestió de les sales d'extracció:

- Integració de sol·licituds de peticions electròniques i agendes de citacions.
- Recepció de pacient i integració en el sistema de trucades a pacients (els corporatius que estiguin instal·lats a les sales d'extraccions, TESEO o similar).
- Gestió de la sala d'espera per prioritats incloent un sistema de trucades per locució i visual.
- Gestió de la presa de mostres, integrant la trucada del pacient i la identificació i traçabilitat de les mostres.
- Gestió d'incidències a la presa de mostres i accidents laborals.
- Gestió de les proves funcionals amb control dels temps de manera automàtica.
- Integració de l'extracció en el sistema d'informació del laboratori i del centre.

Per a tot això les diferents prestacions que comprendrà el servei serà:

- Consultoria de processos.
- Disponibilitat de l'equipament necessari (inclou maquinari, programari i llicències necessàries en les sales d'espera/box d'extracció).
- Adaptació i configuració de programari.
- Instal·lació de l'equipament.
- Formació a l'usuari final.
- Assistència a l'arrencada i posada en marxa.

- Manteniment preventiu i correctiu amb assistència remota i presencial, incloent-hi els evolutius del producte que estiguin disponibles durant la vigència del contracte.

D'aquesta manera l'adjudicatari del contracte cedirà durant la durada del contracte, el sistema de gestió de la fase preanalítica i es responsabilitzarà de la instal·lació, posada en marxa i manteniment del mateix en els punts d'extracció indicats a l'**annex H**.

La instal·lació de l'equipament i/o dispositius oferts es realitzarà en un termini no superior a 3 MESOS, des de la signatura del contracte. Els treballs d'instal·lació es realitzaran sota la supervisió i les directrius del Servei Tècnic de cada centre.

L'adjudicatari assumeix totes les despeses que origini la connexió als sistemes d'informació de la història clínica del pacient (SAP i eCAP) i sistema d'informació del laboratori, incloent-hi programes i llicències.

L'oferta inclourà un pla de manteniment preventiu i correctiu dels elements inclosos en la mateixa.

a. Gestió d'Identitats corporativa

La identificació dels usuaris del sistema es realitzarà mitjançant la integració amb el Directori Actiu corporatiu mitjançant connexió LDAP o fent ús dels Serveis Web de Gestió AI o els habilitats a cada moment.

b. Connexió amb HIS

El sistema ha d'obtenir dels sistemes informàtics de la història clínica del pacient (SAP i eCAP) les següents dades:

- Petició electrònica.
- Demogràfics dels pacients, mitjançant CIP i/o número d'història clínica.
- Agendes de cites dels pacients per a l'atenció a les Sales d'Extraccions. Han de contemplar-se reprogramacions, cancel·lacions i fusions.
- Ubicació del pacient a temps real.

c. Petició de Proves

- El sistema integrarà les peticions electròniques realitzades en els HIS.
- El sistema permetrà la fusió de peticions en una sola.

d. Escalabilitat

L'aplicació ha de ser oberta, podent-se ampliar de manera fàcil i senzilla a noves àrees dels centres d'atenció primària o hospitalaris, adaptant-se així les circumstàncies canviants del mateixos.

e. Etiquetatge de les mostres

- Per a la identificació de les mostres, s'han de poder utilitzar etiquetes pre-impreses o impreses en el moment de l'obtenció; podent combinar en un pacient tots dos mètodes, segons necessitats, d'acord amb els criteris que estableixin els laboratoris.

- El sistema permetrà la impressió d'etiquetes, tant en la recepció del pacient a fi d'identificar les mostres lliurades, com en el box d'extracció per a les mostres obtingudes pel personal sanitari.

- El disseny de l'etiqueta es podrà personalitzar en funció dels requisits dels laboratoris, podent indicar valors addicionals com condicions especials, condicions de transport etc... La informació mínima que haurà d'aparèixer és:

- Número de mostra en format llegible humà i codi de barres.
- Identificació del pacient.
- Data i hora de l'extracció
- Número de torn i box d'extracció (sala d'Extraccions)
- Tipus d'envàs
- Tipus de mostra
- Prefix/sufix
- Distribució

- El sistema permetrà reimprimir etiquetes en qualsevol de les fases del procés preanalític: recollida, extracció i recepció de mostres en laboratori.

f. Sala d'espera de pacients per a recollida / presa de mostres

- El sistema ha de connectar-se al sistema corporatiu TESEO (sistema de trucades a pacients).
- En el cas que no es disposi de connectivitat a TESEO, el sistema inclourà eines que permetin al pacient identificar-se i indicar la seva presència a la sala mitjançant la lectura de la targeta sanitària, el codi de barres de la cita, el codi de barres de l'etiqueta del volant electrònic, etc. emetent un justificant del torn assignat.
- El sistema permetrà configurar diferents torns amb diferents prioritats, permetent definir la llista de prioritats individuals per box d'extracció, ateses les necessitats del funcionament de la sala.

g. Sales d'Extracció

Cada sala de presa de mostres disposarà d'un terminal tàctil i d'una impressora d'etiquetes.

El sistema:

- Permetrà identificar de manera individual a cada extractor, havent d'adaptar-se al sistema de validació d'usuaris existent a l'hospital (LDAP).
- Mostrarà les dades referents al torn i els demogràfics del pacient, per a una identificació positiva d'aquest.
- Informarà dels contenidors necessaris i l'ordre correcte d'extracció.
- Permetrà visualitzar la imatge del volant escanejat o del contingut de la petició electrònica.
- Permetrà imprimir etiquetes addicionals, tant de contenidors, com de les dades del pacient (juntament amb el número de mostra) per a documentació annexa: consentiment informat, etc.
- Gestió de proves funcionals amb control de canvis gestionat pel sistema de forma automàtica.
- Inclourà l'opció de marcar al pacient com a absent, en cas que no acudeixi a la crida, permetent recuperar-lo de la llista en un moment posterior.
- Permetrà afegir formularis d'obligatori compliment per a la introducció de resultats i/o dades clíniques addicionals necessaris per al posterior processament dels contenidors en el laboratori.

h. Sistema d'Extracció en Hospitalització/Urgències/Hospital de Dia

El sistema de gestió incorporarà com a mínim les dotacions indicades a l'annex H per a cada centre.

i. Traçabilitat

El sistema registrarà tota la informació relativa a cada petició/pacient: arribada a la sala d'extracció, avis per part del box, finalització etc..., la qual cosa facilitarà la traçabilitat del procés coneixent-se en tot moment on es troba el pacient i el temps d'espera en cadascun dels punts d'atenció i personal que li ha atès.

j. Connexió amb LIS

- El sistema de gestió de la preanalítica enviarà les peticions realitzades al/els sistemes de la informació de laboratori en ús. Incorporarà les dades necessàries com la diüresis, FiO2, etc. Així com la ubicació del pacient.

- La transmissió de la petició es podrà realitzar de manera automàtica, una vegada finalitzada l'extracció, o bé, mitjançant un mòdul de validació de recepció de mostra en el laboratori, que permeti enviar la petició una vegada es confirmi la seva recepció en el laboratori.
- El sistema disposarà d'un mòdul que permeti la reexpedició de peticions que puguin haver presentat algun problema en les comunicacions, informant de l'estat de les comunicacions de cadascuna de les peticions realitzades.

k. Explotació de dades

- El sistema inclourà un mòdul d'estadístiques per a la explotació de dades, que permeti conèixer l'activitat de les diferents sales d'extraccions.
- Les dades es podran visualitzar per torn, boxs, franges horàries, etc ...; permetent conèixer la productivitat de cada box.
- Oferirà la possibilitat d'exportar les dades a formats electrònics, com per exemple xls, xlsx, txt, etc... i també s'ha de poder fer la explotació de dades en el BO corporatiu
- El sistema disposarà a més d'un mòdul de consulta on, per número de mostra o per número de petició, es pugui consultar tota la informació relacionada amb l'extracció i estat de les integracions

l. Manteniment preventiu i correctiu

- La resolució d'incidències es realitzarà amb contacte telefònic, control remot (VPN corporativa, NTR support) o presencial segons es valori en el diagnòstic de la incidència i de comú acord amb l'usuari.
- S'inclourà un manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de la solució, tant a nivell de maquinari com de programari, no suposant cap cost addicional per a l'ICS durant la durada del contracte.
- El manteniment correctiu serà 24x7. El temps màxim de resposta del Servei Tècnic en cas d'avaría serà de 24 hores. Per a reparacions superiors en temps es procedirà de manera immediata a la substitució del dispositiu avariats per un altre d'ídèntiques característiques. Totes les despeses ocasionades seran a càrrec de l'adjudicatari.
- Si la incidència provoqués una parada del correcte funcionament del laboratori de forma prolongada, es procedirà a la instal·lació d'un equip de substitució.
- El manteniment preventiu s'efectuarà, per personal de l'empresa adjudicatària o designat per aquesta, trimestralment, revisant-se el maquinari, el programari i les comunicacions.

2.6.2. Característiques del servei de formació

La qualitat del procés preanalític, incloent toma de mostra, emmagatzematge, transport al laboratori, incideix directament a la qualitat dels resultats analítics per aquesta raó es necessari establir un programa de formació del procés que la garanteixi.

El servei de formació ha de proporcionar coneixements de:

- la adequada extracció, transport i manipulació de les mostres
- material d'ús per a la extracció de mostres
- la correcta i inequívoca identificació de les mostres per permeti el seguiment de la seva traçabilitat
- riscos d'exposició a material bioperillós i la seva prevenció
- tècniques i procediments per assegurar el confort i la seguretat del pacient.

2.6.3. Característiques del servei de auditories

Dintre dels sistema de gestió dels laboratoris (ISO 15189, ISO 9001), un dels requeriments es la documentació, avaluació i monitorització dels seus processos. A la majoria de laboratoris, la fase preanalítica amb l'extracció i transport de les mostres es realitza fora dels laboratoris. La implementació d'un servei de auditories a aquesta fase, permetrà identificar errors, conèixer les seves causes i establir accions per a corregir-los o identificar zones de millora.

2.7. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada, excepte aquella que justifiqui el compliment dels requisits obligatoris i aquella on es reflecteixin els ítems a valorar de criteris objectius i subjectius. Si és necessari, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. En el cas del marca CE s'acceptarà en anglès. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

- **Annex D4- Criteris judici de valor**

S'haurà de presentar la memòria indica a l'Annex 4 del PCAP.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats o criteris objectius a valorar l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits i dels valors indicats a l'annex D3 com a criteris objectius. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D3- Fitxa Criteris Objectius.**

S'haurà d'emplenar l'excel amb la informació demanada a l'Annex 4 del PCAP CRITERIS D'ADJUDICACIÓ de forma sintetitzada, adjuntant la documentació que justifiqui les valoracions d'aquests criteris i la informació reflectida.

- **ANNEX D5- Fitxa resum de requisits obligatoris addicionals**

S'haurà d'emplenar l'excel indicant si es presenten o no els certificats sol·licitats al punt 2.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient CS/CC00/1101347024/23/AM
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Manuel Parra- Gerència de Compres** a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístics dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels materials adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

El proveïdor haurà de presentar un pla de contingència per garantir el subministrament de tots els articles adjudicats.

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu

- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI

- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

Logaritme: <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Centres ICS: <http://www.ediversa.com/comedinet/ICS>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic

4.6.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.**

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament es dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.	

f.	Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4.	Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
		 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5.	Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6.	En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7.	Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
----	--	---

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius

ANNEX D4 - Fitxa resum judici valor

ANNEX D5 - Fitxa resum de requisits obligatoris addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX F— Dotació mínima per centre

ANNEX A – Característiques de la licitació

ANNEX A_ CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	CODIS OBLIGATORIS
1	Microtubs	10019068	Tub d'extracció de sang capil·lar, estèril, de plàstic, amb EDTA K2 com additiu, 75 x 13 mm. Capacitat de 0,5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		999102140	A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,8 mL i heparina de liti com additiu. Gel separador.	NO
		999102588	A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,6 mL i EDTA K2 com additiu.	NO
		999102589	A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,6 mL. Gel separador.	NO
2	Tubs amb EDTA	10000239	Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, EDTA K3 i Aprotinina com additiu. Capacitat al buit d'entre 4 i 5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10000241	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, amb EDTA K2 com additiu. Capacitat al buit d'entre 9 i 10 mL amb tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10000717	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril amb EDTA K2 com additiu i gel separador. Capacitat al buit de 8,5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10007903	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, EDTA K3 com additiu. Capacitat al buit de 9 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10012211	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 13 mm, estèril, EDTA K3 com additiu. Capacitat al buit de 6 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		999102590	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i EDTA K2 com additiu.	SI
		999102592	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i EDTA K3 com additiu.	SI
3	Tubs amb sèrum gel separador	999100009	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4,5 mL amb gel separador i activador de la coagulació.	NO
		999102597	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 5 i 6 mL amb gel separador i activador de la coagulació.	SI
		999102598	A - Tubs d'extracció de sang, de 16 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 8 i 10 mL amb gel separador i activador de la coagulació.	SI
4	Tubs amb citrat	10000729	Tub d'extracció de sang al buit, estèril, amb ficoll i citrat de sodi com additiu i gel separador. Capacitat al buit d'entre 4 i 8 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		999102599	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 1,5 i 3,5 mL i citrat sòdic com additiu amb doble tub i interior de polipropilè. Ompliment total.	SI
		999102601	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 4 i 5 mL i citrat sòdic com additiu.	NO
5	Tubs amb heparina de liti/sodi	10000244	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit d'entre 6 i 7 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10007907	Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit de 4 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10010752	Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, heparina de liti com additiu, gel separador. Capacitat al buit de 3 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	SI
		10011147	Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit d'entre 9 i 10 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10029211	Tub d'extracció de sang al buit (TEB), de 100 x 13 mm, amb separador mecànic i heparina de liti com additiu, de plàstic i estèril. Capacitat al buit de 3,5 mL i tap de color verd segons la norma ISO 6710	NO
		999102602	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 1 i 5 mL i heparina de liti com additiu.	SI
6	Tubs glucosa	999100020	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i fluorur de sodi i oxalat de potassi com additiu.	NO
7	Tubs de sèrum secs (sense gel separador)	10007881	Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, sec no siliconat. Capacitat al buit de 5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		10014783	Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, de plàstic, sec no siliconat. Capacitat al buit de 3 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.	NO
		999100010	A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm amb diferents capacitats de buit, d'entre 2 i 4 mL, secs siliconats.	NO
		999101142	A - Tubs d'extracció de sang, de 16 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 9 i 10 mL, secs siliconats.	NO

LOT	DESCRIPCIÓ DEL LOT	CODI	DESCRIPCIÓ LLARGA DEL MATERIAL	CODIS OBLIGATORIS
8	Xeringues de gasometria	999100000	A - Xeringa 3 cossos d'entre 2 i 3 mL i entre 20 i 50 UI/mL d'heparina liofilitzada o sòlida equilibrada, agulla de seguretat de 22G a 23G, luer concèntric, tap seguretat segellament de la mostra, sense làtex, estèri, un sol ús, envàs individual	SI
		999100006	A - Xeringa de 3 cossos d'entre 2 i 3 mL i entre 20 i 50 UI per mL d'heparina equilibrada. Xeringa sense agulla, connexió luer, tap seguretat pel segellament de la mostra, lliure de làtex, estèril, atòxica, apirògena, d'un sol ús. Envàs individual.	SI
		999101139	A - Xeringa de 3 cossos d'1 mL i entre 20 i 50 UI per mL d'heparina equilibrada. Xeringa sense agulla, connexió luer, tap seguretat pel segellament de la mostra, lliure de làtex, estèril, atòxica i apirògena, d'un sol ús. Envàs individual.	SI
9	Material extracció complementari	10000000	Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 23G x ¾" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribisellada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual.	SI
		10000001	Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 21G x ¾" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribisellada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual.	SI
		10009013	Llanceta/dispositiu per a incisió capil·lar per a nounats de pes normal. Ganiveta d'1 mm de profunditat de punció x 2,5mm de longitud de tall. Sistema de bioeguretat passiu, lliure de làtex, estèril, atòxica i apirògena d'un sol ús.	NO
		10014660	Porta-tub de plàstic rebutjable amb adaptador luer-lok mascle concèntric, d'extracció múltiple per a tubs al buit, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Envàs individual.	NO
		10015792	Llanceta/dispositiu per a incisió capil·lar per a nounats de pes baix. Ganiveta de 0,85mm de profunditat de punció x 1,75mm de longitud de tall. Sistema de bioeguretat passiu, lliure de làtex, estèril, atòxica i apirògena d'un sol ús.	NO
		10021969	Agulla d'extracció de sang per gravetat a nounats i lactants, mida 22G x 22mm de llargària, d'acer inoxidable siliconat, amb una aleta de PVC, lliure de làtex, atòxica, apirògena, estèril i d'un sol ús.	NO
		10022218	Porta-tub de plàstic rebutjable amb adaptador luer femella concèntric, d'extracció múltiple per a tubs al buit, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Envàs individual.	NO
		10024778	Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 25G x ¾" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribiselada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Envàs individual.	SI
		999100001	A - Agulles hipodèrmiques d'extracció de sang al buit de doble punció d'entre 20 i 22G d'ample i entre 1 i 1½" de llargària. Agulla tribiselada de doble punció, lliure de làtex, d'acer inoxidable siliconat, estèril, atòxica i apirògena d'un sol ús.	SI
		999100005	A - Porta-tub de plàstic rebutjable amb con concèntric d'extracció multiple per a tubs al buit, sense làtex, d'un sol ús.	SI
		999100013	A - Adaptador luer o similar per a extracció al buit amb o sense porta-tub, lliure de làtex i d'un sol ús.	SI
10	Material extracció divers	10000002	Adaptador/dispensador per a tub d'extracció al buit per a frotis sanguini, d'un sol ús.	NO
		10000055	Capil·lar per a microhematocrit de plàstic sense additius entre 70 i 75 mm de llargària.	NO
		10000056	Capil·lar de plàstic per a la determinació de gasos/ph i calci iònic amb barreta metàl·lica i taps per a segellament de la mostra. Capil·lar d'heparina liofilitzada equilibrada electrolíticament. Capacitat de 125 µL.	NO
		10007561	Torniquet tipus cinta Smarch lliure de làtex per a extraccions de sang a pediatria, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 1-1,5 cm d'ample i 40-50 cm de llarg.	NO
		10007962	Torniquet tipus cinta Smarch lliure de làtex per a extraccions de sang a adults, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 2-3cm d'ample i entre 40-50cm de llarg.	NO
		10010633	Capil·lar per a microhematocrit de plàstic amb heparina d'amoni (NH4), entre 70 i 75 mm de llargària.	NO
		10012264	Torniquet ajustable fabricat amb material lliure de làtex, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 2-3 cm d'ample i entre 40-50 cm de llarg.	NO

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 10000000

Descripció tècnica:

Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 23G x ¾" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribisellada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 10000001

Descripció tècnica:

Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 21G x ¾" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribisellada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 10000002

Descripció tècnica:

Adaptador/dispensador per a tub d'extracció al buit per a frotis sangui ni, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 10000055

Descripció tècnica:

Capil·lar per a microhematocrit de plàstic sense additius entre 70 i 75 mm de llargària.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 10000056

Descripció tècnica:

Capil·lar de plàstic per a la determinació de gasos/ph i calci iònic amb barreta metàl·lica i taps per a segellament de la mostra. Capil·lar d'heparina liofilitzada equilibrada electrolíticament. Capacitat de 125 µL.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 10000239

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, EDTA K3 i Apro tinina com additiu. Capacitat al buit d'entre 4 i 5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 10000241

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, amb EDTA K2 com additiu. Capacitat al buit d'entre 9 i 10 mL amb tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 10000244

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 13 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit d'entre 6 i 7 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 10000717

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril amb EDTA K2 com additiu i gel separador. Capacitat al buit de 8,5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 10000729

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, estèril, amb ficoll i citrat de sodi com additiu i gel separador. Capacitat al buit d'entre 4 i 8 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 10007561

Descripció tècnica:

Torniquet tipus cinta Smarch lliure de làtex per a extraccions de sang a pediatria, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 1-1,5 cm d'ample i 40-50 cm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 10007881

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, sec no silicona t. Capacitat al buit de 5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 10007903

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, EDTA K3 com additiu. Capacitat al buit de 9 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 10007907

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit de 4 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 10007962

Descripció tècnica:

Torniquet tipus cinta Smarch lliure de làtex per a extraccions de sang a adults, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 2-3cm d'ample i entre 40-50cm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 10009013

Descripció tècnica:

Llançeta/dispositiu per a incisió capil·lar per a nous nats de pes normal. Ganiveta d'1 mm de profunditat de punció x 2,5mm de longitud de tall. Sistema de bioeguretat passiu, lliure de làtex, estèril, atòxic i apirògen d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 10010633

Descripció tècnica:

Capil·lar per a microhematocrit de plàstic amb heparina d'amoni (NH₄), entre 70 i 75 mm de llargària.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 10010752

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, heparina de liti com additiu, gel separador. Capacitat al buit de 3 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 10011147

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 16 mm, estèril, amb heparina de sodi com additiu. Capacitat al buit d'entre 9 i 10 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 10012211

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 100 x 13 mm, estèril, EDTA K3 com additiu. Capacitat al buit de 6 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 10012264

Descripció tècnica:

Torniquet ajustable fabricat amb material lliure de làtex, reutilitzable amb indicacions de desinfecció amb derivats de l'amoni quaternari. Mides: 2-3 cm d'amplada i entre 40-50 cm de llarg.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 10014660

Descripció tècnica:

Porta-tub de plàstic rebutjable amb adaptador luer-lok mascle concèntric, d'extracció múltiple per a tubs al buit, lliure de làtex, estèril, d'ús sol. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 10014783

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit, de 75 x 13 mm, estèril, de plàstic, sense no siliconat. Capacitat al buit de 3 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 10015792

Descripció tècnica:

Llanceta/dispositiu per a incisió capil·lar per a nous nats de pes baix. Ganiveta de 0,85mm de profunditat de punció x 1,75mm de longitud de tall. Sistema de bioseguretat passiu, lliure de làtex, estèril, atòxic i apirògen d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 10019068

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang capil·lar, estèril, de plàstic, amb EDTA K2 com additiu, 75 x 13 mm. Capacitat de 0,5 mL i tap de color normalitzat segons la norma ISO 6710.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 10021969

Descripció tècnica:

Agulla d'extracció de sang per gravetat a nounats i lactants, mida 22G x 22mm de llargària, d'acer inoxidable siliconat, amb una aleta de PVC, lliure de làtex, atòxica, apirògena, estèril i d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 10022218

Descripció tècnica:

Porta-tub de plàstic rebutjable amb adaptador luer femella concèntric, d'extracció múltiple per a tubs al buit, lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 10024778

Descripció tècnica:

Papallones de bioseguretat activa (BSA) per a extracció de sang al buit, agulla de 25G x 3/4" de llargària, acer inoxidable siliconat, tribiselada, extensió tubular entre 15 i 20 cm, adaptador luer. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 10029211

Descripció tècnica:

Tub d'extracció de sang al buit (TEB), de 100 x 13 mm, amb separador mecànic i heparina de liti com additiu, de plàstic i estèril. Capacitat al buit de 3,5 mL i tap de color verd segons la norma ISO 6710

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999100000

Descripció tècnica:

A - Xeringa 3 cossos d'entre 2 i 3 mL i entre 20 i 50 UI per mL d'heparina equilibrada amb agulla de bioseguretat premontada de 22G x 1" (0,7 x 25 mm), connexió luer, tap de seguretat per a el segellament de la mostra, lliure de làtex, estèril, atòxica, apirògena, d'un sol ús. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999100001

Descripció tècnica:

A - Agulles hipodèrmiques d'extracció de sang al buit de doble punció entre 20, 21 i 22G d'ample i entre 1 i 1½" (25 i 38 mm) de llargària. Agulla tribiselada de doble punció, lliure de làtex, d'acer inoxidable siliconat, estèril, atòxica i apirògena d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999100005

Descripció tècnica:

A - Porta-tub de plàstic rebutjable amb conccèntric d'extracció múltiple per a tubs al buit, sense làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999100006

Descripció tècnica:

A - Xeringa de 3 cossos d'entre 2 i 3 mL i entre 20 i 50 UI per mL d'heparina equilibrada. Xeringa sense agulla, connexió luer, tap seguretat pel segellament de la mostra, lliure de làtex, estèril, atòxica, apirògena, d'un sol ús. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999100009

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4,5 mL amb gel separador i activador de la coagulació.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999100010

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm amb diferents capacitats de buit, d'entre 2 i 4 mL, secs siliconats.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999100013

Descripció tècnica:

A - Adaptador luer o similar per a extracció al buit amb o sense porta- tub, lliure de làtex i d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999100020

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i fluorur de sodi i oxalat de potassi com additiu.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999101139

Descripció tècnica:

A - Xeringa de 3 cossos d'1 mL aproximadament i entre 20 i 50 UI per mL d'heparina equilibrada. Xeringa sense agulla, connexió luer, tap seguretat pel segellament de la mostra, lliure de làtex, estèril, atòxica i apirògena, d'un sol ús. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999101142

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 16 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 9 i 10 mL, secs siliconats.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999102140

Descripció tècnica:

A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,8 mL i heparina de liti com additiu. Gel separador.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999102588

Descripció tècnica:

A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,6 mL i EDTA K2 amb additiu.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999102589

Descripció tècnica:

A - Microtubs col·lectors de sang per a capil·lars amb diferents capacitats, d'entre 0,2 i 0,6 mL. Gel separador.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999102590

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i EDTA K2 com additiu.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999102592

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 2 i 4 mL i EDTA K3 com additiu.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999102597

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 5 i 6 mL amb gel separador i activador de la coagulació.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999102598

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 16 x 100 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 8 i 10 mL amb gel separador i activador de la coagulació.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999102599

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 1,5 i 3,5 mL i citrat sòdic com additiu amb doble tub i interior de polipropilè. Ompliment total.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999102601

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 4 i 5 mL i citrat sòdic com additiu.

SOL.COMANDA: 1101349076 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999102602

Descripció tècnica:

A - Tubs d'extracció de sang, de 13 x 75 mm, amb diferents capacitats de buit d'entre 1 i 5 mL i heparina de liti com additiu.

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101349076_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte,
pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquesta guia es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3

Fitxa Criteris Objectius

ANNEX D4

Fitxa resum judici valor

ANNEX D5

Fitxa resum requisits obligatoris addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

No hi ha mostres.

ANNEX F - DOTACIÓ MÍNIMA PER CENTRE

Hospital Verge de la Cinta

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 4 quioscos + 4 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Germans Trias i Pujol

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 6 quioscos + 6 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Joan XXIII

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 8 quioscos + 8 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Dr. Josep Trueta

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 5 quioscos + 5 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Arnau de Vilanova

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 10 quioscos + 10 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Bellvitge – Centre extracció Metropolitana Sud

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 9 quioscos + 9 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 1 quiosc tàctil + 1 impressora de tiquets + pantalla + PC

Hospital Vall d'Hebron

- Boxes d'extracció/ entrega de mostres: 19 quioscos + 19 impressores d'etiquetes
- Àrea de recepció del pacient: 5 quiosc tàctil + 5 impressora de tiquets + 5 pantalla + 5 PC