

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE SANITARI D'ENDOSCÒPIA PER L'INSTITUT
D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA. PER LOTS**

EXP. CONTR/2023/0000000095

PROCEDIMENT OBERT

SUBJECTE REGULACIÓ HARMONITZADA

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUSPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	4
2.3 DURADA DEL CONCURS	4
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	4
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	4
3.1.1 MOSTRES REQUERIDES	15
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	16
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	17
4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	17
4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TECNICA. VALORABLE	18
4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA. VALORABLE	18
5 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	19
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS	19
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	26
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	27
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	28
8 DADES DE CONTACTE	29
9 ANNEXES	
9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS	30
9.2 ANNEX 2. MOSTRES REQUERIDES	34
9.3 ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA, RÀPEL I CRITERIS AUTOMÀTICS	36

1 ANTECEDENTS

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'OBJECTE del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible sanitari d'endoscòpia per cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots. Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS
LOT 1	RECOLLIDOR DE PÒLIPS	17.104,50 €	51.313,50 €
LOT 2	NANSA CALENTA POLIPECTOMIA	3.402,00 €	10.206,00 €
LOT 3	XERINGA + MANÒMETRE	1.260,00 €	3.780,00 €
LOT 4	LLIGADURA VARIUS	5.082,00 €	15.246,00 €
LOT 5	PINÇA BIÒPSIA	19.981,50 €	59.944,50 €
LOT 6	DILATADOR COLON	4.725,00 €	14.175,00 €
LOT 7	SONDA GASTROTOMIA	8.074,50 €	24.223,50 €
LOT 8	CATÈTER POLVORITZACIÓ	1.190,70 €	3.572,10 €
LOT 9	CAPUTXÓ DISTAL	5.006,40 €	15.019,20 €
LOT 10	NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA	2.471,70 €	7.415,10 €
LOT 11	PINÇA EXTRACCIÓ	420,00 €	1.260,00 €
LOT 12	GUIA PRÒTESIS	1.260,00 €	3.780,00 €
LOT 13	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE	9.712,50 €	29.137,50 €
LOT 14	CLIP DENTAT	903,00 €	2.709,00 €
LOT 15	MOSSEGADOR	4.445,28 €	13.335,84 €
LOT 16	GEL LUBRICANT	2.794,30 €	8.382,91 €
LOT 17	MARCADOR ENDOSCÒPIC	7.544,46 €	22.633,38 €
LOT 18	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA	39.375,00 €	118.125,00 €
LOT 19	AGULLA ESCLEROSIS	9.504,60 €	28.513,80 €
LOT 20	NANSA CISTELLA	11.193,00 €	33.579,00 €
LOT 21	SONDA NASOYEYUNAL	372,75 €	1.118,25 €
LOT 22	MESURADOR ESTOMA	63,00 €	189,00 €
LOT 23	RASPALL NETEJA	4.410,00 €	13.230,00 €
LOT 24	CLIP APLICADOR	82.560,00 €	247.680,00 €
LOT 25	PINÇA COS ESTRANY	153,00 €	459,00 €
LOT 26	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA	841,00 €	2.523,00 €
LOT 27	NANSA POLIPECTOMIA EMR	510,00 €	1.530,00 €
LOT 28	TEST HELICOBACTER PYLORI	3.200,00 €	9.600,00 €
TOTAL		247.560,19 €	742.680,58 €

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 30 i s.)**. Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	742.680,58 €
Import total amb IVA:	861.693,17 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 742.680,58 € (SENSE IVA) (10/21% IVA) 3 ANYS.

Pròrrogues: SI. 247.560,19 € + 247.560,19 € = 495.120,38 €.

Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20%= 148.536,12€

Import total VEC = 1.386.337,08 €

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les mides i característiques dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si s'ajusten a les necessitats del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 - RECOLLIDOR DE PÒLIPS

51061 – RECOLLIDOR DE PÒLIPS

Recipient de plàstic per la succió de pòlips extrets a l'endoscòpia digestiva terapèutica.
Format per un tub de connexió amb l'endoscopi.
Una tapa amb connexió per a tubs de succió central.
Recipient amb compartiments individualitzats.
Quatre càmeres de pòlips extraïbles.
Lliure de làtex.
Un sol ús.

LOT 2 - NANSA CALENTA POLIPECTOMIA

51063 – NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CM X 25MM RODONA

Nansa de polipectomia de 25mm per la cirurgia d'extracció d'un pòlip.
Amb cable de tefló transparent.
Mànec amb tres anells.
Malla trenada rígida.
Forma arrodonida.
Mides: 25mm Ø nansa x 240 cm longitud treball x 2,4mm Ø exterior.
Lliure de làtex.
Un sol ús.

52217 – NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CM X 33MM RODONA

Nansa de polipectomia de 33mm per la cirurgia d'extracció d'un pòlip.
Amb cable de tefló transparent.
Mànec amb tres anells.
Malla trenada rígida.
Forma arrodonida.
Mides: 33mm Ø nansa x 240 cm longitud treball x 2,4mm Ø exterior.
Lliure de làtex.
Un sol ús.

LOT 3 - XERINGA + MANÒMETRE

51080 – XERINGA + MANÒMETRE U/S

Està indicat per inflar i desinflar catèters baló de dilatació.
Xeringa d'un sol ús muntada amb un manòmetre d'un sol ús.
Doble graduació del manòmetre (en atmosferes ATM i en lliures per polzada quadrada psi)
Precisió del manòmetre dins del rang de +/-4%.
Marcadors de volum a la xeringa de 0 a 50 ml.

LOT 4 - LLIGADURA VARIUS

51371 – LLIGADURA VARIUS ESOFÀGIQUES

Unitat de lligadura transparent amb bandes muntades a la part posterior per procediment per tractar les venes arrendades de la gola.
Canal de treball mínim de 2,8 mm.
Desplegament d'una única corda.
Banda d'avís.
Bandes de motlle quadrat.
Màneg amb fil metàl·lic premuntat.
Indicador de desplegament de banda.
7 bandes per unitat. 8,6-11,5mm de diàmetre extern d'endoscopi.
Lliure de làtex.

LOT 5 - PINÇA BIOPSIA

51574 – PINÇA BIOPSIA GAS/COLO 160CM X 2,3MM

Pinça de biòpsia per obtenir mostres de teixit.
Sistema de doble tensor.
Longitud total de 160 cm.
Diàmetre de la pinça 2,3mm.
Canal de treball de 2,8mm.
Un sol ús.

51575 – PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 240CM X 2,3MM

Pinça de biòpsia per obtenir mostres de teixit mucós.
Sistema de doble tensor.
Longitud total de 240 cm.
Diàmetre de la pinça 2,3mm.
Canal de treball de 2,8mm.
Un sol ús.

LOT 6 - DILATADOR COLON

51598 – DILATADOR COLON 240CM 12-13,5-15MM

Els catèters baló de dilatació amb guia estan indicats per utilitzar-se amb adults i adolescents en la dilatació endoscòpica d'estenosi del tub digestiu.
Baló de dilatació amb guia integrada.
Diàmetre extern d'inflat del baló 12-13,5-15mm
Longitud del baló: 5,5 cm
Pressió d'inflat: 3-4,5-8 ATM
Canal de treball: 2,8 mm
Diàmetre mínim del catèter: 7,5/2,50mm.
Longitud de treball: 240 cm.
Un sol ús.

53008 – DILATADOR COLON 240CM 10-11-12MM

Els catèters baló de dilatació amb guia estan indicats per utilitzar-se amb adults i adolescents en la dilatació endoscòpica d'estenosi del tub digestiu.

Amb una guia de punta de 0,035 in (0,89 mm) aprox. precarregada.

Diàmetre extern d'inflat del baló 10-11-12mm

Longitud de treball: 240 cm

Longitud del baló : 5,5 cm

Pressió d'inflat: 3-5-8 ATM

Canal de treball: 2,8 mm

Diàmetre del catèter: 7,5/2,50

Un sol ús.

51599 – DILATADOR COLON 240CM 15-16,5-18MM

Els catèters baló de dilatació amb guia estan indicats per utilitzar-se amb adults i adolescents en la dilatació endoscòpica d'estenosi del tub digestiu.

Baló de dilatació amb guia integrada.

Diàmetre extern d'inflat del baló 15-16,5-18mm

Longitud del baló: 5,5 cm

Pressió d'inflat: 3-4,5-7 ATM

Canal de treball: 2,8 mm

Diàmetre mínim del catèter: 7,5/2,50mm.

Longitud de treball: 240 cm

Un sol ús.

LOT 7 - SONDA GASTROTOMIA

52727 – SONDA GASTROSTOMIA PEG 24CH

Sonda de gastrostomia endoscòpica percutània indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Graduació en cm impresa a la sonda.

Anell de retenció externa.

Suport de retenció interna col·lapsable.

Banda i suport de retenció interna radioopaca.

Connector per a alimentació i port de medicació ENFIT.

52801 – SONDA GASTROSTOMIA PEG 20CH

Sonda de gastrostomia endoscòpica percutània indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Graduació en cm impresa a la sonda.

Anell de retenció externa.

Suport de retenció interna col·lapsable.

Banda i suport de retenció interna radioopaca.

Connector per a alimentació i Port de medicació ENFIT.

52730 – SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 20CH-3,5CM

Sonda de gastrostomia de baix perfil indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Baló de retenció interna.

Vàlvula de baló amb identificació.

Banda radioopaca.

Volum d'ompliment 5cc.

20 Fr. 3,5cm.

Joc extensions enfit per alimentació continua i alimentació per Bolus xeringues connexió Enfit

52731 – SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 20CH-2,5CM

Sonda de gastrostomia de baix perfil indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Baló de retenció interna.

Vàlvula de baló amb identificació.

Banda radioopaca.

Volum d'ompliment 5cc.

20 Fr. 2,5cm.

Joc extensions enfit per alimentació continua i alimentació per Bolus xeringues connexió Enfit

52733 – SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH-4,0CM

Sonda de gastrostomia de baix perfil indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Baló de retenció interna.

Vàlvula de baló amb identificació.

Banda radioopaca.

Volum d'ompliment 5cc.

24 Fr. 4cm.

Joc extensions enfit per alimentació continua i alimentació per Bolus xeringues connexió Enfit

52869 – SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH-3,5CM

Sonda de gastrostomia de baix perfil indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Baló de retenció interna.

Vàlvula de baló amb identificació.

Banda radioopaca.

Volum d'ompliment 5cc.

24 Fr. 3,5cm.

Joc extensions enfit per alimentació continua i alimentació per Bolus xeringues connexió Enfit

52809 –SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH-2,5CM

Sonda de gastrostomia de baix perfil indicada per a pacients que requereixen nutrició per sonda a llarg termini.

Sonda de silicona de grau mèdic transparent.

Baló de retenció interna.

Vàlvula de baló amb identificació.

Banda radioopaca.

Volum d'ompliment 5cc.

24 Fr. 2,5cm.

Joc extensions enfit per alimentació continua i alimentació per Bolus xeringues connexió Enfit

LOT 8 - CATÈTER POLVORITZACIÓ

53918 – CATÈTER DE POLVORITZACIÓ ENDOSCÒPIA

Maximitza l'eficàcia i l'eficiència de la polvorització durant l'endoscòpia.

Canal de treball: 2,8mm.

Longitud de treball: 2400 mm.

LOT 9 - CAPUTXÓ DISTAL

54337 – CAPUTXÓ DISTAL 12,4MM

Caputxó distal.

Longitud des de l'extrem distal de l'endoscopi: 4 mm.

Vores arrodonides del caputxó.

Mida: 12,4 mm.

Estèril.

54338 – CAPUTXÓ DISTAL 15MM

Caputxó distal.

Longitud des de l'extrem distal de l'endoscopi: 4 mm.

Vores arrodonides del caputxó.

Mida: 15 mm.

Estèril.

LOT 10- NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA

53228 – NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA U/S

Dispositiu de lligadures d'un sol ús amb niló premuntat.

Mànec incorporat amb espiral metàl·lica recoberta de material plàstic.

Lligadura sense deformitat.

Longitud 2300 mm.

Canal mínim 2,8 mm.
Diàmetre màxim 2,6 mm.
Diàmetre màxima de llaç 30 mm.

LOT 11 - PINÇA EXTRACCIÓ

52348 – PINÇA EXTRACCIÓ 2,3MM X 180CM

Pinça d'extracció de cossos estranys.
Dentada.
Espirall d'acer inoxidable. Recoberta.
Longitud: 180 cm
Diàmetre: 2,3mm
Un sol ús.

LOT 12 - GUIA PRÒTESIS

52814 – GUIA PRÒTESIS GASTRO METÀL.LICA COLON

Filferro llis de Nitinol recobert.
Punta hidrofílica de 5 cm.
Longitud: 450 cm.
Amb marques visibles per a endoscòpia.

LOT 13 - PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE

52975 – PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X80MM

Pròtesis enteral autoexpandible de Nitinol no recoberta per a tractament d'estenosi colònica en endoscòpia digestiva.
Amb marcadors radioopacs.
Stent: 22 mm.
Tulipa: 26 mm.
Longitud: 80 mm.
Un sol ús.

52977 – PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X100MM

Pròtesis autoexpandible de Nitinol no recoberta per a tractament d'estenosi colònica en endoscòpia digestiva.
Alliberament distal.
Amb marcadors radioopacs.
Pròtesis: 22 mm.
Tulipa 26 mm.
Longitud: 100 mm.

LOT 14 – CLIP DENTAT

53229 – CLIP DENTAT + RODA DIAM.9,5-11MM

Sistema de clip endoscòpic muntat en sobre tub.
Indicat per a l'hemostàsia o per tractar lesions de la paret dels òrgans gastrointestinals.
Longitud: 162 cm.
Compressió tissular de 360º.
Diàmetre de l'endoscopi: 9,5-11mm.
Espais buits per facilitar el flux sanguini.
Topalls per limitar la profunditat de la penetració i la pressió entre el teixit.
Envàs unitari estèril.
Lliure de làtex.

LOT 15 - MOSSEGADOR

53672 – MOSSEGADOR ENDOSCOPIA AMB CINTA

Mossegador per a endoscòpia amb cinta de subjecció d'ajust.
Subministrament d'oxigen mitjançant un sistema d'administració nasal incorporat al mossegador.
Orificis per a aspiració lateral de secrecions.
Per endoscòpis de fins a CH-60.
Sense làtex. Sense PVC.

LOT 16 – GEL LUBRICANT

53418 – GEL LUBRICANT 100G

Gel lubricant per a exploracions ginecològiques, urològiques, endoscòpiques i d'instrumental.
Transparent i hidrosoluble.
Soluble en aigua.
Lliure de parafina o vaselina.
Tub de 100g.

LOT 17 -MARCADOR ENDOSCÒPIC

53422 – MARCADOR ENDOSCOPIC

Marcador indicat per tatuar de forma endoscòpica lesions al tracte gastrointestinal.
Amb permanència d'almenys 36 mesos.
Xeringa preparada per l'ús.
Composició: aigua, polisorbat 80, glicerol, alcohol benzílic, Simeticona i carbó negre de puresa elevada, o composició equivalent (supeditada per la unitat tècnica).
Xeringa apirògena i estèril.
Xeringa amb 5ml de suspensió..

LOT 18 – NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA

52216 – NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CM X 15MM

Nansa polipectomia ovalada de 15mm per la cirurgia d'extracció d'un pòlip.

Forma estel.

Híbrida i trenada.

Longitud total de 230cm.

Diàmetre: 2,3mm.

Canal de treball: 2,8mm.

Obertures nansa: 15mm.

Lliure de làtex.

Un sol ús.

Envàs estèril.

00000 – NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CM X 10MM

Nansa polipectomia ovalada de 10mm per la cirurgia d'extracció d'un pòlip.

Forma estel.

Híbrida i trenada.

Longitud total de 230cm.

Diàmetre: 2,3mm.

Canal de treball: 2,8mm.

Obertures nansa: 10mm.

Lliure de làtex.

Un sol ús.

Envàs estèril.

LOT 19- AGULLA ESCLEROSIS

51050 – AGULLA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 230CM X 2,8MM

S'usa per a la injecció al tracte gastrointestinal superior i inferior.

Mecanisme bloqueig en mànec.

Agulla: 0,5 mm x 4 mm de longitud.

Guia de l'agulla distal.

Longitud: 230 cm.

Canal de treball: 2,8 mm.

Un sol ús.

LOT 20 - NANSA CISTELLA

52121 – NANSA CISTELLA COS EXTRANY 230CM

Nansa de xarxa indicada per a extracció de pòlips i cossos estranys en endoscòpia digestiva.

Vaina transparent amb extremitat atraumàtica.

Xarxa gran i transparent.

Vaina de 2,4 mm.
Multifilament.
Giratòria 360º.
Longitud: 230 cm.
Volum: 7cc
Lliure de làtex.

LOT 21 - SONDA NASOEYUNAL

51343 – SONDA ALIMENTACIÓ NASOEYUNAL 8FRX270CM

Sonda de 8 FR de poliuretà amb quatre orificis de sortida.
Col·locació pel canal de treball de l'endoscopi >2,8 mm.
Longitud de 270 cm amb marques cada 5 cm.
Amb un catèter per redirigir la sonda un cop extret l'endoscopi.
Connector ENFIT.

LOT 22 - MESURADOR

00000 – MESURADOR ESTOMA

Mesurador per determinar la longitud de l'estoma per col·locar el calibre correcte de sonda per a nutrició enteral.
Amb mecanisme de retenció desplegable.
Adequat per a la tècnica Seldinger.
Fabricat amb poliuretà.
Lliure de làtex i DEHP.
D'un sol ús.

LOT 23 - RASPALL NETEJA

52862 – KIT 2 RASPALLS NETEJA ENDOSCÒPIA 230CM X 5MM

Dissenyats per netejar canals de treball, canals d'aire/aigua i vàlvules d'endoscòpis flexibles.
1 raspall doble per a canal de treball 5mm
1 raspall doble per a vàlvules de 5 i 11 mm.
Per a canal de 2,7 a 4,6 mm.
Longitud: 230 cm
Lliure de làtex.

LOT 24 – CLIP APLICADOR

51797 – CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 11MM

Clip per a hemostàsia.
Amb canal de treball de 2.8mm.
Obertura del clip de 11mm.
Clips reposicionables.
Rotació de 360 °.
Diàmetre: 2,3mm.
Longitud: 230 cm.
Lliure de làtex.

00000 – CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 13MM

Clip per a hemostàsia.
Amb canal de treball de 2.8mm.
Obertura del clip de 13mm.
Clips reposicionables.
Rotació de 360 °.
Diàmetre: 2,3mm.
Longitud: 230 cm.
Lliure de làtex.

LOT 25 -PINÇA COS ESTRANY

00000 – PINÇA COS ESTRANY 3 PUNTES

Pinça de cossos estranys 3 puntes arrodonides.
Pinça recoberta ovalada, amb dents i sense agulla.
Longitud: 230 cm.
Compatible amb endoscopis amb canal de treball de 2,8mm o superior.
Sense làtex.
Un sol ús.

LOT 26 -PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA

00000 – PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA

Pinça bipolar per hemostàsia en sagnats gastrointestinals.
Amb cable i connector inclòs.
Obertura de les pales: 5,8mm.
Pinça i beina d'acer inoxidable de grau mèdic.
Compatible amb endoscopis amb canal de treball de 2,8mm.
Sense làtex.
Un sol ús.

LOT 27 –NANSA POLIPECTOMIA EMR

53344 – NANSA POLIPECTOMIA EMR

Nansa de polipectomia per resecció endoscòpica de la mucosa (EMR).

Ø de la nansa: 14x27mm.

Ø del catèter: 2,4mm.

Longitud: 230 cm.

Connexió OL.

Estèril.

Lliure de làtex.

Un sol ús.

LOT 28 – TEST HELICOBACTER PYLORI

53344 – TEST HELICOBACTER PYLORI

Test per a la detecció de Helicobacter pylori en biomostres de mucosa gàstrica.

Amb disc de cel·lulosa amb urea i indicador de pH que canvia de color indicant el resultat.

Detecció de resultat positiu en menys de 10 minuts.

Confirmació del resultat en menys de 60 minuts.

3.1.1 MOSTRES

Serà **OBLIGATORI** que la licitadora envii les mostres requerides a **l'ANNEX 2 – MOSTRES REQUERIDES (pàg. 34 i s.)**.

Les mostres han de ser iguals als models oferts al sobre B i han de portar tots els components necessaris per fer les proves. En el cas que hi hagi algun dubte o que es requereixin més unitats per poder fer les proves i valoracions, es podran sol·licitar més mostres i es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la referència, quantitat i lloc de lliurament.

Les mostres s'hauran d'enviar des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictamini l'anunci de licitació, a la següent adreça: Hospital Santa Caterina. Magatzem General. C/ Dr. Castany, S/N. 17190 – Salt (Girona).

Les mostres hauran de portar identificat el número de lot i el codi SAP de l'IAS.

Serà imprescindible rebre les mostres per fer la valoració tècnica. En el cas que alguna licitadora no envii les mostres, quedarà EXCLOSA del procés de licitació.

Serà imprescindible adjuntar al Sobre B un comprovant de lliurament de les mostres amb la data i signatura de l'IAS.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l'incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.

Caldrà aportar un certificat de compromís al Sobre B.

4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.

8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides en el punt 3 Requeriments Tècnics de l'Objecte (pàg.4 i s.). En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 36 i s.)**.

4.1 SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (VALORABLE)

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE - MÀXIM 50 PUNTS

Per tal que les supervisores i personal assignat d'Endoscòpia puguin valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació:**

- 1- Caldrà aportar el **CERTIFICAT DE COMPROMÍS** de l'epígraf 3.2 Requeriments tècnics obligatoris de l'objecte contractual en fase d'execució del contracte, punt. 3 (pàg. 16).
- 2- **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els requeriments tècnics específics remarcats.
- 3- **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de les mostres lliurades.

Tots els requeriments tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 SOBRE C: OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 50 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 36 i s.)**, degudament signada. Caldrà omplir els següents documents, **un per cada lot licitat:**

- **Proposta econòmica.** (màxim 40 punts).
- **Ràpel.** (màxim 5 punts).
- **Referència alternativa.** (màxim 5 punts).

5. CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITÈRIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS

La valoració dels punts es farà per lots i en funció dels següents criteris:

LOTS	CRITERIS SUBJECTIUS DE JUDICI DE VALOR. MÀXIM 50 PUNTS
RECOLLIDOR DE PÒLIPS LOT 1	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats i especialment la visibilitat – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, l'adaptabilitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la pressió a l'obrir i tancar – <u>Màxim 10 punts.</u>
NANSES LOTS: 2, 10, 18, 20, 27	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i no pugui malmetre el canal per tal que sigui segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats i especialment el lliscament, la rotació i el tall, que sigui net – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, l'adaptabilitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la pressió a l'obrir i tancar – <u>Màxim 10 punts.</u>

PINCES I CLIP APLICADOR LOTS: 5, 11, 24, 25, 26	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment del mànec i les dents – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i no pugui malmetre el canal per tal que sigui segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, l'adaptabilitat, l'estabilitat, la rotació (del clip) i el comportament al sotmetre'l a la pressió – <u>Màxim 10 punts.</u>
XERINGA I DILATADOR COLON LOT: 3, 6	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment el lliscament i la precisió – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats i especialment la pressió i l'inflat del globus – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la rigidesa, la suavitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la pressió – <u>Màxim 10 punts.</u>

LLIGADURA VARIUS I CAPUTXÓ DISTAL LOT: 4, 9	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment la col·locació a l'endoscop – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la rigidesa, la suavitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la pressió – <u>Màxim 10 punts.</u>
SONDES I GUIA PRÒTESIS LOT: 7, 12, 21	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment la col·locació i la retirada – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la flexibilitat, la rigidesa, la suavitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la pressió – <u>Màxim 10 punts.</u>

CATÈTER LOT: 8	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment durant la polvorització – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la flexibilitat, la suavitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial – <u>Màxim 10 punts.</u>
PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLES LOT: 13	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment durant la introducció al canal – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats, especialment durant la col·locació que s'expandeixi adequadament – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la flexibilitat, la suavitat, l'estabilitat, la memòria i el comportament al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial – <u>Màxim 10 punts.</u>

CLIP DENTAT LOT: 14	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment la col·locació a l'exterior de l'endoscopi.– <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, l'elasticitat, la flexibilitat i l'estabilitat al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial – <u>Màxim 10 punts.</u>
MOSSEGADOR, MESURADOR ESTOMA LOT: 15, 22	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret – <u>Màxim 10 punts.</u> 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats – <u>Màxim 10 punts.</u> 6. Es valorarà el comportament de material envers la resistència, la flexibilitat, la suavitat, l'estabilitat i el comportament al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial – <u>Màxim 10 punts.</u>
GEL LUBRICANT LOT: 16	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u>

	3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment que llisqui bé i flueixi – Màxim 10 punts. 4. Es valorarà que el producte no irriti i sigui innocu i segur pel pacient durant l'ús – Màxim 10 punts. Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts: 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats especialment que no greixi ni taqui i sigui fàcil de retirar – Màxim 10 punts. 6. Es valorarà el comportament de material al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial i especialment la transparència que no distorsioni la imatge quan s'utilitzen aparells endoscòpics i que no danyi els dispositius ni les gomes – Màxim 10 punts.
MARCADOR ENDOSCÒPIC LOT: 17	Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts: 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts. 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts. Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts: 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment durant la injecció – Màxim 10 punts. 4. Es valorarà que el producte no irriti i sigui innocu i segur pel pacient durant l'ús – Màxim 10 punts. Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts: 5. Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats tant de la xeringa com del contrast – Màxim 10 punts. 6. Es valorarà el comportament de material al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial, especialment envers la permanència i la visibilitat per tal que permeti la localització quirúrgica de manera adient – Màxim 10 punts.
AGULLA ESCLEROSIS LOT: 19	Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts: 1. Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. Màxim 5 punts. 2. Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. Màxim 5 punts. Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts: 3. Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret especialment la connexió amb la xeringa – Màxim 10 punts. 4. Es valorarà que el producte sigui atraumàtic i segur pel pacient durant l'ús – Màxim 10 punts.

	<u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> - Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats especialment del bisell que clavi adequadament – <u>Màxim 10 punts.</u> - Es valorarà el comportament de material al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial, especialment la resistència – <u>Màxim 10 punts.</u>
RASPALL NETEJA LOT: 23	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> - Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> - Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> - Es valorarà l'ergonomia i la facilitat d'ús del producte durant la manipulació amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret – <u>Màxim 10 punts.</u> - Es valorarà que el producte sigui segur per tal que durant l'ús no ratlli ni malmeti el canal o la vàlvula – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i comportament del material – Màxim 20 punts:</u> - Es valorarà la qualitat del material i les seves propietats especialment del les cerres del raspall – <u>Màxim 10 punts.</u> - Es valorarà el comportament de material al sotmetre'l a la manipulació per la part assistencial, especialment la resistència, la duresa – <u>Màxim 10 punts.</u>
TEST HELICOBACTER PYLORI LOT: 28	<u>Atributs funcionals de l'envàs – Màxim 10 punts:</u> - Es valorarà la facilitat d'obertura de l'envàs, que sigui còmode, ràpid i que permeti una extracció òptima del producte. <u>Màxim 5 punts.</u> - Es valorarà la visibilitat de l'etiquetat de l'envàs, que ofereixi una fàcil i ràpida identificació del producte per la part assistencial. <u>Màxim 5 punts.</u> <u>Ergonomia, facilitat d'ús i seguretat del producte – Màxim 20 punts:</u> - Es valorarà l'ergonomia del conjunt per tal que el procediment per al diagnòstic sigui senzill amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret – <u>Màxim 10 punts.</u> - Es valorarà la fiabilitat del producte – <u>Màxim 10 punts.</u> <u>Qualitat i conservació del material – Màxim 20 punts:</u> - Es valorarà la rapidesa en l'obtenció i confirmació del resultat – <u>Màxim 10 punts.</u> - Es valorarà la qualitat del material en el seu conjunt i les condicions per la conservació i emmagatzematge – <u>Màxim 10 punts.</u>

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri: 1, 2, 3, 4, 5 i 6** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica, ràpel i criteris automàtics (ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 36 i s.))

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE (FINS A 40 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **40 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,40**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$P_x = (O_x / O_e) * 5$$

On:

P_x : puntuació ràpel valorat

O_x : proposta de % ràpel ofert

O_e : proposta de % ràpel més alta

3. REFERÈNCIA ALTERNATIVA. MÀXIM 5 PUNTS:

La licitadora que presenti una referència alternativa d'igual prestacions o superiors, i d'igual preu, en el cas de trencament d'estoc o de descatalogament durant la vigència del contracte i per al lot sencer, **obtindrà 5 punts**. La no aportació de cap referència alternativa es valorarà amb 0 punts.

IMPRESINDIBLE ADJUNTAR LA FITXA TÈCNICA DE CADA REFERÈNCIA ALTERNATIVA APORTADA. LA NO APORTACIÓ DE LA FITXA TÈCNICA CORRESPONENT, IMPLICARÀ UNA VALORACIÓ DE 0 PUNTS.

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb

la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - logistica@ias.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet@ias.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa@ias.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 23 de maig de 2023

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
LOT 1 - RECOLLIDOR DE PÒLIPS							
1	51061	RECOLLIDOR DE PÒLIPS	3.258	5,25 €	17.104,50 €	21%	20.696,45 €
LOT 2 - NANSÀ CALENTA POLIPECTOMIA							
2	51063	NANSÀ CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX25MM RODONA	240	9,45 €	2.268,00 €	21%	2.744,28 €
2	52217	NANSÀ CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX33MM RODONA	120	9,45 €	1.134,00 €	21%	1.372,14 €
TOTAL LOT 2					3.402,00 €		4.116,42 €
LOT 3 - XERINGA + MANÒMETRE							
3	51080	XERINGA + MANÒMETRE U/S	4	315,00 €	1.260,00 €	21%	1.524,60 €
LOT 4 - LLIGADURA VARIUS							
4	51371	LLIGADURA VARIUS ESOFÀGIQUES	44	115,50 €	5.082,00 €	10%	5.590,20 €
LOT 5 - PINÇA BIÒPSIA							
5	51574	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 160CMX2,3MM	1.940	5,78 €	11.203,50 €	21%	13.556,24 €
5	51575	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 240CMX2,3MM	1.520	5,78 €	8.778,00 €	21%	10.621,38 €
TOTAL LOT 5					19.981,50 €		24.177,62 €
LOT 6 - DILATADOR COLON							
6	51598	DILATADOR COLON 240CM 12-13,5-15MM	6	157,50 €	945,00 €	21%	1.143,45 €
6	53008	DILATADOR COLON 240CM 10-11-12MM	10	157,50 €	1.575,00 €	21%	1.905,75 €
6	51599	DILATADOR COLON 240CM 15-16,5-18MM	14	157,50 €	2.205,00 €	21%	2.668,05 €
TOTAL LOT 6					4.725,00 €		5.717,25 €
LOT 7 - SONTA GASTROTOMIA							
7	52727	SONTA GASTROTOMIA PEG 24CH	4	94,50 €	378,00 €	10%	415,80 €

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
7	52801	SONDA GASTROSTOMIA PEG 20CH	16	94,50 €	1.512,00 €	10%	1.663,20 €
7	52730	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG?? 20CH - 3,5CM	10	162,75 €	1.627,50 €	10%	1.790,25 €
7	52731	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 20CH - 2,5CM	4	162,75 €	651,00 €	10%	716,10 €
7	52733	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 4,0CM	14	162,75 €	2.278,50 €	10%	2.506,35 €
7	52869	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 3,5CM	8	162,75 €	1.302,00 €	10%	1.432,20 €
7	52809	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 2,5CM	2	162,75 €	325,50 €	10%	358,05 €
TOTAL LOT 7					8.074,50 €		8.881,95 €
LOT 8 - CATÈTER POLVORITZACIÓ							
8	53918	CATÈTER POLVORITZACIÓ ENDOSCÒPIA	12	99,23 €	1.190,70 €	21%	1.440,75 €
LOT 9 - CAPUTXÓ DISTAL							
9	54337	CAPUTXÓ DISTAL 12,4MM	40	31,29 €	1.251,60 €	21%	1.514,44 €
9	54338	CAPUTXÓ DISTAL 15MM	120	31,29 €	3.754,80 €	21%	4.543,31 €
TOTAL LOT 9					5.006,40 €		6.057,74 €
LOT 10 - NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA							
10	53228	NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA U/S	20	123,59 €	2.471,70 €	10%	2.718,87 €
LOT 11 - PINÇA EXTRACCIÓ							
11	52348	PINÇA EXTRACCIÓ 2,3MMX180CM	20	21,00 €	420,00 €	21%	508,20 €
LOT 12 - GUIA PRÒTESIS							
12	52814	GUIA PRÒTESIS GASTRO METÀL.LICA COLON	12	105,00 €	1.260,00 €	21%	1.524,60 €
LOT 13 - PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE							
13	52975	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X80MM	8	971,25 €	7.770,00 €	10%	8.547,00 €
13	52977	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X100MM	2	971,25 €	1.942,50 €	10%	2.136,75 €
TOTAL LOT 13					9.712,50 €		10.683,75 €
LOT 14 - CLIP DENTAT							
14	53229	CLIP DENTAT + RODA DIAM.9,5-11MM	2	451,50 €	903,00 €	10%	993,30 €

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
LOT 15 - MOSSEGADOR							
15	53672	MOSSEGADOR ENDOSCOPIA AMB CINTA	3.360	1,32 €	4.445,28 €	21%	5.378,79 €
LOT 16 - GEL LUBRICANT							
16	53418	GEL LUBRICANT 100G	804	3,48 €	2.794,30 €	10%	3.073,73 €
LOT 17 -MARCADOR ENDOSCÒPIC							
17	53422	MARCADOR ENDOSCÒPIC	220	34,29 €	7.544,46 €	21%	9.128,80 €
LOT 18 - NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA							
18	52216	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX15MM	2.500	11,25 €	28.125,00 €	21%	34.031,25 €
18	00000	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX10MM	1.000	11,25 €	11.250,00 €	21%	13.612,50 €
TOTAL LOT 18					39.375,00 €		47.643,75 €
LOT 19- AGULLA ESCLEROSIS							
19	51050	AGULLA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 230CM X 2,8MM	620	15,33 €	9.504,60 €	21%	11.500,57 €
LOT 20 - NANSA CISTELLA							
20	52121	NANSA CISTELLA COS EXTRANY 230CM	260	43,05 €	11.193,00 €	21%	13.543,53 €
LOT 21-SONDA NASOEYUNAL							
21	51343	SONDA ALIMENTACIÓ NASOEYUNAL 8FRX270	10	37,28 €	372,75 €	10%	410,03 €
LOT 22 - MESURADOR ESTOMA							
22	0,0000	MESURADOR ESTOMA	4	15,75 €	63,00 €	21%	76,23 €
LOT 23 - RASPALL NETEJA							
23	52862	KIT 2 RASPALLS NETEJA END 230CM X 5MM	2.000	2,21 €	4.410,00 €	21%	5.336,10 €
LOT 24-CLIP APLICADOR							
24	51797	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 11MM	960	43,00 €	41.280,00 €	10%	45.408,00 €
24	00000	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 13MM	960	43,00 €	41.280,00 €	10%	45.408,00 €
TOTAL LOT 24					82.560,00 €		90.816,00 €
LOT 25 -PINÇA COS ESTRANY							

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
25	00000	PINÇA COS ESTRANY 3 PUNTES	10	15,30 €	153,00 €	21%	185,13 €
LOT 26 - PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA							
26	00000	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA	5	168,20 €	841,00 €	21%	1.017,61 €
LOT 27 - NANSA POLIPECTOMIA EMR							
27	53344	NANSA POLIPECTOMIA EMR	10	51,00 €	510,00 €	21%	617,10 €
LOT 28 - TEST HELICOBACTER PYLORI							
28	53455	TEST HELICOBACTER PYLORI	800	4,00 €	3.200,00 €	21%	3.872,00 €

TOTAL EXPEDIENT	247.560,19 €	287.231,05 €
-----------------	--------------	--------------

9.2 ANNEX 2. MOSTRES REQUERIDES

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRA
LOT 1 - RECOLLIDOR DE PÒLIPS			
1	51061	RECOLLIDOR DE PÒLIPS	5
LOT 2 - NANSA CALENTA POLIPECTOMIA			
2	51063	NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX25MM RODONA	3
2	52217	NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX33MM RODONA	3
LOT 3 - XERINGA + MANÒMETRE			
3	51080	XERINGA + MANÒMETRE U/S	2
LOT 4 - LLIGADURA VARIUS			
4	51371	LLIGADURA VARIUS ESOFÀGIQUES	3
LOT 5 - PINÇA BIÒPSIA			
5	51574	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 160CMX2,3MM	10
5	51575	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 240CMX2,3MM	10
LOT 6 - DILATADOR COLON			
6	51598	DILATADOR COLON 240CM 12-13,5-15MM	2
6	53008	DILATADOR COLON 240CM 10-11-12MM	2
6	51599	DILATADOR COLON 240CM 15-16,5-18MM	2
LOT 7 - SONDA GASTROTOMIA			
7	52727	SONDA GASTROTOMIA PEG 24CH	
7	52801	SONDA GASTROTOMIA PEG 20CH	3
7	52730	SONDA BOTÓ GASTROTOMIA PEG?? 20CH - 3,5CM	3
7	52731	SONDA BOTÓ GASTROTOMIA PEG 20CH - 2,5CM	
7	52733	SONDA BOTÓ GASTROTOMIA PEG 24CH - 4,0CM	
7	52869	SONDA BOTÓ GASTROTOMIA PEG 24CH - 3,5CM	
7	52809	SONDA BOTÓ GASTROTOMIA PEG 24CH - 2,5CM	
LOT 8 - CATÈTER POLVORITZACIÓ			
8	53918	CATÈTER POLVORITZACIÓ ENDOSCÒPIA	2
LOT 9 - CAPUTXÓ DISTAL			
9	54337	CAPUTXÓ DISTAL 12,4MM	3
9	54338	CAPUTXÓ DISTAL 15MM	3
LOT 10 - NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA			
10	53228	NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA U/S	2
LOT 11 - PINÇA EXTRACCIÓ			
11	52348	PINÇA EXTRACCIÓ 2,3MMX180CM	2
LOT 12 - GUIA PRÒTESIS			
12	52814	GUIA PRÒTESIS GASTRO METÀL·LICA COLON	2
LOT 13 - PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE			
13	52975	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X80MM	2

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE MOSTRA
13	52977	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X100MM	
LOT 14 - CLIP DENTAT			
14	53229	CLIP DENTAT + RODA DIAM.9,5-11MM	1
LOT 15 - MOSSEGADOR			
15	53672	MOSSEGADOR ENDOSCOPIA AMB CINTA	10
LOT 16 - GEL LUBRICANT			
16	53418	GEL LUBRICANT 100G	10
LOT 17 -MARCADOR ENDOSCÒPIC			
17	53422	MARCADOR ENDOSCÒPIC	5
LOT 18 - NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA			
18	52216	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX15MM	10
18	00000	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX10MM	10
LOT 19- AGULLA ESCLEROSIS			
19	51050	AGULLA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 230CM X 2,8MM	10
LOT 20 - NANSA CISTELLA			
20	52121	NANSA CISTELLA COS EXTRANY 230CM	5
LOT 21-SONDA NASOYEYUNAL			
21	51343	SONDA ALIMENTACIÓ NASOYEYUNAL 8FRX270	2
LOT 22 - MESURADOR ESTOMA			
22	00000	MESURADOR ESTOMA	2
LOT 23 - RASPALL NETEJA			
23	52862	KIT 2 RASPALLS NETEJA END 230CM X 5MM	10
LOT 24-CLIP APLICADOR			
24	51797	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 11MM	10
24	00000	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 13MM	10
LOT 25 -PINÇA COS ESTRANY			
25	00000	PINÇA COS ESTRANY 3 PUNTES	2
LOT 26 - PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA			
26	00000	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA	1
LOT 27 - NANSA POLIPECTOMIA EMR			
27	53344	NANSA POLIPECTOMIA EMR	2
LOT 28 - TEST HELICOBACTER PYLORI			
28	53455	TEST HELICOBACTER PYLORI	10

9.3 ANNEX 3. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA, RÀPEL I CRITERIS AUTOMÀTICS

MODEL OFERTA ECONÒMICA WORD

NOM LICITADORA:

NÚMERO DE LOT LICITAT:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (**TRES** anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel al final de cada any natural del%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
LOT 1 - RECOLLIDOR DE PÒLIPS									
1	51061	RECOLLIDOR DE PÒLIPS	3.258						
LOT 2 - NANSA CALENTA POLIPECTOMIA									
2	51063	NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX25MM RODONA	240						
2	52217	NANSA CALENTA POLIPECTOMIA 240CMX33MM RODONA	120						
TOTAL LOT 2					0,00 €		0,00 €		
LOT 3 - XERINGA + MANÒMETRE									
3	51080	XERINGA + MANÒMETRE U/S	4						
LOT 4 - LLIGADURA VARIUS									
4	51371	LLIGADURA VARIUS ESOFÀGIQUES	44						
LOT 5 - PINÇA BIÒPSIA									
5	51574	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 160CMX2,3MM	1.940						
5	51575	PINÇA BIÒPSIA GAS/COLO 240CMX2,3MM	1.520						
TOTAL LOT 5					0,00 €		0,00 €		
LOT 6 - DILATADOR COLON									

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
6	51598	DILATADOR COLON 240CM 12-13,5-15MM	6						
6	53008	DILATADOR COLON 240CM 10-11-12MM	10						
6	51599	DILATADOR COLON 240CM 15-16,5-18MM	14						
TOTAL LOT 6					0,00 €		0,00 €		
LOT 7 - SONTA GASTROTOMIA									
7	52727	SONDA GASTROSTOMIA PEG 24CH	4						
7	52801	SONDA GASTROSTOMIA PEG 20CH	16						
7	52730	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG?? 20CH - 3,5CM	10						
7	52731	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 20CH - 2,5CM	4						
7	52733	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 4,0CM	14						
7	52869	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 3,5CM	8						
7	52809	SONDA BOTÓ GASTROSTOMIA PEG 24CH - 2,5CM	2						
TOTAL LOT 7					0,00 €		0,00 €		
LOT 8 - CATÈTER POLVORITZACIÓ									

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
8	53918	CATÈTER POLVORITZACIÓ ENDOSCÒPIA	12						
LOT 9 - CAPUTXÓ DISTAL									
9	54337	CAPUTXÓ DISTAL 12,4MM	40						
9	54338	CAPUTXÓ DISTAL 15MM	120						
TOTAL LOT 9					0,00 €		0,00 €		
LOT 10 - NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA									
10	53228	NANSA HEMOSTÀTICA PREMONTADA U/S	20						
LOT 11 - PINÇA EXTRACCIÓ									
11	52348	PINÇA EXTRACCIÓ 2,3MMX180CM	20						
LOT 12 - GUIA PRÒTESIS									
12	52814	GUIA PRÒTESIS GASTRO METÀL.LICA COLON	12						
LOT 13 - PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE									
13	52975	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X80MM	8						
13	52977	PRÒTESIS AUTOEXPANDIBLE COLON 22X100MM	2						

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
TOTAL LOT 13					0,00 €		0,00 €		
LOT 14 - CLIP DENTAT									
14	53229	CLIP DENTAT + RODA DIAM.9,5-11MM	2						
LOT 15 - MOSSEGADOR									
15	53672	MOSSEGADOR ENDOSCOPIA AMB CINTA	3.360						
LOT 16 - GEL LUBRICANT									
16	53418	GEL LUBRICANT 100G	804						
LOT 17 -MARCADOR ENDOSCÒPIC									
17	53422	MARCADOR ENDOSCÒPIC	220						
LOT 18 - NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA									
18	52216	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX15MM	2.500						
18	00000	NANSA CONVERTIBLE POLIPECTOMIA 230CMX10MM	1.000						
TOTAL LOT 18					0,00 €		0,00 €		
LOT 19- AGULLA ESCLEROSIS									

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
19	51050	AGULLA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA 230CM X 2,8MM	620						
LOT 20 - NANSA CISTELLA									
20	52121	NANSA CISTELLA COS EXTRANY 230CM	260						
LOT 21-SONDA NASOEYUNAL									
21	51343	SONDA ALIMENTACIÓ NASOEYUNAL 8FRX270	10						
LOT 22 - MESURADOR ESTOMA									
22	0,0000	MESURADOR ESTOMA	4						
LOT 23 - RASPALL NETEJA									
23	52862	KIT 2 RASPALLS NETEJA END 230CM X 5MM	2.000						
LOT 24-CLIP APLICADOR									
24	51797	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 11MM	960						
24	00000	CLIP APLICADOR 230CM X 2,8 X 13MM	960						
TOTAL LOT 24					0,00 €		0,00 €		

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT	REFERÈNCIA ALTERNATIVA (Valorable 5 punts) - Caldrà adjuntar la fitxa tècnica
LOT 25 -PINÇA COS ESTRANY									
25	00000	PINÇA COS ESTRANY 3 PUNTES	10						
LOT 26 - PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA									
26	00000	PINÇA BIPOLAR HEMOSTÀSIA	5						
LOT 27 - NANSA POLIPECTOMIA EMR									
27	53344	NANSA POLIPECTOMIA EMR	10						
LOT 28 - TEST HELICOBACTER PYLORI									
28	53455	TEST HELICOBACTER PYLORI	800						