

ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims

LOT 1

MONITORS DE CONSTANTS			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
<p>2 Monitors de constants dirigits al servei de Ginecologia de l'Hospital.</p> <p>Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic</p>			
Prestacions tècniques i funcionals		Compleix	Resum breu de característiques
Índex documental			
1 Característiques tècniques			
<p>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</p> <p>1 Pantalla tàctil LCD.</p> <p>2 Lectura de SPO2.</p> <p>3 Lectura de pressió arterial no invasiva.</p> <p>4 Lectura de Freqüència cardíaca.</p> <p>5 Lectura de temperatura de pacient.</p> <p>6 Capacitat de treballar amb tecnologia Masimo de SPO2.</p> <p>7 Visualització simultània dels paràmetres.</p> <p>8 Apte per adults, pediàtric i neonatal.</p> <p>9 Temps màxim per a la adquisició de PANI 15s.</p> <p>10 Autonomia de bateria mínima 4 hores.</p> <p>11 Alarmes i llindars configurables a nivell usuari.</p> <p>12 Capacitat d'incorporar escales d'alarma precoç personalitzables per a l'usuari/servei.</p> <p>13 Capacitat d'entrada dades per lectura de codi de barres i RFID.</p> <p>14 Connector RJ45.</p>			
2 Accessoris			
<p>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</p> <p>15 Lector de codis de barres.</p> <p>16 Lector de RFID.</p> <p>17 Sonda de temperatura axi-lar.</p> <p>18 Suport mòbil amb rodes frenables.</p> <p>19 Cistella/Calaix porta-accessoris.</p> <p>20 Joc de maneguets d'adult.</p> <p>21 Joc de maneguets d'adult per pacients amb obesitat.</p> <p>22 Sistema vertical de connexions d'accessoris d'adquisició per a evitar trencaments i enganxades.</p> <p>23 Antena WiFi integrada interior.</p>			

3 Connectivitat i integració				
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses				
24	Llicències i integració a HIS inclòs.			
25	Capacitat d'integrar a LDAP.			
26	Tarja WIFI d'última generació a/b/g/n que permeti certificats de seguretat.			
27	Capacitat d'integració bidireccional amb HL7 i costos derivats de servidor i llicències inclosos.			
28	Possibilitat de connectivitat directa des del monitor amb HL7.			
4 Servei tècnic durant el període de garantia				
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses				
29	Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.			
30	Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.			
31	Condicions de garantia, reposició i formació.			
32	Condicions d'instal·lació.			
5 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia				
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses				
33	Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil			
34	Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells: <ul style="list-style-type: none"> - Model - Referència - Número de sèrie - Codificació ECR 			