Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE D'ARTROSCÒPIA (TERMINALS I VAPORITZADORS), PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.

EXP. CONTR/2023/0000000120

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Salut/ IAS Institut d'Assistència Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS ____ 3

2 OBJECTE ____ 3

2.1 PRESSUSPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.) ____ 3
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.) ____ 4
2.3 DURADA DEL CONCURS ____ 4

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE ____ 4

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS ____ 4

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ____ 8

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ____ 9

4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINSTRATIVA ____ 10
4.2. DOCUMENTACIÓ TECNICA (NO VALORABLE) ____ 10
4.3. OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE) ____ 10

5 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT ____ 11

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT ____ 12

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ ____ 13

8 DADES DE CONTACTE ____ 13

9 ANNEXES

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS ____ 14
9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA I RÀPEL ____ 15

Salut/ IAS Institut d'Assistència Sanitària

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

1 ANTECEDENTS

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'objecte del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible per la torre d'artroscòpia (terminals i vaporitzadors), per tal de poder cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària.

La contractació és per procediment negociat sense publicitat. Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	TOTAL SENSE IVA 1 ANUALITAT	TOTAL SENSE IVA 3 ANUALITATS	IVA %
1	TERMINALS DE MOTOR	**139.720,00 €**	**419.160,00 €**	21%
2	MATERIAL PER ESTERITZACIÓ	**5.018,80 €**	**15.056,40 €**	21%
TOTAL		**144.738,80 €**	**434.216,40 €**	

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg.14).** Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	**434.216,40 €**
Import total amb IVA:	**525.401,84 €**

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 434.216,40 € (SENSE IVA) (10%/21% IVA) 3 ANYS.
Pròrrogues: SI.= 144.738,80 € + 144.738,80 €= 289.477,60 €
Possibles opcions eventuals: SI. Modificació 20%= 86.843,28 €
Import total VEC = 434.216,40 € + 289.477,60 €+ 86.843,28 €= 810.537,28 € (21% SENSE IVA)

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si s'ajusten a les necessitats del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 – TERMINALS DE MOTOR

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
51029	TERMINAL MOTOR RESECTOR 4MM
51219	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE ROUND DE 4MM
51829	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE PLUS 4MM
51525	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE BUR 4MM
51043	TERMINAL DE MOTOR RESECTOR 5.5
51741	VAPORITZADOR 90 S MAX DE 4MM
52088	VAPORITZADOR 90 S DE 3.5

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

54516	VAPORITZADOR SERFAS 50-S SWEEP
54517	VAPORITZADOR DE 4MM SERFAS ENERGY 90S
54502	BURSECTOR 4.MM
52373	TERMINAL ARTROSCOPIA 3MM
52374	TERMINAL ARTROSCOPIA 3.5MM
54501	CASSET BOMBA ARTROSCOPIA CROSSFLOW

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 1:

51029 – TERMINAL MOTOR RESECTOR 4MM

Els terminals d'artroscòpia i les peces de mà integren Tecnologia RFID.
Disseny exclusivament per a un únic ús.
Dissenyats en metall.
Ressector de 4.0 mm.

51219 – TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE ROUND DE 4MM

Els terminals d'artroscòpia i les peces de mà integren Tecnologia RFID.
Disseny exclusivament per a un únic ús.
Dissenyats en metall.
Aggressive 6 flute round de 4mm.

51829 – TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE PLUS 4MM

Els terminals d'artroscòpia i les peces de mà integren Tecnologia RFID.
Disseny exclusivament per a un únic ús.
Dissenyats en metall.
Aggresive plus 4mm.

51525 – TERMINAL DE MOTOR AGRESSIVE 6 FLUTE BUR 4MM

Els terminals d'artroscòpia i les peces de mà integren Tecnologia RFID.
Disseny exclusivament per a un únic ús.
Dissenyats en metall.
Aggresive 6-flute barrell del 4mm.

51043 – TERMINAL DE MOTOR RESECTOR 5.5

Els terminals d'artroscòpia i les peces de mà integren Tecnologia RFID.
Disseny exclusivament per a un únic ús.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Dissenyats en metall.
Ressector de 5.5 mm.

51741 – VAPORITZADOR 90 S MAX DE 4MM

Terminal de 90º amb succió amb nivell màxim de potència d' 11W.
Diàmetre: 4mm
Longitud: 330mm
Artroscòpia de genoll i maluc
Artroscòpia d'espatlla

52088 – VAPORITZADOR 90 S DE 3.5

Terminal de 90º amb succió amb nivell màxim de potència d' 11W.
Diàmetre: 3,5mm
Longitud: 330mm
Artroscòpia de genoll i maluc
Artroscòpia d'espatlla

54516 – VAPORITZADOR SERFAS 50-S SWEEP

Terminal de 50º amb succió la potència màxima de la qual és d' 11 W.
Artroscòpia de maluc: Nivell de tall per defecte 9 i el de coagulació 1.
Diàmetre: 3,5mm
Longitud de treball 133mm

54517 – VAPORITZADOR DE 4MM SERFAS ENERGY 90S

Terminal de 90º amb succió amb nivell màxim de potència d' 11W.
Diàmetre: 3,5mm
Longitud: 330mm
Artroscòpia de genoll i maluc
Artroscòpia d'espatlla

54502 – BURSECTOR CROSSBLADE 4MM

Bursector crossblade.
Llargada: 125 mm.
Diàmetre: 4 mm .
Estèril.
Un sol ús.

52373 – TERMINAL ARTROSCOPIA 3MM

Fresa d'abrasió amb caputxa per articulacions petites de 3mm x 80 mm.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

52374 – TERMINAL ARTROSCOPIA 3.5MM

Fulla de tall d'os de radi complet d'articulació petita de 3,5 mm.

54501 – CASSET BOMBA ARTROSCOPIA CROSSFLOW

Sistema de cartutxos i tubs d' un sol ús d' entrada i sortida de flux dissenyats per al seu ús en la bomba artroscòpia de control total de flux Crossflow.
Cassets d'entrada/sortida codificats per colors fàcils: Entrada (blau) i Sortida (vermell).
Tres tubs dedicats, etiquetats específicament per a la sortida.
Tecnologia ReconisSense o Integració total amb terminals d' artroscòpia i vaporitzadors de Stryker.
4 pinces de clampatge en tubs de cartutx blau i 4 pinces de clampatge en tubs de cartutx vermell.

LOT 2 – MATERIAL PER ESTERILITZACIÓ

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54497	DETERGENT DECONEX ALKA-X, 5L
54498	OPTIMITZADOR DECONEX NEUTRADRY 64, 5L
54499	DESINCRUSTANT LÍQUID DECONEX 34 GR, 1L
54500	INDICADOR DE RENTAT
132736	PCD-CISTELLA METALL PER INDICADORS DE RENTAT

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 2:

54497 – DETERGENT DECONEX ALKA-X, 5L

Detergent alcalí per a la neteja automatitzada d'instrumental.
Detergent basat en una combinació sofisticada d'enzims i tensioactius per tractar mecànicament instruments, utensilis, instrumental de microcirurgia, endoscòpia rígida, equips d'anestèsia, dispositius respiratoris, equips de sala, instrumental dental, recipients d'alumini i d'altres productes sanitaris.
Garrafa de 5L.

54498 – OPTIMITZADOR DECONEX NEUTRADRY 64, 5L

Optimitzador líquid de l'assecatge, de tipus neutre, per rentadores automàtiques.
Garrafa de 5L.
Biocompatible.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

54499 – DESINCRUSTANT LÍQUID DECONEX 34 GR, 1L

Desincrustant líquid de tipus àcid sense alcalí, utilitzat per a la extracció de decoloracions, taques d'aigua, oxidacions inicials i incrustacions de residus minerals.
Ampolla d'1L.

54500 – INDICADOR DE RENTAT

L'indicador de rentat per a detergents alcalins de 70 x 30 mm permet avaluar la brutícia a diferents nivells i cistelles DIN de les rentadores desinfectadores automàtiques.

132736 – PCD-CISTELLA METALL PER INDICADORS DE RENTAT

Dispositiu dissenyat per col·locar els indicadors de rentat a diferents punts de les cistelles DIN, en particular en posicions just a sota dels braços de rentat i a les cantonades de la càmera.
Base: 32.7 mm d'amplada, 72.5 mm de llarg.
Cistella: 32.7 mm d'amplada, 37 mm de llargada, 7 mm de gruix.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.

2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).

3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatari haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:

    - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substitut alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

- En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.

Caldrà aportar un certificat de compromís al Sobre ÚNIC DIGITAL.

4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.

5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.

7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.

8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.

9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE ÚNIC DIGITAL.**

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

Les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides en el punt 3 Requeriments Tècnics de l'Objecte (pàg.4 i s.). En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.).**

4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (NO VALORABLE)

PROPOSTA TÈCNICA.

La licitadora ha de presentar les fitxes tècniques i una memòria tècnica del compliment dels requeriments mínims establerts al plec de prescripcions tècniques.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

L'incompliment d'un requeriment tècnic mínim del PPT, serà causa d'exclusió de la licitació.

4.3. OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 100 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al Sobre ÚNIC DIGITAL, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.),** degudament signada.

Caldrà omplir els següents punts:

- **Proposta econòmica. (màxim 95 punts).**
- **Ràpel. (màxim 5 punts).**

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

5. CRITÈRIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

Proposta econòmica, ràpel (ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 15 i s.),

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE (FINS A 95 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **95 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
O_v = Oferta a Valorar
O_m = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació **1,95**
(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2.RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

Px = (Ox/Oe)*5
On:
Px: puntuació ràpel valorat
Ox: proposta de % ràpel ofert
Oe: proposta de % ràpel més alta

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l' Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacomulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dóna en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - logistica@ias.cat
972 18 26 00. Ext. 1082 - jaspreet.kaur@ias.cat
Per qüestions jurídiques: Sra. Mª Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa@ias.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 6 de juny de 2023

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS

LOT/ CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	IVA TOTAL	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1	**TERMINALS DE MOTOR**						
51029	TERMINAL MOTOR RESECTOR 4MM	20,00	112,00 €	2.240,00 €	21	470,40 €	2.710,40 €
51219	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE ROUND DE 4MM	20,00	112,00 €	2.240,00 €	21	470,40 €	2.710,40 €
51829	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE PLUS 4MM	200,00	112,00 €	22.400,00 €	21	4.704,00 €	27.104,00 €
51525	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE BUR 4MM	20,00	112,00 €	2.240,00 €	21	470,40 €	2.710,40 €
51043	TERMINAL DE MOTOR RESECTOR 5.5	10,00	112,00 €	1.120,00 €	21	235,20 €	1.355,20 €
51741	VAPORITZADOR 90 S MAX	50,00	195,00 €	9.750,00 €	21	2.047,50 €	11.797,50 €
52088	VAPORITZADOR 90 S DE 3.5	150,00	195,00 €	29.250,00 €	21	6.142,50 €	35.392,50 €
54516	VAPORITZADOR SERFAS 50-S SWEEP	150,00	195,00 €	29.250,00 €	21	6.142,50 €	35.392,50 €
54517	VAPORITZADOR DE 4MM SERFAS ENERGY 90S CRUISE	150,00	195,00 €	29.250,00 €	21	6.142,50 €	35.392,50 €
54502	BURSECTOR 4.MM	20,00	112,00 €	2.240,00 €	21	470,40 €	2.710,40 €
52373	TERMINAL ARTROSCOPIA 3MM	10,00	112,00 €	1.120,00 €	21	235,20 €	1.355,20 €
52374	TERMINAL ARTROSCOPIA 3.5MM	10,00	112,00 €	1.120,00 €	21	235,20 €	1.355,20 €
54501	CASSET BOMBA ARTROSCOPIA CROSSFLOW	60,00	125,00 €	7.500,00 €	21	1.575,00 €	9.075,00 €
	TOTAL LOT 1			**139.720,00 €**		**29.341,20 €**	**169.061,20 €**
LOT 2	**MATERIAL PER ESTERILITZACIÓ**						
54497	DETERGENT DECONEX ALKA-X, 5L	48,00	53,50 €	2.568,00 €	21	539,28 €	3.107,28 €
54498	OPTIMITZADOR D'ASSECAT DECONEX NEUTRADRY 64, 5L	21,00	43,80 €	919,80 €	21	193,16 €	1.112,96 €
54499	DESINCRUSTANT LÍQUID DECONEX 34 GR, 1L	10,00	15,10 €	151,00 €	21	31,71 €	182,71 €
54500	INDICADOR DE RENTAT	1500,00	0,78 €	1.170,00 €	21	245,70 €	1.415,70 €
132736	PCD-CISTELLA METALL PER INDICADORS DE RENTAT	5,00	42,00 €	210,00 €	21	44,10 €	254,10 €
	TOTAL LOT 2			**5.018,80 €**		**1.053,95 €**	**6.072,75 €**

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

MODEL OFERTA ECONÒMICA WORD

Nom licitadora:

Núm. de lot licitat:

Adreça de correu electrònic concursos:

El/la Sr./Sra.....amb residència a.....al carrer.....número.....i amb NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per **l'import total (TRES anualitats) de**:.....€ (xifra en lletres i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt) .....

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS: .....

I un ràpel al final de cada any natural del .....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA: .....

PREU IVA 1 ANUALITAT: .....

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS: .....

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Serveis Logístics

Hospital Santa Caterina
C/ Doctor Castany, s/n
17190 Salt (Girona)
Tel. +34 972 182 600 / 972 189 008 Ext.1082
logistica@ias.cat
www.ias.cat
@iasgirona

LOT/ CODI IAS	DESCRIPCIÓ	UNITATS CONSUM ANUAL ESTIMAT	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	IVA %	IVA TOTAL	PREU TOTAL AMB IVA
LOT 1	**TERMINALS DE MOTOR**						
51029	TERMINAL MOTOR RESECTOR 4MM	20,00					
51219	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE ROUND DE 4MM	20,00					
51829	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE PLUS 4MM	200,00					
51525	TERMINAL DE MOTOR AGGRESSIVE 6 FLUTE BUR 4MM	20,00					
51043	TERMINAL DE MOTOR RESECTOR 5.5	10,00					
51741	VAPORITZADOR 90 S MAX	50,00					
52088	VAPORITZADOR 90 S DE 3.5	150,00					
54516	VAPORITZADOR SERFAS 50-S SWEEP	150,00					
54517	VAPORITZADOR DE 4MM SERFAS ENERGY 90S CRUISE	150,00					
54502	BURSECTOR 4.MM	20,00					
52373	TERMINAL ARTROSCOPIA 3MM	10,00					
52374	TERMINAL ARTROSCOPIA 3.5MM	10,00					
54501	CASSET BOMBA ARTROSCOPIA CROSSFLOW	60,00					
	TOTAL LOT 1						
LOT 2	**MATERIAL PER ESTERILITZACIÓ**						
54497	DETERGENT DECONEX ALKA-X, 5L	48,00					
54498	OPTIMITZADOR D'ASSECAT DECONEX NEUTRADRY 64, 5L	21,00					
54499	DESINCRUSTANT LÍQUID DECONEX 34 GR, 1L	10,00					
54500	INDICADOR DE RENTAT	1500,00					
132736	PCD-CISTELLA METALL PER INDICADORS DE RENTAT	5,00					
	TOTAL LOT 2						