

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CONSTITUÏDA EN SESSIÓ PRIVADA PER A L'APROVACIÓ DE L'INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE ÚNIC, PROPOSTA D'EXCLUSIONS I REQUERIMENT DE DESEMPAT.

SUBMINISTRAMENT D'EPIS (10 LOTS) A L'EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, S.A.

A la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, essent les 11:30 hores del dia 25 d'abril de 2023 es constitueix en sessió privada, via plataforma virtual TEAMS, la Mesa de Contractació del procediment obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació del subministrament d'EPIS (10 lots) a l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A., formada pels següents membres:

President: Sr. Xavier Rodríguez, Adjunt a Direcció de SEM, SA.

Vocal: Sr. Ernest Alemany Representant de l'assessoria jurídica del Servei Català de la Salut.

Vocal: Sr. Jordi Arqué, titular de l'òrgan de control intern de SEM, SA.

Vocal: Sra. Maite Guardia, Responsable de Processos SAP de SEM, SA

Secretària: Sra. Meritxell Alegre Pons, Tècnica Unitat de contractació de SEM, SA.

Constatada l'existència de quòrum suficient, el President declara obert aquest acte.

Es dóna lectura de l'informe tècnic emès pels serveis propis de SEM, SA, subscrit en data de 18 d'abril de 2023, en relació a les propostes presentades pels licitadors en el sobre únic, que conté els criteris automàtics i proposa l'exclusió de les següents empreses en base als següents motius:

Lot 1 (Sabata i bota operacions):

- **MAC UNIFORMES, S.L.**, atès que presenten uns models de calçat que inclouen les talles del número 36 al 47. En l'Annex 1 es requereix les talles del número 35 al 48. Per aquest motiu, incompleix el requeriment exposat.
- **AUBERT, S.A.**, atès que no presenta la fitxa tècnica de la bota. Per tant, d'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, es proposa l'exclusió d'aquesta empresa.
- **ITURRI, S.A.**, atès que segons s'exposa a l'Annex 1 del PPT les talles del calçat (bota assistencial) han d'anar del número 35 al 48. L'empresa ITURRI, S.A. presenta una fitxa tècnica amb les talles del número 36 al 48. Per aquest motiu, incompleix el requeriment exposat.

Lot 2 (bota UIS):

- **AUBERT, S.A.**, atès que no especifica algunes característiques requerides a l'Annex 1 del PPT com la membrana impermeable tipus Goretex Crosstech, calçat de 8 polzades, folre tipus Crosstech o de propietats similars, (WR), proteccions davant i darrera resistents a l'abradió, adherència en terrenys irregulars i en escales, flexors davant i darrera encoixinats per millorar la flexibilitat i la comoditat i sistema d'alliberació ràpida mitjans cremallera d'apertura fàcil). Per tant, de conformitat amb el punt 22 de l'informe de necessitats i l'Annex 1 del PPT, es proposa la seva exclusió.
- **CURTANA PROFESSIONAL, S.L.**, per no complir algunes de les característiques requerides a l'Annex 1. S'especifica que el calçat de seguretat ha de disposar d'un sistema d'alliberació ràpida mitjançant cremallera d'apertura fàcil, especificacions que el licitador no compleix, atès que presenta un sistema de tancament amb cordons. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió.

- **ITURRI, S.A.**, per no complir alguns dels criteris requerits a l'Annex 1 del PPT. Es requereix que el calçat disposi d'un sistema d'alliberació ràpida mitjançant cremallera d'apertura fàcil i que les talles siguin des de la 35 fins la 48. La fitxa tècnica presentada evidencia, a través de la imatge de la bota, que el calçat disposa d'un sistema de tancament amb cordons. Així mateix, les talles disponibles de la bota presentada per ITURRI, S.A. va des del 39 al 47. Per aquests motius, es proposa la seva exclusió.
- **MAC UNIFORMES, S.L.**, atès que segons es requereix a l'Annex 1 del PPT, el calçat ha de disposar d'un sistema d'alliberació ràpida mitjançant cremallera d'apertura fàcil i que les talles siguin des de la 35 fins a la 48. La fitxa tècnica presentada evidencia, a través de la imatge de la bota, que el calçat disposa d'un sistema de tancament amb cordons. Així mateix, les talles disponibles de la bota presentada va des del 35 – 47. Per aquests motius, es proposa la seva exclusió.

Lot 3 (bota UMA):

- **ITURRI, S.A.**, per incompliment de l'Annex 1 del PPT, doncs es requereix que les talles del calçat han d'anar del número 35 al 48 i presenta una fitxa tècnica amb les talles del número 36 al 48. Per aquest motiu, incompleix el requeriment exposat.
- **MAC UNIFORMES, S.L.**, per incompliment de l'Annex 1 del PPT, doncs es requereix que les talles del calçat han d'anar del número 35 al 48 i presenta una fitxa tècnica amb les talles del número 35 al 47. Per aquest motiu, incompleix el requeriment exposat.

Lot 5 (bota neu):

- **ITURRI, S.A.**, per incompliment de l'Annex 1 del PPT, doncs es requereix que les talles del calçat han d'anar del número 36 al 48 i presenta una fitxa tècnica amb les talles del número 39 al 47. Per aquest motiu, incompleix el requeriment exposat.

Lot 7 (mascaretes quirúrgiques):

- **VIN DORÉ 24K, S.L.**, atès que l'oferta econòmica presentada, indica un preu unitari amb 3 decimals. A l'Annex 2 (model oferta econòmica), a l'informe de necessitats i a la resposta d'una pregunta realitzada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, s'indica expressament un màxim de 2 decimals admesos per presentar l'oferta amb el preu unitari. Per aquests motius, no s'ha procedit a la valoració qualitativa, ni a la tècnica.
- **DELUXE CARDS, S.L.**, atès que segons la documentació tècnica presentada, no es pot relacionar el model aportat amb la documentació presentada. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquest motiu, la valoració tècnica s'ha vist impossibilitada per la no-relació del model i de la documentació adient a aquest.
- **DESAFIOS EM SINTONIA**, atès que l'oferta econòmica presentada, indica un preu unitari amb 4 decimals. A l'Annex 2 (model oferta econòmica), a l'informe de necessitats i a la resposta d'una pregunta realitzada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, s'indica expressament un màxim de 2 decimals admesos per presentar l'oferta amb el preu unitari. Per aquests motius, no s'ha procedit a la valoració qualitativa, ni a la tècnica.

- **SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L.** atès que, en data 22 de març de 2023, la Mesa de Contractació va sol·licitar un requeriment, atès que es va detectar que en el primer criteri qualitatiu, (es plantegen 3 opcions a escollir) el licitador va escollir l'opció amb la puntuació màxima (5 punts) però amb una apreciació escrita "HORES LABORALS".

Tal i com es va contestar a una de les preguntes de la plataforma de contractació pública el dia 30 de gener de 2023, les comandes d'emergència poden ser enviades i lliurades en qualsevol moment (incloent dies festius i caps de setmana). La resposta oferta per l'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, SL, amb l'afegit d' "HORES LABORALS" evidencia un possible incompliment del PPT, ja que les comandes de caràcter urgent, poden ser enviades i lliurades en qualsevol moment, incloent festius i caps de setmana.

Per aquest motiu, per continuar amb el procediment va ser necessari requerir a l'empresa a fi de que es ratifiqués en el compliment de la clàusula 5.4 del PPT, en virtut de la qual es requereix que les comandes de caràcter urgent seran reposades en un termini màxim de 24 hores i en les condicions reflectides al PPT, o segons les millors ofertes, festius i caps de setmana inclosos.

En data 22 de març de 2023, l'empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.L. va contestar al requeriment manifestant que no es ratifica. Per tant, la seva oferta no compleix amb la clàusula 5.4. del PPT, relativa a les comandes de caràcter urgent.

Pels motius exposats, procedeix l'exclusió d'aquesta empresa.

Lot 8 (mascaretes FFP3 sense vàlvula):

- **NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.**, doncs l'Annex 1 del PPT requereix que la mascareta ha de disposar d'una doble cinta elàstica de subjecció al cap, especificació que el licitador no compleix. A la seva fitxa tècnica, juntament amb una fotografia, el licitador especifica que la mascareta presentada anirà "*con sistema de sujeción suaves y ajuste con gomas elásticas a las orejas*". Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió al no complir amb aquesta especificació tècnica.
- **PUBLISERVIC CANARIAS S.L.U.** doncs l'Annex 1 del PPT requereix que la mascareta ha de disposar d'una doble cinta elàstica de subjecció al cap, especificació que el licitador no compleix. A la seva fitxa tècnica, juntament amb una fotografia, el licitador especifica que la mascareta presentada anirà "*con sistema de sujeción Spunbound, tela no tejida fundida, tira nasal, banda elástica para la oreja*". Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió al no complir amb aquesta especificació tècnica.
- **SUMINISTROS INDUSTRIALES MIOR, S.L** doncs l'Annex 1 del PPT requereix que la mascareta ha de disposar d'una doble cinta elàstica de subjecció al cap, especificació que el licitador no compleix. A la seva fitxa tècnica, juntament amb fotografies, el licitador especifica que la mascareta presentada serà "*Ajuste rápido con bandas elásticas a oreja*". Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió al no complir amb aquesta especificació tècnica.
- **UNIDIX MEDICA, S.L** doncs l'Annex 1 del PPT requereix que la mascareta ha de disposar d'una doble cinta elàstica de subjecció al cap, especificació que el licitador no especifica enlloc aquest requisit. No obstant això, a les imatges de la fitxa tècnica es mostren les mascaretes amb cintes per les orelles i no pel cap. Per tant, d'acord amb els motius exposats, es proposa la seva exclusió al no complir amb aquesta especificació tècnica.

Lot 9 (guants nitril sense pols talla S, M, L i XL):

- **C.V. MEDICA**, per no indicar si el producte compleix la EN 455-4, requisit de l'Annex 1 del PPT. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió.
- **DESAFIOS EM SINTONIA**, per incompliment d'alguns requisits tècnics de l'Annex 1 del PPT, com ara la normativa ASTM D6978-05, que el guant sigui lliure de làtex i tingui un puny que s'ajusti anatòmicament, la longitud +- 240 i la matèria prima ha de ser làtex de cautxú natural. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió.
- **DISFASAN, S.L.**, per incompliment de la normativa EN 455-4, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013 requerida a l'Annex 1 del PPT. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió.
- **IBERIAN CARE 2016, S.L.**, atès que segon l'Annex 1 del PPT requereix que el material sigui lliurat en caixes de 100 unitats i a l'oferta tècnica presentada s'indica que ho lliuraran en caixes de 200 unitats. Així mateix, en data 2 de febrer de 2023 es va aclarir extrem a través de la Plataforma de Serveis Públics de la Generalitat de Catalunya en resposta a una pregunta formulada per una empresa licitadora: *"No. És per un problema de mides de les caixes. El lloc de l'ambulància on van els guants és molt ajustat. Ja hem provat amb presentacions de 200 unitats i no hi caben"*. Per aquest motiu, es proposa l'exclusió d'aquesta empresa.
- **PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.**, per incompliment d'alguns requisits tècnics de l'Annex 1 del PPT, com ara la normativa ASTM D6978-05, que el guant sigui ambidiestre. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió.
- **UNIDIX, S.L.**, atès que segon l'Annex 1 del PPT requereix que el material sigui lliurat en caixes de 100 unitats i a l'oferta tècnica presentada s'indica que ho lliuraran en caixes de 200 unitats. Així mateix, en data 2 de febrer de 2023 es va aclarir extrem a través de la Plataforma de Serveis Públics de la Generalitat de Catalunya en resposta a una pregunta formulada per una empresa licitadora: *"No. És per un problema de mides de les caixes. El lloc de l'ambulància on van els guants és molt ajustat. Ja hem provat amb presentacions de 200 unitats i no hi caben"*. Per aquest motiu, es proposa l'exclusió d'aquesta empresa.
- **GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.** atès que l'oferta econòmica presentada, indica un preu unitari amb 4 decimals. A l'Annex 2 (model oferta econòmica), a l'informe de necessitats s'indica de forma expressa un màxim de 2 decimals admesos per presentar l'oferta amb el preu unitari. Per aquests motius, no s'ha procedit a la valoració qualitativa, ni a la tècnica.

Lot 10 (guants nitril sense pols extra llarg talla S, M, L i XL):

- **DESAFIOS EM SINTONIA**, per incompliment d'alguns requisits tècnics de l'Annex 1 del PPT, com ara la normativa ASTM D6978-05, que el guant sigui lliure de làtex i tingui un puny que s'ajusti anatòmicament, la longitud +- 285 i lliures d'acceleradors químics per minimitzar al·lèrgies tipus IV. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquests motius, es proposa la seva exclusió.
- **IBERIAN CARE 2016, S.L.**, atès que l'Annex 1 del PPT requereix una vida útil de 4 anys des de la recepció del material. L'empresa presenta una vida útil de 3 anys, inferior a la requerida. Per tant, es proposa la seva exclusió.
- **PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.**, per incompliment d'alguns requisits tècnics de l'Annex 1 del PPT, com ara la normativa EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, ASTM D6978-05, que el guant sigui lliure de làtex, ambidestrestre, lliure d'acceleradors químics per minimitzar al·lèrgies tipus IV, lliurament en caixes de 100 unitats, pictogrames adaptats a les normatives EPI i etiquetat amb català o castellà. D'acord amb l'establert al punt 22 de l'informe de necessitat i a l'annex 1 del PPT, podrà considerar-se motiu d'exclusió la no presentació de la fitxa tècnica per a cada producte i/o la falta d'informació requerida per tal de verificar el compliment total dels requisits tècnics. Per aquest motiu, es proposa la seva exclusió

Així mateix, l'informe proposa que es declari deserts els lots 2 (bota UIS) i 5 (bota neu), atès que s'ha proposat l'exclusió de totes les empreses presentades a la licitació d'aquests lots.

Finalment, l'informe exposa que les empreses que s'indicaran a continuació presenten empat en la primera posició de la classificació respecte els següents lots:

Lot 7 (mascaretes quirúrgiques): les empreses Royal Progress, SL, Aubert, SA, Iberian Care 2016, SL, Barna Import Medica SA, i Farmadosis, SA, SL obtindrien la mateixa valoració amb 100 punts, empatant en la primera posició de la classificació.

Lot 9 (guants nitril sense pols talla S, M, L i XL): les empreses Royal Progress, SL i Portalweb Fisaude, SL, obtindrien la mateixa valoració amb 100 punts, empatant en la primera posició de la classificació.

Per aquest motiu, a fi de determinar la classificació en la posició corresponent, l'informe tècnic proposa requerir a les esmentades empreses, d'acord amb el que disposa la clàusula 14.3 del PCAP i allò establert a l'article 147 LCSP, per que en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment aportin una declaració responsable i la documentació acreditativa sobre els següents criteris socials, referits a el moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes:

1. Percentatge de treballadors de la plantilla amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
2. Indicació sobre si l'empresa es troba dins de les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per la regulació del règim de les empreses d'inserció.
3. Mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Un cop llegit aquest informe, i trobant-lo conforme per part dels membres de la Mesa, ACORDEN PER UNANIMITAT:

Primer.- Aprovar l'informe tècnic de 18 d'abril de 2023.

Segon.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta d'exclusió dels següents licitadors pels motius exposats en aquesta Acta.

LOT	DENOMINACIÓ	EMPRESA
1	SABATA I BOTA OPERACIONS	MAC UNIFORMES, S.L.
		AUBERT, S.A.
		ITURRI, S.A.
2	BOTA UIS	MAC UNIFORMES, S.L.
		AUBERT, S.A.
		ITURRI, S.A.
		CURTANA PROFESSIONAL SL
3	BOTA UMA	ITURRI, S.A.
		MAC UNIFORMES, S.L.
5	BOTA NEU	ITURRI, S.A.
7	MASCARETES QUIRÚRGIQUES	VIN DORÉ 24K S.L.
		SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
		DESAFIONS EM SINTONIA
		DELUXE CARDS, S.L.
8	MASCARETES FFP3 SENSE VÀLVULA	UNIDIX MEDICA, S.L.
		PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.
		NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.
		SUMINISTROS INDUSTRIALES MIOR, S.L.
9	GUANTS NITRIL SENSE POLS TALLA S, M, L, XL	UNIDIX MEDICA, S.L.
		PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.
		IBERIAN CARE 2016, S.L.
		DISFASAN, S.L.
		DESAFIONS EM SINTONIA
		C.V.MEDICA, S.L.
		GAMMA SOLUTIONS HEALTH, S.L.
10	GUANTS NITRIL SENSE POLS EXTRA LLARG TALLA S, M, L, XL	PUBLISERVIC CANARIAS, S.L.U.
		IBERIAN CARE 2016, S.L.
		DESAFIONS EM SINTONIA

Tercer.- Elevar a l'òrgan de contractació la proposta de declarar deserts els lot 2 (bota UIS) i el lot 5 (bota neu), atès que s'ha proposat l'exclusió de totes les empreses presentades a la licitació d'aquests lots.

Quart.- Requerir a les empreses que han presentat oferta al lot 7 (mascaretes quirúrgiques), Royal Progress, SL, Aubert, SA, Iberian Care 2016, SL, Barna Import Medica SA, i Farmadosis, SA, SL, perquè presentin una declaració responsable i documentació acreditativa, en relació als criteris socials que es troben recollits a la clàusula 14.3 de l'PCAP i allò establert a l'article 147 LCSP, a efectes de determinar el desempat.

Cinquè.- Requerir a les empreses que han presentat oferta al lot 9 (guants nitril sense pols talla S, M, L i XL), Royal Progress, SL i Portalweb Fisaude, SL perquè presentin una declaració responsable i documentació acreditativa, en relació als criteris socials que es troben recollits a la clàusula 14.3 de l'PCAP i allò establert a l'article 147 LCSP, a efectes de determinar el desempat.

I no havent-hi altres termes a tractar, el President acorda aixecar la reunió, prèvia lectura d'aquesta acta que és trobada conforme pels assistents.

L'acta és signada digitalment pel President i Secretària de la Mesa i amb el Vist i Plau dels vocals d'aquesta:

President: Sr. Xavier Rodriguez

Secretària: Sra. Meritxell Alegre

Vocal: Sra. Sandra Pallarès

Vocal: Sr. Jordi Arqué

Vocal: Sra. Maite Guardia