

ANNEX - 9

Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).

9.1 Cessió d'equips

Condicions de la cessió

Actualment els adjudicataris del fungible dels Lots 01 , 02, 03, 04, 06 i Lot 07 - codi SAP 30062022,

Cedeixen sense cap cost per als Centres de l'ICS, l'equipament necessari per facilitar l'ús i la correcta utilització d'aquest material.

El nombre estimat d'equips s'especifiquen en aquest mateix annex a l'apartat "Inventari d'equips".

En cas que hi hagi Centres Adherits amb consums d'aquests codis serà obligatori la cessió de l'equipament necessari per facilitar l'ús i la correcta utilització d'aquest material.

Cas que en el procés d'adjudicació aquest material fos adjudicat a un proveïdor diferent de l'actual, el nou adjudicatari haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats existents als Centres per altres amb les mateixes característiques i funcionalitats bàsiques que garanteixin la continuïtat i funcionament de l'actual sistema instal·lat.

Les empreses adjudicatàries d'aquests articles també seran les responsables del manteniment dels equips instal·lats en els centres, així com la seva actualització i substitució en cas d'avaría, sense cap cost per als Centres de l'ICS.

Les empreses adjudicatàries hauran d'entregar més equips segons les noves necessitats dels centres. Si es retira un equip per reparació haurà d'entregar-ne un altre de substitució en un temps de resposta de 24 hores, de dilluns a divendres. Les incidències derivades del no compliment d'aquest requisit en el temps indicat serà responsabilitat de l'empresa. La formació per part de l'empresa haurà de ser a disposició de les necessitats i horaris dels centres.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació. L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

9.1. Inventari d'equips associats als lots següents:

1	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador HOTLINE o equivalent.
2	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador BELMONT FMS2000 o equivalent (Lot obligatori).
3	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador CoolGard3000 o equivalent (Lot obligatori).
4	Equip d'infusió-escalfador o/i termoregulació de fluids compatible amb bomba-escalfador COMBATBRS o equivalent.

L'inventari estimat que l'empresa adjudicatària ha de cedir als nostres centres és el següent:

		Hospital de la Vall d'Hebró	Hospital de Bellvitge	Hospital Germans Trias i Pujol	Hospital Josep Trueta	Hospital Joan XXIII	
Nom del model tipus*	LOT	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes	Total bombes
HOTLINE	1	1				1	2
BELMONT FMS	2	2	5	2	1		10
CoolGard 3000	3	1	1		1	1	4
COMBAT BRS 04	4				1		1
* Les unitats són estimades i per tant poden variar							17

9.2 Inventari d'equips associat al Lot 06 - Mantes tèrmiques diferents mides compatible amb unitat escalfament HICO o equivalent

L'inventari estimat que l'empresa adjudicatària ha de cedir als nostres centres és el següent:

Inventari cessió unitats escalfament mantes			
Nom del model tipus*	LOT	Nombre estimat de unitats en cessió	
HICO o equivalent	6	8	8
* Les unitats són estimades i per tant poden variar			8

Característiques bàsiques de les unitats d'escalfament mantes a tenir amb compte:

- Avís per senyal acústica i lluminosa d'excés de temperatura
- Mínim 4 nivells de Temperatura
- Sonoritat màxima de 65 db
- Carro de transport segons necessitats de cada centre a cost 0

9.3. Inventari d'equips Lot 7 - Codi SAP 30062022:

L'inventari estimat que l'empresa adjudicatària ha de cedir als nostres centres és el següent:

<i>Nom del model tipus*</i>	<i>LOT-Codi SAP</i>	Hospital Joan XXIII	Total
Sistema de monitorització SENSITHERM	Lot 7 - Codi SAP 30062022	1	1
* Les unitats són estimades i per tant poden variar			1

Característiques bàsiques a tenir amb compte Sistema de Monitoratge Tª Central Codi SAP 30062022 del Lot 7.

- Monitor de 12,1 polzades aproximadament
- Pes aproximat 4 kg
- Resolució aproximada de 1024 x 768
- Precisió $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (10°C - 45°C) / $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (-15°C - 10°C , 45°C - 75°C)
- Dimensions: 340mm (amplada) 250mm (alt) 65mm (fons) +/- 10mm
- Mapeig 3D
- Permetre monitoritzar la temperatura de l'esòfag entre -15 i 75°C
- Avís previ dels llindars de temperatura freda i calenta amb alarma programable de la temperatura i velocitat de refredament
- Indicadors intuïtius de temperatura amb canvi de color