

ACTA de la Mesa per la revisió de l'informe de valoració de la documentació tècnica avaluable mitjançant fòrmules (Sobre 2)

Expedient núm. CS/CC00/1101327949/22/PO per a la contractació de Subministrament d'equipament electromèdic per als Serveis de Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Gerència Territorial Metropolitana Sud

Membres de la mesa

Han estat designats com a membres de la mesa de contractació:

Presidenta: Sra. Cristina Robles Agustín

Vocals:

- Sr. Pere Sust Ballester (Assessoria Jurídica)
- Sr. Ramón Moreno Fuentes (control intern)
- Sr. German Romero (Direcció de Serveis Generals)
- Sra. Xenia Rodríguez Busquet (Cap Unitat Contractacions)

Secretari: Sr. Alfons Merida Campos

Ordre del dia

Revisió de l'informe de valoració dels criteris tècnics d'adjudicació avaluable mitjançant fòrmules presentat a la Mesa de Contractació de l'expedient de contractació CS/CC00/1101327949/22/PO per a la contractació de Subministrament d'equipament electromèdic per als Serveis de Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Gerència Territorial Metropolitana Sud

Desenvolupament de la sessió

A les 11:00 hores del dia 28 de juliol de 2023, es constitueix vàlidament la Mesa de contractació, d'acord amb la normativa de desenvolupament (article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic).

Aquesta sessió és continuació de la sessió relativa a l'obertura dels 'sobres 2'.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadores

Lot	Empresa	CIF
1	ARS ELECTROMEDICINA, SLU	B86685849
3	Hospital Hispania, S.L.	B59078071
	OXIGEN SALUD, S.A.	A58573171
5	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL	B86801495
	PRIM, S.A.	A28165587
6	Optomic España, S.A	A81519423
8	DJO Ibérica Productos Ortopédicos SL	B20669800
	SANROSAN,S.A.	A28610889
	STORZ MEDICAL ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA	W0056606G

Els LOTS 4 i 7 no han rebut cap oferta.

El LOT 2, va ser desistit mitjançant resolució de data 2 de març de 2023

S'inicia la sessió, amb la lectura i revisió del contingut de l'informe de valoració elaborat pels tècnics.

D'acord amb l'anterior, la mesa de contractació adopta els següents:

Acord/s

1. Aprovar l'informe tècnic de valoració de la documentació dels sobres 2, que s'annexa com Annex I.
2. Procedir a la convocatòria de la Mesa per a l'acte d'obertura del sobres 3 de les empreses licitadores.

Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta.

EL SECRETARI

Vist-i-plau
LA PRESIDENTA

ANNEXOS

- ✓ Informe tècnic de valoració.

Informe tècnic valoració documentació sobre 2

Expedient: CS/CC00/1101327949/22/PO

Objecte: Subministrament d'equipament electromèdic per als Serveis de Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Bellvitge i Gerència Territorial Metropolitana Sud.

La documentació que s'ha valorat correspon a les empreses licitadores

Lot	Empresa	CIF
1	ARS ELECTROMEDICINA, SLU	B86685849
3	Hospital Hispania, S.L.	B59078071
	OXIGEN SALUD, S.A.	A58573171
5	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL	B86801495
	PRIM, S.A.	A28165587
6	Optomic España, S.A	A81519423
8	DJO Ibérica Productos Ortopédicos SL	B20669800
	SANROSAN,S.A.	A28610889
	STORZ MEDICAL ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA	W0056606G

Els LOTS 4 i 7 no han rebut cap oferta.

El LOT 2, va ser desistit mitjançant resolució de data 2 de març de 2023.

Una vegada examinada la documentació presentada, es va requerir a les empreses Hospital Hispania, S.L. (LOT 3) i BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL (LOT 5), perquè, d'acord amb l'article 95 de la LCSP realitzessin aclariment en relació a alguns punts de la oferta. Una vegada rebuda la resposta i donats per vàlids els mateixos es va continuar amb la valoració dels criteris tècnics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica, amb la puntuació que apareix a l'Annex I.

ALAMEDA
PINEDA
MARC -

Firmado
digitalmente por
ALAMEDA PINEDA
MARC -
Fecha: 2023.07.28
07:49:28 +02'00'

Marc Alameda Pineda
Cap d'Unitat d'Electromedicina i Enginyeria Biomèdica
Hospital Universitari de Bellvitge

ANNEX I

Criteris tècnics objectius	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA	ARS ELECTROMEDICINA, SLU PUNTUACIÓ
LOT 1 - Ecògrafs				
SOBRE 2				
Tot allò que sigui necessari per l'accessibilitat completa a la configuració de l'equip (claus d'accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.)	3	Si/No	Si	3
Equip de substitució durant la reparació	1,5	Si/No	Si	1,5
Màxim nombre de possibilitats d'estudi amb les diferents sondes compatibles. Indicar totes les possibilitats addicionals de sondes	2	Si/No	Si	2
Programari específic per analitzar i tractar les dades; juntament amb la capacitat d'elaborar informes	2	Si/No	Si	2
Major rang útil en el: nombre d'imatges per segon, en mode de funcionament de major profunditat, major amplada de camp respecte el mínim exigit, rang de freqüències, rang dinàmic i amplada de banda	3	Si/No	Si	3
Ecògraf general		Si/No		
Diagnòstic musculoesquelètic	1	Si/No	Si	1
Possibilitat de connexió d'un cinquè transductor	1	Si/No	Si	1
Equip multimodalitat que permet incorporar imatges de mama, RM, TAC, etc. en temps real amb l'estudi en curs. Indiqueu per a quines sondes	1	Si/No	Si	1
Elastografia automàtica qualitativa i quantitativa per a aplicacions clíniques d'imatge en general. Indicar per a quines parts.	1	Si/No	Si	1
Incloure programari de contrast	2,5	Si/No	Si	2,5
Possibilitat de disposar de configuracions prèvies per a cada transductor i òrgan	1	Si/No	Si	1
Major capacitat d'emmagatzematge d'imatges, indicar disc intern	2	Si/No	Si	2
DICOM Wi-Fi	1,5	Si/No	Si	1,5
Ecògraf rehabilitació sòl pelvià				
Infrície de connexió a perifèrics i teclat alfanumèric rotatori i pantalla tàctil	1,5	Si/No	Si	1,5
Equip ajustable en alçada i posició	1	Si/No	Si	1
Pantalla sobre braç articulat orientable i alçada variable, amb moviment independent de consola	1	Si/No	Si	1
Treball multiplanar	2	Si/No	Si	2
Es valorarà tenir programari específic per tractar imatges d'alta resolució	1	Si/No	Si	1

Criteris tècnics objectius			Hospital Hispania, S.L.	OXIGEN SALUD, S.A.		
LOT 3 - VPR	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
SOBRE 2						
Tot allò que sigui necessari per l'accessibilitat completa a la configuració de l'equip (claus d'accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.)	3	Si/no	si	3	si	3
Equip de substitució durant la reparació	1,5	Si/no	si	1,5	si	1,5
PIM/PEM						
Aplicació senzilla i intuïtiva. De ràpida execució i calibració.	3	Si/no	si	3	si	3
Pulsioxímetre						
Incloure maletí de transport amb accessoris.	3	Si/no	si	3	si	3
Pantalla més àmplia que el mínim demandat	2	Si/no	si	2	si	2
Major lleugeresa i compactació.	2	Si/no	si	2	si	2
Incloure el cable sèrie tipus "Micro Medical Spirometry" compatible	3	Si/no	si	3	si	3
Programa lleuger. De baixa ocupació al disc dur del sistema del servei	3,5	Si/no	si	3,5	si	3,5
Memoria de fins a 1000h aprox.	3,5	Horas:	1080	3,5	1080	3,50
		$puntuació = \frac{3,5 * actual}{màxim}$		24,5		24,5

Criteris tècnics objectius.			BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL		PRIM, S.A.	
LOT 5 - ISOCINÈTIC	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
SOBRE 2						
Tot allò que sigui necessari per l'accessibilitat completa a la configuració de l'equip (claus d'accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.)	3	Si/No	si		3 si	3
Equip de substitució durant la reparació	1	Si/No	no		0 si	1
La informació estarà documentada i serà externalitzable	2	Si/No	si		2 si	2
Adjuntar certificats	1	Si/No	si		1 si	1
Mòdul d'esquena de flexió/extensió permeti la col·locació del tronc en 2 posicions, semi de peu i assegut.	4	Si/No	si		4 si	4
Mòdul d'esquena amb 4 rodes per fàcil transport i amb capacitat de frenada per romandre immòbil un cop col·locat en posició.	3	Si/No	NO		0 si	3
Valoració isotònica i isocinètica	1	Si/No	SI		1 si	1
L'aparell també ha de valorar altres articulacions com genoll, tumell, espatlla, avantbraç i canell	4	Si/No	SI		4 si	4
L'espai de treball serà valorat positivament quant més compacte sigui	2	$\frac{2 * \text{mínim}}{\text{actual}}$	7m2		1,71 6 m2	2
L'espai de d'instal·lació serà valorat positivament quant més compacte sigui	1	$\frac{1 * \text{mínim}}{\text{actual}}$	7,77m2		1,00 No indica (no comprobable)	0
				17,71		21

Criteris tècnics objectius.				Optomic España, S.A
LOT 6 - Videonistagmoscopi	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
SOBRE 2				
Tot allò que sigui necessari per l'accessibilitat completa a la configuració de l'equip (claus d'accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.)	3	Si/No	si	3
Equip de substitució durant la reparació	3	Si/No	si	3
Tests d'avaluació de rang de moviment d'extremitats superiors	2	Si/No	si	2
Hardware adaptable a la orografia facial del pacient	2	Si/No	si	2
Sistema d'ampliació d'agudesa visual dinàmica per ampliació i rehabilitació del VOR.	2	Si/No	si	2
Tests de rehabilitació adicionals	6	$puntuació = \frac{6 * actual}{màxim}$		40
				18

Criteris tècnics objectius.			DJO Ibérica Productos Ortopédicos SL	SANROSAN,S.A.		STORZ MEDICAL ITALIA SRL SUCURSAL EN ESPAÑA		
LOT 8 - ONES DE XOC	Puntuació màxima	CONTESTAR	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ	RESPOSTA	PUNTUACIÓ
SOBRE 2								
Tot allò que sigui necessari per l'accessibilitat completa a la configuració de l'equip (daus d'accés físiques o informàtiques, software de configuració, etc.)	3	Si/No	si	3 si		3 si		3
Equip de substitució durant la reparació	1,5	Si/No	si	1,5 si		1,5 si		1,5
No necessita coixinets de gel com a accessori complementari.	3	Si/No	si necessita	0 no necesita	3 no necesita	3		3
Número de modes de funcionament	2	Nº	1	0,083		0,2326		2
Variació de la profunditat mitjançant la regulació d'un únic aplicador	2	Si/No	si	2 si		2 si		2
Transmissió d'ones per canal línial de profunditat variable en fundó de la potència escollida	2,5	Si/No	si	2,5 si		2,5 si		2,5
Fins a tres mil·lions d'ones de xoc a l'aplicador.	3	Si/No	NO	0 si		3 si		3
<i>puntuació = $\frac{2 \times \text{actual}}{\text{màxim}}$</i>				9,08		15,23		17