

Equipament Divers

ESPITAU VAL D'ARAN

ARAN SALUT SL.

Plec de Clàusules Tècniques Generals

Índex

1. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2. DESCRIPCIÓ DEL EQUIP I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
3. FUNCIONAMENT	3
4. GARANTIA I MANTENIMENT	4
5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA	5
6. FORMACIÓ	5
7. LOT 1. MOBILIARI CLÍNIC	6
7.1 OBJECTE DEL CONTRACTE	6
7.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.....	6
8. LOT 2. LLIT HOSPITALITZACIÓ	10
8.1 OBJECTE DEL CONTRACTE	10
8.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.....	10
9. LOT 3. AJUDES TÈCNIQUES	13
9.1 OBJECTE DEL CONTRACTE	13
9.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.....	13
10. LOT 4. BRESSOLS	16
10.1 OBJECTE DEL CONTRACTE	16
10.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.....	16

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, posada en marxa i formació de l'equipament divers que es descriu en els diferents lots per l'Espitau Val d'Aran.

2. DESCRIPCIÓ DEL EQUIP I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES

La descripció dels equips i les seves característiques mínimes es descriuen en cada un dels lots de la present licitació.

Els LOTS que son objecte d'aquesta licitació son :

Lot 1 . Mobiliari.

- Butaca extraccions (1 unitat)
- Butaca Pacient acompanyant (15 unitats)
- Lliteres exploració alçada variable (4 unitats)
- Sillons Basculants (10 unitats)
- Butaca Menjador / Relax (25 unitats)
- Llit articulat residencial (3 unitats)
- Llit articulat residencial baix (2 unitats)

Lot 2. Hospitalització.

- Llits Hospitalaris (25 unitats).

Lot 3. Ajudes Tècniques.

- Grua elevadora (1 unitat).
- Grua bipestació (1 unitat)
- Coixins antilliscants (5 unitats)
- Catifes avisadores (5 unitats).
- Avisadors sortida de llits (5 unitats).
- Antilliscant sedestació (5 unitats).

Lot 4. Bressols.

- Bressol Collit (4 unitats)

3. FUNCIONAMENT

A la memòria tècnica caldrà fer una descripció del funcionament de l'equip, flux de treball, prestacions de l'equip , temps estimat de cada fase i total per cada procediment.

4. GARANTIA I MANTENIMENT

El termini de garantia de l'equipament es definirà en cada lot i comptarà a partir de la data de posada en funcionament de cada equip, prèvia acceptació per part de l' Espitau Val d'Aran..

Durant aquest termini, l'adjudicatari assumirà les despeses derivades de la resolució d'incidències (material, mà d'obra, desplaçaments, dietes, etc.) i es compromet a:

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i/o de funcionament).
- La reparació o, a petició de l' Espitau Val d'Aran, la substitució de les parts defectuoses. Durant el període de garantia, l'empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels equips subministrats.

El manteniment preventiu es realitzarà de forma programada i consensuat amb els Serveis Generals del Espitau Val d'Aran.

El proveïdor haurà de presentar un pla de manteniment i proposta post garantia en aquells equipaments que ho requereixin, si s'escau.

El manteniment correctiu consistirà en la resolució d'avaries o incidències dels equips mitjançant actuacions no programades. El Espitau Val d'Aran sol·licitarà aquestes actuacions "d'avís d'assistència tècnica" a l'empresa adjudicatària segons els següents paràmetres:

- **Temps de resposta:** definit com el temps transcorregut des de la comunicació d'una incidència o avaria fins al moment que un tècnic qualificat es persona al Espitau Val d'Aran per procedir a la resolució física de la incidència. Aquest temps no podrà ser superior a les 12 hores laborables.
- **Temps de resolució de la incidència:** definit com al temps transcorregut des de l'arribada del tècnic qualificat fins al moment que es dona per resolta l'avaría o incidència. Aquest temps màxim s'estableix en funció del tipus de reparació:
 - Reparació Ordinària: són les avaries comuns i de poca dificultat, per a les quals l'adjudicatari disposarà d'un temps màxim de 24 hores.
 - Reparació de Mitja o Alta Complexitat: són aquelles avaries que l'adjudicatari informarà al Espitau Val d'Aran de la seva complexitat i disposarà de 72 hores per la seva resolució. En aquest casos el Espitau Val d'Aran haurà de donar la seva conformitat.

L'adjudicatari es compromet al subministrament de peces i components de recanvi, en un termini que permeti el compliment dels temps de resolució anteriorment indicats. Igualment, l'empresa adjudicatària ha de garantir la reposició de les diferents parts de l'equipament durant un període mínim de 10 anys, des de la data d'adjudicació.

L'adjudicatari presentarà un document tècnic de l'equip a on es descrigui tot el despiecejament del mateix, amb la seva codificació corresponent, per tal de poder en cas de que no hi hagi

contracte de manteniment en un futur, els codis de les peces de reparació amb el codi intern de l'empresa subministradora.

A la seva oferta, l'empresa licitadora indicarà el sistema de comunicació a utilitzar pel Hospital Val d'Aran amb l'objectiu de minimitzar el temps de resposta en cas d'incidència, detallant les dades dels serveis tècnics destinats al manteniment de l'equip:

- Horari d'atenció en dies laborables/festius.
- Adreça completa de la seva ubicació.
- Telèfon, nombre de tècnics i persones de contacte.

5. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

Juntament amb el subministrament dels equips, l'empresa adjudicatària ha d'incloure la següent documentació redactada en català i /o castellà:

- 2 manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- 1 manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- 1 manual d'instruccions de manteniment que haurà de contenir:
 - Instruccions de manteniment preventiu.
 - Plànols i esquemes, amb dimensions.
 - Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
 - Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
- Instruccions de manteniment correctiu, que inclourà una relació d'avaries més usuals i la seva solució.

6. FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de formar adequadament al personal assistencial i de manteniment del Espitau Val d'Aran (en tots els torns), mitjançant cursos i documentació tècnica addicional. En aquest sentit, el licitador haurà d'incloure a la seva oferta un programa de formació especificant la durada i els continguts.

La formació s'haurà de fer a les instal·lacions del Espitau Val d'Aran i en horaris acordats amb els Departaments implicats. Les despeses derivades d'aquesta formació aniran a càrrec de l'adjudicatari.

7. LOT 1. MOBILIARI CLÍNIC

7.1 OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa del següent mobiliari clínic :

- Butaca extraccions (1 unitat)
- Butaca Pacient acompanyant (15 unitats)
- Lliteres exploració alçada variable (4 unitats)
- Sillons Basculants (10 unitats)
- Butaca Menjador / Relax (25 unitats)
- Llit articulad residencial (3 unitats)
- Llit articulad residencial baix (2 unitats)

Garantia de l'equipament durant 2 anys com a mínim, a tot risc.

7.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.

A continuació s'especifiquen les característiques d'obligatori compliment, si alguna d'elles correspon a un producte o marca exclusiva, serà considerada únicament com a orientativa.

Butaca Extraccions (1 unitat).

- Butaca elèctrica articulada de tres cossos amb el respatl·ler i el peu reclinables
- Regulació independent de la inclinació del respatl·ler i del reposapeus per mitjà d'un comandament elèctric.
- Alçada variable amb columna elèctrica telescòpica
- Reposabraços conformats regulables en alçada manualment i orientables en totes direccions mitjançant pistó a gas. Permet desplaçament lateral per facilitar entrada i sortida del pacient.
- El reposabraç disposa d'un suport per penjar el comandament
- Encoixinat de densitat variable i ignífug.
- Entapissat amb cuir sintètic, impermeable, amb tractament antimicrobià a base de ions de plata i ignífug. Fàcil de netejar i resistent als desinfectants.
- L'entapissat cobreix la totalitat de la superfície de descans, evitant el contacte directe del pacient amb les parts mecàniques i facilitant la neteja.
- Estructura en tub d'acer pintat epoxi amb protecció antimicrobiana.
- Dotat de 4 rodes antifils i antipejtada. Diàmetre 100mm, totes 4 amb fre individual.
- Fàcil de netejar i resistent als desinfectants.
- Superfície descans: 172x56cm.
- Dimensions total inclosos reposabraços: 73x91x128cm.
- Alçada seient: 48/78cm.
- Inclinació respatl·ler en relació al seient :100º.
- Rang regulació respatl·ler:80º.
- Inclinació seient: 5º.
- Inclinació reposacames: 87º.

- Trendelemburg: 6º.
- Capacitat de càrrega mínima 150 kgs.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Butaca Pacient acompanyant (15 unitats)

- Butaca amb braços sense rodes pel descans pacient/acompanyat.
- Respatller reclinable i reposacames enlairable independent.
- Moviment mecànic manual.
- La butaca ha de poder quedar-se de manera totalment horitzontal.
- Material encoixinat ignífug.
- Alçada seient aproximada 52 cms.
- Mides aproximades 47x90x127 cms.
- Material de poliuretà injectat transpirable, antimicrobià i de fàcil amnetniment.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Lliteres exploració alçada variable (4 unitats)

- Superfície de descans formada per 2 cossos.
- Alçada regulable mitjançant dispositiu hidràulic.
- Pedal pneumàtic per la regulació alçada.
- Capçal articulada mitjançant mecanisme de cremallera.
- Capçal incorpora forat facial amb tap.
- Material encoixinat ignífug.
- Sistema de rodes retràctils.
- Dimensions superfície descans 70x190cm.
- Rang d'alçada: 47-86cm.
- Entapissat vinílic.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Sillons Basculants (10 unitats)

- Seient i respatller basculen completament amb l'accionament d'un ressort de gas.
- El reposacames és d'accionament manual, amb cinc possibles posicions a fixar.
- Estructura metàl·lica d'altres prestacions, amb quatre rodes lliures, dues amb fre.
- Estructura fabricada en tub d'acer esmaltat a epoxi.
- Tapisseria encoixinada amb interior de goma espuma injectada d'alta densitat.
- Reposabraços anatòmics d'escuma integral.
- Material encoixinat ignífug.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Butaca Menjador / Relax (25 unitats)

- Estructura realitzada en fusta de faig de primera qualitat, neta de nusos i taques.
- 3 cossos; amb reposacames.
- Estructura de gran rigidesa ; Cants, vores i arestes polides i arrodonides
- El respalller incorpora esqueletatge metàl·lic recobert de poliuretà d'alta densitat.
- Entapissat amb teles viníliques amb protecció antimicrobial, antibacterial, antimicòtica i resistent a l'abració.
- Moviments sincronitzats de reclinació/extensió mitjançant pistó de gas amb posició de parada lliure.
- Dimensió H119-45xA65xF67.
- Inclinação màxima de 135 °.
- Material encoixinat ignífug.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Llit articulad residencial (3 unitats)

- Llit Articulat en 4 plans.
- El respalller i l'articulació dels genolls s'accionen elèctricament i de manera individual, el quart pla s'eleva manualment gràcies a sistema de cremallera.
- Rang d'alçada: 28-80 cm.
- Baranes metàl·liques, compleixen amb la Normativa de Seguretat IEC60601-2-52.
- Angle del respalller 0-70°.
- Angle cames: 0-33°.
- Angle peus: 0-18°.
- 4 rodes giratòries de 100 mm diàmetre amb fre individual en cada una.
- Capçal i peuer de fusta inclosos.
- Amplada exterior sense baranes: 900 mm.
- Llargada exterior: 2110 mm.
- Llargada interior: 2000 mm.
- Pes màxim suportat: 135Kg.
- Pes total llit: 78 Kg.
- El llit ha de ser desmuntable per facilitar el seu transport. Cap element pot pujar de 17 kilos en total.
- El llit ha de ser desmuntable per facilitar el seu transport. Sense requerir eines especials.
- Matalàs viscolèstica grau sanitari inclòs.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Llit articulat residencial baix (2 unitats)

- Llit Articulat electric en 3 plans i cremallera en 4art.
- El respatller i l'articulació dels genolls s'accionen elèctricament i de manera individual, el quart pla s'eleva manualment gràcies a sistema de cremallera.
- Rang d'alçada: 21-68.
- Comandament amb bloqueig individual de funcions.
- Baranes metàl·liques.
- Capçal i peuer.
- Rang d'elevació: 21-68cm.
- Angle respatller: 0-70°.
- Angle cames: 0-24°.
- Capacitat màxima de càrrega: 145 Kg
- Pes llit: 64 Kg.
- Amplada externa: 1020 mm.
- Llargada externa: 2240 mm.
- Amplada somier: 900 mm.
- Llargada somier: 2080 mm.
- El llit ha de ser desmuntable per facilitar el seu transport. Cap element pot pujar de 17 kilos en total.
- El llit ha de ser desmuntable per facilitar el seu transport. Sense requerir eines especials.
- Matalàs viscolèstica grau sanitari inclòs.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

8. LOT 2. LLIT HOSPITALITZACIÓ

8.1 OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa de 25 llits hospitalaris per l'Espitau Val d'Aran.

Garantia de l'equipament durant 2 anys com a mínim, a tot risc.

8.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.

Les característiques tècniques del equipament es descriuen a continuació :

Prestacions tècniques

- Plataforma de matalàs fabricada en polipropilè o similar , fàcil de treure i netejar, amb vores.
- Càrrega de treball segura de 260 kg. (Especificar oferta) .
- Estructura de dimensions aproximades 220 x 99 amb baranes aixecades.
- Estructura construïda d'acer, amb revestiment de pintura epoxi o similar resistent als agents químics i mecànics.
- Sistema de fixació i extracció de capçals i peus sense necessitat d'eines.
- Suports per a la col·locació simple i ràpida dels accessoris.
- Amb suports de subjecció que impedeixen que el matalàs es mogui.
- Sistema d'elevació tipus compàs d'alta estabilitat amb 4 punts de suport .
- Equipats amb rodes de a 125 mm de diàmetre mínim.
- Fre centralitzat a les 4 rodes.
- Dissenyat per poder utilitzar la grua del pacient.
- Inclourà el conjunt del sistema a "0" (restablir les condicions inicials-horitzontals) de forma manual i/o elèctrica (especificar oferta).

Matalàs

- Superfície recolçamnet matalàs per 4 mòduls independents i fàcilment desmuntables fabricats en polièster o similar.
- Apte per matalàs de aproximadament 85 x 195 cm.
- Capacitat d'extensió mínima de 15 cm. de llarg. (Especificar a la oferta).

Baranes

- 4 baranes laterals segons la normativa EN 60 601-2-52 o equivalent.
- Fabricat en ABS o similar.
- Plegables, amb accionament independent. Accionable amb una sola mà i baixada amortiguada.
- Alçada mínima de barana segons normativa 2-52 o equivalent respecte al llit del pacient (especificar en l'oferta).
- Indicadors d'angle de capçal integrat.
- A banda i banda del marc hi ha una barra metàl·lica soldada per als accessoris (drenatge) amb 2 ganxos de plàstic, cadascun amb una capacitat mínima de 3 kgrs.

- A les 4 cantonades, fora del marc del llit, i carcasses per el pal d'elevació de pacients, pals sérum i/o accessoris dedicats.
- A les 4 cantonades, fora del marc del llit, hi ha para-xocs.

Capçal i Peus.

- Fabricat en ABS o similar.
- Ergonòmic, amb vores arrodonides i sense juntes.

Moviments.

- Ajust elèctric de l'alçada del llit entre 38 i 79 cm mínim. (Especificar oferta).
- Tren-Antitrendelemburg elèctric amb angulació mínima de 16º.
- Regulació elèctrica del capçal fins a un mínim de 63º. Amb desembragatge manual d'emergència, independent del elèctric per a RPC.
- Regulació elèctrica de la zona de les cames fins almenys 30º com a mínim respecte al pla del somier (especificar oferta).
- Zona dels peus amb elevació manual. 20º graus de moviment.
- Retroversió pla tronc en la elevació del mateix.

Comandaments.

- Comandament per al pacient integrat en les baranes, que inclou els moviments bàsics i preferentment la posició de sortida del pacient i no inclou posicions terapèutiques programades que només ha de ser manipulada per la Infermeria.
- Comandament de llit per a professionals integrats en les baranes amb totes les seves funcions per facilitar la seva accessibilitat i maneig, així com minimitzar els riscos de trencament i manteniment..
- Posicions terapèutiques integrades fora de l'abast del pacient. Sistema de cancel·lació fora de l'abast del pacient.

Dispositius de Seguretat.

- Tecla de bloqueig o desbloqueig dels moviments del llit segons la normativa.
- Desembragatge d'emergència MANUAL en el capçal per a un descens ràpid de la secció, fins i tot en absència de corrent, identificat amb sigles RCP.
- Desembragatge d'emergència ELECTRIC.
- Alarma de pedal de fre, que indicarà que el llit està connectat a la xarxa elèctrica però no amb frenada.

Matalassos.

- Material i disseny antiescares.
- Dimensions adequades per al llit.
- Adaptable a l'anatomia del cos i ha de permetre una distribució homogènia del pes corporal.

- Amb funda de material transpirable i impermeable, hidròfug , antibacterià, antiacars, antifúngic. Rentable a 60º i que permeti que s'apliquin desinfectants i esterizable . (Especificar oferta).
- Hipoal·lergenic. Lliure de làtex.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

9. LOT 3. AJUDES TECNiques.

9.1 OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa de les següents ajudes tècniques per l'Espitau Val d'Aran .

- Grua elevadora (1 unitat).
- Grua bipestació (1 unitat)
- Coixins antilliscants (5 unitats)
- Catifes avisadores (5 unitats).
- Avisadors sortida de llits (5 unitats).
- Antilliscant sedestació (5 unitats).

Garantia de l'equipament durant 2 anys com a mínim, a tot risc.

9.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques DELS EQUIPS.

Les especificacions tècniques i requisits mínims que han de complir els equips proposats son els que es descriuen a continuació :

Grua Elevadora pacients.

- Per elevacions verticals, elevacions horitzontals i entrenaments de marxa.
- Capacitat de càrrega 205Kg.
- Obertura de potes elèctrica.
- Bateria integrada a la grua no extraïble amb càrrega directa.
- Potes baixes per facilitar accés a tot tipus de llits.
- Estructura d'alumini.
- Màstil regulable en 3 posicions.
- Manillar ajustable.
- Parada d'emergència elèctrica.
- Baixada d'emergència elèctrica i manual.
- Perxa d'alumini amb pestells de seguretat. Amplada estàndard 450mm.
- Rang d'elevació: 500-1790 mm.
- Velocitat d'elevació sense càrrega: 35 mm/s.
- Estructura amb 4 rodes. Dues al darrera de 100 mm de diàmetre i dues al davant de 35 mm.
- Arnessos t/m i t/l inclosos (2).
- Amplada base (mides externes): 685-980 mm.
- Amplada base (mides internes): 585-880 mm.
- Pes total: 34Kg.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Grua Bipestació.

- Capacitat de càrrega 200Kg.
- Potes ajustables elèctricament.
- Control desde comandament o desde panell de control en la pròpia grua.
- Columna d'elevació inclinada per afavorir la correcta elevació del pacient tot mantenint el moviment natural del cos.
- Columna d'alumini.
- Xassis i suspensió d'acer amb formes arrodonides i sense cantells.
- Arnés ample amb tancament a la cintura i material antilliscant a l'interior.
- Plataforma de recolzament dels peus plana i antilliscant.
- Rang obertura de potes: 220-1210 mm.
- Protectors recolza genolls tous. Regulables en alçada, amplada i inclinació.
- Nanses ergonòmiques, la seva forma permet adaptar-se a cada alçada del cuidador.
- Parada d'emergència elèctrica i manual.
- Baixada d'emergència elèctrica i manual
- Alarma automàtica d'avís anual per fer manteniment.
- Motor i circuit elèctric situats a la part superior de la grua per evitar danys per vessament accidental de líquids.
- Carregador de bateria i bateria integrats.
- Indicador lluminós de bateria baixa en el comandament i panell de control.
- Sistema de rodes pivotants per millorar mobilitat en espais reduïts.
- Sistema de diagnòstic integrat.
- Inclou sensor de seguretat per sobrepès a partir de 205Kg.
- Velocitat elevació 35s (amb càrrega de 75Kg).
- 2 rodes davanteres de 50mm, 2 rodes darrera de 75mm amb fre i dues rodes de 50 mm al centre..
- Llargada total: 1068mm.
- Altura total: 1125mm.
- Alçada potes 65mm.
- Amplada interna potes tancades: 220mm.
- Amplada externa potes obertes: 1210 mm.
- Pes: 44,5Kg.
- Arnessos t/m i t/l inclosos (2).

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Coixins antilliscants.

- Coixí anatòmic d'espuma viscoelàstica.
- Incorpora abductor anatòmic, de formes rodones i suau al tacte.
- L'abductor és independent del coixí i es pot regular en profunditat mitjançant velcro.
- Funda impermeable i transpirable, resistent a la orina.
- Pes màxim suportat 100Kg.

- Dos tamanyos disponibles 42x42cm i 45x42cm.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Catifes avisadores.

- Catifa pel terra de material de moqueta antilliscant.
- Detecta el pes del pacient quan trepitja la superfície.
- Dimensions: 870 x 580 x 9mm.
- Pot utilitzar-se amb tres tipus de receptors segons els dispositius que pugui controlar.
- Receptor per 8 dispositius.
- Connexió del monitor al receptor inalàmbrica.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Dispositiu sortida matalàs.

- Catifa pel matalàs per detectar la presència de l'usuari quan està estirat al llit.
- Dos tamanyos aproximats 760x250x3mm i /o 740x500x3mm .
- Protecció IP64.
- Ha d'incloure monitor per a sensor de llit i catifa.
- Utilitzable amb tres tipus de receptors segons els dispositius que es vulgui controlar.
- Receptor per 8 dispositius.
- Connexió de la catifa al monitor mitjançant cable.
- Connexió del monitor al receptor inalàmbrica.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

Antilliscant sedestació.

- Coixí tubular antilliscant. Es desplaça només en una direcció.
- Permet a l'usuari mantenir-se dret amb una correcta postura.
- Part externa antilliscant que permet subjectar-se a qualsevol superfície.
- Material: polièster i nylon.
- Dimensions: 36x43cm.

Per cada una de les característiques mínimes descrites, el proveïdor emplenarà els quadres adjunts en la present licitació per tal de fer una descripció breu del seu producte en cada una de les característiques descrites, i indicant en la memòria tècnica presentada a on es troba.

10.LOT 4. BRESSOLS

10.1 OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa de les següents equips per l'Espitau Val d'Aran .

- Bressol amb alçada variable i capacitat per fer collit (1 unitat)

Garantia de l'equipament durant 2 anys com a mínim, a tot risc.

10.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS.

Les especificacions tècniques i requisits mínims que han de complir els equips proposats son els que es descriuen a continuació :

Prestacions Tècniques :

- Bressol amb alçada variable i capacitat per fer collit bilateral.
- Laterals encoixintas, obertura bilateral.
- Estructura bressol de polietilè, baranes laterals amb plastic transparent Plexiglass, no tòxic i irrompible i perfil superior d'alumini.
- Matalassos desmuntables per netejar.
- Base de laminat estratificat amb forats per ventilació.
- Placa identificació ambdós costats.
- Posició Trendelenburg 12°.
- Posició Anti Trendelenburg 6°.
- Carro suport d'acer recobert de una capa de pols epoxi.
- 4 rodes dobles autofrenants de diàmetre mínim 100 mm.
- Alçada regulable mitjançant bomba de gas.
- Els laterals encoixinats permeten la continuïtat entre el matalàs del bressol i el matalàs del llit.
- Dimensions totals: 94x52x98 cm.
- Alçada plataforma matalàs: 54-72cm.
- Superfície del matalàs: 34x66x6cm.
- Capacitat màxima de càrrega 10Kg.

Material matalàs i proteccions encoixinades:

- Poliuretà expandit flexible, transpirable, anti al·lèrgic i indeformable.
- Ignífug.
- Funda de fibra elàstica amb certificació OEKO-TEX STANDARD 100 o similar, impermeable, transpirable, anti al·lèrgica, no tòxica, antibacteriana i autoextinguible.
- Matalàs homologat CL.1IM DM 26/6/84.