

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101356760/23/AMUP

Subministrament agregat Perfusió cardíaca: cànules, retorn venós i aspiració cardíaca_Complementari

1.	Condicions generals	4
1.1.	Objecte de la contractació	4
1.2.	Característiques de la contractació	4
1.3.	Tècnics	4
2.	Requeriments obligatoris	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificacions tècniques generals	5
2.3.	Requisits obligatoris addicionals.....	5
2.4.	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3.	Com presentar la oferta	5
3.1.	Oferta tècnica	5
3.2.	Model d'oferta tècnica	5
3.3.	Presentació de mostres	7
3.4.	Documentació confidencial.....	8
4.	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1.	Prevenició de riscos laborals	8
4.2.	Formació.....	9
4.3.	Manual d'usuari.....	9
4.4.	Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.2.	Garantia de subministrament	9
4.4.2.1	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2.	Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3.	Termini de lliurament	11
4.4.2.4.	Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5.	Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3.	Sistema EDI.....	12
4.5.	Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1.	Embalatges.....	14
4.5.2.	L'albarà.....	15
4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	17

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de Subministrament agregat Perfusió cardíaca: cànules, retorn venós i aspiració cardíaca_Complementari per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals

No hi ha requeriments obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No s'ha de fer cap cessió d'equip.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementària haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. Aquest fet podrà ser motiu de desistiment de la oferta.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

NO HI HA

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. No obstant, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data, només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1 Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1 El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències

- Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
-----------	------------

Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència

- El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total

- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor (NO HI HA)
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'obligat compliment (NO HI HA)
ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals (NO HI HA)
ANNEX E – Presentació de mostres (NO HI HA)
ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics – adjudicatari

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101356760/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
1	Línies de perfusió cardíaca	30002092	Línia per a encebat ràpid en CEC, de PVC transparent, amb clamp, punxó i taps protectors, diàmetre 1/4" x 1/16" (6,4 x 1,6 mm), llargària 120 cm +/-5cm, sense connector, estèril.	Lot No Obligatori
1	Línies de perfusió cardíaca	30017723	Línia/tub d'aspiració, de PVC transparent de 1/4 x 1/16 x 410 cm, per a complement del circuit de circulació extracorporea en intervencions de cirurgia cardíaca. Amb taps protectors.	Lot No Obligatori
1	Línies de perfusió cardíaca	30003123	Línia/tub d'aspiració, de PVC transparent de 3/8 x 1/16 x 3metres, per a complement del circuit de circulació extracorporea en intervencions de cirurgia cardíaca. Amb taps protectors.	Lot No Obligatori
2	Equips oxigenador CEC complets	30036037	Equip oxigenador CEC neonat: oxigenador amb tract. biocomp. tipus Bioline, PP f/buida, v/encebat 43ml, reserv.capac. màx. 0,8 l, amb filtre arterial, sup. Membr. 0,50 m2, sup. Intercanv. 0,07 m2, línees art./ven., aspirad. i connectors. Disseny HVH	Lot No Obligatori
2	Equips oxigenador CEC complets	30036039	Equip oxigenador CEC adult petit: oxigenador amb tract. biocomp. tipus Bioline, PP f/buida, v/encebat 144ml, reserv.capac. màx. 4,2 l, amb filtre arterial, sup. Membr. 1,3 m2, sup. Intercanv. 0,3 m2, línees art./ ven., aspirad. i connectors. Disseny HVH	Lot No Obligatori
3	Equips oxigenador ECMO complets	30039551	Equip ventilació pulmonar que inclou membrana ventilació, capçal bomba magnètica. Volum encebat 275ml, superfície membrana 1,90m2, long dels tubs 230cm +/-5cm i conn 3/8", sist de pressions integrat. Compatible amb Xenios o iLA active (Novalung) o equiv.	Lot No Obligatori
3	Equips oxigenador ECMO complets	30041446	Equip ventilació pulmonar que inclou membrana ventilació, capçal bomba magnètica. Volum encebat 175ml, superfície membrana 1,30m2, long dels tubs 145cm +/-5cm i conn 3/8", sist de pressions integrat. Compatible amb Xenios o iLA active (Novalung) o equiv.	Lot No Obligatori
4	Altres cànules venós femoral reforçada	30052454	Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seldinger de perfusió venosa reforçada, calibre 18 Fr, llargària 17 cm endovascular, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori
4	Altres cànules venós femoral reforçada	30052455	Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seldinger de perfusió venosa reforçada, calibre 22 Fr, llargària 17 cm endovascular, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori
4	Altres cànules venós femoral reforçada	30052456	Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seldinger de perfusió venosa reforçada, calibre 24 Fr, llargària 27 cm endovascular, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori
5	Cànules artèria aortica de baixa resistència	30041628	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 17Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori
5	Cànules artèria aortica de baixa resistència	30041629	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 21Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori
5	Cànules artèria aortica de baixa resistència	30043148	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 19Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	Lot No Obligatori

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101356760/23/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CODI SAP	Descripció SAP	Condicció lot
6	Adaptadors i accessoris de perfusió	30051494	Sistema de fixació per al cap de cànules d'ECMO sense làtex i hipoalergènic. Mida 2,5cm x 72cm.	Lot No Obligatori
6	Adaptadors i accessoris de perfusió	30051495	Sistema de fixació per a cànules ECMO a la cama del pacient, adults i adolescents, sense làtex i hipoalergènic. Mides 4cm x 72cm.	Lot No Obligatori
7	Shunts cardíacs	30051032	Shunt intracoronari de 1,5 mm de diàmetre, llargària 16 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense bomba. Estèril	Lot No Obligatori
7	Shunts cardíacs	30051033	Shunt intracoronari de 1,75 mm de diàmetre, llargària 17,5 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense bomba. Estèril	Lot No Obligatori
7	Shunts cardíacs	30051034	Shunt intracoronari de 2 mm de diàmetre, llargària 18 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense bomba. Estèril	Lot No Obligatori
8	Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada	30052716	Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada, amb doble lúmen bicava, calibre 24Fr (8,0mm), llargària 30cm +/-2cm, connector 3/8". Estèril.	Lot No Obligatori
8	Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada	30052717	Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada, amb doble lúmen bicava, calibre 26Fr (8,7mm), llargària 30cm +/-2cm, connector 3/8". Estèril.	Lot No Obligatori
9	Altres perfusió cardíaca	30035367	Cànula aspiració cardíaca calibre 13Fr, llargària 30cm +/-2cm, punta multiperforada i angulada, marques d'inserció, connexió 1/4". Estèril	Lot No Obligatori
9	Altres perfusió cardíaca	30062711	Equip assistència ventricular esquerra percutània, fluxe 5,5L, catèter percut Ø21Fr, long 11,4cm, sensor òptic, connector, sistema infusió, guia 0,018" i equip introductor 23Fr a/dilatadors. No làtex, estèril. Compatible a/consola Impella AIC o equiv	Lot No Obligatori
9	Altres perfusió cardíaca	30006334	Equip drenatge venós assistit per circulació extracorpòria. Compost per: tub de PVC extruït transparent, 1 vàlvula alliberació de pressió negativa, 1 vàlvula alliberació de pressió positiva, connectors v/m, taps protectors codi p/colors. Estèril, un ús	Lot No Obligatori
9	Altres perfusió cardíaca	30014722	Dispositiu d'infusió de CO2 per a cavitats cardíaques en cirurgia vascular. Compost per: tub PVC 30cm, filtre 0,2 µm, tub PVC 3m, guia acer inoxidable 15cm dins tub PVC acanalat i escuma poliuretà.	Lot No Obligatori
9	Altres perfusió cardíaca	30006138	Elèctrode epicàrdic auricular per a estimulació cardíaca temporal en forma de llaç. Agulla de triple bisell, cable de grossor 2/0 USP de 61 cm de longitud aproximada, amb recobriments aïllant de tefló. Estèril.	Lot No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30002092
Descripció llarga:	Línia per a encebat ràpid en CEC, de PVC transparent, amb clamp, punxó i taps protectors, diàmetre 1/4" x 1/16" (6,4 x 1,6 mm), llar gària 120 cm +/-5cm, sense connector, estèril.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30003123
Descripció llarga:	Línia/tub d'aspiració,de PVC transparent de 3/8 x 1/16 x 3metres, per a complement del circuit de circulació extracorporea en interv encions de cirugia cardiaca.Amb taps protectors.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30006138
Descripció llarga:	Elèctrode epicàrdic auricular per a estimulació cardíaca temporal en forma de llaç. Agulla de triple bisell, cable de grossor 2/0 US P de 61 cm de longitud aproximada, amb recobriment aïllant de tefló. Estèril.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30006334
Descripció llarga:	Equip drenatge venós assistit per circulació extracorpòria. Compost per: tub de PVC extruït transparent, 1 vàlvula alliberació de pressió negativa, 1 vàlvula alliberació de pressió positiva, connectors v/m, taps protectors codi p/colors. Estèril, un ús	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30014722
Descripció llarga:	Dispositiu d'infusió de CO2 per a cavitats cardíagues en cirurgia vascular. Compost per: tub PVC 30cm, filtre 0,2 µm, tub PVC 3m, gu ia acer inoxidable 15cm dins tub PVC acanalat i escuma poliuretà.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30017723
Descripció llarga:	Línia/tub d'aspiració,de PVC transparent de 1/4 x 1/16 x 410 cm, per a complement del circuit de circulació extracorporea en interve ncions de cirugia cardiaca.Amb taps protectors.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30035367
Descripció llarga:	Cànula aspiració cardíaca calibre 13Fr, llargària 30cm +/-2cm, punta multiperforada i angulada, marques d´inserció, connexió 1/4". E stèril	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30036037
Descripció llarga:	Equip oxigenador CEC neonat: oxigenador amb tract. biocomp. tipus Bioline, PP f/buida, v/encebat 43ml, reserv.capac. màx. 0,8 l, amb filtre arterial, sup. Membr. 0,50 m2, sup. Intercanv. 0,07 m2, línees art./ven., aspirad. i connectors. Disseny HVH	

SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30036039
Descripció llarga:	Equip oxigenador CEC adult petit: oxigenador amb tract. biocomp.tipus Bioline, PP f/buida, v/encebat 144ml, reserv.capac. màx. 4,2 l , amb filtre arterial, sup. Membr. 1,3 m2, sup. Intercanv. 0,3 m2, línees art./ ven., aspirad. i connectors. Disseny HVH	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30039551
Descripció llarga:	Equip ventilació pulmonar que inclou membrana ventilació,capçal bomba magnètica. Volum encebat 275ml, superfície membrana 1,90m2, longitud dels tubs 230cm+/-5cm i conn 3/8", sist de pressions integrat. Compatible amb Xenios o ila activve (Novalung) o equiv.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30041446
Descripció llarga:	Equip ventilació pulmonar que inclou membrana ventilació,capçal bomba magnètica. Volum encebat 175ml, superfície membrana 1,30m2, longitud dels tubs 145cm+/-5cm i conn 3/8", sist de pressions integrat. Compatible amb Xenios o ila activve (Novalung) o equiv.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30041628
Descripció llarga:	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 17Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30041629
Descripció llarga:	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 21Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30043148
Descripció llarga:	Equip cànula percutànea per tècnica Seldinger de perfusió arterio venosa reforçada, calibre 19Fr, llargària 14cm +/-2cm, aprovació d'ús superior a 2 setmanes, amb components (guia, bisturi, clamp, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30051032
Descripció llarga:	Shunt intracoronari de 1,5 mm de diàmetre, llargària 16 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense bomba. Estèril	
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30051033
Descripció llarga:	Shunt intracoronari de 1,75 mm de diàmetre, llargària 17,5 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense bomba. Estèril	

SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30051034
Descripció llarga: Shunt intracoronari de 2 mm de diàmetre, llargària 18 mm +/-2mm, punta afosada amb un dels extrems en espiral, per a cirurgia sense b omba. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30051494
Descripció llarga: Sistema de fixació per al cap de cànules d'ECMO sense làtex i hipoalergènic. Mida 2,5cm x 72cm.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30051495
Descripció llarga: Sistema de fixació per a cànules ECMO a la cama del pacient, adults i adolescents,sense làtex i hipoalergènic. Mides 4cm x 72cm.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30052454
Descripció llarga: Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seidinger de perfusió venosa reforçada, calibre 18 Fr, llargària 17 cm endovascul ar, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30052455
Descripció llarga: Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seidinger de perfusió venosa reforçada, calibre 22 Fr, llargària 17 cm endovascul ar, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30052456
Descripció llarga: Equip cànula de doble lumen percutànea per tècnica Seidinger de perfusió venosa reforçada, calibre 24 Fr, llargària 27 cm endovascul ar, amb components (guia, bisturi, 2 clamps, agulla desaireació i punció), conn 3/8", estèril.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30052716
Descripció llarga: Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada, amb doble lúmen bicava, calibre 24Fr (8,0mm), llargària 30cm +/-2cm, co nnector 3/8". Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101356760	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30052717
Descripció llarga: Cànula venosa yugular reforçada per a ECMO de llarga durada, amb doble lúmen bicava, calibre 26Fr (8,7mm), llargària 30cm +/-2cm, co nnector 3/8". Estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46745968D

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 20.07.2023
HORA: 12:13:41
PÀGINA: 4 / 4

SOL.COMANDA: 1101356760 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30062711

Descripció llarga:

Equip assistència ventricular esquerra percutània, fluxe 5,5L, catèter percut Ø21Fr, long 11,4cm, sensor òptic, connector, sistema i nfusió, guia 0,018" i equip introductor 23Fr a/dilatadors. No làtex, estèril. Compatible a/consola Impella AIC o equiv

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal como se indica en el pliego, en el apartado 10.1.1, en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuació se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se hacen indicaciones más específicas. Los datos con los que se deben completar estos campos se deben obtener del documento de oferta económica Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa en el anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalitat de Catalunya, en el apartado documentación, dentro de la **Documentación** que hay en **1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCNICAS Y ECON.zip**

Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																			
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																																			
Empresa:																																							
NIF:																																							
Data																																							
Segell Empresa:																																							
Signatura:																																							
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																																			
Número oferta Variant:																																							
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat																				
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00																											
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml) Cànula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00																											
2	0		670	30030982	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página para cada ficha técnica individual pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
Área <i>DATOS DE LA LICITACIÓN</i>		
Esta área contiene: - Datos de identificación de la licitación - Datos de cada artículo detallado en el ANEXO D. SE LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS		
Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Núm. de expediente	Código numérico de la licitación	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta	
Código SAP	Código del material, cuando la licitación se presenta detallando este código	
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código detalle del material	

(Continuación)

Nombre del campo	casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para licitaciones con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, a la oferta específica

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
			Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador			LOT
			Tipus oferta

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos *Descripción breve y ampliada del producto* que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de **su** producto y de **sus** datos técnicos, argumentada con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado

referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora

referencia fabricante Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm
EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual
Descripción breve del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado	
Marcado CE / Tipo de clase	Marcado CE = SI Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea que acredita el marcado. Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE Marcado CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 Lista Resumen. Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el material
Cumplimiento Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios	Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y / o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient							
CS/CC00/1101356760/23/AMUP		Subministrament agregat Perfusió cardíaca: cànules, retorn venós i aspiració cardíaca_Complementari							
Descripció codi SAP o codi Agrupador									
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa		NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)	
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada							
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *					
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material							
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència							
Dades d'acreditacions									
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC									
Marcat CE/Tipus de classe		(SI/NO)							
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1691/2009 regulació prod sanitaris									
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material									
Altres acreditacions i/o auto certificació									

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció									
Dades de la licitació									
Num. expedient		Descripció expedient			Codi SAP				
CS/CC00/11013567860/23/AMUP		Subministrament agregat Perfusió cardíaca: cànules, retorn venós i aspiració cardíaca_Complementari			Codi Agrupador				
Descripció codi SAP o codi Agrupador					LOT		Tipus oferta		
Dades del licitador									
Identificació de l'empresa									
NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	(SI / NO)
Dades del producte específic									
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *			Especificacions tècniques de la referència ofertada				
Referència distribuïdor		Material de fabricació *							
Referència fabricant		Mides del material ofertat *							
Descripció ampliada del producte									

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

(No hi ha)

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

(No hi ha)

ANNEX E1 - Presentació de mostres

No hi ha

ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics - adjudicatari

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gln	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmacéuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND LING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDate	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDate	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDate	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Periodo de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato se aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradeItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDate Time	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDate Time	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad 1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - combustible I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno