

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1101358471/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE MICROBIOLOGIA: MEDIS DE CULTIU EN PLACA I EN TUB, REACTIU PER A LA IDENTIFICACIÓ BACTERIANA DE MICOBACTERIS PER A L'ESTUDI DE LA SENSIBILITAT ANTIBIÒTICA I DETECCIÓ DE MECANISMES DE RESISTÈNCIA, I ARRENDAMENT SENSE OPCIO A COMPRA D'INSTRUMENTAL PER A LA REALITZACIÓ I D'ESTUDIS DE SENSIBILITAT ANTIBIÒTICA.

INDEX

1.	Condicions generals	4
1.1	Objecte de la contractació	4
1.2	Característiques de la contractació	4
1.3	Tècnics	5
2.	Requeriments obligatoris	5
2.1	Normativa aplicable	5
2.2	Especificacions tècniques generals	6
2.3	Requisits obligatoris addicionals.....	6
2.3.1.	Condicions bàsiques per tots els equipaments	6
2.3.2.	Condicions bàsiques específiques pels següents equipaments.....	7
2.3.3.	Manteniment.....	10
2.3.3.1.	Condicions del manteniment.....	10
2.3.3.2.	Tipus de manteniment	10
2.3.3.3.	Tipus d'intervenció	10
2.3.3.4.	Característiques generals del manteniment	11
2.3.4.	Control de qualitat.....	11
2.3.5.	Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori	12
2.3.6.	Actualitzacions tècniques als equipaments actuals	12
2.3.7.	Característiques generals de la instal·lació	13
2.4	Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	13
3.	Com presentar la oferta	13
3.1	Oferta tècnica	13
3.2	Model d'oferta tècnica	14
3.3	Presentació de mostres	15
3.4	Documentació confidencial.....	15
4	Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	16
4.1	Prevenició de riscos laborals	16
4.2	Formació.....	17
4.3	Manual d'usuari.....	17
4.4	Condicions logístiques i de subministrament.....	17
4.4.1	Condicions de subministrament.....	17

4.4.2	Garantia de subministrament	17
4.4.2.1	El Gestor de les incidències en compres (GIC)	17
4.4.2.2	Garanties durant l'execució del contracte	19
4.4.2.3	Termini de lliurament	19
4.4.2.4	Unitats mínimes de comanda	19
4.4.2.5	Lloc de lliurament de les comandes	20
4.4.3	Sistema EDI	20
4.5	Condicions de l'operador logístic	22
4.5.1	Embalatges	22
4.5.2	L'albarà	23
4.5.3	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	23
4.5.4	Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia	24
4.5.5	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..	25
4.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)	27

1. Condicions generals

1.1 Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació de **Subministrament agregat de material de microbiologia: medis de cultiu en placa i en tub, reactiu per a la identificació bacteriana de micobacteris per a l'estudi de la sensibilitat antibiòtica i detecció de mecanismes de resistència, i arrendament sense opció a compra d'instrumental per a la realització i d'estudis de sensibilitat antibiòtica.**

Àmbit temporal del contracte:

Segons la naturalesa del contracte la durada serà la següent:

- **El subministrament de medis de cultiu, discs, reactius i material fungible.**
Tindrà una vigència prevista de 36 mesos, comptadors des de la data d'inici de la prestació normalitzada del servei. El contracte podrà ser prorrogat anualment, per acord exprés de les parts abans de la seva finalització, per un període màxim de 24 mesos.
- **En el cas que es requereixi equipament (Lot 1: Patides 6 i 7) les condicions de manteniment i lloguer son les següents:**
 - **Manteniment dels equips:** Tindran una vigència prevista de 36 mesos, tenint en compte que s'hauran de respectar els dos primers anys de garantia, comptadors des de la data d'inici de la prestació normalitzada del servei. El contracte podrà ser prorrogat anualment, per acord exprés de les parts abans de la seva finalització, per un període màxim de 24 mesos.
 - **L'arrendament sense opció a compra:** Tindrà una vigència prevista de 48 mesos, comptadors des de la data d'inici de la prestació normalitzada del servei.

1.2 Característiques de la contractació

A l'annex A, que correspon al pla de necessitats, s'hi relacionen les quantitats de consum corresponents a un any previstes per a cada article i que han estat extretes a partir dels consums històrics en el nostre sistema. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats de cada centre, depenent de la seva activitat assistencial.

Aquestes necessitats corresponen als materials estructurat en els següents Lots i Partides:

Lot	Partida	Descripció
1	1	Medis de cultius preparats per a l'aïllament en placa. No cromogènics.
1	2	Medis de cultius cromogènics preparats per a l'aïllament en plaques.
1	3	Medis de cultius preparats per a l'aïllament en tub.
1	4	Medis, discs i reactius per a la identificació.
1	5	Medis i reactius per a micobacteris.
1	6	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió automatitzada (Discs-Equipament)
1	7	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió semi-automatitzada (Discs-Equipament)
1	8	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió (Discs)
1	9	Detecció de Resistència: discs i test ICF.
1	10	Tires antibiòtic en gradient per l'estudi de CMI.
1	11	Medis deshidratats i Suplements per a medis de cultiu
1	12	Estudi sensibilitat antibiòtica per dilució semi-automatitzada
1	13	Panels d'estudi de CMI per microdilució (2 soques/panel)
1	14	Tires per a l'estudi de la CMI per microdilució en format monotest

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3 Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contacte amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1 Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE.
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 8 de l'Annex I del RD 1662/2000, de 29 de setembre pel qual es regulen els productes sanitaris per a

diagnòstic "in vitro", amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant).

- L'acreditació del Certificat de la Norma ISO 9001 de Gestió de qualitat.

2.2 Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3 Requisits obligatoris addicionals

Tant la Normativa aplicable descrita en punt 2.1, com els requisits que es detallen a continuació, son d'aplicació a la totalitat dels lots d'aquesta licitació.

- S'ha d'assegurar el subministrament de qualsevol material en un termini màxim de 48 hores.
- Serà d'obligat compliment que tots els empaquetatges portin codi de barres que identifiqui el lot i la data de caducitat.

2.3.1. Condicions bàsiques per tots els equipaments

- L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.
- L'adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.
- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips analítics necessari en cada laboratori.
- Els reactius o el material consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
- Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de Qualitat.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte
- Suport a la implementació de la acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditat alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.
- Assegurar el subministrament en un màxim de 48h

2.3.2. Condicions bàsiques específiques pels següents equipaments

- **Lot 1 – Partida 1 - Medis de cultius preparats per a l'aïllament en placa No Cromogènics**
Lot 1 – Partida 2 - Medis de cultiu cromogènics preparats per a l'aïllament en plaques:
 - a) Per les plaques de 90 mm de diàmetre: Espessor mínim del medi de 4 mm / 18 mL de contingut.
 - b) Per les plaques de Mueller-Hinton nivells mínims de medi: Per plaques de 90mm, 25 mL; plaques de 120 mm, 60 mL; plaques de 145-150 mm, 70 mL.
 - c) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró (Veure Annex E Relació de soques incloses en els criteris tant obligatoris com de valoració tècnica, segons EUCAST i CLSI i segons les "Recomendaciones Microbiologia Clínica SEIMC") per el control dels medis de cultiu així com de la sensibilitat
 - d) Possibilitat de treball en equip de dispensació de sembra automàtica, mínim en AUTOPLACK, WASPLab, Kiestra
 - e) Identificació de les plaques amb el codi de medi, lot i data de caducitat.

- **Lot 1 – Partida 3 - Medis de cultius preparats per a l'aïllament en tub**
 - a) Altura de l'agar per a tubs d'identificació mínim 4 cm.
 - b) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI)
 - c) Possibilitat de treball en equip de dispensació de sembra automàtica, mínim en AUTOPLACK, WASPLab, Kiestra
 - d) Identificació dels tubs amb el codi de medi, lot i data de caducitat.

- **Lot 1 – Partida 5 - Medis i reactius per a micobacteris**
 - a) Subministrament de gradetes inclinades per tubs Lowenstein i Coletsos segons pla de necessitats per cada centre.
 - b) Mida dels tubs de Lowenstein i Coletsos: Llargada màxima, 150 mm; Amplada mínima 16 mm.
 - c) Identificació de les plaques, tubs i reactius individuals amb el codi de medi, lot i data de caducitat.

- **Lot 1 – Partida 6 - Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió automatitzada (Discos) (Hospital Vall Hebron-Hospital Bellvitge-Hospital Josep Trueta- Hospital Germans Trias i Pujol)**
 - a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI)
 - b) La càrrega de l'antibiòtic s'ajustarà a les Normes EUCAST vigents
 - c) Subministrament de soques per el control d'antibiogrames i medis de cultiu, mínim possibilitat de totes soques les indicades en el PPT (variabilitat en funció de cada centre). Veure annex E

- d) Subministrament dels dispensadors de les discs adequat al pla de necessitats de cada centre.

- **Lot 1 – Partida 6 - Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió automatitzada (Equipament) (Hospital Vall Hebron-Hospital Bellvitge-Hospital Josep Trueta- Hospital Germans Trias i Pujol)**

- a) Capacitat per incubar les plaques
- b) Lectura automatitzada d'antibiogrames per la tècnica de disc-difusió
- c) Lectura de la sensibilitat antibiòtica interpretada segons els criteris establerts pel European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), amb possibilitat de configurar els establerts per altres comitès si EUCAST no ho tingués establert
- d) Revisió i adaptació anual dels criteris d'interpretació seguint les actualitzacions EUCAST
- e) Establir sistema de “back-up” amb lectura automatitzada del antibiograma per a assegurar la activitat assistencial.
- f) Connexió amb el Sistema d'informació del Laboratori (SIL)

- **Lot 1 – Partida 7 - Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió semi-automatitzada (Discos) (Hospital Arnau de Vilanova)**

- a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI)
- b) La càrrega de l'antibiòtic s'ajustarà a les Normes EUCAST vigents
- c) Subministrament de soques per el control d'antibiogrames i medis de cultiu, mínim possibilitat de totes soques les indicades en el PPT (variabilitat en funció de cada centre). Veure annex E
- d) Subministrament de dispensador de les discs adequat al pla de necessitats de cada centre.

- **Lot 1 – Partida 7 - Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió semi-automatitzada (Equipament) (Hospital Arnau de Vilanova)**

- a) Lectura automatitzada d'antibiogrames per la tècnica de disc-difusió
- b) Lectura de la sensibilitat antibiòtica interpretada segons els criteris establerts pel European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), amb possibilitat de configurar els establerts per altres comitès si EUCAST no ho tingués establert
- c) Revisió i adaptació anual dels criteris d'interpretació seguint les actualitzacions EUCAST
- d) Connexió amb el Sistema d'informació del Laboratori (SIL)

- **Lot 1 – Partida 8 - Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió (Discos)**

- a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI)
- b) La càrrega de l'antibiòtic s'ajustarà a les Normes EUCAST vigents
- c) Subministrament de soques per el control d'antibiogrames i medis de cultiu, mínim possibilitat de totes soques les indicades en el PPT (variabilitat en funció de cada centre). Veure annex E

- d) Subministrament de dispensador de les discs adequat al pla de necessitats de cada centre.

- **Lot 1 – Partida 9 - Detecció de Resistència: discs i test ICF**

- a) Ha de detectar les betalactamases més freqüents (CTX-M)
- b) Detecció de al menys les carbapenemases tipus NDM, OXA-48, KPC, VIM, e IMP en la mateixa reacció.

- **Lot 1 – Partida 10 - Tires antibiòtic en gradient per l'estudi de CMI**

- a) Subministrament de soques per el control d'antibiogrames i medis de cultiu, mínim de possibilitat de totes les soques indicades en el PPT (variabilitat en funció de cada centre). Veure annex E
- b) Subministrament de dispensador de les tires, adequat al pla de necessitats de cada centre.
- c) Subministrament dels contenidors i dels dessecants necessaris, adequat al pla de necessitats de cada centre.
- d) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI)
- e) Presentacions possibles de 30 tires.

- **Lot 1 – Partida 12 - Estudi sensibilitat antibiòtica per dilució semi-automatitzada**

- a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI).

- **Lot 1 – Partida 13 - Panels d'estudi de CMI per microdilució (2 soques/panel)**

- a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI).
- b) Panels per a l'estudi simultani de la CMI per tècnica de microdilució a dues soques diferents
- c) Panells amb 15 dilucions seriades de l'antibiòtic a estudiar i pouet de control de creixement.

- **Lot 1 – Partida 14 – Tires per a l'estudi de la CMI per microdilució en format monotest**

- a) Reproductibilitat dels resultats amb les soques patró per el control de la sensibilitat antibiòtica (EUCAST/CLSI).
- b) Tires amb 11 dilucions seriades del antibiòtic a estudiar i pouet de control de creixement
- c) Data de caducitat de 2 anys
- d) Emmagatzematge a temperatura ambient
- e) Caixa d'incubació específica per a cada antibiòtic a estudiar i reutilitzable

En el cas que, les empreses licitadores no compleixin els criteris bàsics establerts en els punts 2.3.1 i 2.3.2, la seva oferta no serà avaluada i per tant es rebutjarà.

2.3.3. Manteniment

2.3.3.1. Condicions del manteniment

Garantir el manteniment dels equipaments i instal·lacions inclosos en aquesta licitació. L'adjudicatari tindrà cura permanent dels equipaments, sistemes i instal·lacions durant el període de vigència del contracte.

Garantir l'òptim funcionament permanent dels sistemes, instal·lacions i equipaments inclosos en la contractació, mitjançant l'òptim estat de conservació de cadascun dels elements, i la seva ràpida reposició segons les especificacions detallades.

Garantir el compliment de les normatives vigents sobre els sistemes, instal·lacions i equipaments, mantenint al dia les inspeccions i revisions normatives, i actualitzar qualsevol instal·lació a les modificacions que poguessin donar-se en qualsevol normativa o ordenança.

Ajustar-se al compliment de les normes de qualitat del laboratori.

2.3.3.2. Tipus de manteniment

El manteniment a oferir és a tot risc i/o integral per a tots els àmbits de la contractació.

El servei de manteniment inclourà els costos de mà d'obra i tots els materials, la substitució de peces, recanvis i altres elements necessaris per garantir el correcte funcionament dels equipaments.

Els costos de mà d'obra i materials necessaris per reparar o finalitzar els treballs erronis, incomplets o executats incomplint la normativa vigent, seran a càrrec de l'adjudicatari.

2.3.3.3. Tipus d'intervenció

Les intervencions de manteniment a realitzar son de tres tipus: preventiu, normatiu, i correctiu.

El manteniment preventiu consta d'una sèrie d'accions sistemàtiques i necessàries, i d'obligat compliment, per conservar i garantir el bon funcionament de les instal·lacions i equipaments. El manteniment preventiu es realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat pactat amb el laboratori i seguint les normes de qualitat.

El manteniment normatiu, també és realitzarà mitjançant cicles preestablerts subjectes a un calendari planificat, segons indiquin els diferents organismes oficials i el propi laboratori. En el manteniment normatiu s'aplicarà de forma rigorosa el que prescriu la

normativa vigent. Les revisions normatives periòdiques aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, al igual que la contractació, quan sigui necessari, d'una empresa d'inspecció i control (EIC) per realitzar la inspecció d'acord amb la normativa vigent. L'adjudicatari del manteniment s'assegurarà també de fer arribar una còpia a la Direcció del Laboratori de l'acta de cadascuna de les inspeccions que es realitzin.

El manteniment correctiu comporta la solució i reparació de les avaries i disfuncions que sorgeixen en els diversos sistemes, instal·lacions, i equipaments, sota les següents condicions:

- Per als laboratoris amb activitat programada. S'ha de garantir la continuïtat del servei de 8 a 22 hores, els dies laborables, de dilluns a divendres, mitjançant hot-line i reparacions. El temps de resposta ha de ser inferior a 4 hores, des de la comunicació de l'avís d'avaría.
- En cas que la previsió de l'aturada del sistema sigui de dues jornades o més, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec.
- L'adjudicatari haurà de proporcionar un informe amb la planificació de les intervencions que realitzaran respecte els manteniments preventius i normatius.

2.3.3.4. Característiques generals del manteniment

Tant per a les tasques de manteniment preventiu com per a la resolució d'avaries, els equips humans estaran dotats dels mitjans tècnics i materials que calgui a fi de poder realitzar els treballs previstos.

Totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la instal·lació intervinguda.

Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques pròpies del servei de laboratori clínic, i sempre amb el coneixement del responsable d'aquest. Aquelles operacions que representin molèsties per al personal del centre o bé per al públic s'hauran de programar d'acord amb el responsable del laboratori.

Una vegada acabada la intervenció, el tècnic romandrà a les instal·lacions fins que hi hagi plena constància del bon funcionament dels equips en condicions de rutina. Un cop realitzats els manteniments el sistema ha de quedar en posició de verificat.

2.3.4. Control de qualitat

L'adjudicatari haurà de facilitar els materials de control intern i extern adients i necessaris per garantir la qualitat dels resultats:

- El tipus i el nombre de materials de control intern a subministrar seran els escollits per el laboratori i els necessaris, en funció de l'activitat, de la tècnica i de l'estat dels aparells de cada centre. El proveïdor ha de finançar el cost dels materials de control intern.
- Les característiques metrològiques han d'estar en els límits establerts per la Unitat de Garantia de la Qualitat del Laboratori.
- L'adjudicatari garantirà, i finançarà la participació en els programes d'avaluació externa de la qualitat escollits pels diferents laboratoris objecte d'aquesta licitació.
- Els resultats obtinguts per la Unitat de Garantia de la Qualitat de cada centre, es lliuraran en cas necessari a l'adjudicatari. En cas que s'incompleixin els criteris de la qualitat establerts, el proveïdor aportarà una solució o alternativa que garanteixi minimitzar les incidències i permeti el processament de les mostres, les despeses de la qual anirà al seu càrrec, en el termini màxim de 48 hores.

2.3.5. Connexió al Sistema Informàtic del Laboratori

En cas que s'acordi durant el termini del contracte una actualització o canvi del proveïdor del SIL en el qual presti servei, la empresa adjudicatària s'ha de fer càrrec d'aquestes integracions, cost que en cap cas serà superior a 3.000 euros (s/IVA), mentre duri la vigència d'aquest contracte.

Tanmateix, si durant la vigència del contracte es produeix una renovació tecnològica o s'instal·len més equips l'adjudicatari ha de fer-se càrrec d'aquesta integració en els mateixos termes.

En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent per la traçabilitat, gestió i validació de resultats.

2.3.6. Actualitzacions tècniques als equipaments actuals

L'adjudicatari incorporarà les modificacions, millores, i actualitzacions tècniques i de software que es puguin desenvolupar durant la vigència del contracte, i que siguin d'interès per a l'ICS, previ acord amb la direcció dels laboratoris. I sense que aquesta actualització impliqui cap increment del preu del contracte ni cap modificació de la seva durada.

Els proveïdors queden obligats durant la vigència del contracte, i les seves eventuais pròrrogues, a:

- L'exercici de la tutoria tècnica de les instal·lacions i materials per assegurar el seu aprofitament al 100%.
- La informació de la millores tecnològiques, la ampliació del catàleg de productes, l'aparició de nous instruments, noves versions d'equipament i de software, etc.

2.3.7. Característiques generals de la instal·lació

Els equips s'han d'ubicar a l'espai que indiqui cada laboratori, incloent possibles trasllats durant la vigència del contracte. Les tasques d'adequació dels espais necessaris per a la instal·lació dels equips i els altres equipaments auxiliars, aniran a càrrec del proveïdor.

La instal·lació de l'equipament porta implícita la necessària adequació dels espais i tot allò relacionat amb garantir un correcte funcionament dels equips així com amb facilitar la funcionalitat dels espais i aconseguir un adequat entorn físic de treball i salut laboral.

Tots els equips ofertats disposaran d'un sistema d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI) que anirà a càrrec del proveïdor.

En cas dels equipaments que requereixin aigua desionitzada el proveïdor instal·larà i mantindrà els equips necessaris al seu càrrec.

Els licitadors donaran el servei de suport a la instal·lació, i la connectivitat al SIL propi de cada laboratori. En el cas que no es treballi amb SIL, facilitar una aplicació equivalent.

Els equips i sistemes s'entendran lliurats un cop instal·lats i en condicions de correcte funcionament i integració al sistema informàtic del laboratori. Les tasques d'adequació dels espais, transport, instal·lació, intercomunicació i posada en funcionament són a càrrec de l'adjudicatari, així com els trasllats de la maquinària per canvis d'ubicació

2.4 Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1 Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques. No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementària haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma serà motiu de desistiment de la oferta.

3.2 Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de desistiment de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. Aquest fet podrà ser motiu de desistiment de la oferta.

3.3 Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4 Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos

comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4 Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1 Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

Per tots els guants s'ha d'aportar fulletó informatiu amb recomanacions d'ús i freqüència de cavi recomanada pel fabricant.

Per els equips de protecció respiratòria, s'ha de aportar fulletó informatiu amb: recomanacions d'ús, freqüència de cavi recomanada pel fabricant, neteja, desinfecció i manteniment recomanats.

I entrega d'un catàleg amb les peces de recanvi de l'aparell, si s'escau.

4.2 Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3 Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4 Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1 Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2 Garantia de subministrament

4.4.2.1 El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa

Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2 Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3 Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4 Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5 Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3 Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència

- El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5 Condicions de l'operador logístic


4.5.1 Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2 L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4 Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.



En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.





4.5.5 Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES


Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:





1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

<p>3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'emergència:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

<p>7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A – Característiques de la licitació

ANNEX B – Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C – Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 – Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 – Llista-resum, Criteris addicionals objectius

ANNEX D4 – Llista-resum, Descripció d'equips

ANNEX D5 – Llista-resum, Requisits d'obligat compliment

ANNEX E - Relació de soques incloses en els criteris tant obligatoris com de valoració tècnica

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A_ Característiques de la Licitació

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	1	Medis de cultius preparats per a l'aïllament en placa. No cromogènics.	10003096	Placa agar soja Trypticasa sang anyell5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003111	Placa agar Haemophilus sensibilitat ATB	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003119	Placa agar Legionel-la vanco colistina	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003162	Placa agar XLD	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003174	Placa Columbia CNA nalidíxíc sang 5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003181	Placa agar Bordetella pertussis	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003185	Placa agar Clostridium difficile.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003205	Placa agar Helicobacter pylori	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003251	Placa agar Sabouraud cloranfe superfície	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003266	Placa agar TCBS	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003269	Placa agar TSA s/neutralizabts superfíci	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003274	Placa agar Martin Lewis Neisseria	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003276	Placa agar Mueller Hinton de 90mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003278	Placa medi agar granada	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003279	Placa agar DTM (dermatòfit)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003282	Placa agar Salmonella-Shigella	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003448	Placa agar Gentamicina sang anyell 5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003450	Placa agar kanamicin vanco sang anyell5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003472	Placa agar Brucella Hemin K1 sang 5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003476	Placa Campylobacter Amf B sang 10%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003523	Placa agar per a diferenciació de microorganismes en funció de la seva activitat enzimàtica desoxirribonucleasa.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003544	Placa agar BCYE amb L-Cisteïna, Glicina, Vancomicina, Polymixima B i Cicloheximida.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003564	Placa agar Mueller Hinton i suplement de sang d'anyell al 5% de 90 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003576	Placa agar de soja Trypticasa amb suplement de sang d'anyell al 5% i ampicil·lina.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003585	Placa agar Sabouraud amb Cloranfenicol.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003610	Yersinia, placa agar CIN (Cefsulodina-Irgasan-Novobiocina)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003612	Placa agar McConkey.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003614	Placa agar amb Cicloheximida, Gentamicina i Cloranfenicol per a aïllament i identificació de Dermatofits.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10003615	Placa agar Sabouraud amb Cloranfenicol i gentamicina.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005226	Placa agar Schaedler amb L-Cistina i suplement de sang d'anyell al 5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005227	Placa agar Schaedler amb Neomicina i Vancomicina.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005229	Placa agar Xocolata.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005234	Placa agar Chapman amb D-Manitol.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005235	Placa agar CLED (cistina-lactosa deficient en electrolits)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005241	Placa agar Hektoen.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005245	Placa agar Columbia amb suplement de sang d'anyell al 5%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005246	Placa agar MacConkey amb Sorbitol.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10005248	Placa cultiu superfícies count-tact, de 55mm de diàmetre i quadrícula a la base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10006653	Placa agar Gardnerella	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10006654	Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang de cavall al 5% i β-NAD de 90 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10006655	Placa agar GVPC per a aïllament de Legionel·la.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10006657	Placa agar Sabouraud amb Dextrosa.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10009156	Placa agar Leeds per a aïllament i identificació d'Acinetobacter spp.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10010035	Placa agar Mueller Hinton de 145 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10011295	Placa agar TSA (trypticasa soja agar) per a aire ambiental.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10012519	Placa agar patata glucosa	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10013494	Placa agar Mueller Hinton quadrada de 120 x 120 mm.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10014962	Placa agar de mostreig ambiental irradiada gamma tipus RODAC de 55 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10017673	Placa agar Campylobacter sense sang.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10022011	Placa agar Wilkins-Chalgren amb Amikacina i suplement de sang d'anyell al 7%	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10022115	Placa agar RPMI per a antifungigrama de 90 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10023445	Placa Mueller Hinton amb Clozacina per a confirmació de bacteries ESBL	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10024606	Placa agar medi RPMI per a antifungigrama de 140 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10024938	Placa agar xocolata enriqueit amb NAD o factor V	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10024939	Placa agar McConkey amb Cefotaxima.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10024940	Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang d'anyell al 5% placa quadrada 120 x 120 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10024941	Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang de cavall al 5% placa quadrada 120 x 120 mm	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10025087	Agar amb Isovitalex, cultiu en placa	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10028942	Placa agar Sabouraud amb Cloramfenicol, lecitina i polisorbat 80.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033989	Placa agar Palcam Listeria	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033990	Placa agar R2A	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033991	Placa agar NTM (micobacteris no tuberculoses)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033992	Placa agar TSA sin triple bossa	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033993	Placa agar Dextrosa Sabouraud+Neutralitzant Triple Bossa	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	1		10033994	Placa agar Xocolate+PVS+Bacitracina	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	2	Medis de cultius cromogènics preparats per a l'aïllament en plaques.	10003123	Placa cromogènica agar per a aïllament, diferenciació i identificació d'Enterobactérias coli O157:H7.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10003166	Placa cromogènica agar Candida per a aïllament i identificació de Candida albicans, C. tropicalis i C. krusei.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10003599	Placa cromogènica agar Granada.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10005236	Placa cromogènica agar per a aïllament i enumeració de bacteries presents a l'orina.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10005252	Placa cromogènica agar per a aïllament i identificació de Salmonel·la sp.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10007703	Placa cromogènica agar per a identificació de Staphylococcus aureus (MRSA) resistent a la meticil·lina.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10013610	Biplaca cromogènica agar ESBL (Enterobactèries productores de β-Lactamasae d'espectre estès (BLEE))	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10013972	Placa cromogènica agar per a l'aïllament de soques d'Enterococcus sp resistents a Vancomicina i Teicoplanina en mostres clíniques.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10022417	Biplaca cromogènica agar pel cribatge d'enterobacteris productors de carbapenemasa i OXA-48	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10023151	Medi cromogènic per a la detecció i identificació de Clostridium difficile, plaques	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10024750	Medi cromogènic de cultiu selectiu en placa agar per a aïllament i identificació de Streptococcus agalactiae (Streptococcus del grup B)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10024935	Biplaca cromogènica agar per a detecció de S. aureus/MRSA	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	2		10026363	Placa cromogènica agar ESBL (Enterobactèries productores de β-Lactamasae d'espectre estès (BLEE))	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3	Medis de cultius preparats per a l'aïllament en tub.	10000314	Schneider amb penicil·lina, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10000315	Schneider brou , medi de base, envàs de 500 ml	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10000784	Giolitti cantoni brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10001927	Rothe brou, tubs amb medi de cultiu, 20 unitats.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10003250	Sabouraud agar amb cloranfenicol i actidiona, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10003294	Selenit brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10003297	Tricomones brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10003566	Nutrient agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10005980	Sabouraud - cloramfenicol agar, tub amb medi de cultiu.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10007715	Làmina doble amb agar Sabouraud Gentamicina/Cloramfenicol i Sabouraud Cloramfenicol/Actidiona, 10 unitats	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10010413	Todd-Hewitt brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10014080	Congelació brou, tubs amb medi de cultiu, tub	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10017681	Cervell-cor brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10018893	Middlebrook 7H9 brou, en tubs 11ml	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10021677	Tioglicolat brou enriquit, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10024943	Tripticasa soja brou amb clorur sòdic, medi de cultiu en tub	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10025809	Rappaport-Vassiliadis brou, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10031448	Trichomones vaginalis, Candida Albicans i llevats brou 2 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10031452	Selenite brou enriquit 2 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10031580	Tioglicolat brou enriquit 4 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	3		10033995	Brou Dey-Engley neutralitzant	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4	Medis, discs i reactius per a la identificació.	10003118	Kliger ferro agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10003309	Bacitracina discs o pastilles per a identificació.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10003527	Factor V disc per a identificació d'Haemophilus sp	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10003529	Factor XV discs o pastilles per a identificació d'Haemophilus sp	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10003547	Lisina ferro agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10003943	Disc o pastilla per a identificacio bacitracina	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10005067	Optoquina discs o pastilles per a identificació	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10005983	Bilis - esculina agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10010211	Estafilococo aureusaglutinació per micropartícules, 300 determinacions	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10010568	Urea-Indol, tub identificació	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10011971	Oxidasa reactiu tetrametilat, vial 15 ml	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10013147	Urea agar, identificació microbiana en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10018780	Mobilitat-Indol-Ornitina (MIO), tub per a identificació bacteriana.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	4		10033996	Reactiu DTT (ditiotreitol) en tub (7,7 mg)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5	Medis i reactius per a micobacteris.	10003153	Solució enriquiment OADC per medi de Middlebrook.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10003186	Coletsos, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10003442	7H11 de Middlebrook agar en plaques.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10003485	Coletsos agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10003548	Lowenstein Jensen agar amb piruvat sòdic, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10003549	Lowenstein Jensen agar, medi de cultiu en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10004214	Auto-Lipa 48 - Mycobacterium sp, identificació per hibridació.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10004738	Lowenstein jensen en tub.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10010399	Equip descontaminació de mostres clíniques per a investigació amb N-Acetil cisteina 10x75 ml i cinc vials de tampó fosfato	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10010795	Solució per a líquuació de mostres d'esput i obtenir mostra per detectar micobacteris.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10017920	Micobacterium tuberculosis complex: detecció ràpida (MPT64) a partir de medi líquid. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10033923	Phoenix brou identificació 4,5mL+/-0,2mL	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	5		10033924	PhoenixSpect- Tub calibració amb estàndard McFarland 0,25; 0,5 ; 1,0; 2,0; 4,0	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	6		10000347	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10000764	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clotrimazole 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10000765	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fluconazole 20 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10000769	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Miconazole 50 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10000770	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nistatina 100 UI	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	6	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió automatitzada (Discs-Equipament)	10001662	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003102	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fosfomicina 200 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003103	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 120ug	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003105	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Levofloxacina 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003320	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid nalidíxic 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003321	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003322	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003323	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003324	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Aztreonam 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003325	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefalotina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003327	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003328	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003329	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003330	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003331	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Claritromicina 15 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003332	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clindamicina 2 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003333	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cloramfenicol 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003336	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003338	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003339	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003341	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003344	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003347	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003348	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Sulfamides 200 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003349	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Teicoplanina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003352	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003353	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 30 ug	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003488	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg i Sulbactam 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003491	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefepima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003493	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003495	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003500	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Colistina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003504	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Kanamicina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003507	Metronidazol 10µg, discs per a identificació	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003508	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Metronidazole 80 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003510	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Norfloxacina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003511	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Novobiocina 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003515	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 6 µg/10 UI	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003521	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetroprin 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003841	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid fusídic 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003862	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefazolina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003888	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Doxiciclina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003901	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ketoconazole 15 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10003925	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10004416	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Econazol 10ug	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10004431	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg i Tazobactam 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10004433	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10004434	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Polimixina 150 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10004435	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tetraciclina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10007730	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Azitromicina 15 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10008427	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ticarcil·lina 75 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10008699	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoïna 300 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10018972	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tigeciclina 15µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10024891	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 5ug	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10024944	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoïna 100µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10024945	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 30µg i Tazobactam 6µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10026187	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Linezolid 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	6		10026188	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10026189	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacilina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10026190	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 1 U	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10026191	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. cefotaxima 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10026203	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028197	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 2 µg i Àcid clavulànic 1 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028198	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 2 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028264	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. ceftarolina 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028265	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg i EDTA 930 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028267	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028268	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Temocil·lina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10028269	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefaclor 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		10033997	Disc sensibilitat Cefiderocol 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		901000010	Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	6		902000003	Lloguer Aparells laboratori	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió semi-automatitzada (Discs-Equipament)	10000347	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10001662	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003321	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003322	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003323	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003327	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003328	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003329	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003330	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003336	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003338	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003341	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003344	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003352	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003493	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003495	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10003521	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetroprin 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10004431	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg i Tazobactam 10 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10024944	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoïna 100µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		10026191	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. cefotaxima 5 µg	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		901000010	Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	7		902000003	Lloguer Aparells laboratori	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	8		10000357	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Estreptomicina 300 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10001662	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003102	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fosfomicina 200 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003103	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 120µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003105	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Levofloxacina 5 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003320	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid nalidíxic 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003321	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003322	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003323	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003324	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Aztreonam 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003327	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003328	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003329	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003330	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003332	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clindamicina 2 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003336	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003338	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003339	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003341	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003344	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	8	Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió (Discs)	10003347	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 5 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003348	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Sulfamides 200 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003352	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003353	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 30 ug	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003491	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefepima 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003493	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003495	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003500	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Colistina 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003501	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Estreptomicina 10ug	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003504	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Kanamicina 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003508	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Metronidazole 80 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003510	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Norfloxacin 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003515	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 6 µg/10 UI	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003521	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetoprin 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003841	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid fusídic 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10003862	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefazolina 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10004433	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10004435	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tetraciclina 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10007730	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Azitromicina 15 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10008427	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ticarcil·lina 75 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10013932	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftriaxona 30 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10024945	Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 30µg i Tazobactam 6µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10026187	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Linezolid 10 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10026188	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10026190	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 1 U	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	8		10028198	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 2 µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9	Detecció de Resistència: discs i test ICF.	10003909	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrocefina 30 µg prova ßlactamasa	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10012905	Detecció resistències bacterianes a Metalo ß Lactamasa (MBL)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10019893	Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid borònic 250µg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10022616	Pastilles de KPC/Metallo-beta-lactamasa/OXA-48, equip per a la detecció de carbapenemases	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10023973	Pastilla per a la detecció/confirmació de Betalactamases.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10025030	Test ràpid colorimètric per a detecció de carbapenemases	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9		10028966	Test ràpid per a la detecció de carbapenemases KPC, OXA, VIM, IMP i NDMen colònia bacteriana des de cultiu (20 tests)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	9					
1	10		10001185	Tira de voriconazole (VO) CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10003171	Tira de benzil penicil·lina (PG). CIM µg/mL: 0.016-256 rang superior.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004039	Tira d'ESBL (cefepima/cefepima + àcid clavulànic)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004040	Tira d'ESBL (cefotaxima/cefotaxima + àcid clavulànic)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004041	Tira d'ESBL (ceftazidima/ceftazidima + àcid clavulànic)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004610	Tira d'àcid nalidíxic (NA). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004612	Tira d'amoxicil·lina (AC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004614	Tira d'ampicil·lina-Sulbactam. CIM µg/mL: 0.016/256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004616	Tira d'azitromicina (AZ). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004625	Tira de cefepima (PM). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004640	Tira de doxiciclina (DC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004650	Tira de levofloxacina (LE). CMI µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004653	Tira de meropenem (MP). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004656	Tira de mupirocina (MU). CIM µg/mL: 0.064-1024	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004662	Tira de piperacil·lina/Tazobactam (4 ug/ml) (PPc). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004666	Tira de teicoplanina (TP). CMI µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004668	Tira de ticarcil·lina / Ac. clavulànic (2 ug/ml) (TLC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004669	Tira de tobramicina (TM). CIM µg/mL: 0,016-256 rang inferior.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004671	Tira de trimetoprim/sulfametoxazole (TS) (1/19). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004672	Tira de vancomicina (VA). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004675	Tira d'espectinomicina (SC). CIM µg/mL: 0.064-1024	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004678	Tira de itraconazole (IT). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10004680	Tira d'oxacil·lina (OX). CIM µg/mL: 0.016-256 30 unitats	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10005956	Tira d'amoxicil·lina/àcid clavulònic (2/1)(XL). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10005958	Tira de cefixima (IX). CIM µg/mL: 0,016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10005964	Tira de clindamicina (CM). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10005966	Tira d'eritromicina (EM). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10005967	Tira de gentamicina (GM). CIM µg/mL: 0.016-256 rang inferior.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10008692	Tira d'anfotericina B (AP). CIM µg/mL : 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10010566	Tira de tetraciclina (TC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10012455	Tira de minociclina (MC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10013149	Tira de isoniàcida (IZ) CMI µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10015961	Tira de colistina (CO). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10015962	Tira de tigeciclina (TGC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	10	Tires antibiòtic en gradient per l'estudi de CMI.	10015963	Tira d'anidulafungina (AND). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10015965	Tira de metronidazole (MZ). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10015968	Tira de linezolid (LZ). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016082	Tira d'àcid fucsídic (FU). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016085	Tira d'ampicil·lina (AM). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016086	Tira d'aztreonam (AT). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016088	Tira de cefoxitina (FX). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016091	Tira de cefuroxima (XM). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016092	Tira de claritromicina (CH). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016093	Tira de cloramfenicol (CL). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016095	Tira de fosfomicina (FM). CIM µg/mL: 0.064-1024	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016099	Tira de piperacil·lina (PP). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016101	Tira de rifampicina (RI). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016106	Tira de caspofungina (CS). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016107	Tira de fluconazole (FL). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10016892	Tira de daptomicina (DPC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10017075	Tira de imipenem/imipenem amb EDTA (IP/IPI). CMI µg/mL: 4 256/1-64 per a detecció de Metal·lo Beta-Lactamasa (MBL).	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10017116	Tira de doripenem (DOR). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10022108	Tira de micafungina (MYC). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10024592	Tira de tetraciclina (TC). CIM µg/ml: 0.016-256. Envàs de 100u. Conservació en frigorífic (F)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10024605	Tira de posaconazole (POS). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10024631	Tira de flucitosina (FC). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10024881	Tira de benzil penicil·lina (PG). CIM µg/mL: 0.002-32 rang inferior.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10025039	Tira de ceftolozano / tazobactam (C/T). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10025810	Tira de ceftriaxona (TX). CIM µg/mL: 0.016-256 rang superior.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10025848	Tira de imipenem (IP). CIM µg/mL 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10025988	Tira d'amikacina (AK). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10026192	Tira d'ertapenem (ETP). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10026207	Tira de cefotaxima (CTL). CIM µg/mL: 0.002-32 rang inferior	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10026441	Tira de ciprofloxacina (CI). CIM µg/mL: 0.002.32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028096	Tira de ceftazidina (TZ). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028166	Tira d'azitromicina (AZ). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028286	Tira de Ceftazidima/Avibactam (CZA). CIM µg/mL: 0.016-256/4.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028687	Tira d'isavuconazol (IVU). CIM µg/mL: 0.002.32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028758	Tira amb 11 pouets per a determinació de la concentració mínima inhibidora (CMI) de Colistina, de 0,06mg/L a 64mg/L.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10028759	Tira de ceftolozane / tazobactam (C/T). CIM µg/mL: 0.016-256.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10029253	Tira de Ceftarolina (CPT) CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10029513	Tira de Dalbavancina (DAL). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10029514	Tira de Ceftobiprol (BPR). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10032260	Tira d'amoxicil·lina (AC). CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10032446	Tira de Meropenem/Vaborbactam (MEV). CIM µg/mL: 0.004-64/8 i g/mL	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10032540	Tira de Cefiderocol. CIM µg/mL: 0.016-256	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10033144	Tira de Tedizolid (TZD). CIM µg/mL: 0.002-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10033998	T Imipenem/Relebactam (IPR) 0,002-32/4	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10033999	T Delafloxacino (DLX) 0,032-32	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	10		10034000	T Aztreonam/Avibactam 0,016-256/4	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11	Medis deshidratats i Suplements per a medis de cultiu	10000316	Mobilitat - indol - ornitina (MIO), medi de base, envàs de 500 gr	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10001870	Sèrum vedella fetal. Envàs 500 mL	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10002240	Suplement selectiu cultiu Listeria Palcam	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003095	Agar - agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003097	Brain - Heart infusión, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003137	Mycosel agar, medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003156	Tioglicolat brou sense indicador, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003157	Todd Hewitt brou, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003252	Sabouraud brou medi de base, 500 gr.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003253	Salmonella - Shigella, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003356	Kliger iron agar (KIA), medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003360	McConkey agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003363	Mueller - Hinton agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003479	Cistina - tripticasa agar (CTA), medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10003575	Peptona.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10004747	McConkey agar	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10004750	Medi de base selenit cistina brou	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005082	Brain - Heart infusión, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005125	McConkey agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005126	McConkey brou	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005129	Mueller - Hinton agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005139	Salmonella - Shigella, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005141	Sang desfibrinada de cavall.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005146	Tioglicolat brou sense indicador, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005147	Tiosulfat-citrat-bilis-sacarosa agar (TCBS), medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10005149	Triple sugar iron agar (TSI), medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10006061	Mueller - Hinton agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10006066	Triptona de soja brou, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10007209	Agar McConkey sense cristall violeta, 500 gr	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10008060	CLED agar, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10008684	Triptona de soja brou, medi de base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10009165	Medi base agar patata	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10009167	Cromagar candida, medi base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10009169	Schaedler agar, medi base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10009171	Heart infusion broth	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10009252	Extracte de llevat, 500 grs	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10010130	Agar peptona (PCA) preparat, envàs de 200 ml	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10010231	Medi deshidratat agar selectiu cromogènic per E.Coli 0157:H7;, 500 mg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10010305	Suplement selectiu cloranfenicol, 10 vials	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP

Lot	Partida	Descripció	CODI SAP	DESCRIPCIÓ MATERIAL	PARTIDA OBLIGATORIA	PROVEÏDORS ADJUDICATS
1	11		10010471	Mueller - Hinton brou, medi de base, 500 gr	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011059	Proteasa peptona	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011186	Urea Christensen, medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011701	D-galactosa, 500 grs	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011702	Agar extracte de malt, 500 grs	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011703	OF medi basal, 500 grs	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10011908	Llet descremada en pols per a medis de cultius microbiològics en envàs de 500 grs	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10013549	Solució enriquiment microorganismes creixement fastidiós, 5x2ml	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10015873	Agar glucosa amb bilis, cristall violeta i vermell neutre, medi base.	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10018982	Agar xocolata base (CG mitjana)	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10029520	Brou Listèria Palcam, medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10031207	Medi agar Czapek, medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10032060	Hoyle, medi de base	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10032412	Triptona de soja brou, medi de base, envàs de 10 mL	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10034001	Medi deshidratat agar Oatmeal 500 mg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10034002	Medi deshidratat Tinsdale 500 mg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10034003	Medi deshidratat agar Oatmeal 500 mg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	11		10034004	Medi deshidratat Tinsdale 500 mg	NO	UN PROVEÏDOR PER CODI SAP
1	12	Estudi sensibilitat antibiòtica per dilució semi-automatitzada	10004468	Haemophilus brou, medi de cultiu en tub.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10004474	Inoculador per aparell automàtic	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10004480	Mueller Hinton suplementat, medi de cultiu en tub.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10004488	Panell per a estudi de CMI de llevats amb blau d'alar.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10004489	Panell per a estudi de CMI de pneumococs.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10004490	Panell per a estudi de CMI d'estafilococs.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10014051	Brou per a llevats RPMI, Fluconazol (0,125 - 256 g / ml),Itraconazol (0,008 - 16 g / ml), Ketoconazol (0,008 - 16 g / ml), 5-flucitosina (0,03 - 64 g / ml), Voriconazol (0,008 - 16 g / ml), vial 11 ml (10 determinacions).	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10016370	Panell de CMI per a micobacteris de creixement lent	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10019186	Panell per a la determinació de la sensibilitat als agents antimicrobians de micobacteries de creixement ràpid i Nocardia	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10025002	Panell CIM per a llevats d'identificació i sensibilitat, compatible amb Sensititre o equivalent.	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10028177	Panell gram negatiu CAZ/AVI amb colistina	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10029049	Brou Mueller Hinton amb OADC	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10030290	Panell CIM per a llevats d'identificació i sensibilitat amb Isavuconazol	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	12		10030640	Brou Mueller Hinton amb sang de cavall lisada	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	13	Panels d'estudi de CMI per microdilució (2 soques/panel)	10034005	Panell microdilució Cefiderocol 0,008-128 µg/mL (15 dilucions)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	13		10034006	Panell microdilució Oritavancina 0,001-16 µg/mL (15 dilucions)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14	Tires per a l'estudi de la CMI per microdilució en format monotest	10034007	Colistina 0.0625-64 µg/mL (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034008	Cefiderocol 0.03-32 µg/mL (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034009	Vancomicina/Teicoplanina (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034010	Daptomicina (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034011	Brou Mueller Hinton II per estudi CMI monotest excepte cefiderocol	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034012	Brou Iron-depleted CAMHB per estudi CMI monotest de cefiderocol	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034013	Caixa incubació Colistina (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034014	Caixa incubació Vancomicina/Teicoplanina (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034015	Caixa incubació Cefiderocol (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA
1	14		10034016	Caixa incubació Daptomicina (CMI per microdilució monotest)	SI	UN PROVEÏDOR PER PARTIDA

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 10000314

Descripció llarga:

Schneider amb penicil·lina, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 10000315

Descripció llarga:

Schneider brou , medi de base, envàs de 500 ml

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 10000316

Descripció llarga:

Mobilitat - indol - ornitina (MIO), medi de base, envàs de 500 gr

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 10000347

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 10000347

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 10000357

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Estreptomicina 300 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 10000764

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clotrimazole 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 10000765

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fluconazole 25 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 10000769

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Miconazole 50 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 10000770

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nistatina 100 UI

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 10000784

Descripció llarga:

Giolitti cantoni brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 10001185

Descripció llarga:

Tira de voriconazole (VO) CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 10001662

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 10001662

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 10001662

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ertapenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 10001870

Descripció llarga:

Sèrum vedella fetal. Envàs 500 mL

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 10001927

Descripció llarga:

Rothe brou, tubs amb medi de cultiu, 20 unitats.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 10002240

Descripció llarga:

Suplement selectiu cultiu Listeria Palcam

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 10003095

Descripció llarga:

Agar - agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 10003096

Descripció llarga:

Placa agar de soja Trypticase amb suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 10003097

Descripció llarga:

Brain - Heart infusión, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 10003102

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fosfomicina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 10003102

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Fosfomicina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 10003103

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 120ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 10003103

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 120ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 10003105

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Levofloxacin 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 10003105

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Levofloxacin 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 10003111

Descripció llarga:

Placa agar Haemophilus per a proves de sensibilitat antibiòtica.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 10003118

Descripció llarga:

Kliger ferro agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 10003119

Descripció llarga:

Medi cultiu selectiu en placa agar Legionel·la amb Vancomicina i colistina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 10003123

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar per a aïllament, diferenciació i identificació d'Escherichia coli O157:H7

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 10003137

Descripció llarga:

Mycosel agar, medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 10003153

Descripció llarga:

Solució enriquiment OADC per medi de Middlebrook.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 10003156

Descripció llarga:

Tioglicolat brou sense indicador, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 10003157

Descripció llarga:

Todd Hewitt brou, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 10003162

Descripció llarga:

Placa agar XLD (xilosa, lisina i desoxicolat).

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 10003166

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar Candida per a aïllament i identificació de Candida albicans, C. tropicalis i C. krusei.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 10003171

Descripció llarga:

Tira de benzil penicil·lina (PG). CIM µg/mL: 0.016-256 rang superior.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 10003174

Descripció llarga:

Placa agar Columbia CNA amb àcid nalidíxic i suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 10003181

Descripció llarga:

Placa agar per a detecció i aïllament de Bordetella pertussis i B. parapertussis.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 10003185

Descripció llarga:

Placa agar per a aïllament i diferenciació de Clostridium difficile.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 10003186

Descripció llarga:

Coletsos, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 10003205

Descripció llarga:

Placa agar per a aïllament i detecció de Helicobacter pylori.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 10003250

Descripció llarga:

Sabouraud agar amb cloranfenicol i actidiona, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 10003251

Descripció llarga:

Placa agar Sabouraud amb cloranfenicol indicat per a superfícies.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 10003252

Descripció llarga:

Sabouraud brou medi de base, 500 gr.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 10003253

Descripció llarga:

Salmonella - Shigella, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 10003266

Descripció llarga:

Placa agar tiosulfat - citrat - bilis - sacarosa (TCBS)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 10003269

Descripció llarga:

Placa agar TSA (tripticase soja agar) sense neutralitzants per a superfícies.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 10003274

Descripció llarga:

Placa agar Martin Lewis per a aïllament de Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 10003276

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton de 90 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 10003278

Descripció llarga:

Placa agar granada.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 10003279

Descripció llarga:

Placa agar DTM (dermatòfit test medium).

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 10003282

Descripció llarga:

Placa agar Salmonella-Shigella.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 10003294

Descripció llarga:

Selenit brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 10003297

Descripció llarga:

Tricomones brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 10003309

Descripció llarga:

Bacitracina discs o pastilles per a identificació.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 10003320

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid nalidíxic 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 10003320

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid nalidíxic 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 10003321

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 10003321

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 10003321

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amikacina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 10003322

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 10003322

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 10003322

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 20 µg i Àcid clavulànic 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 10003323

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 10003323

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 10003323

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 10003324

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Aztreonam 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 10003324

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Aztreonam 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 10003325

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefalotina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 10003327

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 10003327

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 10003327

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefoxitina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 10003328

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 10003328

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 10003328

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 10003329

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 10003329

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 10003329

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefuroxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 10003330

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 10003330

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 10003330

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ciprofloxacino 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 10003331

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Claritromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 10003332

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clindamicina 2 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 10003332

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Clindamicina 2 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 10003333

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cloramfenicol 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 10003336

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 10003336

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 10003336

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Eritromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 10003338

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 10003338

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 10003338

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 10003339

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 10003339

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 10003341

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 10003341

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 10003341

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Meropenem 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 10003344

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 10003344

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 10003344

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 1 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 10003347

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 10003347

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 10003348

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Sulfamides 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 10003348

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Sulfamides 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 10003349

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Teicoplanina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 10003352

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 10003352

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 10003352

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tobramicina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 10003353

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 30 ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 10003353

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 30 ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 10003356

Descripció llarga:

Kliger iron agar (KIA), medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 10003360

Descripció llarga:

McConkey agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 10003363

Descripció llarga:

Mueller - Hinton agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 10003442

Descripció llarga:

7H11 de Middlebrook agar en plaques.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 10003448

Descripció llarga:

Placa agar amb Gentamicina i suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 10003450

Descripció llarga:

Placa agar amb Kanamicina, Vancomicina amb suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 10003472

Descripció llarga:

Placa agar Brucella amb Hemina, vitamina K1 i suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 10003476

Descripció llarga:

Placa agar Campylobacter amb Amfotericina B, Cefalotina, Trimetoprim, Vancomicina, Polimixina i suplement de sang d'anyell al 10%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 10003479

Descripció llarga:

Cistina - tripticasa agar (CTA), medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 10003485

Descripció llarga:

Coletsos agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 10003488

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 10 µg i Sulbactam 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 10003491

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefepima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 10003491

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefepima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 10003493

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 10003493

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 10003493

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefotaxima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 10003495

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 10003495

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 10003495

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftazidima 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 10003500

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Colistina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 10003500

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Colistina 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 10003501

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Estreptomicina 10ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 10003504

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Kanamicina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 10003504

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Kanamicina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 10003507

Descripció llarga:

Metronidazol 10µg, discs per a identificació

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 10003508

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Metronidazole 80 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 10003508

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Metronidazole 80 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 10003510

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Norfloxacin 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 10003510

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Norfloxacin 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 10003511

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Novobiocin 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 10003515

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 6 µg/10 UI

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 10003515

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 6 µg/10 UI

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 10003521

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetoprim 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 10003521

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetroprin 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 10003521

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Trimetroprin 1.25 µg i Sulfametoxazole 23.75 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 10003523

Descripció llarga:

Placa agar per a diferenciació de microorganismes en funció de la seva activitat enzimàtica desoxirribonucleasa.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 10003527

Descripció llarga:

Factor V disc per a identificació d'Haemophilus sp

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 10003529

Descripció llarga:

Factor XV discs o pastilles per a identificació d'Haemophilus sp

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 10003544

Descripció llarga:

Placa agar BCYE amb L-Cisteïna, Glicina, Vancomicina, Polymixima B i Cicloheximida.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 10003547

Descripció llarga:

Lisina ferro agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 10003548

Descripció llarga:

Lowenstein Jensen agar amb piruvat sòdic, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 10003549

Descripció llarga:

Lowenstein Jensen agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 10003564

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton i suplement de sang d'anyell al 5% de 90 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 10003566

Descripció llarga:

Nutrient agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 10003575

Descripció llarga:

Peptona.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 10003576

Descripció llarga:

Placa agar de soja Tripticasa amb suplement de sang d'anyell al 5% i ampicil·lina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 10003585

Descripció llarga:

Placa agar Sabouraud amb Cloranfenicol.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 10003599

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar Granada.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 10003610

Descripció llarga:

Yersinia, placa agar CIN (Cefsulodina-Irgasan-Novobiocina)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 10003612

Descripció llarga:

Placa agar McConkey.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 10003614

Descripció llarga:

Placa agar amb Cicloheximida, Gentamicina i Cloranfenicol per a aïllament i identificació de Dermatofits.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 10003615

Descripció llarga:

Placa agar Sabouraud amb Cloranfenicol i gentamicina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 10003841

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid fusídic 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 10003841

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid fusídic 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 10003862

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefazolina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 10003862

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefazolina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 10003888

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Doxiciclina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 10003901

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ketoconazole 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 10003909

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrocefina 30 µg prova βlactamasa

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 10003925

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Rifampicina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 10003943

Descripció llarga:

Disc o pastilla per a identificacio bacitracina

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 10004039

Descripció llarga:

Tira d'ESBL (cefepima/cefepima + àcid clavulànic)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 10004040

Descripció llarga:

Tira d'ESBL (cefotaxima/cefotaxima + àcid clavulànic)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 10004041

Descripció llarga:

Tira d'ESBL (ceftazidima/ceftazidima + àcid clavulànic)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 10004214

Descripció llarga:

Auto-Lipa 48 - Mycobacterium sp, identificació per hibridació.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 10004416

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Econazol 10ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 10004431

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg i Tazobactam 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 10004431

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg i Tazobactam 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 10004433

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 10004433

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 100 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 10004434

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Polimixina 150 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 10004435

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tetraciclina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 10004435

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tetraciclina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 10004468

Descripció llarga:

Haemophilus brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 10004474

Descripció llarga:

Inoculador per aparell automàtic

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 10004480

Descripció llarga:

Mueller Hinton suplementat, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 10004488

Descripció llarga:

Panell per a estudi de CMI de llevats amb blau d'alamar.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 10004489

Descripció llarga:

Panell per a estudi de CMI de pneumococs.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 10004490

Descripció llarga:

Panell per a estudi de CMI d'estafilococs.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 10004610

Descripció llarga:

Tira d'àcid nalidíxic (NA). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 10004612

Descripció llarga:

Tira d'amoxicil·lina (AC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 10004614

Descripció llarga:

Tira d'ampicil·lina-Sulbactam. CIM µg/mL: 0.016/256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 10004616

Descripció llarga:

Tira d'azitromicina (AZ). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 10004625

Descripció llarga:

Tira de cefepima (PM). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 10004640

Descripció llarga:

Tira de doxiciclina (DC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 10004650

Descripció llarga:

Tira de levofloxacina (LE). CMI µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 10004653

Descripció llarga:

Tira de meropenem (MP). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 10004656

Descripció llarga:

Tira de mupirocina (MU). CIM µg/mL: 0.064-1024

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 10004662

Descripció llarga:

Tira de piperacil.lina/Tazobactam (4 ug/ml) (PPc). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 10004666

Descripció llarga:

Tira de teicoplanina (TP). CMI µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 10004668

Descripció llarga:

Tira de ticarcil.lina / Ac. clavulànic (2 ug/ml) (TLC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 10004669

Descripció llarga:

Tira de tobramicina (TM). CIM µg/mL: 0,016-256 rang inferior.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 10004671

Descripció llarga:

Tira de trimetoprim/sulfametoxazole (TS) (1/19). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 10004672

Descripció llarga:

Tira de vancomicina (VA). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 10004675

Descripció llarga:

Tira d'espectinomicina (SC). CIM µg/mL: 0.064-1024

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 10004678

Descripció llarga:

Tira de itraconazole (IT). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 10004680

Descripció llarga:

Tira d'oxacil.lina (OX). CIM µg/mL: 0.016-256 30 unitats

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 10004738

Descripció llarga:

Lowenstein jensen en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 10004747

Descripció llarga:

McConkey agar

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 10004750

Descripció llarga:

Medi de base selenit cistina brou

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 10005067

Descripció llarga:

Optoquina discs o pastilles per a identificació

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 10005082

Descripció llarga:

Brain - Heart infusión, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 10005125

Descripció llarga:

McConkey agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 10005126

Descripció llarga:

McConkey brou

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 10005129

Descripció llarga:

Mueller - Hinton agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 10005139

Descripció llarga:

Salmonella - Shigella, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 10005141

Descripció llarga:

Sang desfibrinada de cavall.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 10005146

Descripció llarga:

Tioglicolat brou sense indicador, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 10005147

Descripció llarga:

Tiosulfat-citrat-bilis-sacarosa agar (TCBS), medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 10005149

Descripció llarga:

Triple sugar iron agar (TSI), medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 10005226

Descripció llarga:

Placa agar Schaedler amb L-Cistina i suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 10005227

Descripció llarga:

Placa agar Schaedler amb Neomicina i Vancomicina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 10005229

Descripció llarga:

Placa agar Xocolata.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 10005234

Descripció llarga:

Placa agar Chapman amb D-Manitol.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 10005235

Descripció llarga:

Placa agar CLED (cistina-lactosa deficient en electrolits)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 10005236

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar per a aïllament i enumeració de bactèries presents a l'orina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 10005241

Descripció llarga:

Placa agar Hektoen.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 10005245

Descripció llarga:

Placa agar Columbia amb suplement de sang d'anyell al 5%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 10005246

Descripció llarga:

Placa agar MacConkey amb Sorbitol.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 10005248

Descripció llarga:

Placa cultiu superfícies count-tact, de 55mm de diàmetre i quadrícula a la base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 10005252

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar per a aïllament i identificació de Salmonella sp.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 10005956

Descripció llarga:

Tira d'amoxicil·lina/àcid clavulònic (2/1) (XL). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 10005958

Descripció llarga:

Tira de cefixima (IX). CIM µg/mL: 0,016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 10005964

Descripció llarga:

Tira de clindamicina (CM). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 10005966

Descripció llarga:

Tira d'eritromicina (EM). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 10005967

Descripció llarga:

Tira de gentamicina (GM). CIM µg/mL: 0.016-256 rang inferior.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 10005980

Descripció llarga:

Sabouraud - cloramfenicol agar, tub amb medi de cultiu.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 10005983

Descripció llarga:

Bilis - esculina agar, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 10006061

Descripció llarga:

Mueller - Hinton agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 10006066

Descripció llarga:

Tryptona de soja brou, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 10006653

Descripció llarga:

Placa agar Gardnerella

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 10006654

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang de cavall al 5% i â-NAD de 90 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 10006655

Descripció llarga:

Placa agar GVPC per a aïllament de Legionel·la.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 10006657

Descripció llarga:

Placa agar Sabouraud amb Dextrosa.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 10007209

Descripció llarga:

Agar McConkey sense cristall violeta, 500 gr

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 10007703

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar per a identificació de Staphylococcus aureus (MRSA) resistent a la meticil·lina.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 10007715

Descripció llarga:

Làmina doble amb agar Sabouraud Gentamicina/Cloramfenicol i Sabouraud Cloramfenicol/Actidiona, 10 unitats

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 10007730

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Azitromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 10007730

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Azitromicina 15 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 10008060

Descripció llarga:

CLED agar, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 10008427

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ticarcil·lina 75 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 10008427

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ticarcil·lina 75 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 10008684

Descripció llarga:

Tryptona de soja brou, medi de base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 10008692

Descripció llarga:

Tira d'anfotericina B (AF). CIM µg/mL : 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 10008699

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoïna 300 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 10009156

Descripció llarga:

Placa agar Leeds per a aïllament i identificació d'Acinetobacter spp.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 10009165

Descripció llarga:

Medi base agar patata

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 10009167

Descripció llarga:

Cromagar candida, medi base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 10009169

Descripció llarga:

Schaedler agar, medi base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 10009171

Descripció llarga:

Heart infusion broth

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 10009252

Descripció llarga:

Extracte de llevat, 500 grs

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 10010035

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton de 145 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 10010130

Descripció llarga:

Agar peptona (PCA) preparat, envàs de 200 ml

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 10010211

Descripció llarga:

Estafilococo aureusaglutinació per micropartícules, 300 determinacions

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 10010231

Descripció llarga:

Medi deshidratat agar selectiu cromogènic per E.Coli 0157:H7:, 500 mg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 10010305

Descripció llarga:

Suplement selectiu cloranfenicol, 10 vials

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 10010399

Descripció llarga:

Equip descontaminació de mostres clíniques per a investigació amb N-Acetil cisteïna 10x75 ml i cinc vials de tampó fosfato

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 10010413

Descripció llarga:

Todd-Hewitt brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 10010471

Descripció llarga:

Mueller - Hinton brou, medi de base, 500 gr

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 10010566

Descripció llarga:

Tira de tetraciclina (TC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 10010568

Descripció llarga:

Urea-Indol, tub identificació

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 10010795

Descripció llarga:

Solució per a líquació de mostres d'esput i obtenir mostra per detectar micobacteris.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 10011059

Descripció llarga:

Proteasa peptona

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 10011186

Descripció llarga:

Urea Christensen, medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 10011295

Descripció llarga:

Placa agar TSA (tripticosa soja agar) per a aire ambiental.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 10011701

Descripció llarga:

D-galactosa, 500 grs

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 10011702

Descripció llarga:

Agar extracte de malt, 500 grs

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 10011703

Descripció llarga:

OF medi basal, 500 grs

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 10011908

Descripció llarga:

Llet descremada en pols per a medis de cultius microbiològics en envàs de 500 grs

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 10011971

Descripció llarga:

Oxidasa reactiu tetrametilat, vial 15 ml

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 10012455

Descripció llarga:

Tira de minociclina (MC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 10012519

Descripció llarga:

Placa agar patata glucosa

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 10012905

Descripció llarga:

Detecció resistències bacterianes a Metallo β Lactamasa (MBL)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 10013147

Descripció llarga:

Urea agar, identificació microbiana en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 10013149

Descripció llarga:

Tira de isoniàcida (IZ) CMI µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 10013494

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton quadrada de 120 x 120 mm.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 10013549

Descripció llarga:

Solució enriquiment microorganismes creixement fastidiós, 5x2ml

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 10013610

Descripció llarga:

Biplaca cromogènica agar ESBL (Enterobactèries productores de β -Lactamasae d'espectre estès (BLEE))

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 10013932

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ceftriaxona 30 μ g

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 10013972

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar per a l'aïllament de soques d'Enterococcus sp resistents a Vancomicina i Teicoplanina en mostres clíniques.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 10014051

Descripció llarga:

Brou per a llevats RPMI, Fluconazol (0,125 - 256 g / ml), Itraconazol (0,008 - 16 g / ml), Ketoconazol (0,008 - 16 g / ml), 5-flucito sina (0,03 - 64 g / ml), Voriconazol (0,008 - 16 g / ml), vial 11 ml (10 determinacions).

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 10014080

Descripció llarga:

Congelació brou, tubs amb medi de cultiu, tub

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 10014962

Descripció llarga:

Placa agar de mostreig ambiental irradiada gamma tipus RODAC de 55 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 10015873

Descripció llarga:

Agar glucosa amb bilis, cristall violeta i vermell neutre, medi base.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 10015961

Descripció llarga:

Tira de colistina (CO). CIM μ g/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 10015962

Descripció llarga:

Tira de tigeciclina (TGC). CIM μ g/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 10015963

Descripció llarga:

Tira d'anidulafungina (AND). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 10015965

Descripció llarga:

Tira de metronidazole (MZ). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 10015968

Descripció llarga:

Tira de linezolid (LZ). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 10016082

Descripció llarga:

Tira d'àcid fucsídic (FU). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 10016085

Descripció llarga:

Tira d'ampicil·lina (AM). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 10016086

Descripció llarga:

Tira d'aztreonam (AT). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 10016088

Descripció llarga:

Tira de cefoxitina (FX). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 10016091

Descripció llarga:

Tira de cefuroxima (XM). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 10016092

Descripció llarga:

Tira de claritromicina (CH). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 10016093

Descripció llarga:

Tira de cloramfenicol (CL). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 10016095

Descripció llarga:

Tira de fosfomicina (FM). CIM µg/mL: 0.064-1024

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 10016099

Descripció llarga:

Tira de piperacil·lina (PP). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 10016101

Descripció llarga:

Tira de rifampicina (RI). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 10016106

Descripció llarga:

Tira de caspofungina (CS). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 10016107

Descripció llarga:

Tira de fluconazole (FL). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 10016370

Descripció llarga:

Panell de CMI per a micobacteris de creixement lent

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 10016892

Descripció llarga:

Tira de daptomicina (DPC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 10017075

Descripció llarga:

Tira de imipenem/imipenem amb EDTA (IP/IPI). CMI µg/mL: 4-256/1-64 per a detecció de Metal·lo Beta-Lactamasa (MBL).

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 10017116

Descripció llarga:

Tira de doripenem (DOR). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 10017673

Descripció llarga:

Placa agar Campylobacter sense sang.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 10017681

Descripció llarga:

Cervell-cor brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 10017920

Descripció llarga:

Micobacterium tuberculosis complex: detecció ràpida (MPT64) a partir de medi líquid. Tècnica d' Immunocromatografia (ICF)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 10018780

Descripció llarga:

Mobilitat-Indol-Ornitina (MIO), tub per a identificació bacteriana.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 10018893

Descripció llarga:

Middlebrook 7H9 brou, en tubs 11ml

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 10018972

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Tigeciclina 15µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 10018982

Descripció llarga:

Agar xocolata base (CG mitjana)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 10019186

Descripció llarga:

Panell per a la determinació de la sensibilitat als agents antimicrobians de micobacteries de creixement ràpid i Nocardia

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 10019893

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Àcid borònic 250ig

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 10021677

Descripció llarga:

Tioglicolat brou enriquit, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 10022011

Descripció llarga:

Placa agar Wilkins-Chalgren amb AmiKacina i suplement de sang d'anyell al 7%

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 10022108

Descripció llarga:

Tira de micafungina (MYC). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 10022115

Descripció llarga:

Placa agar RPMI per a antifungigrama de 90 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 10022417

Descripció llarga:

Biplaca cromogènica agar pel criatge d'enterobacteris productors de carbapenemasa i OXA-48

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 10022616

Descripció llarga:

Pastilles de KPC/Metallo-beta-lactamasa/OXA-48, equip per a la detecció de carbapenemases

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 10023151

Descripció llarga:

Medi cromogènic per a la detecció i identificació de Clostridium difficile, plaques

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 10023445

Descripció llarga:

Placa Mueller Hinton amb Cloxacina per a confirmació de bacteries ESBL

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 10023973

Descripció llarga:

Pastilla per a la detecció/confirmació de Betalactamases.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 10024592

Descripció llarga:

Tira de tetraciclina (TC). CIM µg/ml: 0.016-256. Envàs de 100u. Conservació en frigorífic (F)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 10024605

Descripció llarga:

Tira de posaconazole (POS). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 10024606

Descripció llarga:

Placa agar medi RPMI per a antifungigrama de 140 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 10024631

Descripció llarga:

Tira de flucitosina (FC). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 10024750

Descripció llarga:

Medi cromogènic de cultiu selectiu en placa agar per a aïllament i identificació de Streptococcus agalactiae (Streptococcus del grup B)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 10024881

Descripció llarga:

Tira de benzil penicil.lina (PG). CIM µg/mL: 0.002-32 rang inferior.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 10024891

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Vancomicina 5ug

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 10024935

Descripció llarga:

Biplaca cromogènica agar per a detecció de S. aureus/MRSA

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 10024938

Descripció llarga:

Placa agar xocolata enriquit amb NAD o factor V

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 10024939

Descripció llarga:

Placa agar McConkey amb Cefotaxima.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 10024940

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang d'anyell al 5% placa quadrada 120 x 120 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 10024941

Descripció llarga:

Placa agar Mueller Hinton amb suplement de sang de cavall al 5% placa quadrada 120 x 120 mm

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 10024943

Descripció llarga:

Tripticasa soja brou amb clorur sòdic, medi de cultiu en tub

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 10024944

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoina 100µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 10024944

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Nitrofurantoina 100µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 10024945

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 30µg i Tazobactam 6µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 10024945

Descripció llarga:

Discs per a estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacil·lina 30µg i Tazobactam 6µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 10025002

Descripció llarga:

Panell CIM per a llevats d'identificació i sensibilitat, compatible amb Sensititre o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 10025030

Descripció llarga:

Test ràpid colorimètric per a detecció de carbapenemes

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 10025039

Descripció llarga:

Tira de ceftolozano / tazobactam (C/T). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 10025087

Descripció llarga:

Agar amb Isovitalax, cultiu en placa

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 10025809

Descripció llarga:

Rappaport-Vassiliadis brou, medi de cultiu en tub.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 10025810

Descripció llarga:

Tira de ceftriaxona (TX). CIM µg/mL: 0.016-256 rang superior.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 10025848

Descripció llarga:

Tira de imipenem (IP). CIM µg/mL 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 10025988

Descripció llarga:

Tira d'amikacina (AK). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 10026187

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Linezolid 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 10026187

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Linezolid 10 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 10026188

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 10026188

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Mupirocina 200 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 10026189

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Piperacilina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 10026190

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 1 U

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3660 MATERIAL: 10026190

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Penicil·lina 1 U

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3670 MATERIAL: 10026191

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. cefotaxima 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3680 MATERIAL: 10026191

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. cefotaxima 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3690 MATERIAL: 10026192

Descripció llarga:

Tira d'ertapenem (ETP). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 10026203

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Gentamicina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 10026207

Descripció llarga:

Tira de cefotaxima (CTL). CIM µg/mL: 0.002-32 rang inferior

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 10026363

Descripció llarga:

Placa cromogènica agar ESBL (Enterobactèries productores de β-Lactamases d'espectre estès (BLEE))

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 10026441

Descripció llarga:

Tira de ciprofloxacina (CI). CIM µg/mL: 0.002.32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 10028096

Descripció llarga:

Tira de ceftazidina (TZ). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 10028166

Descripció llarga:

Tira d'azitromicina (AZ). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 10028177

Descripció llarga:

Panell gram negatiu CAZ/AVI amb colistina

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 10028197

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Amoxicil·lina 2 µg i Àcid clavulànic 1 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 10028198

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 2 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 10028198

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Ampicil·lina 2 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 10028264

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. ceftarolina 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 10028265

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Imipenem 10 µg i EDTA 930 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 10028267

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Oxacil·lina 5 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 10028268

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Temocil·lina 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 10028269

Descripció llarga:

Discs per a l'estudi de sensibilitat in vitro als agents antimicrobians. Cefaclor 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 10028286

Descripció llarga:

Tira de Ceftazidima/Avibactam (CZA). CIM µg/mL: 0.016-256/4.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 10028687

Descripció llarga:

Tira d'isavuconazol (IVU). CIM µg/mL: 0.002.32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 10028758

Descripció llarga:

Tira amb 11 pouets per a determinació de la concentració mínima inhibidora (CMI) de Colistina, de 0,06mg/L a 64mg/L.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 10028759

Descripció llarga:

Tira de ceftolozane / tazobactam (C/T). CIM µg/mL: 0.016-256.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 10028942

Descripció llarga:

Placa agar Sabouraud amb Cloramfenicol, lecitina i polisorbat 80.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 10028966

Descripció llarga:

Test ràpid per a la detecció de carbapenemes KPC, OXA, VIM, IMP i NDMen colònia bacteriana des de cultiu (20 tests)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 10029049

Descripció llarga:

Brou Mueller Hinton amb OADC

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 10029253

Descripció llarga:

Tira de Ceftarolina (CPT) CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 10029513

Descripció llarga:

Tira de Dalbavancina (DAL). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 10029514

Descripció llarga:

Tira de Ceftobiprol (BPR). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 10029520

Descripció llarga:

Brou Listèria Palcam, medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 10030290

Descripció llarga:

Panell CIM per a llevats d'identificació i sensibilitat amb Isavuconazol

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 10030640

Descripció llarga:

Brou Mueller Hinton amb sang de cavall lisada

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 10031207

Descripció llarga:

Medi agar Czapek, medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 10031448

Descripció llarga:

Trichomonas vaginalis, Candida Albicans i llevats brou 2 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 10031452

Descripció llarga:

Selenite brou enriquit 2 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 10031580

Descripció llarga:

Tioglicolat brou enriquit 4 mL, medi de cultiu en tub de 20 x 80 mm compatible amb sembrador automàtic tipus WASP/Copan WASPLab o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 10032060

Descripció llarga:

Hoyle, medi de base

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 10032260

Descripció llarga:

Tira d'amoxicil·lina (AC). CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 10032412

Descripció llarga:

Tryptona de soja brou, medi de base, envàs de 10 mL

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 10032446

Descripció llarga:

Tira de Meropenem/Vaborbactam (MEV). CIM µg/mL: 0.004-64/8 µg/mL

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 10032540

Descripció llarga:

Tira de Cefiderocol. CIM µg/mL: 0.016-256

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 10033144

Descripció llarga:

Tira de Tedizolid (TZD). CIM µg/mL: 0.002-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 10033923

Descripció llarga:

Phoenix brou identificació 4,5mL+/-0,2mL

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 10033924

Descripció llarga:

PhoenixSpect- Tub calibració amb estandard McFarland 0,25; 0,5 ; 1,0; 2,0; 4,0

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 10033989

Descripció llarga:

Placa agar Palcam Listeria

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 10033990

Descripció llarga:

Placa agar R2A

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 10033991

Descripció llarga:

Placa agar NTM (micobacteris no tuberculoses)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 10033992

Descripció llarga:

Placa agar TSA sin triple bossa

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 10033993

Descripció llarga:

Placa agar Dextrosa Sabouraud+Neutralitzant Triple Bossa

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 10033994

Descripció llarga:

Placa agar Xocolate+PVS+Bacitracina

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 10033995

Descripció llarga:

Brou Dey-Engley neutralitzant

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 10033996

Descripció llarga:

Reactiu DTT (ditiotreitol) en tub (7,7 mg)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4180 MATERIAL: 10033997

Descripció llarga:

Disc sensibilitat Cefiderocol 30 µg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4190 MATERIAL: 10033998

Descripció llarga:

T Imipenem/Relebactam (IPR) 0,002-32/4

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4200 MATERIAL: 10033999

Descripció llarga:

T Delafloxacino (DLX) 0,032-32

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4210 MATERIAL: 10034000

Descripció llarga:

T Aztreonam/Avibactam 0,016-256/4

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4220 MATERIAL: 10034001

Descripció llarga:

Medi deshidratat agar Oatmeal 500 mg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4230 MATERIAL: 10034002

Descripció llarga:

Medi deshidratat Tinsdale 500 mg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4240 MATERIAL: 10034003

Descripció llarga:

Medi deshidratat agar Oatmeal 500 mg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4250 MATERIAL: 10034004

Descripció llarga:

Medi deshidratat Tinsdale 500 mg

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4260 MATERIAL: 10034005

Descripció llarga:

Panell microdilució Cefiderocol 0,008-128 µg/mL (15 dilucions)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4270 MATERIAL: 10034006

Descripció llarga:

Panell microdilució Oritavancina 0,001-16 µg/mL (15 dilucions)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4280 MATERIAL: 10034007

Descripció llarga:

Colistina 0.0625-64 µg/mL (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4290 MATERIAL: 10034008

Descripció llarga:

Cefiderocol 0.03-32 µg/mL (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4300 MATERIAL: 10034009

Descripció llarga:

Vancomicina/Teicoplanina (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4310 MATERIAL: 10034010

Descripció llarga:

Daptomicina (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4320 MATERIAL: 10034011

Descripció llarga:

Brou Mueller Hinton II per estudi CMI monotest excepte cefiderocol

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4330 MATERIAL: 10034012

Descripció llarga:

Brou Iron-depleted CAMHB per estudi CMI monotest de cefiderocol

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4340 MATERIAL: 10034013

Descripció llarga:

Caixa incubació Colistina (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4350 MATERIAL: 10034014

Descripció llarga:

Caixa incubació Vancomicina/Teicoplanina (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4360 MATERIAL: 10034015

Descripció llarga:

Caixa incubació Cefiderocol (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4370 MATERIAL: 10034016

Descripció llarga:

Caixa incubació Daptomicina (CMI per microdilució monotest)

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4380 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4390 MATERIAL: 901000010

Descripció llarga:

Contracte de manteniment d'equips i instal·lacions de laboratori

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4400 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

SOL.COMANDA: 1101358471 POSICIÓ: 4410 MATERIAL: 902000003

Descripció llarga:

Lloguer Aparells laboratori

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																			
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																																			
Empresa:																																							
NIF:																																							
Data																																							
Segell Empresa:																																							
Signatura:																																							
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																																			
Número oferta Variant:																																							
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat																				
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00																											
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml) Càpula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00																											
2	0		670	30030982	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																											

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u></p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Partida	En cas que la licitació sigui per partida, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

ANNEX D3

Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació (OBJECTIUS)

ANNEX D4

Descripció d'equipaments

LOT 1 / Partida 6 – Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió automatitzada (Incubació + Lectura)

LOT 1 / Partida 7 – Estudi sensibilitat antibiòtica per disc-difusió semi-automatitzada (Lectura)

CENTRE	Lot	Partida	Nombre d'equips Sol·licitats	NOM DE L'EQUIPAMENT OFERTAT
AH01 - Hospital Universitari Vall Hebron	1	6	1	Incubador/Lector SirScan Orion I2a
	1		1	Lector SirScan Lynx I2a
AH02 - Hospital Universitari de Bellvitge	1	6	1	Incubador/Lector SirScan Orion I2a
AH03 - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	1	6	1	Incubador/Lector SirScan Orion I2a
	1		1	Lector SirScan Lynx I2a
AH04 - Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta	1	6	1	Incubador/Lector SirScan Orion I2a
	1		1	Lector SirScan Lynx I2a
AH06 - Hospital Universitari Arnau de Vilanova	1	7	1	Lector SirScan Lynx I2a

- **Es d'obligat compliment presentar les fitxers tècniques dels equipaments ofertats**

ANNEX D5

Llista-Resum de Requisits Obligatoris Addicionals

Annex E - Relació de soques incloses en els criteris tant obligatoris com de valoració tècnica

Annex E - Relació de soques incloses en els criteris tant obligatoris com de valoració tècnica, segons EUCAST i CLSI i segons les "Recomendaciones Microbiología Clínica SEIMC".

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Routine and extended internal quality control as recommended by EUCAST. Version 5.0, 2015.

Clinical and Laboratory Standards Institute, editor. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility test: twenty-fifth informational supplement. CLSI document M100-S25. Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, USA 2015.

<i>Aeromonas hydrophila</i> ATCC® 33654	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603
<i>Alcaligenes faecalis</i> ATCC® 35655	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1705
ATCC® 51331	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1706
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	<i>Legionella pneumophila</i> ATCC® 33152
<i>Bacteroides ovatus</i> ATCC® BAA-1296	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC® 31426
<i>Bacteroides thetaiotaomicron</i> ATCC 29741	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 49226
<i>Campylobacter jejuni</i> ATCC 33560	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853
<i>Candida krusei</i> ATCC® 6258	<i>Salmonella enterica</i> ATCC® 14028
<i>Candida glabrata</i> ATCC® 15126	<i>Shigella sonnei</i> ATCC® 25931
<i>Clostridium difficile</i> ATCC 700057	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC® 13124	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213
<i>Corynebacterium renale</i> ATCC® 19412	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 700698
<i>Cryptococcus laurentii</i> ATCC® 18803	<i>Staphylococcus aureus</i> BAA-1708
<i>Eggerthella lenta</i> ATCC 43055	<i>Staphylococcus aureus</i> BAA-976
<i>Enterobacter cloacae</i> ATCC® 13047	<i>Staphylococcus aureus</i> BAA-977
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	<i>Staphylococcus aureus</i> NCTC 12493
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299	<i>Staphylococcus xylosus</i> ATCC® 700404
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766	
<i>Haemophilus influenzae</i> NCTC 8468	