

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS
SUBMINISTRAMENTS DE **SONDES, BOSSES, DRENATGES I MATERIAL OSTOMIA**, TRAMITAT
PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT
I TRÀMIT ORDINARI**

EXPEDIENT **CSC M 8/22**

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives****PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ACORD MARC DELS SUBMINISTRAMENTS DE **SONDES, BOSSES, DRENATGES I MATERIAL OSTOMIA**, TRAMITAT PEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, PER PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI****LLISTAT DE GRUPS****Bosses d'orina :**

- Grup 1 : Bosses d'orina
- Grup 2 : Urinòmetres
- Grup 3 : Col·lectors d'orina
- Grup 4 : Accessoris

Sondes:

- Grup 5: sondes nasogàstriques
- Grup 6: sondes gàstriques
- Grup 7: sondes gastrostomia
- Grup 8: sondes nasoyeyunals
- Grup 9: sondes yeyunals
- Grup 10: sondes rentat gàstric
- Grup 11: sondes esofàgiques
- Grup 12: sondes nasofaríngies
- Grup 13: sondes aspiració endotraqueal
- Grup 14: sondes vesicals Nelaton femenina
- Grup 15: sondes vesicals Nelaton masculina
- Grup 16: sondes vesicals Foley
- Grup 17: sondes vesicals Foley Tiemann
- Grup 18: sondes vesicals Foley Dufour
- Grup 19: sondes vesicals Foley Couvelaire
- Grup 20: sondes Foley permanents
- Grup 21: sondes prostàtiques Dufour
- Grup 22: sondes prostàtiques Delinotte
- Grup 23: sondes transuretrals
- Grup 24: sondes uretrals Tiemann
- Grup 25: sondes catèters uretrals
- Grup 26: catèters uretrals
- Grup 27: sondes rectals
- Grup 28: complements

Ostomia:

- Grup 29: colostomia
- Grup 30: ileostomia
- Grup 31: urostomia
- Grup 32: ostomia
- Grup 33: anell
- Grup 34: discs
- Grup 35: plaques
- Grup 36: apòsits amb aro
- Grup 37: complements

CÀLCUL DE NECESSITATS

Aquestes quantitats de consum i pressupost corresponen a les previsions anuals per a cada article i han estat extretes a partir dels consums històrics amb adequació a les previsions del 2022 de cada centre.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats reals de cada centre, en funció de la seva activitat assistencial en cada moment.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

COMANDA MÍNIMA

En cas de **NO** indicar-ne cap comanda mínima a la oferta presentada per part del licitador, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per part del centre peticionari.

INFORMACIÓ DE TRENCAMENT D'ESTOC

En cas que, per part de l'empresa adjudicatària es produeixi un desabastiment haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses d'aquell producte. En el cas que no hi hagi, alternativa de subministrament al mercat, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions pertinents per poder subministrar aquell producte als centres.

RETORN DE PRODUCTES

El material de la present licitació retirarà els materials defectuosos i caducats i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec pel centre peticionari.

El material desembalats però no fets servir i en correcte estat, es retornaran al proveïdor, i aquests no seran facturats.

MATERIAL EN DIPÒSIT

El material de la present licitació estarà en règim de dipòsit, si així ho sol·licita el centre peticionari, fins la seva implantació, exceptuant que els serveis mèdics usuaris indiquen el contrari i es sol·liciti per a intervencions puntuals. En el cas que es consideri en règim de dipòsit, a l'inici de la vigència del contracte, l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament del dipòsit estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial. Aquest material haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

A l'inici de la vigència del contracte l'adjudicatari aportarà els materials necessaris, de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat de cada centre.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits.

El proveïdor assegurarà la reposició del material en un temps inferior a les 24 hs. Tot el material subministrat haurà de dur el seu corresponent albarà. A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits.

L'instrumental necessari i específic per a la implantació de les pròtesis serà subministrat i mantingut per l'adjudicatari sense càrrec pels centres peticionaris. L'adjudicatari garantirà l'existència suficient en funció de la seva activitat assistencial.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

En referència a la traçabilitat dels productes i per tal d'assegurar el compliment de la norma (RD 634/1993 i RD 414/1996), l'adjudicatari, sota la seva responsabilitat, assegurarà la correcta (i idèntica) identificació de cadascun dels productes als envasos i a l'albarà, i portaran la corresponent targeta d'implantació del producte a l'envàs. Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes on s'identificarà almenys el número de lot i la caducitat.

ETIQUETATGE

L'etiquetatge de les caixes i instruccions han de constar en català o castellà i haurà de permetre la traçabilitat del producte i els seus certificats.

PALES

Les empreses que resultin adjudicatàries tindran l'obligació de subministrar les comandes dels centres destinataris amb palé o sense palé, segons requeriment de cada centre en funció de els seves especificitats.

En el cas dels centres que desitgin palé, el palé de fusta que s'utilitzi ha de tenir unes dimensions de 800mm x 1200mm, que corresponen a un palé europeu o europalé.

Tanmateix, els palés han de ser EUR i de qualitat certificada EPAL (Associació Europea de Palés) i hauran de portar gravats els logotips corresponents.

En cas que es consideri necessari, el proveïdor adjudicatari estarà obligat a col·locar el material en les gàbies facilitades pel centre.

EMBALATGES

En presentar les ofertes, les empreses hauran d'aportar informació respecte els embalatges, tal i com s'especifica a continuació:

1. Presentació mínima. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). Entenem per unitats, el nombre de productes dins l'embalatge de dispensació més petit (indivisible per la seva distribució)*
2. Presentació embalatge. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). S'ha d'indicar el nombre d'unitats del producte dins el sub-embalatge (entenent com a sub-embalatge per exemple, caixes).
3. Presentació pallet. En aquest apartat s'haurà d'indicar la informació següent: EAN, mides (en mil·límetres), unitats i pes (en grams). El nombre d'unitats correspon a la quantitat de producte, no el nombre de caixes o sub-embalatges en el pallet.

Per exemple guants d'examen de nitril.

Presentació mínima: la caixa de 100 unitats, cal informar **100 unitats**

Presentació embalatge: si l'embalatge conté 20 caixes de 100 unitats, cal informar **2.000 unitats**

Presentació pallet: si el pallet conté 50 caixes de 2.000 unitats, cal informar **100.000 unitats**

*Exemples de presentació mínima:

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Xeringa 3 cossos 20 ml luer-lock	1 unitat
Guants d'examen de nitril.	100 unitats
Guants quirúrgics	sobre d'un parell
Gasa TNT 30g 20 x 20 s/5u.	5 unitats

FORMACIÓ

Les empreses adjudicatàries del present acord marc, així com dels contractes que se'n derivin, hauran de formar de manera continuada al personal clínic per al correcte ús dels productes sense cap càrrec addicional.

CARACTERÍSTIQUES COMPLEMENTÀRIES

Si durant a vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel responsable del contracte derivat.

L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

MANUAL D'USUARI

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari o protocol d'utilització del material en alguna de les llengües oficials del territori.

REQUERIMENTS MÍNIMS DELS PRODUCTES

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes.

- Requeriments mínims especificats en la descripció de cada producte
 - En general certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i europea, així com qualsevol altra certificat/normativa exigible i/o aplicable segons cada producte descrit.
 - Compliment del Reglament UE 2017/745 del 5 d'abril de 2017, pel qual es regulen els productes Sanitaris, que deroga a la 90/385/CEE i 93/42/CEE, exceptuant si els productes tenen certificat anterior a 26 de maig de 2021, que es poden comercialitzar amb el certificat antic fins el 27/5/2025, en base a la disposició transitòria de l'article 120. És a dir, s'aplica el nou reglament, però en el cas de certificats expedits amb anterioritat al 26 de maig de 2021 aquests seran acceptables en base a la normativa anterior.

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que no compleixin amb els requeriments mínims que consten a les descripcions de cadascun dels productes .

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

PRODUCTES ESTÈRILS

En tots els productes estèrils haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tota s'haurà d'indicar aquesta característica.

PROVES DE LABORATORI

En cas que el contractant consideri necessari, es duran a terme proves en una laboratori extern acreditat que correran a càrrec de cadascuna de les empreses.

TOTS ELS PRODUCTES HAN DE COMPLIR AMB LA NORMATIVA VIGENT
--

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL SOBRE C

- Documentació a aportar comuna per a tots els lots:
 - Fitxa tècnica actualitzada (segons apartat següent del present plec)


Les empreses que no presentin la documentació requerida quedaran excloses de la licitació.

FITXA TÈCNICA

Les fitxes tècniques han de tenir el contingut mínim següent:

- Foto del producte
- Descripció bàsica del producte i destinació d'ús
- Descripció de la composició del producte
- Classificació MDR.
- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial de l'article
- Mesures: Indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc...
- Descripció d'embalatge i etiquetat

Les fitxes tècniques es lliuraran en fitxers individuals, fent constar com a nom del fitxer de la fitxa tècnica, el codi CSC del producte - nom proveïdor. En el cas que, les fitxes tècniques no es lliurin tal i com s'ha especificat anteriorment, l'òrgan de contractació sol·licitarà que, en el termini de tres dies naturals ho esmenin. En el cas que, no sigui esmenat, serà exclosa de la licitació el producte que no consti correctament el nom del fitxer de la fitxa tècnica (s'adjunta exemple).

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

En el cas que es vulgui afegir al nom de l'arxiu més informació es podrà fer sempre respectant l'ordre inicial, Codi CSC – Nom proveïdor.... Per exemple (Codi CSC – Nom proveïdor – referència – descripció curta).

OBSERVACIONS:

Els preus màxims de licitació són per unitats (o metre lineal excepte en aquelles referències on s'indiqui el contrari, per exemple: preu per bobina, unitats bossa, etc ...).

Informació Social, Medi Ambiental, logística i tècnica: s'haurà d'informar a la BBDD la Informació específica de:

- **Embalatges reciclats/reciclables, SGMA (14001 o equivalent).**
- **Certificació de conducta**
- **Comanda mínima, unitat mínima de compra i Termini de lliurament.**
- **Magatzem a Catalunya**
- **Gestió d'incidències**
- **Embalatge: unitats, mides EAN/GTIN/UDI-DI i pes segons tipus de presentació: presentació mínima, embalatge, pales.**
- **Actualització Normativa MDR i classificació MDR: Classe I, Classe Ie, Classe Ir, Classe IIa Classe IIb, Classe III**

Les empreses hauran d'informar en quin document i pàgina certifiquen la Informació social, de Medi Ambient i logística específica.

En cas de no presentar la documentació sol·licitada per acreditar els diferents criteris d'adjudicació establerts, no s'atorgarà la puntuació al criteri corresponent.

**Servei Agregat
de Contractacions
Administratives**

Si alguna de les característiques determina una marca registrada o un model exclusiu, aquesta serà només considerada com a referència, guia o orientació per a la presentació de les ofertes, sense que el fet de no ajustar-se exactament, sigui causa de l'exclusió prèvia.

Es podran ofertar productes amb característiques equivalents i, en els que les prestacions finals siguin semblants a les anunciades.

ANNEX
PLEC TÈCNIC

LOT	CODI CSC	PRODUCTE	DESCRIPCIÓ PRODUCTE	MIDES	PREU MÀXIM DE LICITACIÓ	BSA	CHVIC	CsdM	CSMS	CST	GECHOHA	HCAMP	HSJR	PHV	CIS	PSPV	TS	FHAG	GESAT	ASSAI	CSSFM	HC	CMQR	Total Consum Hospitalari
1	SDO0101010100	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA S/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	100 ml	0,54000	390	25	550	2.000	3.210	400	100	6.900	1.105										14.680
1	SDO0101010300	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA S/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	NEN	0,69600		780	760							60	126	100							1.826
1	SDO0101010500	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA S/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	NENA	0,69600		1.065	970							60	208	100							2.403
1	SDO0101012000	BOSSA ORINA S/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD DE 90 cm, AMB ESCALA DE MESURA	2 L	1,06800		2.327									4								2.331
1	SDO0103010100	BOSSA ORINA PREMATUR ADHESIVA S/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PREMATUR-NEONAT PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	100 ML	2,16000		235				80													315
1	SDO0103010300	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA S/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	NEN	1,32000				70															70
1	SDO0103010500	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA S/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	NENA	1,32000				50															50
1	SDO0131010100	BOSSA ORINA PREMATURA ADHESIVA A/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PREMATUR-NEONAT PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, AMB VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	100 ML	0,22800								2.000											2.000
1	SDO0131012000	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, S/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, SENSE VÀLVULA ANTIRETORN I SENSE SORTIDA DE BUIDAT, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD DE 90 cm, AMB ESCALA DE MESURA	2 L	0,52000	2.250												3.348						5.598
1	SDO0133010100	BOSSA ORINA PEDIÀTRICA ADHESIVA A/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA ADHESIVA PEDIÀTRICA PER RECOLLIDA D'ORINA O PER ANÀLISI, AMB VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, ESTÈRIL	150 ml	0,67200	30																		30
1	SDO0133010700	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE, TRANSPARENT I AMB SISTEMA PER SUBJECTAR A LA CAMA DEL PACIENT, AMB VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD DE 50 cm, CAPACITAT 750 ml, AMB ESCALA DE MESURA	750 ml	0,37200	100				408				940		2.274			500					4.222
1	SDO0133012000	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, AMB VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT TIPUS T, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD ENTRE 90 - 100 cm, AMB ESCALA DE MESURA	2 L	0,46800		2.290				2.800	2.200	39.400	3.415	2.900		400		3.500	600	750	2.416		60.671
1	SDO0137014000	BOSSA ORINA V.A.R.-V.S. ESTÈRIL A/BOMBA D'ASPIRACIÓ PER RENTATS	BOSSA COL·LECTORA ORINA, VÀLVULA ANTIRETORN, VÀLVULA SORTIDA ESTÈRIL A/BOMBA ASPIRACIÓ PER RENTATS	4 L	4,24200	245					180			137										562
1	SDO0143010700	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA A/SUBJECCIÓ CAMA PACIENT	BOSSA ORINA PER CAMA, CONNECTOR AMB TAP PROTECTOR DE PLÀSTIC RÍGID, AMB VÀLVULA DE BUIT TIPUS AXIAL, EMPENYER I LLENÇAR, GRADUACIÓ CLARAMENT VISIBLE, AMB VÀLVULA ANTIREFLUX, TUB FLEXIBLE ENTRE 10 cm i 46 cm, AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, ANTICODABLE, AMB DUES	750 ml	0,38000	100		130																230
1	SDO0143011000	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA A/SUBJECCIÓ CAMA PACIENT	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE, TRANSPARENT I AMB SISTEMA PER SUBJECTAR A LA CAMA DEL PACIENT, AMB VÀLVULA ANTIRETORN I AMB SORTIDA DE BUIDAT, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD ENTRE 50 i 60 cm, AMB ESCALA DE MESURA	1 L	0,50000		984						830		1.200				500		250			3.764
1	SDO0153012000	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA, A/PRESA MOSTRES	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA ESTÈRIL, FLEXIBLE I TRANSPARENT, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, AMB SORTIDA DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES AMB CLAM, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD DE 90 cm, AMB ESCALA DE MESURA	2 L	1,05000	5.100	5.260	4.465	11.000	6.044			20	360		4.882								37.131
1	SDO0153014000	BOSSA ORINA A/VÀLVULA, A/SORTIDA, A/PRESA MOSTRES	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA ESTÈRIL, FLEXIBLE I TRANSPARENT, AMB VÀLVULA ANTIRETORN, AMB SORTIDA DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES AMB CLAM, AMB TUB DE CONNEXIÓ UNIVERSAL DE LONGITUD ENTRE 90 i 120 cm, CAPACITAT 4 l, AMB ESCALA DE MESURA	4 L	3,74400			925	650	690		120						878	100				160	3.523
1	SDO0171010200	BOSSA ORINA P/URINÒMETRE S/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, SENSE SORTIDA DE BUIDAT, AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, AMB ESCALA DE MESURA	250 ml	5,77200						70													70
1	SDO0171010500	BOSSA ORINA P/URINÒMETRE S/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, SENSE SORTIDA DE BUIDAT, AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, AMB ESCALA DE MESURA	500 ml	0,43200								5.280											5.280
1	SDO0173013000	BOSSA ORINA P/URINÒMETRE A/SORTIDA	BOSSA PER RECOLLIDA D'ORINA, FLEXIBLE I TRANSPARENT, AMB SORTIDA DE BUIDAT, AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, CAPACITAT, AMB ESCALA DE MESURA	3 L	1,26000			200																200
2	SDO1101250000	URINÒMETRE	SISTEMA COL·LECTOR DE CIRCUIT TANCAT, MESURADOR HORARI, FILTRE AMB, PRESA MOSTRES, EVACUACIÓ URINÒMETRE	250 cc	8,20000						60									20				80
2	SDO1113500000	URINÒMETRE TRES CÀMERES, A/VÀLVULA, A/SORTIDA	SISTEMA COL·LECTOR DE CIRCUIT TANCAT, AMB 3 CÀMERES-MESURADOR HORARI, PRESA DE MOSTRES, SORTIDA DE BUIDAT	500 cc	7,80000		2.219	3.745	1.600	2.799			2.500					4.702				55		17.620
2	SDO1121500000	URINÒMETRE AMB SISTEMA TANCAT 500ML AMB BOSSA DE 2L ESTÈRIL	URINÒMETRE AMB SISTEMA TANCAT AMB BOSSA DE 2L ESTÈRIL	500 ML	7,80000	780								136										916
3	SDO2101012500	COL·LECTOR D'ORINA	COL·LECTOR DE SILICONA PER INCONTINÈNCIA MASCULINA D'ESTRUCTURA TUBULAR, AMB TUB ANTICODAMENT, AUTOADHESIU HIPOAL·LERGÈNIC	25 mm	1,00000	140	120	1.840	200					62	180			921		60				3.523
3	SDO2101013000	COL·LECTOR D'ORINA	COL·LECTOR DE SILICONA PER INCONTINÈNCIA MASCULINA D'ESTRUCTURA TUBULAR, AMB TUB ANTICODAMENT, AUTOADHESIU HIPOAL·LERGÈNIC	30 mm (+/- 1 mm)	1,00000	2.720	112	2.590	1.800	30	360	150	3.400	107	240	20	10	3.496	560	30	120	12		15.757

ANNEX
PLEC TÈCNIC

3	SDO2101013500	COL-LECTOR D'ORINA	COL-LECTOR DE SILICONA PER INCONTINÈNCIA MASCULINA D'ESTRUCTURA TUBULAR. AMB TUB ANTIADHESIU HIPOAL·LERGENIC	35 mm (+-1 mm)	1,00000	825	289	710	2.200	619	30	120	1.600	42	240		10	1.043	490		120	48		8.386
4	SDO5101010100	SUPORT BOSSA ORINA METÀL·LIC	SUPORT BOSSA ORINA METÀL·LIC	---	0,99600															10				10
4	SDO5101012100	SUPORT BOSSA ORINA PLÀSTIC	SUPORT BOSSA ORINA PLÀSTIC	---	0,20400	900	4.093			1.663	---		400	1.950		100		300			100			9.506
4	SDO5111012100	SUPORT BOSSA URINÒMETRE PLÀSTIC	SUPORT BOSSA URINÒMETRE PLÀSTIC	---	0,20400			2.320																2.320
5	SDS0101010106	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 06	0,87600						20						25		40	50				135
5	SDS0101010108	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 08	0,87600						15					6	25		40	50				136
5	SDS0101010110	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 10	0,87600							100				18	25		40	50				233
5	SDS0101010112	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 12	0,87600											18				50		1		69
5	SDS0101010114	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 14	0,87600						10					7	25			50				92
5	SDS0101010116	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 16	0,87600					63	5					18	25			50				161
5	SDS0101010118	SONDA ASPIRACIÓ LEVIN	SONDA NASOGÀSTRICA PER ASPIRACIÓ, IRRIGACIÓ O ALIMENTACIÓ LEVIN, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 10 cm, E, DISTAL OBERT ATRAUMÀTICA AMB ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 18	0,87600					82						10				50				142
5	SDS0111310300	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	3,5FR 31CM	0,87600					4														4
5	SDS0111500600	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	6FR 50CM	0,34210					610														610
5	SDS0111500800	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	8FR 50CM	0,33870					120														120
5	SDS0111501000	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	10FR 50CM	0,34210					52														52
5	SDS0111910500	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	5FR 91CM	0,96000					7														7
5	SDS0111990800	SONDA NSG NE RADIOPACA	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, ADMINISTRACIÓ DE FARMACS I/O LÍQUIDS, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL CODIFICAT EN CO	8FR 107CM	0,96000					26														26
5	SDS0115500104	SONDA NSG NE RADIOPACA DE SEGURETAT	SONDA NASOGÀSTRICA RADIOPACA, PER A ALIMENTACIÓ ENTERAL, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, MARQUES CADA 4 cm, E, DISTAL PUNTA TANCADA ATRAUMÀTICA AMB 2 ORIFICIS LATERALS, E, PROXIMAL AMB CONNEXIÓ DE SEGURETAT OBTURADOR PRE-MUNTAT I AMB CODIFICAT EN COLORS, EST	4FR 50CM	2,76000					80														80

[illegible]

[illegible]

12	SDS2501010116	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL A/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ CONTROLADA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL TRANSPARENT EN FORMA DE Y, ESTÈRIL.	CH 16	0,12000	680		2.615	500		440	250	700		150	262	25	356	30	100		210	500	6.818
12	SDS2501010118	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL A/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ CONTROLADA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL TRANSPARENT EN FORMA DE Y, ESTÈRIL.	CH 18	0,12000				120		5		200			3		214	30	100		19	500	1.191
12	SDS2501210106	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 06	0,12000		27																	27
12	SDS2501210108	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 08	0,12000		588		908															1.496
12	SDS2501210110	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 10	0,12000		421																	421
12	SDS2501210112	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 12	0,12000		403													20				423
12	SDS2501210114	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 14	0,12000		6.497	580	21.838											120				29.035
12	SDS2501210116	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 16	0,12000		8.656																	8.656
12	SDS2501210118	SONDA ASPIRACIÓ TRAQUEAL S/C	SONDA NASOFARÍNGIA PER ASPIRACIÓ, DE PLÀSTIC TRANSPARENT, FLEXIBLE, EXTREM DISTAL AMB ORIFICI TERMINAL RECTE ATRAUMÀTICA I DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, ESTÈRIL.	CH 18	0,12000		5																	5
13	SDS2701010114	SISTEMA D'ASPIRACIÓ TANCAT 580 mm	SISTEMA D'ASPIRACIÓ ENDOTRAQUEAL TANCAT COMPLERT PER PACIENT INTUBATS PER ELIMINAR LES SECRECIIONS ACUMULADES NE LA VIA AÈREA, AMB VÀLVULA D'ASPIRACIÓ ROTATIVA D'ACCÉS AL PACIENT, VÀLVULA UNIDIRECCIONAL DEL PORT D'IRRIGACIÓ.	CH14	16,82400				61															61
14	SDS3511370010	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE, CILINDRIC, TANCAT AMB DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, APIRÒGENA.	CH 10	0,14400			1.925	900				380											3.205
14	SDS3511370012	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE, CILINDRIC, TANCAT AMB DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, APIRÒGENA.	CH 12	0,14400				1.000			300		412		2						800		2.514
14	SDS3511370014	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE, CILINDRIC, TANCAT AMB DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, APIRÒGENA.	CH 14	0,14400	1.625		4.550	4.400	7.180	920		11.800	531		161	500		500			371	1.100	33.638
14	SDS3511370016	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE, CILINDRIC, TANCAT AMB DOS ORIFICIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, APIRÒGENA.	CH 16	0,14400								152		57									209
14	SDS3511370114	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA CILINDRICA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE PLÀSTIC TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL CILINDRIC, TANCAT AMB DOS ORIFICIS LATERAL, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, APIRÒGENA.	CH14	0,14400				7.180															7.180
14	SDS3511390006	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA PRELUBRIFICADA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE ELASTOMER TERMOPLÀSTIC (POLIURETA TPU O ESTIRÈ TPE) TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE TANCAT AMB ORIFICI LATERAL, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, LUBRIFICADA HIDROFÍLICA, APIRÒGENA.	CH 06	1,10000			280												100				380
14	SDS3511390008	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA PRELUBRIFICADA	SONDA VESICAL NELATON FEMENINA, DE ELASTOMER TERMOPLÀSTIC (POLIURETA TPU O ESTIRÈ TPE) TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL RECTE TANCAT AMB ORIFICI LATERAL, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS, LUBRIFICADA HIDROFÍLICA, APIRÒGENA.	CH 08	1,10000			310		175														485

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANNEX
PLEC TÈCNIC

18	SDS4533018018	SONDA DUFOUR 3 VIES BALÓ 80 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE LÀTEX, SEMIRÍGIDA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 18	4,11600	275	77	30	30	412
18	SDS4533018020	SONDA DUFOUR 3 VIES BALÓ 80 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE LÀTEX, SEMIRÍGIDA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 20	4,11600	373	36			409
18	SDS4533018022	SONDA DUFOUR 3 VIES BALÓ 80 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE LÀTEX, SEMIRÍGIDA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 22	4,11600	87	4	45		136
18	SDS4533255018	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 50 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA , LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E. PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 18	11,73600	5		16		21
18	SDS4533255020	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 50 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA , LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E. PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 20	11,73600	80		38		228
18	SDS4533255022	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 50 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA , LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E. PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL, VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 22	11,73600			31		56
18	SDS4533257018	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 70 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA, LINIA RADIOPACA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH18	11,73600		90			90
18	SDS4533257020	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 70 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA, LINIA RADIOPACA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH20	11,73600		343			343
18	SDS4533258020	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 80 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA , LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH20	11,73600	260				260
18	SDS4533258022	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA BALÓ 80 ml	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA , LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH22	11,73600	60				60
18	SDS4533275018	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA A/COBRIMENT HIDROFÍLICBALÓ 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA AMB COBRIMENT HIDROFÍLIC, LINIA RADIOPACA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 18	22,08000			25		25
18	SDS4533275020	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA A/COBRIMENT HIDROFÍLICBALÓ 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA AMB COBRIMENT HIDROFÍLIC, LINIA RADIOPACA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 20	22,08000			825		825
18	SDS4533275022	SONDA DUFOUR 3 VIES SILICONA A/COBRIMENT HIDROFÍLICBALÓ 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE SILICONA AMB COBRIMENT HIDROFÍLIC, LINIA RADIOPACA, E.DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 22	22,08000			326		326
18	SDS4533373018	SONDA DUFOUR 3 VIES PVC BALÓ 30 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE PVC, LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 18	8,94000			5	6	11
18	SDS4533373020	SONDA DUFOUR 3 VIES PVC BALÓ 30 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE PVC, LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 20	8,94000			5	29	34
18	SDS4533373022	SONDA DUFOUR 3 VIES PVC BALÓ 30 50 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TIPUS DUFOUR 3 VIES, DE PVC, LINIA RADIOPACA, E. DISTAL AMB PUNTA TIPUS FLAUTA I DOS ORIFICIS LATERALS, AMB BALÓ E.PROXIMAL: VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL,VIA AMB VÀLVULA LUER I VIA PER IRRIGACIÓ.	CH 22	8,94000			5	13	18
19	SDS4733010320	SONDA HEMATÚRIA 3 VIES	SONDA FOLEY HEMATÚRIA 3 VIES, LINIA RADIOPACA	CH 20	3,74400					50
19	SDS4733253020	SONDA VESICAL 3 VIES SILICONA HIDRÒFILA	SONDA VESICAL 3 VIES SILICONA HIDRÒFILA, LINIA RADIOPACA, EXTREM DISTAL OBERT, COLZADA I DOS ORIFICIS LATERALS, DE 20CH, 30-50ML, ESTÈRIL	20CH, 30-50ML	15,45600	240				240
19	SDS4733253022	SONDA VESICAL 3 VIES SILICONA HIDRÒFILA	SONDA VESICAL 3 VIES SILICONA HIDRÒFILA, LINIA RADIOPACA, EXTREM DISTAL OBERT, COLZADA I DOS ORIFICIS LATERALS, DE 22CH, 30-50ML, ESTÈRIL	22CH, 30-50ML	15,45600	80				80
19	SDS4733378020	SONDA COUVELAIRE 3 VIES BALÓ 80 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TRES VIES, IRRIGACIÓ CONTINUA, PVC, LINIA RADIOPACA, E. DISTAL COUVELAIRE DOS ORIFICIS, AMB BALÓ, E.PROXIMAL: VIA AMB VÀLVULA LUER, VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL I VIA DE SORTIDA PER IRRIGACIÓ.	CH 20	11,30400	74				74
19	SDS4733378022	SONDA COUVELAIRE 3 VIES BALÓ 80 ml,	SONDA VESICAL FOLEY TRES VIES, IRRIGACIÓ CONTINUA, PVC, LINIA RADIOPACA, E. DISTAL COUVELAIRE DOS ORIFICIS, AMB BALÓ, E.PROXIMAL: VIA AMB VÀLVULA LUER, VIA AMB CONNEXIÓ UNIVERSAL I VIA DE SORTIDA PER IRRIGACIÓ.	CH 22	11,30400	32				32

10 de 17

[illegible]

24	SDS6301390010	SONDA TIEMANN POLIURETÀ PRELUBRIFICADA	SONDA TIEMANN, PRELUBRIFICADA, POLIURETA TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL, ANGUÏ TANCAT ATRAUMÀTIC AMB DOS ORIFIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS APIROGENA	CH 10	1,10000	26	773	1.175	250	113		30		62			200		100						2.72
24	SDS6301390012	SONDA TIEMANN POLIURETÀ PRELUBRIFICADA	SONDA TIEMANN, PRELUBRIFICADA, POLIURETA TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL, ANGUÏ TANCAT ATRAUMÀTIC AMB DOS ORIFIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS APIROGENA	CH 12	1.10000	15	349	290	220		10	30		48	130		25	154		100					1.37
24	SDS6301390014	SONDA TIEMANN POLIURETÀ PRELUBRIFICADA	SONDA TIEMANN, PRELUBRIFICADA, POLIURETA TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL, ANGUÏ TANCAT ATRAUMÀTIC AMB DOS ORIFIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS APIROGENA	CH 14	1.10000	29	315	155	100	48	50		21	100		25	83	50	100						1.07
24	SDS6301390016	SONDA TIEMANN POLIURETÀ PRELUBRIFICADA	SONDA TIEMANN, PRELUBRIFICADA, POLIURETA TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL, ANGUÏ TANCAT ATRAUMÀTIC AMB DOS ORIFIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS APIROGENA	CH 16	1.10000	23	310	95	50	83	30		13	60			26	50	100						84
24	SDS6301390018	SONDA TIEMANN POLIURETÀ PRELUBRIFICADA	SONDA TIEMANN, PRELUBRIFICADA, POLIURETA TRANSPARENT FLEXIBLE, EXTREM DISTAL, ANGUÏ TANCAT ATRAUMÀTIC AMB DOS ORIFIS LATERALS, EXTREM PROXIMAL AMB CONNECTOR UNIVERSAL CODIFICAT EN COLORS APIROGENA	CH 18	1.10000	23	352	65	50		35		10	30			29	50							64
25	SDS6501010104	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA CLINDRICA/RECTA AMB UN ORIFICI	CH 04	11,94000			5			5		40												5
25	SDS6501010105	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA CLINDRICA/RECTA AMB UN ORIFICI	CH 05	11,94000			5					10												1
25	SDS6501010106	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA CLINDRICA/RECTA AMB UN ORIFICI	CH 06	11,94000						5		20					600							62
25	SDS6501010107	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA CLINDRICA/RECTA AMB UN ORIFICI	CH 07	11,94000								40												4
25	SDS6501010108	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA CLINDRICA/RECTA AMB UN ORIFICI	CH 08	11,94000													900							90
25	SDS6521010105	SONDA CATETER URETRAL RECTA BISELADA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA RECTA BISELADA A/ORIFIS.	CH 05	3,96000		5																		
25	SDS6521010106	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA BISELADA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, ESTERIL I RADIOOPACA, PUNTA RECTA BISELADA A/ORIFIS.	CH 06	3,96000		5																		
25	SDS6521010107	SONDA CATÈTER URETRAL RECTA BISELADA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, ESTERIL I RADIOOPACA, PUNTA RECTA BISELADA A/ORIFIS.	CH 07	3,96000		85																		8
25	SDS6531010105	SONDA CATÈTER URETRAL OLIVAR RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA EN FORMA D'OLIVA RECTA A/ORIFIS.	CH 05	7,76400		5			17															2
25	SDS6531010106	SONDA CATÈTER URETRAL OLIVAR RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA EN FORMA D'OLIVA RECTA A/ORIFIS.	CH 06	7,76400		4			4															
25	SDS6531010107	SONDA CATETER URETRAL OLIVAR RECTA	SONDA DE PVC AMB FIADOR, INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETRAL, RADIOOPACA, PUNTA EN FORMA D'OLIVA RECTA A/ORIFIS.	CH 07	7,76400		6																		
25	SDS6551017006	SONDA CATETER URETERAL HIDROFIL	SONDA CATETER URETERAL DE PVC, EXTREMITAT DISTAL I REVESTIMENT HIDRÒFIL SOBRE 15CM DES DE LA PUNTA DISTAL, SENSE ORIFICI DE DRENATGE, AMB GRADUACIÓ CENTIMÈTRICA I MANDRIL DE POLIESTER	CH6, 70 CM	10,65600			90																	9
26	SDS6701019007	CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 90CM	CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 90CM	CH 07	83,76000			2																	
26	SDS6701019008	CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 90CM	CATETER URETERAL SIMPLE J A/A 90CM	CH 08	83,76000			2																	
26	SDS6702010104	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, LLARGA DURADA (365 DIES) , A/EMPENYADOR CONNECTABLE, AMB ANELL RADIOPAC, OBERT-OBERT, LLIURE DE POLIURETÀ	CH 4,8	79,36800		21	50			5		10	3											8
26	SDS6702010106	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, LLARGA DURADA (365 DIES) , A/EMPENYADOR CONNECTABLE, AMB ANELL RADIOPAC, OBERT-OBERT, LLIURE DE POLIURETÀ	CH 06	79,36800		155		120		5		220	6								35			54
26	SDS6702010107	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT SILICONA	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, LLARGA DURADA (365 DIES) A/EMPENYADOR CONNECTABLE AMB ANELL RADIOPAC, MATERIAL DE SILICONA SILICONA, GUÀ HIDRÒFILICA, OBERT-OBERT.	CH 07	146,88000								20												2
26	SDS6702012106	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT - VORTIK	CATÈTER URETERAL DOBLE J, LLARGA DURADA (365 DIES), LLIURE DE POLIURETÀ, OBERT-OBERT - VORTIK	CH 06	87,88800								215												21
26	SDS6702012107	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT - VORTIK	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-OBERT - VORTIK	CH 07	59,04000								40												4
26	SDS6702030100	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-TANCAT	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, OBERT-TANCAT	OBERT-TANCAT	69,20400								30												3
26	SDS6702030104	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-TANCAT	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, LLARGA DURADA(365 DIES) , A/EMPENYADOR CONNECTABLE, OBERT-TANCAT.	CH 4,8	79,36800						5											20			2
26	SDS6702030106	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-TANCAT	CATÈTER INTRODUCCIÓ CAVITAT VESICAL PEL CANAL URETERAL, SISTEMA DE FIXACIÓ DOBLE J, LLARGA DURADA, A/EMPENYADOR CONNECTABLE, OBERT-TANCAT.	CH 06	79,36800		20				5														2
26	SDS6702031130	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-TANCAT 30CM	CATÈTER URETERAL DOBLE J, OBERT-TANCAT 30CM	30 CM	69,20400								30												

[illegible]

14 de 17

[illegible]

[illegible]

37	SDT9171010100	PINÇA PER BOSSA OBERTA COLOSTOMIA	PINÇA PER BOSSA OBERTA COLOSTOMIA, SENSE LÀTEX	10 x 10 x 10 cm	0,52700			55																55
----	---------------	--------------------------------------	---	-----------------	---------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----