

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE PER CIRURGIA CARDIACA DE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. OBE 23/594

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Subministrament de fungible per cirurgia cardíaca amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte es classifica i divideix en els següents lots:

LOT 1- S100238.1 SET EXTRACORPOREA AMB OXIGENADOR. SUPERFÍCIE CORPORAL ALTA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2017262	Set extracorpòrea amb oxigenador. Superfície corporal alta
LOT 2-S100238.2 SET EXTRACORPOREA AMB OXIGENADOR. SUPERFÍCIE CORPORAL MITJANA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016385	Set extracorpòrea amb oxigenador. Superfície corporal mitjana
LOT 3-S100428 SET AUTOTRANSFUSIÓ SANG	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016012	Set autotransfusió sang 225 ml
2016024	Set autotransfusió sang 125 ml
2023246	Línia aspiració i anticoagulació ¼"
9999.1	Set de recollida de sang amb línies
LOT 4.1-S100519 SET CARDIOPLEGIA HEMATICA AMB PURGAT RÀPID	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016395	Set cardioplegia hemàtica 4:1 amb purgat ràpid
2019363	Set cardioplegia hemàtica 1:4 amb purgat ràpid



LOT 4.2-S100520 SET CARDIOPLEGIA HEMATICA D'ALT FLUXE	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016398	Set de línies cardioplegia hemàtica 4:1 d'alt fluxe
2019362	Set de línies cardioplegia hemàtica 1:4 d'alt fluxe
LOT 5-S100428.1 SET DE CARDIOPLÈGIA RETRÓGRADA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003654	Línia distribució cardioplegia anterògrada/retrògrada amb monitorització de pressió
2017503	Cànula cardioplegia retrògrada amb baló 14Fr 30 cm
LOT 6-S100521 ADAPTADOR I CÀNULES PERFUSIÓ CORONÀRIA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2002762	Adaptador de perfusió coronària en Y
9999.2	Cànula perfusió coronària fixa per a coronària esquerra
9999.3	Cànula perfusió coronària fixa per a coronària dreta
LOT 7.1-S100319 CÀNULA DE CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003686	Cànula cardioplegia anterògrada amb vent 7Fr
LOT 7.2- S100319.1 CÀNULA DE CARDIOPLÈGIA ANTERÒGRADA PER A CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
9999.4	Cànula cardioplegia anterògrada 7Fr per a cirurgia mínimament invasiva
LOT 8.1-S100322 CANULA VENOSA RETORN REFORÇADA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
9999.5	Cànula venosa retorn reforçada 20F
9999.6	Cànula venosa retorn reforçada 22F
2003680	Cànula venosa retorn reforçada 24F
9999.7	Cànula venosa retorn reforçada 26Fr
2003681	Cànula venosa retorn reforçada 28 Fr
9999.8	Cànula venosa retorn reforçada 30 Fr
2003672	Cànula venosa retorn reforçada 32 Fr
2009819	Cànula venosa retorn reforçada 34 Fr
2003648	Cànula venosa retorn reforçada 36 Fr
LOT 8.2-S100322.1 CÀNULA PERCUTÀNIA JUGULAR-FEMORAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL



9999.9	Cànula percutània jugular-femoral 15Fr
9999.10	Cànula percutània jugular-femoral 17Fr
9999.11	Cànula percutània jugular-femoral 19Fr
9999.12	Cànula percutània jugular-femoral 21Fr
LOT 9-S100522 CÀNULA VENOSA VENT MALEABLE	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2012709	Cànula vent maleable 18Fr multiperforadora amb connexió 1/4"
LOT 10.1-S100522.1 CÀNULA VENOSA CAVOATRIAL CONVENCIONAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
9999.13	Cànula venosa cavo-atrial 32/40Fr
LOT 10.2-S100522.2 CÀNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DE BAIX PERFIL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2018585	Cànula venosa cavo-atrial baix perfil 29/29 Fr
LOT 10.3-S100522.3 CÀNULA VENOSA CAVOATRIAL AMB COS OVAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
9999.14	Cànula venosa cavo-atrial amb cos oval 32/40Fr
LOT 11-S100523 CÀNULA VENOSA FEMORAL REFORÇADA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2022254	Cànula venosa femoral reforçada 21 Fr
9999.15	Cànula venosa femoral reforçada 23Fr
2022255	Cànula venosa femoral reforçada 25 Fr
LOT 12.1-S100321 CÀNULA PERFUSIÓ ARTERIAL CONVENCIONAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2017212	Cànula perfusió arterial 18 Fr
2017213	Cànula perfusió arterial 20 Fr
2003674	Cànula perfusió arterial 22Fr
LOT 12.2-S100321.1 CÀNULA PERFUSIO ARTERIAL TRANSFEMORAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO DE L'ARTICLE
9999.16	Cànula perfusió arterial transfemoral 18Fr
9999.17	Cànula perfusió arterial transfemoral 20Fr
9999.18	Cànula perfusió arterial transfemoral 22Fr
LOT 13-S100524 CÀNULA ASPIRACIÓ CARDÍACA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003775	Cànula d'aspiració cardíaca 22Fr



LOT 14-S100525 ASPIRADOR INTRACARDÍAC	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2012053	Aspirador intracardíac 20Fr
LOT 15-S100526 PERFORADOR AÒRTIC	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003819	Perforador aòrtic amb ganiveta cònica 4mm
LOT 16-S100527 POSICIONADOR I ESTABILITZADOR ARTERIAL AMB SEPARADOR ESTERNAL ESPECÍFIC	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016341	Estabilitzador arterial amb adaptadors
2016382	Sistema posicionador per buit compatible amb adaptadors
LOT 17-S100528 POSICIONADOR I ESTABILITZADOR CARDÍAC PER A SEPARADOR ESTERNAL CONVENCIONAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016383	Estabilitzador cardíac per a separador convencional
2016384	Posicionador cardíac 360° per a separador convencional
LOT 18-S100389 CABLES ESTIMULACIÓ MIOCÀRDICA TEMPORAL	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003451	Electrode unipolar d'estimulació miocàrdica temporal
9999.19	Electrode bipolar d'estimulació miocàrdica temporal en línia
LOT 19-S100529 CONNECTORS PERIFÈRICS	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2002714	Connector perifèric Y 3/8" x 3/8" x 3/8"
2002730	Connector perifèric Y 1/4" x 1/4" x 1/4"
2002732	Connector perifèric Y 1/2" x 3/8" x 3/8"
2002740	Connector perifèric Y 3/8" x 1/4" x 1/4"
2002722	Connector perifèric recte 1/2" x 3/8"
2002759	Connector perifèric recte 3/8" x 3/8"
2002729	Connector perifèric recte 1/4" x 1/4"
2002731	Connector perifèric recte 3/8" x 1/4"
2002713	Connector perifèric recte 1/2" x 1/2"
2021340	Connector perifèric recte amb Luer Lock 3/8" x 3/8"
LOT 20-S100530 DERIVACIÓ INTRACORONÀRIA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL



9999.0	Derivació intracoronària 2.0
2013528	Derivació intracoronària 1.5
2013529	Derivació intracoronària 1.0
LOT 21-S100531 VÀLVULA DE SEGURETAT SOBREPRESSIÓ	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2002715	Vàlvula seguretat de sobrepressió de l'aspirador intracardíac (vent)
LOT 22-S100532 SISTEMA BUFADOR/ NEBULITZADOR NETEJA ÀREA QUIRÚRGICA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2004398	Sistema bufador/nebulitzador neteja àrea quirúrgica
LOT 23-S100533 BANDA SILICONA PER OCLUSIÓ CORONÀRIA	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2012571	Banda silicona oclusió coronària agulla punta roma
LOT 24-S100534 SONDES DE MESURAMENT DE FLUX SANGUINI PER CONSOLA MEDISTIM	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
9999.20	Sonda de mesurament de flux amb mànec 1.5 mm
2024256	Sonda de mesurament de flux amb mànec 2.0 mm
9999.21	Sonda de mesurament de flux amb mànec 3.0 mm
2023240	Sonda de mesurament de flux amb mànec 4.0 mm
9999.22	Sonda de mesurament de flux amb mànec 5.0 mm
9999.23	Sonda de mesurament de flux amb mànec 7.0 mm
LOT 25-S100535 CIRCUITS PER A OXIGENACIÓ EXTRACORPÒREA PER MEMBRANA (ECMO), CÀNULES I GUIES KITS D'INSERCIÓ	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2017764	Set Oxigenador ECMO VA i VV (llarga durada)
Cànules arterials per a ECMO VA i VV	
2022640	Cànula arterial llarga durada 17Fr 15cm L
2017758	Cànula arterial llarga durada 19Fr 15cm L
2017759	Cànula arterial llarga durada 21Fr 15cm L
Cànules venoses per a ECMO VA i VV	
2017760	Cànula venosa llarga durada 21Fr 55cm L
2017761	Cànula venosa llarga durada 23Fr 55cm L
9999.24	Set Oxigenador ECMO donació assistència (curta durada)
Cànules arterials per a donació assistència	
9999.25	Cànula arterial curta durada 17Fr 15 cm L



9999.26	Cànula arterial curta durada 19Fr 15 cm L
9999.27	Cànula arterial curta durada 21Fr 15 cm L
Cànules venoses per a ECMO donació assistòlia	
9999.28	Cànula venosa de curta durada 21Fr 55cm L
9999.29	Cànula venosa de curta durada 23Fr 55cm L
Kit inserció percutani per cànules ECMO	
2017762	Kit inserció percutani per cànules Ecmo guia 100cm L
2017763	Kit inserció percutani per cànules Ecmo guia 150cm L

Valoració:

La desviació respecte a les mides i el material que consten en el plec només poden ser acceptables si són poc significatives i sempre que les proposades, diferents a les del plec, no interfereixin en el correcte funcionament per al qual és necessari, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents.

Formació

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics i d'obligat compliment de cada material objecte de la licitació són els exposats a **l'Annex de complementació obligatòria d'oferta tècnica**.

Els licitadors ompliran l'Annex de complementació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

La desviació respecte a les mides que consten a l'Annex d'oferta tècnica només poden ser acceptables si són poc significatives i sempre que les proposades, diferents a les del plec, no interfereixin en el correcte funcionament per al qual és necessari, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. No obstant això,



s'adverteix als licitadors que la FGS es reserva el dret de verificar i decidir si el material presentat s'adapta, tal com s'ha dit, a les necessitats i forma de treballar de la institució. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Resum d'articles licitats segons Annex de complementació obligatòria d'oferta tècnica.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu de desistiment de la oferta.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.



- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i compleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.
- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb



suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.

c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.

d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials,



seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.

- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

En el cas d'implants que calgui esterilitzar, el lliurament es farà al Servei d'esterilització, planta -2 del bloc A del Nou Hospital, l'horari de lliurament i recollida serà preferentment de 8:00 a 15:00 hores.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.



- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb FGS.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o



demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.

- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l' albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.



Barcelona, a 7 de juliol de 2023

Vist i plau

Dr. Alfonso Torrego Fernández

Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



SANT PAU