

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO AGREGADO DE MATERIAL**

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

COBERTURA QUIRÚRGICA

ÍNDICE

1.	Condiciones generales	4
1.1.	Objeto de la contratación	4
1.2.	Características de la contratación	4
1.3.	Técnicos	4
2.	Requerimientos obligatorios	4
2.1.	Normativa aplicable	4
2.2.	Especificaciones técnicas generales	5
2.3.	Requisitos obligatorios adicionales:	5
2.4.	Cesión de equipos, material complementario y material en depósito	13
2.4.1.	Cesión de equipos.....	13
2.4.2.	Material en depósito.....	13
		Cómo presentar
3.	la oferta	13
3.1.	Oferta técnica	13
3.2.	Oferta logística	13
3.3.	Modelo de oferta técnica	214
3.4.	Presentación de muestras	22
3.5.	Documentación confidencial	24
4.	Condiciones obligatorias para la empresa contratista	254
4.1.	Prevención de riesgos laborales	254
4.2.	Formación	254
4.3.	Manual de usuario	254
4.4.	Condiciones logísticas y de suministro.....	264
4.4.1.	Condiciones de suministro	265
4.4.2.	Garantía de suministro	265
4.4.2.1.	El Gestor de las incidencias en compras (GIC)	265
4.4.2.2.	Garantías durante la ejecución del contrato	276
4.4.2.3.	Plazo de entrega	287
4.4.2.4.	Unidades mínimas de pedido	287
4.4.2.5.	Lugar de entrega de los pedidos	287
4.4.3.	Sistema EDI	27
4.5.	Condiciones del operador logístico	29
4.5.1.	Embalajes	30
4.5.2.	El albarán	30

4.5.3.	Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE.	31
4.5.4.	Motivos por los que se rechaza una mercancía	31
4.5.5.	Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Servicios Logísticos, AIE	32
4.5.6.	Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)	34

1. Condiciones generales

1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de material cobertura quirúrgica para los Centros del Institut Català de la Salut.

1.2. Características de la contratación

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el ANEXO al que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta para cada artículo al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.

1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

2. Requerimientos obligatorios

2.1. Normativa aplicable

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente:

La acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE.

Declaración de que todos los productos licitados cumplen lo previsto en el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos sanitarios, de 5 de abril de 2017, a

el apartado por el que se regulan los productos sanitarios, con el etiquetado y documentación que lo acredite (en referencia a los datos proporcionados por el fabricante).

2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente.

2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

Todos los requisitos técnicos adicionales que se especifiquen en este apartado tendrán que informarse mediante la presentación del ANEXO D3 - Lista-resumen, Requerimientos obligatorios, debidamente cumplimentado, que deberá incluir un enlace ([https://... \(link\)](#)) que redirija al órgano de contratación a la documentación técnica que les acreditará, en el fondo y forma especificados en este apartado, por lote y material licitado.

Se tendrán que dar accesos directos a estos enlaces ([https://... \(link\)](#)) a las siguientes direcciones electrónicas, mediante la presentación del ANEXO D6 - Clave de accesos con opción de acceso múltiple que permita la revisión de la documentación en fase de valoración de ofertas desde diferentes terminales a la vez:

1. osantamaria@gencat.cat
2. vgarciabarrocanal@gencat.cat

No presentar los requerimientos técnicos por lote que se detallan en este punto supondrá la desestimación directa de las ofertas presentadas.

La normativa requerida será la siguiente y deberá acreditarse mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la norma, y será de aplicación al material que enumera e incluye:

- UNE-EN 13795-1:2020.
- UNE-EN ISO 11810:2015.
- UNE-EN 29073-1:1993.
- UNE-EN ISO 14001:2015.

Todos los certificados e informes que acrediten las normas requeridas tendrán que presentarse en catalán o castellano.

Los requisitos técnicos obligatorios por lote son:

- o Lote 1 – Batas quirúrgicas de protección estándar

Gramaje mínimo será de 35 gramos/m² , acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Costuras de las batas selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los siguientes márgenes:

Talla	Largo (cm)	Ancho pecho (cm)	Perímetro (cm)
S	110 – 115	51 – 63	129 – 134
M	115 – 120	51 – 69	148 – 150
L, LL	119 – 134	55 – 74	150 – 157
XL, XL-L	129 – 150	60 – 74	165 – 170
XXL, XXL-L	155 – 160	61 – 77	163 – 184

Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Prestación estándar según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 2 – Batas quirúrgicas de alta protección

Gramaje mínimo será de 60 gramos/m² , acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Parte del refuerzo frontal y manga de la bata sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Costuras de las batas selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los siguientes márgenes:

Talla	Largo (cm)	Ancho pecho (cm)	Perímetro (cm)
S	110 – 120	51 – 63	129 – 135
M	127 – 130	69 – 70	152 – 158
L, LL	140 – 147	70 – 74	170 – 172
XL, XL-L	150 – 155	70 – 77	170 – 180
XXL, XXL-L	170 – 177	70 – 77	175 – 180

Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 3 – Batas quirúrgicas de alta protección reforzada

Gramaje mínimo será de 35 gramos/m² y de 75 gramos/m² en la parte reforzada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Costuras de las batas selladas sin coser uniformemente, como mínimo, en la totalidad de la zona crítica de la bata y mangas, acreditado mediante certificado de empresa o ensayo clínico.

En cuanto a las batas, los tamaños deberán situarse dentro de los siguientes márgenes:

Talla	Largo (cm)	Ancho pecho (cm)	Perímetro (cm)
S	115 – 120	45 – 63	129 – 144
M	115 – 122	46 – 69	145 – 148
L, LL	119 – 140	55 – 76	150 – 158
XL, XL-L	129 – 150	60 – 82	160 – 170
XXL, XXL-L	130 – 170	61 – 82	163 – 184

Tarjeta de transferencia a la bata, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Parte del refuerzo frontal y manga de la bata sellada, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 13, tabla 1, de Características a evaluar y requisitos de prestaciones para batas quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 4 – Tallas quirúrgicas

Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Prestación estándar según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según la

norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 5 – Sábanas quirúrgicas

Gramaje mínimo será de 40 gramos/m², acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Zona del campo quirúrgica reforzada en sábana bi-laminada o equivalente, acreditada mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 6 – Colchas quirúrgicas

Prestación estándar según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

o Lote 7 – Campos quirúrgicos

Prestación alta según norma UNE-EN 13795-1:2020, acreditado mediante certificado emitido por organismo notificador acreditado o informe de ensayos según norma, actualizado y vigente (pág. 14, tabla 2, de Características a evaluar y requisitos de las prestaciones para cerraduras quirúrgicas, de la misma norma).

Toda la superficie de los rebordes del campo de incisión tendrán que estar cubiertos de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipoalérgeno y deberá estar protegido con papel de tamaños superiores a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data , ANEXO D4

o Lote 8 – Campos de incisión adhesivos

Marcado de conformidad CE – Clase III, para los códigos de material 30008157, 30008159 y 30038047, acreditado mediante declaración UE de conformidad del producto según su reglamento , emitido por organismo notificador acreditado.

Registro Nacional como antimicrobiano por la AEMyPS, para los códigos de material 30008157, 30008159y 30038047, acreditado mediante declaración UE de conformidad del producto según su reglamento , emitido por organismo notificador acreditado.

Toda la superficie de los rebordes del campo de incisión tendrán que estar cubiertos de adhesivo. El elemento adhesivo deberá ser resistente a líquidos, hipoalérgeno y deberá estar protegido con papel de tamaño superior a su totalidad para facilitar su extracción, acreditado todo mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4 .

o Lotes 9 – Bolsas y cintas quirúrgicas

Características técnicas que se enumeran en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

o Lote 10 – Funda quirúrgica para pernera y brazalete o
Lote 11 – Funda quirúrgica para endoscopia o Lote 12
– Funda quirúrgica para intensificador de imagen o Lote 13 – Funda
quirúrgica para microscopio o Lote 14 – Funda para
otros equipos quirúrgicos o Lote 15 – Funda quirúrgica
para sonda ecógrafo o Lote 16 – Funda para luz quirúrgico

Características técnicas que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4.

o Lote 17 – Equipos para cuidados:
o Lote 18 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
universales
o Lote 19 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
varios centros
o Lote 22 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
HUBELLVIGE (HUB)
o Lote 23 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
HUGERMANOS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)
o Lote 24 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUJOSEP
TRUETA (HUJT) a
procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUJOAN XXIII (HUJXXIII) o Lote
26 – Equipos para
procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura
HUVERGE DE LA CINTA (HUVG)

o Lote 27 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura

HUVALL DE HEBRÓN (HUVH)

De aplicación a los componentes incluidos en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (materiales componentes) de este apartado 2.3 de Requisitos obligatorios adicionales, cumplimiento de los requisitos enumerados para cada lote, para los materiales incluidos en los equipos, acreditados mediante la documentación descrita e indicada en cada uno de los lotes individuales de los materiales-componentes.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 1 (GRUPO 1: bata, bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica; bolsa cosechadora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, colcha, sábana, fundas Mayo, talla, apósito, venda, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Producto
Fecha, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños en longitud y anchura iguales o similares de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, en bien entendido que los tamaños deben ser adecuados para cada procedimiento quirúrgico descrito, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 2 (GRUPO 2: aguja, bisturí, bisturí eléctrico, cánula de aspiración, sonda vesical, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro y terminal de electrodo), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.

- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 3 (GRUPO 3: filtro, hoja de bisturí, guante, sutura y jeringa), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 4 (GRUPO 4: batea, cápsula, cazoleta, cubilete y bandeja), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud, anchura, altura y volumen iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

o Lote 20 – Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUARNAVO DE VILANOVA (ARN)

o Lote 21 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)

Plazo de implantación y puesta en marcha no superior a tres meses, del Programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, a partir de la fecha de formalización del contrato.

De aplicación a los componentes incluidos en los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (materiales componentes) de este apartado 2.3 de Requisitos obligatorios adicionales, cumplimiento de los requisitos enumerados para cada lote, para los materiales incluidos en los

equipos, acreditados mediante la documentación descrita e indicada en cada uno de los lotes individuales de los materiales-componentes.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 1 (GRUPO 1: bata, bolsa de instrumental, bolsa quirúrgica; bolsa cosechadora de fluidos corporales, campo quirúrgico adhesivo, colcha, sábana, fundas Mayo, talla, apósito, venda, compresa, gasa, toalla secamanos y toalla seca campos), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Producto Fecha, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños en longitud y anchura iguales o similares de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, en bien entendido que los tamaños deben ser adecuados para cada procedimiento quirúrgico descrito, mínimas requeridas .
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 2 (GRUPO 2: aguja, bisturí, bisturí eléctrico, cánula de aspiración, sonda vesical, catéter, conector, introductor, tubo de aspiración, tubo de drenaje, equipo de drenaje, equipo de infusión, equipo de irrigación, línea de inyección, cinta adhesiva, cinta de velcro y terminal de electrodo), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 3 (GRUPO 3: filtro, hoja de bisturí, guante, sutura y jeringa), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

De aplicación a los componentes descritos como GRUPO 4 (GRUPO 4: batea, cápsula, cazoleta, cubilete y bandeja), cumplimiento de los siguientes condicionantes técnicos, acreditado mediante la ficha propia de producto Product Data, ANEXO D4:

- o Serán admitidas las ofertas que presenten tamaños de longitud, anchura, altura y volumen iguales o diferentes hasta un +/- 10%, de las que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínimas requeridas.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten un número de unidades igual o superior a la que se indica en la descripción del equipo, ANEXO B, mínima requerida.
- o Serán admitidas las ofertas de artículos de colores distintos a los descritos, excepto el color blanco que no será admitido.
- o Serán admitidas las ofertas que presenten componentes de la marca descrita u otra equivalente.

2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas adjudicatarias del material de cobertura quirúrgica licitado tendrán que ceder sin ningún coste económico todo aquel material, soporte, aparatos y de más elementos compatibles necesarios para la utilización clínica de este material en nuestros centros.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 9 del PCAP, en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí pueda establecerse.

En caso de que exista material en depósito, el centro y la empresa adjudicataria acordarán el contenido y los plazos de caducidad aceptable del depósito.

La empresa adjudicataria se compromete a reponer el material utilizado según el acuerdo establecido.

2. Cómo presentar la oferta

3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

3.2. Oferta logística

Única y exclusivamente para los materiales incluidos en los lotes 20 y 21, de equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura para los centros HU ARNAU DE VILANOVA (ARN) y GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS) respectivamente, el licitador deberá presentar un PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSTVENTA separado para cada uno de los lotes, donde se recogerán todos los aspectos relativos a la gestión, frecuencia de reposición y garantía del suministro del material de cobertura quirúrgica y de los medios e infraestructuras que se pondrán en disposición del Hospital, y que se valorarán Mediante criterios de adjudicación adicionales objetivos y de juicio de valor, cuantificados en el documento CA-AMUP-S-39-23. Este proyecto deberá contemplar:

La adjudicación del lote 20 y 21 será a un único proveedor por cada lote. Cada centro hospitalario valorará de forma independiente la oferta logística presentada por cada licitador, para los materiales incluidos en cada uno de los lotes, de forma que la empresa adjudicataria de cada lote podrá resultar distinta.

3.2.1. Suministro

El suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material se efectuará íntegramente a cargo del adjudicatario con la frecuencia necesaria para asegurar la disponibilidad de stock en el hospital, utilizando un sistema de reposición automatizado que no necesite participación de recursos humanos por parte del hospital.

El personal de centro hospitalario únicamente deberá encargarse de retirar el producto, y automáticamente, el sistema deberá descontar el stock. En todo momento, el hospital deberá disponer de la información referente a consumos y stock, en el servidor informático del proveedor, tanto como del registro de consumos que permitirá realizar el seguimiento del gasto para automatizar la facturación.

El sistema de reposición automatizado deberá dotar al centro hospitalario de los siguientes componentes, mínimamente:

- Sistema de estanterías volumétricas o armarios modulares

Sistema inteligente de almacenamiento modular adaptado a espacios reducidos, capaz de medir la cantidad de stock que existe en cada ubicación en tiempo real.

El etiquetado de identificación de los productos en las estanterías irá a cargo de la empresa adjudicataria.

Las dimensiones de las estanterías volumétricas o armarios modulares irán en función del stock.

La empresa adjudicataria deberá instalar las estanterías volumétricas o armarios modulares en las ubicaciones que el hospital del ICS indique, tanto en almacenes de esterilización como dentro del bloque quirúrgico, si fuera necesario.

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar el suministro a las diferentes áreas quirúrgicas para asegurar la disponibilidad de los productos necesarios para cada tipología de intervención, y evitar su sobre almacenamiento.

La empresa adjudicataria tendrá que poner a disposición del centro hospitalario la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock.

La empresa adjudicataria, conjuntamente con el centro hospitalario ICS, tendrá que definir los stocks mínimos de producto. Será la empresa adjudicataria la que se encargará de aprovisionar automáticamente el material, con una frecuencia de entrega que garantice la disponibilidad continua de producto.

- Gestión automatizada del control de stocks del almacén

Sistema de gestión de stocks y la trazabilidad de los equipos personalizados que convivirá conjuntamente con el sistema de estanterías volumétricas o armarios modulares. La empresa adjudicataria tendrá que tener en cuenta que este sistema de gestión deberá ser compatible con el programa informático del hospital para garantizar la trazabilidad a paciente.

El sistema deberá permitir, además:

- o Gestionar el almacén de cobertura y caducidades o
- Gestionar trazabilidad completa o
- Consultar información del producto en tráfico o
- Posibilidad de integración con el sistema del hospital.

El adjudicatario se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, software y equipos necesarios para el funcionamiento.

- Programa de gestión para el análisis de consumo

El licitador deberá presentar un programa informático para la gestión y visualización de los stocks en consigna.

El hospital deberá poder obtener información esmerada y análisis de calidad sobre el consumo, listado de las existencias y listados mensuales que registren, por productos, las veces que se baja del stock mínimo definido y las roturas de stocks. El licitador se hará cargo de todos los gastos que origine la conexión, programa y equipos necesarios para su funcionamiento (Sistema RFID, armarios inteligentes...)

3.2.1.1. Disponibilidad de los productos

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar y asegurar la disponibilidad de suministro de los materiales necesarios para cada tipología de intervención, en las diferentes áreas quirúrgicas y evitar el sobre almacenamiento.

La empresa adjudicataria tendrá que describir la modalidad del suministro y los mecanismos de control de stock que tendrá que poner a disposición del Hospital y definir conjuntamente con el centro, los stocks mínimos de producto.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de realizar el aprovisionamiento automático con la frecuencia de entrega necesaria para garantizar que siempre haya producto disponible.

La empresa adjudicataria deberá garantizar el suministro con continuidad absoluta durante toda la vigencia del contrato, incluidos los periodos de vacaciones.

3.2.1.2. Gestión logística del suministro

Durante el período de vigencia del contrato, el hospital podrá solicitar la adaptación de todos los equipos de procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura quirúrgica que considere ya no se ajustarán al uso clínico y asistencial para el que fueron adjudicados, actualizando el número de componentes, forma de presentación, características técnicas de los componentes. La actualización técnica del equipo, o por motivo de innovación tecnológica, correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Deberán elaborarse unos stocks máximos y mínimos de seguridad para cada uno de los códigos de material adjudicados que asegurarán el suministro necesario para la actividad quirúrgica ordinaria y extraordinaria del centro.

La empresa adjudicataria efectuará el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material, de forma íntegra, y asumirá la responsabilidad total de la organización, gestión y control de los depósitos de los materiales.

La reposición del material se realizará directamente al Servicio asignado por el centro. La empresa adjudicataria deberá encargarse del desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje, respetando las medidas de asepsia correspondientes (bata, gorro, bragas e higiene de manos) y circulación del material.

Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de la correcta colocación del material suministrado, debiendo revisar de forma periódica las caducidades de los equipos almacenados en el hospital. Será indispensable que la empresa adjudicataria indique las acciones que se llevarán a cabo para que el material no caduque.

La empresa adjudicataria se será responsable del mantenimiento de los stocks acordados con el centro hospitalario, para cada código de material, mediante las reposiciones necesarias y en función del consumo en tiempo real que será reportado a través del equipamiento/programa/soporte informático instalado a tal fin.

En ningún momento deberá producirse una rotura de stock, que afectaría a las intervenciones programadas y las urgentes. La reposición deberá realizarse en el horario establecido por el centro hospitalario para asegurar el abastecimiento y la calidad asistencial y alterar mínimamente la actividad asistencial de los profesionales del centro.

En caso de ruptura de stock, la empresa adjudicataria deberá proporcionar un nuevo material de características técnicas similares para que no se interrumpa la actividad quirúrgica, en un plazo no superior a 24 horas. Esta sustitución de producto no supondrá ningún coste económico por el centro hospitalario del ICS.

Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, la empresa adjudicataria estará obligada a informar y proponer sustituciones de los material adjudicados por otros que incorporen ventajas o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones asistenciales o características técnicas inicialmente adjudicadas.

El centro deberá poder disponer en las estanterías volumétricas o armarios modulares de los elementos sueltos que configuran los equipos personalizados y codificados con un código de material, que se relacionan a continuación, diferenciado por lote:

LOTE 20 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU ARNAU DE VILANOVA (ARN)

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FUERA DE LOS EQUIPOS PERSONALIZADOS	CONSUMO ANUAL PREVISTO (+/- 5%)
Bata quirúrgica estándar talla L	200
Batas quirúrgicas estándar talla XL	100
Batas quirúrgicas estándar talla XXL	40
Bata quirúrgica reforzada talla L	100
Batas quirúrgicas reforzada talla XL	70
Batas quirúrgicas reforzada talla X XL	20
Cobertor de mesa 100x150cm abs.75 x 150 cm.	50
Cobertor de mesa de 150 x 190 cm.abs,75x190	50
Cobertor de mesa 75x90cm reforzado	100
Funda mesa de Mayo 80X145CM abs.65x85	100
Sábana con adhesivo de 240x150 cm reforzado	100
Sábana con adhesivo de 150 x 175 cm reforzado	100
Sábana con adhesivo de 175 x 175 cm reforzado	100
Talla adhesiva de 75 x 90 cm.	100
Talla adhesiva de 75 x 75 cm.	100
Cobertor fenestrado Adh.75cm x 90cm.	50
Cobertor fenestrado Adh.150x120	50
Leggings de 75 x 140 cm. 1pz	75
Toallas seca campo 33 x 30 cm.	100
Cinta velcro adhesiva 2x23cm.	100
Cinta adhesiva de 10 x 50 cm.	100
Bolsa de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 46x40	100
Stockinette de 32x120cm.	50
Stockinette de 25 x 80 cm	80

LOTE 21 - Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)

STOCK DE COBERTURA QUIRÚRGICA FUERA DE LOS EQUIPOS PERSONALIZADOS	CONSUMO ANUAL PREVISTO (+/- 5%)
Bata quirúrgica estándar TL	563
Bata quirúrgica estándar T-XL	1.589
Bata quirúrgica estándar T- XXL	163
Bata quirúrgica reforzada TL	100
Bata quirúrgica reforzada T-XL	100
Bata quirúrgica reforzada T-XXL	140

Cobertor de mesa 75x90 (IS)	3.880
Cobertor mesa 100x150	60
Talla adhesiva 75x75 (IS)	2.255
Talla adhesiva 75x90 (IS)	90
Cobertor fenestrado 75x90	465
Cobertor fenestrado 150x120	63
Funda mesa de Mayo 75x150	687
Leggings 75x140	185
Bolsa instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 46x40	483
Stockinette 32x120	25
Stockinette 25x80	25
Cinta velcro adhesiva 10x50	810
Cinta velcro adhesiva 2x23	200
Cubremesas individuales 150x190 (PR)	635
Sábana adhesiva 175x175 (is)	230
Sábana adhesiva 240x150	100
Sábana adhesiva 150x175	100
Toalla seca campo 33x30	100

Las cantidades previstas de la mesa irán a cargo del adjudicatario, que asumirá un margen de maniobra máximo del 5% de la cantidad especificada. El centro hospitalario asumirá el gasto que sobrepase ese margen.

En caso de necesidad de algún otro elemento suelto no descrito en la mesa, el centro hospitalario deberá acordar con el proveedor adjudicatario la cantidad anual que deberá ir a su cargo, atendiendo a la previsión de cantidad anual de consumo del equipo personalizado.

Los equipos de procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura quirúrgica estarán disponibles en un período máximo de 3 meses desde la formalización del contrato.

3.2.2. Formación

La empresa adjudicataria aportará un plan de formación que recoja los puntos que se detallan a continuación:

1. La empresa adjudicataria será la responsable de la formación del personal del Hospital en todo lo relativo a la utilización del material de cobertura quirúrgica, así como al funcionamiento del sistema de gestión ofrecido por el proveedor.

2. Durante la fase de implantación sistema de gestión logística ofrecido por el proveedor, la empresa adjudicataria deberá garantizar la presencia física en el área quirúrgica de personal propio, con amplia experiencia y formación acreditada, para la asistencia y la formación del personal del bloque quirúrgico del hospital, en la correcta utilización de los sistemas logísticos implementados. Deberá garantizarse esta asistencia técnica durante todo el tiempo que sea necesario.
3. La empresa adjudicataria deberá aportar un plan formativo del proyecto técnico

3.2.3. Embalaje y etiquetado de los productos ofrecidos

El centro hospitalario del ICS deberá estar informado y autorizar cualquier modificación que se realice respecto del embalaje del material.

Los códigos de material estériles adjudicados en esta licitación tendrán que tener una tipología de embalaje que garantice una barrera eficaz contra el polvo y la humedad.

Se define como "triple nivel de embalaje" el que consiste en una caja de cartón externa para el transporte, un segundo embalaje mediante bolsa de polietileno o caja dispensadora para su almacenamiento en el quirófano y un envase unitario estéril, de fácil apertura y que garantice la no contaminación.

El etiquetado deberá ser perfectamente legible en español o mediante uso de simbología internacional armonizada.

Cada equipo quirúrgico deberá disponer de un sistema de plegado que garantice la correcta utilización según las normas de asepsia.

Cada envase unitario de producto deberá contener obligatoriamente las informaciones expresadas en español (o que lo incluya si el envase es multilingüe):

- EAN (código del producto). Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva removible con código de barras de trazabilidad donde se especifique referencia, lote y fecha de caducidad
- Denominación del artículo o equipo, talla y medidas en su caso
- Relación de todos sus componentes, tamaños y unidades, en texto o en pictogramas
- Marcado CE
- Referencia y lote
- Indicación de producto desechable
- Indicación de esterilidad y método de esterilización utilizado
- Fecha de caducidad
- Nombre del fabricante y distribuidor

- Embalaje primario con etiqueta autoadhesiva removible con código de barras de trazabilidad donde se especifique referencia lote y fecha de caducidad
- Los equipos estarán etiquetados según normativa GTIN 128

3.2.4. Implementación del sistema logístico

Será requerimiento obligatorio para el licitador que el programa para la gestión de la cobertura quirúrgica y los sistemas para el suministro, almacenamiento, control de existencias y reposición del material esté implementado y preparado para su utilización, en el centro hospitalario, en el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de formalización del contrato.

3.2.5. Mantenimiento, averías, plazos y resoluciones

La empresa licitadora deberá presentar un plan de contingencia tanto de mantenimiento como de reparación de las estanterías o armarios volumétricos y sistemas informáticos, indicando el tiempo de respuesta y tiempo de resolución que garantice el suministro de material y la continuidad de la actividad asistenciales, en los centros ICS.

3.2.6. Innovación tecnológica y mejoras del proyecto técnico de asistencia logística y postventa

Se considerarán mejoras técnicas valorables adicionalmente de los proyectos técnicos de gestión del suministro de la cobertura quirúrgica y asistencia post-venta que presenten las empresas licitadoras:

a) Identificación por etiquetas de colores

Identificación de los equipos por etiquetas de colores y la nomenclatura del equipo abreviada, teniendo el equipo de cada especialidad un color distinto. Este sistema de etiquetado por colores según la especialidad deberá disponer de una paleta de más de 10 colores disponibles para diferenciar sin problemas a los equipos de las diferentes especialidades. Esta identificación debe ir en uno de los laterales del equipo, para identificarlas durante su almacenamiento y con el tamaño adecuado para la correcta visualización con la denominación del equipo.

b) Estanterías

Las estanterías metálicas y de tipo rejilla abiertas, para evitar la acumulación de polvo. La empresa adjudicataria debe poder ofrecer al menos dos tamaños diferentes de estas estanterías, cuyas medidas tendrán que estar comprendidas entre las medidas estándares de mercado: entre 450mm y 600mm de fondo, por 1200mm y 1500mm de ancho.

c) Etiqueta RFID

Identificación de los equipos adjudicados mediante etiquetados que integren chip unívoco de tecnología RFID, para la gestión de la trazabilidad del paciente, de lectura posible con cualquier dispositivo y compatible con sistema informático del centro.

3.3. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

Quando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis, deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C

Se debe llenar el Excel Licitación 1101348854_2bis

[Anexo D5](#) - Ficha Criterios Adicionales Juicio de Valor

La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.

Quando hay documentación a presentar en sobre 2 deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Lista-resumen, Modelo y Guía, ANEXO D1 de las fichas presentadas a la licitación.

En la Guía se describen todos los campos de la lista-resumen y la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: Resumen Ejemplo: [D1-](#)

[Resumen.xls o .xlsx](#)

Fichas técnicas resumen requerimientos obligatorios, ANEXO D2, detallados en este documento nº. PPT-AMUP-S-39-23, punto 2.3.

Ejemplo: [D2-Requerimiento..xls o .xlsx](#)

Fichas técnicas resumen criterios adicionales de adjudicación, ANEXO D3, detallados en el documento CA-AMUP-S-39-23.

Ejemplo: [D3-Criterios.xls o .xlsx](#)

Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data, ANEXO D4.

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (Product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El archivo de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá llamarse de esta forma: PD N°. de Lot-Código SAP

Ejemplo código SAP: [D4-PD-Lot1-30000001](#)

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación del ANEXO D4 en otro idioma será motivo de rechazo a la oferta presentada.

Esta carpeta debe llamarse: ProductData

Para su trazabilidad, cada ficha deberá ir etiquetada/enumerada/identificada con los siguientes datos:

- N°. expediente CS/CC00/1101357533/23/AMUP - NIF y nombre de la empresa - Lote
- Código de material ICS
- Referencia

La presentación de la Product Data indebidamente etiquetada/enumerada/identificada con los datos anteriormente descritos podrá ser motivo de exclusión.

En caso de que la Product data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos.

Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

Claves de acceso para los anexos D2 y D3 (datos de acceso para los enlaces o links que contendrán los documentos acreditativos del dato técnico requerido o valorado adicionalmente), ANEXO D6, detallados en este documento núm. PPT-AMUP-S-39-22, punto 2.3, y C CA-AMUP S-39-23, respectivamente.

Ejemplo: [D6-Accesos](#).

Las ofertas que no presenten la información técnica en este modelo ANEXO D4 no serán valoradas.

3.4. Presentación de muestras

Para esta licitación no es necesario presentar muestras.

En caso de que en el cuadro de características se indique la obligación de presentar muestras, éstas se tendrán que entregar en las condiciones y cantidades establecidas en el ANEXO E1 – Presentación de muestras.

El órgano de contratación se reserva el derecho de solicitar muestras durante el período de evaluación de las ofertas si lo considera oportuno para completar la valoración técnica de la oferta presentada.

Cada muestras deberá ir etiquetada con los siguientes datos:

- Nº. expediente CS/CC00/1101357533/23/AMUP
- NIF y nombre de la empresa -
Lote
- Código de material ICS
- Referencia

Las muestras se entregarán a D^a. Vanesa García Barriocanal, en la siguiente dirección:

Instituto Catalán de la Salud
Gerencia de Compras (2^a planta)
Gran Vía de las Corts Catalanas, 587
08007 BARCELONA

Las muestras serán evaluadas en diferentes centros ICS, por tanto, habrá que presentar tantos juegos de muestras como centros y especialistas de producto evaluadores.

Cada paquete deberá contener, por cada referencia presentada, el número de muestras que se indican en el ANEXO E1 - Presentación de muestras. Relación de códigos SAP afectados.

Cada paquete deberá identificar su contenido a través del ANEXO E2 – Ficha-empaquetado de la muestra

En el supuesto de que no se presenten las muestras solicitadas la oferta presentada no será evaluada y, por tanto, será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

3.5. Documentación confidencial

Los documentos y los datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus legítimos intereses comerciales, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas .

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital. No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista

4.2. Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

4.3. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

4.4. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

4.5. Condiciones logísticas y de suministro

4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen a suministrar los materiales adjudicados con la caducidad mínima que se indique en el momento de la adjudicación en la ficha de los atributos logísticos.

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en la ficha de atributos.

4.4.2. Garantía de suministro

4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web Gestor de incidencias en compras (GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La solicitud de Alta de un nuevo usuario, la gestiona el propio interesado cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción ' Solicitud de alta de nuevo usuario', en la 'apartado 'Alta para nuevos usuarios'. El primer usuario de un NIF será el que posteriormente validará las altas de las nuevas solicitudes del mismo NIF y ejercerá las funciones de administrador. Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF recibirá un correo notificando que es necesaria la validación de una alta. En el Manual de usuario GIC – proveedores, al final está el Anexo administrador NIF'.

En el apartado "Guías y avisos", se encuentran los Manuales de usuario proveedor y el Índice de incidencias del GIC. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

Agrupación	PROVEEDORES
Tipo	404. Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa
Motivo	Rotura de stock con una referencia alternativa
	Documentos obligatorios a anexar - F010-Ficha técnica actual* - F011-Ficha técnica de la alternativa* - P010- Presupuesto* - E010- Escrito del proveedor informando el tiempo estimado de ruptura

b) Para roturas sin alternativa

Agrupación	PROVEEDORES
Tipo	405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa
Motivo	Rotura de stock con una referencia sin alternativa
	Documentos obligatorios a anexar - No requiere documento obligatorio

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto por cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del acuerdo marco o de los contratos basados en el acuerdo marco, siempre que estén dentro de la misma gama de bienes. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

Las empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4.4.2.3. Plazo de entrega

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

4.4.3. Sistema EDI

El operador logístico del ICS y los centros peticionarios de forma progresiva utiliza el sistema EDI como único medio de intercambio de documentos comerciales con los proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)

- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos: - Código EAN (GTIN)
- Referencia del producto -
- Cantidad -
- Precio -
- Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias, deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005

- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:

NIF del proveedor
 Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 La referencia y el código EAN (GTIN).
 La descripción del producto
 El número de lote y la caducidad
 La cantidad por referencia
 El precio unitario
 Importe total
 Temperatura de conservación

- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro petionario, a través del ORDRSP, como en la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

Agrupación	VARIACIONES EN EL PEDIDO 010.
	Errores en precios de materiales Tipo
Motivo	Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia: Error
	interpretación Unidad medida Error
	transcripción
	Error de precio en la factura
	Diferencia en el precio
	Documentos obligatorios a anexar
	- P010-Presupuesto * o documento propio del solicitante que acredite el ítem a modificar

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI -
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008 -
- Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005 -
- Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005 -
- Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003 -
- Disponibilidad para intercambiar los mensajes mencionados.

El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS
prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa> Logaritmo:
https://www.ediversa.com/es/logaritmo_ediversa

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

- configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido
- visualizar los documentos recibidos
- generar fácilmente los documentos a enviar.

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si es necesaria más información o aclaraciones respecto al Sistema EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo planificaci3n@logaritme.net y en el caso de los centros peticionarios del ICS con suport.ics@ediversa.com y/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condiciones del operador logístico


4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico Logaritme Serveis Logístics, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.

Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material deben efectuarse en paletas que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
 - Paletas retractiladas -
- Paletas con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)
- Las paletas deben contener un único material y lote.
 - En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener distintos artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente.
 - Los albaranes irán al exterior del embalaje

Detalle de la estructura de las paletas:



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo Referencia.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

4.5.2. El albarán

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado.
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005 - Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:

- NIF del proveedor
- Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 - El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
- La referencia y el código EAN (GTIN).
- La descripción del producto
 - El número de lote y la caducidad
- La cantidad por referencia
 - El precio unitario
- Importe total
- Temperatura de conservación

4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE.

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará una copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material y en la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Una vez efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no se múltiplo de la unidad pedida

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:

<p>1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
<p>2. circulación, conforme a la señalización existente.</p> <p>Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de</p>	

<p>Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de 3. Logaritmo, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá</p> <p>b. de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>c. Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p> <p>Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones</p> <p>d. necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p>	
<p>4. Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>	 
<p>5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia:</p> <p>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</p> <p>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.</p> <p>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).</p> <p>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</p>	

NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logístics, AIE, proceda en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones:

<p>7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
--	---

8. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	
9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.	
	
10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.	
11. En caso de emergencia: <ul style="list-style-type: none"> Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras. Siga las instrucciones del personal de Logaritme Vaya a punto de reunión (garita de entrada) No utilice el teléfono hasta nuevo aviso. 	

4.5.6. Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

- ANEXO A - Características de la licitación
- ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente
- ANEXO C - Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor
- ANEXO D1 - Lista-resumen, Modelo y Guía
- ANEXO D2 - Lista-resumen, Requerimientos obligatorios
- ANEXO D3 - Lista-resumen, Criterios adicionales
- ANEXO D4 - Product data material ofrecido
- ANEXO D5 - Lista-resumen, Criterios juicio de valor
- ANEXO D6 – Clave de acceso anexos D2 y D3
- ANEXO E1- Presentación de muestras
- ANEXO E2- Ficha-empaquetado de muestras
- ANEXO F - Especificaciones técnicas de la ficha de atributos logísticos - adjudicatario

Relación de anexos específicos pliego de cláusulas administrativas

- ANEXO 1 - Centros destinatarios y centros adheridos, en su caso
- ANEXO 2 - Presupuesto por lotes centros ICS y centros adheridos, si procede.
- ANEXO 3 - Criterios que se aplicarán en caso de limitación de lotes a adjudicar.
- ANEXO 4 - Desglose de los criterios de adjudicación
- ANEXO 5 - Documento europeo único de contratación (DEUC)
- ANEXO 6 - Modelo de oferta técnica y detalle de muestras, si procede
- ANEXO 7 - Modelo de oferta económica
- ANEXO 8 - Condiciones esenciales de ejecución
- ANEXO 9 - Condiciones específicas (cesiones, accesorios, complementos, etc).
- ANEXO 10 - Régimen de incumplimientos y penalidades.
- ANEXO 11 - Condiciones específicas operador logístico.
- ANEXO 12 - Compromiso garantías en el tratamiento de datos.
- ANEXO 13 - Identificación del órgano administrativo con competencia con materia de contabilidad pública que debe constar en la factura correspondiente.
- ANEXO 14 - Prohibiciones de contratar.

ANEXO A - Características de la licitación

ANEXO A - CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN CS/CC00/1101357533/23/AMUP

LOTE DE	DESCRIPCIÓN LOTE	Condición lote
1	Batas quirúrgicas de protección estándar	Cerrado - Obligatorio
2	Batas quirúrgicas de alta protección	Cerrado - Obligatorio
3	Batas quirúrgicas de alta protección reforzada	Cerrado - Obligatorio
4	Tallas quirúrgicas	Abierto - No obligatorio
5	Sábanas quirúrgicas	Abierto - No obligatorio
6	Colchas quirúrgicas	Abierto - No obligatorio
7	Campos quirúrgicos	Abierto - No obligatorio
8	Campos de incisión adhesivos	Abierto - No obligatorio
9	Bolsas y cintas quirúrgicas	Abierto - No obligatorio
10	Funda quirúrgica para perra y brazalet	Abierto - No obligatorio
11	Funda quirúrgica para endoscopia	Abierto - No obligatorio
12	Funda quirúrgica para intensificador de imágenes	Abierto - No obligatorio
13	Funda quirúrgica para microscopio	Abierto - No obligatorio
14	Funda quirúrgica para otros equipos	Abierto - No obligatorio
15	Funda quirúrgica para sonda ecógrafo	Abierto - No obligatorio
16	Funda para luz quirúrgica	Abierto - No obligatorio
17	Equipos para cuidados	Abierto - No obligatorio
18	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura universales	Abierto - No obligatorio
19	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura varios centros	Abierto - No obligatorio
20	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU ARNAU DE VILANOVA (ARN)	Cerrado - Obligatorio
21	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS (GSS)	Cerrado - Obligatorio
22	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU BELLVITGE (HUB)	Abierto - No obligatorio
23	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU HERMANS TRIAS Y PUJOL (HUGTP)	Abierto - No obligatorio
24	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU JOSEP TRUETA (HUJT)	Abierto - No obligatorio
25	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HU JOAN XXIII (HUJXXIII)	Abierto - No obligatorio
26	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVERGE DE LA CINTA (HUVV)	Abierto - No obligatorio
27	Equipos para procedimientos intervencionistas, quirúrgicos, terapéuticos y de cobertura HUVALL DE HEBRÓN (HUVH)	Abierto - No obligatorio

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 10 MATERIAL: 30000317

Descripción larga: Campo

incisión quirúrgico poliuretano transp, adhesivo hipoalérgico, adapt, impe rmeab, transp, elástico, resistente a tracción, con soporte de fácil aplicación .Medidas total 30x26cm ±2cm,área incisión 30x20cm ±2cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

de incisión quirúrgico poliuretano transp, adhesivo hipoalérgico, adaptado, impermeab, transp, elástico, resistente a tracción, con soporte de fácil aplicación. Medidas total 30x26cm ±2cm, área incisión 30x20cm ±2cm. Libre de látio xi celulosa, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 20 MATERIAL: 30000319

Descripción larga: Campo

de incisión quirúrgico-poliuretano transparente, adhesivo hipoalérgico, adaptable, impermeable, transpirable, elástico, resistente a tracción con soporte y fácil aplicación. Medidas 45x55±5cm, área de incisión 4cm. celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Campo de incisión quirúrgico de poliuretano transparente, adhesivo hipoalérgico, adaptable, impermeable, transpirable, elástico y resistente a la tracción, con soporte de fácil aplicación. Medidas 45x55cm ±5cm, área de incisión 45x49 cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 30 MATERIAL: 30000320

Descripción larga: Campo

de incisión quirúrgico de polietileno transparente, adhesivo hipoalérgico, adaptable impermeab, transpirable, elástico, resistente tracción con soporte fácil aplicación. Medidas: 35x60cm ±5cm, área incisión 35x35cm ±2cm. Libre de látex, celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

de incisión quirúrgico de polietileno transparente, adhesivo hipoalérgico, ad aptable impermeab, transpirable, elástico, resistente tracción con soporte fácil y aplicación. Medidas: 35x60cm ±5cm, área incisión 35x35cm ±2cm. Libre de látex, celulosa, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 40 MATERIAL: 30000321

Descripción larga: Campo

de incisión quirúrgico de poliuretano transparente, adhesivo hipoalérgico, a adaptable impermeable, transp, elástico, resistente tracción, con soporte de fácil aplicación. Medidas 56x80cm ±5cm, área incisión 56x74cm±2cm. Libre de lát ex y celulosa,estéril,1solo uso.

Descripción técnica:

Campo de incisión quirúrgico de poliuretano transparente, adhesivo hipoalérgico, fácil y aplicación. Medidas 56x80cm a adaptable impermeable,transp,elástico,resistente tracción,con soporte de ±5cm, área incisión 56x74cm±2cm. Libre de lát ex y celulosa, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 50 MATERIAL: 30000323

Descripción larga: Campo

de incisión de polietileno transparente, impermeable, resistente, adhesivo hipoalérgico, transpirable, elástico y resistente a la tracción. Medidas 90x85cm ±5cm, área incisión 58x83cm ±2cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

de incisión de polietileno transparente, impermeable, resistente, adhesivo hipoalérgico, transpirable, elástico y resistente a la tracción. Medidas 90x 85cm ±5cm, área incisión 58x83cm ±2cm. Libre de látex y celulosa, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 60 MATERIAL: 30000325

Descripción larga: Campo

quirúrgico con apertura en U de polietileno transparente, impermeable, resistente con apertura U. Medidas: 120x130±2cm, borda adhesiva 16x5 0cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

quirúrgico con apertura en U, de polietileno transparente, impermeable, resistente con apertura U. Medidas: 120x130±2cm, borda adhesiva 16x50cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 70 MATERIAL: 30000326

Descripción larga: Campo

quirúrgico oftalmología polietileno transparente, impermeable, resistente con fenestración oval y bolsa colectora fluidos. Medidas: 48x41c m ± 2cm, superficie adhesiva incisión oval 3,5x6cm±2cm, dos tiras adhesivas 5. ,desechable.

Descripción técnica: Campo

quirúrgico para oftalmología de polietileno transparente, impermeable, resistente con fenestración oval y bolsa colectora fluidos. Medidas: 48x41cm ± 2cm, superficie adhesiva incisión oval 3,5x6cm±2cm, dos tiras adhesivas 5 x 5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 80 MATERIAL: 30000327

Descripción larga: Campo

quirúrgico de polietileno transparente, impermeable, resistente, con abertura redonda Ø6cm±2cm, borde adhesiva 13x13cm. Medidas: 40x40c m ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

quirúrgico de polietileno transparente, impermeable, resistente, con abertura redonda Ø6cm±2cm, borde adhesiva 13x13cm. Medidas: 40x40cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 90 MATERIAL: 30000328

Descripción larga: Campo

quirúrgico de polietileno transparente, mate, resistente, con fenestración adhesiva 8x11cm±2cm. Medidas: 83x129cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Campo quirúrgico de polietileno transparente, mate, resistente, con fenestración adhesiva 8x11cm±2cm. Medidas: 83x129cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 100 MATERIAL: 30000331

Descripción larga: Bolsa

de aislamiento de órganos de etilmetilacrilato, biocompatible, transparente, impermeable, resistente, adaptable, cierra con doble tira ajusta poliéster. Evita adherencias tejidos, mínimo desprendido partículas. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Bolsa

quirúrgica de aislamiento de órganos de etilo-metacrilato de ajuste de poliéster. Evita adherencias de contacto con los tejidos, mínimo desprendimiento de partículas. Medidas: 49x49 cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 110 MATERIAL: 30000332

Descripción larga: Bolsa

quirúrgica de aislamiento hepático de plástico transparente, con superficie adhesiva para cierre. Medida: total 61x64cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable

Descripción técnica: Bolsa

quirúrgica de aislamiento hepático de plástico transparente, con superficie adhesiva para cierre. Medida: total 61x64cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 120 MATERIAL: 30000333

Descripción larga: Bolsa

quirúrgica para recogida de líquidos de plástico transparente con recogida de fluidos y filtro. Medida: total 56x90 cm±2cm, superficie adhesiva 90x6,5cm ±2cm. Puerto tamiz de malla, 70x0,8cm amv Varilla flexible y fina. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Bolsa quirúrgica para recogida de líquidos de plástico transparente con recogida de fluidos y filtro. Medida: total 56x90 cm±2cm, superficie adhesiva a 90x6,5cm ±2cm. Puerto tamiz de malla, 70x0,8cm amv Varilla flexible y fina. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 130 MATERIAL: 30000402

Descripción larga:

Talla quirúrgico de tejido sin tejer, impermeable, resistente, bajo desprendimiento de partículas con apertura adhesiva de incision de 6x8cm ±2cm. Medidas: 50x60cm±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgico de tejido sin tejer, impermeable, resistente, bajo desprendimiento de partículas con apertura adhesiva de incision de 6x8cm ±2cm. Medidas: 50x60cm±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 140 MATERIAL: 30000403

Descripción larga: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con abertura en forma de U con borde adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Medida total: 150cmx200cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con apertura en forma de U con borde adhesiva 6cmx70cm ±2cm. Medida total: 150cmx2 00cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 150 MATERIAL: 30000405

Descripción larga: Sábana

quiro artroscopia rodilla, TST, impermeable, resistente, apertura central Ø 6cm ±2cm miembro elástico, bolsa recogida fluidos a/conn a aspiración, zona refuerzo superabsorbente 66x107cm±2cm, 3 tiras por tubos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica artroscopia de rodilla de TST, impermeable, resistente, apertura central Ø 6cm ±2cm membrana elástica, bolsa recogida fluidos a/conector a aspiración, zona refuerzo superabsorbente 66x107cm±2cm3. Medidas:234cmx302cm±2cm.Libre de látex,estéril,solo uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 160 MATERIAL: 30000406

Descripción larga: Sábana

quirúrgica Craneotomía reforzada a/absorbente 50x85cm±2cm y film de incisión a/bolsa recogida fluidos,espita y tapón, filtros y si stema sujetatubos,230x300cm±5cm.Libre de látex, estéril,

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica para neurocirugía (Craneotomía)de tejido sin teje r,impermeable ,resistente,bajo desprendimiento partículas,reforzada absorbente t aprox 50x85cm±2cm con film de incisión ,bolsa recogida fluidos con espito y .Medidas: 230x300cm±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 170 MATERIAL: 30000407

Descripción larga: Bolsa

quirúrgica para accesorios de plástico transparente con superficie adhesiva en la parte superior. Medida total 40x35cm±2cm, con due s bolsillos.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Bolsa

quirúrgica para accesorios de plástico transparente con superficie adhesiva en la parte superior. Medida total 40x35cm ±2cm, con dos bolsillos. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 180 MATERIAL: 30000408

Descripción larga: Cinta

quirúrgica adhesiva de tejido sin tejer. Medida total 10cm x 50cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Cinta quirúrgica adhesiva de tejido sin tejer. Medida total 10cm x 50cm±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 190 MATERIAL: 30000409

Descripción larga: Campo

quirúrgico de polietileno transparente y mate antirreflectante, impermeable, antiestático, resistente a la tracción. Medidas: 90x90cm±2cm, con fenestración redonda flexible diámetro 23cm±2cm, tiras adhesivas. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

quirúrgico de polietileno transparente y mate antirreflectante, impermeable, antiestático, resistente a la tracción. Medidas: 90x90cm±2cm, con fenestración redonda flexible diámetro 23cm±2cm, tiras adhesivas. Libre de látex, estéril, desechables.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 200 MATERIAL: 30000411

Descripción larga:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada con adhesivo termoadesivo, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 60 cm ±2cm, apertura Ø 7cm, 55 g m2, Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada con adhesivo termoadesivo, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 60 cm ±2cm, apertura Ø 7cm, 55 g m2, Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 210 MATERIAL: 30000414

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 163 cm diámetro de la lente 65mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 163 cm diámetro de la lente 65mm, con tiras de sujeción y tiene cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 220 MATERIAL: 30000415

Descripción larga:

Funda quirúrgica para cámara de laparoscopia de polietileno transparente, punta elástica fenestrada, ajustable, con tiras de fijación a los dos extremos, plegada telescópicamente. Medida: 18x250cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para cámara de laparoscopia de polietileno transparente, punta elástica fenestrada, ajustable, con tiras de fijación a los dos extremos, plegada telescópicamente. Medida: 18x250cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 230 MATERIAL: 30000446

Descripción larga: Bata alta

protección cirugía, TST, total resistencia penetración líquidos y transpira, subjecta delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sistema sujeto cuello. Costuras sella sin primo, zona crítica. Medida M, largo 115cm, 2 secado. Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga larga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. Medida(M)L, largo 115cm, 2 secamanos.
Libre látex, estéril, 1 uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 240 MATERIAL: 30000447

Descripción larga:

Bata alta protección cirugía, TST, total resistencia penetración líquidos y transpira, subjecc delante, cruzada trasera, manga larga, puño s tricot, sist sujeto cuello. Costuras sella s/primo, zona critica. Medida LL, largo 142cm, 2 secado. látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga ll arga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. Medida LL, largo 142cm, 2 secamanos. Libre látex, estéreo, 1uso.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 250 MATERIAL: 30000465

Descripción larga: Cobertor

para mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas:120 x 140 ±5cm, gramaje mínimo 30gr TST, capa de polietileno mínimo 50µ. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Cobertor

para mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer im permeable, resistente, absorbente. Medidas:120 x 140 ±5cm, gramaje mínimo 3 0gr TST, capa de polietileno mínimo 50µ. Libre de látex, estéril, un solo uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 260 MATERIAL: 30000466

Descripción larga:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer con adhesivo lateral, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 50 cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer con adhesivo lateral, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 50 cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 270 MATERIAL: 30000503

Descripción larga: Equipo

para cuidados más instrumental plástico. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 13 elementos

Descripción técnica: Equipo

para cuidados más instrumental plástico. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 13 elementos:
1 talla TST 38x45±5cm 5 gasas
de TST,7,5x7,5cm,4 pliegos 5 apósitos TST 1 forceps recto,polímero reforzado, 12,5cm 1 pinza sin dientes,polímero reforzado, 12,5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 280 MATERIAL: 30000505

Descripción larga: Equipo

sondaje vesical. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 7 elementos

Descripción técnica: Equipo

sondaje vesical.Libre de látex, estéril, desechable,compuesto por 7 elementos:
1 sobre hielo lubricante 1 jeringa
20ml 1 botella 20ml agua destilada 5 gases TST 30gr/m² 7,5x7,5cm 1
pinza Kocher plástico 1 talla impermeable TST 50gr/m² 75x90cm 1 talla
fenestrada TST 5

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 290 MATERIAL: 30001408

Descripción larga: Bata alta

protección cirugía,de TST,reforzada,alta resistencia penetra líquidos,transpira,sujeto delante,cruzada trasera,manga larga ergonómica ,puños tricot,sist sujeto al cuello.Costuras selladas sin primo,zona critica.Mida XL.Libre látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetración líquidos, transpirable, sujeción frente a cruzada trasera, manga larga a ergonómica, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. XL,largo 129cm,perimetro 170cm y 61 de ancho .Libre látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 300 MATERIAL: 30001414

Descripción larga:

Campo incisión quirúrgico polietileno transp, adhesivo hipoalérgico, adaptable, impermea, transpirable, elástico, resistente tracción con soporte de fácil aplicación. Medidas 38x41cm±5cm y área incisión 28x41cm ±2cm.Libre de látex y celulosa.

Descripción técnica: Campo

incisión quirúrgico polietileno transp, adhesivo hipoalérgico, adaptable, im permea, transpirable, elástico, resistente tracción con soporte de fácil aplicación. Medidas 38x41cm±5cm y área incisión 28x41cm ±2cm.Libre de látex , desechables.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 310 MATERIAL: 30001456

Descripción larga: Campo

quirúrg uro polietileno transp,mate,impermeable,resistente a/ob Ø5cm ,tira adh parte sup y 1dedil neopreno a/zona adh fijar zona anal. Medida total 60 x90+/-2cm.S/ látex, estéril,1 desechables

Descripción técnica:

Campo quirúrgico para urología de polietileno transparente, mate, impermeable, resistente, con apertura Ø5cm, tira adhesiva en la parte superior y 1dedil de neopreno con zona adhesiva para fijar en la zona anal. Medida total aprox 6 0 x90+/-2cm.Libre de látex, estéril, desechable

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 320 MATERIAL: 30001463

Descripción larga:

Funda pernera quirúrgica para protección de extremidad inferior, de tejido sin tejer, impermeable, y absorbente. Medidas:75x120cm,largo ±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda pernera quirúrgica para protección de extremidad inferior, de tejido sin tejer, impermeable, y absorbente. Medidas:75x120cm,largo ±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 330 MATERIAL: 30001464

Descripción larga:

Talla quirúrgica adhesiva, tejido sin tejer (TST) bilaminado con una capa absorbente y una lámina impermeable. Medidas: 75x90cm±2cm, gramo 55gm2.

Descripción técnica: Talla

quirúrgica adhesiva, tejido sin tejer (TST) bilaminado con una capa absorbente y una lámina impermeable. Medidas: 75x90cm±2cm, gramaje 55gm2. Libre de látex, estéril, desechable

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 340 MATERIAL: 30001465

Descripción larga:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente. Medidas: 75 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Libre de látex , estéril, un solo uso.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente. Medidas: 7 5 x 90cm ±2cm, 55g m2 , Libre de látex , estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 350 MATERIAL: 30001466

Descripción larga:

Sábana quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 175x175cm ±5cm, adhesivo lateral 86x5,5 cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 175x175cm ±5cm, adhesivo lateral 86x5,5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 360 MATERIAL: 30001468

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente, compuesta de dos bolsas de 65 x 75 cm y arco de 30 x 150 cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente, compuesta de dos bolsas de 65 x 75 cm y arco de 30 x 150 cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 370 MATERIAL: 30001513

Descripción larga:

Funda pernera quirúrgica para protección de extremidad inferior, impermeable, consta de dos capas, material no tejido laminado con película de polietileno (PE), gramaje 70 g/m2, 25x80±2cm.Libre de látex, estéril, un desechables.

Descripción técnica: Funda

pernera quirúrgica para protección de extremidad inferior, impermeable, etileno (PE), gramaje 70 g/m2, consta de dos capas, material no tejido laminado con película de polo 25x80±2cm.Libre de látex, estéril, un sonido uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 380 MATERIAL: 30001518**Descripción larga: Sábana**

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 180x150cm ±5cm. adhesivo lateral 85x5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 180x150cm ±5cm. adhesivo lateral 85x5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 390 MATERIAL: 30001519**Descripción larga: Cobertor**

para mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 74cm x 190 cm ±5cm ,zona absorbente 65x190cm ±2cm, gramaje mínimo 27g/m2,capa de polietileno mínimo 40µ.Libre de látex,estéril,1uso

Descripción técnica: Cobertor

para mesa quirúrgica (instrumental) de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 74cm x 190 cm ±5cm, zona absorbente 65x190cm ±2cm, gramaje mínimo 27g/m2, capa de polietileno mínimo 40µ.Libre de látex, estéril, 1uso

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 400 MATERIAL: 30001520**Descripción larga: Cobertor**

para mesa quirúrgica (instrumental) de Mayo de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 80 cm x 142 cm ±5cm, gramaje mínimo 30gr TST, capa de polietileno mínimo 50µ. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Cobertor

para mesa quirúrgica (instrumental) de Mayo de tejido sin tejer impermeable, resistente, absorbente. Medidas: 80 cm x 142 cm ±5cm, gramaje mínimo 30gr TST, capa de polietileno mínimo 50µ. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 410 MATERIAL: 30001522**Descripción larga:**

Talla quirúrgica de tejido sin tejer (pulpa de celulosa) y PE, impermeable, absorbente. Medidas: 60 x 100cm ±2cm, gramaje total 55 gr/m2.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer (pulpa de celulosa) y PE, impermeable, absorbente. Medidas: 60 x 100cm ±2cm, gramaje total 55gr/m2.Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 420 MATERIAL: 30001777

Descripción larga: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico tipo WILD de polietileno transparente, tamaño 137 x 267 cm, diámetro de la lente 68mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico tipo WILD de polietileno transparente, tamaño 137 x 267 cm, diámetro de la lente 68mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas. Libre de látex, estéril, un sonido el uso.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 430 MATERIAL: 30001835

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía TST, reforzada, alta resistencia penetra líquidos, transpira, sujeto delante, cruzada detrás, manga larga ergonómica, puños tricot, sist sujeto al cuello. Costuras sella sin primo. Tamaño XXL-XL. Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica:

Bata alta protección por cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetración líquidos, transpirable, sujeción frente a cruzada trasera, manga larga ergonómica, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. Medida XXL-XL, largo 157cm, 184 perímetro y 65 de ancho. Libre látex, estéril, 1 uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 440 MATERIAL: 30002043

Descripción larga:

Funda pernera quirúrgica para protección de extremidades, de polietileno y tejido sin tejer, impermeable, resistente, cara interna (TST). Medidas: 32x120 cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable. Con 2 tiras adhesivas estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

pernera quirúrgica para protección de extremidades, de polietileno y tejido sin tejer, impermeable, resistente, cara interna (TST). Medidas: 32x120 cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable. Con 2 tiras adhesivas estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 450 MATERIAL: 30002044

Descripción larga:

Sábana quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 240x150cm, ±5cm, adhesivo lateral 86x5,5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con adhesivo lateral. Medidas: 240x150cm, ±5cm, adhesivo lateral 86x5,5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 460 MATERIAL: 30002056

Descripción larga:

Equipo para partes de TST, impermeable, resistente, absorbente Libre de látex, un solo uso, compuesto por 5 elementos

Descripción técnica: Equipo

para partes de TST, impermeable, resistente, absorbente. Libre de látex, 1 desechable, compuesto por 5 elementos:

1 cubremesa reforzado de 100x150±10cm

1 talla adhesiva lateral 75x90±5cm 2 perneras 75x120±5cm 1 talla de 75x90±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 470

MATERIAL: 30002215

Descripción larga:

Equipo para cirugía universal de TST, impermeable, reforzado, de alta resistencia Libre de látex, estéril, un solo uso, compuesto por 9 elementos

Descripción técnica: Equipo

para cirugía universal de TST, impermeable, reforzado, de alta resistencia. Libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 9 elementos:

1 colcha 140x190±5cm

2 tallas 95x110 ±5cm a/refuerzo 30x67cm 1 sábana de 200x200cms a/refuerzo 30x67cm 1 sábana de 170 x260±5cm a/

refuerzo 25x67cm 2 seca campo celulosa cm

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 480

MATERIAL: 30002216

Descripción larga: Sábana

quiru laparoscopia de TST, impermo, resistente, absorbente, pantalla anestesia, apertura central adhesiva 25x28cm±2cm, refuerzo 53x56cm , camales a/pliegue axpliegue central y 3 . 269x303cm± 5cm. Libre de látex, estéril, 1 uso

Descripción técnica:

Sábana quirúrgica laparoscopia de TST, impermeable, resistente, absorbente, pantalla anestesia, apertura central adhesiva 25x28cm±2cm, camales con pliegue c entral y sistema sujeción tubos tipo Velcro. Medida total aprox 196x269x30.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 490

MATERIAL: 30002321

Descripción larga:

HVH - Equipo para cirugía de trasplante hepático de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 50 elemento

Descripción técnica:

HVH - Equipo para cirugía de trasplante hepático de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 50 elementos:

2 Fundas Mango de Lámpara Universa 5 Tira adherente adhesiva 23x2,5cm

2 Hoja de bisturí nº15 2 Hoja de bisturí nº24

2 Cánula succión Yankauer 18Ch 28cm punta 6 orificios 2 Cánula succión Yankauer 12Ch 28cm punta 6 orificios

1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm Zip 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación

1 Electrodo terminal Bisturí Eléctrico 15 3cm Acero inoxidable 1 Grapadora Piel 35W 35grapas

1 Cápsula Graduada Azul 1000ml 1 Mango con esponja 20cm Naranja

1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Talla time out 45x32±5cm naranja

2 Tubo succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético amarillo

1 Manta magnética para instrumentos 25 4x40 6cm azul 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca

1 Cubremesas Reforzado 150x240cm 2 Trapo adhesivo 90x75±10cm reforzado

4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada con pasa tubos

1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforzada con pasa tubos 2 Sticks desinfección 20cm naranja

5 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 1 Cápsula 500ml Graduada Azul

1 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Campo quirúrgico con campo de incisión y bolsa 260/200x305±10cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 500 MATERIAL: 30002637

Descripción larga:

Funda para transductor del ecógrafo o sonda intraabdominal, de polietileno transparente (41 micras). Medida: 13 x 244 cm, 2 tiras adhesivas de fijación y 2 elásticas y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para transductor del ecógrafo o sonda intraabdominal, de polietileno transparente (41 micras). Medida: 13 x 244 cm, 2 tiras adhesivas de fijación y 2 elásticas y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 510 MATERIAL: 30002640

Descripción larga:

Equipo para resección transuretral (RTU) de TST, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 5 elementos

Descripción técnica: Equipo

para resección transuretral (RTU) de TST, impermeable, resistente. libre de látex, estéril, 1 desechable compuesto por 5 elementos:

2 toallas de celulosa 30x20±3cm

1 cinta adhesiva de 9x50±3cm 1 sábana urología 290/175x242±310cm, con abertura supra púbica (a/adhesivo de 8 cm) con perneras integradas, apertura genital(autoadhesiva de 5 cm) ,dadales y bolsa colectora9 ,lámina maleable integrada y cinta adhesiva 1 colcha de mesa reforzada 140x190±5cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 520 MATERIAL: 30003002

Descripción larga: Sábana

quirúrgica para angiografía femoral, de TST, impermeable, resistente, absorbente, a/laterales transparentes y 2 aberturas de 7x10cm ±2cm con refuerzo extrabsorbente en la zona de incisión 70x70. Medidas: 240x370cm±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica para angiografía femoral, de TST, impermeable, resistente, absorbente, a/laterales transparentes y 2 aberturas de 7x10cm ±2cm con refuerzo extrabsorbente en la zona de incisión 70x70cm. Medidas: 240x370cm±5cm.L libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 530 MATERIAL: 30003091

Descripción larga:

Equipo básico para cirugía de cabeza a/turbante, ORL-CMF,TST, impermeable, resistente, absorbente Libre látex y viscosa, estéril, un1 sonido uso,compuesto por 6 elementos

Descripción técnica: Equipo

básico en cirugía de cabeza a/turbante, ORL-CMF, TST, impermeable, resistente, absorbente. Libre látex y viscosa, estéril, 1 desechable,compuesto por 6 elementos: 1 Funda Mayo reforzada 80x142±5cm 1 Cobertor mesa reforzado de 190x140±10cm 1 Sábana adhesiva en U 198x280±10cm 1 sábana 5 adhesivo 2 toallas secamanos absorbentes 30x20±5cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 540 MATERIAL: 30003096

Descripción larga: Equipo

para cirugía laparoscopia ginecológica con perneras, de tejido sin tejerse, impermeable, resistente, absorbente Libre de látex uso, compuesto por 6 elementos , estéril, uno

Descripción técnica: Equipo

para cirugía laparoscopia ginecológica con perneras, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente. Libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 6 elementos: 1 colcha de mesa 150x190±5cm, abs 75x190cm 2 ej
·ulosa 18x25±5cm 1 cinta adhesiva
9x49±3cm 1 talla adhesiva 75x75±5cm

1 sábana Laparoscopia 250/270x270±10cm fenestración adhesiva abdominal 26x20cm y fenestración perineal 9x13cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 550 MATERIAL: 30003824

Descripción larga:

Funda para mango de luz de quirófano, de polietileno (color), adaptable universal. Medidas: diámetro del mango 32mm ± 0,2mm, 9 cm larga da. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

para mango de luz de quirófano, de polietileno (color), adaptable o niversal. Medidas: diámetro del mango 32mm ± 0,2mm, 9 cm largo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 560 MATERIAL: 30003825

Descripción larga:

Funda quirúrgica/intraoperatoria de poliuretano flexible transparente (55 micras) protectora para sondas en cirugía abdominal, cardíaco y vascular. Medida: 13x244cm largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación elásticas y hielo. Libre de látex, estéreo

Descripción técnica:

Funda quirúrgica/intraoperatoria de poliuretano flexible transparente (55 my cres) protectora para sondas en cirugía abdominal, cardíaca y vascular. Libre de látex, estéril, un solo

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 570 MATERIAL: 30003827

Descripción larga:

Funda bolsa protectora de instrumentos quirúrgicos de polietileno transparente, ajustable tira elástica. Medida: diámetro plástico 123cm, obertura elongada 108cm, abertura sin elongar 37,5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda bolsa protectora de instrumentos quirúrgicos de polietileno transparente, ajustable tira elástica. Medida: diámetro plástico 123cm, apertura elonga da 108cm, apertura sin elongar 37,5cm. Libre de látex, estéril, un sonido el uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 580 MATERIAL: 30003828

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, de polietileno, 267cmx152±2cm, ajustado con tiras adhesivas elásticas. Libre de látex, estéril, un sonido uso.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, de polietileno, 267cmx152±2cm, ajustado con tiras adhesivas elásticas. Libre de látex, estéril, uno desechables.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 590 MATERIAL: 30003829

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes circular, de polietileno antiestático transparente y ajustable con abertura elástica. Medidas: 127x64 cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

para intensificador de imágenes circular, de polietileno antiestático transparente y ajustable con apertura elástica. Medidas: 127x64cm ±5cm. Libre ure de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 600 MATERIAL: 30003831

Descripción larga:

Funda quirúrgica transductor de polisopreno para transductor de aparato de urodinámica, tamaño 30x5cm largo ±5cm, enrollada. Libre del átex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica transductor de polisopreno para transductor de aparato de urodinámica, tamaño 30x5cm largo ±5cm, enrollada. Libre de látex, estéreo, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 610 MATERIAL: 30003832

Descripción larga: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno, antiestático transparente con lente ovalada antideslumbramiento. Medida 137x267 cm, tipo Leica modelo M690/MS-1, Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno, antiestático transparente (45 micras) con lente ovalada antideslumbramiento. Medida 137x267 cm, tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Leica mod el M690/MS-1, Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 620 MATERIAL: 30003916

Descripción larga: Bata de

protección estándar cirugía, TST, repelente líquidos, transp, sujeción delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sist sujeción cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. largo 125cm, 2 secamanos. Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica:

Bata de protección estándar por cirugía, de TST, repelente a líquidos, transpirable, sujeción delantera cruzada por detrás, manga larga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona cri tica. Medida L, largo 125cm, 2 secamanos. Libre látex, estéril, 1 uso

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 630 MATERIAL: 30003917

Descripción larga: Bata de

protección estándar cirugía, TST, repelente líquidos, transp, sujeción delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sist sujeción cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. largo 115cm,2 secamanos.Libre látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Bata de

protección estándar por cirugía, de TST, repelente a líquidos, transpirable, sujeción delantera cruzada por detrás, manga larga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona cri tica. color tipología. Medida M, largo 115cm, 2 secamanos. Libre látex,este rilo,1uso

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 640 MATERIAL: 30003918

Descripción larga: Bata de

protección estándar cirugía, TST, repelente líquidos, transp, sujeción delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sist sujeción cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. Medida XL, largo 140cm, 2 secamanos . Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica: Bata de

protección estándar por cirugía, de TST, repelente a líquidos, transpirable, sujeción delantera cruzada por detrás, manga larga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona cri tica. color tipología. Medida XL, largo 140cm, 2 secamanos. Libre látex,este eril,1uso

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 650 MATERIAL: 30003922

Descripción larga:

Sábana quirúrgica de TST, impermeable, resistente, para extremidades con fenestración oval elástica de polietileno de 5x7cm ±2cm con refuerzo extrabsorbenten la zona de incisión. Medidas: 230x318cm ±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, para extremidades con fenestración oval elástica de polietileno de 5x7cm ±2cm con refuerzo extrabsorbenten la zona de incisión. Medidas: 230x318cm ± 5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 660 MATERIAL: 30003923

Descripción larga:

Funda brazaletes para antebrazo de tejido sin tejer impermeable, resistente, con puño elástico. Medida: longitud 50cm, ancho extremo cercano al 50cm, ancho puño distal 30cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda brazaletes para antebrazo de tejido sin tejer impermeable, resistente, con puño elástico. Medida: longitud 50cm, ancho extremo proximal 50cm, ancho puño distal 30cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 670 MATERIAL: 30003924

Descripción larga: Talla

quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada con adhesivo, impermeable, absorbente. Medidas: 75 x 90 cm ±2cm,apertura Ø 7cm. Libre y de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada con adhesivo, impermeable, absorbente. Medidas: 75 x 90 cm ±2cm, apertura Ø 7cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 680 MATERIAL: 30003926

Descripción larga: Talla

quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente, gramaje 25gr/m². Medidas: 50 x 75cm ±2cm. Libre de látex y viscosa, estéril, desechable.

Descripción técnica: Talla

quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente, gramaje 25gr/m². Medidas: 50 x 75cm ±2cm. Libre de látex y viscosa, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 690 MATERIAL: 30004316

Descripción larga:

Delantal plástico p/cirugía urológica a/sistema de sujeción al cuello y perneras de mesa quirúrgica, cesta/filtro de plástico para la recogida de muestras y tubo de plástico de 150 cm aprox p/drenaje de fluidos en resecciones ureterales (RTU), estéril, 1 uso

Descripción técnica:

Delantal de plástico para cirugía urológica con sistema de sujeción al cuello ya las perneras de la mesa quirúrgica, con cesta/filtro de plástico para la recogida de muestras y tubo de plástico de 150 cm aproximados para drenaje de fluidos en resecciones ureterales (RTU), estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 700 MATERIAL: 30004318

Descripción larga: Equipo

cirugía de extremidades con funda mesa Mayo de TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril, libre de látex, un solo uso, como puesto por 11 elementos

Descripción técnica: Equipo

cirujado de extremidades, TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril. Libre de látex, 1 desechable, compuesto por 11 elementos 1 funda mesa Mayo, 80x145±5cm

1 cubremesa reforzada 140x190±10cm 1 botina reforzada, extremo elástico cierre adhesivo, 320x245±5cm, apertura Ø10x5cm, zona reforzada 150x105cm 1 talla aproximación 150x175±10cm 1 jamonero 35x8 vajillas celulosa 33x33±3cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 710 MATERIAL: 30004319

Descripción larga:

Equipo para cirugía de extremidades de TST, impermeable, resistente, compuesto por 11 elementos, estéril, libre de látex, un solo uso

Descripción técnica: Equipo

para cirugía de extremidades de TST, impermeable, resistente, estéril. Libre de látex, 1 desechable, compuesto por 11 elementos:

2 colcha mesa de 200x150±10cm

1 camal ortopédico de 40x75±5cm 1 sábana fenestrada 228x300±10cm 1 sábana 114x150±10cm

2 tiras adhesivas

4 toallas secamanos de 40x40±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 720 MATERIAL: 30004320

Descripción larga:

Equipo cirugía de cadera, de TST, impermeable, resistente, absorbente, libre de látex, este, 11 desechables, compuesto por 11 elementos

Descripción técnica:

Equipo cirugía cadera,TST,impermeable,resistente,absorbente.Libre de látex, estéril,1 desechable,compuesto por 11 elementos:

1 colcha mesa reforzada 140x190±10cm 1 sábana adhesiva
a/apertura en U 7x95cm, tamaño 200x260±5cm 1 sábana adhesiva de 160x260±10cm 1 sábana adhesiva de 175x175 hesivas de 9x50±3cm 4
toallas secamanos 30x39±3cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 730 MATERIAL: 30004321

Descripción larga: Equipo

para cirugía de cadera con funda de Mayo de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente. Libre de látex, estéril, un sonido uso, compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica:

Equipo para cirugía de cadera con funda de Mayo de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 12 elementos: 1 colcha de mesa reforzada 150x190±10cm

1 Funda Mayo,80x145±10cm(plegada telescópica) 1 sábana adhesiva reforzada 170x300±10cm(adhesiva 90cm) 1 sábana adhesiva reforzada con apertura
245x280±10cm (apertura 10x95cm zona refuerzo 10x95cm 50x200±10cm 1 Talla 75x90±5cm1 Funda 35x120±2cm 2 Cinta adhesiva 10x50±2cm
4 Toallas celulosas 33x33±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 740 MATERIAL: 30004324

Descripción larga:

Equipo para cirugía oftálmica, TST, impermeable, resistente, bajo desprendimiento de partículas, libre látex, estéril, un solo uso Compo st para 3 elementos

Descripción técnica:

Equipo para cirugía oftálmica, TST, impermeable, resistente, bajo desprendimiento de partículas, libre látex, estéril,1 desechable Compuesto por 3 elementos:

1 cubremesa 150x190cm con absorbente de 75x19±10cm 1 sábana oftálmica de TST impermeable con 2 bolsas laterales, adaptador a puente nasal 150x300±10cm y campo de incisión
transparente 8x10±3cm 1 seca campo 1

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 750 MATERIAL: 30004325

Descripción larga: Sábana

quirúrgica oftalmología TST, impermeable, resistente, bajo desprende partíco, zona adhesiva 30x20cm, área incisión 11x13cm ventana 6x 3cm refuerzo zona incisión, 2 bolsas. Medidas:165x178cm+/-5.Libre látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica oftalmología TST, impermeable, resistente, bajo desprende pa rtico, zona adhesiva 30x20cm, área incisión 11x13cm ventana 6x3cm refuerzo z onda incisión, 2 bolsas recogido fluidos 21x32cm, todas. Medidas: 165 x178cm.Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 760 MATERIAL: 30004878

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117x267 cm, diámetro de la lente 65mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117x267 cm, diámetro de la lente 65mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 770 MATERIAL: 30004909

Descripción larga: Equipo

para artroscopia de rodilla de TST, impermeable, resistente, compuesto: 1 sábana de 234x302cm con refuerzo y fenestración elástica de Ø 6cm, con bolsa colectora fluidos, 3 anillos fija tubos. Libre de látex, estéril, desechables

Descripción técnica: Equipo

para artroscopia de rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto:1 sábana de 234x302cm con refuerzo y fenestración elástica de Ø 6cm, con bolsa colectora fluidos,3 anillos fija tubos.Libre de látex, estéril, desechable

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 780 MATERIAL: 30004918

Descripción larga: Funda

protectora de forma circular de polietileno transparente, diámetro 90±2cm, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda protectora de forma circular de polietileno transparente, diámetro 90 ±2cm, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 790 MATERIAL: 30004926

Descripción larga:

Funda ecógrafo intraoperatorio, de isosilk con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 12x244cm, largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiros de fijación elásticas y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda ecógrafo intraoperatorio, de isosilk con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 12x244cm, largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación elásticas y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 800 MATERIAL: 30004947

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía,TST,total resistencia penetración líquidos ,transpira,sujeto delante,cruzada detrás,manga larga,puños t ricot,sist sujeto cuello.Costuras sella sin primo,zona critica. largo 167cm,2 secamanos.Libre látex,estéril,1ú

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga llarga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. Medida XXL.L ,largo 167cm, 2 secamanos.Libre látex,este rilo,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 810 MATERIAL: 30004995

Descripción larga:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente, bilamina t polipropile+ polietile. Medidas: 50x 50cm ±2cm.Libre del átex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer impermeable, absorbente, bilamina t polipropile+ polietile. Medidas: 50x 50cm ±2cm.Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 820 MATERIAL: 30005523

Descripción larga: HVH -

Equipo general para vitrectomía posterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 18 elementos

Descripción técnica: HVH -

Equipo general para vitrectomía posterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 18 elementos: 1 Sábana quirúrgica de tejer sin tejer, con doble bolsa de 150 x 250+/-10 cm, 2 apósitos oculares absorbentes, 1 aguja de 20 G x 4,0 cm, 1 cápsula de plástico 250 ml, 10 gasas de 10 x 10 cm, 1 jeringa de 10 ml LL, 1 jeringa de 5 ml LL, 1 llave de 3 vías, 1 colcha de mesa 110 x 190+/-10 cm, 1 compresa oftálmica 6,2 x 7,2cm 6 servilletas 43 x30 +/-5cm 1 sujeta tubos con veta adherente 2,5x30+/-5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 830 MATERIAL: 30006611

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente con boquilla elástica de sujeción. Medidas: 90x80cm ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente con emboque adura elástica de sujeción. Medidas: 90x80cm ±5cm. Libre de látex, estéreo, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 840 MATERIAL: 30006746

Descripción larga: Equipo

angiografía femoral de TST,impermeable,resistente,absorbenteLibre látex, estéril,11 desechables,compuesto, por 5 elementos

Descripción técnica: Equipo

angiografía femoral de TST, impermeable, resistente, absorbente. protect oro intensificador de imágenes redondo 90x50±2cm 1 talla 50x50±5cm (3 capas)a/adhesivo 1 talla absorbente 34x50±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 850

MATERIAL: 30006838

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente con boquilla elástica de sujeción. Medidas:75x75cm ±5cm. Libre del átex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno transparente con emboque adura elástica de sujeción. Medidas:75x75cm ±5cm. Libre de látex, estéreo, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 860

MATERIAL: 30006992

Descripción larga: HVH/

HUB/HUAV-Equipo angiografía femoral y radial de tejido sin tejer, libre de látex,estéril,desechable,compuesto por 31 elementos

Descripción técnica: HVH/

HUB/HUAV-Equipo angiografía femoral y radial de tejido sin tejer, libre de látex,estéril,desechable,compuesto por 31 elementos 2 batas estándares talla L 1 trapo de recogida de 100 x 100cm 4 toallas secamanos 47 x 38±3cm 1 bandejas (28x25x5cm 3150ml 1 bandejas 25x14x5cm 1575ml) 1 cápsula graduada 1000ml 1 aguja hipodérmica 20G x 40mm amarilla 1 aguja hipodérmica 21G x2 2 jeringuillas concéntricas 20ml 3P L/L 1 llave de 3 vías 1 aplicador preparación campo quirúrgico 30 compresas gasa 10x10cm 17F 8P 1 jeringa 5ml 3P L/L concéntrica 1 bisturí con mango núm. 11 1 colcha reforzada 150x190cm 1 funda monitor circular 90cm transparente 1 sábana angio radio 240x330±10cm con aberturas adhesivas 5x7cm (2) y 7x9cm (2) paneles transparentes

1 trapo adhesivo 75x75cm 1 Funda intensificador 90x75cm con 2 cintas 2 Tapones azul L/L 1 capsula graduada transparente 250ml 1 cápsula 60ml graduada transparente

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 870

MATERIAL: 30007373

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno antiestático transparente y ajustado con tiras de velcro o adhesiva. Medidas: 75x90±5cm. Libre de látex estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes, de polietileno antiestático transparente y ajustado con tiras de velcro o adhesiva. Medidas: 75x90±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 880 MATERIAL: 30007524

Descripción larga: Funda

para intensificador de imágenes, circular, de polietileno antiestático transparente y ajustable con apertura elástica. Medidas: 40x80±5 cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes, circular, de polietileno antiestático transparente y ajustable con apertura elástica. Medidas: 40x80±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 890 MATERIAL: 30007621

Descripción larga: HTG -

Equipo para cirugía de cataratas tipo-1 de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 23 elementos

Descripción técnica:

HHTG - Equipo para cirugía de cataratas tipo-1 de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 23 elementos:

1 frasco de solución salina balanceada (BSS) de 15ml 1 campo quirúrgico fenestrado 140x160±10 mm con bolsa 1 cánula de hidrodissección 25G 1 bisturí 15° stand

1 bisturí 2,2mm DB 10 microesponges 1 apósito

transparente tipus Tegaderm 10x12±1cm 1 bata a/eixugamans no reforçada mida G 1 bata a/eixugamans no reforçada mida XL 1

bossa succió 35x40±1cm 1 bossa universal 75x90±2cm 1 cistotom irrigació 27G 1 colcha mesa

quir. 100x150±10cm 1 colcha mesa Mayo 75x145±10cm 1 campo sobremesa

140x140±10cm 10 gasas plegado 8x8, 12cm 1 jeringa 3cc luer/lock 1 jeringa insulina 1cc 2 x 1 5cm 2

toallas papel 38x56±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 900 MATERIAL: 30007910

Descripción larga:

ARN-Equipo para procedimiento en catéter de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo para procedimiento en catéter de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 2 Toallitas para secamanos 33x34cm. # 3 tallas de 75x90cm

a/adh, # 1 sábana con adhesivo de 170 x 175 cm, # 1 Bata estándar L # 1 Cobertor de mesa 100x150cm.

1 Contenedor de agujas. # 1 jeringa Luer-lock 5 ml, # 1 jeringa 10 ml Luer-lock, # 1 paquete

de 5 compresas TNT 7,5X7,5cm. # 1 apósito adhesivo 7,2X5cm, # 1 aguja 19G*1/2, # 1

aguja 25G 5/8, # 1 aguja 21G 1/2.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 910 MATERIAL: 30007911

Descripción larga: GSS-

ARN-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 2 0 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equipo de anestesia regional (infiltración epidural) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 talla de 75x90cm, que envuelve. # 2 Toallitas secar manos 33 x 33. # 1 talla 75x75cm con adhesivo # 1 jeringa de 3 cuerpos 5ml. # 1 aguja 19G 1 1/2.
, # 1 jeringa de 3 cuerpos 10ml.

1 Aguja 25G 5/8. # 10 compresas de tejido sin tejer de 10x10cm, # 1 apósito adhesivo con compresa central de 7x 5cm. # 1 contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 920 MATERIAL: 30007912

Descripción larga: GSS-

ARN-Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 19 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 19 elementos: # 1 Cobertor de mesa 75x90cm. # 1 Campo adhesivo 75x75cm.

1 Cobertor fenestrado 75cm x 90cm. # 3 Toallitas para secamanos 33x 33cm.
10 Gazas TNT 10x10 s/contratos. # 1 Bisturí n15.
1 Contenedor de agujas. # 1 Cubilete 250 ml.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 930 MATERIAL: 30007913

Descripción larga: GSS-

ARN-Equipo universal otros de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 17 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equipo universal otros de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Cinta adhesiva de 9x 50 cm. # 1 Sábana adhesiva reforzada de 240 x 150 cm.

1 Sábana adhesiva reforzada de 175 x 170 cm. # 2 Tallas adhesivas reforzadas de 90 x 75 cm.
1 Cobertor de mesa 150x200. # 1 Bata estándar L con secamanos.
2 Bates estándar XL con secamanos. # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33CM.
1 Bolsa instrumental 46 x 40 cm. # 1 Bisturí eléctricos.
1 Mango bisturí n22. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 940 MATERIAL: 30007914

Descripción larga:

ARN-Equipo laparoscopia abdomino-peritoneal de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo laparoscopia abdomino-peritoneal de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 1 sábana de laparoscopia abdomio-perineal reforzada 280/250x295 con lámina de incisión de instrumental bilaterales, con pasa tubos y permeras. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.

2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de Mayo 80 x 145 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 2 Campos adhesivos de 90 x 75 cm.
4 Toallas seca campo 33 x 34 cm. # 1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm.
1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturí eléctrico.
1 Bisturí frío 15 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 950 MATERIAL: 30007915

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo laparoscopia decúbito supino, libre de látex, estéril, de un solo uso. Compuesto por 14 elementos

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equipo para laparoscopia en decúbito supino, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos # 1 Bolsa intrumental 40x50cm #1 Cobertor mesa de 150x200cm #1 sábana adhesiva de 250x150cm. # 1 Sábana adhesiva de 175x175 cm # 2 paños adhesivos de 90x75 cm # 4 toallas yegua campo 33x 34 cm # 1 Cinta adhesiva 9x50 cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 960 MATERIAL: 30007916

larga:

GSS-ARN-Equip cirugía rectal con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 9 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equip cirugía rectal con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 9 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.
1 Cobertor de mesa 150 x 190 cm. # 1 Par de perneras de 75 x 120 cm.
1 Campo adhesivo 75x90. # 1 Campo adhesivo 120x150.
1 Bisturí eléctrico. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 970 MATERIAL: 30007917

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 19 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equipo resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 19 elementos: # 1 Sábana urología (RTU) con bolsa apertura abdominal adhesiva 260x200x185 y dedal de neopreno, fenestración plástica. # 1 Bata quirúrgica estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 # 4 Toallas seca campo 33 x 34 cm.
1 Alargadera aspiración 3m. # 1 Funda cámara.
10 Gazas TNT 10x01 s/contraste.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 980 MATERIAL: 30007918

Descripción larga: GSS-

ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar cortaX L con secamanos.

1 Sábana fenestrada pegatina de 120 x 150cm con una abertura de 7cm. # 1 Sábana pegatina 175 x 150 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200cm. # 1 Tubo aspiración 3m. # 1 cinta velcro. # 1 Bolsa instrumental 2 compartimentos.

10 Gazas TNT 10x10 s/contraste. # 1 Contenedor de agujas.

Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 990 MATERIAL: 30007919

Descripción larga:

ARN-Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos

Descripción técnica: ARN-

Equipo para procedimientos de oído, de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Campo adhesivo 150 x 175 cm. # 3 Campo adhesivo 75 x 90 cm.

1 Cintas adhesivas 10 x 50 cm. # 1 Cobertor de mesa 150 x 100 cm # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x

145cm. # 2 Toallitas para secar manos 33 x33cm.

3 Batas estándar L con secamanos # 1 Contenedor de agujas.

1 Cubilete 120 ml. # 1 Goma aspiración

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1000 MATERIAL: 30007920

Descripción larga: ARN-

Equip Cirugía Maxilofacial y ORL (otorrinolaringología) con turbante de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

ARN-Equip Cirugía Maxilofacial y ORL (otorrinolaringología) con turbante de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 2 Batas quirúrgicas estándar talla L con secamanos.

1 Cobertor de mesa de 150 x 190cm. # 1 Sábana para cabeza 150x175 cm.

1 Sábana con pegatina de 200x200. # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm.

4 Toallas seca campos 33 x 34 cm. # 1 Contenedor de agujas.

1 Goma aspiración, # 1 canula Yankauer 18fr. # 1 jeringa 10 ml, # 1

bisturí del num 15 con mango.

.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1010 MATERIAL: 30007921

Descripción larga:

GSS-ARN-Equip cirugía ORL (otorrinolaringología) : nariz y boca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equip cirugía ORL (otorrinolaringología) : nariz y boca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.

2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190cm.
 # 1 Sábana en Uno adhesivo de 220 x 260 cm. # 1 Talla por cabeza con turbante de 100x 65cm.
 # 1 Cinta adhesiva de 10 x 50cm. # 4 Toallas seca campos 33 x 34 cm.
 # 1 Mango de bisturino n15. # 1 bolsa de instrumental.
 # 1 Tubo aspiración 3m. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 1020 MATERIAL: 30007922

larga: ARN-Equipo resección

transuretral (RTU) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equipo

resección transuretral (RTU) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: # 1 Sábana urología (RTU) con bolsa apertura abdominal adhesiva 260x200x185 y dedal de neopreno, fen plástica.
 # 1 Bata quirúrgica reforzada talla XL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200.
 # 4 Toallas seca campo 33 x 34 cm. # 1 cinta adhesiva aproximación 75x90 # 1 Goma de aspiración 1 talla
 # 1 equipo irrigación doble.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1030 MATERIAL: 30007923

Descripción larga:

GSS-ARN-Equip cirugía mayor maxilo facial de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos,

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equip cirugía mayor maxilo facial de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 25 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.
 # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos. # 1 Sábana en Uno adhesivo de 220 x 260 cm.
 # 4 Toallitas secamanos 33 X 34 cm, # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm.
 # 1 Cinta adhesiva. # 10 Gazas TNT 10x01 a/contraste. # 1 mango de bisturí n15. # 1 Tubo aspiración 3m.
 # 1 Jeringa 3 cuerpos 20ml. # 1 Catéter venoso 14G.
 # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1040 MATERIAL: 30007924

Descripción larga:

GSS-ARN-Equip cirugía abierta extremidad superior (MMSS) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip cirugía abierta extremidad superior (MMSS) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 26 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar cortaX L con secamanos.
 # 1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm refuerzo # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 1 Campo de mano de 200/290x 360 cm con fenestración de 3cm.refuerzo

1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 4 Toallas seca campos.
10 Gazas de TNT 10x10 s/contraste. # 1 Jeringa 2 cuerpos de 10 ml. # 1 mango de bisturí n15. # 1 mango de bisturí n22.
1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1050 MATERIAL: 30007925

Descripción larga:

ARN-Equipo craneectomía de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo craneectomía de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 30 elementos: # 1 Sábana Craniotomía reforzada 245x320 con bolsa. # 4 Campos reforzados en/adhesivo 75x 90.
2 Campos quirúrgico 75x 90. # 1 Sábana con adhesivo reforzado de 175 x 170.
2 Bolsas de instrumentos con adhesivo de dos compartimentos 46x40. # 1 Funda mesa de Mayo 80 x 145cm.
1 Cobertor de mesa reforzado 150x190. # 2 Cintas velcro adhesiva de 2cm x 23 cm.
1 Cinta adhesiva 50x10cm. # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33.
1 Bata estándar L con secamanos # 2 Batas reforzadas XL con secamanos.
1 Contenedor de agujas. # 2 Cubilete 250 ml.
1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración, # 1 canula Yankauer 18fr, # 1 Bisturí del 22 con mango, # 1 bisturí del 11 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1060 MATERIAL: 30007926

Descripción larga: GSS-

ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 38 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 38 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas reforzadas talla XL con secamanos.
1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 2 Tallas adhesiva de 90 x 75 cm.
1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Funda mesa de mayo 80x145cm.
1 Sábana a/adh 240x150cm. # 1 Bolsa instrumental 40x50.
1 Sábana de artroscopia de hombro de 250x 170 con bolsa. # 1 Sábana quirúrgica con U 200 x 290cm.
1 Mango bisturí n11. # 1 tubo aspiración 3m.
1 Catéter vascular periférico 14G. # 1 jeringa 2 cuerpos 20ml.
2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm. # 4 Toallas seca campos.
10 Gazas TNT 10x10 s/contraste. # 5 gasas 10x20 s/contraste.
1 Contenedor de agujas.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1070 MATERIAL: 30007927

Descripción larga:

ARN-Equipo para cirugía de pie de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 13 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equipo

para cirugía de pie de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 13 elementos: # 1 Sábana por pie 245x320 cm. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.

2 Campos estándar 75x90. # 1 Cobertor de mesa estándar 150x190.

1 Cinta velcro adhesiva 2x23cm. # 1 Bata estándar L con secamanos # 2 Bata estándar XL con secamanos # 2 Toallitas

para secar manos 33 x 33.

1 Cinta adhesiva de 10x50 cm. # 1 Contenedor de agujas.

SOL.PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 1080 MATERIAL: 30007928

larga: ARN-Equipo hombro de

tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equipo

hombro de tejido sin tejer, libre látex estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 1 Talla adhesiva 75 x 90 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm. # 1 sábana 200x260 cm con U de 10x60 cm. # 1 sábana de 240x150 con adhesivo. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.

4Toallas seca campos. # 1 Contenedor de agujas.

1 Funda mesa de Mayo 80x145 reforzada. # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración. # 1 canula Yankauer.

1 Bisturino del 22 con mango. # 1 bisturí del 15 con mango.

SOL.PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 1090 MATERIAL: 30007929

larga: ARN-Equipo artroscopia

rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, Libre látex,estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos

Descripción técnica: ARN-Equipo

artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, Libre látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 1 Sábana de artroscopia con bolsa 245x 320 cm. # 1 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm.

2 Batas reforzadas XL con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 1 Cobertor de mesa estándar 150 x 190 cm. # 1 stokinette de 35 x 120 cm. # 2 cintas adhesivas de 10 cm x 50 cm. # 2 Toallitas para secar manos 33 x 33.

1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 1 Contenedor de agujas.

1 Mango de bisturí del num 11, # 2 gomas de aspiración.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1100 MATERIAL: 30007930

Descripción larga:

GSS-ARN-Equip cirugía abierta extremidad inferior (MMII) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 38 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip cirugía abierta extremidad inferior (MMII) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 38 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Bata quirúrgica XL reforzada con secamanos.

1 Sábanas quirúrgicas sin adhesivo 100X150. # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Sábana de extremidades fenestrado de 320 x 245 cm.

4 Toallas seca campos 33 x 34 cm. # 20 gasas TNT 10x10 s/contraste. # 1 mango bisturí n15. # 1 mango bisturí n22. # 1 bisturí eléctrico. # 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm.

1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1110 MATERIAL: 30007931

Descripción larga:

ARN-Equipo para implantes de extremidad inferior: fémur, rodilla, tibia, peroné de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 17 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo para implantes de extremidad inferior: fémur, rodilla, tibia, peroné de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.

2 Bata quirúrgica XL reforzada con secamanos. # 1 Sábanas quirúrgicas sin adhesivo 100X150.

2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm.

1 Sábana de extremidades fenestrado de 320 x 245 cm. # 4 Toallas seca campos 33 x 34 cm.

2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm. # 1 Contenedor de agujas.

1 Goma aspiración. # 1 bisturí eléctrico.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1120 MATERIAL: 30007932

Descripción larga: ARN-

Equipo para ginecología y proctología de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo para ginecología y proctología de tejido sin tejer, libre látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Sábana con fenestración perianal con adhesivo 160x250x300cm

1 Bolsa cosechadora de fluidos y perneras.

1 Cobertor de mesa 150x190cm. # 2 Bates reforzadas XL # 1 bata estándar L # 4

Toallitas para secar manos 33 x 33.

1 Contenedor de agujas. # 1 Goma aspiración, # 1 lubricante

urológico. # 1 Jeringa 10 ml.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1130 MATERIAL: 30007934

Descripción larga: ARN-

Equipo de anestesia regional (infiltración epidural), libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos

Descripción técnica: ARN-

Equipo de anestesia regional (infiltración epidural), libre látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos: # 1 Campo impermeable 75 x 90 cm. # 2 Toallitas absorbentes 30 x 20 cm.

1 Envase rígido 230 x 140 mm/2 compartimentos. # 1 Campo impermeable 75 x 90 cm a/adh.

1 Jeringa 10 ml Luer Lock. # 1 Jeringa 5 ml Luer Lock.

1 Pintor de esponja. # 1 Aguja 19G 1 1/2.

1 Aguja 25G 5/8. # 1 Aguja 21G 1 1/2.

5 Compresas de TNT 7,5 x 7,5 cm. # 1 Apósito adhesivo 7,2 x 5 cm.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1140 MATERIAL: 30007935

Descripción larga: GSS-ARN-

Equip cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 50 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 50 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 3 Batas quirúrgicas reforzadas talla XXL con secamanos # 1 Cobertor de mesa de 150 x200 cm. # 1 Cobertor de mesa de 100X150 s/adhesivo.

1 Bolsa de instrumental de 43x38 cm # 1 Sábana en U de 220 x 260cm con la U adhesiva de 7 x 70cm. refuerzo # 2 Talla adhesiva de 75 x 90 cm. refuerzo # 1 Sábana pegatina de 175 x 175 cm.refuerzo # 1 Sábana pegatina de 240 x 150 cm. refuerzo # 1 Cobertor de mesa de Mayo de 85x 145 cm.

1 Sábana sin adhesivo de 100 x 150 cm. # 1 Sábana de extremidades fenestrado de 245 x 320 cm. refuerzo
1 stockinette 35x120 cm. # 2 Cintas adhesivas de 9x50.

4 Toallas seca campos 33 x 34 cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí eléctrico. # 1 tubo aspiración 3m.
1 cánula yankauer ch-18. # 10 Gazas TNT 10x10 a/contraste.

10 Gazas TNT 10x20 a/contraste. # 2 mangos bisturí n22. # 2 mangos bisturí n15

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1150 MATERIAL: 30007936

Descripción larga: GSS-ARN-

Equipo artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos.

Descripción técnica:

SS-ARN-Equip artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 30 elementos: # 1 Sábana de artroscopia con bolsa 245x 320 cm. refuerzo # 1 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm.

2 Bates estándar XL reforzadas. # 1 Bata estándar L # 1 Cobertor de mesa estándar 150 x 190 cm. # 1 stockinette de 35 x 120 cm. # 2 cintas adhesivas de 10 cm x 50 cm. # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33.

1 Cinta adhesiva Velcro 3x23cm. # 2 Tallas adhesivas 75x90.

1 Mango bisturí n11. # 1 tubo aspiración 3m. # 1 catéter vascular
peirférico 14G. # 10Gasses TNT 10x01 s/contraste.
1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1160 MATERIAL: 30007937

Descripción larga: GSS-ARN-

Equip cirugía de artroscopia ligamentos cruzados de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.
Compuesto por 41 elementos.

Descripción técnica: GSS-ARN-

Equip cirugía de artroscopia ligamentos cruzados de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 41 elementos: # 1 Bata estándar quirúrgica talla L con secamanos # 2 Bates reforzadas talla XXL con secamanos. # 1 Cobertor de mesa de 100 x 150 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Funda de mesa de Mayo de 80 x 145 cm.

1 Sábana sin pegatina de 150X200. refuerzo # 1 Sábana de artroscopia fenestrado con bolsa de recogida de fluidos y 2 salidas de líquidos 320x245cm. refuerzo # 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm.

1 stokinette de 35 x 120 cm. # 2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. refuerzo #4 Toallas seca campos 33 x 34 cm. # 5 gasas TNT 10x20cm a/contraste. # 10 gasas TNT 10x10cm a/contraste. # 1 mango bisturí n11. # 1 mango bisturí n15. # 1 mango bisturí n22. # 1 tubo aspiración 3m. # 1 catéter vascular periférico 14G. # 1 jeringa 2 cuerpos 2ml. # 1 aguja carga 19G 1 1/2. # 1 rotulador estéril. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1170 MATERIAL: 30007938

Descripción larga: GSS-

ARN-Equip cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 63 elementos.

Descripción técnica: GSS-

ARN-Equip cirugía abierta cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 3 Batas quirúrgicas reforzadas talla XXL con secamanos.

3 Colchas de mesa de 100 x 150 cm. # 2 Colchas de mesa de 150 x200, # 1 Bolsa de instrumental de 45x38cm.
2 Tallas adhesivas de 75 x 90 cm. refuerzo # 1 Cobertor de mesa de Mayo de 80x 145 cm. # 2 Sábanas pegatina de 175x 170. refuerzo # 1 Sábana pegatina de 240x150 cm. refuerzo # 1 Sábana adhesiva en U de 245 x 280 cm. refuerzo #1 stockinette de 35 x 120 cm. # 4 Cintas adhesivas de 10 x 50 cm.

4 Toallas seca campos 33 x 34 cm. # 20 Gazas TNT 10x10 a/contratos.
10 Gazas TNT 10x20 a/contratos # 1 tubo aspiración 3m. # 1 cánula yankauer ch18. # 1 bisturí eléctrico. # 1 electrodo largo de bisturí eléctrico. # 2 mangos bisturí n22.
1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1180 MATERIAL: 30007940

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo laparoscopia con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equipo laparoscopia con perneras de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 sábana de laparoscopia abdomio-perineal 280/250x295 con lámina de incisión fenestrada y con bolsas integradas de instrumental bilaterales, con pasa tubos y perneras refuerzo # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de Mayo 80 x 145 cm. # 1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm.
2 Campo adhesivo de 90 x 75 cm. # 4 Toallas seca campo 33 x 34 cm.
1 Cinta adhesiva de 9 x 50 cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.
1 Contenedor de agujas.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1190 MATERIAL: 30007941

Descripción larga:

GSS-ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

GSS-ARN-Equip cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Sábana de cesárea 260x320 con bolsa colectora y lámina de incisión integrada.
1 Cobertor de mesa 150x190. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.
2 Batas quirúrgicas reforzadas talla L con secamanos. # 1 Talla bebé 90x 87cm.
4 Toallita para secar manos 33 x 33. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.
1 Sombrero para bebé. # 1 Contenedor de agujas.
1 Cubilete 250 ml. # 1 Mango con esponja para colorear.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1200

MATERIAL: 30007943

Descripción larga: ARN-

Equipo de húmero de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto de 43 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo de húmero de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 43 elementos: # 1 Equipo de extremidades reforzado de 245 x320cm.
1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.
2 Cobertor de mesa reforzado 150x190cm. # 2 Campo adhesivo reforzado 75x90.
2 Bata XL reforzadas con secamanos # 1 Bata estándar L. con secamanos # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33. # 2 Cintas adhesivas 10 x 50 cm.
1 Stokinette de 32 X120 cm. # 1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 x 23cm.
1 Bolsa auxiliar dos compartimentos. # 10 Gasas TNT 10x20.
10 Gasas TNT 10x10 # 1 Contenedor de agujas.
1 Goma aspiración. # 1 canula Yankauer18fr, # 1 bisturí del num22 con mango, # 1 bisturí del num15 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1210

MATERIAL: 30007946

Descripción larga: ARN

162059 - Equipo de legrado, intervenciones menores de cuello de útero, vagina, vulva, histeroscopia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto de 20 componentes.

Descripción técnica:

ARN 162059 - Equipo de legrado, intervenciones menores de cuello de útero, vagina, vulva, histeroscopia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 20 componentes: # 1 Sábana ventanada de 200x175cm2 .
1 Cubremesa de 150x190cm. # 2 Perneras de 75x140cm.
1 Talla 75x90 # 2 toallas secamanos. # 2 batas estándar L con secamanos # 5 Gasas TNT 10x10 # 1 goma aspiración. # 5 Gasas TNT 10x20.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1220

MATERIAL: 30007952

Descripción larga: ARN-

Equipo de partes de tejido sin tejer, Libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo de partes de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: # 1 Cobertor de mesa con refuerzo 150x190. # 1 Campo 75x75.
1 Sábana bajo nalgas de 75x125cm con bolsa colector. # 1 Manta para bebé 87x90cm # 2 Perneras 75x120 cm. # 1 Campo adhesivo 75x90.
2 Toallitas para secar manos 33 x 33. # 1 Bata reforzada L adhesiva # 1 Contenedor de agujas. # 1 cinta

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1230 MATERIAL: 30007953

Descripción larga: ARN

162068 - Equipo de varices de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN

162068 - Equipo de varices de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 4 Toallitas de celulosa de 33x30cm. # 1 Sábana autoadhesiva de 200x200cm.
1 Sábana autoadhesiva de 150x240cm. # 3 Tallas autoadhesivas de 90x75cm.
1 Talla de 90x75cm, # 1 Cubremesa de 150x190cm.
1 Cinta Op tape de 10x50cm. # 1 Funda para cubrir la mesa de Mayo 80x145cm # 1 Bata estándar talla L con secamanos # 2 batas standar XL con secamanos # 1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturí eléctrico, # 1 bisturí del num 22 con mango, # 1 bisturí del num 11 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1240 MATERIAL: 30007958

Descripción larga: ARN

162080 - Equipo de hemodinámica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable, envuelto en papel crepe. Compuesto por 59 elementos.

Descripción técnica: ARN

162080 - Equipo de hemodinámica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril y desechable, envuelto en papel crepe, compuesto por 59 elementos: # 1 Sábana de mesa reforzada 190 x150cm.

1 Jeringa de 3ml 3 PL/L. # 4 Jeringas de plástico 10ml 3P L/L.
2 Jeringas 5ml 3P LL # 1 Aguja de 25G x 16.
1 Batea 2.500 ml 20 x 9,5 cm graduada azul. # 1 Aguja 21 G x 50.
1 Jeringa de plástico 20 ml 3 PL/L. # 2 Fundas amplificador 95 x 85 cuadradas.
1 Talla adhesiva reforzada 75 x75. # 1 Sábana de angiografía de 240 x 340 cm con 4 fenestraciones 2 de 7 x 12 cm y 2 de 8x16 cm con laterales transparentes de 220cm # 1 Talla super absorbente adhesiva 50 x 50 cm.
1 Talla super absorbente 50 x 80 cm. #1 Bata Estándar talla L 125 cm.
1 Bata Standard talla XL 140 cm. # 10 Toallas celulosa 33x30 cm.
30 Gasas algodón Rx 10 x 10 cm 8 capas 17 hilos. # 2 Gasas de TNT 10 x 20 de 6 pliegos de 30 gr/m2.
1 Batea 250 ml 9,3 x 5,4 cm graduada transparente. # 2 Batea 500 ml 11,6 x 6 cm graduada azul.
1 Bisturí con mango n. 11. # 1 Bastón con esponja para colorear 5x5x22 cm cuadrado.
1 Cubilete 2.500 ml. 22 x 8 cm graduada azul. # 1 Funda amplificador redonda 152 x 76 cm.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1250 MATERIAL: 30007963

Descripción larga: ARN

162086 - Equipo de carótida, by pass aórtico bifemoral y aneurisma de aorta, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 40 los elementos.

Descripción técnica: ARN

162086 - Equipo de carótida, by pass aórtico bifemoral y aneurisma de aorta, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 40 elementos: # 4 Toallitas de celulosa de 33x30cm. # 1 Sábana autoadhesiva de 200x200cm.refuerzo # 1 Sábana autoadhesiva de 150x240cm. reforzado # 4 Tallas autoadhesivas de 90x75cm. refuerzo # 1 Cubremesa de 150x190cm. # 2 Cinta Op tape de 10x50cm.

2 Bolsas de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 35x35. # 1 Funda mesa de Mayo 80x145cm.
1 Bata estándar L. con secamanos # 2 Batas reforzadas talla XL. con secamanos # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm, # 1 Goma aspiración, # 1 bisturí eléctrico, # 1 contenedor agujas, # 1 canula Yankauer 12FR, # 1 canula Yankauer 18FR, # 1 bisturí del 1 # 2 jeringuillas del 20 ml luer-lock, # 2 catéter intravenos periférico de 18 G, # 1 Jeringa de 2 ml luer-lock, # 1 aguja de 18Gx40mm, # 1 aguja subcutanea 25Gx16mm, # 1 alargader 1 Compresa abdominal # 4 Vaseloops rojos # 4 Vaseloops azules # 1 bistri con mango nº 22.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1260 MATERIAL: 30007964

Descripción larga:

ARN 162087 - by pass femoro-poplíteo y femoro- tibial, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 37 los elementos.

Descripción técnica: ARN

162087 - by pass femoro-poplíteo y femoro- tibial, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 37 elementos: # 1 Sábana reforzada y adhesiva en U de 245X 280 cm. # 1 Campo adhesivo reforzado de 300 x 170cm.

1 Campo reforzado de 150x200cm. #1 Funda Mesa Mayo 80x145 cm #1 Cobertor de mesa reforzado 150x190 cm. # 1 Campo estándar 75x90adhesivo.
#1 Stokinette de 35x120 cm. # 3 Cintas adhesivas 10x50 cm.
2 Bates estándar XL .con secamanos # 1 Bata estándar L. con secamanos # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33. # 2 bolsas instrumental.
1 Contenedor de agujas # 2 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm # 1 Goma aspiración, # 1 bisturí eléctrico # 1 contenedor agujas # 1 canula Yankauer fina # 1 canula Yankauer grande # 1 bisturí del 11 con mango # 2 jeringuillas del 20 ml, # 2 catéter intravenos periférico de 18 G.

1 Compresa abdominal # 4 VESSELLOP 2,5*1,0mm rojos # 4 VESSELLOP 1,3*09mm azul

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1270 MATERIAL: 30007966

Descripción larga: ARN-

Equip cirugía endovascular de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 36 elementos.

Descripción técnica: ARN-Equip

cirugía endovascular de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos: # 1 Cobertor de mesa reforzado 190 x 150. # 1 Cobertor de mesa reforzado de 190 x 150.

1 Talla Adhesiva 75 x 75. # 1 Sábana reforzada de angiografía de 240 x 340 cm con 4 fenestraciones 2 de 8 x 16 cm y 2 de 7x12 cm con laterales transparentes. # 1 Bata reforzada L # 2 Batas reforzadas XL # 6 Toallitas 33 x 30 cm.

#1 Talla superabsorbente 45 x 45 cm. # 1 Cinta adhesiva 10 x 50 cm.

3 Cubilete de 250 ml. # 1 Cubilete de 500 ml.

1 Cubilete de 1000 ml. # 1 Bisturio con protector n 11.

1 Cubilete de 38cm x 28cm. # 1 Pintor de 5cm x 5cm.

1 Cobertor RX 95 x 130, # 2 colcha RX 90*75 cm. # 1 colcha RX 152x76 redondo. # 1

Jeringa de 10 ml Luer-Lock 3 partes.

1 Jeringa de 10 ml Luer-Lock 3 partes. # 1 Jeringa de 5 ml Luer-Lock 3 partes.

2 Jeringa de 20 ml Luer-Lock 3 partes. # 1 Aguja de 21 G 50mm.

1 Aguja de 18 G40mm # 1 contenedor de agujas # 1 funda ecograf

SOL.PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 1280 MATERIAL: 30007967

larga: ARN 162090 - Equipo de

amputación de dedos de tejido sin tejer.Libre delátex, estéril, 1 desechable. Compuesto por 11 elementos.

Descripción técnica: ARN 162090

- Equipo de amputación de dedos de tejido sin tejer, libre delátex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: # 1 Cobertor de mesa de 150 x 190 cm, # 2 sábanas pegatinas de 150x175cm. # 2 batas estándar XL con secamanos # 1 bata estándar L con secamanos # 1 goma aspiración, # 1 batea 45x31x6 cm # 1 bisturí n° 22 con mango. # 1 bisturí n° 15 con mango.

1 Cinta adhesiva

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1290 MATERIAL: 30007968

Descripción larga:

ARN 162092 - Equipo de Wertheim Meigs (histero con perneras) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos.

Descripción técnica: ARN 162092

- Equipo de Wertheim Meigs (histero con perneras) de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 27 elementos: # 4 Toallitas de celulosa de 33x30cm.

1 Sábana refuerzo autoadhesivo de 200x200cm. # 1 Sábana refuerzo. autoadhesivo de 150x240cm.

2 Tallas autoadhesivas refuerzo.de 90x75cm. # 1 Cubremesa de 150x190cm.

2 Cintas Op tape de 10x50cm. # 1 Funda para cubrir la mesa de Mayo 80x145cm # 2 Perneras de 75x120cm # 2 Tallas adhesivas de 75x75cm.

2 Tallas de 75x90cm. # 4 Batas estándar L, con secamanos # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración,

1 canula Yankauer, # 1 Contenedor de agujas.

1 Mango de bisturí del num 22.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1300 MATERIAL: 30007969

Descripción larga: ARN-

Equipo universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 2 Campos quirúrgicos reforzados con adhesivo 75x90. # 1 Sábana con adhesivo reforzado de 175 x 175.
1 Sábana con adhesivo reforzado de 240 x 150. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm.
1 Cobertor de mesa con refuerzo 150x190. # 1 Bolsa de instrumentos con adhesivo y dos compartimentos 35x35.
1 Cinta velcro adhesiva de 2-3 cm x 25cm. # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33.
1 Bata estándar L con secamanos. # 2 Bates estándar XL con secamanos.
1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturí eléctrico. # 1 goma aspiración, #
1 canula Yankauer, # 1 Mango de bisturí del num 22.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1310 MATERIAL: 30007972

Descripción larga: ARN

162098 - Equipo de urología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos.

Descripción técnica: ARN

162098 - Equipo de urología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Sábana con fenestración perianal con adhesivo 160x250x300cm. # 1 Bolsa cosechadora de fluidos y perneras.
1 Cobertor de mesa 150x190cm. # 1 Bata estándar XL con secamanos perneros 75x120cm # 4 Toallita # 2
para secar manos 33 x 33.
1 Contenedor de agujas. # 1 Cinta adhesiva # 1 talla aproximación
75x90cm # 1 goma aspiración.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1320 MATERIAL: 30007974

Descripción larga: ARN

162100 - Equipo de cirugía de mano, De tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos.

Descripción técnica: ARN

162100 - Equipo de cirugía de mano, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas estándar talla XL con secamanos.
1 Cobertor de mesa de instrumentos de 190 x 150 cm. # 1 Talla 75 x 90 cm.
1 Cobertor de mesa de 100 x 150 cm. # 1 Cobertor mesa mayo 80x145cm.
1 Campo de mano refuerzo. de 200/270x 320 cm con fenestración de 3cm. # 1 Cinta velcro 2x23cm.
2 Toallas seca campos. # 1 Contenedor de agujas.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1330 MATERIAL: 30007975

Descripción larga: ARN-

Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 11 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equip Cirugía Menor de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: # 1 Cobertor de mesa75x90cm. # 1 Campo adhesivo 75x75cm.

1 Cobertor fenestrado 75cm x 90cm. # 3 Toallitas para secar manos 33x 33cm.

1 Contenedor de agujas. # 1 paquete de 10 Gasas TNT 8 capas con contraste 10x20.

1 Jeringa 10ml # 1 aguja 25G 19G

1 aguja

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1340 MATERIAL: 30007977

Descripción larga: ARN

162107 - Equipo traqueotomíad y tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos.

Descripción técnica: ARN

162107 - Equipo traqueotomíad y tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 4 Toallitas de celulosa de 33x30cm. # 1 Sábana autoadhesivo refuerzo de 200x200cm.

1 Sábana autoadhesivo refuerzo de 150x240cm. # 2 Tallas autoadhesivas refuerzo de 90x75cm.

1 Cubremesa de 150x190cm. # 1 Cinta Op tape de 10x50cm.

2 Bates estándar talla L, # 1 bisturí eléctrico,

1 goma aspiración, # 1 canula Yankauer 18 fr. # 1 bisturí del num 22 con mango

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1350 MATERIAL: 30007980

Descripción larga:

ARN-Equipo de osteosíntesis proximal fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo de osteosíntesis proximal fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 14 elementos: # 1 Equipo aislamiento vertical 330x234cm. # 1 Cobertor mesa de Mayo 80x145cm.

1 Cobertor de mesa reforzado 150x190 cm. # 2 Campo 75x90 2 # 1 Campo adhesivo

reforzado 75x90. # 1 Bata XL reforzada con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33.

1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí del num 22 con mango.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1360 MATERIAL: 30008062

Descripción larga: ARN-

Equipo cadera fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos.

Descripción técnica:

ARN-Equipo cadera fémur de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 24 elementos: # 1 Sábana reforzada y adhesivo en U de 245X 280 cm.

1 Campo adhesivo reforzado de 300 x 170cm.

1 Campo reforzado de 150x200cm. #1 Funda Mesa Mayo 80x 145 cm #1 Cobertor de mesa

reforzado 150x190 cm. # 1 Campo estándar 75x90adhesivo.

#1 Stokinette de 35x120 cm. # 3 Cintas adhesivas 10x50 cm.

2 Bates XL reforzadas con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos # 4 Toallitas para secar manos 33 x 33. # 1 bolsa instrumental.

1 funda mayo 80x145cm. # 1 Contenedor de agujas.
 # 1 bisturí del num22 con mango, # 1 goma aspiración, # 1 cánula Yankauer, # 1
 bisturí eléctrico.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1370 MATERIAL: 30008065

Descripción larga: ARN-

Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN-

Equipo de artroscopia para hombro de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos. # 2 Batas quirúrgicas reforzadas talla XL con secamanos.

1 Cobertor de mesa de instrumentos de 100 x 150 cm. # 2 Talla adhesiva de 90 x 75 cm.

1 Cobertor de mesa de 150 x 200 cm. # 1 Sábana de artroscopia U de hombro de 250x 170 con bolsa.

1 Sábana quirúrgica con U 200 x 290cm refuerzo # 2 Cintas adhesivas de 9 x 50 cm.

1 Funda mesa de Mayo 80 x 145cm. # 4 Toallas seca campos.

1 Contenedor de agujas. # 1 Bisturino del num11 con mango. # 2 gomas de aspiración.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1380 MATERIAL: 30008068

Descripción larga:

ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos.

Descripción técnica:

ARN-Equipo cesárea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 15 elementos: # 1 Sábana de cesárea 260x320 con bolsa colectora y lámina de incisión integrada.

1 Cobertor de mesa 150x190. # 1 Bata quirúrgica estándar talla L con secamanos.

2 Batas quirúrgicas reforzadas talla L con secamanos. # 1 Corta bebé 90x 100 cm.

4 Toallitas para secar manos 33 x 33. # 1 Cinta adhesiva de 10x50 cm.

1 Sombrero para bebé. # 1 Contenedor de agujas.

1 Cubilete 250 ml. # 1 Mango con esponja para colorear.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1390 MATERIAL: 30008073

Descripción larga: ARN

162019 - Equipo de microcirugía laríngea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos.

Descripción técnica: ARN

162019 - Equipo de microcirugía laríngea de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: # 1 Cobertor de mesa150x90cm. # 2 Campos adhesivo 75x90cm. # 1 sábana pegatina 175 x 175cm. # 3 Toallitas para secar manos 33x 33cm. # 1 cinta adhesiva. # 1 cinta de Velcro.

2 Goma aspiración. # 2 Bata L estándar yankauer estrecha

5 gasas TNT con RX

bolsa instrumental 2 compartimentos

1 canula # 1

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1400 MATERIAL: 30008157

Descripción larga: Campo

incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico, adaptado, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduin t reflejo con soporte de fácil aplicación. Medidas 45x35±5 .Libre látex, celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Campo incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico, ad apt, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduciendo reflejo con soporte de fácil aplicación. Medidas 45x35±5cm área incis 35x35 ±2cm. Libre látex, celulosa, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1410 MATERIAL: 30008159

Descripción larga: Campo

incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico ,adapt, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduciendo reflejo con soporte fácil aplicación. Medidas: 60x90cm±cm2. látex, celulosa, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Campo incisión antimicrobiano yodado poliéster transp, adhesivo hipoalérgico, ada pt, impermea, transp, elástico, resistente tracción, matizado reduciendo reflejo con soporte fácil aplicación. Medidas: 60x90cm±5cm, área incisión 60x60cm±2cm. estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1420 MATERIAL: 30008165

Descripción larga:

Equipo de protección para sonda eco-cardiográfica trans-esofágica, de poliuretano, compuesto: funda para sonda de tamaños 30mm x 16mm x 10 0cm largo ±10cm, jeringa con gel transmisor, protector dental y sistema de fijación, sin látex, estéril , individual, 1uso

Descripción técnica:

Equipo de protección para sonda eco-cardiográfica trans-esofágica, de polo iuretano, compuesto: funda para sonda de tamaños 30mm x 16mm x 100cm largo ±1 0cm, jeringa con gel transmisor, protector dental y sistema de fijación, sin látex, estéril, individual, 1uso

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1430 MATERIAL: 30008239

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, de polietileno, antiestático transparente: 1funda arco C ajustado con clip,30cm ancho y 2m largo y 2 fundas cabezal Ø1,60cm.Para modelos Philips Polsera/Endura/Libra 12".Libre de látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Funda

para intensificador de imágenes arco en C, de polietileno, antiestático transparente: 1funda arco C ajustado con clip,30cm ancho y 2m largo y 2 f undas cabezal Ø1,60cm.Para modelos Philips Pulsera/Endura/Libra 12".Libre de látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1440 MATERIAL: 30008334

Descripción larga: HUB -

Equipo para laparoscopia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 34 elementos. Libre de látex, estéril, un sonido al uso.

Descripción técnica:

HUB - Equipo para laparoscopia de tejido sin tejer, impermeable ,resistente, compuesto por 34 elementos: 1 colcha mesa 140x190±10cm 5 toallas secamanos 30x39±3cm 1 bata estándar igual o superior a 35g SMS 130g 2 130cm XL

1 bandeja 250ml 1 esponja con mango 1 colcha
mesa impermeable y resistente 140x190±10cm 2 fundas mango lámpara adaptable 1 jeringa 10ml luer 2p 1 jeringa 20ml Luer 2p 1
bisturí con mango nº1 1 1 aguja tipo Cerdas de 14G y 12cm envasada
estéril 1 tubo aspiración Ø0,6 x 300±5cm 1 grapadora quirúrgica de piel 10 gases de TNT con c/RX 50 gr plegada 10x10cm 1
bolsa instrumental 43x49cm adhesiva con 2 / 269 x 300±10cm con fenestración adhesiva central de 25 x 25 cm y tiras
adherentes para fijartubos 1 mango con esponja 1 bisturí eléctrico

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1450 MATERIAL: 30008335

Descripción larga: Equipo

para cirugía de columna tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, estéril, 1 desechable, compuesto por 7 elementos:

Descripción técnica: Equipo

para cirugía de columna tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 7 elementos:

1 colcha con zona reforzada de 160x240±10cm
1 sábana en U de 269x182±10cm con adhesivo 1 veta adherente de 2,5cmx23±5cm 1 sábana en U de
220x300±10cm con/refuerzo 1 bolsa instrumental 41x33cm con dos compartimentos 1 toalla absorbente de 1 toalla absorbente 140x190±10cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1460 MATERIAL: 30008337

Descripción larga:

HUB - Equipo para artroscopia de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para artroscopia de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos: 1 colcha de mesa 140x190 ±10cm 4 toallas secamanos 1 bata SMS
estándar igual o superior 35g L 2 batas reforzadas igual o superior a 76g XL 1
cubremesa de 140x190 ±10cm 1 bisturí con mango nº 11 1 equipo irrigación en Y con llave 2 tubo aspiración 06 x 300 ±10cm 50 gr.
plegadas 10 x 10 cm RX 2 tiras adhesivas 9 x 45 ±3cm 1 botina 5 compresas 10 x
20cm TST 8 capas 50g a/control RX 1 sábana 234 x 305 ±10cm a/ fenestración elástica 6 cm
a/ salida fluidos en el extremo distal 1 funda Mayo 80x142cm 1 hoja bisturí nº11 1 catéter IV 14Gx45cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1470 MATERIAL: 30008685

Descripción larga: HUGTP

- Equipo básico para procedimientos de cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 20 elementos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: HUGTP

- Equipo básico para procedimientos de cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 20 elementos: 1 colcha de mesa 140x190 cm, 1 sábana con adhesivo de 260x160cm, 1 sábana con adhesivo de 196x200, 2 sábanas laterales de 75x98cm, 4 toallas seca 10 10x50cm, 1 bata de protección estándar, gramaje 35g, tamaño L 120cm, 1 tubo aspiración 270cm, 1 cánula de aspiración 22 CH, 2 fundas mango lámparas quirúrgicas, 1 hoja de bisturí nº24, 1 limpieza punta bisturí, 1 bis.

Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1480 MATERIAL: 30008722

Descripción larga: Equipo

para suturas de TST. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 7 elementos:

Descripción técnica: Equipo

para suturas de TST. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 7 elementos: 1 bandeja a/dos compartimentos 1 campo 45x38cm 1 campo fenestrado 50x50cm 1 tijeras metálicas punta aguda-11cm 1 puerta agujas metálico Mayo Hegar 12cm- 5 gas sin tejer 7,5x7,5cm 1 pinzas metálicas Adson s/d 12cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1490 MATERIAL: 30008729

Descripción larga: ARN -

Equipo para implantación de marcapasos provisional de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 37 elementos.

Descripción técnica: ARN -

Equipo para implantación de marcapasos provisional de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 37 elementos: # 1 bata estándar L, # 1 toalla absorbente 45x45cm, # 1 colcha monitor redondo de 100x50cm, # 1 talla adhesiva 50x50, # 1 sábana angio-femoral de 220x340cm con 2 fenestraciones de 8x16 # 1 apósito de 10x8cm, # 2 toallas secamanos de 33x33cm, # 1 de 33x33cm s punzantes con doble imán , # 2 cápsulas graduadas azules 250ml, # 1 pinza de disección Adson s/dientes, # 15 compresas de gasa de 10x10cm RX 17H8P, # 2 compresas de gasa de 10x20cm 17H 12P, # 1 porta agujas quirúrgico, # 1 aguja hipodérmica 21Gx37,5mm, # 1 aguja hipodérmica 25Gx16mm, # 1 bisturí con mango del nº 11. # 1 jeringa de 10ml 2P L/S # 1 Jeringa de 5ml 2P L/S.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1500 MATERIAL: 30008730

Descripción larga: ARN -

Equipo para implantación de marcapasos definitivo, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos.

Descripción técnica: ARN -

Equipo para implantación de marcapasos definitivo, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 59 elementos: # 2 batas estándar L, # 1 colcha de monitor 95X85 rectangular, # 1 talla reforzada adhesiva 75x75cm, # 1 sábana fenestrada de 200x300cm, # 1 apósito film transparente 40x34., # 4 toallas secamanos de 33x33cm, # 1 cubremesa de 150x190cm, # 1 contenedor de objetos punzantes con doble imán, # 3 cáps 10x20cm 17H 12P, #1 aguja hipodérmica 21Gx37,5mm, #1 aguja hipodérmica 25Gx16mm, #1 bisturí con mango del nº 22, #1 jeringa de 10ml 3P LL. # 1 jeringa de 20ml 3P L/L. #30 compresas RX 10x10cm 8P #1 Bastonet con esponja para pintar

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1510

MATERIAL: 30008843

Descripción larga: HUGTP

- Equipo para oftalmología compuesto por 26 elementos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

HUGTH - Equipo para cirugía oftalmológica compuesto por 26 elementos: 1 cuchilla de 2,20mm angulada estéril 1 jeringa 3P L/L 5ml 1 jeringa 3P L/L 10ml 2 jeringa 3P L/L 1ml 1 protector ocular /8" 1 cánula cámara anterior 27Gx7/8" 1 cistotom de irrigación 27Gx5/8" 2 cánulas cámara anterior 25Gx7/8"(4mm) 1 cuchilla escleral 20G estéril 2 tallas TST apoya brazos butaca 80x3 0cm 17 H 12P(5 unidades) 1 talla oftálmica con campo de incisión no fenestrada con 2 bolsas recogidafluidos 1 colcha de mesa instrumental 100x150cm 2 bolsas hemostetas de celulosa de 5 unidades

1 bata quirúrgica estándar tamaño L con dos toallitas 1 bata quirúrgica estándar tamaño M con una toallita 4 toallitas secamanos Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1520

MATERIAL: 30009223

Descripción larga:

Equipo de conexión y desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos

Descripción técnica:

Equipo de conexión y desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 3 elementos: 1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 par de guantes nitrilo tamaño S 4 gasas algodón absorbente

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1530

MATERIAL: 30009628

Descripción larga: HUB -

Equipo básico para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 51 elementos.

Descripción técnica: HUB -

Equipo básico para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 51 elementos: 1 colcha de mesa impermeable y resistente 140x190 ±10cm 6 toallas secamanos 2 bata estándar, gramaje 40g, 140 cm tamaño XL 1 bata SMS estándar, 35g 140 cm tamaño L 10 gasas TST 2 plegada 10x10 cm con c/ RX 10 gasas TST 50 gr. plegada 10x20 cm. con c/RX 1 bisturí eléctrico control manual 1 hoja de bisturí nº 24 1 lima para bisturí 1 cánula de aspiración yankauer s/control aspiración CH18 1 tubo aspiración 300 cm, ø 0,7 cm ch21 2 colcha mango de 1 grapadora quirúrgica de piel 1 contador agujas 30 espacios 1 cápsula 250 ml 1 colcha para mesa resistente y absorbente 140x190 ±10cm 1 cinta adhesiva 9x50±5cm 1 talla absorbente 45x62,5 ±5cm 2 tallas adhes x98± 5cm adhesivos±5cm 1 sábana pies 196x200±10cm adhesivo 1 sábana cabeza 260x160±10cm adhesivo y sistema fija tubos 1 bolsa instrumental de 41x33cm 1 cerradura adhesiva de 75x90cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1540 MATERIAL: 30009634

Descripción larga: Funda

transductor de ecógrafo, elásticas y hielo. de isosilk con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 15x61cm, largo ±5cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda transductor de ecógrafo, ásticas y hielo. de isosilk con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 15x61cm, largo ±5cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación el hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1550 MATERIAL: 30009712

Descripción larga:

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etilo metilo acrilato copolímero) plegada telescópicamente, con cintas adhesivas, gomas de fijación y hielo. Medida 12x244cm largo ±10cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda sonda intraoperatoria, en forma de T,material EMAC (etilo metilo acrilado copolímero) plegada telescópicamente, con cintas adhesivas, gomas de fijación y hielo. Medida 12x244cm largo ±10cm. Libre de látex, estéril, un suelo o uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1560 MATERIAL: 30009739

Descripción larga:

Funda transductor del ecógrafo de poliuretano flexible (55 micras). Medida:15x122cm largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación elásticas y hielo. Para CIV-FLEX. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda transductor del ecógrafo de poliuretano flexible (55 micras). Medida:1 5x122cm largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación elásticas y hielo. Para CIV-FLEX. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1570 MATERIAL: 30009743

Descripción larga: Funda

protectora de forma circular de polietileno transparente, diámetro 140±2cm, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, un sonido el uso.

Descripción técnica:

Funda protectora de forma circular de polietileno transparente, diámetro 140±2cm, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1580 MATERIAL: 30009912

Descripción larga:

Funda quirúrgica para empuñadura de microscopio electrónico, de plástico elástico. Medidas: 15 x 36 cm, tipo Zeiss OPMI Vario. Libre latex estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para empuñadura de microscopio electrónico, de plástico elástico. Medidas: 15 x 36 cm, tipo Zeiss OPMI Vario. Libre de látex ériilo, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1590 MATERIAL: 30010016

Descripción larga: Equipo

para partes, TST, impermeable, resistente, absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 8 elementos

Descripción técnica:

Equipo para partes, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, compuesto por 8 elementos:
1 colcha mesa reforzada de 190x140±10cm 2 tallas adhesivas75x75±5cm 1 cinta adhesiva 10x50±5cm 2
perneras 75x120±5cm 2 toallas secamanos 33x33±3cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1600 MATERIAL: 30010019

Descripción larga:

Fundas para intensificador de imágenes arco en C,polietileno, compuesto por 3 piezas, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120 x 120cm, 1 funda para el arco de 30x 174 cm. Compatible con arcos PHILIPS BV29. Estéril, desechable.

Descripción técnica:

Fundas para intensificador de imágenes arco en C,polietileno, compuesto por 3 piezas, 1 funda superior de 150x150cm, 1 funda inferior de 120x 120cm, 1 funda por el arco de 30x 174 cm. Compatible con arcos PHILIPS BV29. Estéril desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1610 MATERIAL: 30010748

Descripción larga:

HUB - Equipo para extracción de órganos de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente,libre de látex,estéril,desechable.Compuesto por 115 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para extracción de órganos de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 115 elementos:

2 colcha mesa 140x190±10cm 1 funda de mesa Mayo 80x142±10cm

3 bata SMS estándar tamaño L 40g 6 toallas secamanos 5 batas estándar tamaño XL 40g 1 hoja bisturí N°11
2 hojas bisturí N°24 1 hoja bisturí n° 10 1 bisturí eléctrico lazos de silicona para vasos rojo lazos de silicona para vasos azul 1 jeringa 50-60ml 3p con catéter 2 jeringa 20ml L/S 1 lima padora quirúrgica 35 grapas 1 bandeja 33x48 1 bandejas 1000cc azul
2 tubos aspiración 364cm ±5cm x Ø7mm 2 fundas mango lámpara 1 cinta adhesiva 50x9±5cm 2 bolsa instrumental 27x29cm. plegada 10x10cm con control RX 30 compresas TNT 50 gr. plegada 10x20cm con control RX 2 tallas adhesivas de 45x50 2 tallas 75x90cm no adhesivas 2 tallas extra absorbentes de tejido de 43x66±5cm 2 sábanas laterales 75x98±10cm adhesivos 1 sábana pies1 campo de incisión 40x40cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1620

MATERIAL: 30010749

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía hepática de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 54 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía hepática de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 54 elementos:

2 colcha mesa resistente, impermeable y absorbente de 140x190±10cm 1 bata SMS estándar tamaño L 6 toallas secamanos±3cm 2 batas estándar tamaño XL 40g 1 hoja bisturí N°11 1 hoja bisturí N°24 1 xering cuenta agujas espacio 30 agujas 1 lima bisturí 1 cánula aspiración 26cm
CH12 2 cánulas aspiración 26cm CH18 2 cintas velcro 2,5x12,5cm 1 grapadora quirúrgica 35 grapas 1 bandeja 4cm 100 Ø 7mm
2 fundas mango lámpara 1 cinta adhesiva 50x9±5cm 2 bolsa instrumental 41x33cm adhesiva 1 compartimento 20 gases TNT 50 gr. plegada 10x10cm con control RX 40 compresas TNT 50 gr. plegada 10x20cm con control RX 1 equipo drenaje CH14 sistema cerrado tipo Jackson Pratt 2 tallas 75x90cm no adhesivas 1 talla adhesiva 45x50±5cm 5 tallas adhesivas 80x80±5cm 5 tallas extra absorbentes de tejido de 43x66±5cm ius y reforzados con zona extra absorbente 1 sábana pies 183x191±10cm adhesivo y reforzado 1 sábana cabeza 183x254±10cm adhesivo y reforzado con zona extra absorbente y sistema fijo tubos

SOL. PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1630

MATERIAL: 30010760

Descripción larga: HUB -

Equipo para trasplante cardíaco de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compo st por 127 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para trasplante cardíaco de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto 127 elementos: 2 Cubremesas de 150x200±10cm

8 Toallitas secamanos de 25x19±5cm 2 Batas de 142cm alta protección
4 Bates XL de 148cm 8 Toallas secamanos de algodón, de alta absorbencia de 64x44±5cm 1 Bisturino eléctrico 1 Tubo de aspiración 24CH, 8mm, 300±10cm con 2 embudos 1 Yankauer 4mm, 6 ojos protectoras 60 Gasas de 10x20 cm, RX 3 Bolsas para instrumental con adhesivo 33x38±5cm 4 Soportes rectos blancos de 13,3x3x8cm 1 Hoja de bisturí N.24 2 Hojas de bisturí N.11 2 Hojas de bis 1 de 41x37x2.64cm 1 Batea azul de 250ml, de 88.5mm, 57mm.

1 Batea de 500ml 2 Jeringas de 20ml 1 Jeringa de 10ml 1 Jeringa de 1ml 1 Aguja hipodérmica 21Ga, de 40mm 1 Aguja hipodérmica 19Ga, de 30mm 2 Protectores de suturas 1 Limpiador de 1 con loba de 230x320 cm 1 Bolsa auxiliar de 38x51cm 2 Cánulas de succión Yankauer 18CH de 25cm + tubo de aspiración 3mm 2 Bandejas de 1000ml 6 Sábanas con adhesivo absorbente de 70x50cm 1 Funda mesa mayo de 80x145cm 1 adhesivo de 250cm x 150cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1640

MATERIAL: 30010761

Descripción larga: HUB -

Equipo para trasplante renal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 104 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para trasplante renal de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 104 elementos: 2 Fundas Mango de Luz Verde 4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Cápsula graduada transparente 250ml 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1 Grapadora Piel 35W 35grapas 2 Tono da: 134cm x 55cm+/-10cm,>/- 35g/m² 3 Bata quirúrgica reforzada Medida: 157cm x 65cm+/-10cm,>/- 35g/m² 30 Gasa TNT 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturino Eléctrico

1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Cánula succión Yankauer 18Ch 28cm punta redonda s/control 1 Cubretaulas estándar 150x190±10cm 1 Sabana adhesiva 200x200±10cm reforzada 1 Funda Mesa Mayo 79x turín nº11 1 Hoja de bisturí nº10 1 Jeringa 60ml L/S 3P Concéntrica punta catéter 2 Vessel Loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona roja 1 Contador de agujas magnético 30 unidades 1 Tubo Succión Ext 30Ch Int 29Ch 4m de utilidades 75x90±5cm 1 Cubremesas estándar 150x240±10cm 2 Jeringa 10ml L/S 3P concéntrica 1 mango con esponja 4 Toallas Algodón Azul 60x45±5cm RX 2 Cerradura utilidades 45x75±5cm 240x175±10cm reforzada 2 Sabana adhesiva 120x100±10cm reforzada 2 Bandeja 25x14x5cm 1575ml Azul Polipropileno 4 Sujeta tubos tiras adherentes 25x15±5cm adhesivo 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm Cánula Yankauer 12Ch 27,5cm 1 jeringa 20ml 1 aguja hipodérmica 21G 40mm verde 1 aguja 18G 40mm roja punta roma 2 cubierto mango lámpara

1 electrodo terminal bisturí eléctrico 15,3cm 1 gel lubricante GEL LUBRICANTE 1 bolsa de orina 2000ml

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1650 MATERIAL: 30011120

Descripción larga:

HVH-HUGTP-Equipo para arritmias de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 18 elementos

Descripción técnica: HVH-

HUGTP-Equipo para arritmias de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 18 elementos: 1 talla adhesiva de 75x75±5cm 1 sábana de angiografía de 221x343±10cm, 2 fenestr, 2 laterales transparentes 1 funda rectangular 85x95±5cm, 1 funda circular 50x100±5cm 1 bata estándar talla L 1 colcha mesa 140x190±10cm 10 compresa de gasa algodón 10x10cm 2 bandeja de 25x13x5 cm2 bisturí con mango n.11, 1 aguja hipodérmica, gramaje igual o superior a 35g, 2 toallas secamanos 20Gx38mm 1 aguja hipodérmica 21Gx38mm 1 jeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 jeringa de 5ml 3P Luer-lock ec con esponja 1 bisturí con mango n.11, 1 aguja hipodérmica 20Gx38mm 1 aguja hipodérmica 21Gx38mm 1 jeringa de 10ml 3P Luer-lock. 1 jeringa de 5ml 3P Luer-lock

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1660 MATERIAL: 30011560

Descripción larga:

VC -Equipo oftalmología con bolsa de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 3 elementos

Descripción técnica: HVC

-Equipo oftalmología con bolsa de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 3 elementos: 1 Toallita para secar campo 18x25±5cm 1 Sábana Oftálmica 140x150±10cm con film incisión 8x10cm completo con bolsa integrada 30x18cm con borde en alambre flexible y puentes nasales 1 Cobre mesa 150x1

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1670 MATERIAL: 30011591

Descripción larga: Bolsa

auxiliar de polietileno transparente impermeable de 100 micras, para instrumental laparoscópico, con borde autoadhesiva en la parte superior de 10 x 30cm. Medida: 30 x 50cm # 2cm, con tres bolsillos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Bolsa

auxiliar de polietileno transparente impermeable de 100 micras, para instrumental laparoscópico, con borde autoadhesiva en la parte superior de 10 x 30cm. Medida: 30 x 50cm # 2cm, con tres bolsillos. Libre de látex, y estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1680 MATERIAL: 30011595

Descripción larga: Equipo

para cirugía abdomino-perineal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 6 elementos

Descripción técnica: Equipo

para cirugía abdomino-perineal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 6 elementos: 1 sábana laparoscopia 250/175/270x260±10cm con dos aberturas 25x30 y 13x24 ±5cm y 4 fijadores de tubos de tira adherente de 2.5x13±3cm 1 talla adhesiva 75x75 75x190cm 2 toallitas secamanos 30x20±5cm 1 cinta adhesiva 9x49±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1690 MATERIAL: 30011596

Descripción larga:

Equipo para artroscopia de hombro, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 2 elementos

Descripción técnica:

Equipo para artroscopia de hombro, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 2 elementos:
1 sábana en U de 254x168±10cm 1 sábana en U de 203x295±10cm con bolsa grande para recogida líquidos y fijación de paso tubos válida para hombro derecho/izquierdo

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1700 MATERIAL: 30011792

Descripción larga: HUB-

Equipo para cirugía anal de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos

Descripción técnica:

HUB- Equipo para cirugía anal de tejido sin tejer, impermeable, resistente y absorbente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos: 1 cubremesa impermeable y resistente 140x190±10cm 4 toallas secamanos ±3cm 2 batas quirúrgicas estándar SMS talla L 1 bata quirúrgica estándar XL 10 gasas TNT 50 gr.plegada10x10cm con control R 1 cánula de aspiración Yankauer CH 18 sin control aspiración 1 tubo de aspiración 270 ±10cm x 0,7cm Ø 2 fundas mango de lámpara adaptables 1 talla absorbente 43x66 ±5cm 1 cinta adhesiva 2 perneras de TNT impermeable 10cm 1 cubrecalla reforzado 120x140±10cm 2 tallas adhesivas 75x98 ±5cm 1 capsula de 250ml 1 mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1710 MATERIAL: 30011793

Descripción larga: HUB -

Equipo para prótesis total de cadera compuesto por 38 elementos, de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

HUB - Equipo para prótesis total de cadera de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 38 elementos: 2 colchas de mesa extra resistentes 140x190±10cm 1 colcha de mesa extra resistente 240x160±10cm
1 colcha de mesa resistente 140x120±10cm 4 toallas secamanos 1 bata SMS estándar talla L ? 35g 2 estándar talla XL gramaje igual o superior a 40g 4 tallas absorbentes 45x625 cm±5cm 1 talla de TST no adhesiva de 75x90±5cm 2 tallas de TST adhesivas de 75 x 90±5cm 10 gasas de algodón hidrófilo 17 hilos c/ RX 30 gasas de algodón hidrófilo 17 hilos plegada 10x20cm con c/ RX 1 cinta adhesiva 50x9±5cm

1 botina impermeable de 23x122±5cm 1 bolsa de instrumental de 40x33±5cm adhesiva 1 tubo de aspiración 300±5cm 0,7°
cm 1 cánula aspiración Yankauer 25 cm. largo CH22 sin control asp. 1 bisturí eléctrico 1 lima para bisturí 2 hojas de bisturí nº 24 1 grapadora quirúrgica
35 grapas 1 contador de agujas 1 sábana TST extra resistente
y adhesivo de 160 x 260±10cm 1 sábana TST impermeable ±10cm con zona extra
absorbente 1 sábana plástica impermeable en U adhesivo de 150 x 183 ±10cm 1 sábana adhesiva resistente y absorbente
de 200 x 240 ±10cm con fijadores de tubos 2 capsulas plástico 250cc 1 mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1720 MATERIAL: 30011986

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía menor ambulatoria de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 6 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía menor ambulatoria compuesto por 6 elementos: # 1 bata estándar SMS talla L # 2
toallas secamanos # 1 cubremesa 100 x 150 cm # 1 talla de 75x90cm fenestrada 8
cm # 10 compresas de tejido sin tejer 35 gr. plegadas 10 x 10

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1730 MATERIAL: 30011987

Descripción larga:

HUB - Equipo para cirugía de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto 40 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía de rodilla de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto 40 elementos: 1 colcha de mesa absorbente y extra resistente 160x240±10cm 6
toallas secamanos 30x39±5cm 1 bata SMS estándar talla L 2 batas reforzadas talla XL 2 cápsula 250ml 3 colchas de mesa absorbentes y extra
resistente 140x190±10cm 2 fundas mango lámpara adaptables 3 hojas bisturí nº24 1
contador de agujas transparente 30uni 30 gasas de algodón hixrófilo 1 2 tallas absorbentes 43x66cm 1 bisturí eléctrico
1 limpiador bisturí eléctrico 1 cánula aspiración s/ control manual CH22 1 tubo
aspiración 300cm CH21 Ø07cm 1 grapadora quirúrgica de piel 1 talla adhesiva 75x90±5cm 9x50±5cm 1 sábana con abertura en U de polietileno transparente
impermeable resistente abertura 120x130±10cm borde adhesiva
16x50cm. 1 botina 36x122±5cm 1 bolsa instrumental 41x33±5cm 1 compartimento adhesiva 1 sábana
extremidades 269/221x330cm ±10cm con fenestración elástica 6cm. y zona extra absorbente 1
mango con esponja

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1740 MATERIAL: 30012557

Descripción larga: HUB -

Equipo para resección transuretral de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para resección transuretral de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos: 1 Cubremesas reforzado 150x190±10cm 1 Toallas de manos 47x38±5cm 2 Cápsulas graduadas transparente 250ml 10 Gasas TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 2 Toallas de manos 47 cción Ext 30Ch Int 21Ch 4m H/H 1 Mango con esponja 1 Funda Cámara 14x250±5cm punta perforada 1 Sistema de irrigación doble espiga OD 21CH 285±5cm 1 Sábana RTU 175/270x180±10cm apertura de 8 y 5 espita dedilo y perneras

SOL. PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1750

MATERIAL: 30012558

Descripción larga: HUB -

Equipo para cistoscopia (CPT) de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cistoscopia (CPT) de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos: 1 Par de Guantes Quirúrgicos poliisopreno 7.0 1 Par de Guantes Quirúrgicos poliisopreno 7.5 10 Gasas TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste 1 Cápsula graduada transparente 250ml 3 Toallitas 1 4 Toallitas eje 9cm plástico azul 1 Sistema irrigación doble OD21Ch 230cm c/cámara 3 Clamps tubo 10cm 1 Cubremesas reforzado 150x190±10cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 55cm+/-10cm >/-35g/m² 1 Bata quirúrgica estándar >- 0 m² 1 Funda Cámara 14x250±10cm punta perforada 2 Perneras Litotomía 75x120±5cm 1 Campo Cistoscopia 75x175±10cm apertura 9x15cm romboidal

SOL. PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1760

MATERIAL: 30012559

Descripción larga: HUB

-Equipo para marcapasos de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 44 elementos

Descripción técnica: HUB

-Equipo para marcapasos de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 44 elementos: 2 Cápsula graduada transparente 250ml 20 Gazas TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 6 Toallas de manos 47x38cm±3cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 55cm+/-10cm, >/- 129cm x 60cm+/-10cm, >/- 35g/m² 1 Aguja Hipodérmica 18G 40mm Rosa 1 Hoja de bisturí nº10 1 Bisturino Eléctrico 1 Cubrecajas Reforzado 100x150±10cm 2 Funda Mango 5 ileno Azul 1 Aguja hipodérmica 21G 40mm verde 4 Talla adhesiva 90x75±5cm 1 Sábana adhesiva 175x175±10cm 1 Funda Mayo

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 1770

MATERIAL: 30012650

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 163 cm, Ø lente 65mm, tubos para ayudantes y/o equipo fotográfico, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss MD. Libre látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 163 cm, diámetro de la lente 65mm, con tubos de observación para ayudantes y/o equipo fotográfico, con tiras de sujeción y cierre ajustable en ópticas, tipo Zeiss MD. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1780 MATERIAL: 30012659

Descripción larga:

Equipo para cirugía universal de tejido sin tejer impermeable, reforzado, de alta absorción, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos

Descripción técnica: Equipo

para cirugía universal de tejido sin tejer impermeable, reforzado, de alta absorción, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos: 1 colcha 140x190±10cm 2 tallas 98x120±5cm 1 sábana de 196x2±10cm 1 sábana 160x260±10cm 4 toallitas seca campo 30x20±2cm 2 cintas adhesivas 13x2.5±3cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1790 MATERIAL: 30012931

Descripción larga: Equipo

para cuidados con instrumental, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 6 elementos

Descripción técnica:

Equipo para cuidados con instrumental, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 6 elementos
1 talla de 90x75±5cm 1 tijera
de Mayo 15,5 cm curva 1 pinza disección con dientes 14 cm 2 toallitas secamanos 33x33±5cm 5
gasas de TST con control RX,7,5cm x 7,5 cm, 4 pliegues 30g/m

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1800 MATERIAL: 30013066

Descripción larga: HUV/

HGTP/HJXXIII/HV-Equipo cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos

Descripción técnica: HUV/

HGTP/HJXXIII/HV-Equipo cesárea de tejido sin tejer impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos: 4 Toallitas seca manos 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica Reforzada Medida: 129cm x 60cm+/-10cm, >/- 35g/m² 1 Bata quirúrgica Reforzada Medida: 157cm x 65cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 55cm+/-10cm, >/- 35g/m² 2 Toallitas seca manos 47x38±5cm 4 Toallas seca campo 18x25±5cm blanca 1 Cinta adhesiva 9x45±5cm cm incisión 38x32cm apertura 18x16cm con bolsa de recogida de líquidos con espita y pasatubos 2 Mantas de bebé 90x120±10cm 1 Cubreetas Reforzado 150x190±10cm 1 Papel crepé 60x60±10cm 60gr/m² blanco 1 Limpieza punto 1 Limpieza 0cm botones corte/coagulación

1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Cánula yankauer 25Fx25cm 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1810 MATERIAL: 30013136

Descripción larga: Sábana

quirúrgica cadera, TST,impermo,resistente a/bolsas bilado extremo inf ,abierto flex 17x21cm ±2cm a/adhesivo,ajuste a/refuerzo incisión u002 tubo,cobertura brazos. Medidas:217/290x350cm±5cm. Libre látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica cadera, TST, impermo, resistente bolsas bilado extremo inf ,abierto flex 17x21cm ±2cm a/adhesivo,ajuste a/refuerzo incisión ultra absorbido,e mpermo de 53x170±2cm, tira fijar tubo,cobertura brazos. Medidas:217/290x350c m±5cm. Libre látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1820 MATERIAL: 30013371

Descripción larga: HVH

-Equipo para hemodiálisis de tejido sin tejer,libre de látex ,estéril,desechable,compuesto 14 elementos

Descripción técnica: HVH

-Equipo para hemodiálisis de tejido sin tejer,libre de látex ,estéril,desechable,compuesto 14 elementos: 1 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Funda de teclado talla 61x51cm transparente 10 Gasas10x10cm 13h 1 5ml L/L 3P Concéntrica 2 Pinza Kocher recta 14cm plástico 1 Cerradura de utilidades 75x90±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla L (L 127cm x A 67cm) mínimo 35g/m² 1 cubremesa Reforzado 100x75

1 Bolsa de Plástico transparente 20x30cm Zip 1 Guantes quirúrgicos de látex sin polvo núm. 7.0

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1830 MATERIAL: 30013416

Descripción larga:

Equipo de funda quirúrgica para el transductor del ecógrafo o sonda intraoperatoria de etilo metilo acrilato copolímero (EMAC), transparente, plegada telescópicamente, tamaño:15x122cm largo ±10cm, con hielo, talla, gomas y tiras de fijación elásticas. Libre de látex

Descripción técnica: Equipo

de funda quirúrgica para el transductor del ecógrafo o sonda intraoper atoria de etilo metilo acrilato copolímero (EMAC), transparente, plegada tel escópicamente, tamaño:15x122cm largo ±10cm, con hielo, talla, gomas y tiras de fijación elásticas. Libre de látex

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1840 MATERIAL: 30013549

Descripción larga:

ARN-Equip cirugía pediátrica universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos

Descripción técnica: ARN-

Equip cirugía pediátrica universal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 16 elementos: # 2 tallas reforzadas y adhesivas de 90x75 # 1 Sábana adhesiva de 240x150.

1 Sábana pegatina 175x200cm pegatina de 2,5cm. # 1 Cobertor de mesa 150x200.

1 Cobertor mesa de Mayo 80 x 145cm. # 2 Bata reforzada L con secamanos # 1 Bata estándar L con secamanos

4 Toallitas para secar manos 33 x 33.

1 Cinta adhesivas 10x50cm. # 1 Contenedor de agujas. # 1 bisturí eléctrico.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1850 MATERIAL: 30013644

Descripción larga: Funda

para luz quirúrgica con cámara de video, de plástico transparente, Medidas: diámetro proximal 12cm, diámetro distal 8,5cm, longi tud 10cm.
Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para luz quirúrgica con videocámara, de plástico transparente, Medidas: diámetro proximal 12cm, diámetro distal 8,5cm, longitud 10cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1860 MATERIAL: 30014104

Descripción larga: HUB -

Equipo para anestesia raquídea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 13 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para anestesia raquídea, compuesto por 13 elementos.Libre de látex, estéril, desechable:

2 toallas de 30x20±5cm

1 talla absorbente impermeable de 75x90±5cm,que envuelve 1 bandeja rígida de 250x140±10cm con 2 compartimentos 1 talla absorbente impermeable de 75x90±5cm

con adhesivo lateral de 6cm anchura con 15x10ml Luer mango para pintar 1 aguja de 19G 1 1/2 1 aguja 25G 5/8 1 aguja

21G 1 1/2 5 compresas de tejido sin tejer de 7,5x7,5cm 1 apósito adhesivo con

compresa central de 7x5cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1870 MATERIAL: 30015103

Descripción larga: HUGTP/

HTG-Equipo para Cirugía Cardíaca Coronaria de tejido sin tejer, impermeable, resistente,libre de látex,estéril,desechable. Compuesto por 58 elementos

Descripción técnica: HUGTP/

HTG-Equipo para Cirugía Cardíaca Coronaria de tejido sin tejer, impermeable, resistente,libre de látex,estéril,desechable. Compuesto por 58 elementos:

1 Funda Mesa Mayo Reforzada 79x145±10cm, Absorción 65x85cm 1 Cubremesas Estándar 150x190±10cm

1 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 2 Bragas Verdes 36x28±2cm

2 Bragas Transparentes 36x28±2cm 1 Sabana en U 200x260±10cm, apertura de la U 20x102cm c/cobertor perineal

1 Sábana torácica 200/300x330±10cm incisión 32x40cm, reforzado con bolsas 1 Cubremesas Estándar 100x150±10cm

6 Compresa abd TNT 40x40cm 130g 3p RX Verde 1 Bisturino Eléctrico 320cm con botones corte/coagulación

1 Limpieza puntas de bisturi 5x5cm 1 Cápsula 1500ml Azul Polipropileno

2 Cápsula 500ml Graduada Azul 2 Clave de 3vías MLL/FL Blanca

1 Sonda vesical Foley 16Ch 5ml con sensor de temperatura 1 Sistema de infusión 180cm conexión L/L

6 Talla adhesiva 75x75±5 cm 1 Talla de Utilidades 75x90cm

1 Cubremesas Reforzado 150x240±10cm 1 Jeringa 60 ml Cateter tipo Bulb

2 Bata Quirúrgica Estándar LL (131cm x A 54cm) => 68g/m2 2 Cánula succión Yankauer 22Ch 27,5cm punta redonda s/control

1 Tubo succión PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Jeringa 20ml L/S 2P Excéntrica

2 Jeringa 10ml 2 partes L/S Excéntrica 1 Jeringa 5ml L/S 2P Excéntrica

4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±2cm con cierre tipo Zip

1 Papel crepé 60x60±5cm 60gr/m2 blanco 4 Toallas de manos 47x38±5cm

1 Bata Quirúrgica Estándar LL (131cm x A 54cm)=/> 68g/m2 1 Conector recto 10-10x10-10mm
 2 Tapón azul L/L

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1880 MATERIAL: 30015130

Descripción larga: HUB -

Equipo para anestesia vía central de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para anestesia vía central de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compost per 15 elements: 1 cobertor taula 100x110±10cm 1 bata quirúrgica XL gramatge superior o igual a 35g amb 2 tovalloles eixugamans 10 compreses de teixit sense teixir 10 x 10 cm 3 talles adhesives 75x75±5cm 1 esponja amb màneg 1 càpsula 250cc 1 xeringa 5ml 1 jeringa 10ml 1 aguja hipodérmica 21 Gx38 1 aguja hipodérmica 20 Gx40 1 apòsito adhesivo vía 10x12cm±2cm 1 x3 tiras adhesivas sutura piel

1 bandeja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1890 MATERIAL: 30015850

Descripción larga: HVH/HUB/

HUGTP-Equipo para craneotomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 58 elementos

Descripción técnica: HVH/HUB/

HUGTP-Equipo para craneotomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 58 elementos:
 1 Guantes Quirúrgicos Poliisopreno 6.5 2 Gasas abdominales TNT 40x40cm 130g 3p RX Verde
 1 Jeringa 10ml L/L 3P Concéntrica 2 Jeringa 20ml L/L 3 partes Concéntrica
 1 Hoja de bisturí n°11 1 Hoja de bisturí n°24
 1 Safata 38x28x5cm 4000ml Blanca 2 Funda Mango de Lámpara Verde
 1 Bisturí Eléctrico 1 Contador de Aguja 20 pzs Adh/Foam
 2 Tubo de Silicona OD 90mm ID 60mm 40m±10cm 60 Compresa gasa 10x10cm 12p 17h RX 5pc Blanca
 10 Compresa gasa 10x20cm 17h 12p RX Blanca 1 Grapadora para el 35W 35grapas
 1 Safata 25x14x5cm 1575ml Azul Polipropileno 3 Cápsula 250ml Graduada azul
 2 Cápsula 500ml Graduada azul 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm
 2 Toallitas seca manos 47x38±5cm 4 Toallitas seca manos 47x38±5m
 1 Cobertor mesa reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica estándar Talla LL (151cm x A 67cm) mínimo 35g/m²
 2 Bata Quirúrgica estándar Talla XL (127cm x A 74cm) mínimo 35g/m² 1 Cobertor mesa estándar 100x150±10cm
 1 Cobertor mesa estándar 150x190±10cm 1 Cobertor mesa estándar 150x190±10cm
 4 Tallas adhesivas 90x75±5cm reforzadas 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm
 4 Tallas adhesivas 50x50±5cm 1 Sábana Craniotomía 230x300±10cm film de incisión 30x20cm con bolsa de recogida de fluidos y tira adherente sujeta tubos 2 Cerradura de Utilidades 75x90±5cm
 2 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm con absorción,65x85cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1900 MATERIAL: 30016221

Descripción larga: HUB -

Equipo neuroradiología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 35 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo neuroradiología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 35 elementos: 1 Cubretaula quirúrgico (PR) 150x200±10cm 1 Bata quirúrgica estándar (SMMMS) "M" + 2 Toallas celulosa 30x34cm 1 Bata quirúrgica estándar (SMMMS) "L" + 2 Toallas celulosa 30x34cm 1 Aplicador azul doble cara 15cm 1 Aguja hipodérmica 20G x 40mm (1 1/2") amarillo /2") verde oscuro 2 Jeringa 3P LL Color Policarbonato 10ml amarilla (PC) 3 Jeringa 3P LL 10ml 1 Bisturino con mango núm. 11 30 Gasas TST 10x10cm 4 capas 1 Línea inyección contraste (HP) mallada 180cm F-RA BR 4 Equipo de infusión c/cámara c/toma aire c/filtro 230±10cm 2 Stopcock (AP) 1050 psi 3W RH 1 Manifold (AP) 1100psi 3V RH ON 1 Equipo de infusión a/cámara a/toma aire a/filtro 180cm 1 Línea monitorización 150cm F-MLL a/tapones 1 Bolsa recogida residuos conexión M 1000 ml 1 Equipo de infusión trasluc. a/cámara a/toma aire a/filtro 180cm 1 Batea tipo riñón 700ml azul 1 Batea circular 250ml azul 1 Batea para guías 2500ml 2 Tallas absorbentes 48x40cm 1 Protector intensificador 90x50cm Redondo

2 Protector intensificador 150x75cm Circular 1 Campo angiografía femoral 230x350±10cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1910 MATERIAL: 30016476

Descripción larga:

HUB-Equipo para otorrinolaringología II de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 44 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para otorrinolaringología II de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 44 elementos: 1 colcha reforzada de 140X190±10cm 3 toallas secamanos 38X58±3cm 3 batas quirúrgicas 1 SMS reforzada 80X142±3cm 2 hojas bisturí nº 15 1 cánula de aspiración Yankauer CH18 1 bisturí eléctrico con control manual 1 limón bisturí 2 cápsulas de 250ml azules 20 gasas TNT 50 gr. plegadas 10X10cm con control RX 1 tubo de aspiración de silicona de 270cm longitud y Ø0,6cmX9mm 1 bolsa instrumental adhesiva 1 compartimento 41X33±3cm 3 tallas adhesivas 75X90±5cm 1 cinta adhesiva 9X45± verano 1 sábana de TST impermeable, resistente y absorbente en U(6cmX65cm)de 279X196±10cm adhesivo 6X63cm 1 bandeja soporte del equipo 25X13X2±3cm 1 funda de cámara 1 anti-vaho 1 contenedor de agujas

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1920 MATERIAL: 30016504

Descripción larga:

HUB - Equipo para ORL (otorrinolaringología) I, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo para ORL (otorrinolaringología) Y, de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 63 elementos: 1 colcha de mesa impermeable y resistente de 140 x 190 ±10cm 6 secamanos 4 bata quirúrgica SMS estándar tamaño L 1 guantes quirúrgicos poliisopreno s/ polvo tamaño 7 1 guantes quirúrgicos poliisopreno tamaño 7,5 sin polvo 1 turbante de TNT 86x107±5cm

2 tiras adhesivas de 9x50±5cm 1 sábana reforzada de 196 x 279 ±10cm adhesivo 1 funda mesa Mayo 80 x 145 ±10cm 6 tallas adhesivas de 75 x 90±5cm 1 colcha de mesa impermeable y resistente de 1 de TST 50 gr. plegadas 10 x 20cm con control RX 10 gasas de TST 50 gr. plegadas 10 x 10cm con control RX 1 talla extra absorbente 45 x 60 aprox. 1 bolsa para instrumental adhesiva 1 goma aspiración Ø0,70/1cm x 350±10cm 1 cánula aspiración 12CH sin control de aspiración 2 cánulas 18 CH sin control de aspiración 1 bisturí eléctrico control manual 2 fundas mango lámpara 3 cápsulas de 250cc 2 hojas de bisturí nº 15 1 contador de agujas 1 bandeja de soporte 1 grapadora 2 mangos de luz 1 contenedor de agujas

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1930 MATERIAL: 30016893

Descripción larga: Campo

quirúrg aislam vertical polietileno transp a/superfíc adh de incisión 30x40cm bolsa colectora fluidos a/espita y tapón,2 bolsas aux s later dobles instrumental y tiras adhes sujetas.Adhe parte superior.Mida 240x320cm. ,estl,1us.

Descripción técnica: Campo

quirúrgico para aislamiento vertical, de polietileno transparente a/superficie adhesiva de incisión de 30x40cm±2cm, bolsa colectora de fluidos a/espita y tapón, 2 bolsas auxiliares laterales dobles para instrumental y tiros adherentes sujetatubos .Adhesivo en la parte superior.Mida 240x320cm±2cm .Libre de látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1940 MATERIAL: 30016932

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía, TST, total resistencia penetración líquidos, transpira, subjecc delante, cruzada trasera, manga larga, puños tricot, sist sujeto cuello. Costuras sella sin primo, zona critica. Medida XL, largo 137cm, 2 secado. Libre látex,estéril,1uso

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, TST, totalmente resistencia a la penetración líquidos y transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga ll arga, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras termoselladas t ota la zona alta (mangas, hombros) .Medida XL,largo 137cm, 2 secamanos.L libre látex,estéril,1uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1950 MATERIAL: 30016933

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía,de TST,reforzada,alta resistencia penetra líquidos,transpira,sujeto delante, cruzada trasera,manga larga a ergonóm ,puños tricot,sist sujeto al cuello.Costuras selladas sin primo critica.Mida XL-L.Libre látex,estéril,1uso.

Descripción técnica:

Bata alta protección por cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetración líquidos, transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga arga ergonómica, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona critica. Medida XL-L ,largo 144cm,perímetro170 y 61cm de ancho.Libre látex,estéril,1uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1960 MATERIAL: 30016934

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía, TST, reforzada, alta resistencia penetra líquidos, transpira, sujeto delante, cruzada trasera, manga larga ergonómico, puños tricot y sist sujeción coll. Costuras selladas s/cos. Medida: 119x55cm. Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetración líquidos, transpirable, sujeción delantera cruzada trasera, manga larga ergonómica, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. : largo 119cm, perímetro 150cm y 55 de ancho. Libre látex, estéril, 1 uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1970 MATERIAL: 30016935

Descripción larga: Bata

alta protección cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetra líquidos, transpira, sujeto delante, cruzada trasera, manga larga ergonómica, puños tricot, sist sujeto al cuello. Costuras sella sin primo, zona crítica. Mida LL. Libre látex, estéril, 1 uso.

Descripción técnica: Bata

alta protección por cirugía, de TST, reforzada, alta resistencia penetración líquidos, transpirable, sujeción frente a cruzada trasera, manga larga a ergonómica, puños tricot y sistema sujeción al cuello. Costuras selladas sin primo, zona crítica. LL, largo 134cm, 150 perímetro y 55 de ancho. Libre látex, estéril, 1 uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1980 MATERIAL: 30017301

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 203 cm, con lente angulada de vidrio y cierre a presión, ajustable. Para modelos Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520/M525. Libre látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 203 cm, con lente angulada de vidrio y cierre a presión, ayu stable. Para modelos Leica Armatec OH/OHS/MS-2/MS-3/M520 / M525. Libre lát ex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 1990 MATERIAL: 30017452

Descripción larga: ARN -

Equipo vías bacteriemia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos.

Descripción técnica: ARN -

Equipo vías bacteriemia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 22 elementos: # 1 colcha reforzada de 100x150cm, # 1 porta-agujas de plástico 14cm, # 1 aguja de 20G, # 1 bisturí nº 11 con protección, # 1 aguja de 21G, # 2 jeringuillas de plástico de 10ml, # 1 pintor, # 1 sábana ventanado adhesivo de 170x250cm con fenestración de 10cm # 1 bata estándar L, # 2 toallitas de celda, # 20 gasas de algodón de 10x10cm.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2000 MATERIAL: 30017460

Descripción larga: HVC -

Equipo para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 16 elementos

Descripción técnica: HVC -

Equipo para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compost per 16 elements: 1 flascó de solució salina balancejada per a irrigació (BSS) de 15ml 1 llençol quirúrgic no fenestrat de teixit sense teixir 102x122cm amb doble bossa 1 cubre taula 140x140 1 ganiveta 2,8mm doble bisell angulada 1 llanceta escleral de 20G 1 aguja 20Gx3,8cm 1 bata grande con secamanos 1 bata XL con secamanos 1 batea 250ml 1 cánula cámara anterior 30Gx22mm 1 cánula de hidrodisección 25G 1 cistotomo de irrigación 27G 2 angulo 10x10cm 12 pliegos 1 jeringa 2cc LL

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2010 MATERIAL: 30017701

Descripción larga: HUB-

Equipo diálisis con/desconche 8+11 elementos de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: HUB -

Equipo diálisis de conexión/desconexión compuestos por 8/11 elementos de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable. Equipo de conexión con: 1 bata de protección impermeable TST 1 talla con apertura a U 5 gasas TST 10 x 10cm 5 gasas TST 7,5 x 7,5cm 1 aguja hipodérmica 19G x 40mm 1 1/2 embolsada estéril 1 jeringa 2,5ml 3C Luero concéntrico 1 jeringa 20ml 3C Lu con: 1 bata de protección impermeable TST 1 talla TST con apertura a U 5 gasas TST 10 x 10cm 5 gasas TST 7,5 x 7,5cm 1 aguja hipodérmica 19G x 40mm 1 1/2 embolsada estéril 1 jeringa 2,5ml 3 concéntrico 1 jeringa 20ml 3C Luero excéntrico 1 tapón LL rojo 1 tapón LL azul 1 tira adhesiva doble 1 distintivo azul

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2020 MATERIAL: 30017750

Descripción larga:

HUB - Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 26 elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, libre de látex, e stéril, desechable, compuesto por 20 elementos:
1 Cubremesa reforzado 140 x 190 ±10cm
4 Toalla secamanos 30 x 39 ±5cm 1 Funda amplificador RX 40x80±2cm, circular
1 Funda amplificador RX 76x91±2cm 1 Mango con esponja para desinfección
1 Bisturí n°15 1 Aguja 21Gx1-1/2", verde
1 Batea 500ml, azul 1 Batea 1000ml, azul

2 Jeringa 10ml, L/S 3p 1 jeringa 5ml L/S 3p
1 Aguja 18G punta roma, roja 1 Contenedor de agujas 20u espuma
10 Gasa 10x10 cm 1 Talla 45 X 50±5cm
1 Sábana Angiografía 231x346±10cm, 4 fenestraciones y 2 paneles transparentes

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2030 MATERIAL: 30017834

Descripción larga:

HVC - Equipo de inyección intravítrea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 e elementos

Descripción técnica: HVC -

Equipo de inyección intravítrea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 elementos: 1 sábana mesa de 140x120±10cm 1 talla fenestrada de 8,90x75±5cm con adhesivo
5 gasas TNT 7,5X7,5 cm 1 separador parpebral Barraquer 4,5cm 1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de algodón de 15x0,5cm 1 aguja de 30Gx13mm amarilla

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2040 MATERIAL: 30018315

Descripción larga: Sábana

oftalmología, TST, impermeable, resistente, bajo desprendimiento partículas, a/campo incisión transparente 8cmx10cm, puente nasal, bolsa riego olido fluidos 18x30cm. Lidas: 140x. desechables.

Descripción técnica:

Sábana quirúrgica oftalmología, TST, impermeable, resistente, bajo desprendimiento de partículas, campo de incisión adhesivo transparente 8cmx10cm± 2cm, bolsa recogida fluidos de 18x30cm. Medidas: 150x140±5cm. Libre de láceo.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2050 MATERIAL: 30018623

Descripción larga:

HUGTP-HUB - Equipo Hemodinámica cardíaca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 31 elementos

Descripción técnica:

"HUGTP-HUB - Equipo Hemodinámica cardíaca de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 31 elementos: #1 cubremesa quirúrgico impermeable y resistente de 140x190±10cm #4 toallas de celulosa de 30x43cm #2 batas quirúrgicas estándares SMS talla L # 40g #2 aguja se hipodérmicas de 19Gx25mm marfil #2 agujas hipodérmicas de 21Gx38m m #1 aguja 25Gx1.6 naranja #1 jeringa 3P LS 3ml #2 LS 10ml PP #1 bisturi del nº11 #1 jeringa 3P LL 10ml #20 compresas TST 10x10 8C #3 jeringas 3P LS 5ml #1 protector para intensificador rectangular de 90x85cm #1 aplicador para pintar capacidad de 1000ml #1 bandeja transparente capacidad 1000ml #1 llave 3 vías con filtro alta presión (Stopcok) #1 cerradura s úper absorbente azul 45x62.5 #1 sábana quirúrgica sin adhesivo de 135x 196cm #1 campo de angi) 240x400cm impermeable, resiste tento con zona extra absorbente"

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2060 MATERIAL: 30018670

Descripción larga: HUB -

Equipo para By Pass periférico de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para By Pass periférico de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos: 1 colcha de mesa 140x190±10cm 1 colcha de mesa 160x240±10cm 4 secamos 1 bata quirúrgica SMS tamaño L 35g 3 batas quirúrgicas reforzadas impermeables tamaño XLL ? 76g

4 tallas sin adhesivo 75x90±5cm 1 talla adhesiva 75x90±5cm 1

sábana superior impermeable, resistente 269x160±10cm 1 sábana de 145x193±10cm 1 sábana inferior 193x300± gazas grandes de TST con control Rx 10x20cm 20 gazas pequeñas de TST con control Rx 10x10 1 alforja para instrumentos 2 fundas mango luz adaptables 1 goma aspiración 1 cánula Yankauer fina sin control aspiración 1 bisturí eléctrico 1 rascador bisturí 1 safa bandeja redonda 500cc 1 mango con esponja 4 cintas elásticas identificadoras maxi azules 4 cintas elásticas identificadoras maxi amarillas 10 protectores de pinza mosquito 2 jeringuillas Luer 20ml 1 grapadora quirúrgica de piel 3,5 1 hoja bisturí núm. 24 1 hoja bisturí núm. 11

2 tiras adherentes

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2070

MATERIAL: 30018671

Descripción larga: HUB -

Equipo para punción biopsia Body Scanner de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 29 elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo para punción biopsia Body Scanner de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos: 1

Cobertor de mesa 140x120 ±10cm 2 Toallas secamos ±3cm 1 Bata estándar tamaño L 20

Gazas TST 35 gr. plegadas 10x10cm 1 Talla de TST adhesiva 75x90 ±5cm con apertura de 9x12cm 1 Bandeja 125 ml azul 1 Jeringa 10 ml L/L 1 Aguja 19Gx38mm 1 Apósito adhesivo con gasa central 10x8) 1 Funda intensificador imagen circular

L=50cm/D=58cm/Goma=100cm 1 Talla 75x90 ±5cm 1 Sábana angio de 244x400 ±10cm con 4 fenestraciones

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2080

MATERIAL: 30018672

Descripción larga:

Equipo para prótesis total de rodilla y extremidades inferiores, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 24 elementos

Descripción técnica:

Equipo para prótesis total de rodilla y extremidades inferiores, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 24 elementos:

Equipo para prótesis total de rodilla y extremidades inferiores, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 24 elementos: 4 toallas de celulosa 19x25±3cm 1 colcha de mesa 150x190±10cm 1 bata quirúrgica tamaño L 2 bates tamaño XLL 1 sábana de extremidades 230x315cm con apertura elástica

de 7±10cm 6 toallas secamos 37x40±5cm 2 tallas adhesivas 75x75±5cm 3 cintas adhesivas

9x49±3cm 3 cubiertos x35±5cm

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2090 MATERIAL: 30018673

Descripción larga: Equipo

para prótesis total de cadera, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos

Descripción técnica: Equipo

para prótesis total de cadera, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos 4 toallas de celulosa 19x25±3cm 1 sábana 240x150±10cm 1 colcha de mesa reforzada 150x190±10cm 1 bata quirúrgica tamaño L 2 batas quirúrgicas reforzadas tamaño3 L1 0±10cm y apertura elástica 6 toallas secamanos 37x40±5cm 3 tallas adhesivas 75x75±5cm 3 cintas adhesivas 9x49±3cm 2 colchas de mesa 150x190±10cm 1 botina 25x75±5cm 1 talla 75

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2100 MATERIAL: 30018681

Descripción larga: HUB -

Equipo para punción biopsia ECO radiodiagnóstica de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos:

Descripción técnica:

HUB - Equipo para punción biopsia ECO radiodiagnóstica de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 17 elementos:
1 colcha de mesa 140x120±10cm
2 toallas secamanos ±3cm 1 bata quirúrgica estándar tamaño I, 35g 20 gasas TST 35 gr.
10x10cm 3 tallas adhesivas 75x75±5cm 1 bandeja 250ml
1 jeringa 10 ml L/L 1 jeringa 20 ml L/L 1 aguja
hipodérmica 21gx40mm 1 aguja hipodérmica 19gx38mm 1 mango central
±3cm 1 sutura cutánea adhesiva 12x10cm x3

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2110 MATERIAL: 30019242

Descripción larga: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con abertura central cuadrada de 10x15cm ±2cm con adhesivo y zona de refuerzo absorbente de 30x33cm ±2cm, absorbente. Medida total 102x157cm±2cm.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con apertura central cuadrada de 10x15cm ±2cm con adhesivo y zona de refuerzo abs orbente de 30x33cm ±2cm, absorbente. Medida total 102x157cm±2cm.Libre de latex,estéril,solo uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2120 MATERIAL: 30019243

Descripción larga: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con apertura circular de 12cm±2cm de diámetro con adhesivo. Medidas: 2 20x240cm ±2cm.Libre de látex, este.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, con apertura circular de 12cm±2cm de diámetro con adhesivo. Medidas: 220x240cm ±2c m. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2130 MATERIAL: 30019244

Descripción larga: Sábana

quirúrgica para cirugías menores de TST, impermeable, resistente, con apertura de 5x7cm ±2cm con adhesivo, 2 capas, exterior con absorbente en toda la extensión. Medida total 120x150cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica para cirugías menores de TST, impermeable, resistente, con apertura de 5x7cm ±2cm con adhesivo, 2 capas, exterior absorbente en toda la extensión. Medida total 120x150cm ±2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2140 MATERIAL: 30019264

Descripción larga: HTG -

Equipo para faco vitrectomía CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos

Descripción técnica: HTG -

Equipo para faco vitrectomía CONSTELLATION 23G, 7.5 CPM valvulado, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos: 1 frasco de solución salina balanceada (BSS) de 15ml 1 sábana quirúrgica ventanada de tejido sin tejer de 165x255cm doble bolsa 1 sábana colcha del equipo de 140x140cm 1 bolsas microesponjas 1 bolsas microesponjas 1 L no reforzada con secamanos 1 bata XL no reforzada con secamanos 1 bolsa lateral universal de 75x90cm 1 bolsa de succión de 35x40cm 1 cápsula de plástico graduada de 250ml 1 colcha de mesa de 100x150±10cm 1 colcha mesa 20cc luer-lock 1 aguja 30Gx1,3 20 gazas 8x8cm de 12 pliegos. 2 toallas de papel blanco de 38x56±5cm 2 manguitos 79x122±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2150 MATERIAL: 30019300

Descripción larga: Equipo

básico para cirugía pediátrica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos

Descripción técnica: Equipo

básico para cirugía pediátrica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 11 elementos 1 cinta adhesiva de 9x49±3cm 4 seca campo celulosa 18x25±5cm 1 funda Mayo 79x145cm, abs. 65x85±5cm 2 tallas adhesivas de 73x73±5cm 1 sábana adhesiva 183x183±10cm 1 sábana adhesiva de 240x148cm±10 adh.2,5 cm 1 colcha de mesa 150x190±10cm. 75x190cm

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2160 MATERIAL: 30019351

Descripción larga: HUB -

Equipo vitrectomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo vitrectomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos: 2 colchas mesa quirúrgica TST impermeabilizado 100 x 150±10cm 3 toallas secamanos celulosa 19 x 27±3cm 3 batas quirúrgicas estándar TST alta resistencia penetración líquidos tamaño 1 sábana5 cirugía1 cm con adhesivo 30x20cm, área de incisión 12x9cm, apertura 6x3cm y 2 bolsas recolección fluidos 20 gases quirúrgicas TST de 20x20 cm plegada 10x10 cm de 4 capas 1 campo de incisión de plástico transparente adhesivo, transpirable y el superf adhesiva 10x10 cm 6 tiras adhesivas TST 100X12mm 3 tiras adhesivas TST 100X6mm 2 jeringas de 2 cy 10 ml a/conn Luer,excéntrica y émbolo con anilla de seguridad 1 equipo de infusión transparente con toma de aire de 20 gotas/ml con filtro, rodillo regulador de flujo y conexión LL 180 cm de largo 2 llaves de tres vías transparente con tres conexiones LL dos hembra y un macho rotatorio 10 lancetas absorbentes de celulosa quirúrgica 2 cánulas de irrigación 25G x 1" (0,50 mm x 25 mm tipo Rycroft o equivalente,45°, 25G x 1" 2 pulseras por antebrazo TST impermeable y puño elástico,57 cm 1 cápsula de 150ml

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2170 MATERIAL: 30019652

Descripción larga: Sábana

inserción vías de TST, impermeable, resistente, 8 fenestraciones: Angio Radial y Braquial 2 feneste oval 10x7cm p/zona; total 200x280cm+/5cm.Libre látex,este,1uso

Descripción técnica: Sábana

inserción vías de TST, impermeable, resistente, de 8 fenestraciones: Angio Radial y Braquial 2 fenest oval 10x7cm p/cada zona; Angio femora le Subclavia-lugular 2 fenest Ø12cm p/cada zona. Panel polietileno transp 70cm z/cap. Medida total 200x280cm+/5cm. Libre látex, estéril, desechable

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2180 MATERIAL: 30019659

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Equip cirugía Universal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC-Equipo para cirugía Universal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos: 1 Cobertor de mesa Reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm) >= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 35g/m² 4 Toallitas secamanos 47x38±5cm 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absorción 65x85cm 2 Tallas adhesivas 90x75±5cm reforzadas 1 Sábana adhesiva 175x175±10 0±10cm reforzada con pasaubos 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x2, psula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja 1 Alforja para instrumentos

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2190 MATERIAL: 30019660

Descripción larga: HUGTP/

HTG/HJXXIII/HVC-Equipo RTU cistoscopia - litotripsia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.
Compuesto por 11 elementos

Descripción técnica: HUGTP/

HTG/HJXXIII/HVC- Equipo RTU cistoscopia - litotripsia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 11 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 2 Toallas seca manos 47x38±5cm 2 Toallas Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Sábana RTU 175/270x240±10cm recogida de líquidos con espita 1 Funda Cámara 18x250±10cm con Punta Elástica 1 Bata Fluido Protección Plus XLL (L 145cm x A 60cm)

1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2200 MATERIAL: 30019661

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Equip Cirugía en posición ginecológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.
Compuesto por 14 elementos

Descripción técnica: HHTG/

HJXXIII/HVC-Equip Cirugía en posición ginecológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >= 35g/m² 2 Toallas de manos 47x38±5cm 2 Toallas Secado 2 Litotomía 75x120±10cm 2 Trapo adhesivo 75x75±5cm 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm

1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja 20

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2210 MATERIAL: 30019662

Descripción larga: HVC -

Equipo para ginecología vía vaginal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos

Descripción técnica: HHVC -

Equipo para ginecología vía vaginal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 12 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm) >= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica 60cm >= 35g/m² 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Talla bajo nalgas 75x100±10cm 1 Sábana URO/Ginecológica 200/355x295±10cm apertura 17/8x28cm y bolsa 1 Funda 85cm 1 Papel crepé 60x60±10cm, 60gr/m2 blanco

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2220 MATERIAL: 30019663

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Equip Cirugía abdomino perineal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable . Compuesto por 25 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC-Equipo para Cirugía abdomino perineal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 25 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A/ m² 4 Toallita seca manos 47x38±5cm 4 Toallita Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absorción 65x85cm 1 Sujeta tubos de tira adhesiva 2,5x30±5cm nçol Laparoscopia 250 /175/270x260±10cm, reforzada apertura adhesiva flexible abdominal 25x30cm y 13x24cm perianal, con bolsas laterales, perneras y pasatubos 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Papel crepé 60x60±5 cm 60gr/ turino eléctrico 320cm botones corte/coagulación

1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Alforja para instrumentos laparoscopia 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2230 MATERIAL: 30019664

Descripción larga: HTG/

HVC - Equipo para Cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos

Descripción técnica: HTG/

HVC - Equipo para Cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 14 elementos:
 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm
 4 Toallas seca manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m²
 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Sábana Cesárea 175/250x300±10cm reforzada, film de incisión 38x32cm completo c/bolsa para recogida de líquidos con espita y pasatubos 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL 60cm)mínimo 35g/m²
 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Papel crepé 60x60±5cm 60gr/m2 blanco

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2240 MATERIAL: 30019665

Descripción larga: HVC -

Equipo para Parte Vía Vaginal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos:

Descripción técnica: HVC -

Equipo para Parte Vía Vaginal de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos:
 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm
 2 Toallas de manos 47x38±15cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cmxA 60cm)=/>35g/m²
 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 2 Fundas por posición Litotomía 75x120±10cm
 1 Talla de Utilidades 75x90±5cm 1 Talla adhesiva 75x75±5cm reforzado
 1 Talla bajo nalgas con bolsa 85x120±10cm reforzado con bolsa 2 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca
 2 Tallas adhesivas 75x75±5cm 1 Manta de bebé 100x100±10cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2250 MATERIAL: 30019666

Descripción larga: HUGTP/

HTG/HJXXIII/HVC-Equip Cirugía Cabeza y Cuello de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos

Descripción técnica: HUGTP/

HTG/HJXXIII/HVC-Equipo Cirugía Cabeza y Cuello de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 22 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 145cm x/ m² 4 Toallitas Secado Campo 18x25±5cm blanca 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sábana Cabeza 150x175±10cm c/turbante 106x103cm 1 Sábana adhesiva 175x175±10cm reforzada con paso1 sorción.65x85cm 4 Toallitas seca manos 47x38±5cm 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Alforja para instrumentos 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 120ml transparente 1

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2260 MATERIAL: 30019667

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Equipo Artroscopia de rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Como post por 23 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC- Equipo Artroscopia rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 23 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 4 Toallas seca manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/=35g/m² 4 Toalla secar Campo 18x25±5cm blanca 1 Botina 22x75±5cm 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absorción.65x85cm 1 Funda col Artroscopia Rodilla 230x320±10cm reforzada, fenestraciones elásticas de 7 y 5 cm con bolsa de recogida de líquidos con espita y pasatubos integrados 1 Talla adhesiva 75x75±5cm 1 Papel crepé 60x60±5cm 60gr/m² blanco 2 Tubos suc 0 120ml transparente 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2270 MATERIAL: 30019668

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC Equipo Cirugía mano y pie de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVCEquip Cirugía mano y pie de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 4 Toallas seca manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 1 Sábana de extremidades 230X315±10cm reforzada, apertura 3.5cm elástica, pasatubos integrados 2 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Talla adhesiva 75x75±5cm1

1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul
 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2280

MATERIAL: 30019669

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC Equipo Prótesis Total de rodilla y cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 37 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC Equipo Prótesis Total de Rodilla y cirugía abierta de rodilla de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 37 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 2 Cubremesas Estándar 150x190±10cm 1 Cubremesas Estándar 100x150±10cm 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absor. 3 Tallas de Utilidades 75x90±5cm 1 Botina 22x75 ±5cm

2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Sábana Extremidades 230x315±10cm reforzada, apertura 7cm elástica, pasatubos integrados 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134 Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm)>= 35g/m² 4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 1 Sabana en U 200x260±10cm2 refuerzo 5 ±10cm con 2 cintas adhesivas 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación

1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Cánula yankauer 25Fx25cm 1 Alforja para instrumentos 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2290

MATERIAL: 30019670

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Equipo para Artroscopia/Cirugía abierta de hombro de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, es téril, desechable. Compuesto por 25 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC-Equipo para Artroscopia/Cirugía abierta de hombro de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.

Compuesto por 25 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 2 Talla adhesiva 75x75±5cm 1 Funda Cámara 18x250±10cm, Punta Elástica 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Talla de Utilidades 75 134cm x A 55cm)>= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L

144cm x A 60cm)>= 35g/m² 4 Toallas seca manos 47x38±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca U c/bossa 240x170±10cm, abertura U 15x45cm adhesiva, amb bossa de recollida de líquids amb 2 espites i velcros subjectatubs 1 Llençol d'espalla a U 230x295±10cm reforçada, abertura U 10x70cm adhesiva

1 Funda Taula Maig 79x145±10cm, Absorció .65x85cm 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

Descripción técnica: HTG/

HVC- Equipo Extracción clave intramedular y amputación supracondílea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 18 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Cubremesas Estándar 150x190±10cm 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absorción.65x85cm 1 Botina 22x75±5cm 2 las de manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm) mínimo 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL- (L 144cm x A 60cm) mínimo 35g/m² 3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Lienzo 7cm elástica, pasa tubos integrados

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2330 MATERIAL: 30019674

Descripción larga: HTG/

HJXXIII/HVC-Eq Ciro mesa tracción de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII/HVC-Eq Ciro mesa tracción de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 27 elementos: 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Cubremesas Estándar 100x150±10cm 2 Tallas adhesivas 75x75±5cm 4 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >= 35g/m² 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL-L (L 144cm x A 60cm) >= 35g/m² 1 Sabana de Aislamiento Vertical 330 x 240±10cm, transparente, film de incisión 86 x 25cm, con bolsas laterales para instrumental, tiras adherentes sujetatubos, bolsa de recogida de líquidos con espita, adhesivo en la parte superior por sujeción

4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Papel crepé 60x60±10cm 60gr/m2 blanco 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm, Absorción.65x85cm 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Bisturino agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Cánula yankauer 25Fx25cm 1 Alforja para instrumentos 1 Cápsula circular 120ml transparente 2 Cápsulas circulares 250ml azul 1 Mango con esponja

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2340 MATERIAL: 30019675

Descripción larga: HJXXIII-

Equipo de Rizolisi y nefrostomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 9 elementos

Descripción técnica: HJXXIII-

Equipo de Rizolisi y nefrostomía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 9 elementos: 1 colcha de mesa estándar de 150 x 190±10cm

1 toalla secamanos de 47 x 38±5cm 1 bata quirúrgica estándar XL-L (144x60)cm >=35gr 3 tallas adhesivas de 75 x 75 ±10cm 1 sábana adhesiva de 175 x 150±10cm 1 Cápsula circular 120ml transparente 1 Mango con esponja

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2350 MATERIAL: 30019676

Descripción larga: HJXXIII/

HVC- Equipo de locales y cirugía urológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 3 elementos

Descripción técnica: HJXXIII/

HVC- Equipo de locales y cirugía urológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 3 elementos: 1 Talla adhesiva fenestrada 75x90±10cm apertura 6x8cm

1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Sábana adhesiva 175x15010cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2360

MATERIAL: 30019677

Descripción larga: HJXXIII/

HVC-Equipo de adenoides y locales de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 elementos

Descripción técnica: HJXXIII/

HVC- Equipo de adenoides y locales de tejido sin tejer, impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 elementos: 1 talla de utilidades 75 x 90±5cm

1 talla adhesiva 75 x 75±5cm 1 cubreetas estándar 100 x 150±10cm

1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 Cápsula circular 120ml transparente

1 Cápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2370

MATERIAL: 30019926

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, polietileno, antiestático transparente: 2 fundo elástico circulares de 91x91 cm, 1 funda arco en C tamaños 12,5x215cm, ajuste a/cierre clip. Compatible a/modelos General Electric de 12". Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda por intensificador de imágenes arco en C, polietileno, antiestático transparente: 2 fundo elástico circulares de 91x91 cm, 1 funda arco en C tamaños 12,5x 215cm, ajuste a/cierre clip. Compatible a/modelos General Electric de 12". Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2380

MATERIAL: 30020070

Descripción larga:

Funda telescópica para cámara de polietileno transparente de 13 x 244cm, largo ±10cm, extremo en forma de embudo, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda telescópica para cámara de polietileno transparente de 13 x 244cm, arzo ±10cm, extremo en forma de embudo, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2390

MATERIAL: 30020212

Descripción larga:

Funda quirúrgica para transductor (10mm) laparoscopia, de polietileno transparente, punta NeoGuard. Medidas: 15,2 x 244cm, largo ±10cm con plegado telescópico. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para transductor (10mm) laparoscopia, de polietileno transparente, punta NeoGuard. Medidas: 15,2 x 244cm, largo ±10cm con plegado tel escópico. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2400 MATERIAL: 30021183

Descripción larga: HUGTP

- Equipo básico para angiografía neuroradiológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un solo uso. Compuesto por 43 elementos

Descripción técnica: HUGTP

- Equipo básico para angiografía neuroradiológica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable.

Compuesto por 43 elementos: 1 colcha quirúrgica de mesa 140x190±10cm 7 toallas secamanos 1 bata quirúrgica estándar SMS tamaño L gramaje igual o superior a 35g 2 batas quirúrgicas estándar SMS tamaño XL gramaje igual o superior a 35g 2 guías de 2500ml azul 1 mango con esponja 15cm 2 fundas amplificador imágenes RX 50x100±5cm circular 1 funda amplificador imágenes RX 85x95±5cm rectangular 1 bisturí con mango nº 11 aguja 18Gx3 lla 25Gx1,6cm naranja

2 jeringuillas 3ml L/S 3p 1 jeringa 10mL/S 3p 2 jeringuillas 10ml L/
L 3p 2 jeringas 20ml L/L 3p 2 bolsas 140x75x250±10mm 2 cintas adhesivas
9x50cm 5 2 sistema de suero, gravedad, 17 2 sistema infusión 180cm 1 bolsa,
piggy, 27x34±2cm 1 talla super absorbente de 45x61±5cm 1 sábana angiografía
226/243x352±10cm con refuerzo, 4 fenestraciones , filtro

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2410 MATERIAL: 30021184

Descripción larga:

HUGTP - Equipo angiográfico vascular (L) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos

Descripción técnica: HUGTP

- Equipo angiográfico vascular (L) de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos: 1 colcha quirúrgica de mesa 140x190cm 4 toallitas secamanos 1 bata quirúrgicas

SMS tamaño L, gramaje => 40g 1 bata quirúrgicas SMS tamaño XL, gramaje => 40g 1 toalla
jaula 1 bolsas 140x75x250±5mm 1 talla absorbente 75x90±5cm 1 bandeja transparente 150ml circular 1 bandeja transparente 500ml circular 1 bandeja
transparente 120ml circular 1 bandeja circular 500ml azul 3 compresa de gasa
plegada 10 tector rectangular intensificador imágenes 85 x95 ±5cm 2 protector
redondo intensificador imágenes 100x50±5cm 1 sábana angiografía femoral 240x400±10cm 4 fenestraciones 1
bandeja rectangular 44x31x6,5 azul 1 aguja hipodérmica 19G verde oscuro 1 bisturí nº 11 mango
largo 2 jeringuillas 3p LL 10ml 2 jeringuillas 3p LL 20ml 1 jeringa 3p L/S 10ml

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2420 MATERIAL: 30021185

Descripción larga: HUGTP-

Equipo angiografía vascular(k) 31elementos

Descripción técnica: HUGTP

- Equipo angiografía vascular (k) compuesto por 31 elementos: 1 bisturí corto 11 con protección; 1 jeringuillas 20ml luer-lock 3p; 2 jeringas 10ml luer-lock; 3p, 1 jeringuillas 10ml luer, 3p 1 jeringa 5ml luer 3p; 2 agujas 18= 1,20G rosa; 1 aguja 25 G naranja; 8 toallitas celulosa 33x33cm; 2 batas quirúrgicas de protección estándar tamaño L 125cm; 1 batea plástico 250ml 9,2cm graduada; 1 colcha mesa reforzada de TST /PE 190x150cm; 1 batea rectangular plástico 2000ml 27x22x5cm; 2 batea plástico 120ml 9,2cm azul graduada; 1 pintor 5x5x22cm; 3 gasas TST 10x10cm (10 unidades); 2 funda intensificador imágenes 102x102cm de PE; 1 sábana fenestrada Protect plus 280x365x15cm Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2430 MATERIAL: 30023445

Descripción larga: Talla

quirúrgica de tejido sin tejer, extra absorbente de 6 capas (59,6/m2, 70% rayón viscosa, 30% poliéster) con tira adhesiva. Mi dic: 48x40cm, adhesivo 2,5x40cm +/- 2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer, extra absorbente de 6 capas (59,6/m2, 70% rayón viscosa, 30% poliéster) con tira adhesiva. Medidas: 48x40cm, adhesivo 2,5x40cm +/- 2cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2440 MATERIAL: 30023930

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía de carótida de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos.

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía de carótida de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 59 elementos: 1 Bisturí Eléctrico 3 Bata quirúrgica Reforzada Medida: 157cm x 65cm+/-10cm>/- 35g/m² 1 Cobertor mesa Reforzada 150x190±10cm 2 Cobertor mesa estándar 150x153 5cm+/- -10cm.>/- 35g/m² 2 Vessel loop maxi 2.5mm x 1mm x 406mm silicona azul XRD 4 Toallitas secamanos 47x38±5cm 2 Sujeta tubos tira adherentes 25x15cm adhesivo 1 Hoja 1 Pinza Mosquito amarillo 2 padres 2 Capsula graduada transparente 250ml 1 Cápsula Graduada transparente 500ml 1 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno nº 65 2 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno nº 7 1 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno nº 75 1 ada verde 20 Gasas TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 10 Gasas TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Mango con esponja 3 Tallas adhesivas 100x100±10cm reforzadas 1 Sábana adhesiva 240x175±10cm2 refuerzo at 2 Toallitas de manos 47x38±5cm 3 Toallitas para secar el campo 18x25±5cm 2 Jeringa 20ml L/L 3 partes concéntrica 2 Vessel loop maxi 1mm 40.6cm silicona amarillo 1 Vessel loop maxi 25x1mm 406cm silicona blanco XRD 1 Sábana sin adhesivo 90x1

1Tub succión OD 29Ch 7mm 3m±10cm 2 Cinta adhesiva 9x49cm
 1 Bandeja 25x14x5cm 1575ml azul Polipropileno 1 Contador de agujas magnético 30 uds
 1 Bolsa Instrumental 40x35cm de 2 compartimentos 3 Cánulas Yankauer 12Ch 275cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2450 MATERIAL: 30024010

Descripción larga:

HUB - Equipo para Amputación de tejido sin tejerlibre de látexestériluno desechablecompuesto de 36 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para Amputación de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto de 36 elementos: 4 Toallas secamanos manos 47x38±5cm 10 Compresa TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 2 ±5cm 3 Bates quirúrgica Reforzada Medida: 129cm x 60cm+/-10cm, >/- 35g/m² 20 Gasas TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca 1 Bisturino Eléctrico 1 Limpieza encajes bisturí 2x5 Opcs Foam/ Magnético amarillo 1 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Mango con esponja 2 Talla adhesiva 90x75±5cm reforzado 2 Fundas Mango de Luz Verde 1 Cubremesa Reforzado 150x190±10cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 13cm 1 Botina 32x120cm 1 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno núm. 6,5 1 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno núm.7 1 Guantes quirúrgicos de Poliisopreno núm. 7,5 1 Cápsula Graduada Transparente 500ml 1 Cubremesas estándar 150x190±5cm 2 Sujeta tubos de tira adherente 25x15±5cm adhesivo 1 Sábana reforzada en U 200x260±10cm apertura 20x102cm Polipropileno 1 Sabana con adhesivo 300x175±10cm 1 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2460 MATERIAL: 30024011

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía oftalmológica de órbita tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía oftalmológica de órbita tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos: 1 colcha de mesa TST impermeable 140x120±10cm 3 toallas celulosa para cirugía de 30x39±3cm 2 batas estándar-alta 40g TST, alta resistencia penetración líquidos, extra grande L 1 bata de protección estándar talla L, 35g,

3 tallas quirúrgicas con adhesivo de TST 75x90±5cm 1 sábana con adhesivo TST 190x240±10cm 10 gasas quirúrgicas TST? 50gr plegada 10x10cm, 4 capas 1 cánula Yankauer CH 12 longitud 26cm s/control aspiración a/conn sistema de aspiración 1 tubo conector de PVC con grado médico, Ø7mm, longitud 3m±10cm 1 electrobisturino a/ cable de 3m transparente a/adhesivo para instrumentos 41x33cm 1 limpiador de electrobisturí 1 hoja de bisturí n° 15 2 jeringa 20ml L/S 2p 1 fundas mango lámpara quirófono adaptables 1 cápsula de 250ml 1 colcha mesa 1 20cm

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2470 MATERIAL: 30025014

Descripción larga: Equipo

para partes, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente. Libre de látex, estéril, 1 desechable, compuesto por 9 elemento s:

Descripción técnica: Equipo

para partes, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 9 elementos:

1 colcha de mesa de 120x140±10cm

1 talla de celulosa para recién nacido de 100x105±10cm 1 talla de aproximación adhesiva de 90x75±5cm 1 sábana bajo nalgas de 85x114±5cm

refuerzo de 32,5x50cm con bolsa colectora de fluidos 4 por 0 5cm 2 toallitas de celulosa de 30x20±5cm absorbente 1 bata estándar tamaño XL 130cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2480 MATERIAL: 30026074

Descripción larga:

Funda para protección y aislamiento del mango de la luz de quirófano de polietileno transparente, ajustable y universal. Medidas: ancho 10c m, largo 13cm, envase unitario. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

para protección y aislamiento del mango de la luz de quirófano de polietileno transparente, ajustable y universal. Medidas: ancho 10cm, largo 13cm, envase unitario. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2490 MATERIAL: 30026821

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno, antiestático transparente, (45 micras) Medida: 137x259cm, diámetro lento 65mm, ángulo, giro y anticentelleo, tiras sujeta y cierre ajustable óptico, tipo Zeiss OPMI.

Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno, antiestático transparente, (45 micras): Medida: 137x259cm, diámetro de la lente 65mm, angular, giratoria y anticentelleo, con tiras de sujeción y cierre ajustable

a ópticas, tipo Zeiss OP. Libre de látex, estéril, desechable

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2500 MATERIAL: 30027634

Descripción larga: HUGTP/

HTG- Equipo para Cirugía Cardíaca Valvular de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 46 elementos

Descripción técnica: HUGTP/

HTG- Equipo para Cirugía Cardíaca Valvular de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 46 elementos: 1 Funda Mesa Mayo Reforzada 79x145±10cm, Absorción. 65x85cm 1 Cubremesas

Estándar 150x190±10cm 1 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 1 Sábana torácica 000 2x40cm, con bolsas laterales pasatubos 6 Gasa

abd TST 40x40cm 130g 3p RX Verde 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Cápsula 1500ml Azul Polipropileno 2 Cápsula 5 Sonda

vesical Foley 16Ch 5ml con sensor temperatura

1 Sistema de infusión 180cm conexión L/L para sangre 6 Talla adhesivo 75x75±5cm
1 Talla de Utilidades 75x90±5cm 1 Jeringa 60 ml punta catéter tipo Bulb
8 Toallas de manos 47x38±5cm 2 Cánula succión Yankauer 22Ch 27,5cm punta redonda 6 orificios s/control
1 Tubo succión PVC OD 29CH 7mm 3,5m F/F 2 Jeringa 10ml 2 partes L/S Excéntrica
1 Jeringa 5ml L/S 2P Excéntrica 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±cm con cierre tipo Zip
3 Bata Quirúrgica Estándar LL (L 131cm x A 54cm) => 68g/m2 1 Cubremesas Estándar 100x150±10cm
1 Papel crepé 60x60±10 cm 60gr/m2 blanco 1 Cubremesas Reforzado 150x240±10cm
1 Conector recto 10-10x10-10mm 2 Tapón azul L/L

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2510 MATERIAL: 30027935

Descripción larga:

Funda para transductor del ecógrafo intraoperatorio, de isosilk, con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 10x61cm largo ±5cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para transductor del ecógrafo intraoperatorio, de isosilk, con punta recta de polisopreno y hielo. Medida: 10x61cm largo ±5cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación y hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2520 MATERIAL: 30028190

Descripción larga:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 60 cm ±2cm, apertura Ø 5cm, 55 g m2, Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla quirúrgica de tejido sin tejer fenestrada, impermeable, absorbente. Medidas: 50 x 60 cm ±2cm, apertura Ø 5cm, 55 g m2, Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2530 MATERIAL: 30028781

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía de cataratas compatible sistema CENTURION de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 28 elementos.

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía de cataratas compatible sistema CENTURION de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 28 elementos: 1 sobremesa de 112x100±10cm 1 sobremesa de 100x150±10cm 1 colcha grande 1 toalla de papel
1 bata quirúrgica no reforzada talla L 2 batas quirúrgicas no reforzadas talla L con
secamanos 2 tallas reposa TST impermeable, resistente
con bajo desprendimiento de partículas, 140x160±10cm no fenestrado con bolsa 1 cánula cámara anterior de 25G 1 cánula viscolástica de 27G 1
aguja de 27G x 1.3 1 cistotom irrigación 25G 15 2,2 clearcut single bevel 2.2mm 1 bolsa de 6 hemostetas celulosa (microesponjas) 1 tira de drenaje
1 batea de 450cc graduada 5 gasas TST 30gr de plegadas 10x10 12 pliegos 4 guantes examen M

2 jeringuillas 10cc LL 1 jeringa 1cc LS 1 protector ocular oval Compatible con sistema CENTURION o similar elementos: 1 sobremesa de 112x100cm

1 sobremesa de 100x150cm 1 colcha grande 1 toalla de papel
1 bata quirúrgica no reforzada talla L 2 batas quirúrgicas no reforzadas talla L con seca manos 2 tallas reposa brazos 71x80 cm 1 sábana de TST impermeable1 resistente con bajo desprendimiento1 .aprox.no fenestrado con bolsa 1 cánula cámara anterior de 25G 1 cánula viscoat de 27G 1 aguja de 27G x 1.3 1 cistotom irrigación 25G 1 cuchilla 15° estándar angulado 15° 1 cuchilla 2. tes celulosa(micro esponjas) 6S 1 tira de drenaje 1 batea de 450cc graduada 5 gasas TST 30 gr de plegadas 10x10 12 pliegos, 4 guantes examen M 2 jeringuillas 10cc LL 1 jeringa 1cc LS 1 protector desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2540 MATERIAL: 30028923

Descripción larga: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 305 cm, con lente angulada de vidrio y cierre a presión, ajustable. Para modelos Leica Armatec M720/OH5. , estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 305 cm, con lente angulada de vidrio y cierre a presión, ayu stable. Para modelos Leica Armatec M720/OH5. Libre látex, estéril, un sonido uso .

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2550 MATERIAL: 30029504

Descripción larga: Equipo

para infiltración caudal (raquianestesia) compuesto por 12 elementos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Equipo

para infiltración caudal (raquianestesia). Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 12 elementos: 1 jeringa 5ml Luer 1 jeringa 10ml Luer 1 aguja hipodérmica G25 long 16mm 1 aguja hipodérmica 80 ±5cm sin ventana 1 aguja aspiración G18 long 15mm con filtro 1 aguja raquianestesia Witaker G22 long 50mm 1 bandeja 170x100x30mm 1 par guantes estériles sin polvo N 7,5 5 gasas

1 talla envoltura del equipo de 80x70±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2560 MATERIAL: 30029507

Descripción larga:

HUB - Equipo para cirugía de columna de tejido sin tejer, libre de látex ,estéril, desechable, compuesto por 43 elementos

Descripción técnica: HUB -

Equipo para cirugía de columna de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 43 elementos: 1 Cobertor mesa se tejer sin tejer impermeabilizado 140x190±10cm
5 toallas secamanos 1 bata 35g 2 batas quirúrgicas estándar alta protección tamaño XL 40g 1 colcha de mesa de TST impermeable
160x240±10cm 2 colchas de mesa impermeables 140x190±10cm 1 cápsula 250ml transparente 1 mango con esponja 2 fundas 2 aspiración CH12
1 tubo aspiración 300±10cm diámetro0,7cm CH21 1 bisturí eléctrico 1 limpieza bisturí 2 bolsas instrumental 40x33±10cm con 1 compartimiento adhesiva
de polietileno 2 tallas absorbentes 43x63±5cm 10 gasas de TST
10x10cm RX 2 turino nº.15 2 hojas bisturí nº 24 1 contador agujas
magnético 30 uni 1 talla adhesiva 75x90±5cm 3 tallas 75x90±5cm 1 sábana reforzada adhesivo
254x183±10cm 1 sábana en U adhesivo 240x304±

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2570 MATERIAL: 30030081

Descripción larga: HJXXIII

- Equipo para cirugía de cataratas Centurion compuesto por 21 elementos. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: HJXXIII

- Equipo para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 21 elementos: 1 sábana quirúrgica de tejido sin tejer de 165x255cm no fenestrado con
doble bolsa 2 cánulas de hidrodisección 25G

1 cistotom angulado de irrigación 25G 1 cuchilla de doble filo angulado 2,75mm 1 lanceta escleral, 19G 1 bolsa de
10 microesponjas 1 protector ocular de plástico transparente 1 aguja 20Gx 2.5
1 aguja FACO OZ 2 psula plástico graduada 250ml 5 gasas 10x10cm con 12 pliegos 1
jeringa 10cc 1 jeringa 3cc 1 jeringa insulina 1cc 1 etiqueta amarilla 38x11mm 1
colcha de mesa 112x199cm 1 parche ocular oval

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2580 MATERIAL: 30030082

Descripción larga: HJXXIII

- Equipo para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 8 elementos

Descripción técnica:

HJXXIII - Equipo para cirugía de cataratas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 8 elementos: 1 sábana quirúrgica de tejido sin tejer de 165x254±10cm no
fenestrado con doble bolsa 1 bolsa de 10 microesponjas 1 protector ocular de plástico transparente 3 batas grandes con
secamanos 1 colcha de mesa de 112x193±1,2x7,2mm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2590 MATERIAL: 30030716

Descripción larga: HTG/

HJXXIII - Equipo para craneotomía para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, un sonido al uso.
Compuesto por 72 elementos

Descripción técnica: HTG/

HJXXIII- Equipo para craneotomía para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 72 elementos: 1 Bisturí Eléctrico 320cm botones corte/coagulación

2 Cinta adhesiva 9x49±5cm 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Contenedor de Aguja 20pz Foam/
Magnético, amarillo 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 1 Funda Mesa Mayo 70x10cm rgica Estándar Talla LL (L 134cm x A
55cm)>/=35g/m² 1 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 4 Toallas de manos 47x38±5cm 2 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Grapadora Piel 35W 30grapas 2 Lentina 2
de 10 unidades) 2 Jeringa 20ml L/S 3P Excéntrica 1 Cánula IV 16G 45mm Gris 4 Talla adhesiva 50x50±5cm 2 Bata
Quirúrgica Estándar Talla XL (L 129cm x A 60cm) >/=35g/m2 3,5m±10cm F/F 1 Hoja de bisturí
n°11 2 Hoja de bisturí n°23 2 Cápsula Graduada Transparente 500ml 30 Gasas TST 10x40cm 70g blanca RX 1 Sábana Craniotomía 230x20
de recogida de fluidos con espita y tiras adherentes sujeta tubos 1 Papel crepé
60x60±10cm 60gr/m2 blanco 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm Zip 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Cápsula circular 120

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2600 MATERIAL: 30030717

Descripción larga: HUGTP/

HTG/HJXXIII/HVC-Equipo Básico para cirugía pediátrica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril uso. Compuesto por 26 elementos látex,estéril,u , un solo

Descripción técnica: HUGTP/

HTG/HJXXIII-Equipo Básico para cirugía pediátrica de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 26 elementos: 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Bata Quirúrgica
Estándar Talla LL (L
134cm x A 55cm)>/= 35g/m² 4 Toallitas seca manos 47x38±5cm 2 Toallitas eje ±5cm 1 Cubremesas Reforzado 150x190±10cm 2 Bata Quirúrgica Estándar Talla XL (L 129cm x
A 60cm) >/=35g/m² 2 Talla adhesiva 75x73±5cm con adhesivo 2,5cm pediátrico 1Len ,5cm pediátrico 1
Sábana adhesiva 240x148±10cm adhesivo 2,5cm pediátrico 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones
corte/coagulación 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético 1 Tubo succión PVC 300x0,7cm 1 ápsula circular 250ml azul 1 Mango con esponja

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2610 MATERIAL: 30030827

Descripción larga: HUB

-Equipo para cirugía de cataratas compatible sistema Stellaris de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos

Descripción técnica: HUB

-Equipo para cirugía de cataratas compatible sistema Stellaris de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex,estéril,desechable. Compuesto por 33 elementos 1 cistotom irrigación 25G 1 Hemostetas de celulosa 10u 1 canula cámara anterior 25G 1 jeringa de insulina 1ml 4 batas tamaño L no reforzadas con secamanos 1 canula viscolástica ANGD 3'G sintético L 1 apósito adhesivo transparente 10x12cm 2 cerraduras apoyabrazos sillón 80x35cm sms 1 jeringa 3p L/L 10ml 1 protector ocular adulto 1 colcha mesa instrumental 110x190cm 1 compresa plegada gasa 10 5x4x1mm 1 cápsula graduada 500ml azul 1 colcha mesa instrum 100x150cm plegado 1 cuchillite angulado 2,4mm 1 cuchillite 15° 1 cerraduras oftalmológica no ventanada 160X160cm con 2 bolsas 25X30cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2620

MATERIAL: 30031963

Descripción larga:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 122 x 300 cm, diámetro lento 65 mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI Pentero 900. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 122 x 300 cm, diámetro lento 65 mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI Pentero 900. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2630

MATERIAL: 30032643

Descripción larga:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 30°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT y PE. Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 3.0 PV642SU o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

de cámara con vaina metálica para óptica de 30°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT (polibutilen-terephalato) y PE (polietileno). Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 2.0 PV642SU o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2640

MATERIAL: 30032644

Descripción larga:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 0°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, térmica ignífuga de PVC. Por at orre de endoscopia Einstein Vision 3D-PV641SU o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 0°, longitud de trabajo ll 360 mm, diámetro 10,3mm, térmica ignífuga de PVC. Para torre de endos copia Einstein Vision 3D-PV641SU o equivalente. Libre de látex, estéreo, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2650 MATERIAL: 30033144

Descripción larga: Sábana

quirúrgica nefroscopia, impermeable, absorbente, a/área refuerzo de 165x50cm, bolsa recogida fluidos 20 litros y 65x148cm, abertura incisión 5cm ,todas las mi. Medidas:170x300cm ±5cm. No látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica nefroscopia, impermeable, absorbente, a/área refuerzo de 1 65x50cm, bolsa recogida fluidos 20 litros y 65x148cm, apertura incisión 5cm, todos los tamaños ±2cm, cinta adhesiva elástica de fija. Medidas:170x300 cm ±5cm. No látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2660 MATERIAL: 30033334

Descripción larga:

Funda para ecógrafo de polietileno transparente, tamaño 18x120cm,largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación sin hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para ecógrafo de polietileno transparente, tamaño 18x120cm,largo ±10cm, plegada telescópicamente, tiras de fijación sin hielo. Libre de látex, y stéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2670 MATERIAL: 30033335

Descripción larga:

Funda para transductor del ecógrafo, de polietileno transparente. Medida: 18x30 cm, largo ±5cm, tiras de fijación elásticas sin hielo. Libre re de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para transductor del ecógrafo, de polietileno transparente. Medida: 18x3 0 cm, largo ±5cm, tiras de fijación elásticas sin hielo. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2680 MATERIAL: 30033338

Descripción larga:

Funda para arco de fluoroscopia portátil, de polietileno antiestático transparente con boquilla elástica y ajustado con tiras de velcro o adhesiva. Medidas: 137cm ancho x 198cm largo ±5cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

para arco de fluoroscopia portátil, de polietileno antiestático transp arente con embocadura elástica y ajustado con tiras de velcro o adhesiva. Medidas: 137cm ancho x 198cm largo ±5cm. Libre de látex, estéril, un solo uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2690 MATERIAL: 30033660

Descripción larga: Sábana

quirúrgica para angiografía, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, con laterales transparentes y una abertura adhesiva de 15x15cm ±2cm. Medidas: 234x395 cm±5cm.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Sábana

quirúrgica para angiografía, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, absorbente, con laterales transparentes y una abertura adhesiva de 15x15cm ±2cm. Medidas: 234x395 cm±5cm. Libre de látex, estéril, un solo uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2700 MATERIAL: 30034218

Descripción larga:

HUB - Equipo de cuidado de punto de inserción nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 5 e lements

Descripción técnica:

HUB - Equipo de cuidado de punto de inserción nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 5 elementos: 1 bandeja de soporte con 3 departamentos 1 talla de TST y polietileno 70x70±5 cm 10 gasas de tejido sin tejer 40gr 10x10cm 4 pliegues 1 pinza de disección de plástico 1 apósito transparente adhesivo 9x10±3cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2710 MATERIAL: 30034219

Descripción larga:

HUB - Equipo de colocación de bolsa de nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 6 los elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo de colocación de bolsa de nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 6 elementos: 1 bandeja de soporte con 3 departamentos 1 talla de tejido sin tejer y polietileno 70x70±5cm 1 talla de tejido sin tejer y polietileno adhesiva 75x90±5cm 8 gasas de tejido sin tejer 40gr 10x10cm 4 pliegues 1 jeringa 10ml 3cuerpos con Luer 1 aguja de 19Gx1 1/2

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2720 MATERIAL: 30034240

Descripción larga:

HUB - Equipo de retirada de bolsa de nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 10 elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo de retirada de bolsa de nutrición parenteral de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 10 elementos: 1 bandeja de soporte con 3 departamentos 1 talla de tejido sin tejer y polietileno 70x70cm±5cm 1 talla de tejido sin tejer y polietileno adhesiva 75x90±5cm cm 5 gasas de tejido sin tejer 40gr 10x10cm 4 pliegos 2 jeringa10ml 3 cuerpos con Luer 1 jeringa de 5ml 3 cuerpos con Luer 3 agujas de 19Gx1 1/

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2730 MATERIAL: 30034423

Descripción larga:

Funda quirúrgica para radioterapia intraoperatoria, de polietileno transparente para emisor de fotones. Medida: 122 x 300 cm, con tiras de fijación y cierre ajustable. Para Zeiss Intrabeam. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para radioterapia intraoperatoria, de polietileno transparente para emisor de fotones. Medida: 122 x 300 cm, con tiras de fijación y cierre ajustable. Para Zeiss Intrabeam. Libre de látex, estéril, un uso o uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2740

MATERIAL: 30034633

Descripción larga: Equipo

cirugía oftálmica, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 20 elementos. Bajo desprendimiento de partículas. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Equipo

cirugía oftálmica 20 elementos/C25278-05: (1) equipo accesorios

ULTRA (1) sutura de nylon 10/0 con aguja R-5 longitud hilo 1,15cm (2) aguja 20Gx3.8mm, (1) aguja 30Gx1.3mm, (1) cánula cámara

anterior 27G, (1) cánula hidrodissección 27G, (1) cistotom

angulado irrigación 27G, (1) cuchilla 15°, (1) cuchilla 2.2mm dual bevel angulado (1) campo

con 2 bolsas recogida fluidos 165x255cm, (1) apósito transparente 10x12cm, (1)

colcha mesa Mayo 76 x 145 cm, (1) colcha de mesa instrumental 112x199cm, (2) bolsas de micro esponjas de 5 unidades (10) gases plega 12P, (1) jeringa de 10cc luer-

lock, (1) jeringa 5cc luer-lock, (1) batea graduada 450cc, (3) bata quirúrgica estándar tamaño L con

secamanos. (2) leggins 79x122cmm Libre de látex, estéril, desechable.

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2750

MATERIAL: 30035314

Descripción larga: HJXXIII-

Equipo para angiografía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 42 elementos

Descripción técnica: Equipo

para hemodinámica cardiaca de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 42 elementos: 1 sábana angiografía 244x400±10cm con 4 agujeros, dos laterales de

polietileno transparentes 1 colcha mesa 140x190±10cm 4 toallas secamanos 30x39±5cm 1 bata quirúrgica 1 bata quirúrgica reforzada

XL >/ = 76g 2 protectores para intensificador de imágenes (1)122x122±5cm rectangular,

(1)50x100±5cm circular con goma elástica de ajuste 1 batea 500ml transparente 1 batea 1000ml azul con 1 batea 1000ml transparente 1 con

sist.seguridad 1 contador agujas 2 pinzas 1 aguja 18Gx4mm, rojo 1 aguja 25Gx16mm, naranja 1 Jeringa 5 ml, L/S 3p 1 Jeringa 5 ml, L/S 2p verde 3 Jeringa de 10 ml, L/S 10x10cm 5 gasas

TST 10x20cm 1 talla absorbente 40x50±5cm adhesiva 3 Jeringa de

10 ml, L/L 3p 1 batea 2500 ml azul 1 talla quirúrgica bi laminada 75 x

90 cm 1 talla 75x90±1

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2760 MATERIAL: 30038047

Descripción larga: Campo

incisión aïsla vertical,polietileno transp superf adhes iodad,boss centro colect fluidos(aspirac)tira aluminio adapto,2 boss late, su bj tubos lat.Medidas incisión 42x25 5cm.Libre látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Campo

incisión aïsla vertical,polietileno transp superf adhes iodad,boss cen tr colect fluidos(aspirac)tira aluminio adaptado,2 boss lat, sujet tubos lat.
Medidas incisión 48x25 ±2cm, total 320x213cm ±5cm.Libre látex, estéril, solo uso.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2770 MATERIAL: 30039118

Descripción larga:

Funda para luz quirúrgica con videocámara, de plástico transparente(, Medidas: diámetro proximal 13cm, diámetro distal 7cm, longit ud 18cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para luz quirúrgica con videocámara, de plástico transparente(, ure de látex, estéril, desechable. Medidas: diámetro proximal 13cm, diámetro distal 7cm, longitud 18cm. Lino

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2780 MATERIAL: 30039716

Descripción larga:

Funda intensificador de imágenes arco en C,polietileno, antiestático transparente:1 bolsa circular 91x51 cm,1 parte inf funda generador 149x 45cm,1 funda parte sup arco 272x91x45cm y 1 funda cable 142x35cm,
Libre látex, est.Para modelos PhilipsA

Descripción técnica:

Funda intensificador de imágenes arco en C,polietileno, antiestático transparente:1 bolsa circular 91x51 cm,1 parte inf funda generador 149x 45cm,1 fund aparte sup arco 272x91x45cm y 1 funda cable 142x35cm, Libre látex, est.
PhilipsAlluraXperFD20.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2790 MATERIAL: 30040122

Descripción larga:

Funda protectora para asiento (taburete), de polipropileno trilaminado (SMS) látex, estéril, desechable. , forma circular de diámetro 60±2cm, con tiras de fijación. Libre de

Descripción técnica: Funda

protectora para asiento (taburete), de polipropileno trilaminado (SMS), forma circular de diámetro 60±2cm, con tiras de fijación. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2800 MATERIAL: 30040267

Descripción larga:

Funda vídeo endoscopio de 0°, de plástico rígido de grado médico, diámetro de 10 mm, longitud 320 mm, conexión rápida cabezal cámara por vino deo endoscopio, EndoVims 4K.Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda vídeo endoscopio de 0°, de plástico rígido de grado médico, diámetro de 10 mm, longitud 320 mm, conexión rápida cabezal cámara para video endoscopio, EndoVims 4K. Libre de látex, estéril, desechable. Ver nota interna

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2810 MATERIAL: 30040268

Descripción larga:

Funda vídeo endoscopio de 30°, de plástico rígido de grado médico, diámetro de 10 mm, longitud 320 mm, conexión rápida cabezal cámara para video endoscopio, EndoVims 4K. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica: Funda

vídeo endoscopio de 30°, de plástico rígido de grado médico, diámetro de 10 mm, longitud 320 mm, conexión rápida cabezal cámara para video endoscopio, EndoVims 4K. Libre de látex, estéril, desechable. Ver nota interna.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2820 MATERIAL: 30040356

Descripción larga:

HVH-Equipo para cirugía anal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 29 elementos

Descripción técnica:

HVH-Equipo para cirugía anal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 29 elementos:

- 2 Fundas Mango de Lámpara Universal 5 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX
- 1 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verde RX 1 Hoja de bisturí nº24
- 1 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación
- 1 Mango con esponja 20cm Naranja 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm
- 1 Talla Time out 45x32±5cm naranja 1 Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético amarillo
- 2 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 1 Cubretaulas Reforzado 150x240±10cm
- 1 Sabana adhesiva 150x100±10cm 4 Paño adhesivo 90x75±5cm reforzado
- 4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada con pasaubos
- 2 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 2 Perneras de Litotomía 75x150±5cm
- 10 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2830 MATERIAL: 30040357

Descripción larga:

HVH-Equipo laparotomía básico de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 32 elementos

Descripción técnica:

HVH-Equipo para laparotomía básica de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 32 elementos:

- 2 Funda Mango de Luz Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX
- 2 Compresa abd TNT 40x60±5cm 130g 3p verde RX 1 Hoja de bisturí nº24
- 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm Zip 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación
- 1 Grapadora Piel 35W 35grapas 1 Mango con esponja 20cm Naranja
- 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Trape time out 45x32cm naranja
- 1 Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético amarillo 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca
- 1 Cubremesas Reforzado 150x240±10cm 2 Trape adhesivo 90x75±5cm reforzado
- 4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada con pasaubos
- 1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforzada con pasaubos 1 Paño de Utilidades 75x90±5cm

2 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 1 Cápsula graduada transparente 250ml
 1 Cápsula 500ml Graduada Azul 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX
 2 Funda Mango de Luz Universal 10 Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX
 2 Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verde RX 1 Hoja de bisturí nº24
 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30cm Zip 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación
 1 Grapadora Piel 35W 35grapas 1 Mango con esponja 20cm Naranja
 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Trapo time out 45x32cm naranja
 1 Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético amarillo 4 Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca
 1 Cubremesas Reforzado 150x240cm 2 Trapo adhesivo 90x75cm reforzado
 4 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Sabana adhesiva 175x175cm reforzada con pasaubos
 1 Sabana adhesiva 240x150cm reforzada con pasaubos 1 Paño de Utilidades 75x90cm
 2 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos 1 Cápsula graduada transparente 250ml
 1 Cápsula 500ml Graduada Azul 5 Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2840

MATERIAL: 30040358

Descripción larga:

HVH-Equipo laparotomía grande de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 45 elementos

Descripción técnica:

HVH-Equipo laparotomía grande de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 45 elementos:
 2 Fundas Mango de Lámpara Universal 20 Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX
 4 Compresa abd TST 40x60±5cm 130g 3p verde RX 2 Hoja de bisturí nº15
 2 Hoja de bisturí nº24 1 Cánula succión Yankauer 18Ch 28cm punta 6 orificios
 1 Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm Zip 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación
 1 Electrodo terminal Bisturí Eléctrico 15 3cm Acero inoxidable 1 Grapadora Piel 35W 35grapas
 1 Cápsula Graduada Azul 1000ml 1 Mango con esponja 20cm Naranja
 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Talla time out 45x32±5cm naranja
 1 Tubo succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético amarillo
 1 Manta magnética para instrumentos 25 4x40 6cm azul 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca
 1 Cubremesas Reforzado 150x240cm 2 Trapo adhesivo 90x75±10cm reforzado
 4 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sabana adhesiva 175x175±10cm reforzada con pasa tubos
 1 Sabana adhesiva 240x150±10cm reforzada con pasa tubos 1 Funda Mesa Mayo 79x145±10cm Absorción 65x85cm
 4 Bolsa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartimentos 1 Cápsula 500ml Graduada Azul
 1 Cápsula graduada transparente 250ml 10 Compresa TST 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2850

MATERIAL: 30040359

Descripción larga:

HVH- Equipo para procedimientos de laparoscopia abdominal perineal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 52 elementos

Descripción técnica:

HVH- Equipo para procedimientos de laparoscopia abdominal perineal de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 52 elementos
 2-Funda Mango Lámpara Universal, 10-Gasa TNT 10x20cm 70g 6p blanca RX,
 2-Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verde RX, 2-Hoja de bisturí nº15,
 2-Hoja de bisturí nº24, 2-Cánula succión Yankauer 22Ch 27,5cm punta redonda 6 orificios, s/control,
 1-Bolsa de Plástico transparente 20x30+/-5cm Zip, 1-Bisturí Eléctrico 320cm botones corte/coagulación,

1-Electrode terminal Bisturí Eléctrico 15,3cm Acero inoxidable, 1-Grapadora Piel 35W 35 grapas,
1-Cápsula Graduada Azul 1000ml, 1-Mango con esponja
1-Solución anti vaho con esponja, 1-Limpieza puntas de bisturí 5x5cm,
1-Drap time out 45x32cm naranja, 1-Sistema de Irrigación 21Ch 280+/-10cm c/cámara,
1-Evacuador de humo c/filtro, LL c/Clip, 1-Tub insuflación OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/embudo,
1-Tub succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm, 1-Contenedor de Agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo,
1-Sujetatubos de tira adhesiva 2,5x30+/-10cm adhesivo, 4-Toalla Secado de Campo 18x25+/-5cm blanca,
1-Cubretaulas Reforzado 150x240+/-10cm, 1-Funda Cámara 18x250+/-10cm, Punta Elástica,
4-Talla adhesiva 90x75+/-5cm reforzado, 4-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm, 1-sábana Laparoscopia
250/175/270x260+/-10cm reforzada, apertura adhesiva flexible abdominal 25x30cm 1- Sábana bajo nalgas 75x100+/-10cm,

2-Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos, 1-Funda Mesa Mayo 79x145+/-10cm, Absorción 65x85cm,
1-Papel crepé 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanco, 1-Bolsa de Plástico transparente 20x30+/-5cm Zip,
2-Camales 75x120+/-5cm (envase de 2 unidades), 1-Cápsula 500ml Graduada Azul,
1-Cápsula graduada transparente 250ml, 10-Gasas TST 10x10cm 70g 6p esponja
1 Limpiador bisturí 5x5cm 2 Hoja bisturí nº24
2 Hoja bisturí nº15 1 Bastón desinfección 20cm naranja
1 Funda cámara 18x250 cm, punta elásticas 10 Gasa TST 10x20cm 50gr 4p RX Blanca
10 Gasa TNT 10x10cm 50gr de 4 pl RX 2 Fundas mango de lámpara
1 Evacuador de Humo LL c/ Clip 1 Batea graduada 250ml polipropileno rosa
1 Batea graduada 500 ml polipropileno azul 1 Sistema de irrigación OD 21Ch silio 230cm
1 Cazuelita 1000ml polipropileno azul 1 Bisturino eléctrico 320cm con botones
1 Tubo succión de 3,5 m OD PVC 30CH ID 24CH 1 Tubo de insuflación con filtro OD 26CH
1 Bolsa instrumental endoscópica 30x50cm 1 Sábana laparoscopia 250/175 / 270x260cm
1 Papel crepé 60x60cm 45gr/m2 blanco 2 Talla adhesivo 90x75cm reforzada
1 Talla nalgas 75x100cm 2 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 compartimentos
4 Cinta adhesiva 9x49cm 4 toallas seca campo blanco 18x25cm
2 Cánula aspiración 22CH punta redonda

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 2860

MATERIAL: 30040360

Descripción larga:

HVH- Equipo para procedimientos de laparoscopia de tejido sin tejer ,libre de látex,estéril,desechable,compuesto por 56 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para procedimientos de laparoscopia de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 56 elementos 2-Funda Mango de Lámpara Universal, 10-Gasa TST 10x20cm 70g 6p blanca RX, 2- TST 40x60cm 130g 3p verde RX, 1-Hoja de bisturí nº15, 1-Hoja de bisturí nº24, 1-Bolsa de Plástico transparente.20x30+/-5Cm Zip, 1-Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/ , 1-Mango con esponja 20cm Naranja, 1-Solucion anti vaho con esponja, 1-Limpieza puntas de bisturí 5x5cm, 1-Drap time out 45x32+/-5cm naranja, 1-Sistema de Irrigación 21Ch , 1-Evacuador de humo c/filtro, LL c/Clip, 1-Tub insuflación OD 26Ch ID 18Ch 300cm+/-10cm MLL/embudo, 1-Tub succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m+/-10cm, 1-Contenedor de 'Agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo, 1-Sujetatubos velcro 2,5x30+/-5cm adhesivo, 4-Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca, 1-Cubretaulas Reforzado 150x240+/-10 Punta Elástica , 3-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm, 1-sábana Laparoscopia 250/175/270x260+/-10cm reforzada, apertura adhesiva flexible abdominal de 25x30cm y perianal 13x24cm, bolsas laterales perneras

pasatubos, 1-Sábana bajo nalgas 75x100+/-10cm,
 1-Bolsa Instrumental 40x35+/-5cm 2 Compartimentos, 1-Funda Mesa Mayo 79x145+/-10cm, Absoción 65x85cm,
 1-Papel crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanco,1-Bolsa de Plástico transparente20x30+/-5cm Zip,
 1-Cápsula 500ml Graduada Azul, 1-Cápsula graduada transparente 250ml,
 10-Compresa TNT 10x10cm 70g 6p blanca RX

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2870 MATERIAL: 30040471

Descripción larga: HVH-

Equipo cirugía de cadera de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 50 elemento

Descripción técnica: HVH-

Equip cirugía de cadera de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 50 elementos 2 Cobertor mesa reforzado 150x240cm, absorción 75x240+/-10cm 1 Bata Quirúrgica reforzada Talla L 3 Bata Quirúrgica reforzada Talla XL 8 Toallas de manos 2 Fundas mesa Mayo reforzada 79x145+/-10 PVC Ø externo 25Ch, Ø interno 18Chx3m F/F 1 Limpieza puntas bisturí eléctrico adhesivo 1 Talla de aproximación 75x90+/-5cm 2 Batea graduada 250ml#1 Bisturino eléctrico con botones, longitud del cable 320cm 1 10x10cm 40gr 4P sin contraste 1 Hoja de bisturí nº15#2 Hojas de bisturí nº24 1 Terminal Electrodo largo bisturí eléctrico 16,5cm 1 Cánula Yankauer de 18CH/ 6,0mm x 23,5cm punta redonda 2 Cá 23,5cm punta redonda 1 Bolsa de plástico transparente 20cmx30cm,cierre zip 1 Bolsa Instrumental 40x35+/-5cm a/2 compartimentos 2 Cintas adhesiva 9x49+/-5cm mínimo 1 Funda por extremidad, botina 22x75+/-5cm,imperme 2 Sujeta tubos de tiras adhesivas 2,5x30+/-5cm a/adhesivo 2 Campo de incisión transparente 45x55+/-5cm inc.45x49cm 2 Sábana adhesiva 175x175+/-10cm 1 Sábana adhesivo 24 tulador de piel punta normal violeta 1 Regla 15cm blanca

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2880 MATERIAL: 30040472

Descripción larga: HUB-

Equipo para Extremidad Compleja de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 53 elementos

Descripción técnica: HUB-

Equipo para Extremidad Compleja de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 53 elementos: 2-Funda mango de Lámpara Universal, 8-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste, 5-Gasas abd TST 40x40cm 70g 4p blanca RX, 1-Hoja de bisturí nº15, 1- punta redonda 6 orificios s/control, 2-Hoja de bisturí nº24, 2-Cápsula graduada transparente 250ml, 1-Bisturí Eléctrico 320cm botones corte/ coagulación, 4-Toallitas secamanos 47x38+/-5cm, 2- 1-Rotulador de Piel punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca, 1-Limpieza puntas de bisturí 5x5cm, 1-Tub succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m, 1-Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético, amarillo Tiras adherentes sujetatubos 2,5x30+/-5cm a/adhesivo, 1-Cubretaulas Reforzado 150x240+/-10cm 1-Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m², 35g/m², x A 60cm)minim 35g/m², 1-Llençol Extremitats 230x315+/-10cm reforçada, obertura 7cm elàstica ,passatubs integrats, 1-Llençol en U 150x200+/-10cm reforçada, Obertura 7x65cm adhesiva, 2-Tira adhesiva 9x49+/-5cm 1 -Botina 22x75+/-5cm 1-Cubretaulas Reforzado 150x240cm Absorción 75x240+/-10cm, 1-Sábana adhesiva 175x150+/-10cm,

1-Talla de Utilidades 75x90+/-5 cm,#1-Bolsa Instrumental 40x35+/-5cm2 Compartimentos,
 2-Funda Mesa Mayo Reforzada 79x145+/-5cm, Absorción 65x85cm, 1-Mango con esponja 20cm Naranja,
 1-Papel crepé 60x60 +/-5cm 60gr/m2 blanco

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2890 MATERIAL: 30040473

Descripción larga: HVH-

Equipo para Artroscopia de Rodilla de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 5 3 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para Artroscopia de Rodilla de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compost per 53 elements: 2 Funda mànec de làmpada Universal 6 Gases TST 10x10cm 40gr 4P sense contrast 5 Gases abd TST 40x40cm 70g 4p blanca

RX 1 Fulla de bisturí n°11 1 Bossa de Plàstic transparent 20x30+/-5cm amb tanca tipus Zip 2 Càpsulagraduada transparente 250ml 1 Cánula IV 16G 45mm Gris 8 Toallitas secamanos manos 47x38c+/-5cm 4 Toallitas secamanos 47x38+/-5cm 1 Rotulador de piel punta normal violeta 1 Regla 15cm blanca 1 Agu OD 25Ch 6mm F/F 3m 1 Contenedor

agujas 10pcs Magnético tapa transparente 1 Sujeta tubos de tiras adhesivas 25x30+/-5cm adhesivo 1 Cubretaulas reforzado

150x240+/-10cm 1 Bata quirúrgica estándar Medida: 134cm x 53cm+ gica Reforzada

Tamaño : 129cm x 60cm+/-10cm.>/- 35g/m² 1 Sábana Artroscopia Rodilla 230x320+/-10cm reforzada

apertura 7cm y 5cmelásticas con bolsa y pasatubos integrados 1 Sábana en U 150x200+/- . 1 Funda Cámara14x250+/-5cm punta perforada 2 Cinta adhesiva

9x49+/-5cm 1 Botina 22x75+/-5cm 1 Cubretaulas Reforzado 150x240+/-10cm absorción 75x240cm 1 Lienzo Utilidades 75x90+/-5cm 1 Funda Mesa Mayo

Reforzada 79x145+/-5 cm Absorción 65x85cm 1 Mango con esponja 20cm Naranja 1 Papel crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanco

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2900 MATERIAL: 30040474

Descripción larga: HVH-

Equipo para artroscopia de hombro de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 58 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para artroscopia de hombro de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 58 elementos: 2- Fundas Mango de Lámpara Universal,

6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste, 5-Gasas abd TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX, 1-Aguja hipodérmica 21G 40mm

verde, 1-Hoja de bisturí n°11, 1-Ca de Plástico transparente 20x30cm Zip, 2-Cápsula

graduada transparente 250ml, 8-Toallitas seca manos 47x38+/-5cm, 1-Rotulador de Piel punta normal violeta, 1-Regla 15cm

Blanca, 5-Gasas 10x20cm-2a instrumental antideslizante 50.8x40.6+/-5cm, 3-Tub succión PVC OD25Ch 6mm F/F

3m+/-10cm, 1-Contenedor de Agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo, 2-Sujetatubos de tiras

adherentes 5cm adhesivo, 1-Cubretaulas Reforzado 150x190+/-10cm, 1-Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)mínimo

35g/m², 3-Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 1 1-Sábana adhesiva 300x175+/-10cm reforzada, 1-Funda Cámara 14x250+/-5cm, punta

perforada, 1-Cubretaulas Estándar 150x190+/-10cm, 2-Cinta adhesiva 9x49+ , 1 -Bolsa recogida líquidos en U 81x86+/-5cm, apertura 15x52cm,

1-Funda Mesa Mayo Reforzada 79x145+/-5cm,Absorción.65x85cm, 1-Mango con esponja 20cm Naranja, 1-Sábana en U 230x295+/-5cm Reforzada, apertura U 10x70cm adhesiva 2 blanco, 2-Sábana adhesiva 175x150+/-10cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2910 MATERIAL: 30040475

Descripción larga: HVH-

Equipo fractura fémur de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 29 elementos.

Descripción técnica: HVH-

Equipo fractura fémur de tejido sin tejer, impermeable, resistente, compuesto por 29 elementos. Libre de látex, estéril, desechable: 1 Talla quirúrgica impermeable75x90cm 2 Bata cirugía alta protección XL 145cm 1 Bata cirugía alta protección L 130cm 1 Electrobisturí control manual p/plana e 1 Tubo con asp PVC 26F Ø2mm estr s/cont 2 Hoja bisturí cirugía menor nº 24 1 Hoja bisturí cirugía menor nº 15 1 Bolígrafo no tóxico punta estándar/ media 1 Campo incisión adhesivo 320x213cm 1 Limpiador para electrobisturí. 1 Cobertor mesa quirúrgica impermeable 140x190cm 1 Cobertor mesa quirúrgica impermeable 140x190cm 1 Contador de agujas 1 Bolsa quirúrgica transparente 40x35cm 2 bolsillos 6 Gasa cuidados tejido 20x20 est2 6 Gasa cuidados tejido 40x40 este s/control 1 Protector antideslizante 2 Batea 4 Toalla secamanos 2 capas plegado "W" 32x23cm 1 Protector bisturí frío

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2920 MATERIAL: 30040476

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía de Mano pie de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 57 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para cirugía de Mano pie de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 57 elementos: 2-Fundas Mango de Lámpara Universal, 6-Gasa TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste, 4-Hoja de bisturí nº15, 2-Cápsula graduada transparente 250ml, 1-Bisturino Eléctrico 11-C algodón 7x100cm, 2-Toallitas seca manos 47x38+/-5cm, 4-Toallitas seca 47x38+/-5cm, 1-Contenedor de Agujas 20pcs Foam/Magnético,amarillo, 3-Fundas para taburete 40 -Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 129cm x A 60cm)mínimo 35g/m², 1-sábana de extremidades 230x3 de 3.5cmelástica, pasatubos integrados, 1-Cubretaulas Estándar 150x190+/-10cm, 2-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm, 2-Sábana adhesiva 100x100+/-10cm 1-Funda Mesa Mayo-5 85cm, 1-Mango con esponja 20cm Naranja, 1-Cubretaulas Reforzado 150x190+/-10cm, 1-Papel crepé 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanco, 5-Compresa TNT 10x20cm 50g RX 8P 10-Coma bellota 15cm blanca 1 -Rotulador de piel punta normal violeta 1-Charinga 20ml L/S 3p concéntrica

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2930 MATERIAL: 30040477

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía de Columna de tejido sin tejer impermeable ,resistente,libre de látex,estéril,desechable. Compuesto por 38 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para cirugía de Columna de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 38 elementos: 2-Fundas Mango de Lámpara Universal, 6-Gasa TNT 10x10cm 40gr 4P sin contraste, 1-Hoja de bisturí nº15, 1-Cánula succión Yankauer 22Ch 27.5cm punta redonda-6 oro de bisturí nº24, 1-Bolsa de Plástico transparente 20x30±5cm Zip, 1-Cánula Yankauer 12Ch 27.5cm, 2-Cápsula graduada transparente 250ml, 1-Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 2-4 Toallas de manos 47x38±5cm, 1-Rotulador de Piel punta normal violeta, 1-Regla 15cm Blanca, 1-Limpieza puntas de bisturí 5x5cm, 1-Sábana instrumental antideslizante 50.8x40.6cm, 1-Tub succión PVC 3m, 1-Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético, amarillo, 1-Sujetatubos de tira adhesiva 2.5x30±5cm adhesivo,

1-Cubretaulas Reforzado 150x240±0cm, 1-Bata Quirúrgica Estándar Talla LL(L 134cmx A 55cm)>=35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 129cm xA63cm1) Estándar 150x190±10cm, 2-Talla adhesiva 90x75±5cm reforçat, 1-Sabana adhesiva 175x175±10cm reforçada, amb passatubs, 1-Sabana adhesiva 240x150±10cm reforçada, amb passatubs, 1-Bossa Instrumental 40x35±5cm 2 Compartiments, 1- Funda Mesa Mayo Reforzada 79x145±10cm, absorción 65x85cm, 1-Mango con esponja 20cm Naranja, 1-Film de incisión 45x55±5cm, incisión 45x49cm, 1-Papel crepé 60x60±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2940 MATERIAL: 30040478

Descripción larga:

HVH- Equipo para procedimientos de Dermatología, de tejido sin tejer ,libre de látex,estéril, desechable,compuesto por 37 elementos

Descripción técnica:

HVH- Equipo para procedimientos de Dermatología de tejido sin tejer, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 37 elementos 2 funda mango de Lámpara Universal 6 gasas TST 10x10cm 40gr 4P sin contraste 1 hoja de bisturí nº15 3 cápsula graduada transparente 250ml 1 bisturí Eléctrico 2 seca manos 47x38+/-5cm 4 toallas seca manos 47x38+/-5cm 1 rotulador de Piel punta normal violeta 1 regla 15+/-1cm blanca 1 limpia puntas de bisturí 5x5cm 1 talla instrumental antideslizante 51.8x40. agujas 20pcs Foam/Magnético amarillo 1 sujeta tubos de tira adherente 2.5x30+/-5cm adhesivo

1 cubremesas reforzado 150x240+/-10cm 1 bata quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm)mínimo 35g/m² 2 bata quirúrgica Reforzada Talla XL (L 129cm x A 60cm)5+ 35 1 cinta adhesiva 9x49cm 1 sábana a/adhesivo 175x175+/-10cm reforçada, con pasatubos 1 sábana a/adhesivo 240x150+/-10cm reforçada, con pasatubos 1 bolsa Instrumental 40x35+/- 10cm , absorción 65x85cm 1 mango con esponja 20cm 1 papel crepé 60x60+/-5cm 60gr/m2 blanco

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2950 MATERIAL: 30040479

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía Maxilofacial de tejido sin tejer impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 61 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para cirugía Maxilofacial de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 61 elementos: 1-Torunda de gasa núm. 0 20Th blanca RX, 2-Funda mango de Lámpara Universal, 2-Hoja de bisturí nº15, 1-Jeringa 20ml L/S 3P Excéntrica, 1-Bolsa de Plástico transparente 20x30cm Zip, 1-Cánula Yaunka graduada transparente 250ml, 1-Bisturí Eléctrico 320cm botones corte/coagulación, 2-Toallitas seca manos 47x38cm, 4-Toallitas seca manos 47x38cm, 1-Rotulador de Piel punta normal violeta, 1-Regla 15 1-Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1-Tub succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m, 1-Contenedor de Aguja 20pcs Foam/Magnético, amarillo, 1-Sujetatubos velcro 2,5x30+/-5cm ades / -10cm 1-Bata Quirúrgica Estándar Talla LL (L 134cm x A 55cm) mínimo 35g/m², 2-Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 129cm xA 60cm)mínimo 35g/m², 2-Cubretaulas Está adhesiva 9x49+/-5cm 1-Sabana adhesiva 175x175+/-10cm reforzada, con pasaubos, 1-Bolsa Instrumental 40x35+/-5cm. a/2 compartiments, 1-Llençol Cap 150x175+/-10cm c/turbant 106x103cm, 1-Màneg amb esponja 20cm Taronja, 1-Funda Taula Maig Reforçada 79x145+/-5cm, Absorció 65x85cm, 1-Paper crepè 60x60+/-5cm 60gr/ m2 blanco 2-Charinga 20ml 2P,L/S 2-Cánula IV 20G 32mm con alas rosa 10-Comprendida TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 6-Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sin contraste 1 -Paño adhesivo 90x75cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2960 MATERIAL: 30040555

Descripción larga:

Talla de polietileno transparente, adhesivo hipoalérgico reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elástico y resistente a la tracción, gramo 51,5g/m2 ± 2g. Medida total aprox 45 x 60 cm, superficie adhesiva 3x45 cm. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Talla de polietileno transparente, adhesivo hipoalérgico reposicionable en un lateral, impermeable, transpirable, elástico y resistente a la tracción, gramaje 51,5g/m2 ± 2g. Medida total aproximada 45 x 60 cm, superficie adhesiva 3x45 cm. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2970 MATERIAL: 30040770

Descripción larga:

Funda o balón protector para sonda de ultrasonidos en exploraciones rectales, látex de grado medio, compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R5 4AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

Descripción técnica:

Funda o balones protectores para sonda de ultrasonidos en exploraciones rectales, látex de grado medio.Compatible en sonda endoanal FU100 EUP-R 54AW-19/33 mod.R41R/R41RL.

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2980 MATERIAL: 30041655

Descripción larga: HTG -

Equipo angiografía femoral radial de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos

Descripción técnica: HTG -

Equipo angiografía femoral radial de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos: 1 Aguja Hipodérmica 18G 40mm Rosa 1 Jeringa 20ml L/S 3P Excéntrica 1

Aguja Hipodérmica 25G 16mm Naranja 1 Jeringa 1ml 3P L/S Concéntrica 1 Bandeja 38x28 1 Jeringa

10ml 3P L/S Conc. Azul 2 Toallas seca manos 47x38±5cm 2 Cápsula graduada 120ml rojo 1 Funda

Intensificador 95X85±5cm rectangular elástico transparente 20 Gasas 10x10cm 17h 8p RX blanca 1

Mango con esponja 20 11 1 Contenedor de Agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo 3 Jeringa 10ml L/S

3P Concéntrica 1 Cubretaulas Reforzado 150x190±10cm 1 Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 129cm x A/ 129cm x A/ 50± 5cm

1 Talla adhesiva 50x50±5cm 1 Talla de Utilidades 75x90±10cm

1 Funda monitor Circular 90 cms Transparente 1 Sábana de Angiografía 240x330±10cm, apertura adhesiva 5x7cm (2) y 7x9cm (2), paneles transparentes 3 Cápsula Graduada Azul 1000ml

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 2990 MATERIAL: 30041779

Descripción larga: Bata alta

protección p/cirurgo, TST (#40g/m2), alta resiste penetr líquido+bacter ,imp,trans,refuerzo frontal+mango, PP/PE, (#42g/m2), subj de vant cruzada p /tras, manga larga, puños tricot y sist sub coll. Costuras termoseg. XL, largo aprox 140cm n/látex, estéril, 1 uso

Descripción técnica: Bata

alta protección para cirugía, TST (#40g/m2), alta resistencia penetración líquidos y bacterias, impermeable, transpirable, refuerzo frontal y de mangas, PP/PE, (#42g/m2), sujeción delantera cruzada por trasera, manga larga, puños, tricot y sistema sujeción al cuello adhesivo reposicionable. Costuras termoselladas. Talla XL, largo aproximado 140cm, sin látex, estéril, 1 uso

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3000 MATERIAL: 30042250

Descripción larga: HJXXIII

- Equipo para marcapasos de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 38 elementos

Descripción técnica: HJXXIII

- Equipo para marcapasos de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 38 elementos: 2 batas quirúrgicas estándar talla L gramaje >= 35g 4 secamanos 30x39±5cm 10

gasas TST 10x10cm, 8 capas 50gr, RX 5 Compresa TST 10x20cm, 8 capas 50gr, 8 capas 50gr 3p 2 Jeringa 10ml L/S

2p 1 Funda amplificador rayos X 40x80±5cm, circular 1 aguja de 25x16 naranja 2 aguja 21Gx1-1/2", verde 1 hoja de bisturí

num.23 2 2 va 1 cubre mesa reforzado 140x190±10cm 1

sábana angiografía reforzada OPS Ultimate 221x343±10cm, 2 aberturas y 2 paneles transparentes 1 contenedor

de agujas 1 funda para mango lámpara

1 envase papel 110x30x190±5mm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3010 MATERIAL: 30043152

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía de cataratas c de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para cirugía de cataratas c de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 24 elementos: 1 colcha mesa instrumental 150x190+/-10cm 1 sábana quirúrgica oftalmología con campo de incisión no fenestrado, 2 bolsas (15x30cm) 150x 250+/-10cm
2 bata quirúrgica estándar tamaño 2 salina balanceada 25ml 5 microesponjas de celulosa; 1 cánula cámara anterior 30G; 1 cánula cámara anterior 23G;
1 cistotom irrigación 25G; 1 cuchilla 2,40mm angulada 1 cuchilla 20G; 1 cánula 27G
hidrodissección 1 cánula 25G irrigación 1 aguja hipodérmica 20G 0,90x40mm 2 paquetes de 5 u.
compresa plegadas 10x10cm (17H 12P) 1 jeringa 3p L/L 5ml 2 jeringa 3p L/L 10ml 1
cápsula graduada 250ml

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3020 MATERIAL: 30043153

Descripción larga:

HJXXIII-Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 32 elementos

Descripción técnica: HJXXIII-

Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 32 elementos: 1 colcha de mesa reforzada 140x190±10cm 4 toallas secamanos 1 bata quirúrgica reforzada talla L gramaje >= 76g 1 talla quirúrgica bi laminada 45x50±5cm 1 sábana de angiografía 1 laminar Ø15cm adhesiva fenestración de 7,5 cm de diámetro, 2 fenestraciones laterales (acceso radial) c/film de incisión de 9x12 cm. y fenestración de 5x7 cm. y 2 paneles transparentes 10 gasas de tejido sin tejer 50 gr. plegadas de 10x10 2 jeringa 3 cuerpos 5ml L/S 2 jeringa 3 cuerpos 10ml L/S 1 aguja hipodérmica 18Gx25mm punta roma, roja 1 aguja hipodérmica 21Gx38mm verde 1 funda amplificador rayos X 2 1 cm 1 bisturí con mango largo nº15 1 esponja con mango 20cm 1 cápsula 500ml azul 1 cápsula 1000ml azul 1 aguja de angiografía 18Gx70mm 1 contenedor de agujas

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3030 MATERIAL: 30043171

Descripción larga: HJXXIII-

Equipo para angiografías de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 54 elementos

Descripción técnica: HJXXIII-

Equipo para angiografías de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 54 elementos: 1 Cubierta reforzada 140x190±10cm 4 toallas secamanos 30 x39±5cm 20 gasas 10x10cm, 30gr 5 compresas algodón 45x45 con RX 1 bisturí n 3 Xeringa 1 1 Aguja 25Gx16mm, naranja 1 Aguja 21Gx1-1/2", verde 1 aguja 18G punta roma, roja 1 Batea 250ml, azul 3 Batea 500ml, 11 1 Jeringa 5 ml L/S 3p azul 1 Batea 1000ml, azul 0 Funda a0 gulla 1 talla bilaminada 75x90 ±5cm adhesivo 1 talla 75x90 ±5cm 1 batas quirúrgicas reforzadas tamaño XLL 1 mango con esponja 20cm 1 talla quirúrgica bi laminada 75 x 90 cm 1 batea 2500ml, 3x3 blindada con 2 fenestración centrales (acceso femoral) a/ película incisión 15 cm diam.y fenest 7,5 cmde diámetro,2 fenestración lado (acceso radial) a / película de 9x12 cm de la incisión y fenest 5x7cm a/ 2 paneles transparentes , gramaje >/= 76g 2 batas quirúrgicas reforzadas tamaño L gramaje >/= 76g

SOL.PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3040

MATERIAL: 30043476

Descripción larga:

Talla por campo quirúrgico de TST, impermeable, resistente, para extremidad infer apertura bilateral, con dos zonas separadas incisión lámina transp y reforzada. Medida total: 240cm largo por 400cm ancho ±2cm. .

Descripción técnica:

Talla por campo quirúrgico de TST, impermeable, resistente, para extremidad infer apertura bilateral, con dos zonas separadas incisión lámina tran sp y reforzada. Medida total: 240cm largo por 400cm ancho ±2cm. uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3050

MATERIAL: 30043487

Descripción larga: HTG -

Equipo para cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos

Descripción técnica:

HTG - Equipo para cesárea de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 31 elementos:
6 Toallas de manos 47x38±5cm
20 Compresa abd 30x50cm 6p RX cosida 17H blanca 1 Cápsula 1500ml Azul Polipropileno 2 Bisturio con mango núm. 22 2 Cobre Mango de Luz Verde 1 Papel crepé 60x60±5 cm 60gr/m2 blanco 3 Pinza de Cordon Umbilical Blanca 4 Toalla Secado de Campo 18x25±5cm blanca 2 Bata Quirúrgica Reforzada Talla XL (L 125cm x A) 1 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sábana Cesárea 175/250x300±10cm reforzada, con film incisión 38x32cm completo, con bolsa para recogida de líquidos con espita, y pasatubos 1 Bolsa Instrumental 40x35±5cm2 Com2. cm punta redonda 6 orificios, s/control 1 Manta para bebé 100x100±10cm blanca 1 Cobretaule Reforzado 150x190±10cm 1 Tubo succión OD 29Ch 7mm 3m F/F 1 Bata Quirúrgica Estándar Talla L (L 12

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3060 MATERIAL: 30043488

Descripción larga: HTG-

HVH - Equipo para anestesia raquídea de TST.Libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 13 elementos

Descripción técnica: HTG-

HVH - Equipo para anestesia raquídea de TST.Libre de látex, estéril, desechable. compuesto por 13 elementos

1 Campo impermeable, 75 x 90±5cm

1 Blíster rígido 250 x 140±10cm / 2 compartimentos 1 Toallita absorbente, 30x20±5cm

1 Campo impermeable, 75x 90±5cm, con lateral adhesivo 1 Pinza Kocher azul con compresa algodón incorporada,7,5x7,5cm

1 Jeringa, 10ml luer 1 Jeringa de 5ml luer

1 Aguja 19G 1 1/2 1 Aguja 25G 5/8

1 Aguja 21G 1 1/2 1 Apósito adhesivo 7,2x5cmm

1 Torunda 5 Compresas de 7,5x7,5 cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3070 MATERIAL: 30043505

Descripción larga:

HTG - Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, 21 elementos

Descripción técnica:

HTG - Equipo electrofisiología de tejido sin tejer, compuesto por 21 elementos:

1 Cobertor de mesa reforzado 190x150cm,

2 toallitas secamanos 33x30cm, # 1 Bata Estándar L, # 1 Sábana de angiografía femoro-

radial reforzada de 240x340cm con 2 fenestraciones de 8x16cm y 2 fenestraciones de 7x12 a/adhesivo y con funda para panel para # 1 stick para colorear, # 1 batea 250ml, # 2 bateas 500ml, # 2 jeringuillas 3 cuerpos

10ml luer # 1 jeringa 3 cuerpos 20 ml luer # 1 contador de agujas,

6 gazas TNT 10x20cmm, # 1 aguja 21G, # 1 aguja

20G, # 1 bisturí frío n.10, # 2 fundas RX cuadradas 95x85, # 1 funda RX redonda 152x76 Sin látex y

desechables

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3080 MATERIAL: 30047535

Descripción larga: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 305 cm, ajustable, con lente angulada de vidrio y cierre apresión. Para modelos Leica Armatec OH, MS, M520/M52 . Libre látex , estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 117 x 305 cm, ajustable, con lente angulada de vidrio y cierre apresión. Para modelos Leica Armatec OH, MS, M520/

M525 F40. Libre látex

, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3090 MATERIAL: 30047598

Descripción larga: Funda

quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 122 x 300 cm, diámetro lento 65 mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI Kineli. látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda quirúrgica para microscopio electrónico, de polietileno transparente. Medidas: 122 x 300 cm, diámetro lento 65 mm, con tiras de sujeción y cierre ajustable a ópticas, tipo Zeiss OPMI Kinevo 900. Libre de látex, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3100 MATERIAL: 30051460

Descripción larga: HTG -

Equipo para reesternotomía de emergencia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 10 elementos

Descripción técnica:

HHTG - Equipo para reesternotomía de emergencia de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 10 elementos:

1 Cánula succión Yankauer 22Ch 27,5cm punta redonda 6 orificios s/control 1 Bandeja 38x27,6x3cm 2600ml Azul Polipropileno 1 Bisturino con mango núm. 21 1 Pinza Puerta
Agujas Mayo-Fegar Punta Fina 15cm Acero inoxidable 1 Talla Alambre curvo 18cm 1 Retractor esternal 30x19cm 4 hojas 1 Cubremesas
Reforzado 100x75±10cm 1 Cubreetas 10C000 9CH 7mm 3,5m F/F 1 Bolsa de Plástico transparente
20x30±5cm con cierre tipo Zip

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3110 MATERIAL: 30052327

Descripción larga: Talla/

Estoreta magnética de polietileno con imán (herrita de bario), tamaño 41x51cm +/-2cm, con espuma de poliuretano en contacto con campo quirúrgico del paciente y evitar caídas accidentales del instrumental

Descripción técnica:

Talla/Estoreta magnética de polietileno con imán (herrita de bario), tamaño 41x51cm +/-5cm, con espuma de poliuretano en contacto con campo quirúrgico del paciente y evitar caídas accidentales del instrumental

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3120 MATERIAL: 30053048

Descripción larga:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, de plástico, tamaño: 202x32±5cm, ajustado con tiras adhesivas, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda para intensificador de imágenes arco en C, de plástico, tamaño: 202x32±5cm, ajustado con tiras adhesivas, estéril, desechable.

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3130 MATERIAL: 30053069

Descripción larga:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 30°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT y PE. Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 30°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT(polibutilen-terephalato) y PE(polietileno). Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000056 o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3140

MATERIAL: 30053106

Descripción larga:

HJXXIII- Equipo de inyección intravítrea para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 6 elementos

Descripción técnica: HJXXIII-

Equipo de inyección intravítrea para cirugía de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 6 elementos: 1 sábana mesa de 60x60±5cm 1 sábana facial con fenestración pequeña de SMS sin bolsa de 40x40±5cm 1 separador blefarostát
Visitec 1 marcador escleral 3,5/4,0mm 1 aplicador de algodón de 15x0,5cm 60ml

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3150

MATERIAL: 30053286

Descripción larga: Equipo

de conexión y desconexión diálisis, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos

Descripción técnica:

Equipo de conexión y desconexión diálisis M, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 3 elementos: 1 talla tisú impermeable 50x60cm 1 par de guantes de exploración de nitrilo tamaño M 4 gasas absorbentes 10x10cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3160

MATERIAL: 30053293

Descripción larga: HTG -

Equipo radiología intervencionista acceso femoral, de tejido sin tejer, impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 49 elementos:

Descripción técnica: HTG -

Equipo radiología intervencionista acceso femoral, de tejido sin tejer, impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable.

Compuesto por 49 elementos: 1

mango con esponja color 10.5ml, CHG2%IPA70%. 1 colcha de mesa quirúrgica 150x220±10cm, absorbente central 66 cm, tejido PR (80 g/m2): PP 30gr laminado parcial, PE

50?. 2 batas quirúrgicas estándar tejido SMMMS talla L con 2 toallas de celulosa de 30x34cm 20 compresas de TST de 10x10cm 8c 1 aguja hipodérmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2")

verde oscuro 2x4 agujas ?. 1 jeringa (insulina) de tres cuerpos, LS, 1ml 1 jeringa de

tres cuerpos, PP, émbolo verde de polipropileno, 10ml 2 jeringas de tres cuerpos, siliconada, LL, émbolo polipropileno, pistón isopreno 20ml 2 jeringas de tres cuerpos, émbolo

color amarillo de policarbonato, 10ml 1 línea prolongadora para inyección de contraste resistente a la presión 1200 psi, 180 cm, mallada 1 equipo de infusión por

gravedad con cámara con toma aire con filtro de 230cm 1 protector de mango de lámpara 1 cápsula circular de

polipropileno de 250 ml, color azul 1 cápsula circular de polipropileno de 500ml, color azul 1 cápsula circular de polipropileno de 500ml, transparente 1 bandeja de polipropileno para guías de 2500ml

1 protector intensificador 90x50±5cm redondo cm de polietileno de 35? 2 protector intensificador 150x75±5cm cm circular de polietileno de 35? 1 bolsa de 2000ml de recogida de líquidos (desperdicios angiografía) de doble línea 2 absorbedores (60g/m2) con adhesivo de 48x40 ±5cm. 1 sábana quirúrgica con adhesivo de 90x75cm, tejido IS 56g/m2 de 175x175 ±10cm. 1 campo TNT angiografía radial, 4 fenestraciones, (2 femorales Ø12.5cm, 2 radiales7x5cm), 230cm x 350±10cm ancho/long total, laterales reforzados anchas bandas polietileno 55cm., zona absorbente 230/120x180cm.

1 bisturí con mango nº 11 azul cielo

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3170

MATERIAL: 30053294

Descripción larga: HTG -

Equipo radiología intervencionista acceso biliar-yugular de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos

Descripción técnica: HTG -

Equipo radiología intervencionista acceso biliar-yugular de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 30 elementos: 1 Aplicador Clorhexidina2% IPA 70% COLOR 10,5ml (A Piggy Bag)

1 Cubremesa quirúrgico (PR) 150x200±10cm 2 Bata quirúrgica estándar (SMMMS) "L"

2 Toallas seca manos celulosa 30x34±5cm 20 Compresa TST 10 x 10cm 8C 1 Aguja hipodérmica 21Gx40mm (1

1/2") verde oscuro 1 Aguja hipodérmica 25G x 16mm (5/8" Roma con filtro 18G x 40 mm 1 Jeringa (insulina) 3P LS 1ml 1 Jeringa 3P LS Color 10ml

Verde (PP) 2 Jeringa 3P LL Color Policarbonato 10ml amarilla (PC)

2 Jeringa 3P LL 20ml 1 Bisturino con mango núm. 11 Celeste 1 Llave de 3 pasos (AP)

1200psi 3W RH ON MLL 1 Protector mango luz Plástico verde 1 Cápsula circular 250ml azul 1 Cápsula circular 500ml azul 1

Cápsula circular 500ml transparente 0 Bandeja 1 ±5cm Redondo 1 Protector intensificador

150x75±5cm Circular 2 Talla absorbente con adhesivo 48x40±5cm 1 Campo angiografía acceso central 230x350±10 cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3180

MATERIAL: 30053295

Descripción larga: HTG -

Equipo neuro-radiología intervencionista de tejido sin tejer, impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos

Descripción técnica: HTG -

Equipo neuro-radiología intervencionista de tejido sin tejer, impermeable resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 33 elementos: 1 mango con esponja color 10.5ml, CHG2%IPA70% 1 colcha de mesa quirúrgica

150x220c±10m, absorbente central 66cm, tejido PR (80 g/m2): PP 30gr laminado parcial, PE 50µ 1 bata SMMMS talla L. con 2 toallas de celulosa de 30x34±5cm 1 bata quirúrgica

estándar tejido SMMMS talla XL. con 2 toallas de celulosa de 30x34±5cm 1 aguja hipodérmica siliconada de 21G x40mm (1 1/2"), color verde oscuro 1 aguja hipodérmica siliconada

de 25G x16mm (5/8"), color naranja 2 agujas roma, 18Gx40mm con filtro de 5 µ 1 jeringa de dos cuerpos, LS, émbolo verde, polipropileno, 10ml.2

jeringas siliconadas, tres cuerpos, LL, 20ml 1 jeringa siliconada (insulina), tres cuerpos, LS, 1ml cuerpos, LL, policarbonato, émbolo amarillo, 10ml 1

bisturí número 11 con mango azul claro 30 compresas de TST de 10x10cm 4c, 50g/mg 1 línea de inyección de contraste (HP), mallada, 180cm 1 Equipo de infusión de aire y filtro,

230cm 2 Llave de tres vías (AP) 1050psi 3W RH RA OFF MLL 1 cápsula circular de polipropileno de 250 ml, color azul 1 cápsula circular de polipropileno de

500ml, color azul 1 cápsula circular transparente

1 bandeja de polipropileno para guías de 2500ml 1 protector de mango de lámpara 1 bolsa de 2000ml de recogida de líquidos de doble línea. 2 absorbedores de 48x40±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3190 MATERIAL: 30053480

Descripción larga:

Funda para cámara de cirugía SPYPHI, recubrimiento completo de cabezal y cables de conexión, pantalla protectora visor, estéril, libre de látex.

Descripción técnica:

Funda para cámara de cirugía SPYPHI, recubrimiento completo de cabezal y cables de conexión, pantalla protectora visor, estéril, libre de látex.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3200 MATERIAL: 30053535

Descripción larga: Funda

de cámara con vaina metálica para óptica de 0°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT y PE. Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 2.0 EV2 -000055 o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda de cámara con vaina metálica para óptica de 0°, longitud de trabajo 360 mm, diámetro 10,3mm, cristal de zafiro, acero inoxidable, PBT(polibutilen-terephalato) y PE(polietileno). Para torre de endoscopia Einstein Vision 3D 2.0 EV2-000055 o equivalente. Libre de látex, estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3210 MATERIAL: 30053616

Descripción larga:

Funda protectora transparente con tira adhesiva para su fijación con 2 ranuras adicionales para soportes arco, bolsa de drenaje y bolsas para instrumentos. Compatible con marco esterotaxia ELEKTA o equivalente. Ref:544113R Estéril, desechable.

Descripción técnica:

Funda protectora transparente con tira adhesiva para su fijación con 2 ranuras adicionales para soportes arco, bolsa de drenaje y bolsas para instrumentos. Compatible con marco esterotaxia ELEKTA o equivalente. Ref:544113R Estéril, desechable.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3220 MATERIAL: 30054394

Descripción larga:

Equipo sondaje vesical, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 9 elementos

Descripción técnica:

Equipo sondaje vesical, de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable compuesto por 9 elementos: 1 cinta doble adhesiva 100mm±2cm

1 jeringa de 10ml H₂O destilada con glicerina al 10% 2 sobres de hielo lubricante 5 gasas de TST de 7,5x7,5cm 1 pinza Kocher 1 par de guantes de exploración de nitrilo fino sin polvo
M 1 talla fenestrada TST 50gr/ m² 75x90±5cm Ø10cm 1 talla TST 50gr/m² 75x90±5cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3230 MATERIAL: 30054449

Descripción larga: HVH-

Equipo para Urología RTU de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 e elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo para Urología RTU de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 15 elementos: 1-Sist. Irrigación doble OD21Ch 230cm c/cámara 3 clamps, 1-Sistema de infusión 180x10cm, 1-Bolsa de orina 4000ml 100cm con tubo, 2-Toallitas seca manos 47x38cm+/-5cm, 2- blanca, 1-Bata Fluido Protección Plus XLL (L 145cm x A 60cm), 1-Funda Cámara 14x250+/-5cm, punta perforada, 1-Cinta adhesiva 9x49+/-5cm, 1-Pinza 13cm azul, 1-Cubrita -10cm, 5-Gasa TNT 10x10cm 30g 4P Blanca, 1-Jeringa 20ml L/S 2P Excéntrica, 1-sábana RTU 175/270x240+/-10cm reforzada, con abertura 8 y 5 cm c/distal integrado, de líquidos con espita.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3240 MATERIAL: 30054450

Descripción larga: HUV-

Equipo de inyecciones intravítreas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 elementos

Descripción técnica: HUV-

Equipo de inyecciones intravítreas de tejido sin tejer, impermeable, resistente, libre de látex, estéril, desechable. Compuesto por 7 elementos: 1 Papel crepado 100x100 +/-5cm azul 1 Batea 13.5 x 27x2.5 cm azul 1 Blefarostato ocular Barraquer con valvas sólidas 1 Marcador escleral 3.5 mm/4 mm 5 Compresa plegada TNT 10x1 lulosa 1 Talla por oftalmología con campo de incisión, con ranura (slit perforation) 53 x 53+/-5cm SMS

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3250 MATERIAL: 30054506

Descripción larga: HUB -

Equipo para cirugía con mesa de tracción de tejido sin tejer ,libre de látex,estéril,1 uso,compuesto por 22 elementos

Descripción técnica:

HUB - Equipo para cirugía con mesa de tracción de tejido sin tejer ,libre de látex,estéril,1 uso,compuesto por 22 elementos:

1 cubremesa reforzado 150x190±10cm 1 cubremesa estándar 100x150±10cm 2 cubremesas reforzados 150x190±10cm con absorción 75x190cm 1 bata quirúrgica estándar talla L mínimo 35g/m2 1 sábana vertical sión 25x86cm con bolsas laterales para instrumentos, veta adherente sujeta tubos y bolsa recogida de líquidos con espita y adhesivo superior 1 papel crepé 60x60 ±5cm60gr/m2 blanco 1 toalla de algodón 60x45±2cmRX 10 gasas 10x20cm 17h 8p R8 grapas 1 bisturí eléctrico 4 seca manos 47x38±5cm 1 bata quirúrgica estándar talla XLL mínimo 35g/m² 4 toallitas secado campo 18x25±5cm 1 tubo succión PVC 25Ch

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3260 MATERIAL: 30059957

Descripción larga: Cinta

quirúrgica sujeción tubos, tipo velcro, tamaño 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Libre de látex. Estéril.

Descripción técnica: Cinta

quirúrgica sujeción tubos, tipo velcro, tamaño 2,5cm x 30cm (+/-2cm). Libre de látex. Estéril.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3270 MATERIAL: 30060245

Descripción larga:

Funda telescópica para cámara, ancho de cabezal de 6cm, longitud de 309cm ±10cm.estéril, desechable. Compatible con videomediastinosco p 10972SP ,10972SPS,10971MV y10971MVS de Storz o equivalente

Descripción técnica:

Funda telescópica para cámara, ancho de cabezal de 6cm, longitud de 309c m ±10cm.estéril, desechable. Compatible con videomediastinocopio 10972SP,10 972SPS,10971MV y10971MVS de Storz o equivalente

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3280 MATERIAL: 30060518

Descripción larga: HTG -

Equipo para inserción de vías, compuesto por 20 elementos de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril uso.

, un solo

Descripción técnica:

HTG - Equipo para inserción de vías, compuesto por 16 elementos de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: 1 Aplicador Clorhexidina 2% con color 10,5ml(En Piggy Bag)

1 Sobremesa quirúrgico(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgicas estándar (SMMMS) "L"+2toallitas celulosa 30x34HTG - Equipo para inserción de vías, compuesto por 16 elementos de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 20 elementos: 1 Aplicador Clorhexidina 2% con color 10,5ml(En Piggy Bag)

1 Sobremesa quirúrgico(PR)150x200±10cm 2 Bata quirúrgicas estándar (SMMMS) "L" + 2 toallitas celulosa 30x34cm 20 Compresas TST 10x10cm 8C 1 Aguja hipodérmica 25Gx16mm 0mm 2 Jeringas 3P LL 20ml 2 Jeringas 3P LL Color Policarbonato 10ml amarillo(PC)

1 Jeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturino con mango nº 11 1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.

1 Funda ecográfica TL 18x250±10cm a/adhesivo 1 Protector mango lámpara Verde 2 Tallas a/absorbente y adhesivo 48x40±5cm 20 Compresas TST 10x10cm 8C 1 Aguja hipodérmica 25Gx16mm 40mm 2 Jeringas 3P LL 20ml 2 Jeringas 3P LL Color Policarbonato 10ml amarillo(PC)

1 Jeringa(insulina) 3P LS 1ml 1 Bisturino con mango nº 11 1 Batea circular 250ml 1 Gel Eco 20gr.

1 Funda ecográfica TL 18x250±10cm a/adhesivo 1 Protector mango lámpara Verde 2 Tallas a/absorbente y adhesivo 48x40±5cm 1 Campo angiografía acceso central 230x350 cm

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3290 MATERIAL: 30060693

Descripción larga: HVH-

Equip cirugía de cadera abordaje anterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable compuesto por 38 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equip cirugía de cadera abordaje anterior de tejido sin tejer, impermeable, resistente. Libre de látex, estéril, desechable compuesto por 38 elementos: 1 Cobertor mesa reforzado 190x210±10cm,abs 75x240cm 1 Cobertor mesa reforzado 1 10cm,abs 75x190cm 1 Bata Quirúrgica estándar Talla L 2 Bata Quirúrgica reforzada Talla XL 6 Toallas de manos 47x38±5cm 2 Fundas mesa Mayo reforzada 79x145±10cm,abs 65x85cm 2 Protector mango de luz 21Chx3m F/F 1 Limpieza puntas de electrobisturí adhesivo 2 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Bisturino eléctrico con botones, longitud del cable 320cm 1 Contenedor agujas 20pcs foam/magnético 5 Gasa TNT 10x20cm 5x00 8P 2 Gasa TNT 10x10cm 4P sin contraste 3 Hoja de bisturí nº22 1 Terminal Electrodo largo bisturí eléctrico 15,2cm 1 Cánula Yankauer de 22CH/ 6,0mm x 27,5cm punta redonda con 6 agujeros 1 Bolsa de papel 38x41x /2 compartimentos 1 Sujeta tubos de tira adherente 2,5x30cm,adhesivo 1 Sábana cadera vía anterior 300x400±10cm con film de incisión,camales y 2 aberturas 1 Apósito Post-Op 9x10cm 1 Regla 15cm blanca 1 Rotulador 1 algodón 7x100±10cm de largo

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3300 MATERIAL: 30061211

Descripción larga:

Equipo de fundas con clip ajustable para intensificador de imágenes por arco en C: 1 funda con clip y 2 bolsas circulares elásticas para modelos de arco con tamaños: Ø12"x30,48.Compatible con modelo General Electric o similar.Libre de látex,estéril,1uso.

Descripción técnica: Equipo

de fundas con clip ajustable para intensificador de imágenes por arco en C: 1 funda con clip y 2 bolsas circulares elásticas para modelos de arco con tamaños: Ø12"x30,48.Compatible con modelo General Electric o similar.Libre de látex,estéril,1uso.

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3310 MATERIAL: 30061944

Descripción larga:

Equipo Hipófisis de TST, impermeable, resistente, absorbente, compuesto por 46 elementos, estéril, libre de látex, desechable:

Descripción técnica:

Equipo Hipófisis de TST, impermeable, resistente, absorbente, compuesto por 46 elementos, estéril, libre de látex, desechable: 1 cubremesa 240x160±10cm 2 jeringas 60cc LL 4 talla a/ adhesivo 75x75±5cm 4 talla a/ad 10cm 1 bisturí eléctrico 320cm a/ botones corte/coagulación 1 limpiador punta bisturí 1 frasco antivaho 6gr 1 funda cámara 18x250±10cm 2 goma aspiración 230±10cm 20 lentina a/control RX 52x5 a/control RX 10x10cm 20 gasa a/control RX 20x10cm 1 hoja bisturí nº 23 1 hoja bisturí nº 15 1 bata quirúrgica estándar 119x150cm 3 bata quirúrgica estándar 129x170cm 1 cápsula redonda

1 bandeja rectangular 200CC 2 jeringa 20cc LL 2 catéter venoso
 periférico 14G 1 contenedor de agujas 30 espacios foam/magnético 4 toallas secamanos 47x38±5cm 1 funda mesa
 Mayo reforzada 80x152 1 ±5cm a/2 compartimentos, adhesiva 1 cánula Yankauer PVC 12Fx25cm estr s/cont

1 cánula Yankauer PVC 22Fx25cm grande a/contr

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3320

MATERIAL: 30061945

Descripción larga: Equipo

válvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril, libre de látex, desechable, compuesto por 38 elementos

Descripción técnica: Equipo

válvula v.peritoneal de TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril, libre de látex, desechable, compuesto por 38 elementos: 1 cubremesa 240x160±10cm 2 sábana 240x150±10cm 1 campo de
 incisión adh 5cm 1 campo de incisión adhesivo 56x80±5cm 3 talla adhes
 iva reforzada 90x75±5cm 1 funda mesa Mayo 79x145±5cm 1 bata quirúrgica estándar 119x150cm 2 bata
 quirúrgica 129x170cm 6 x49±3cm 1 bolsa para instrumental 40x35cm 1 bisturí eléctrico 320cm a/
 botones corte/coagulación 1 goma aspirador 230±5cm 1 rotulador dérmico 1 contenedor agujas 30
 espacios FOAM/MAGNET 1 limpiador punta bisturí 20 gasa pequeña a/
 control RX 1 0x10cm 2 cápsula 250cc 1 bandeja 25x14x5cm 1575cc 1 bandeja 1000ml 1 jeringa 20cc LL 1 hoja bis turino nº
 23 1 hoja bisturí nº 11 1 grapadora piel 35 grapas 1 catétero 2 yu

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3330

MATERIAL: 30061946

Descripción larga:

Equipo artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril, libre de látex, desechable, compuesto por 49 los elementos

Descripción técnica:

Equipo artrodesis cervicak anterior, TST, impermeable, resistente, absorbente, estéril, libre de látex, desechable, compuesto por 49 elementos 20 gazas a/control RX 10x10cm, 2u 10 gazas a/control RX 20x10cm,
 1u 2 go SILICONA 250±10cm 1 hoja bisturí nº 23 1 hoja bisturí nº 15 1 cánula Yankauer PVC 12Fx25cm
 estr s/cont 1 cánula aspiración metálica 5F 1 cánula aspiración metálica 3 1 contenedor
 agujas 30 espacios FOAM/MAGNETIC 2 cápsulas redondas 250cc 1 catéter venoso periférico
 14G 2 jeringas 20cc 20 compresas neuroquirúrgica a/control RX 52x52mm, 2 u 20 compresas
 neuroquirúrgica a/control RX 1 17 hilos 1 juego 3 fundes per a intensificador d'imatges arc en C comp models Philips: Pulsera/Endura/Libra 12 1
 agulla punció raquidia 22G 1 funda taula Mayo 80x142±5cm 2 llençol amb adhesiu
 150x175±10cm 2 talles amb adhesiu 75x75±5cm 1 llençol 150x190 ±10cm 1 bata quirúrgica estándar
 119x150cm 3 bata quirúrgica estándar 129x170cm 1 bolsa instrumental 40x35±5cm a/2 compartimentos, adhesiva

1 tira adherente (tipo velcro) 2,5x30±5cm 1 cubremesa 240x160±10cm 8 secamanos 47x38±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3340 MATERIAL: 30061984

Descripción larga:

HUGTP-Equipo para procedimientos de cirugía ORL oído, de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos

Descripción técnica:

HUGTP-Equipo para procedimientos de cirugía ORL oído, de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos: 1 cubre tablas reforzado TST 150x190±10cm impermeable 1 bata quirúrgica estándar TST,35g/m², 144x60cm 4 toallas secamanos 47x38 ±3cm 2 toallas secamanos 47x38 ±3cm 2 bata quirúrgica estándar TST,35g/m²,119x55cm 1 funda mesa Mayo 79x145 ±5cm,con / magnético 1 hoja de bisturí nº15 1 bolsa de plástico transparente 20x30±5cm con cierre tipo zip 2 cánula frazier 2mm 8cm punta redonda 2 cánula frazier 1mm 7cm punta redonda 1 jeringa 10ml 2 partes l/s excéntrica 1 aguja hipodérmica 21g 40mm cánula frazier 1,4cm 7cm 1 tubo de silicona od 9,0 mm yd 6,0 mm 4,0 mm 1 cápsula milimetrada transparente 250ml 1 funda mango lámpara quirúrgica 1 mango de luz colcha de cámara tipo skyton 2 bisturí eléctrico 3 corte/coagulación 1 grapadora de piel 35 grapas 1 bolsa instrumental 40x35 ±5cm con 2 compartimentos 1 cinta adhesiva 9x49±3cm 1 cerradura utilidades de TST 90x75±5cm 2 talla adhesiva 75x75±5cm 1 sábana 1 sábana la cabeza de TST 150x175±10cm con turbante

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3350 MATERIAL: 30061985

Descripción larga: HUGTP-

Equipo para procedimientos de cirugía robótica de TST, libre de látex, estéril, desechable, 36 elementos

Descripción técnica:

HUGTP-Equipo para procedimientos de cirugía robótica de TST, libre de látex, estéril, desechable, 36 elementos:

1 Cubremesa reforzado TST 30g/m2 absorbente, impermeable 150x190±10cm
 6 Toallas secamanos 47x38±3cm 1 Bata estándar TST 35 g/m2 XL-L 144 cm long,60cm ancho pecho
 1 Bata estándar TST 35 g/m2 L 35 g/m2 119cm long,55cm ancho pecho 1 Funda mesa Mayo TST 27g/m2 79x145cm,con absorbente de 65x85cm 2 Jeringa 10ml L/S 3 c Concéntrica 1

 1 Regla 15 cm blanca 1 Rotulador de piel punta normal violeta
 1 Bolsa de plástico transparente 20cm,30cm a/cierre tipo Zip 1 Contador de agujas 10u,foam/magnético
 1 Hoja de Bisturí nº22 2 Cápsula graduada transparente
 1 Tubo de insuflación con filtro OD 26Ch I 1 Bisturino eléctrico 320cm botones corte/coagulación
 2 Funda mango lámpara quirúrgica universal 2 Bolsa instrumental 30x50cm, 3 compartimentos a/adhesivo transparente
 1 Bolsa Instrumento al 40x35cm,2 compartimentos a/adhesivo, transparente 4 Toalla seca campo 18x25±3cm celulosa
 2 Cinta adhesiva 9x49±5cm de TST impermeable 1 Talla adhesiva TST absorbente, impermeable, 90x75cm ±5cm
 1 Sábana bariátrica TST absorbente, impermeable de 280/230/270x335± 10cm con apertura adherente flexible de 32x42cm, con perneras, pasa tubos y tira adherente 1 Papel crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanco

SOL. PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 3360 MATERIAL: 30061986

larga: HUB-Equipo para

procedimientos de Neuroradiología, de TST, estéril, desechable, compuesto por 43 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para procedimientos de Neuroradiología, de TST, estéril, desechable, compuesto por 43 elementos

- 1 Aplicador de Clorhexidina con color 2% 10,5ml (A Piggy Bag)
- 1 Cubre mesa quirúrgico 150x200±10cm 2 Toallas Secamanos celulosa 30x34±3cm
- 1 Bata quirúrgica estándar "M" 2 Toallas secamanos celulosa 30x34±3cm
- 1 Bata quirúrgica estándar L 30 Gasas TST 10x 0cm 4pliegues
- 1 Aguja hipo dérmica 21G x 40mm (1 1/2") verde oscuro 1 Aguja hipodérmica 20G x 40mm (1 1/2") amarillo
- 1 Aguja introducción vascular catéter venoso periférico 18Gx51mm 2 Jeringa 3P LL Color amarilla policarbonato 10ml
- 2 Jeringa 3P LL Color azul policarbonato 10ml 1 Jeringa 3P LL 10ml
- 1 Hoja Bisturino nº 11 con mango 1 Equipo de infusión a/cámara, toma aire y filtro 180cm
- 2 Equipo de infusión a/cámara, toma aire y filtro de seguridad 180cm 2 Línea monitorización 50cm F-MLL con tapones
- 1 Línea inyección contraste(AP) mallada (1200psi) 200cm F-MLL 1 Contador de agujas magnético de 30u con extractor de bisturí
- 2 Clave de 3 vías (Alta Presión) 1050psi 2 Clave de 3 vías (Baja Presión) DÓNDE
- 1 Manguito presurización (Alta Presión) 1100psi 2V RH ON 1 Batea circular 250ml azul
- 1 Batea para guías 250ml 2 Funda intensificador 90x80cm Rectangular
- 1 Funda intensificador con cinta 122x122cm 1 Bolsa recogida residuos con conexión M 1000ml
- 4 Talla absorbentes 48x40±5cm 1 Sábana angiografía radial laterales reforzados 230x350±10cm STD

SOLO PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 3370 MATERIAL: 30061987

Descripción larga:

HUB-Equipo para procedimientos de Mano y Pie, de TST, libre de látex, estéril, desechable, 41 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para procedimientos de Mano y Pie, de TST, libre de látex, estéril, desechable, 41 elementos:

- 1 Cubremesas reforzado 150x190 ±10cm
- 2 Toallas de manos 47x38±5cm 1 Bata quirúrgica estándar Plus LL 4 Toallas secamanos 47x38±5cm 2 Bata quirúrgica reforzada XL 1 Funda mesa Mayo reforzada 79x145±5cm ,Abs.65x85cm 1 Lámpara quirúrgica Universal 1 mango con esponja 15cm 1 Contenedor de agujas 20u Foam/Magnético#2 Hoja de bisturí nº15 1 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Botina algodón 7cm 100cm 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación

- 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 5 Gasas TST 10x10cm 6pblanca 3 Fundas taburete 40x23±2cm con elástico redondo azul 5 Compresa abdominales TNT 40x40cm 70g 4p blanca RX 1 Talla instrumento. siva 9x49±5cm 1 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos, adhesiva. 2 Tallas adhesivas 90x75±5cm 1 Sábana Mano-Pie 230X315±10cm apertura.3.5cm elast.refuerzo, con 16 pasaubos integrados

SOLO PEDIDO: 1101357533 Descripción POSICIÓN: 3380 MATERIAL: 30061988

larga: HUB-Equipo para

procedimientos de artroscopia de hombro de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 34 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para procedimientos de artroscopia de hombro de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 34 elementos:

- 1 Cubremesas reforzado 150x190±10cm
- 2 Toallas secamanos 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estándar LL (L 134cm x A 55cm)
- 6 Toallas secamanos 47x38±3cm 2 Bata quirúrgica estándar XL (L 129cm x A 65cm)
- 1 Cubremesas estándar 150x190±10cm 1 Hoja bisturí nº11 con mango 1 Cápsula graduada transparente 250ml 1 mango con esponja por desinfección 20cm 1 Catéter venoso periférico 14G 10 Gasas TNT 10x20cm 00 cm 50gr a/control RX 4 pliegues 1 Talla algodón azul 60x45cm 1 Funda mesa Mayo 79x145±10cm,a/Abs.65x85cm 1 Tubo succión PVC OD25Ch ID16Ch 300±10cm F/F 1 Funda cámara 18x250±10cm,punto 170± 10cm ab.adh.15x45cm con bolsa recogida de líquidos con 2 grifos y tiras adherentes sujeta tubos 3 Cinta adhesiva 9x49±5cm 1 Sábana adhesiva 240x150±10cm 5 Talla adhesiva 90x75±0cm 5 Talla adhesiva 90x75±0cm. 10x70cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3390

MATERIAL: 30061989

Descripción larga:

HUB-Equipo para Cirugía Vasculat básica Varius, de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 25 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para Cirugía Vasculat básica Varius, de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 25 elementos

- 1 Cobretablos reforzados 150x240±10cm
- 4 Toallas de manos 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estándar LL(L 134cm x A 55cm)
- 1 Bata quirúrgica estándar XL-L(L 144 cm x 60cm) 1 Hoja de bisturí nº11 1 cápsula graduada transparente 250ml 1 Hoja de bisturí nº10
- 1 Cápsula graduada azul de 500ml 1 Limpieza puntas bisturí 5x5cm
- 1 Talla algodón azul 60x45±5cm 1 Bisturino eléctrico 320cm botones de corte/coagulación 1 mango con esponja para desinfección 20cm 10 Gasa TST 10x20cm 50gr 4p RX blanca (1Paq)
- 10 Gasa TST 10x10cm 50g 8p RX blanca (1Paq) 2 Funda mango lámpara quirúrgica universal
- 1 Bolsa instrumental 40x35±cm 2 compartimentos a/adhesivo 1 Cinta adhesiva 9x49±3cm
- 2 Tallas adhesivas reforzadas 90x75±5cm 1 Sábana adhesiva reforzada con pasa tubos 240x150±10cm
- 1 Sábana en U 200x290±10cm, absorbente U 7x65cm y adhesivo estrecho

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3400

MATERIAL: 30061990

Descripción larga: HUB-

Equipo para Cirugía básica OFT de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 26 elementos

Descripción técnica: HUB-

Equipo para Cirugía básica OFT de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 26 elementos 1 Cubrecajas reforzados 100x150±10cm 3 Toallas de manos 47x38cm 3 Bata quirúrgica XL(L 129cm 65cm)

- 1 Cubremesas estándar 100x150±10cm 1 Aguja hipodérmica 19G 40mm marfil 1 Sutura adhesiva 12x100mm (3 u) 2 Micro esponjas PVA (5 u)
- 1 Cánula cámara Anterior 27G 22mm 45° "Rycroft" punta roma 1 Micro esponjas celulosa(10 u)
- 1 Bolsa de plástico transp. 20cm,30cm a/cierre tipo Zip 1 Apósito film transparente adhesivo 1 0x12±1cm 3 Jeringa 10ml L/S 3c excéntrica 1 Cánula cámara anterior 25G 22mm 45° Rycroft punta roma

20 Gasa TST 10x10cm 30g 4p blanca 2 Manguito brazo 50x17±5cm
1 Cápsula graduada 120ml transparente 1 Sábana oftalmología 150x300±10cm a/film incisión y apertura 6,5x3,5cm, a/bolsas laterales y puente nasal

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3410 MATERIAL: 30061991

Descripción larga:

HUB-Equipo para FAVI de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos

Descripción técnica: HUB-

Equipo para FAVI de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 36 elementos:#1 Cubremesa reforzado 150x240±10cm#6 To vallolas secamanos 47x38±3cm #1 Bata quirúrgica estándar LL (L 134cm x A 55cm)#2Bata quirúrgica estándar XL (L 129cm x A 65cm)#2 Funda mango lámpara quirúrgica universal#1 Juego protectoras de Mosquito (6u)#1 Limpieza puntas debisturí 5x5cm#1 Hoja de bisturí nº1 250ml transparente#1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona azul #1 Cinta vascular maxi 2.5x1x406mm silicona roja #1 Cán psula 500ml graduada azul#1 Mango con esponja para desinfección 20cm#1 Bis l 35grapas #1 Contador de agujas 20u Adh/Foam#20Gasa TST 10x10cm 50g 8p a/control RX (2u)#1 Jeringa 20ml L/S 2P excéntrica#1 Talla c otón azul 60x45cm #1 Bolsa instrumental 4 #1 Cinta adhesiva 9x49±1cm#3 Talla adhesiva reforzada 90x75±5cm #2 Sujetatubos de tira adherente 2,5x30cm,Adh#1 Sábana en U 230x150cm, absorbente U adh.7x65cm reforzada#1 Sábana u09 a/Adh estrecho#

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3420 MATERIAL: 30061992

Descripción larga:

HUB-Equipo para cirugía de columna NCR de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 40 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para cirugía de columna NCR de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 40 elementos: 1 cubreetas reforzado 150x190±10cm 2 toallas de manos 47x38±5cm 1 bata quirúrgica estándar 119x15 47x38cm 2 bata quirúrgica estándar 129x170cm 1 funda mesa Mayo 79x145±5cm,Abs.65x85cm 2 cubreetas reforzado 150x190±10cm, Abs.75x190cm 2 tubo de silicona 6x9mm 1 cápsula 500ml graduada azul 2 fundas mango lámpara universal 1 limpieza puntas bisturí 5x5cm 1 jeringa 20ml L/S 2c excéntrica 1 jeringa 10ml L/L 3c concéntrica 1 hoja de bisturí nº11 1 hoja de bisturí nº24 1 cápsula graduada blava 2p a/control RX 10 gasas 10x20cm, 17 hilos 12p a/control RX 1 toalla algodón azul 60x45cm a/control RX 1 bisturí eléctrico 320cm botones corte/coagulación 1 grapadora piel 35 grapas 1 contador de agujas 30pc foam/

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3430 MATERIAL: 30061993

Descripción larga:

HUB-Equipo cobertura quirúrgica para citoscopia ginecológica de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 5 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo de cobertura quirúrgica para citoscopia ginecológica de TST, libre de látex, estéril, desechable, compuesto por 5 elementos :
1 Cubremesas reforzado estándar 150x200±10cm
1 Sábana citoscopia reforzada a/fenestración y en forma de T de 98/163x232±10cm

2 Perneras 79x140±5cm 1 Toalla secamanos 40x40±5cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3440 MATERIAL: 30061994

Descripción larga:

HUB-Equipo para implantación Endoprótesis de TST, libre de látex, estéril, desechable, 76 elementos

Descripción técnica:

HUB-Equipo para implantación Endoprótesis de TST, libre de látex, estéril, desechable, 76 elementos:

1 Cubremesas reforzado 150x240±1 0cm 8 Toallas
seca manos 47x38±3cm 1 Bata quirúrgica estándar LL (L 134cm x A55cm)
3 Bata quirúrgica reforzada XL-L (L 144 cm x 60cm) 1 Funda mesa Mayo 79x145±5cm, Abs.65x85cm 2 Cubremesas reforzado 150x190±10cm
Abs.75x190cm 1 Funda intensificador 95X8 r 85x85cm transparente 2 Funda mango lámpara quirúrgica universal 20 Gasas TST 10x20cm 50g RX
8P 20 Gasas TST 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1 Bandeja 25x14x5cm 1575 ml azul 0 ula Yankauer 12Ch 27,5cm 2
Sistema de infusión 180cm conexión L /L 1 Clave de 1 vía DONDE MLL/FLL 1200 PSI Blanca 2 Jeringa 60ml 3c
L/S 2 Jeringa 20ml L/L 3 partes concéntrica 1 Jeringa 20ml L/S3c concéntrica 1 Jeringa 3ml 3c S 3 c concéntrica 1 Jeringa
10ml,3P,L/L concéntrica 1 Bisturino eléctrico 320cm a/botones corte/coagulación
1 Contador agujas 60u, doble, magnético 2 Toalla algodón azul 60x45±3cm detectable RX2 instrumental 40x35cm 2 bolsillos
2 Sujetatubos tira adherente 2 ,5x15±3cm a/adhesivo 1 Cinta adhesiva 9x49±3cm 1 Limpieza
puntas de bisturí 5x5cm 1 Hoja de bisturí nº 24 1 Hoja de 1 10u) 2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x
40,6cm silicona azul 2 Cinta vascular maxi 2.5 x 1 x 40,6cm silicona amarillo 1 Etiqueta,1,6x5cm
amarilla contraste 1 Cápsula 250ml graduada amarilla 1 Cápsula 2 gel lubricante 1 Cápsula 1000ml graduada transparente 1 Bandeja
38x28x5cm 4000ml Blanca 5 Tallas a dehesivas 90x75±5cm 1 Cubremesas estándar 150x190±10cm 1 Sábana angiografía
240x3 2) ,laterales transparentes 1 Papel crepé 60x60 cm 60gr /m2 blanco

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3450 MATERIAL: 30063662

Descripción larga: HVH -

Equipo para cirugía de robótica compuesto por 47 elementos

Descripción técnica: HVH -

Equipo para cirugía de Robótica. Compuesto por 47 elementos: 1 Cobertura de mesa reforzado 190x210cm 1 Cobertor mesa mayo 79x145cm Abs.65x85 2
Compresa abd TNT 40x60cm 130g 3p verde R 1 Drap time out 45x32cm naranja 2 C ml 1 Grapadora piel 35W 35 grapas 1
Stick desinfección 20cm naranja 2 Cobertor mango de lámpara universal 1 Regla
15cm blanca 1 Rotulador de piel punta normal violeta 1 Contenedor de agujas 10pcs magnético, tapa 10
Compresa TNT 10x10cm 50g 4P RX blanco 1 era 700ml polipropileno azul

1 Aguja de veress 14G 120mm 1 Hoja de bisturí nº24
 1 Hoja de bisturí nº11 1 Bisturino eléctrico 320cm botones corte/co
 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Cinta de velcro para sujetar tubos 2,5x30cm adhesivo
 4 Toalla seca campo 18x25cm blanca 1 Bolsa instrumental endoscópica 30x50cm
 1 Bolsa instrumental 40x35cm, 2 compartimentos 1 Film de incisión 45x55cm, Inc. 45x49cm
 1 Campo adhesivo 70x100cm 1 Sábana laparoscopia 250/175/270x260cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3460

MATERIAL: 30063663

Descripción larga:

HVH - Equipo para cirugía de cráneo NRC compuesto por 105 elementos

Descripción técnica: HVH -

Equipo para cirugía de cráneo nrc. Compuesto por 105 elementos: 1 Cobertura de mesa reforzado 190x210cm 1 Cobertura de mesa reforzado 150x240cm abs. 75x2 1 Batea tipo riñonera 800ml Polip. Rosa gradu 2 Cápsula graduada 60ml 3,3cm Pulpo transparente 2 Cápsula graduada transparente 500ml 1 Regla 15cm blanca 1 Rotulador de piel punta normal violeta 2 Jeringa 20ml L/S 3P Excento 1 Contenedor de agujas 20pzcs Foam/ 2.5gm 2 Cánula intravenosa 18g 48mm verde 2 Jeringa Bulbo 50/60ml punta catéter 1 Grapadora piel 35W 35 grapas 1 Bolsa de plástico transparente 20cm 30cm Zip 3 Hoja de bisturí nº24 1 Hoja de 1 4m F/ F 2 Tubo silicona 8x12mm 120cm precortado 2 Conector recto 7-11 x 7-11mm 2 Cánula Yankauer 12Ch 27,5cm 1 Limpieza puntas bisturí 5x5cm 1 Bisturino eléctrico 320cm botones corte/co 3 c de lámpara universal 1 Mango de luz colcha cámara lens para I 2 Cinta de velcro 2,5x15cm adh 10 Compresa TNT 10x20cm 50g RX 8P 40 Compresa TNT 10x10cm 50g 4P RX blanca 2 Compresa abd TNT 30 9x49cm 5 Campo adhesivo 50x50cm 1 Sábana craneotomía 230x300cm inc. 30x20cm 4 cerraduras adhesivos 50*50cm

SOLO PEDIDO: 1101357533

POSICIÓN: 3470

MATERIAL: 30063664

Descripción larga:

HVH -Equipo Cirugía plástica compuesto por 36 elementos

Descripción técnica: HVH

-Equipo Cirugía plástica. Compuesto por 36 elementos: 1 Sábana adhesiva 175x175cm reforzada 1 Sábana adhesiva 240x150cm reforzada 2 Trapo adhesivo 90x75cm reforzado 4 Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sin contraste 1 Sujeta tubo 9x49cm 1 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos 3 Hoja de bisturí nº15 2 Cápsula graduada trasparente 250ml 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Rotulador de Piel punta normal violeta 1 Contenedor de agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo 1 Regla 15cm Blanca 1 Stick Desinfección 20cm 2 gulación

2 Cobre manac de lámpara universal 1 Cobre mesa Mayo Reforzada 79x145cm, Abs.65x85cm 2 Bata Quirúrgica Reforzada Primary Plus XL 129cm 4 Toallas de manos 47x38cm 1 Cobre mesa Reforzado 150x60cm

2 Toallas de manos 47x38cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Primary Plus LL

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3480 MATERIAL: 30063665

Descripción larga:

HVH-Equip Cirugía de reconstrucción mamaria (DIEP) compuesto por 115 elementos

Descripción técnica:

HVH-Equip Cirugía de reconstrucción mamaria (DIEP). Compuesto por 115 elementos: 1 Sábana adhesiva 175x175cm reforzada 1 Sábana adhesiva 240x150cm reforzada 2 Trapo adhesivo 90x75cm reforzado 1 Cubremesa estándar 100x150cm 2 Cobre taburete 40x2. 8x40.6cm 1 Cubremesa estándar 150x190cm 2 Sujeta tubos velcro 2,5x30cm adhesivo 7 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos 3 Cinta adhesiva 9x49cm 4 Jeringa 20ml 2P,L/S 3 Jeringa 10ml,3P,L/L Concéntrica 2 Cinta adhesiva Mini 0.8mm 42,6mm turino nº15 6 Fulla de bisturí nº10 1 Bossa paper blanc 30x61x12.5cm 3 Cánula IV 20G 32 mm Rosa Bioseguretat 3 Neteja puntes de bisturí 5x5cm 3 Rotulador de Pell punta normal violeta 2 Cánula IV 16G 45mm Gris 1 Clau 3 vies LL 2 Cinta adhesiva mini 0,8mm 40,6cm silicona azul 1 unidad 3 Aguja Hipodérmica 20G 25mm Amarilla 2 Cánula intravenosa 18G 48mm verde 4 Paño Utilidades 90x75cm 1 Sutura Adhesiva 12x102mm 3/1 6 Gasa TNT da de gasa nº 0 20Th blanca RX 5pcs 2 Grapadora Piel 35W 35 grapas 2 Cánula Yankauer 12Ch 27,5cm 2 Contenedor de agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo 2 Tubo Aspiración PVC OD 25Ch 6mm 3,5m F/F 3 Cápsula gradúa 2 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 2 Cobre manac de lámpara universal 3 Cobre mesa Mayo Reforzada 79x145cm, Abs.65x85cm 4 Bata Quirúrgica Reforzada Primary Plus XL 129cm 8 Toallas de manos 47x38cm 60x60 cm 60gr/m2 blanco 2 Toallas de manos 47x38cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Primary Plus LL 1 Bata Quirúrgica Estándar Primary Plus LL

SOL. PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3490 MATERIAL: 30063666

Descripción larga: HVH-

Equip Cirugía Traqueo Maxilo compuesto por 53 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo Cirugía Traqueo Maxilo. Compuesto por 53 elementos: 1 Sábana adhesiva 175x175cm reforzado 4 Paño adhesivo 90x75cm reforzado 1 Bolsa Instrumental 40x35cm 2 Compartimentos 1 Sujetatubos velcro 2,5x30cm adhesivo 10 Compresa TNT 10 0x20cm 40gr 4P sin contraste 1 Cánula Yankauer 12Cr 27, 5cm 1 Stick desinfección naranja 1Contenedor de agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo 1 Bisturino Eléctrico 320cm botones corte/coagulación 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 1 Rotulador de Piel punta normal violeta 1 Excéntrica 1 Bolsa de Plástico transp. 20cm, 30cm Ziplock

2 Hoja bisturí nº15 2 Cápsula graduada trasparente 250ml 1 Tubo succión PVC
OD25Ch 6mm F/F 3m 2 Cobre manac de lámpara universal 1 Cobre mesa Mayo Reforzada 79x145cm,
Abs.65x85cm 3 Bata Quirú 2 Bata Quirú 47x38cm 1Cobre mesa Reforzado 150x240cm 1 Papel crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanco 2 Toallas de manos
47x38cm 1 Bata Quirúrgica Estándar Primary Plus LL

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3500 MATERIAL: 30063667

Descripción larga:

HVH-Equipo para cirugía de Ortognática compuesto por 94 elementos

Descripción técnica: HVH

-Equipo Ortognática. Compuesto por 94 elementos: 1 Sábana en U 150x160cm, sb. Adh. U 7x65cm refuerzo 1 Sábana adhesiva 175x175cm reforzada
2 Trapo adhesivo 90x75cm 1 Cubre taburete 40x23cm elástico redondo azul 1 Sujetatubos
de velcro 2,5x30cm adhesivo 2 Bolsa instrumental 2 30 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 10 Compresa TNT 10x20cm
50g RX 8P 6 Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sin contraste 1 Cánula Yankauer 12Ch 27,5cm 1 Tubo de
succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Bisturino eléctrico 320 cm botones corte/coagulación

1 Stick desinfección 20 cm naranja 1 Contenedor de agujas 20pcs Foam/Nagnético, amarillo 2 Hoja de bisturí nº15 1 Bolsa de
plástico transp. 20cm, 30cm Ziplock 1 Rotulador de Piel punta normal violeta 2 Jeringa 20ml L/S 3P
Excéntrica 1 Regla 15cm Blanca 1 Limpieza puntas de bisturí 5x5cm 3 Cápsula graduada transparente 250ml 2
Cobertor de mango 2 1 Cobertor mesa Mayo reforzada 79x145cm, Abs.
65x85cm 3 Bata Quirúrgica reforzada Primary Plus XL 129cm 6 Toalla de manos 47x38cm 1 Cubremesas reforzado
150x190cm 1 Bata quirúrgica Estándar Primary Plus LL 2 Toalla de manos 47x38cm 1 Papel crepé 1

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3510 MATERIAL: 30063668

Descripción larga:

HVH-Equipo para cirugía de Extremidad Micro Maxilo compuesto por 67 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equip Extremidad Micro Maxilo. Compuesto por 67 elementos: 1 Paño adhesivo 90x75cm 1 Sábana en U 200x260cm adh U
20x102cm refuerzo 1 Sábana adhesiva 175x175cm reforzado 2 Cubretamborete 40x23cm elástico redondo azul 2 30cm
adhesivo 3 Cinta adhesiva 9x49cm 3 Bolsa instrumental 40x35cm 2 compartimentos 5
Gasa TNT 10x20cm 40gr 4P sin contraste 10 Compresa TNT 10x10cm 50gr 4P RX blanca 1
Torunda de gasa nº 0 20Th blanca RX 5pcs 1 Tubo succión PVC OD25Ch 6mm F/F 3m 1 Cá 320cm botones corte/coagulación 1
Grapadora Piel 35W 35 grapas 1 Contenedor de agujas 20pcs Foam/Magnético, amarillo 1 Stick desinfección 20cm naranja 1
Regla 15cm Blanca 1 Jeringa 10ml L/S 3 partes excéntrica 1 in8 4 Hoja de bistur 1 Limpieza puntas
de bisturí 5x5cm 1 Bolsa de plástico transp. 20cm, 30 cm Ziplock

1 Cinta vascular mini 0,8mm 40,6cm silicona azul 1 unidad 1 Cinta vascular mini 0,8mm 40,6cm silicona roja 1 unidad 1 Aguja hipodérmica 20G 25mm amarilla 1 Rotulador de piel punta normal violeta 2 Jeringa 20ml Cápsula graduada transparente 250ml 1 Cubremango de lámpara Universal 2 Cubremesas estandar 150x190cm 1 Cobertor mesa Mayo reforzada 79x145cm, Abs. 65x85cm 2 Bata quirúrgica reforzada Primary Plus XL 129cm 4 Toallas de manos 47x38cm 1 Cubremesas reforzado 150x190cm 2 Toallas de manos 47x38cm 1 Papel crepé 60x60cm 60gr/m2 blanco

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3520 MATERIAL: 30063669

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía de Cesar área compuesto por 43 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equipo Cesárea. Compuesto por 43 elementos: 1 Papel crepé 60x60 cm 60gr/m2 blanco 1 Sábana con aro campo quirúrgico Cesárea 175/250x300cm, inc.38x32cm, ab.18x16cm 1 Cinta adhesiva 9x49cm2 Toalla x120cm 2 Bata Quirúrgica Primary Reforzada L 1 Bata Quirúrgica Primary Reforzada XLL 4 Toalla de manos 47x38cm 1 Bata Quirúrgica Primary Plus LL 1 Cobre mesa Reforzado 150x190cm 2 Toalla de manos 47x38cm 1 Cazuela (1)

2 Cobre manac 20 Gazas con contraste 40x40 cm

SOL.PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3530 MATERIAL: 30063670

Descripción larga: HVH-

Equipo para cirugía de Parto compuesto por 20 elementos

Descripción técnica: HVH

-Equipo Part. Compuesto por 20 elementos: 1 Manta de bebé 100x100cm 2 Toalla Secado de Campo 18x25cm blanca 1 Corte de utilidades 75x90cm 1 Corte adhesivo 75x75cm reforzado 1 Corte bajo nalga con bolsa 85x120cm 2 Perne. 2 Corte adhesivo 75x75cm 1 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Bata Primary Plus estándar XL-L 144cm 2 Toalla de manos 47x38cm 1 Cobre mesa reforzado 150x190cm 1 Gorro recién nacido 3 Pinza cordón umbilical2

1 Puede quirúrgico (ID 8000722-20)

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3540 MATERIAL: 30063671

Descripción larga:

HVH-Equipo para cirugía de Embolización compuesto por 20 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equip Embolización. Compuesto por 20 elementos: 1 Cazoleta 500ml graduada roja 1 Cazoleta 250 ml graduada amarilla 1 Cazoleta graduada 250ml azul 10 Compresa TNT 10x10cm 6p blanca 2 Aguja hipodérmica 20g 25mm amarilla

1 Etiqueta 16x50mm roja 1 Llave de paso de tres vías 200psi blanco
2 Jeringa 3ml 3P L/L Concéntrica 1 Cubremesa reforzado 100x75cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3550 MATERIAL: 30063672

Descripción larga: HVH-

Equipo Ictus One Step compuesto por .. elementos

Descripción técnica:

HVH-Equipo Ictus One Step. Compuesto por .. elementos: 1 Bandeja 25x14x5cm 1575ml azul Polipropileno 1 Cazuelita 2500ml azul Polip. Con pestaña para guías 1 Bandeja 44,2x31,5x6,3 8000ml Polipropileno azul 1 Cazuelita graduada 1000ml azul 1 Cazuelita 250ml graduada roja 1 Cazuelita 250ml graduada amarilla 1 Stick desinfección 20cm 1 12g 40mm verde 1 Aguja hipodérmica 20g 40mm amarillo 1 Bisturino con bioseguridad nº15 5 Línea extensión 100cm OD 4,1mm ID 2,9mm FLL/MLL libre pvc 5 Llaves vías off RA/FLL 1200Psi 1 Introdutor de vías c/válvula hemos /ministop 1 Jeringa 10ml 2 partes L/S Excéntrica 1 Jeringa 10ml L/L roja 3 Jeringa 10ml L/L 3 partes coontrast embolo azul 1 Jeringa 3ml L/L 3 partes embolo amarillo 2 Jeringa 3 Jeringa 3ml L/L 3 partes embolo rojo 2 Jeringa 3ml L/L 3 partes embolo azul 1 Cobre monitor circular 75cm transparente 1 Cobre intensificador 95x85cm recto elasto transparente 2 Funda intensificador 76x91 cm recto elasto transparente 4 Toalla 6p blanca 1 Sábana angiografía 240x370cm Ap 5x7cm (2) 7x10cm (2) doblado longitudinal 3 Bata quirúrgica primary talla L 6 Toalla de manos 47x38cm 1 Cubreeta reforzada 150x240cm

SOLO PEDIDO: 1101357533 POSICIÓN: 3560 MATERIAL: 30063673

Descripción larga:

HVH-Equipo para cirugía de Espinal compuesto por 56 elementos

Descripción técnica: HVH-

Equip Espinal. Compuesto por 56 elementos: 3 Sábana adhesiva 175x150cm 1 Sábana en U 200x260cm adh U7x102cm reforzado 1 Cinta adhesiva 9x49cm 1 Bolsa de recogida de líquidos 40x35cm 1 Bolsa instrumental20x35cm 36x35 con yodo 1 Tubo silicona 5x8mm precortado 1 Tubo succión OD 29Ch 7mm 3m F/F 2 Batea tipo riñón 800ml transparente 1 Apósito transparente 9x10cm 4,5x5cm 1 Jeringa 1ml L/L 3 turino nº 10 1 Aguja hipodérmica 21g 40mm verde 2 Sutura adhesiva 12x102mm 3/1 1 Charinga 1ml 3P L/S Concéntrica 1 SA Label 1x4cm blanco Depomedrone (etiqueta de marcado)

1 SA Label 1x4cm blanco Xylocain (etiqueta de marcado) 1 SA Label 1x4cm blanco Levobupivaine (etiqueta de marcado)
1 Aguja hipodérmica 16g 40mm blanca 1 Aguja sin punta 18g 40mm filtro 5µ púrpura 1 Aguja hipodérmica 23g 32mm azul 1 Bisturino eléctrico 320cm botones corte/coagulación
1 Jeringa 60ml Cath tipo Bulbo 1 Cobertor de manac de lámpara verde 2 Cápsula graduada transparente 250ml 1 Jerra 1000ml transparente 1 Jeringa 10ml L/L 3P concéntrica 3 Jeringa 20ml L/L 3P concéntrica

5 Compresa gasa 11x36cm 13h 16p RX blanca 5pcs 10 Compresa gasa 7,5x10cm 13th 32P XRD blanca 5pcs
1 Contenedor de agujas 20pcs Foam/Magnético amarillo 1 Protector de bisturí eléctrico 20x6x6cm
2 Cobertor de mesa estándar 150x240cm 1 Cobertor de mesa reforzado 150x240cm

ANEXO C – Modelo y Guía de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

Los modelos de los criterios evaluables se encuentran en soporte informático en la Plataforma electrónica de Contratación Pública

La pestaña Oferta tiene campos que son modificables y otros que no lo son. Se detallan a continuación:

1.1. Datos NO modificables de la pestaña Oferta

Número de lote	Indica el lote del artículo
Número de partida	Indica la partida si la licitación está diseñada por partidas
Descripción de la partida	Indica el nombre de la partida para las pujas con partidas
Posición	Es el número de orden del artículo en la licitación
Material	Código del artículo
Descripción del material	Descripción del artículo
Cantidad	Cantidad estimada de consumo
UM	Unidad de medida básica del artículo

1.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña Oferta

Cabecera	Empresa	Informar nombre de la empresa licitadora	Obligatorio
	NIF	Informar NIF de la empresa licitadora sin ninguna signo de puntuación: - /, sin espacios ni puntos. En caso de que sea alfanumérico, las letras tendrán que ir en mayúsculas.	Obligatorio
	T. Oferta (B: Base, V: Variante)	Habitualmente sólo se admite oferta base. En este caso, informar B Si se admiten ofertas variantes, en este campo informar V Si hay opción de presentar	Obligatorio
	Número oferta Variante	oferta variante, indicar el número de variante	Obligatorio si existen variantes
Referencia	Pestaña Oferta	<u>Para ofertas de código SAP:</u> Informar la referencia Para <u>ofertas de código agrupador: Informar</u> la referencia GENÉRICA del código agrupador Indicar la	Obligatorio
Marca	marca del producto ofrecido.		Obligatorio
Modelo	Indicar el modelo del producto ofrecido.		Obligatorio
Forma de presentación	Indicar la forma de presentación mínima. Por ejemplo: unidad, caja de 100 unidades, rollo, caja de 10 rollos, bolsa de 1000 unidades, etc.		Obligatorio
Código GTIN/EAN	Es el campo GTIN/EAN del producto. IMPORTANTE: informar al ANEXO D2 al GTIN/EAN de la referencia DETALLE ya que la referencia GENÉRICA del agrupador NO tiene (SOBRE 2) Si se informa en el ANEXO D2 un GTIN/EAN-128, indicar qué identificador de aplicación es: (01) o (02),		No Obligatorio
Caducidad	Informar de la caducidad del producto		NO obligatorio
Oferta presentada	En este campo marcar una X e informar OBLIGATORIAMENTE a los campos Referencia marca y modelo si se presenta oferta en el código sabe o código agrupador.		Obligatorio cuando se presenta oferta

ANEXO D1

Lista resumen de fichas técnicas de productos presentados

Modelo y Guía de la Lista-Resumen

1. Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	
DATOS DE LA LICITACIÓN	
En esta área sólo se informan los datos de identificación de la licitación Para las fichas que se confeccionen manualmente o por otros sistemas, será necesario que se informen los datos básicos de la licitación	
Nº. de expediente	Código numérico de la licitación
Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
Área DATOS DEL LICITADOR	
En esta área se indica: - NIF y nombre de la empresa	
NIF	
Nombre	
Datos del Resumen de fichas técnicas individuales presentadas	
En esta área se indica el Resumen de las fichas presentadas en la licitación Para las fichas creadas manualmente oa partir de otros sistemas, en este apartado se trata de informar los datos que se detallan a continuación para cada referencia ofertada en la licitación	
Lote	Informa el lote del material presentado
Código agrupador	En caso de que la licitación sea por código agrupador, mostrará la información en este campo
Código SAP	Si la licitación es por código SAP, la información estará en este campo
Tipo Oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante
GTIN (EAN)	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia proveedor	Indicar este dato del producto ofertado
Referencia distribuidor	Indicar este dato del producto ofertado
Marca	Indicar este dato del producto ofertado
Normativa	
Marcaje conf CE (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Otra normativa	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
	-	30003916								
	-	30003917								
	-	30003918								
1	-	30000446								
1	-	30000447								
1	-	30004947								
2	-	30016932								
2	-	30041779								
2	-	30001408								
2	-	30001835								
2	-	30016933								
3	-	30016934								
3	-	30016935								
3	-	30000402								
3	-	30000411								
3	-	30000466								
4	-	30001464								
4	-	30001465								
4	-	30001522								
4	-	30003924								
4	-	30003926								
4	-	30004995								
4	-	30023445								
4	-	30028190								
4	-	30040555								
4	-	30043476								
4	-	30052327								
4	-	30000403								
4	-	30000405								
4	-	30000406								
5	-	30001466								
5	-	30001518								
5	-	30002044								
5	-	30002216								
5	-	30003002								
5	-	30003922								
5	-	30004316								
5	-	30004325								
5	-	30004909								
5	-	30013136								
5	-	30018315								
5	-	30019242								
5	-	30019243								
5	-	30019244								
5	-	30019652								
5	-	30033144								
5	-	30033660								
5	-	30000465								
5	-	30001519								
6	-	30001520								
6	-	30000325								
7	-	30000326								
7	-	30000327								
7	-	30000328								
7	-	30000409								
7	-	30001456								
7	-	30000317								
8	-	30000319								
8	-	30000320								
8	-	30000321								
8	-	30000323								
8	-	30001414								
8	-	30008157								
88	-	30008159								

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
	-	30016893								
	-	30038047								
	-	30000331								
	-	30000332								
	-	30000333								
	-	30000407								
	-	30000408								
	-	30011591								
	-	30059957								
8	-	30001463								
8	-	30001513								
9	-	30002043								
9	-	30003923								
9	-	30000415								
9	-	30020070								
9	-	30032643								
9	-	30032644								
9	-	30040267								
10	-	30040268								
10	-	30040770								
10	-	30053069								
10	-	30053535								
11	-	30060245								
11	-	30001468								
11	-	30003828								
11	-	30003829								
11	-	30006611								
11	-	30006838								
11	-	30007373								
11	-	30007524								
11	-	30008239								
11	-	30010019								
12	-	30019926								
12	-	30033338								
12	-	30039716								
12	-	30053048								
12	-	30061211								
12	-	30000414								
12	-	30001777								
12	-	30003832								
12	-	30004878								
12	-	30009912								
12	-	30012650								
13	-	30017301								
1	-	30026821								
3	-	30028923								
13	-	30031963								
13	-	30047535								
13	-	30047598								
13	-	30003827								
13	-	30004918								
14	-	30009743								
14	-	30034423								
14	-	30040122								
14	-	30053480								
14	-	30053616								
14	-	30002637								
14	-	30003825								
15	-	30003831								
15	-	30004926								
15	-	30008165								
15	-	30009634								
15	-	30009712								
15 15 15	-	30009739								

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
15	-	30013416								
15	-	30020212								
15	-	30027935								
15	-	30033334								
15	-	30033335								
16	-	30003824								
16	-	30013644								
16	-	30026074								
16	-	30039118								
17	-	30000503								
17	-	30000505								
17	-	30008722								
17	-	30012931								
18	-	30002056								
18	-	30002215								
18	-	30002640								
18	-	30003091								
18	-	30003096								
18	-	30004318								
18	-	30004319								
18	-	30004320								
18	-	30004321								
18	-	30004324								
18	-	30006746								
18	-	30008335								
18	-	30009223								
18	-	30010016								
18	-	30011595								
18	-	30011596								
18	-	30012659								
18	-	30018672								
18	-	30018673								
18	-	30019300								
9	-	30025014								
19	-	30029504								
19	-	30053286								
19	-	30054394								
19	-	30061944								
19	-	30061945								
19	-	30061946								
19	-	30006992								
19	-	30007915								
19	-	30007940								
19	-	30011120								
19	-	30013066								
19	-	30015103								
19	-	30015850								
19	-	30018623								
19	-	30019659								
19	-	30019660								
19	-	30019661								
19	-	30019663								
19	-	30019664								
19	-	30019666								
19	-	30019667								
19	-	30019668								
19	-	30019669								
	-	30019670								
	-	30019671								
	-	30019672								
	-	30019673								
	-	30019674								
	-	30019676								
	-	30019677								

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
19	-	30027634								
19	-	30029507								
19	-	30030716								
19	-	30030717								
19	-	30043488								
20	-	30007910								
20	-	30007914								
20	-	30007919								
20	-	30007920								
20	-	30007922								
20	-	30007925								
20	-	30007927								
20	-	30007928								
20	-	30007929								
20	-	30007931								
20	-	30007932								
20	-	30007934								
20	-	30007943								
20	-	30007946								
20	-	30007952								
20	-	30007953								
20	-	30007958								
20	-	30007963								
20	-	30007964								
20	-	30007966								
20	-	30007967								
20	-	30007968								
20	-	30007969								
20	-	30007972								
20	-	30007974								
20	-	30007975								
20	-	30007977								
20	-	30007980								
0	-	30008062								
21	-	30008065								
21	-	30008068								
21	-	30008073								
21	-	30008729								
21	-	30008730								
21	-	30013549								
21	-	30017452								
21	-	30007911								
21	-	30007912								
21	-	30007913								
21	-	30007916								
21	-	30007917								
21	-	30007918								
21	-	30007921								
21	-	30007923								
21	-	30007924								
22	-	30007926								
22	-	30007930								
22	-	30007935								
22	-	30007936								
22	-	30007937								
22	-	30007938								
22	-	30007941								
	-	30008334								
	-	30008337								
	-	30009628								
	-	30010748								
	-	30010749								
	-	30010760								
	-	30010761								

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
22	-	30011792								
22	-	30011793								
22	-	30011986								
22	-	30011987								
22	-	30012557								
22	-	30012558								
22	-	30012559								
22	-	30014104								
22	-	30015130								
22	-	30016221								
22	-	30016476								
22	-	30016504								
22	-	30017701								
22	-	30017750								
22	-	30018670								
22	-	30018671								
22	-	30018681								
22	-	30019351								
22	-	30023930								
22	-	30024010								
22	-	30024011								
22	-	30028781								
22	-	30030827								
22	-	30034218								
22	-	30034219								
22	-	30034240								
22	-	30054506								
22	-	30061986								
22	-	30061987								
22	-	30061988								
2	-	30061989								
2	-	30061990								
2	-	30061991								
2	-	30061992								
3	-	30061993								
23	-	30061994								
23	-	30008685								
24	-	30008843								
24	-	30021183								
24	-	30021184								
24	-	30021185								
24	-	30061984								
24	-	30061985								
24	-	30007621								
24	-	30019264								
24	-	30034633								
24	-	30041655								
24	-	30043487								
25	-	30043505								
25	-	30051460								
25	-	30053293								
25	-	30053294								
25	-	30053295								
25	-	30060518								
25	-	30019675								
25	-	30030081								
26	-	30030082								
26	-	30035314								
	-	30042250								
	-	30043153								
	-	30043171								
	-	30053106								
	-	30011560								
	-	30017460								

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

CS/CC00/1101357533/23/AMUP

Descripción expediente

SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIF

Nombre

Lote	Código agrupador	Código SAP	Tipo Oferta	GTIN (EAN)	Referencia proveedor	Referencia distribuidor	Marca	Normativa		
								Marcaje conformidad CE (SI/NO)	Reglamento (UE) 2017/745 Parlamento Europeo y Consejo - Regulación prod sanitarios (SI/NO)	Otras normativas
26	-	30017834								
26	-	30019662								
26	-	30019665								
27	-	30002321								
27	-	30005523								
27	-	30013371								
27	-	30040356								
27	-	30040357								
27	-	30040358								
27	-	30040359								
27	-	30040360								
27	-	30040471								
27	-	30040472								
27	-	30040473								
27	-	30040474								
27	-	30040475								
27	-	30040476								
27	-	30040477								
27	-	30040478								
27	-	30040479								
27	-	30043152								
27	-	30054449								
27	-	30054450								
27	-	30060693								
27	-	30063662								
27	-	30063663								
27	-	30063664								
27	-	30063665								
27	-	30063666								
27	-	30063667								

ANEXO D2

Lista-Resumen de requerimientos técnicos obligatorios

Identificación de la empresa:

Nombre: _____

NIF: _____

Punto operacional / EDI: _____

Fabricante / Distribuidor: _____

Lote 1 - Bata quirúrgica de protección estándar

		Mencionar con una "X" o "SI"/"NO" el cumplimiento o la certificación/acreditación del requisito																													
		NORMATIVA								REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 1																					
Lote	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	UNE-EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14201:2015		Gramaje 35 gr/m 2		Costuras selladas sin coser uniformemente zona crítica y mangas		Rango de tamaños		Tarjeta transferencia		UNE-EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.13, Tabla 1)										
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			Certificación de empresa o Informe de ensayos			ANEXO D4 - Product Data			ANEXO D4 - Product Data			ANEXO D4 - Product Data			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado		
1	30003916	Bata cirugía protec estándar L estándar				X		X		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		
1	30003917	Bata cirugía protec estándar M estándar				X		X		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		
1	30003918	Bata cirugía protec estándar XL estándar				X		X		X		X		X		X	X		X		X		X		X		X		X		

Identificación de la empresa:

Nombre: _____

NIF: _____

Punto operacional / EDI: _____

Fabricante / Distribuidor: _____

Lote 2 – Bata quirúrgicas de alta protección

		Marcar con una "X" o "0"/"N", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobro 2														
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA				REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 2							
					UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Gramaje 60 gr/m ²	Costuras selladas sin coser uniformemente zona crítica y mangas	Rango de tamaños	Tarjeta transferencia	UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación alta (pág.13, Tabla 1)			
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	ANEXO D4 - Product Data	Certificación de empresa o informe de ensayos	ANEXO D4 - Product Data	ANEXO D4 - Product Data	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado			
					SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X	SI / X		
2	3000046	Bata cirurgo altaprotecco liquido M estéril														
2	3000047	Bata cirurgo altaprotecco liquido L estéril														
2	3000497	Bata cirurgo altaprotecco liquido XXL estéril														
2	30016932	Bata cirurgo altaprotecco liquido XL estéril														
2	3004179	Bata cir alta prot imp XLrefuerzo140cm este														

Identificación de la empresa:

Nombre: _____

NIF: _____

Punto operacional / EDI: _____

Fabricante / Distribuidor: _____

Lote 3 – Batas quirúrgicas de alta protección reforzada

Marcar con una "X" o "S"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Subre 2																				
Lote	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCAS COMERCIAL	NORMATIVA				REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 3											
					UNE EN 13795-1:2020	UNE-EN ISO 11810:2015	UNE-EN 29073-1:1993	UNE-EN ISO 14001:2015	Gramaje 30 gr/m parte a y 70 gr/mos/m 2 a reforzada	Costuras selladas sin coser uniformemente zona crítica y mangas	Rango de tamaños	Tarjeta transferencia	UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación alta (pág.13, Tabla 1)							
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	ANEXO D4 - Product Data	Certificación de empresa o informe de ensayos	ANEXO D4 - Product Data	ANEXO D4 - Product Data	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado							
SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	SI/No	https://enlace / link	
3	30001408	Bata cirurg altaprote refuerzo XL estéril																		
3	30001835	Bata cirurg altapr refuerzo XXL-XL estéril																		
3	30016933	Bata cirurg altaprot refuerzo XL-L estéril																		
3	30016934	Bata cir altaprot refuerzo 119x85cm estéril																		
3	30016935	Bata cirurg altaprote refuerzo LL estéril																		

Identificación de la empresa:

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

Lote 4 – Tallas quirúrgicas

Marcar con una "X" o "SI/No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2																	
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA								REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 4				
					UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Gramaje 40 gr/m2		UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)		
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado		ANEXO D4 - Product Data		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado		
SI	NO	https://(enlace / link)	SI	NO	https://(enlace / link)	SI	NO	https://(enlace / link)	SI	NO	https://(enlace / link)	SI	NO	https://(enlace / link)			
4	30000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm50x60															
4	30000411	Talla quirúrg ober redondo adh Ø7cm 50x60cm															
4	30000466	Talla quirúrgica adhesivo lateral 50x50cm															
4	30001464	Talla quirúrgica adhesivo lateral 75x90cm															
4	30001465	Talla quirúrgica TST impermo 75x90cm															
4	30001522	Talla quirúrgi TST imper55gr/m² 50x100cm															
4	30003924	Talla quirúrg ober redondo adh Ø7cm 75x90cm															
4	30003926	Talla quirúrgi TST imper 25gr/m² 50x75cm															
4	30004995	Talla quirúrgica impermo 50x50 cm															
4	30023445	Talla quiruro extra absorbe 48x40cm 6capas															
4	30028190	Talla quirúrg ober redondo Ø5 50x60cm															
4	30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm															
4	30043476	Talla campo quirúrgico TST 240x400 o/bilado															
4	30052327	Talla Estor magno alimán p/instr 41x51cm															

Identificación de la empresa:

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

Lote 5 – Sábanas quirúrgicas

Marcar con una "X" o "SI/No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sólido 2																					
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA								REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 5								
					UNE EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		Gramaje 40 gr/m2		Zona campo quirúrgico REFORZADA en sábana bilaminada			UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación alta (pág.14, Tabla 2)			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	ANEXO D4 - Product Data		ANEXO D4 - Product Data			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			
										https:// (entlace / link)		https:// (entlace / link)			https:// (entlace / link)						
5	3000403	Sábana quir U 6x70cm adhes -150x200cm L																			
5	3000405	Sábana quir artroscop rodilla ob06 230x298																			
5	3000406	Sábana Craneotomía aire fluidos 230x300																			
5	30001466	Sábana quiro TST adh lateral 175x175 cm																			
5	30001518	Sábana quiro TST adh lateral 180x150 cm																			
5	30002044	Sábana quiro TST adh lateral 240x150 cm																			
5	30002216	Sábana quiro laparoscopia 196x269x303 cm																			
5	30003002	Sábana angiogra femo 235x365cm ob 5x8cm																			
5	30003922	Sábana quir extremi fene 5x7cm230x318cm																			
5	30004316	Delantal RTU a/cesta muestras+tubo 150cm																			
5	30004325	Sábana quiro oftamología 165x178cm																			
5	30004909	Equipo artroscopia rodilla, 1 elemento																			
5	30013136	Sábana quir cadera obe 17x21/217-290x350																			
5	30018315	Sábana oftalmo 140x150(adhesivo 6x10cm)																			
5	30019242	Sábana quir fen centro 10x15cm102x157cmL																			
5	30019243	Sábana quir imp 220x240cm ob Ø12 cm																			
5	30019244	Sábana quir apertura 5x7cm-120x150cm L																			
5	30019652	Sábana inserción vías 8 fenestraciones																			
5	30033144	Sábana oftoscopia 175x300cm ob 5cm+bolso																			
5	30033660	Sábana angiografía abierta Ø15cm234x395cm																			

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

Lote 6 – Colchas quirúrgicas

Marcar con una "X" o "SI"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2																
NORMATIVA										REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 6						
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	UNE-EN 13795-1:2020		UNE-EN ISO 11810:2015		UNE-EN 29073-1:1993		UNE-EN ISO 14001:2015		UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)			
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado		Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	https:// (enlace / link)	
6	30000465 Coberto	mesa quir impermo 120x140cm														
6	30001519 Coberto	mesa quir impermo 74x190cm														
6	30001520 Coberto	mesa Mayo impermo 80x145cm														

Identificación de la empresa:

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

Lote 7 - Campos quirúrgicos

Marcar con una "X" o "SI"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2																			
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	NORMATIVA												REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 7		
					UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14001:2015			Superficie rebordes campo 100% cubierta de adhesivo		
					SI	NO	https:// (enlace / link)	SI	NO	https:// (enlace / link)	SI	NO	https:// (enlace / link)	SI	NO	https:// (enlace / link)	SI	NO	https:// (enlace / link)
					Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado			Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado			ANEXO D4 - Product Data		
7	30000325	Campo quirúrgico ober U 120x130cm																	
7	30000326	Campo quirúrgico oftalmología 48x41cm																	
7	30000327	Campo PE trabas redonda Ø6 cm 40x40cm																	
7	30000328	Campo quirúrg PE trabajos oval 8x11x129 cm																	
7	30000409	Campo quirúrg PE labores flex Ø23cm90x90cm																	
7	30001456	Campo quien URO 60x90 a/cbØ5 a/dedillo neo																	

Identificación de la empresa:

Nombre: _____

NIF: _____

Punto operacional / EDI: _____

Fabricante / Distribuidor: _____

- LOTE 10 Funda para pernera y brazalete quirúrgico
- LOTE 11 Funda quirúrgica para endoscopia
- LOTE 12 Funda quirúrgica para intensificador de imágenes
- LOTE 13 Funda quirúrgica para microscopio
- LOTE 14 Funda para otros equipos quirúrgicos
- LOTE 15 Funda quirúrgica para sonda ecógrafo
- LOTE 16 Funda para luz quirúrgico

Marcar con una "X" o "S"/"No", el cumplimiento o certificación obligatoria incluida en el Sobre 2											
NORMATIVA											REQUISITOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO - LOTE 10 a 16
UNE EN 13795-1:2020			UNE-EN ISO 11810:2015			UNE-EN 29073-1:1993			UNE-EN ISO 14901:2015		Características técnicas ANEXO B
LOTE	MATERIAL	DESCRIPCIÓN MATERIAL	REFERENCIA	MARCA COMERCIAL	Certificado vigente emitido por organismo notificado acreditado / Informe de ensayos notificado emitido por laboratorio vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificado / Informe de ensayos notificado emitido por laboratorio vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Certificado vigente emitido por organismo notificado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno según norma emitido por laboratorio interno acreditado	ANEXO D4 - Produd Data		
					Si / No	https:// (enlace / link)	Si / No	https:// (enlace / link)	Si / No	https:// (enlace / link)	Si / No
10	30001463	Funda-camal quirúrgico TST 75x120cm									
10	30001513	Funda-camal quirúrgico 25x80 estéril									
10	30002043	Funda-camal quirúrgico PE-TST 32x120cm									
10	30003923	Funda-brazal antebrazo TST 50x50x30cm									
11	30000415	Funda cámara laparoscopia 18x250cm este									
11	30020070	Funda telescópica cámara 13x244cm este									
11	30032643	Funda óp 30° Einstein Vision 3D PV642SU									
11	30032644	Funda óp 0° Einstein Vision 3D-PV641SU									
11	30040267	Funda video endoscopio 0° EndoVims 4K									
11	30040288	Funda video endoscopio 30° EndoVims 4K									
11	30040770	Funda-balón protect sonda endoanal FU100									
11	30053069	Funda óp 30° Einstein Vision 3DEV2000066									
11	30053535	Funda óp 0° Einstein Vision 3DEV2000055									
11	30060245	Funda telescópica cámara 6x300cm este									
12	30001468	Funda int imagen 2b 65x75+arc30x150cm ca									
12	30003828	Funda int imatg arco C ajuste 267x152 este									
12	30003829	Funda intensidadimagen subjelaste 127x64cmest									
12	30006811	Funda intensima imagen subjelaste 90x80cmest									
12	30006838	Funda intensima imagen subjelaste 75x75cmest									
12	30007373	Funda intensificador imagen 75x90 cm este									
12	30007524	Funda intensimatg circular 40x80cm este									
12	30008239	Funda intensimatg arco C ajuste Philips En									
12	30010019	Funda intensifi imatg 3p PHILIPSBV29									
12	30019926	Funda intensimatg arco C ajuste GenElect									
12	30033338	Funda arco fluoroscopia 137x198cm estéril									
12	30039716	Funda intensimatg arco C Ph-AllurSperFD20									
12	30053048	Funda intensimatg arco C ajuste Fluoroscán									
12	30061211	Funda int imagen arco Ca/clip Ø12"x30,48									
13	30000414	Funda micro Zeiss OPMI 117x163cm Lf65 es									
13	30001777	Funda micro WILD 137x267cm Lf68 este									
13	30003832	Funda micro Leica M690/MS1 137x267cm este									
13	30004878	Funda micro Zeiss MD 117x267cm Ø65 este									
13	30009912	Funda emp micro Zeiss OPVario 15x38cm ca									
13	30012850	Funda micro Zeiss MD 117x163cm Lf65 se									
13	30017301	Funda micro Leica Armatec 117x203cm este									
13	30026821	Funda micro Zeiss MD 137x259cm Ø65 este									
13	30028923	Funda micro Armatec M720/OH5 117x305 este									
13	30031963	Funda micro ZeissOPMI900 122x300cmLf65es									
13	30047535	Funda micro Armatec M520/M525 117x305est									
13	30047598	FundamicroZeissKINEVO900 122x300cmLf65es									
14	30003827	Funda-bolsa instrum quirúrg Ø123x108cmest									
14	30004918	Funda protectora circular Ø 90cm este									
14	30009743	Funda protectora circular Ø 140cm este									
14	30034423	Funda quirúrg radiote intraop122x300cmEst									
14	30040122	Funda protector asiento circular Ø60cmest									
14	30053480	Funda para cámara de cirugía SPYPHI									
14	30053616	Funda protector marco esterotaxia estéril									
15	30002637	Funda ecógrafo abd 13x244cm +hielo+cinto este									
15	30003825	Funda quirúrg sonda 13x244cm+hielo+cinto este									
15	30003831	Funda transductor urodinámica 30x5cm este									
15	30004926	Funda ecógrafo plegue 12x244cm+gel+cinto este									
15	30008165	Eq fund ecógrafo 3x1.6x100cm+che/gel p/den									
15	30009634	Funda ecógrafo 15x61cm +hielo+cinto este									
15	30009712	Funda s/intraop T 12x244cm+ hielo+cinto este									
15	30009739	Funda ecógrafo 15x122cm +gel CIV-FLEX este									
15	30013416	Eq funda ecógrafo 15x122cm + hielo+cinto este									
15	30020212	Funda transductor laparo 15.2x244cm este									
15	30027935	Funda ecógrafo 10x61cm+cinta+gel este									
15	30033334	Funda ecógrafo 18x120cm+cinta s/gel este									
15	30033335	Funda ecógrafo 18x30cm+cinta sin hielo este									
16	30003824	Funda mango luz quirófano Ø32mmx9 cm este									
16	30013644	Funda luz quiro al/cám Ø12-8.5mmL10mm este									
16	30026074	Funda univ mango lámpara quiro 10x13cm este									
16	30039118	Funda luz quiro al/cámara Ø13-17x18cm este									

ANEXO D3

Lista-Resumen de criterios adicionales de adjudicación

Identificación de la empresa:

Nombre: _____

NIF: _____

Punto operacional / EDI: _____

Fabricante / Distribuidor: _____

LOTE 1_ BATAS QUIRURGICAS DE PROTECCION ESTANDAR
Suministro total 23 PUNTOS

DATOS GENERALES					CRITERIOS ADICIONALES (Mantener con valor "X" el criterio que cumple el material ofrecido o otro valor)																					
DATOS DEL PRODUCTO ESPECIFICO					2.1 ANCHO PUÑO				2.2 EPI cat. II		2.3 CIERRE TIPO VELCRO SOLAPADO				2.4 GRAMAJE SUPERIOR VALOR MINIMO REQUERIDO (PPT - 2.3 Requisitos obligatorios adicionales)			2.5 AUSENCIA TINTOS DISPERSE BLUE 106 y 124			2.6 NORMA ASTM F 1671					
CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCAS COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	ENTRE 8 Y 8 CM (ambos incluidos)	INFERIOR A 6 CM	SUPERIOR A 8 CM	ANEXO D4 - Product Data	SI	NO	Certificado UE de Tipo + Declaración conformidad art 11, secc. A y B Directiva 93/85/CEE	ENTRE 2 Y 4 CM (ambos incluidos)	INFERIOR A 2 CM	SUPERIOR A 4 CM	ANEXO D4 - Product Data	SI (indicar g/m2)	NO (indicar g/m2)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitida por laboratorio interno acreditado	SI	NO	ANEXO D4 - Product Data	SI	NO	Documentación acreditativa homologada o certificado de empresa		
					(10 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10 pts)	(0pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(2pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)		
30003916	Bata cirujgo protector estandar L estéril																									
30003917	Bata cirujgo protector estandar M estéril																									
30003918	Bata cirujgo protector estandar XL estéril																									

Identificación de la empresa:

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

LOTE 4_TALLAS QUIRÚRGICAS
Sumatorio total del criterio: 40 PUNTOS

		DATOS GENERALES			CRITERIOS ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido o sino y/o llena)										
		DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO			2.1			2.2			2.3			2.4	
CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	UBICACIÓN ADHESIVO			GRAMAJE SUPERIOR VALOR MÍNIMO REQUERIDO (PPT - 2.3 Requisitos obligatoria adicionales)			PENETRACIÓN LÍQUIDOS SUPERIOR EN NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)			GAMA	
					Raso borde talla	No	ANEXO D4 - Product Data	SI (indicar gr/m2)	NO (indicar gr/m2)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	SI (indicar cm H2O)	NO (indicar cm H2O)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Mayor número de ofertas presentadas y validadas técnicamente (oferta válida y no desestimada)	
					(10pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10pts)	
3000402	Talla quirúrgica ober adhes 6x8cm50x60														(*)
3000411	Talla quirúrg ober redondo adh 07cm 50x60cm														(*)
3000466	Talla quirúrgica adhesivo lateral 50x50cm														(*)
30001464	Talla quirúrgica adhesivo lateral 75x90cm														(*)
30001465	Talla quirúrgica TST impermo 75x90cm														(*)
30001522	Talla quirúrgica TST imper55gr/m² 50x100cm														(*)
30003924	Talla quirúrg ober redondo adh 07cm 75x90cm														(*)
30003926	Talla quirúrgica TST imper 25gr/m² 50x75cm														(*)
30004995	Talla quirúrgica impermo 50x50 cm														(*)
30023445	Talla quiruro extra absorbe 48x40cm 6capas														(*)
30028190	Talla quirúrg ober redondo 05 50x60cm														(*)
30040555	Talla PE transpa adhesiva lateral 3x45cm														(*)
30043476	Talla campo quirúrgico TST 240x400 obilado														(*)
30052327	Talla/Estor magno a/ímn p/instr 41x51cm														(*)

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Identificación de la empresa:

Nombre	
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

LOTE 5_SÁBANAS QUIRÚRGICAS
 Sumatorio total del criterio: 40 PUNTOS

CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DATOS GENERALES			CRITERIOS ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido o si/no y/o llena)						
		DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO			2.1		2.2			2.3	
		MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	SI (indicar log10)	NO (indicar log10)	EMISIÓN PELUSA INFERIOR A NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación alta (pág.14, Tabla 2)	UBICACIÓN Y ANCHA DE ADHESIVO		GAMA	
			(15pts)	(0pts)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Raso borde parte adhesiva y anchura adhesivo 5-7cm	No raso borde parte adhesiva y ancho adhesivo inferior 5 y superior 7cm	ANEXO D4 - Product Data	Mayor número de ofertas presentadas y validadas técnicamente (oferta válida y no desestimada)		
						https:// (enlace / link)	(15pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10pts)	
30000403	Sábana quir U 6x70cm adhes -150x200cm L									(*)	
30000405	Sábana quir artroscop rodilla ob06 230x298									(*)	
30000406	Sábana Craneotomía a/re fluidos 230x300									(*)	
30001466	Sábana quiro TST adh lateral 175x175 cm									(*)	
30001518	Sábana quiro TST adh lateral 180x150 cm									(*)	
30002044	Sábana quiro TST adh lateral 240x150 cm									(*)	
30002216	Sábana quiro laparoscopia 196x269x303 cm									(*)	
30003002	Sábana angiogra femo 235x365cm ob 5x8cm									(*)	
30003922	Sábana quir extremi fene 5x7cm230x318cm									(*)	
30004316	Delantal RTU a/cesta muestras+tubo150cm									(*)	
30004325	Sábana quiro oftamología 165x178cm									(*)	
30004909	Equipo artroscopia rodilla, 1 elemento									(*)	
30013136	Sábana quir cadera obe 17x21/217-290x350									(*)	
30018315	Sábana oftalmo 140x150(adhesivo 8x10cm)									(*)	
30019242	Sábana quir fen centro 10x15cm102x157cmL									(*)	
30019243	Sábana quir imp 220x240cm ob Ø12 cm									(*)	
30019244	Sábana quir apertura 5x7cm-120x150cm L									(*)	
30019652	Sábana inserción vías 8 fenestraciones									(*)	
30033144	Sábana nefroscopa 175x300cm ob 5cm+bolsa									(*)	
30033660	Sábana angiografía abierta Ø15cm234x395cm									(*)	

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Nombre
NIF
Punto operacional / EDI
Fabricante / Distribuidor

Identificación de la empresa:

LOTE 6_COBERTORES QUIRURGICOS
Sumatorio total del criterio: 30 PUNTOS

DATOS GENERALES					CRITERIOS ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido o sí/no y/o ítem)									
DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO					2.1		2.2		2.3		2.4			
CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	PENETRACIÓN LÍQUIDOS SUPERIOR EN NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)			RESISTENCIA TRACCIÓN EN SECO SUPERIOR EN NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)			RESISTENCIA TRACCIÓN EN HUMEDO SUPERIOR EN NORMA UNE EN ISO 13795-1:2020 - Prestación estándar (pág.14, Tabla 2)			GRAMAJE
					SI (indicar cm H2O)	NO (indicar cm H2O)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	SI (indicar cm H2O)	NO (indicar cm H2O)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	SI (indicar cm H2O)	NO (indicar cm H2O)	Certificado vigente emitido por organismo notificador acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio externo acreditado / Informe de ensayos vigente según norma emitido por laboratorio interno acreditado	Indicar gr/m
					(10 pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(5 pts)	(0pts)	https:// (enlace / link)	(10 pts)*
30000465	Colector mesa quir impermo 120x140cm													
30001519	Colector mesa quir impermo 74x190cm													
30001520	Colector mesa Mayo impermo 80x145cm													

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Nombre

NIF

Punto operacional / EDI

Fabricante / Distribuidor

LOTE 7 CAMPOS QUIRÚRGICOS
 Sumatorio total del criterio: 20 PUNTOS

		DATOS GENERALES			CRITERIOS ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido o sí/no vía llena)
		DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO			2.1
					AMPLITUD DE GAMA
					Mayor número de ofertas presentadas y validadas técnicamente (oferta válida y no desestimada)
					(20pts)
CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	
30000325	Campo quirúrgico ober U 120x130cm				(*)
30000326	Campo quirúrgico oftalmología 48x41cm				(*)
30000327	Campo quiro PE trabas redonda Ø6 cm 40x40cm				(*)
30000328	Campo quirúrg PE trabas oval 8x11x129 cm				(*)
30000409	Campo quirúrg PE labores flex Ø23cm90x90cm				(*)
30001456	Campo quien URO 60x90 a/obØ5 a/dedillo neo				(*)

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Nombre	Identificación de la empresa:
NIF	
Punto operacional / EDI	
Fabricante / Distribuidor	

LOTE 8_CAMPS DE INCISIÓN ADHESIVOS

Sumatorio total del criterio: 15 PUNTOS

DATOS GENERALES					CRITERIA ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido)		
DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO					2.1		
					LIBERACIÓN YODO CONTINUADA		
					CRITERIO DE APLICACIÓN A CÓDIGOS: 30008157-30008159-30016893-30038047		
CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	Liberación de yodo CONTINUADA (15pts)	Liberación de yodo NO CONTINUADA (0pts)	ANEXO D4 - Product Data https:// (enlace / link)
30000317	Campo incisión poliuretano adhesivo 30x26cm						
30000319	Campo incisión poliuretano adhesivo 45x55cm						
30000320	Campo incisión polietileno adhesivo 35x60cm						
30000321	Campo incisión poliuretano adhesivo 56x74cm						
30000323	Campo incisión polietileno adhesivo 85x90cm						
30001414	Campo incisión polietileno adhesivo 38x41cm						
30008157	Campo incisión yodado poliéster adh 45x35cm						
30008159	Campo incisión yodado poliéster adh 60x90cm						
30016893	Campo quien aislamos verde 240x320 cuenco col flu						
30038047	Campo incisión verde yodado PE adh 320x213cm						

ANEXO D3 Lista-resumen_Criterios adicionales_CS/CC00/1101357533/23/AMUP SUMINISTRO AGREGADO DE COBERTURA QUIRÚRGICA

Nombre

NIF

Punto operacional / EDI

Fabricante / Distribuidor

LOTE 9 BOLSAS Y CINTAS QUIRÚRGICAS

Sumatorio total del criterio: 15 PUNTOS

		DATOS GENERALES			CRITERIA ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofertado o si/no y/o llena)		
		DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO			2.1		
		EMBALAJE PLÁSTICO DE BIOPLASTICO DE ORIGEN VEGETAL Y COMPUESTABLE			ANEXO D4 - Product Data		
CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	SI	NO	https:// (enlace / link)
					(15pts)	(0pts)	
30000331	Bolsa aislamiento de órganos 49x49cm este						
30000332	Bolsa aislamiento hepático 61x64cm						
30000333	Bolsa quien recoge líquido suerte+filtro 56x90						
30000407	Bolsa quirúrgicos accesorios 40x35cm 2 bolsillo						
30000408	Cinta quirúrgica adhesiva 8-10x50cm este						
30011591	Bolsa auxil laparo instrum 3but 30x50cm						
30059957	Cinta velcro sujeción tubos 2,5x30cm						

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Nombre:
 NIF:
 Punto operacional / EDI:
 Fabricante / Distribuidor:

Identificación de la empresa:

- LOTE 10 FUNDA PARA CAMAL Y BRAZALENO QUIRÚRGICO
- LOTE 11 FUNDA QUIRÚRGICA PARA ENDOSCOPIA
- LOTE 12 FUNDA QUIRÚRGICA PARA INTENSIFICADOR DE IMÁGENES
- LOTE 13 FUNDA QUIRÚRGICA PARA MICROSCOPIO
- LOTE 14 FUNDA PARA OTROS EQUIPOS QUIRÚRGICOS
- LOTE 15 FUNDA QUIRÚRGICA PARA SONDA ECÓGRAFE
- LOTE 16 FUNDA PARA LUZ QUIRÚRGICO

Sumatorio total del criterio: 40 PUNTOS

		DATOS GENERALES			CRITERIA ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofrecido o otro sin marca)							
		DATOS DEL PRODUCTO ESPECÍFICO			2.1 EMBALAJE CON IDENTIFICACIÓN CONTENIDO COMPLETO POR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FUNDA + INDICACIONES DE USO		2.2 GAMA		2.3 EMBALAJE PLÁSTICO DE BIOPLÁSTICO DE ORIGEN VEGETAL Y COMPOSTABLE			
Cm	COBISOP	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	SI	NO	ANEXO D4 - Product Data	Mayor número de ofertas presentadas y validadas (monitoreo (oferta válida y no desestimada)	SI	NO	ANEXO D4 - Product Data
						(15pts)	(5pts)	https:// (enlace / link)	(15pts)	(15pts) (5pts)		https:// (enlace / link)
10	30001463	Funda-camal quirúrgico TST 75x120cm							(*)			
10	30001513	Funda-camal quirúrgico 25x80 estéril							(*)			
10	30002043	Funda-camal quirúrgico PE-TST 32x120cm							(*)			
10	30003923	Funda-brazal antebrazo TST 50x50x30cm							(*)			
11	30000415	Funda cámara laparoscopia 18x250cm este							(*)			
11	30020070	Funda telescópica cámara 13x244cm este							(*)			
11	30032643	Funda dp 30° Einstein Vision 3D PV642SU							(*)			
11	30032644	Funda dp 0° Einstein Vision 3D-PV641SU							(*)			
11	30040267	Funda video endoscopio 0° EndoVims 4K							(*)			
11	30040268	Funda video endoscopio 30° EndoVims 4K							(*)			
11	30040770	Funda-balón protect sonda endoanal FL100							(*)			
11	30053069	Funda dp 30° Einstein Vision 3DEV2000056							(*)			
11	30053535	Funda dp 0° Einstein Vision 3DEV2000055							(*)			
11	30060245	Funda telescópica cámara 6x309cm este							(*)			
12	30001468	Funda int imagen 2b 65x75+arco30x150cm ca							(*)			
12	30003828	Funda int imatg arco C ajuste 267x152 este							(*)			
12	30003829	Funda intensioimagen subjélast 127x64cmest							(*)			
12	30006611	Funda intensioimagen subjélast 90x80cmest							(*)			
12	30006838	Funda intensioimagen subjélast 75x75cmest							(*)			
12	30007373	Funda intensificador imagen 75x90 cm este							(*)			
12	30007524	Funda intensima circular 40x80cm este							(*)			
12	30008239	Funda intensidad arco C ajuste Philips En							(*)			
12	30010019	Funda intensifi image 3p PHILIPSBV29							(*)			
12	30019926	Funda intensidad arco C ajuste GenElect							(*)			
12	30033338	Funda arco fluoroscopia 137x198cm estéril							(*)			
12	30039716	Funda intensidad arco C Ph-AllurSperFD20							(*)			
12	30053048	Funda intensidad arco C ajuste Fluoroscac							(*)			
12	30061211	Funda int imagen arco Cclip Ø12x30,48							(*)			
13	30000414	Funda micro Zeiss OPMI 117x163cm L165 se							(*)			
13	30001777	Funda micro WILD 137x267cm L168 este							(*)			
13	30003832	Funda micro Leica M90/MS1 137x267cm este							(*)			
13	30004878	Funda micro Zeiss MD 117x267cm 965 este							(*)			
13	30009912	Funda emp micro Zeiss OPVario 15x36cm							(*)			
13	30012650	Funda micro Zeiss MD 117x163cm L165							(*)			
13	30017301	Funda micro Leica Armatec 117x203cm este							(*)			
13	30028821	Funda micro Zeiss MD 137x259cm 965 este							(*)			
13	30028923	Funda micro Armatec M720/OH5 117x305 este							(*)			
13	30031963	Funda micro Zeiss OPMI900 122x300cmL165es							(*)			
13	30047535	Funda micro Armatec M520/MS25 117x305est							(*)			
13	30047598	FundamicroZeissKINEVO900 122x300cmL165es							(*)			
14	30003827	Funda-bolsa instrum quirú Ø123x108cmest							(*)			
14	30004918	Funda protectora circular Ø 90cm este							(*)			
14	30009743	Funda protectora circular Ø 140cm este							(*)			
14	30034423	Funda quirúrg radiote intraop122x300cmEst							(*)			
14	30040122	Funda protector asiento circular Ø80cmest							(*)			
14	30053480	Funda para cámara de cirugía SPVPHI							(*)			
14	30053616	Funda protector marco esterotáxia estéril							(*)			
15	30002637	Funda ecógrafo abd 13x244cm +hielo+cinto este							(*)			
15	30003825	Funda quirú sonda 13x244cm+hielo+cinto este							(*)			
15	30003831	Funda transductor urodinámica 30x5cm este							(*)			
15	30004926	Funda ecógrafo plegue 12x244cm+hielo+cinto este							(*)			
15	30008166	Eq fund ecógrafo 3x1,8x100cm+helgel píden							(*)			
15	30009634	Funda ecógrafo 15x61cm +hielo+cinto este							(*)			
15	30009712	Funda s/intraop T 12x244cm+hielo+cinto este							(*)			
15	30009739	Funda ecógrafo 15x122cm + hielo CIV-FLEX este							(*)			
15	30013416	Eq funda ecógrafo 15x122cm +hielo+cinto este							(*)			
15	30020212	Funda transductor laparo 15.2x244cm este							(*)			
15	30027935	Funda ecógrafo 10x61cm+cinta+hielo este							(*)			

Identificación de la empresa:

Nombre:
NIF:
Punto operacional / EDI:
Fabricante / Distribuidor:

LOTE 10 FUNDA PARA CAMAL Y BRAZALENO QUIRURGICO
LOTE 11 FUNDA QUIRURGICA PARA ENDOSCOPIA
LOTE 12 FUNDA QUIRURGICA PARA INTENSIFICADOR DE IMAGENES
LOTE 13 FUNDA QUIRURGICA PARA MICROSCOPIO
LOTE 14 FUNDA PARA OTROS EQUIPOS QUIRURGICOS
LOTE 15 FUNDA QUIRURGICA PARA Sonda ECOGRAFE
LOTE 16 FUNDA PARA LUZ QUIRURGICO
Sumatorio total del criterio: 40 PUNTOS

			DATOS GENERALES			CRITERIA ADICIONALES (Marcar con una "X" el criterio que cumple el material ofertado o otro sin marca)							
			DATOS DEL PRODUCTO ESPECIFICO			2.1 EMBALAJE CON IDENTIFICACION CONTENIDO COMPLETO POR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FUNDA + INDICACIONES DE USO		2.2 GAMA		2.3 EMBALAJE PLASTICO DE BIOPLASTICO DE ORIGEN VEGETAL Y COMPOSTABLE			
Cód.	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA DEL PRODUCTO DISTRIBUIDOR	REFERENCIA DEL PRODUCTO FABRICANTE	SI	NO	ANEXO D4 - Product Data	Mayor número de ofertas presentadas y validadas (monocremento (oferta válida y no desestimada)		SI	NO	ANEXO D4 - Product Data
						(15pts)	(5pts)		(15pts)	(15pts)	(15pts)	(5pts)	
15	30033334	Funda ecógrafo 18x120cm+cinta s/hielo este						https:// (entace / link)					https:// (entace / link)
15	30033335	Funda ecógrafo 18x30cm+cinta sin hielo este											
16	3003824	Funda mango luz quirofano Ø32mmx9 cm este											
16	30013644	Funda luz quiro a/cám Ø12-8,5mmL10mm este											
16	30026074	Funda univ mango lámpara quir 10x13cm este											
16	30039118	Funda luz quiro a/cámara Ø13-17x18cm este											

(*) La valoración/puntuación de este criterio es posterior a la presentación de la documentación técnica por parte del proveedor. En fase de valoración de ofertas se puntuará este criterio MEDIANTE BAREMACIÓN INDICADA EN EL DOCUMENTO CA-AMUP-S-39-23

Anexo D4 - Product Fecha del material ofrecido

ANEXO D5

Lista-Resumen de criterios adicionales de adjudicación (JUICIO DE VALOR)

ANEXO D5_CS/CC00/1101357533/23/AMUP_FICHAS RESUMEN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

LOTES: 20 - 21

(NO HAY UN MODELO DEL DOCUMENTO A PRESENTAR. LA EMPRESA DECIDIRÁ EL FORMATO A PRESENTAR)

CRITERIOS JUICIO DE VALOR

Criterio 2.24 (ANEXO 4 PCAP) - SUMINISTRO (PUNTO 3.2.1 - PLIEGO TÉCNICO)

Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de un programa de gestión para el análisis de consumos que contemple, incluya y presente un programa informático para la gestión y visualización de los stocks en consigna.

Criterio 2.25 (ANEXO 4 PCAP) - DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS (PUNTO 3.2.1.1 - PLIEGO TÉCNICO)

Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de acciones y mecanismos que contemplen, inloguen, presenten, garanticen y aseguren la disponibilidad de los materiales por tipología, evite sobre-almacenamiento, describa modalidades de suministro y sus mecanismos de control de stock definiendo stocks mínimos, se encargue de establecer la periodicidad del aprovisionamiento automático y cubra abastecimiento en periodos de vacaciones.

Criterio 2.26 (ANEXO 4 PCAP) - GESTIÓN LOGÍSTICA DEL SUMINISTRO (PUNTO 3.2.1.2 - PLIEGO TÉCNICO)

Inclusión en el PROYECTO TÉCNICO DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y POSVENDA de acciones y mecanismos que contemplen, inloguen, presenten, garanticen y aseguren la actualización técnica de los componentes de los equipos adjudicados incluyendo la motivación de innovación tecnológica, elabore stocks mínimos y máximos, haga la reposición directamente al Servicio informado por el centro hospitalario, lleve a cabo la colocación de material en los armarios / estanterías, controle las caducidades de los materiales adjudicados e informe de las condiciones que las mantengan válidas, asegure la disponibilidad de elementos sueltos de los equipos licitados, siendo responsable total de la organización, gestión y control de los depósitos.

Es OBLIGATORIO presentar este anexo. _____

Se deben presentar memorias, fichas con documentación, resúmenes con la explicación de las características pedidas, fotografías, etc; en las que hay conste claramente toda la información necesaria para valorar los criterios de juicio de valor.

Para ver que se pide en los criterios de juicio de valor, ver ANEXO 4 del PCAP.

ANEXO D6

Clave de accesos a Anexos D2 de Requerimientos y D3 de Criterios adicionales de adjudicación.

Anexo E1 – Presentación de muestras

Para esta licitación no es necesario presentar muestras.

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran:

1. El licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique, en el plazo máximo de 48 - 72 horas
2. La muestra deberá venir identificada con los datos que se señalan en el punto 3.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. El embalaje que contenga la/s muestra/s requerida/s (caja, bolsa, paquete,...) deberá identificarse con el ANEXO E2.
4. La muestra del material deberá ser obligatoriamente no caducada y usable.
5. El número de muestras requeridas será proporcional a los centros ICS que las evaluarán, por tanto, habrá que enviar tantos juegos de muestras como centros evaluadores que se decidirán en Comisión.

Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

ANEXO E2

Ficha-empaquetado de la muestra
