

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF DE GAMMA ALTA PER AL SERVEI DE
RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CSI2023080S

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF DE GAMMA ALTA PER AL SERVEI DE
RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE	3
REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT	3
GARANTIA.....	3
NORMATIVA.....	3
TERMINI DE LLIURAMENT	3
REQUISITS AL LLIURAMENT DELS EQUIPS	4
FORMACIÓ.....	4
EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ.....	4
CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT.....	5

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF DE GAMMA ALTA PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament d'un ecògraf de gamma alta pel servei de radiologia de l'Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral

REQUERIMENTS TÈCNICS EQUIPAMENT

Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a **l'Annex tècnic** i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una **memòria tècnica**.

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:

- Memòria tècnica amb fitxa descriptiva de les característiques tècniques

La no explicitació dels requeriments sol·licitats ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

De la mateixa manera s'hauran d'acreditar documentalment a la **memòria tècnica** els aspectes tècnics específics a valorar de **l'Annex de criteris objectius**

GARANTIA

El període de garantia obligatori serà de 1 any.

NORMATIVA

Els licitadors hauran d'estar al corrent de l'acompliment de la normativa vigent a la que estigui subjecte l'equipament ofert.

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini de lliurament de l'equip adjudicat no serà superior als **10 dies** a partir de la data de formalització del contracte

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF DE GAMMA ALTA PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

REQUISITS AL LLIURAMENT DELS EQUIPS

- 2 Manuals d'usuari en català i/o castellà.
- 1 Manual tècnic en català i/o castellà amb protocols detallats de manteniment preventiu.
- Fotocòpia del Certificat del marcatge CE dels equips.
- Lliurament de les llicències dels softwares instal·lats als equips.
- Revisió de fuites i aïllament elèctrics segons CEI 601.

FORMACIÓ

El proveïdor adjudicatari haurà de proporcionar la següent formació

- **Formació del personal assistencial** designat pel centre en l'ús de l'equip
- **Formació del personal d'electromedicina.** L'adjudicatari autoritzarà al personal de electromedicina que el CSI determini i els formarà per tal que puguin efectuar la primera intervenció per determinar si una possible avaria és realment de l'equip o de la instal·lació de subministraments elèctric o de xarxa informàtica. El CSI es compromet a efectuar-la amb els seus propis medis materials.
Al final de la formació l'adjudicatari proporcionarà al CSI els corresponents certificats de la formació rebuda a cada persona amb l'autorització explícita del fabricant per poder realitzar les diferents tasques en els equips.

EMBALATGE, TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ

- El transport dels productes fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.
- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions.
- Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El muntatge dels productes que, per tal de facilitar el seu transport, viatgin desmuntats, va a càrrec dels proveïdors, així com la seva instal·lació i posada en marxa.
- La posada en funcionament de l'equip es realitzarà en l'emplaçament habitual de treball.
- Quan l'equip ho requereixi, els treballs d'adequació al local, així com les connexions a les diferents xarxes que siguin necessàries (electricitat, aigua, desguassos, gasos, etc.), aniran a càrrec dels subministradors. Els proveïdors han de comprovar el funcionament de l'aparell i deixar les instal·lacions en condicions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN ECOGRAF DE GAMMA ALTA PER AL SERVEI DE RADIOLOGIA DE L'HOSPITAL DOS DE MAIG DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

de ple funcionament. L'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec del la gestió de la retirada dels embalatges

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT

Un cop efectuada l'adjudicació, el proveïdor adjudicatari haurà de complir amb els següents requeriments:

Els proveïdor adjudicatari garantirà l'equipament ofert contra qualsevol defecte en els materials i en el funcionament del conjunt (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) durant un període de garantia de **1 any**. Així mateix garantirà la reposició de recanvis durant un període mínim de cinc anys (a càrrec de la institució compradora), així com les corresponents actualitzacions de software. Durant el període de garantia, qualsevol millora o actualització del software serà sense càrrec.

Respecte al període de garantia les ofertes tècniques han de detallar específicament a l'annex de manteniment:

- Localització i estructura del Servei Tècnic més proper (si no existeix a Catalunya) i descripció del mateix.
- Temps de resposta servei tècnic amb presència física d'un tècnic igual o inferior a 8 hores
- Informació de la necessitat d'interrupció del funcionament normal per a realitzar intervencions de manteniment preventiu, periodicitat i durada de les mateixes.
- Préstec d'un altre equip en cas d'avaría no reparada satisfactòriament superior a 72 hores
- Especificar recanvis bàsics.
- Ubicació més propera de l'estoc de recanvis complet i de material fungible
- Termini de lliurament de qualsevol possible material o component a substituir