

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101353124/24/AMUP

Cànules, tubs i accessoris per a ventilació pulmonar

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Cànules, tubs i accessoris per a ventilació pulmonar** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- L'orifici terminal dels articles dels lots 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 51 i 52 haurà de ser bisellat.
- L'article amb codi SAP 30051770 del lot 43 (lot obligatori), s'haurà de subministrar a preu zero.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D3.**

Aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:

- Nom
- NIF
- Lot
- Codi SAP
- Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)

Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (Product Data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**. Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101353124/AMUP/24]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Gerència de Compres**, a l'atenció de **Jordi Morera**, a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de

caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de

preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte

- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	

3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101353124/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Cànula de plata per a traqueostomia	Obligatori
002	Cànula de plata fenestrada per a traqueostomia	Obligatori
003	Cànula de plata per a laringuectomia	Obligatori
004	Cànula de laringuectomia de silicona i accessoris	Obligatori
005	Cànula de laringuectomia de plastic	Obligatori
006	Cànula de laringuectomia reforçada amb baló	Obligatori
007	Cànula de traqueostomia amb baló	Obligatori
008	Cànula de traqueotomia llarga amb baló per a pediatria	Obligatori
009	Cànula de traqueotomia amb baló per a pediatria	Obligatori
010	Cànula de traqueotomia amb baló amb mida i forma especial	Obligatori
011	Cànula de traqueotomia amb baló per a coll difícil i accessoris	Obligatori
012	Cànula de traqueostomia de silicona amb baló i accessoris	Obligatori
013	Cànula plàstic termosensible amb baló, sense baló i accessoris	Obligatori
014	Cànula traqueostomia amb baló de plàstic termosensible	Obligatori
015	Canula pediàtrica de traqueostomia sense baló	Obligatori
016	Cànula Moore de traqueostomia sense baló	Obligatori
017	Cànula traqueostomia amb baló i aspiració subglòtica	No Obligatori
018	Cànula traqueostomia fenestrada sense baló amb vàlvula fonatoria	Obligatori
019	Cànula de traqueostomia reforçada per a nadó prematur i pediatria	Obligatori
020	Tubs de Guedel	Obligatori
021	Tubs endotraqueals orals amb baló	Obligatori
022	Tubs endotraqueals orals preformats amb baló i sense baló	Obligatori
023	Tubs endotraqueals nasals preformats amb baló	No Obligatori
024	Tubs endotraqueals orals sense baló	Obligatori
025	Tubs endotraqueals oronasals de doble llum sense baló	Obligatori
026	Tubs endotraqueals oronasals d'acer inoxidable per a cirurgia làser	Obligatori
027	Tub de doble llum per a ventilació unipulmonar amb càmera integrada	Obligatori
028	Tubs endotraqueals oronasals amb baló permanència prolongada	Obligatori
029	Tubs endotraqueals oronasals amb baló permanència prolongada i aspiració subglòtica	No Obligatori
030	Tubs endotraqueals oronasals especials de goma i plata	Obligatori
031	Tubs endotraqueals oronasals amb monitorització electromiogràfica	Obligatori
032	Tubs endotraqueals oronasals reforçats de silicona	Obligatori
033	Tubs endotraqueals oronasals reforçats amb guia	Obligatori
034	Equips de bloqueig endobronquial	Obligatori
035	Tubs endobronquials de doble llum	Obligatori
036	Tub de traqueostomia endobronquial de doble llum per a intubació bronquial esquerra	Obligatori
037	Tub i mascareta laríngia compatible	Obligatori
038	Guies endotraqueals	No Obligatori
039	Pales i accessoris per a videolaringoscopi	Obligatori
040	Pala per a videolaringoscopi	Obligatori
041	Pala de plàstic per a laringoscopi	Obligatori
042	Laringoscopi òptic amb visió directa d'un sol ús	Obligatori
043	Broncoscopi d'alta qualitat	Obligatori
044	Mascareta laríngia sense canal gàstric	Obligatori
045	Mascareta laríngia amb canal d'accés gàstric	Obligatori
046	Mascareta laríngia	Obligatori
047	Cànules supraglòtiques	Obligatori
048	Equips cricotiroidectomia i dilatació percutània diverses mesures i tipus	No Obligatori
049	Complements i altre material per a ventilació pulmonar	No Obligatori
050	Tubs nasofaríngis de diverses mesures	No Obligatori
051	Tubs endotraqueals oronasals especials diverses mesures	No Obligatori
052	Tubs endobronquials diverses mesures	No Obligatori
053	Guies/equips d'intubació/extubació	No Obligatori
054	Pala de laringoscopi d'un sol ús diversos tipus	No Obligatori
055	Vàlvula fonatòria i complements	Obligatori
056	Fundes per a pales de videolaringoscopi	Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 1 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001032

Descripció llarga:

Tub orofaringi de Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb m ida impresa. Cos translúcid. Mida: N 00, llargària 5cm, i codificació color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001033

Descripció llarga:

Tub orofaringi de Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb m ida impresa. Cos translúcid. Mida: N 0, llargària 5,5cm, i codificació color segons ISO 5364:2016.Estèril,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001034

Descripció llarga:

Tub orofaringi de Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb m ida impresa. Cos translúcid. Mida: N 1, llargària 6,5cm, i codificació color segons ISO 5364:2016.Estèril,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001035

Descripció llarga:

Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 2, llargària 8cm, i codificació de color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001036

Descripció llarga:

Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 3, llargària 9cm, i codificació de color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001037

Descripció llarga:

Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 4, llargària 10cm, i codificació de color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001038

Descripció llarga:

Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 5, llargària 12cm, i codificació de color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001039

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques de penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, e xtrem proximal amb connexió universal, mida: N02: DI 2,0mm, DE 2,9mm, longitud 171 (+/-2)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 2 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001040

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N2.5: DI 2,5 mm, DE 3,6 mm, longitud 171 (+/-2)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001041

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca , marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N03: DI 3,0 mm, DE 4,2 mm, longitud 190 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001042

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N3.5: DI 3,5 mm, DE 4,9 mm, longitud 213 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001043

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N04: DI 4,0 mm, DE 5,5 mm, longitud 232 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001044

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal,PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extre m proximal amb connexió universal, mida: N4.5: DI 4,5 mm, DE 6,2 mm, longitud 253 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001045

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N05: DI 5,0 mm, DE 6,9 mm, longitud 274 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001046

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N5.5: DI 5,5 mm, DE 7,5 mm, longitud 304 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001047

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N06: DI 6,0 mm, DE 8,2 mm, longitud 317 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 3 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001048

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N6.5: DI 6,5 mm, DE 8,8 mm, longitud 327 (+/-5)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30001049

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, PVC, sense baló, amb línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, extr em proximal amb connexió universal, mida: N07: DI 7,0 mm, DE 9,5 mm, longitud 339 (+/-3)mm. Lliure làtex/DEHP,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30001050

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N03: DI 3,0mm, Longitud 190 (+/-3)mm, diàmetre baló 6mm. Lliure làtex, estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30001051

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N3.5: DI 3,5mm, longitud 213 (+/-3)mm, diàmetre baló 7mm. Lliure làtex, estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30001052

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N04: DI 4,0mm, longitud 232 (+/-3)mm, diàmetre baló 8mm. Lliure làtex, estèril, lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30001053

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N4.5: DI 4,5mm, longitud 253 (+/-5)mm, diàmetre baló 11mm. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30001054

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N5.0: DI 5,0mm, longitud 274 (+/-5)mm, diàmetre baló 18mm. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30001055

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N5.5: DI 5,5mm, longitud 304 (+/-5)mm, diàmetre baló 21mm. Lliure làtex,estèril,lús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 4 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30001056

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N06: DI 6,0mm, longitud 317(+/-4)mm, diàmetre baló 22mm. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30001057

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N6.5: DI 6,5mm, longitud 327(+/-5)mm, diàmetre baló 23mm. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30001058

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N07: DI 7,0mm, longitud 339(+/-5)mm, diàmetre baló 25mm. Lliure làtex, estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30001059

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N7.5: DI 7,5mm, longitud 350(+/-5)mm, diàmetre baló 26mm. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30001060

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N08: DI 8,0mm, longitud 360(+/-5)mm, diàmetre baló 30mm. Lliure làtex, estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30001061

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N8.5: DI 8,5mm, longitud 370(+/-5)mm, diàmetre baló 32mm. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30001062

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N09: DI 9,0mm, longitud 375(+/-5)mm, diàmetre baló 33mm. Lliure làtex, estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30001064

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal, plàstic, línia radioopaca, marques penetració, extrem distal obert amb orifici lateral, pneumotaponament , extrem proximal connexió universal. N10: DI 10,0mm, longitud 375(+/-5)mm, diàmetre baló 34mm. Lliure làtex, estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 22.06.2023
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT		HORA: 09:55:25
USUARI: 33875933S		PÀGINA: 5 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30001065
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N6.5, DI 6,5mm, DE 8,9mm, long 320(+/-5)mm,baló repòs 20,6(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30001066
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N07, DI 7,0mm, DE 9,5mm, long 339(+/-5)mm,baló repòs 25,4(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30001067
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N7.5,DI 7,5mm,DE 10,2mm, long 350(+/-5)mm,baló repòs 25,4(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30001068
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N08,DI 8,0mm,DE 10,8mm, long 360(+/-5)mm, baló repòs 28,6(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30001069
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N8.5,DI 8,5mm,DE 11,4mm, long 370(+/-5)mm,baló repòs 28,6(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30001070
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal, PVC transparent, ventilació prolongada, baló baixa pressió alt volum forma cònica tipus tap, línia radio opaca, marques profunditat, conn 15mm. N09,DI 9,0mm,DE 12,1mm, long 375(+/-5)mm,baló repòs 28,6(+/-0,5)mm Ø.S/làt,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30001071
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N04: D.I. 4,0 mm, D.E. 6,3 mm, longitud de 237 (+ /-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús		

SOL.COMANDA: 1101353124	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30001072
Descripció llarga: Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N4.5: D.I. 4,5 mm, D.E. 6,8 mm, longitud de 259 (+ /-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 6 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30001073

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N05: D.I. 5,0 mm, D.E. 7,3 mm, longitud de 321 (+ /-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30001074

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N5.5: D.I. 5,5 mm, D.E. 7,8 mm, longitud de 322 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30001075

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N06: D.I. 6,0 mm, D.E. 8,4 mm, longitud de 329 (+ /-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30001076

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N6.5: D.I. 6,5 mm, D.E. 9,0 mm, longitud de 334 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30001077

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N07: D.I. 7,0 mm, D.E. 9,6 mm, longitud de 352 (+ /-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30001078

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N7.5: D.I. 7,5 mm, D.E. 10,2 mm, longitud de 356 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30001079

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N08: D.I. 8,0 mm, D.E. 10,8 mm, longitud de 364 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30001080

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N8.5: D.I. 8,5 mm, D.E. 11,3 mm, longitud de 388 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 7 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30001081

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro-nasal reforçat, silicona transparent, amb baló baixa pressió. N09: D.I. 9,0 mm, D.E. 11,9 mm, longitud de 398 (+/-5)mm, reforçat espiral metàl·lica radioopaca, orifici terminal, escala impresa marques penetració. S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30001087

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat, PVC, baló de pneumotaponament de baixa pressió i vàlvula per a xeringa Luer i L-L, línia radioopac a, marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal 15mm, mida: N5.5 (DI5 ,5mm, long 325(+/-5).S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30001088

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC, amb línia radioopaca i marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal de 15mm. N06, DI 6,0 mm; DE 8,2 mm; longitud 386 (+/-6)mm; Ø baló 22. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30001089

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC, línia radioopaca i marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal de 15mm, mida: N6.5, DI 6,5 mm; DE 8,7 mm; longitud 396 (+/-5)mm; Ø baló 24. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30001091

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC, línia radioopaca i marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal de 15mm, mida: N7.5, DI 7,5 mm; DE 10,1 mm; longitud 416 (+/-6)mm; Ø baló 30. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30001092

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló pneumotaponament, PVC transparent, línia radioopaca i marques de penetració, extrem proximal amb connexió universal de 15mm, mida: N08, DI 8mm; DE 10,8mm; longitud 425 (+/-5)mm; Ø baló 30. Lliure làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30001094

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N5.5: D.I 5,5 mm, D.E 7,5 mm, longitud 237 (+/-5)mm Diàmetre del baló 17,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30001095

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N06: D.I 6,0 mm, D.E 8,2 mm, longitud 251 (+/-5)mm Diàmetre del baló 20,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 8 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30001096

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N6.5: D.I 6,5 mm, D.E 8,9 mm, longitud 263 (+/-5)mm Diàmetre del baló 20,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30001097

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N07: D.I 7,0 mm, D.E 9,5 mm, longitud 287 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30001098

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N7.5: D.I 7,5 mm, D.E 10,2 mm, longitud 297 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30001099

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N08: D.I 8,0 mm, D.E 10,8 mm, longitud 345 (+/-5)mm Diàmetre del baló 25,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30001100

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N8.5: D.I 8,5 mm, D.E 11,4 mm, longitud 355 (+/-4)mm Diàmetre del baló 28,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30001101

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N09: D.I 9,0 mm, D.E 12,1 mm, longitud 374 (+/-5)mm Diàmetre del baló 28,6 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30001102

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui dret,plàstic,línia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici term inal i lateral. DI3,1mm,DE11,7mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30001103

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui dret,plàstic,línia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici term inal i lateral. DI3,4mm,DE12,3mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 9 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30001104

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui dret,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici term inal i lateral. DI4,8mm,DE13mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30001105

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui dret,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici term inal i lateral. DI5,1mm,DE13,7mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30001106

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI4,8mm,DE11,7mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30001107

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI5,1mm,DE12,3mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30001108

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI5,3mm,DE13mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30001109

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac, sense baló, punta atraumàtica, N03 D.I.3,0mm, D.E.4,8 (+/-0,2)mm, L 39 (+/-1)mm, o bturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta. S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30001110

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac,sense baló, punta atraumàtica, N3.5 D.I.3,5mm, D.E.5,4 (+/-0,2)mm, L40 (+/-0,5)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30001111

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac,sense baló, punta atraumàtica, N04 D.I.4,0mm, D.E.6,0 (+/-0,2)mm, L41 (+/-0,5)mm, o bturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta. S/làt,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 10 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30001112

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac,sense baló, punta atraumàtica, N4.5 D.I.4,5mm, D.E.6,7 (+/-0,2)mm, L42 (+/-0,5)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta. S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30001113

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac,sense baló, punta atraumàtica, N05 D.I.5,0mm, D.E.7,3 (+/-0,2)mm, L44 (+/-1)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta. S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30001114

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica,PVC flexible,radioopac,sense baló, punta atraumàtica, N5.5 D.I.5,5mm, D.E.7,9 (+/-0,2)mm, L46 (+/-1)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció transparent flexible/anatòmica, cinta.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30001115

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosens/radioopac,s/baló,N7.5 D.I.7,5(+/-0,2)mm ,D.E.10,8(+/-0,2)mm,L74(+/-2)mm,punta atraumàtica,placa codi color Øimprès,orif sutura,flexible,pivotant,conn 15mm.Cànula interna transp,obturador,cinta subjecció.Est,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30001116

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosens/radioopac,s/baló,N8.5 D.I.8,5(+/-0,2)mm ,D.E.12,2(+/-0,2)mm,L79(+/-2)mm,punta atraumàtica,placa codi color Øimprès,orif sutura,flexible,pivotant,conn 15mm.Cànula interna transp,obturador,cinta subjecció.Est,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30001117

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosens/radioopac,s/baló,N10 D.I.10(+/-0,2)mm ,D.E.13,8(+/-0,2)mm,L79(+/-2)mm,punta atraumàtica,placa codi color Øimprès,orif sutura,flexible,pivotant,conn 15mm.Cànula interna transp,obturador,cinta subjecció.Est,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30001118

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible,baló baixa pressió,N5.5, DI5,5+/-0 ,2mm,DE6,5+/-0,2mm, L62+/-1mm.1 cànula interna reutilitz transparent conn 15mm.Sist segur bloqueig giratori. Placa coll flexible/pivotant,obturador punta roma,cinta.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30001119

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible,baló baixa pressió,N6.5, DI6,5+/-0 ,2mm,DE7,5+/-0,2mm, L74+/-1mm.1 cànula interna reutilitz transparent conn 15mm.Sist segur bloqueig giratori. Placa coll flexible/pivotant,obturador punta roma,cinta.S/làt/DEHP,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 11 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30001120

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, baló baixa pressió, N7.,5, DI7,5+/-0,2mm, DE8,5+/-0,2mm, L79+/-1mm.1 cànula interna reutilitz transparent conn 15mm.Sist segur bloqueig giratori. Placa coll flexible/pivotant, obturador punta roma, cinta.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30001121

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, baló baixa pressió, N09, DI9+/-0,2mm, DE10+/-0,2mm, L79+/-1mm.1 cànula interna reutilit transparent conn 15mm.Sist segur bloqueig giratori. Placa coll flexible/pivotant, obturador punta roma, cinta.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30001122

Descripció llarga:

Cànula traque PVC termosensib, radiopac, a/baló baixa pres vàlv antiretorn, conn 15mm fix cànula, 2 cànules internes, obturador punta roma orifici guia, aletes suaus, raspall, cinta subjecció enconxada, N06:D.I.6,0/D.E.9,2mm, long 64,5(+/-2)mm.S/làt/DEHP,est,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30001123

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC termos radiopac, a/baló baixa pres vàlv antiretorn, conn 15mm fix cànula, 2 cànules intern, obturad punta roma orifici guia, aletes suaus, raspall, cinta enconxada, N07:D.I.7,0/D.E.10,5mm, long 70(+/-2)mm.S/làtex, DEHP,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30001124

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC termos radioop, baló baixa pres vàlv antiretorn, conn 15mm fix cànula, 2 cànules internes, obturador punta roma orifici guia, aletes suaus, raspall, cinta enconxada, N08:D.I. 8,0/D.E.11,9mm, long 75(+/-2)mm.S/làtex, DEHP,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30001125

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC termos, radiopac, baló baixa pressió vàlv antiretorn, conn 15mm fix cànula, 2 cànul internes, obturador punta roma orif i guia, aleta suau, raspall, cinta enconxada, N09:D.I. 9,0/D.E.13,3mm, long 81(+/-2)mm.S/làtex, DEHP,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30001127

Descripció llarga:

Cànula interna (camisa) per a cànula de traqueostomia, de plàstic, mida: N 07. Sense connector. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un só. Compatible amb cànula interna tipus BLUselect o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30001128

Descripció llarga:

Cànula interna (camisa) per a cànula de traqueostomia, de plàstic, mida: N 08. Sense connector. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un só. Compatible amb cànula interna tipus BLUselect o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 12 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30001129

Descripció llarga:
Cànula interna (camisa) per a cànula de traqueostomia, de plàstic, mida: N 09. Sense connector. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un so ús. Compatible amb cànula interna tipus BLUselect o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30001130

Descripció llarga:
Traqueo PVC termos radioop, fenestrada, s/baló, N04 D.I.5,0mm, D.E.9,4(+/-0,2)mm, L65(+/-2)mm.1 cànula int transparent con 15mm, 1 cànul int baix perfil, 1cànul int fenest 15mm, tap decanulació, bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30001131

Descripció llarga:
Traqueo PVC termos radioop, fenestrada, s/baló, N06 D.I.6,4(+/-0,2)mm, D.E.10,8(+/-0,2)mm, L76(+/-2)mm.1 cànul int transparent con 15mm, 1cànul int baix perfil, 1cànul int fenest 15mm, tap decanulació, bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30001132

Descripció llarga:
Traqueo PVC termos radioop, fenestrada, s/baló, N08 D.I.7,6(+/-0,2)mm, D.E.12,2(+/-0,2)mm, L81(+/-2)mm.1 cànul int transparent con 15mm, 1cànul int baix perfil, 1cànul int fenest 15mm, tap decanulació, bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30001133

Descripció llarga:
Traqueo PVC termos radioop, fenestrada, s/baló, N10 D.I.8,9(+/-0,2)mm, D.E.13,8(+/-0,2)mm, L81(+/-2)mm.1 cànul int transparent con 15mm, 1cànul int baix perfil, 1cànul int fenest 15mm, tap decanulació, bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30001134

Descripció llarga:
Cànula traqueo PVC termos radioop, fenestrada, baló gran volum/baixa pres, N06 D.I.6,4mm, D.E.10,8(+/-0,2)mm, L76(+/-2)mm.1cànula int tra nsp reutilitz i 1fenest conn 15mm.Tap decanulació.Sist bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30001135

Descripció llarga:
Cànula traqueo PVC termos radioop, fenestrada, baló gran volum/baixa pres, N08 D.I.7,6mm, D.E.12,2(+/-0,2)mm, L81(+/-2)mm.1cànula int tra nsp reutilitz i 1fenest conn 15mm.Tap decanulació.Sist bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad, cinta.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30001972

Descripció llarga:
TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N06: D.I. 6 mm, D.E. 10,8 mm, long 400 (+/-10)mm.Est, lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 13 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30002031

Descripció llarga:

Càn traqueo,PVC flexible,radioopac,s/baló,punta atraumàt, N07 DI7,0mm ,DE10,5(+/-0,2)mm,L70(+/-1)mm,2 cànules inter,obturador,connect or 15mm
fix,placa subj transparent flexible/anatòmica,cinta fixació,raspall neteja.S/làtex/DEHP,est,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30002032

Descripció llarga:

Càn traqueo,PVC flexible,radioopac,s/baló,punta atraumàt, N8.0 DI 8,0mm, DE 11,9(+/-0,2)mm, L75,5(+/-1)mm,2 cànules internes,obturador,connect
15mm integrat,placa subj transp,flexible/anatòmica,cinta ,raspall.S/làtex/DEHP,est,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30002068

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N07, 2 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø 11mm 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø 11mm 11mm.
Plata 930 mil·lèsimes. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30002069

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N08, 2 peces. Peça exterior: D.E. 14mm, long 60mm, Ø 11mm 13mm. Peça interior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø 11mm 12mm.
Plata 930 mil·lèsimes.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30002070

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N03, 3 peces. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø 11mm 8mm. Peça interior: D.E. 8mm, long 65mm,Ø 11mm 7mm. Plata
925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30002071

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø 11mm 10mm. Peça interior: D .E. 10mm,
long 72mm, Ø 11mm 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30002242

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC suau, línia radioopaca, marques de penetració i a nivell cordes vocals, extrem
proximal amb connexió 15mm, mida: N06: D.I. 6,0 mm; D.E. 8,8 mm; longitud 270 (+/-2)mm. Est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30002243

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC suau, línia radioopaca, marques penetració i a nivell cordes vocals, extrem
proximal amb connexió 15 mm, mida: N6.5: D.I. 6,5 mm; D.E. 9, 4 mm; longitud 275 (+/-2)mm. Est,s/làt,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 14 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30002244

Descripció llarga:

Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC suau, línia radioopaca, marques penetració i a nivell cordes vocals, extrem proximal amb connexió 15 mm, mida: N07: D.I. 7,0 mm; D.E. 10, 2 mm; longitud 285 (+/-3)mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30002410

Descripció llarga:

Tub nasofaríngi (trompeta) de clorur de polivinil (PVC) llis tipus vellut i flexible, resistent al colzament, mida N06: D.I. 6,0 mm, D.E. 8,8 mm, llargària 135 (+/-10)mm. Orifici terminal bisellat. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30002411

Descripció llarga:

Tub nasofaríngi (trompeta) de clorur de polivinil (PVC) llis tipus vellut i flexible, resistent al colzament, mida N07: D.I. 7,0 mm, D.E. 10,2 mm, llargària 155 (+/-10)mm. Orifici terminal bisellat. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30002501

Descripció llarga:

TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca, marques penetració, N3.5: DI3,5mm, DE5,2mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,80 mm, cabal 15mL/min.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30002502

Descripció llarga:

TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca, marques penetració, N02: DI2,0mm, DE3,4mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI0,40 mm, cabal 2,15mL/min.S/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30002503

Descripció llarga:

TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca, marques penetració, N03: DI3,0mm, DE4,6mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,65mm, cabal 5mL/min.S/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30002505

Descripció llarga:

TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca, marques penetració, N2.5: DI2,5mm, DE4,1mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC Luer DI 0,55mm, cabal 3,55 mL/min.S/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30002508

Descripció llarga:

Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 45 (+/-2) cm, diàmetre intern del tub traqueal entre 4.5-6.0 mm, diàmetre extern 4,3 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 15 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30002509

Descripció llarga:

Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 50 (+/-) cm, diàme tre intern del tub traqueal des de 6.0 mm, diàmetre extern 5,6 (+/-0,2)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30002648

Descripció llarga:

Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 000, llargària 3,5cm, i codificació color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,1ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30002734

Descripció llarga:

Equip per a cricotirotomia sense baló, cànula de D.I. 4 mm, sonda d'aspiració 10 Fr, bisturi d'1,4 (+/-0,2)cm, introductor corb de 3 0 (+/-)cm, connector ISO mascle de 15 mm, cinta de subjecció. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30002735

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic,anellada,reforçada,angulada,baló gran volum/baixa pressió, radioopac,N10 DI10mm, DE13,6+/-0,2mm,L112+/-2mm.Co nn 15mm integrat cànula,obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient ,cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30002736

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic,anellada,reforçada,angulada,baló gran volum/baixa pressió, radioopac,N11 DI11mm, DE9,6+/-0,2mm,L93+/-2mm.Conn 15mm integrat cànula, obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient, cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30002737

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic,anellada,reforçada,angulada,baló gran volum/baixa pressió, radioopac,N8 DI8,0mm, DE10,9+/-0,2mm,L95+/-2mm.Con n 15mm integrat cànula, obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient ,cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30002738

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic,anellada,reforçada,angulada,baló gran volum/baixa pressió, radioopac,N9 DI9,0mm, DE12,2+/-0,2mm,L106+/-2mm.Co nn 15mm integrat cànula,obturador, placa ajustable a mida del coll de pacient ,cinta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30002739

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø 11um 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 72mm, Ø 11um 9mm. Plat 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 16 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30002740

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø 11mm 9mm. Peça interior: D.E. 9mm, long 68mm, Ø 11mm 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30002741

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 75mm, Ø 11mm 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30002743

Descripció llarga:
Cànula laringectomia de plata N06, 2 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 60mm, Ø 11mm 10mm. Plata 930 mil·lèsimes.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30003014

Descripció llarga:
Eq traqueo percutània.Escalpel,ag 14G IV cànul+conn inserció traqueal ,xeringa, guia p/"J",introd,dilatad.Cànul PVC N07 termosén,radioop, b/baixa pres vàlv antiretorn,conn 15mm fix cànul,obturador a/orif guia,cinta.S/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30003015

Descripció llarga:
Eq traqueo percutània.Escalpel,ag 14G IV cànul+conn inserció traqueal ,xeringa, guia p/"J",introd,dilatad.Cànul PVC N08 termosén,radioop, b/baixa pres vàlv antiretorn,conn 15mm fix cànul,obturador a/orif guia,cinta.S/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30003016

Descripció llarga:
Eq traqueo percutània.Escalpel,ag 14G IV cànul+conn inserció traqueal ,xeringa, guia p/"J",introd,dilatad.Cànul PVC termosén,radioop, b/baixa pres vàlv antiretorn,conn 15mm fix cànul,obturador a/orif guia,cinta,D.I.7,0mm.S/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30003061

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia nadó prematur, PVC flexible/radioopac, sense baló, punta atraumàtica, mida: N04 D.I.4,0 mm, D.E.6,0 (+/-0,1)mm, L34 (+/-0,5)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció flexible/anatòmica/transparent,cinta.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30003062

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia nadó prematur, PVC flexible/radioopac, sense baló, punta atraumàtica, N3.5 D.I.3,5mm, D.E.5,4 (+/-0,1)mm, L32 (+/-0,5)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció flexible/anatòmica/transparent,cinta.S/làt,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 17 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30003063

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia nadó prematur, PVC flexible/radiopac, sense baló, punta atraumàtica, N03 D.I.3,0mm, D.E.4,8 (+/-0,1)mm, L30 (+/-0,5)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció flexible/anatòmica/transparent,cinta.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30003167

Descripció llarga:

Guia d'alumini mal·leable recoberta de plàstic per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 28 (+/-2) cm, d iàmetre intern del tub traqueal entre 2,5-4,5 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30003177

Descripció llarga:

Eq traqueo percutània.Escalpel,ag 14G cànul+conn inserció traqueal ,xeringa, guia p/"J", pinça dil,introd,dilatad.Cànul PVC N08 termo s,radiopac,b/baixa pres vàlv antiretorn,conn 15mm fix cànul,obturador a/orif guia,cinta.S/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30003378

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia silicona, amb baló aire de gran volum i baixa pressió, connector 15mm fix rotatori a cànula, obturador punta ro ma amb orifici per a guia, cinta subjecció i aletes suaus. N06: D.I.6,0mm, D.E.8 ,7mm, long 70(+/-2)mm.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30003386

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia Moore, sense baló, silicona radiopaca i retallable. N06 D.I. 6,5 (+/-0,5)mm, D.E. 11 (+/-0,2)mm, L. 115 (+/-1) mm. Estèril. amb obturador, 2 cànules internes, suport traqueal i adaptador 15mm. Estèril, lliure làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30003393

Descripció llarga:

Cànula traque PVC termosensib,radiopac,a/baló baixa pres vàlv antiretorn, conn 15mm fix cànula,2 cànules internes,obturador punta ro ma+orifici guia ,aletes suaus,raspall,cinta subjecció enconxada,N10:D.I.10/D.E.14mm,long 87,5(+/-2)mm.S/làt/DEHP,est,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30003395

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC termos radiopac,fenestrada,baló gran volum/baixa pres ,N04D.I.5,0mm,D.E.9,4(+/-0,2)mm, L65(+/-2)mm.1cànula int tran sp reutilitz i 1fenest conn 15mm.Tap decanulació.Sist bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad,cinta.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30003411

Descripció llarga:

Eq traqueo percut coll difícil,escalpel,agulla,xering, guia 600(+/-10)mm ,pinça dilatadora,predilatador 14F,catèter guia 385(+/-15)mm ,mono dilatador forma "S" ergonòmic a/finestra guia/guia tutor ,lubricant,gases,cànula D.I. 7,0mm.S/làtex, est,lús.RMN

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 18 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30003412

Descripció llarga:

Eq traqueo percut coll difícil,escalpel,agulla,xering, guia 600(+/-10)mm ,pinça dilatadora,predilatador 14F,catèter guia 385(+/-15)mm ,mono dilatador forma "S" ergonòmic a/finestra guia/guia tutor ,lubricant,gases,cànula D.I. 8,0mm.S/làtex, est,lús.RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30003428

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø 11um 9mm. Peça interior: D. E. 9mm, long 68mm, Ø 11um 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30003429

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø 11um 11mm. Peça interior: D .E. 11mm, long 75mm, Ø 11um 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30003430

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, llarg especial. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø 11um 11mm. Peça interior: D.E. 1 1mm, long 103mm ,Ø 11um 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30003431

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N07, 3 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 80mm, Ø 11um 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 80mm, Ø 11um 11mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30003432

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N08, 3 peces. Peça exterior: D.E. 14mm, long 80mm, Ø 11um 13mm. Peça interior: D.E. 13mm, long 80mm, Ø 11um 12mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30003433

Descripció llarga:

Cànula interna traqueostomia de plàstic, mida: N 06. Connexió de seguretat de bloqueig giratori de 15mm. Estèril, lliure de làtex, 1 liure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula tipus LPC, FEN, CFS, CFN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30003981

Descripció llarga:

Eq bloqueig endobronquial per col·lapsar un sol pulmó. Catèter 9.0Fr x 78(+/-2)cm de llarg, baló esfèric de silicona, guia amb llaç ajustable, adaptador via aèria d'accés múltiple, adaptador CPAP, connector aspiració, xeringa. S/làtex,estèril,lús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 19 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30003983

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació N 3, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforçada .
Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30003987

Descripció llarga:
Tub endotraqueal N08, compatible mascareta laringia per a ventilació i intubació tipus Fastrach, amb prolongador per a retirada de 1 a mascareta.
PVC, Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb mascareta laringia tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30004674

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia tipus Moore, sense baló, de silicona radioopaca i retallable. Mida: N08 D.I. 7,5 (+/-0,5)mm, D.E. 12 (+/-0,2)mm , L. 115 (+/-1)mm., amb obturador, 2 cànules internes, suport traqueal i adaptador 15mm. Estèril, lliure làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30004675

Descripció llarga:
Cànula laringectomia plàstic, s/baló, N06 (D.I. 6,4mm,D.E. 11,1mm,L 50mm), 1 cànula interna transparent conn 15mm i 2 cànules intern es de perfil baix sense connector,obturador punta roma.Connexió seguretat.Placa coll flexible/pivotant.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30004676

Descripció llarga:
Cànula laringectomia plàstic, s/baló, N08 (D.I. 7,6mm,D.E. 12,6mm,L 50mm), 1 cànula interna transparent conn 15mm i 2 cànules intern es de perfil baix sense connector,obturador punta roma.Connexió seguretat.Placa coll flexible/pivotant.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30004680

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia de plata N07, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 13mm, long 80mm, Ø llum 12mm. Peça interior: D .E. 12mm, long 80mm, Ø llum 11mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30004731

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació N 4, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforçada .
Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30004732

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació N 5, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforçada .
Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 20 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30004964

Descripció llarga:

Guia d'alumini mal·leable recoberta de plàstic per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 35 (+/-2) cm, d iàmetre intern del tub traqueal entre 4,0-6,0 mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30004965

Descripció llarga:

Guia/fiador per a intubació endotraqueal d'alumini recobert de clorur de polivinil (PVC) siliconat més gruixut a l'extrem distal. D iàmetre extern 5 mm, llargària 36,5 (+/-2)cm, per a tubs endotraqueals diàmetre intern entre 8.5-11.0mm. Est,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30004966

Descripció llarga:

Guia d'alumini mal·leable recoberta de plàstic per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 25-28 cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 2,5-4,5 mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30004967

Descripció llarga:

Cinta de subjecció per a cànula traqueostomia, de cotó recoberta d'escuma amb extrems amb veta adherent (mida petita).Lliure de làte x, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30004972

Descripció llarga:

Catèter-guia intercanvi TET i intubació assistida amb broncoscopi fibra òptica(Ø màx 4,2 mm), 19F x 56(+/-3)cm llarg, DI 4,7mm, punt a atraumàtica, conn 15mm i connector Luer Lock, marques penetració, radioopac. Per a TET DI de 7mm o sup. S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30004973

Descripció llarga:

Catèter-guia per a TET tipus Frova amb punta angulada, 14F x 70(+/-5)cm, DI 3,0mm, connector 15 mm i connector Luer Lock, amb marque s de penetració, radioopac. Cànula de reforç. Per a TET DI 6 mm o superior. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30005001

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia silicona, baló aire de gran volum, baixa pressió ,connector 15mm fix rotatori a cànula,obturador punta roma+orif ici guia,cinta subjecció, aletes suaus. N08:D.I. 8,0mm,D.E.11mm,longitud 88(+/-2)mm. S/làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30005020

Descripció llarga:

Guia/fiador per a intubació endotraqueal, de 15F x 60 (+/-5)cm longitud, elastòmer rigid i elàstic, marques de penetració, punta col zada en angle de 40° a 3,5cm, per a tubs endotraqueals de diàmetre intern entre 6.0-11.0mm. Lliure làtex, reutilitzable.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 21 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30005023

Descripció llarga:

Cinta per a subjecció de cànula de traqueostomia per a nounats, ajustable i embuatada amb folre absorbent. Mida: 32 (+/-)2 mm de am ple per 36 (+/-1)cm de llargària. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30005031

Descripció llarga:

Tub endobronquial de doble llum bronqui esquerre, PVC transparent, línia radioopaca, marques de penetració, dos balons a/vàlvules pe r a xeringa Luer i L-L, calibre Fr26, D.I.3,40mm, D.E.9,3mm,long 280(+/-5)mm, fiador ,connectors semifixes.Est,s/lât,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30005033

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,línia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI3,1mm,DE9,3mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/lâtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30005037

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense bal ó de pneumotaponament. Mida N4.0: D.I 4,0 mm, D.E 5,6 mm, Longitud 210 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30005038

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense bal ó de pneumotaponament. Mida N05: D.I 5,0 mm, D.E 6,9 mm, Longitud 246 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30005039

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense bal ó de pneumotaponament. Mida N3.5: D.I 3,5 mm, D.E 4,8 mm, Longitud 195 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30005040

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat pediàtric, de clorur de polivinil (PVC) transparent i termosensible, amb marca radioopaca, sense bal ó de pneumotaponament. Mida N4.5: D.I 4,5 mm, D.E 6,2 mm, Longitud 232 (+/-5) mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30005041

Descripció llarga:

TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N04: D.I. 4 mm, D.E. 8 mm, long 400 (+/-10)mm. Est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 22 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30005042

Descripció llarga:

TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N05: D.I. 5 mm, D.E. 9 mm, long 400 (+/-10)mm. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30005044

Descripció llarga:

TET oral per a cir làser, de goma amb protecció al llarg del tub de 17 (+/-2)cm escuma i làmina plata coarrugada. Doble baló (un a l 'interior de l'altre) doble vàlvula i clau 2 vies amb luer i L-L. N07: D.I. 7 mm, D.E. 12,3 mm, long 400 (+/-10)mm.Est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30005062

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral PVC recobert acer inox resistent cirurgia amb làser, flexible, baló doble diàmetre extragran amb linies inflat independents, punta atraumàtica orifici lateral. N05: D.I. 5,0mm, D.E. 7,5mm, longitud 349(+/-5)mm. Lliure làtex, est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30005063

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral PVC recobert acer inox resistent cirurgia amb làser, flexible, baló doble diàmetre extragran amb linies inflat independents, punta atraumàtica orifici lateral. N06: D.I. 6,0mm, D.E. 8,5mm, longitud 349(+/-5)mm. Lliure làtex, est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30005094

Descripció llarga:

Guia d'alumini mal·leable recoberta de plàstic per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 33-36 cm, diàme tre intern del tub traqueal >5,0 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30005095

Descripció llarga:

TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,linia radioopaca,marques profund.DI8,0,DE11,9mm,Øbaló repòs 30 (+/-0,5)mm,long 330 (+/-5)mm.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30005096

Descripció llarga:

TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,linia radioopaca,marques profund.DI9,0,DE12,8mm,Øbaló repòs 30 (+/-0,5)mm,long 330 (+/-5)mm.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30005112

Descripció llarga:

Catèter-guia d'intercanvi 6,0F x 83(+/-3)cm, DI3,2mm, DE5,0mm, flexible ,doble lumen,guia metàl·lica,punta atraumàtica,1 lumen ventil ació, conn 15mm i conn L-L, marques penetració, radioopac, p/intercanvi TET 6,5 a 11,0mm i cànules traqueo.S/làtex,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 23 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30005115

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,linia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI3,4mm,DE10,7mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30005150

Descripció llarga:

Tub endotraqueal N07, compatible mascareta laringia per a ventilació i intubació tipus Fastrach, amb prolongador per a retirada de l a mascareta. PVC, Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb mascareta laringia tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30005151

Descripció llarga:

Tub endotraqueal N7.5, compatible mascareta laringia per a ventilació i intubació tipus Fastrach, amb prolongador per a retirada de la mascareta. PVC, Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb mascareta laringia tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30005187

Descripció llarga:

Cànula de traqueostomia, una sola peça de silicona retallable, sense baló, mida de: N08 D.I. 11,5 (+/-0,4)mm, D.E. 14,5 (+/-0,4)mm, L 63 (+/-3)mm. Lliure de làtex i ftalats, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30005451

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oro nasal de PVC per a intervencions microlaringies amb baló no apte per a cirurgia làser. Línia radioopaca i orifi ci lateral. Mida N05: D.I. 5,0 mm, D.E. 6,9 mm, longitud 358 (+/-10)mm, diàmetre baló 27 (+/-1)mm.Lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30005491

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo llarga,PVC flexible,radioopac,baló baixa pres forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat,N5:DI5mm,D E7,3+/-1mm ,L50+/-1mm,placa subjecció flexible,anatòmica,transparent,obturador punta roma,cinta.Estèril,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30005492

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo PVC flexible,radioopaca,baló baixa pressió forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat,N4,5:DI4,5mm, DE6 ,7(+/-1)mm,L42(+/-1)mm,placa subj transparent/flexible/anatòmica,obturador punta roma,cinta.Estèril,lliur làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30005495

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo PVC flexible,radioopaca,baló baixa pressió forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat, N5,5:DI5,5m m,DE7 ,9(+/-1)mm,L46(+/-1)mm,placa subj transparent/flexible/anatòmica,obturador punta roma,cinta.Estèril,s/làt/DEHP,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 24 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30005496

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo llarga,PVC flexible,radioopac,baló baixa pres forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat,N5,5:DI5,5 mm,DE7 ,9+/-1mm,L52+/-1mm,placa subjecció flexible,anatòmica,transparent,obturador punta roma,cinta.Est,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30005499

Descripció llarga:

Tap de silicona per a cànula interna de traqueostomia de plata N 06. No estèril. Lliure de làtex.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30005501

Descripció llarga:

Càn traqueo,PVC flexible,radioopac,s/baló,punta atraumàt, N7.5 D.I.7,5mm, D.E.11,3(+/-0,2)mm, L73(+/-1)mm, 2 cànules internes,obtura dor,connector 15mm integrat,placa subj transparent flexible/anatòmica,cinta fixació,raspall neteja.S/làtex/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30005503

Descripció llarga:

Eq cricotirotomia UCIAS tèc. Seldinguer. Catèter via aèria radioopac, 4 ,2cm longitud, DI 4,0mm, conn ISO mascle 15mm, agulla introdu ctora, agulla introductora de catèter,xeringa,bisturi,guia,dilatador corbat,esparadrap traqueostomia.Estèril, s/làtex,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30005504

Descripció llarga:

Catèter-guia per a intercanvi TET tipus Prova, 14F x 70(+/-5)cm de llarg, amb DI 3,0 mm, punta angulada, Per a TET DI de 6 mm o supe rior. Permet utilitzar dispositiu de ventilació durant el procediment. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30006485

Descripció llarga:

Eq cricotirotomia UCIAS tèc. Seldinguer. Catèter via aèria radioopac, 7 ,5cm longitud, DI 6,0mm, connector ISO mascle 15mm,agulla int roductora,agulla introductora catèter, xeringa,bisturi,guia,dilatador corbat,esparadrap traqueostomia.Estèril,s/làtex,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30006556

Descripció llarga:

Cànula interna traqueostomia de plàstic, mida: N 08. Connexió de seguretat de bloqueig giratori de 15mm. Estèril, lliure de làtex, 1 liure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula tipus LPC, FEN, CFS, CFN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30006557

Descripció llarga:

Cinta de subjecció per a cànula traqueostomia al coll en adults, tancament amb veta adherent, ajustable, longitud 44 (+/-3) cm. Lliu re de làtex, estèril, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 25 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30006653

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo PVC flexible,radioopaca,baló baixa pressió forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat, N04: DI4,0m m,DE6 ,0(+/-1)mm,L41(+/-1)mm,placa subj transparent/flexible/anatòmica,obturador punta roma,cinta.Estèril,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30006654

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia nadó prematur, PVC flexible i radioopac, sense baló, punta atraumàtica, N4.5 D.I.4,5mm, D.E.6,7 (+/-0,2)mm, L36 (+/-1)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció flexible/anatòmica/transparent,cinta.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30006657

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo PVC flexible,radioopaca,baló baixa pressió forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat, N5 :DI5mm,DE 7 ,3(+/-1)mm,L44(+/-1)mm,placa subj transparent/flexible/anatòmica,obturador punta roma,cinta.Estèril,lliur làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30006660

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N08, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 14mm, long 80mm, Ø llum 13mm. Peça interior: D .E. 13mm, long 80mm, Ø llum 12mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30006808

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N 1, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforçada . Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30006809

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N 2, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforçada . Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30006810

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N 2.5, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforça da. Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30006812

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N 1.5, recte, amb baló de pneumotaponament, connexió universal ISO mascle de 15mm, punta reforça da. Clorur de polivinil (PVC) una sola peça. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 26 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30006869

Descripció llarga:

Cànula traqueo pediàtrica, PVC flexible, radioopaca, sense baló, punta atraumàtica, N06 D.I. 6,0 mm, D.E. 8,5 (+/-0,2)mm, L54 (+/-2) mm. Placa coll flexible, anatòmica i transparent, obturador, adaptador 15mm integrat. Lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30006963

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo llarga,PVC flexible,radioopac,baló baixa pres forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat,N6:DI6mm,D E8,5+/-1mm ,L54+/-1mm,placa subjecció flexible,anatòmica,transparent,obturador punta roma,cinta.Est,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30007189

Descripció llarga:

Eq traqueo dilatac percutània a/càn N08 termos, baló baixa pres,conn 15mm ,2cànules int,obt,cinta,lubricant,turundes, raspall,cunya,d ilatador 14F+dilatador lpas a/cat guia,intr+ag intr,guia J,pinça hemost, dispositiu segur ag,apòsit,instruc.S/làt/DEHP,est

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30007191

Descripció llarga:

Eq traqueo dilatac percutània a/càn N07 termos, baló baixa pres,conn 15mm ,2cànules int,obt,cinta,lubricant,turundes, raspall,cunya,d ilatador 14F+dilatador lpas a/cat guia,intr+ag intr,guia J,pinça hemost, dispositiu segur ag,apòsit,instruc.S/làt/DEHP,est

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30007587

Descripció llarga:

Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraque al, punta atraumàtica. Mida: longitud de 45 (+/-2) cm, dià metre intern del tub traqueal entre 3.5-4.5 mm, diàmetre extern 3,3 (+/-0,1)mm. Lliure làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30007671

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integ rada a la cànula interna, mida: N09 D.I. 9mm, D.E. 11,4 (+/-0,4)mm, L65 (+/-1)mm. Estèril, lliure làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30007676

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integ rada a la cànula interna, mida: N07 (D.I. 7mm, D.E. 10,5mm, L65mm. Lliure de làtex, estèril.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30007677

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de llarga durada, fenestrada, de clorur de polivinil (PVC) transparent, sense baló, amb vàlvula fonatòria integ rada a la cànula interna, mida: N08 D.I. 8mm, D.E. 11,3 (+/-0,3)mm, L61 (+/-1)mm. Estèril, lliure làtex, lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 27 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30007831

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N04: D.I 4,0 mm, D.E 5,6 mm, longitud 216 (+/-2)mm Diàmetre del baló 8 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30007832

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N05: D.I 5,0 mm, D.E 6,9 mm, longitud 216 (+/-3)mm Diàmetre del baló 17,4 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30008174

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia fonatòria de plata N05, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø 11um 10mm. Peça interior: D.E. 10mm long, 72mm, Ø 11um 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30008192

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia silicona, baló d'aire de gran volum i baixa pressió, connector de 15mm fix rotatori a cànula, obturador punta roma+orifici guia, cinta de subjecció, aletes suaus. N07: D.I. 7,0mm, D.E. 10mm, longitud 80 (+/-2)mm. S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30008196

Descripció llarga:

Guia metàl·lica per a equip de traqueostomia percutània de Tefló, punta en "J", amb introductor, diàmetre 1,5 mm i 550 (+/-50) mm de llargària. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30008438

Descripció llarga:

Tub endotraqueal amb doble llum i doble baló de diàmetre intern 37FR amb 1 baló proximal 100(+/-5)mL i 1 baló distal 15(+/-1)mL, connector estàndard 15mm, 2 línies inflat,2 xeringues(1 precarregada baló proximal) i sonda aspiració,no estèril,làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30008856

Descripció llarga:

Eq bloqueig endobronquial p/col·lapsar pulmó/lòbul. Catèter 9 ,0Frx65(+/-2)cm,a/baló esfèric silic,punta deflectora,adapt CPAP,adapt multiport a/connector TET,port bloquejador,port 15mm i port BCP,connector tub aspiració,xeringa. s/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30009127

Descripció llarga:

Tub endobronquial de doble llum bronqui esquerre, PVC transparent, línia radioopaca, marques de penetració, dos balons a/vàlvules per a xeringa Luer i L-L, calibre Fr28, D.I.3,71mm, D.E.10,0mm,long 280 (+/-5)mm, fiador ,connectors semifixes.Est,s/làt,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 28 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30009343

Descripció llarga:
Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 40 (+/-2) cm, diàmetre intern del tub traqueal entre 3.0-3.5 mm, diàmetre extern 2,6 (+/-0,1)mm. Lliure làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30009824

Descripció llarga:
Cànula interna traqueostomia de plàstic, mida: N 10 Connexió de seguretat de bloqueig giratori de 15mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula tipus LPC, FEN, CFS, CFN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30010058

Descripció llarga:
Cànula traqueo plàstic termosens/radioopac,s/baló,N6,5 D.I.6,5 (+/-0,2)mm ,D.E.13,8 (+/-0,2)mm,L62 (+/-2)mm,punta atraumàtica,placa codi color Øimprès,orif sutura,flexible,pivotant,conn 15mm.Cànula interna transp,obturador,cinta subjecció.Est,s/làt/DEHP,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30010061

Descripció llarga:
Eq introductor avançat a/dilatador estries p/traqueo percutània a/dilatador percutani,dilatador càrrega 7.5,8,9mm,ag intr 15G,ag int rod+beina 15G,guia"J",dilatador intr,cat guia,bistur BSA,xer,lubricant ,esponges gasa,portaag,lubricant,pinça.Est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30010065

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia fonatòria de plata N03, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø llum 8mm. Peça interior: D.E. 8mm long, 65mm, Ø llum 7mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30010307

Descripció llarga:
Catèter-guia per a intercanvi TET d'1 i 2 llums, 11F x 100 (+/-5)cm de longitud, DI 2,3mm, extra ferm amb punta atraumàtica tova i flexible, connector 15mm i connector Luer Lock,marques penetració,radiopac. Per a TET DI 4mm o superior.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30010308

Descripció llarga:
Catèter-guia per a intercanvi TET d'1 i 2 llums, 14F x 100 (+/-5)cm longitud, DI 3,0mm, extra ferm amb punta atraumàtica tova i flexible, connector 15mm i connector Luer Lock,marques penetració,radiopac. Per a TET DI 4mm o superior.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30010744

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació, N04, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfínter e sofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 29 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30011403

Descripció llarga:

Tub endotraqueal N6.5, compatible mascareta laringia per a ventilació i intubació tipus Fastrach, amb prolongador per a retirada de la mascareta. PVC, Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb mascareta laringia tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30011404

Descripció llarga:

Mascareta laringia ventilació i intubació tipus Fastrach N04, corbada anatòmicament que permet el control del tub endotraqueal. PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible tubs endotraqueals tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30011405

Descripció llarga:

Mascareta laringia ventilació i intubació tipus Fastrach N05, corbada anatòmicament que permet el control del tub endotraqueal. PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible tubs endotraqueals tipus Fastrach o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30011618

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC, baló, extrallarga proximal, N07: DI 7,0mm, DE 12,3+/-0 ,3mm, L 100+/-2mm, L proximal 27+/-1mm, L distal 34+/-1mm. 1 obtura dor, 1 cànula intern rebutjable conn 15mm bloqueig giratori. Radioopaca. Placa coll flexible/pivotant, cinta. S/làtex, est, ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30011619

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC, baló, extrallarga proximal, N08: DI 8,0mm, DE 13,3+/-0 ,3mm, L 105+/-2mm, L proximal 30+/-1mm, L distal 35+/-1mm. 1 obtura dor, 1 cànula intern rebutjable conn 15mm bloqueig giratori. Radioopaca. Placa coll flexible/pivotant, cinta. S/làtex, est, ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30011729

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Miller amb il·luminació de llum freda (FO), punta arrodonida, d'acer inoxidable. Mida núm. 1. Compatible amb mànecs laringoscopi segons norma ISO 7376 Sistema verd. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30011960

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO) , acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 4. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30012103

Descripció llarga:

Mascareta laringia ventilació i intubació tipus Fastrach N03, corbada anatòmicament que permet el control del tub endotraqueal. PVC, lliure de làtex, estèril, un sol ús. Compatible tubs endotraqueals tipus Fastrach o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 30 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30012118

Descripció llarga:

Cànula d'intubació fibroscòpica tipus VAMA de plàstic, mida única, forma anatòmica, amb marca làser per guiar fibroscopi, obertura l liscant, per a tubs endotraqueals fins a 8mm de diàmetre, sense làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30012180

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 9,5mm, diàmetre exterior 12,0mm, llargària 36mm. Lliure làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30012181

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 10,5mm, diàmetre exterior 13,5mm, llargària 36mm. Lliure làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30012182

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 12,0mm, diàmetre exterior 15,0mm, llargària 36mm. Lliure làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30012183

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 13,5mm, diàmetre exterior 17,0mm, llargària 36mm. Lliure làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30012184

Descripció llarga:

HME activitat normal diària tipus casset, adaptable cànules laringectomia silicona, màx 24h ús, vàlvula tapa/ressort millora la parl a i la higiene i obertures laterals p/tancament hermètic estoma. S/làtex,lús.Compatible Provox Lary tubes/Lary Button o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30012544

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació, N04, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfinter e sofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30012661

Descripció llarga:

Tub endotraqueal N06, compatible mascareta laringia per a ventilació i intubació tipus Fastrach, amb prolongador per a retirada de l a mascareta. PVC, lliure de làtex, estèril. Compatible tubs endotraqueals tipus Fastrach o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 31 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30013050

Descripció llarga:

Tub endotraqueal PVC reforçat, amb baló, mida N6.5, D.I 6,5 mm. Incorpora elèctrodes per a la monitorització EMG de la musculatura l aringia en cirurgia. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor NIM-Response o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30013051

Descripció llarga:

Tub endotraqueal PVC reforçat, amb baló, mida N07, D.I 7,0 mm. Incorpora elèctrodes per a la monitorització EMG de la musculatura la ringia en cirurgia. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor NIM-Response o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30013052

Descripció llarga:

Tub endotraqueal PVC reforçat, amb baló, mida N7.5, D.I 7,5 mm. Incorpora elèctrodes per a la monitorització EMG de la musculatura l aringia en cirurgia. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor NIM-Response o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30013053

Descripció llarga:

Tub endotraqueal PVC reforçat, amb baló, mida N08, D.I 8,0 mm. Incorpora electrodos per a la monitorització EMG de la musculatura la ringia en cirurgia. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb el monitor NIM-Response o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30013413

Descripció llarga:

Guia/fiador per a intubació endotraqueal, de 15F x 70 (+/-5)cm longitud, PVC, marques de penetració, punta colzada en angle de 40° a 3,5cm, per a tubs endotraqueals de diàmetre intern entre 6.0-11.0mm. Lliure làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30013503

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Miller amb il·luminació de llum freda (FO), punta arrodonida, d'acer inoxidable. Mida núm. 0. Compatible amb mànecs laringoscopi segons norma ISO 7376 Sistema verd. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30013599

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N3, sense baló, bloc antimossegada, canal aspiració gàstric indepe ndent, port oxigen addicional. Codi de color. Anell+cinta fixació, sonda aspiració ,lubricant.Lliure làtex/PVC,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30013600

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N4, sense baló, bloc antimossegada, canal aspiració gàstric indepe ndent, port oxigen addicional. Codi de color. Anell+cinta fixació, sonda aspiració ,lubricant.Lliure làtex/PVC,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 32 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30013601

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N5, sense baló, bloc antimossegada, canal aspiració gàstric indepenent, port oxigen addicional. Codi de color. Anell+cinta fixació, sonda aspiració ,lubricant.Lliure làtex/PVC,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30013642

Descripció llarga:

Tub endotraqueal PVC reforçat, amb baló, mida N06, D.I 6,0 mm. Incorpora elèctrodes per a la monitorització EMG de la musculatura la ringia en cirurgia. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb monitor NIM-Response o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30013740

Descripció llarga:

Catèter-guia per a TET tipus Prova amb punta angulada, 8F x 35 (+/-3)cm, DE 3,0 mm, amb connector 15 mm i connector Luer Lock, marqu es penetració, radioopac. Per a TET DI de 3 mm o superior. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30013981

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació, N04, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfínter e sofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30014060

Descripció llarga:

Cànula traqueo ped, silicona, reforçada, radioopaca, baló, punta atraumàtica, mida: N4.5 D.I.4,5mm, D.E.6,7 (+/-0,2)mm, L42 (+/-1)mm , obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció en "V" anatòmica, cinta fixació. Lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30014225

Descripció llarga:

TET 2 llums,bronqui esq,plàstic,línia radioopaca, marques penet,doble curvatura,2 balons,baló distal PUR extrem distal orifici termi nal i lateral. DI5,4mm,DE13,7mm,long 420(+/-10)mm,2 connectors, 2 cat aspiració extra-llargs,conn "Y".S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30014640

Descripció llarga:

Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 9,5mm, diàmetre exterior 12,0mm, llargària 36mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30014641

Descripció llarga:

Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 13,5mm, diàmetre exterior 17,0mm, llargària 36mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 33 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30014642

Descripció llarga:

Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 12,0mm, diàmetre exterior 15,0mm, llargària 36mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30014643

Descripció llarga:

Cinta de subjecció cànula laringectomia i/o botó estoma. Consta de 2 peces. Escuma de poliuretà, poliamida i tricot tèxtil. Coll de 40(+/-)cm. Lliure de làtex, reutilitzable únic pacient. Compatible amb Provox Lary tube i Lary Button o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30014647

Descripció llarga:

Eq cricotirotomia UCIA S tèc. Seldinger. Catèter via aèria a/baló, radioopac 9(+/-)cm, DI 5,0mm, conn ISO mascle 15mm, agulla intro ductora, agulla introductora catèter,xeringa,bisturi,guia,dilatador corbat, esparadrap traqueostomia.Estèril,s/làtex,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30014724

Descripció llarga:

Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 10,5mm, diàmetre exterior 13,5mm, llargària 36mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30015092

Descripció llarga:

Catèter-guia intercanvi TET d'una llum, 19F x 83(+/-5)cm de longitud, amb DI 3,4 mm, punta atraumàtica, amb connector 15mm i connect or luer-lock, marques penetració, radioopac. Per a TET DI 7 mm o superior.S/làtex,est ,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30015862

Descripció llarga:

Eq bloqueig endobronquial per col·lapsar un sol pulmó. Catèter 5.0Fr x 50(+/-2)cm de llarg, baló esfèric de silicona, guia amb llaç ajustable, adaptador via aèria d'accés múltiple, adaptador CPAP, connector aspiració, xeringa. S/làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30016261

Descripció llarga:

Mascareta laringia per ventilació N 3 amb baló de pneumotaponament, flexible, reforçada/anellada, ISO mascle de 15mm. Clorur de poli vinil (PVC). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30016262

Descripció llarga:

Mascareta laringia per ventilació N 4 amb baló de pneumotaponament, flexible, reforçada/anellada, ISO mascle de 15mm. Clorur de poli vinil (PVC). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 34 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30016263

Descripció llarga:

Mascareta laringia per ventilació N 5 amb baló de pneumotaponament, flexible, reforçada/anellada, ISO mascle de 15mm. Clorur de poli vinil (PVC). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30016492

Descripció llarga:

Mascareta laringia per ventilació N 2.5 amb baló de pneumotaponament, flexible, reforçada/anellada, ISO mascle de 15mm. Clorur de po livinil (PVC). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30016493

Descripció llarga:

Mascareta laringia per ventilació N 2 amb baló de pneumotaponament, flexible, reforçada/anellada, ISO mascle de 15mm. Clorur de poli vinil (PVC). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30018703

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N 1, sense baló d'insuflació, amb canal aspiració gàstric, bloc an timossegada, antireplec epiglòtis, connector 15mm, codificació color,identificació impresa.Lliure làtex/PVC/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30018704

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N 1.5, sense baló d'insuflació, amb canal aspiració gàstric, bloc antimossegada, antireplec epiglòtis, connector 15mm,codificació color,identificació impresa.Lliure làtex/PVC/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30018705

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N 2, sense baló d'insuflació, amb canal aspiració gàstric, bloc an timossegada, antireplec epiglòtis, connector 15mm,codificació color,identificació impresa.Lliure làtex/PVC/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30018706

Descripció llarga:

Cànula supraglòtica polímer elastomèric termoplàstic textura gel, N 2.5, sense baló d'insuflació, amb canal aspiració gàstric, bloc antimossegada, antireplec epiglòtis, connector 15mm,codificació color,identificació impresa.Lliure làtex/PVC/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30019059

Descripció llarga:

Catèter-guia intercanvi TET d'una llum, 8F x 45(+/-5)cm de longitud, amb DI 1,6 mm, punta atraumàtica, amb connector 15mm i connecto r Luer Lock, marques penetració, radioopac. Per a TET DI 3 mm o superior.S/làtex,est ,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 35 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30019228

Descripció llarga:
Tub orofaringi Guedel/Mayo, una sola peça, extrem distal obert amb punta roma flexible i atraumàtica, extrem proximal suau amb mida impresa. Cos translúcid. Mida: N 000, llargària 3,5cm, i codificació color segons ISO 5364:2016.S/làtex/PVC/ftalats,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30021150

Descripció llarga:
Càn traqueo PVC,aleta suau long ajustable.Cànul reforç/anell,b/baixa pres valv antiret,marques profundit,cànula inter reutilitzab,tr ansparent ,flexib,obturad,cinta,lubricant,raspall,D.I. 7,0/D.E. 11,6mm,long 40+50 (+/-2)mm ajustable.S/làtex,est,lús,RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30021151

Descripció llarga:
Cànula traqueo PVC,aleta suau long ajustable.Cànul reforç/anell,b/baixa pres valv antiret,marques profundit,cànula inter reutilitzab ,transparent ,flexib,obturad,cinta,lubricant,raspall,D.I. 8,0/D.E. 12,6mm,long 40+55 (+/-2)mm ajustable.S/làtex,est,lús,RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30021152

Descripció llarga:
Cànula traqueo PVC,aleta suau long ajustable.Cànul reforç/anell,b/baixa pres valv antiret,marques profundit,cànula inter reutilitzab ,transparent ,flexib,obturad,cinta,lubricant,raspall,D.I. 9,0/D.E. 13,6mm,long 40+60 (+/-2)mm ajustable.S/làtex,est,lús,RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30023407

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transparent termosensible, ventilació prolongada. N6.5, DI6,5mm, DE9,8mm, baló cònic baixa pressió, sist asp subg lòtica, orifici terminal i orifici lateral. S/làtex,estèril,lús.Compatible bomba EVAC o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30023408

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transparent termosensible, ventilació prolongada. N07, DI7,0mm, DE10,4mm, baló cònic baixa pressió, sist asp subg lòtica, orifici terminal i orifici lateral. S/làtex,estèril,lús.Compatible bomba EVAC o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30023409

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transparent termosensible, ventilació prolongada. N7.5, DI7,5mm, DE11,2mm, baló cònic baixa pressió, sist asp sub glòtica, orific terminal i orifici lateral.S/làtex,estèril,lús.Compatible bomba EVAC o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30023410

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transparent termosensible, ventilació prolongada. N08, DI8,0mm, DE11,8mm, baló cònic baixa pressió, sist asp subg lòtica, orifici terminal i orifici lateral.S/làtex,estèril,lús.Compatible bomba EVAC o eq

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 36 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2810 MATERIAL: 30023411

Descripció llarga:

TET oro-nasal, PVC transparent termosensible, ventilació prolongada. N8,5, DI8,5mm, DE12,6mm, baló cònic baixa pressió, sist asp sub glòtica, orific terminal i orifici lateral.S/làtex,estèril,lús.Compatible bomba EVAC o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2820 MATERIAL: 30024226

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N4.5: D.I 4,5 mm, D.E 6,2 mm, longitud 237 (+/-3)mm Diàmetre del baló 11 mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2830 MATERIAL: 30027085

Descripció llarga:

Tub guia traqueal PVC s/baló,reforçat espiral,p/broncoscòpia. DI7,5mm ,DE13,8mm,long 319(+/-10)mm,conn muntat,radioopac, doble llum,gr aduat,siliconat,tub conn O2 independent,topall antimossegada plàstic amb pestanya de fixació, cinta.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2840 MATERIAL: 30027204

Descripció llarga:

Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 7.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb cànula d'a leta ajustable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2850 MATERIAL: 30027205

Descripció llarga:

Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 8.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb cànula d'a leta ajustable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2860 MATERIAL: 30027206

Descripció llarga:

Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 9.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb cànula d'a leta ajustable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2870 MATERIAL: 30027558

Descripció llarga:

Eq traq dilatac percutània a/càn N09 termos, asp subg,baló baixa pres,conn 15mm,2cànules int,obt,cinta,lubric,turundes,raspall,cunya ,dilatador 14F+dilatador lpas a/cat guia,intr+ag intr,guia J,pinça hemost, disposit segur ag,apòsit,instruc.S/làt/DEHP,est

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2880 MATERIAL: 30027627

Descripció llarga:

Eq bloquejador endobronq pulmó dret/esq,7FrX75(+/-5)cm.1bloquejador,1 adaptador multiport a/tapa p/BCP,1 adaptador O2, 2 taps.Bloque jador 2 extensions distals a/balons inflables i llum central,radioopac,codi color balons,marques penetrac.S/làtex,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 37 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2890 MATERIAL: 30027641

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació, N01, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfinter e sofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2900 MATERIAL: 30027642

Descripció llarga:
Mascareta laringia per a ventilació, N02, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfinter e sofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2910 MATERIAL: 30027714

Descripció llarga:
Eq bloqueig endobronquial per col·lapsar un sol pulmó. Catèter 7.0Fr x 65(+/-2)cm de llarg, baló esfèric de silicona, guia amb llaç ajustable, adaptador via aèria d'accés múltiple, adaptador CPAP, connector aspiració, xeringa. S/làtex,estèril,lús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2920 MATERIAL: 30027978

Descripció llarga:
Tub endotraqueal oro nasal de PVC per a intervencions microlaringies amb baló no apte per a cirurgia làser. Línia radioopaca i orifi ci lateral. Mida N06: D.I. 6,0 mm, D.E. 8,2 mm, longitud 358 (+/-10)mm, diàmetre baló 27 (+/-1)mm.Lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2930 MATERIAL: 30028932

Descripció llarga:
Raspall per cánula traqueostomia diàmetre 7 (+/-1) mm, longitud 15 (+/-2) cm, de plàstic. No estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2940 MATERIAL: 30029050

Descripció llarga:
Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 40 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 2.5-3.0, diàmetre extern 2 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2950 MATERIAL: 30029051

Descripció llarga:
Guia de clorur de polivinil (PVC) flexible per a la intubació endotraqueal, punta atraumàtica. Mida: longitud de 35 (+/-2) cm, diàme tre intern del tub traqueal entre 2.0-2.5 mm, diàmetre extern 1,5 (+/-0,1)mm. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2960 MATERIAL: 30029461

Descripció llarga:
Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 22mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 7,0mm,DE 10,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 38 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2970 MATERIAL: 30029462

Descripció llarga:

Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 24mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 8,0mm,DE 11,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2980 MATERIAL: 30029463

Descripció llarga:

Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 25mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 9,0mm,DE 12,4mm,long 280mm.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 2990 MATERIAL: 30029853

Descripció llarga:

Càn traqueo PVC termosens, llum asp subglòtica,radioop,b/baixa pres vàlv antiret, D.I.9,0mm, D.E.13,3(+/-0,2)mm,L81(+/-2)mm, conn 15 mm fix, 2 cànul int,obturador+orifici guia,ales suaus,raspall,cinta enconxada.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3000 MATERIAL: 30030427

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació, N1.5, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfinter esofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3010 MATERIAL: 30030428

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació, N2.5, corbada, amb baló de pneumotaponament punta reforçada, accés gàstric, tancament esfinter esofàgic, connexió ISO mascle 15 mm, bloc antimossegada. RMN. De PVC transparent, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3020 MATERIAL: 30031309

Descripció llarga:

Vàlvula fonatòria pacient traqueostomitat sense presa d'oxigen i amb membrana unidireccional silicona, de clorur de polivinil (PVC) , amb connector estàndard de 15mm compatible amb la majoria cànules traqueostomia fenestrades. S/làtex, estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3030 MATERIAL: 30031310

Descripció llarga:

Vàlvula fonatòria per a pacient traqueostomitat amb presa d'oxigen i membrana unidireccional de silicona, de clorur de polivinil (PVC), amb connector estàndard de 15mm compatible amb la majoria de cànules de traqueostomia incloent les pediàtriques.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3040 MATERIAL: 30031517

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO), acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 2. Lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 39 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3050 MATERIAL: 30031518

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO), acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 3. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3060 MATERIAL: 30031519

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 3 amb il·luminació de llum freda (fibra òptica), de plàstic, verd, faixa protectora d'EVA. ISO 7376-3. Compatible amb Safescope o equivalent. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3070 MATERIAL: 30031520

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh amb il·luminació de llum freda (FO), acer inoxidable. Compatible amb mànec laringoscopi segons norma ISO 7376 sistema verd. Mida núm. 4. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3080 MATERIAL: 30031521

Descripció llarga:

Laringoscopi òptic pediàtric visió directa, per a intubacions difícils pala tipus Mackinson. Sistema òptic alta definició, conducte- guia p/TET Ø 4-5,5, llum freda, Ø guia 12,5mm. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible consola Airtraq sp o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3090 MATERIAL: 30031522

Descripció llarga:

Laringoscopi òptic nadó prematur visió directa, per a intubacions difícils pala tipus Mackinson. Sistema òptic d'alta definició, con ducte-guia p/TE Ø 2,5-3,5, llum freda, Ø guia 12,5mm. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible consola Airtraq sp o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3100 MATERIAL: 30031524

Descripció llarga:

Laringoscopi òptic per a intubacions difícils, amb un conducte òptic amb un sistema òptic d'alta definició i un conducte-guia per al tub endotraqueal. Mida nasotraqueal obertura bucal 18mm. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb consola Airtraq sp o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3110 MATERIAL: 30031525

Descripció llarga:

Laringoscopi òptic amb visió directa, per a intubacions difícils per a pala tipus Mackinson. Sistema òptic d'alta definició i conduc te-guia p/TEWTØ 7-8,5, llum freda, Ø guia 18mm, de plàstic. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible consola Airtraq sp o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3120 MATERIAL: 30031527

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 4 amb il·luminació de llum freda (fibra òptica), de plàstic, verd, faixa protectora d'EVA. ISO 7376-3. Compatible amb Safescope o equivalent. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 40 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3130 MATERIAL: 30031530

Descripció llarga:

Funda pala de video-laringoscopi pacient pediàtric fins a 1,5 Kg. Mides: longitud fins a part distal 36 (+/-2)mm, alçada càmera 9 mm , ample càmera 9 mm, ample màxim davant càmera 9 mm. Lliure làtex, d'un sol ús. Compatible GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3140 MATERIAL: 30031531

Descripció llarga:

Funda pala de video-laringoscopi pacient pediàtric d'1,5 a 3,6 Kg. Mides: longitud fins a part distal 44 (+/-2)mm, alçada càmera 9mm , ample càmera 10mm, ample màxim davant càmera 13mm. Lliure làtex, d'un sol ús. Compatible GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3150 MATERIAL: 30031532

Descripció llarga:

Funda pala de video-laringoscopi nadó prematur i nen petit de 1,8 a 10 Kg. Mides: longitud fins a part distal 56(+/-2)mm, alçada càmera 9mm, ample càmera 11mm, ample màxim davant càmera 16mm.Lliure làtex,lús. Compatible GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3160 MATERIAL: 30031533

Descripció llarga:

Funda pala de video-laringoscopi pacient de 40 kg fins a obesitat mòrbida. Mides: longitud fins a part distal 92(+/-2)mm, alçada càmera 14mm, ample càmera 20mm, ample màxim davant càmera 27mm. Lliure làtex, lús. Compatible GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3170 MATERIAL: 30031534

Descripció llarga:

Funda pala video-laringoscopi pacient nen petit 10 Kg fins a 28 Kg. Mides: longitud fins a part distal 63(+/-2)mm, alçada càmera 9mm , ample càmera 13mm, ample màxim davant càmera 20mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3180 MATERIAL: 30031535

Descripció llarga:

Funda pala de video-laringoscopi pacient de 28 Kg a adult. Mides: longitud fins a part distal 78(+/-2)mm, alçada càmera 14mm, ample càmera 16mm, ample màxim davant càmera 21mm. Lliure làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope AVL/PGVL/Ranger o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3190 MATERIAL: 30031639

Descripció llarga:

Guia/estilet rigid per a tub endotraqueal de Ø 6,0 o major, longitud vareta 266 (+/-5)mm, d'acer inoxidable, reutilitzable, autoclavable. Compatible amb video-laringoscops GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3200 MATERIAL: 30031656

Descripció llarga:

Equip d'extubació per etapes compost de: cateter reintubació p/etapes 14F x 83(+/-5)cm, guia d'extubació nitinol 0,035"x145 (+/-10)c m,2connectors 15mm i L/L,suport per a filferro,esparadarp i apòsit de fixació.Per a tubs DI >5mm..S/làtex,est,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 41 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3210 MATERIAL: 30032649

Descripció llarga:
Videoscopi flexible intubació/broncoscòpia,led,canal treball DI1,2mm/DE3 ,8mm, mànec ergonòmic, sistema fixació TET, palanca punta di stal 180°amunt i 180°cap al darrera, tecnologia càmera, camp visió 85°, long treball 600mm,compatible aView o eq. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3220 MATERIAL: 30033314

Descripció llarga:
Eq bloqueig endobronq colapsar 1 sol pulmó/lòbul.Catèter a/baló alt vol/baixa pressió, 9Frx66,5(+/-2)cm,long efectiva 51(+/-2)cm,eix bloquejador de torsió,maneguet 22(+/-1)mm long i 8(+/-1)mL volum màx,conn giratori 20,5(+/-1)mL volum net.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3230 MATERIAL: 30033325

Descripció llarga:
Tub guia traqueal PVC,reforçat amb espiral,baló baixa pressió i gran volum ,p/broncoscòpia. DI 8,5mm, DE 11,7mm, long 359(+/-10)mm,co nector muntat radioopac,doble llum,graduats, siliconat,tub connexió O2 independent,vàlv L-L,cinta fixació.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3240 MATERIAL: 30033326

Descripció llarga:
Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 8.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Cànula de traqueostomia d e silicona, amb baló d'aire de gran volum.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3250 MATERIAL: 30033849

Descripció llarga:
Tub endobronquial doble llum esquerra,p/traqueo,7,5mm,2 balons,DI 4,78mm ,DE 13,9mm,L eix 180mm,L intratraq 75mm,placa fixació i band a p/coll,2 cat aspir,2 con ang,con Y,linia radioopaca,marques penetració,vàlv xeringa L i L-L.PVC,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3260 MATERIAL: 30034040

Descripció llarga:
Tub endobronquial doble llum esquerra,p/traqueo,8,5mm,2 balons,DI 4,78mm ,DE 13,9mm,L eix 190mm,L intratraq 85mm,placa fixació i band a p/coll,2 cat aspir,2 con ang,con Y,linia radioopaca,marques penetració,vàlv xeringa L i L-L.PVC,no làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3270 MATERIAL: 30034681

Descripció llarga:
Videoscopi flexible intubació/broncoscòpia,led,canal treball DI2,2mm/DE5 ,0mm, mànec ergonòmic, sistema fixació TET, palanca punta di stal 180°amunt i 180°cap al darrera, tecnologia càmera, camp visió 85°, lon treball 600mm,compatible aView o eq. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3280 MATERIAL: 30038754

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N08: D.I. 8,0mm, D.E. 10,9mm, long 325 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 42 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3290 MATERIAL: 30038755

Descripció llarga:

TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N8,5: D.I. 8,5mm, D.E. 11,5mm, long 325 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb b orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3300 MATERIAL: 30038756

Descripció llarga:

TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N6,5: D.I. 6,5mm, D.E. 8,9mm, long 300 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3310 MATERIAL: 30038757

Descripció llarga:

TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N07: D.I. 7,0mm, D.E. 9,5mm, long 310 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3320 MATERIAL: 30038758

Descripció llarga:

TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N7,5: D.I. 7,5mm, D.E. 10,2mm, long 320 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb b orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3330 MATERIAL: 30038842

Descripció llarga:

Cànula traqueo ped, silicona, reforçada, radioopaca, baló, punta atraumàtica, mida: N04 D.I.4mm, D.E.6 (+/-0,2)mm, L41 (+/-1)mm, obt urador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció en "v" anatómica, cinta fixació. Lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3340 MATERIAL: 30039192

Descripció llarga:

Càn traqueo PVC termosens, llum asp subglòtica,radioop,b/baixa pres vàlv antiret, D.I.8,0mm, D.E.11,9(+/-0,2)mm,L75(+/-1)mm, conn 15 mm fix, 2 cànul int,obturador+orifici guia,ales suaus,raspall,cinta enconxada.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3350 MATERIAL: 30039738

Descripció llarga:

Pala video-laringoscopi per a pacient des de 10 kg fins a adult. Mides: longitud fins a part distal 74 (+/-2)mm, alçada càmera 11 mm , ample càmera 20 mm, ample de la pala 11 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3360 MATERIAL: 30039739

Descripció llarga:

Pala video-laringoscopi pacient adult fins a obesitat mòrbida. Mides: longitud fins a part distal 91 (+/-2)mm, alçada càmera 11,3 mm , ample càmera 25 mm, ample de la pala 12 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 43 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3370 MATERIAL: 30040034

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transp, ventil prolongada, baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic, extrem distal obert polit,s uau,orifici lateral,linia radioopaca,marques profund.DI6,0,DE9mm,Øbaló repòs 23(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3380 MATERIAL: 30040035

Descripció llarga:
TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,linia radioopaca,marques profund.DI7,0,DE10,4mm,Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3390 MATERIAL: 30040085

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia silicona a/baló baixa pressió per a venti intermitent, sense plecs baló desinflat omplir H2O dest. Obturador a/ fixació tipus clip+lumen intern p/guia, s/cànula interna. N07: D.I.7,0mm, D.E.10mm, long 80(+/-2)mm. S/làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3400 MATERIAL: 30040086

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia silicona a/baló baixa pressió per a venti intermitent, sense plecs baló desinflat omplir H2O dest. Obturador a/ fixació tipus clip+lumen intern p/guia, s/cànula interna. N7.5: D.I.7,5mm, D.E.10,4mm,long 80(+/-2)mm.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3410 MATERIAL: 30040088

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia silicona a/baló baixa pressió per a venti intermitent, sense plecs baló desinflat omplir H2O dest. Obturador a/ fixació tipus clip+lumen intern p/guia, s/cànula interna. N8.5: D.I.8,5mm, D.E.11,8mm,long 88(+/-2)mm.S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3420 MATERIAL: 30040104

Descripció llarga:
Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 7.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb Cànula de traqueostomia de silicona amb baló de baixa pressió per a ventilació intermitent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3430 MATERIAL: 30040105

Descripció llarga:
Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 7.5 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb Cànula de traqueostomia de silicona amb baló de baixa pressió per a ventilació intermitent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3440 MATERIAL: 30040106

Descripció llarga:
Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 8.5 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb Cànula de traqueostomia de silicona amb baló de baixa pressió per a ventilació intermitent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 44 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3450 MATERIAL: 30040107

Descripció llarga:
Cànula interna per a pacient adult, de politetrafluoroetilè (PTFE). Mida 9.0 mm. Lliure de làtex, estèril. Compatible amb Cànula de traqueostomia de silicona amb baló de baixa pressió per a ventilació intermitent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3460 MATERIAL: 30040139

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N04: D.I. 4,0mm, D.E. 6,1mm, long 250 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3470 MATERIAL: 30040140

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N4.5: D.I. 4,5mm, D.E. 6,5mm, long 260 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3480 MATERIAL: 30040141

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N05: D.I. 5,0mm, D.E. 7,2mm, long 270 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3490 MATERIAL: 30040142

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N5.5: D.I. 5,5mm, D.E. 8,1mm, long 280 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3500 MATERIAL: 30040143

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N06: D.I. 6,0mm, D.E. 8,6mm, long 290 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3510 MATERIAL: 30040646

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N03: D.I. 3mm, D.E. 5,1mm, long 230 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb or ifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador d'alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3520 MATERIAL: 30040647

Descripció llarga:
TET oro-nasal amb fiador, PVC, baló. N3.5: D.I. 3,5mm, D.E. 5,4mm, long 240 (+/-5)mm, reforçat amb espiral metàl·lica radioopaca amb orifici terminal, escala impresa amb marques penetració. Fiador alumini amb revestiment de PVC. Lliure làtex, estèril,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 45 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3530 MATERIAL: 30040811

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 1, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3540 MATERIAL: 30040812

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 1.5, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg egada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3550 MATERIAL: 30040813

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 2, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3560 MATERIAL: 30040814

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 2.5, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg egada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3570 MATERIAL: 30040815

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 3, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3580 MATERIAL: 30040816

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 4, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3590 MATERIAL: 30040817

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 5, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3600 MATERIAL: 30040818

Descripció llarga:

Mascareta laringia p/ventilació N 6, corbada, baló pneumotaponament i tub d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimosseg ada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard, marques per a ús amb FBO. PVC transparent, s/làtex/DEHP, estèril, lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 46 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3610 MATERIAL: 30040963

Descripció llarga:
Videoscopi flexible intubació/broncoscòpia,led,canal treball DI2,8mm/DE5 ,8mm, mànec ergonòmic, sistema fixació TET, palanca punta di stal 180°amunt i 160°cap al darrera, tecnologia càmera, camp visió 85°, long treball 600mm,compatible aView o eq. Est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3620 MATERIAL: 30041328

Descripció llarga:
Pala per a video-laringoscop tipus Macintosh, de polímer anti-baf, núm. 3, mida: 124 x 26 (+/-1)mm, compatible amb McGrath MAC o equ ivalent. Lliure de làtex. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3630 MATERIAL: 30041329

Descripció llarga:
Pala per a video-laringoscop tipus Macintosh, de polímer anti-baf, núm. 4, mida: 127 x 30 (+/-1)mm, compatible amb McGrath MAC o equ ivalent. Lliure de làtex. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3640 MATERIAL: 30041654

Descripció llarga:
Pala de laringoscopi tipus Miller amb il·luminació de llum freda (FO), punta arrodonida, d'acer inoxidable. Mida núm. 00. Compatible amb mànecs laringoscopi segons norma ISO 7376 Sistema verd. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3650 MATERIAL: 30042011

Descripció llarga:
Pala video-laringoscopi pacient pediàtric d'1,8 a 10 Kg. Mides: longitud fins a part distal 28 mm, alçada càmera 11 mm, ample càmera 16 mm, ample de la pala 9 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3660 MATERIAL: 30042012

Descripció llarga:
Pala video-laringoscopi pacient pediàtric d'1,5 a 3,8 Kg. Mides: longitud fins a part distal 15 (+/-1)mm, alçada càmera 10 mm, ample càmera a 15 mm, ample de la pala 9 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3670 MATERIAL: 30042044

Descripció llarga:
Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 10,5mm, diàmetre exterior 13,5mm, llargària 55mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3680 MATERIAL: 30042045

Descripció llarga:
Cànula laringectomia estàndard per a ús sense pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica amb suport tubular ; diàmetre interior 12,0mm, diàmetre exterior 15,0mm, llargària 55mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 47 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3690 MATERIAL: 30042046

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 10,5mm, diàmetre exterior 13,5mm, llargària 55mm. Lliure làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3700 MATERIAL: 30042047

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 12,0mm, diàmetre exterior 15,0mm, llargària 55mm. Lliure làtex, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3710 MATERIAL: 30042606

Descripció llarga:

Guia/fiador preformat per a intubació endotraqueal amb tubs pediàtrics de 3.0mm i 4.0mm de diàmetre, longitud 249(+/-1)mm, marques d e profunditat, d'un sol ús, compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3720 MATERIAL: 30042607

Descripció llarga:

Pala per a video-laringoscop tipus Macintosh, de polímer anti-baf, núm. 3, més angulada, mida: 104 x 27 (+/-1)mm, compatible amb McG rath MAC o equivalent. Lliure de làtex. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3730 MATERIAL: 30042892

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata llarg especial, N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E.11mm, long 103mm, Ø llum 10mm. Plata 930 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3740 MATERIAL: 30043074

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 11mm, long 101mm, llarg especial, Ø llum 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 101mm, Ø llum 9mm. Plata 930 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3750 MATERIAL: 30047345

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia silicona a/baló baixa pressió per a venti intermitent, sense plecs baló desinflat omplir H2O dest. Obturador a/ fixació tipus clip+lumen intern p/guia, s/cànula interna. N09: D.I.9mm, D.E.12,3mm, long 98(+/-2)mm.Est, s/làtex, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3760 MATERIAL: 30047412

Descripció llarga:

HME activitat física, tipus casset, adaptable cànules laringectomia silicona, màx 24h ús, vàlvula tapa/ressort millora la parla i la higiene i obertures laterals p/tancament hermètic estoma. S/làtex,lús.Compatible Provox Lary tubes/Lary Button o eq

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 48 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3770 MATERIAL: 30051112

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N 03, corbada, amb baló pneumotaponament i doble d'accés gàstric, connexió ISO mascle 15 mm, blo c antimossegada, possibilitat d'intubació amb TET estàndard. Silicona, lliure làtex/ftalats, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3780 MATERIAL: 30051709

Descripció llarga:

Cànula traqueotomia pediàtrica amb baló, de silicona flexible, anellat, radioopac, punta atraumàtica, aletes de subjecció en V flexi ble i anatómica, N5.5, D.I. 5,5mm, D.E. 8mm, L 52 (+/-1)mm, obturador, cinta. RMN. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3790 MATERIAL: 30051770

Descripció llarga:

Reservori tipus cànister per a aspiració de mostres de 30 (+/-5)mL, circuit tancat, estèril, d'un sol ús. Compatible amb aScope 4 Br oncho o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3800 MATERIAL: 30051895

Descripció llarga:

Laringoscopi òptic amb visió directa, per a intubacions difícils per a pala tipus Mackinson. Sistema òptic d'alta definició i conduc te-guia p/TET Ø 6-7,5, llum freda, Ø guia 16mm, de plàstic. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible consola Airtraq sp o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3810 MATERIAL: 30051902

Descripció llarga:

Tub endobronquial 2llum, Fr 37, DI4,2mm, DE11,5mm, long 330(+/-10)mm, bronqui esq, PVC, línia radioopaca,marques de penetració, cana l neteja càmera, conn càmera, pneumo traqueal i bronquial distal, càmera, font llum.S/làtex,est,lús. Compatible aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3820 MATERIAL: 30051903

Descripció llarga:

Tub endobronquial 2llum, Fr 39, DI4,8mm, DE11,5mm, long 330(+/-10)mm, bronqui esq, PVC, línia radioopaca,marques de penetració, cana l neteja càmera, conn càmera, pneumo traqueal i bronquial distal, càmera, font llum.S/làtex,est,lús. Compatible aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3830 MATERIAL: 30052453

Descripció llarga:

Rinolaringoscopi flexible,llum LED,canal treball Ø int mig 2,2mm,mànec ergonòmic,palanca inflexió punta distal 130° cap amunt/130° c ap al darrera,camp visió 85°,longitud treball 350mm,botó/connexió aspiració. Compat monitor aView o eq.Est,ús únic pacient

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3840 MATERIAL: 30052655

Descripció llarga:

Tub endotraqueal elastomèric de silicona, amb baló, mida N06. D.I 6,0 mm. Incorpora 2 pars d'elèctrodes per a la monitorització elec tromiogràfica (EMG) de la musculatura laringia. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 49 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3850 MATERIAL: 30052656

Descripció llarga:
Tub endotraqueal elastomèric de silicona, amb baló, mida N07. D.I 7,0 mm. Incorpora 2 pars d'elèctrodes per a la monitorització elec tromiogràfica (EMG) de la musculatura laringia. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3860 MATERIAL: 30052657

Descripció llarga:
Tub endotraqueal elastomèric de silicona, amb baló, mida N08. D.I 8,0 mm. Incorpora 2 pars d'elèctrodes per a la monitorització elec tromiogràfica (EMG) de la musculatura laringia. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3870 MATERIAL: 30052695

Descripció llarga:
Cànula traqueostomia neonat silicona reforçada, baló baixa pressió compliment a/aigua estèril, connector fix cànula, aleta en "v" sua us, obturador punta roma, cinta subjecció. D.I.4,0mm,D.E.6,0mm,long 36(+/-1)mm. S/làtex,estèril,lús.Compatible amb RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3880 MATERIAL: 30052721

Descripció llarga:
Tub endotraqueal nasal preformat amb baló de pneumotaponament, PVC suau, línia radioopaca, marques de penetració i a nivell cordes v ocals, extrem proximal amb connexió 15 mm, mida: N7.5: D.I. 7,5 mm; D.E. 10,8 mm; longitud 295 (+/-3)mm. Est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3890 MATERIAL: 30052750

Descripció llarga:
Funda per a pala de video-laringoscop tipus DÖRGES per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalen t. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3900 MATERIAL: 30053376

Descripció llarga:
Tub endobronquial 21lum, Fr 35, DI4mm, DE10,5mm, long 330(+/-10)mm, bronqui esq, PVC, línia radioopaca,marques de penetració, canal neteja càmera, conn càmera, pneumo traqueal i bronquial distal, càmera, font llum.S/làtex,est,lús. Compatible aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3910 MATERIAL: 30053377

Descripció llarga:
Tub endobronquial 21lum, Fr 41, DI5mm, DE12mm, long 330(+/-10)mm, bronqui esq, PVC, línia radioopaca,marques de penetració, canal ne teja càmera, conn càmera, pneumo traqueal i bronquial distal, càmera, font llum.S/làtex ,est,lús. Compatible aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3920 MATERIAL: 30053414

Descripció llarga:
Tap de 15 mm per a connector de cànula interna de traqueostomia. Estèril. D'un sol ús.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 50 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3930 MATERIAL: 30053903

Descripció llarga:

Funda per a pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 3 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3940 MATERIAL: 30053904

Descripció llarga:

Funda per a pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 4 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3950 MATERIAL: 30053939

Descripció llarga:

Cànula laringectomia per a protecció de l'estoma. Silicona tova i flexible, forma anatòmica cònica. Per us sense pròtesis de veu o p ac amb necessitats de fenestració personalitzada. No estèril. Un sol pac. DI 9 ,5mm,DE12mm, llargaria 55mm

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3960 MATERIAL: 30053942

Descripció llarga:

Cànula laringectomia fenestrada per a ús en combinació amb una pròtesi de veu, de silicona tova i flexible forma anatòmica, cònica a mb suport tubular; diàmetre interior 9,5mm, diàmetre exterior 12,0mm, llargària 55mm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3970 MATERIAL: 30054030

Descripció llarga:

Cànula traqueo PVC termos radioop, fenestrada, baló gran volum/baixa pres ,N10D.I.8,9mm,D.E.13,8(+/-0,2)mm,L81(+/-2)mm.1cànula int tran sp reutilitz i ifenest conn 15mm.Tap decanulació.Sist bloqueig gir.Placa flexib/pivotant, obturad,cinta.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3980 MATERIAL: 30054033

Descripció llarga:

Cànula interna traqueostomia de plàstic, mida: N 04. Connexió de seguretat de bloqueig giratori de 15mm. Estèril, lliure de làtex, 1 liure de ftalats, d'un sol ús. Compatible amb cànula tipus LPC, FEN, CFS, CFN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 3990 MATERIAL: 30054381

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N03, corbada, baló pneumotaponamentamb control de pressió continu, canal gàstric compatible amb endoscopi ,connexió ISO mascle 15mm, bloc antimossegada, possibilitat intubació amb TET estàndard.Silicona, est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4000 MATERIAL: 30054382

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N04, corbada, baló pneumotaponamentamb control de pressió continu, canal gàstric compatible amb endoscopi ,connexió ISO mascle 15mm,bloc antimossegada,possibilitat intubació amb TET estàndard.Silicona,est,s/làt,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 51 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4010 MATERIAL: 30054383

Descripció llarga:

Mascareta laringia per a ventilació N05, corbada, baló pneumotaponament amb control de pressió continu, canal gàstric compatible amb endoscopi, connexió ISO mascle 15mm, bloc antimossegada, possibilitat intubació amb TET estàndard. Silicona, est, s/làt, iús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4020 MATERIAL: 30054385

Descripció llarga:

Vàlvula fonatòria per a pacient traqueostomitzat amb VM sense presa d'oxigen amb membrana unidireccional inspiratòria. Vàlvula PVC, amb connector estàndard de 15mm compatible amb la majoria de cànules de traqueostomia. Lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4030 MATERIAL: 30054386

Descripció llarga:

Vàlvula fonatòria per a pacient traqueostomitzat amb membrana unidireccional inspiratòria. Vàlvula de clorur de polivinil (PVC), amb connector estàndard de 15mm compatible amb la majoria de cànules de traqueostomia. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4040 MATERIAL: 30054387

Descripció llarga:

Adaptador per a oxigenteràpia en vàlvules fonatòries de pacient traqueostomitzat. Transparent. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb vàlvules tipus Passy Muir 2000/2001 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4050 MATERIAL: 30054388

Descripció llarga:

Cinta de subjecció per a vàlvula fonatòria. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb vàlvules tipus Passy Muir o equiva lent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4060 MATERIAL: 30054426

Descripció llarga:

Filtre HMEF (intercanviador de calor i humitat i filtre electrostàtic), adaptable a cànules de laringectomia. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb Provox Lary tubes i Lary Button o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4070 MATERIAL: 30054427

Descripció llarga:

Raspall de neteja per a pròtesi de veu de 4 a 10mm tipus Provox i Larytube fenestrada o equivalent. Lliure de làtex, d'ús en un sol pacient.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4080 MATERIAL: 30054430

Descripció llarga:

Placa base adhesiva, transparent, ovalada, per a protecció d'estoma i suport de filtres tipus HME. Connexió femella 2,24cm, diàmetre 10 x 8,75cm, gruix 5mm. Compatible amb cassets HME i cànules Provox o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 52 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4090 MATERIAL: 30054431

Descripció llarga:

Funda per a pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 1 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o eq uivalent.
Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4100 MATERIAL: 30054432

Descripció llarga:

Funda per a pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 0 per a intubació difícil. Compatible amb monitor C-MAC i imager C-MAC o eq uivalent.
Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4110 MATERIAL: 30054511

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia neonat silicona reforçada, baló baixa pressió compliment a/aigua estèril, connector fix cànula, aleta en "V" sua us,
obturador punta roma, cinta subjecció. D.I.3,5mm,D.E.5,3mm,long 34(+/-1)mm. S/làtex,estèril,lús.Compatible amb RMN

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4120 MATERIAL: 30058829

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia pediàtrica, silicona, reforçada, radioopaca, sensebaló, punta atraumàtica, mida: N3.5 D.I. 3,5mm, D.E. 5,3(+/-0 ,2)mm,
L 40(+/-1)mm obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció "V" anatòmica de 60(+/-2)mm amplada.S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4130 MATERIAL: 30058871

Descripció llarga:

Broncoscopi tancat p/mostres rentat LB i/o LBA,llum LED,canal Øtreball 2 ,0mm,Øextern 5,4mm,màneg ergonòmic, palanca inflexió punta d istal 180°
amunt/180° a baix,camp visió 85°,long treball 600mm,contenedor mostra.Est,s/làtex,lús.Compat monitor aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4140 MATERIAL: 30058872

Descripció llarga:

Broncoscopi tancat p/mostres rentat LB i/o LBA,llum LED,canal Øtreball 2 ,6mm,Øextern 6,3mm,màneg ergonòmic, palanca inflexió punta d istal 180°
amunt/160° a baix,camp visió 85°,long treball 600mm,contenedor mostra.Est,s/làtex,lús.Compat monitor aView o eq

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4150 MATERIAL: 30058880

Descripció llarga:

Tub endotraqueal oral PVC recobert acer inox resistent cirurgia amb làser, flexible, baló doble diàmetre extragran amb linies d'infl at independents
punta atraumàtica orifici lateral. N5.5: D.I. 5,5mm, D.E. 7,9mm,longitud 349(+/-5)mm.Lliure làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4160 MATERIAL: 30058920

Descripció llarga:

Rinolaringoscopi flexible, canal treball diàmetre 2,0mm, diàmetre extern distal 5,4mm, màneg ergonòmic, palanca d'inflexió punta dis tal 130° cap
amunt i 130° cap a baix, camp visió 85°, long treball 350mm. Est,s/làt ,lús.Compatible monitor aView o eq

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 53 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4170 MATERIAL: 30058921

Descripció llarga:

Pala video-laringoscopi tipus Miller per a nadó prematur. Mides: longitud fins a part distal 55,5 mm, alçada càmera 12,2 mm, ample c àmera a 15,3 mm, ample de la pala 12,5 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4180 MATERIAL: 30058922

Descripció llarga:

Pala video-laringoscopi tipus Miller per a nadó prematur. Mides: longitud fins a part distal 81,5 mm, alçada càmera 12,2 mm, ample c àmera a 15,3 mm, ample de la pala 12,1 mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb GlideScope o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4190 MATERIAL: 30059974

Descripció llarga:

Cànula de traqueostomia pediàtrica, silicona, reforçada i radioopaca, amb baló, punta atraumàtica, mida: N3.5 D.I.3,5mm, D.E.5,3(+/- 0,2)mm, L40(+/-1)mm, obturador, adaptador 15mm integrat, placa subjecció en "V" anatòmica i cinta fixació. S/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4200 MATERIAL: 30060659

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 3 amb il·luminació LED, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd ISO 7376. Lliure de là tex, lliure de ftalats, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4210 MATERIAL: 30060660

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 4 amb il·luminació LED, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd ISO 7376. Lliure de l àtex, lliure de ftalats, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4220 MATERIAL: 30060722

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia PVC termosensible siliconat,llum addicional aspiració subglòtica, radioopac, baló baixa pressió, baló pilot amb vàlvula antiretorn. N09 D.I. 9,0mm, D.E. 13,3 (+/-0,2)mm, long 81(+/-2)mm, connector 15mm fix a cànula.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4230 MATERIAL: 30060723

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia PVC termosensible siliconat,llum addicional aspiració subglòtica, radioopac, baló baixa pressió, baló pilot amb vàlvula antiretorn. N07 D.I. 7,0mm, D.E. 10,5 (+/-0,2)mm, long 70(+/-2)mm, connector 15mm fix a cànula.S/làt/DEHP,est,lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4240 MATERIAL: 30061023

Descripció llarga:

Cànula pediàtrica traqueo PVC flexible,radioopaca,baló baixa pressió forma cònica,punta atraumàtica,conn 15mm integrat,N3.5: DI3,5mm ,DE5 ,4(+/-1)mm,L40(+/-1)mm,placa subj transparent/flexible/anatòmica,obturador punta roma,cinta.Estèril,lliú làt/DEHP/,lús

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 22.06.2023
HORA: 09:55:25
PÀGINA: 54 / 54

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4250 MATERIAL: 30061607

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, aspiració subglòtica, radioopac , baló+baló pilot a/vàlvula antiretorn, placa pivotant tranp flexib le, N6.5
D.I. 6, 5mm, long 62 (+/-2)mm, conn 15mm, cànula intern transp reutilitzable, obturador, cinta subjecc.S/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4260 MATERIAL: 30061608

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, aspiració subglòtica, radioopac , baló+baló pilot a/vàlvula antiretorn, placa pivotant tranp flexib le, N7.0
D.I. 7, 0mm, long 68 (+/-2)mm, conn 15mm, cànula intern transp reutilitzable, obturador, cinta subjecc.S/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4270 MATERIAL: 30061609

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, aspiració subglòtica, radioopac , baló+baló pilot a/vàlvula antiretorn, placa pivotant tranp flexib le, N7.5
D.I. 7, 5mm, long 74 (+/-2)mm, conn 15mm, cànula intern transp reutilitzable, obturador, cinta subjecc.S/làt/DEHP, est, lús

SOL.COMANDA: 1101353124 POSICIÓ: 4280 MATERIAL: 30061610

Descripció llarga:

Cànula traqueo plàstic termosensible, aspiració subglòtica, radioopac , baló+baló pilot a/vàlvula antiretorn, placa pivotant tranp flexib le, N8.0
D.I. 8, 0mm, long 77 (+/-2)mm, conn 15mm, cànula intern transp reutilitzable, obturador, cinta subjecc.S/làt/DEHP, est, lús

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
-----------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE
Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador
Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant ☐ (SI / NO) Distribuidor ☐ (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte
Imatge de la referència**Dades d'acreditacions**

Marcat CE/Tipus de classe Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris ☐ (SI/NO)

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació**

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador**Identificació de l'empresa**

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuidor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *
Material de fabricació *
Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

NIF

Nom	
-----	--

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	

DESGLOSSAMENT - 1

LOTS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55 i 56.

[illegible]

Identificació de l'empresa

DESGLOSSAMENT - 2

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-