

Amb caràcter previ a la resolució d'adjudicació, publiquem la classificació de les proposicions presentades a la licitació. Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el resultat de les valoracions haureu de fer la consulta a través de l'apartat de “enviar pregunta” de l'espai virtual de la licitació, en el termini de **5 dies hàbils** des de la publicació.

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 1							Página 1					Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitor	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	1	30000089	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502035-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	201	2,180000	7,000000				Desestimada: Presenta sense introductor.	NO	S	0	3	0	0	0,00	0,00
NO	1	30000089	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW22092-19	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	201	2,180000	1,990000					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00
NO	1	30000089	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 22G (0,7mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW22090W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	201	2,180000	2,880000					SI	N	0	8	10	10	55,28	65,28
NO	1	30003189	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502116-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	400	3,000000	5,850000					SI	S	10	3	4	14	40,62	54,62
NO	1	30003189	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW25110-21	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	400	3,000000	2,480000	SW25110-21	30003189-30008742	CAP	Desestimada: Presenta de 110 mm. No especifica amb introductor de 30 mm.	NO	S	0	3	0	0	0,00	0,00
NO	1	30003189	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 105mm+/-2mm, amb introductor de 30mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW25103W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	400	3,000000	2,970000					SI	N	0	8	10	10	80,00	90,00
NO	1	30003781	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 120mm+/-2mm, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	SW24120W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	331	3,490000	2,970000					SI	N	0	8	10	10	80,00	90,00
NO	1	30004697	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 24G (0,55mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW24090W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	150	2,180000	2,880000					SI	N	0	8	10	10	80,00	90,00
NO	1	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502051-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1786	2,250000	5,450000					SI	S	10	3	4	14	16,83	30,83
NO	1	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW27092-21	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1786	2,250000	2,220000					SI	S	10	3	4	14	41,33	55,33
NO	1	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW27090W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	1786	2,250000	2,690000					SI	N	0	8	10	10	34,10	44,10
NO	1	30004698	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	TSPPK2790	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	1786	2,250000	1,146776					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00
NO	1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502043-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	11007	4,890000	4,890000					SI	S	10	3	4	14	18,76	32,76
NO	1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	181052	A28536480	VYGON,S.A.U.	11007	4,890000	4,600000					SI	S	10	2	3	13	19,94	32,94
NO	1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW25092-21	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	11007	4,890000	2,480000					SI	S	10	3	4	14	36,99	50,99
NO	1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	SW25090W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	11007	4,890000	2,880000					SI	N	0	8	10	10	31,85	41,85
NO	1	30004699	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G(0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	TSPPK2590	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	11007	4,890000	1,146776					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00
NO	1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	4502120-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	912	4,750000	4,750000				Desestimada: Presenta sense introductor.	NO	S	0	3	0	0	0,00	0,00

Fase 01										Página 2				10				10			
Fase 01		B/V		CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 1										Criteris Objectius				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	18125	A28536480	VYGON,S.A.U.	912	4,750000	4,700000					SI	S	10	2	3	13	39,48	52,48
NO	1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	SW25110-21	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	912	4,750000	2,480000	SW25110-21	30003189-30008742	CAP	Desestimada: Presenta de 110 mm. Presenta amb introductor de 25 G	NO	S	0	3	0	0	0,00	0,00
NO	1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	SW25120W	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	912	4,750000	2,970000					SI	N	0	8	10	10	62,47	72,47
NO	1	30008742	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Whitacre de 25G (0,50mm) x 120mm+/-2mm, acer inox, introductor de 20G (0,9mm) x 38mm+/-1mm, mandrí obturador, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, 1ús	TSPPK25120	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	912	4,750000	2,319339					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00
NO	1	30059865	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis i reduïda de 22G / 27G (0,7mm/0,4mm) x 103mm+/-3mm, introductor de 38mm+/-1mm, d'acer inoxidable, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	MDIV22/27103	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	200	9,260000	9,070000					SI	N	0	8	10	10	80,00	90,00

Fase 01												B/V				CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 2												Página 3				10				10				80,00		
lot obli gatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ																								
NO	2	30000091	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte de 24G (0,55mm) x 103mm+/-3mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502116-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	881	3,750000	5,850000	Desestimada: Presenta de 25 G.	NO	S	0	5	0	0	0,00	0,00																								
NO	2	30000091	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte de 24G (0,55mm) x 103mm+/-3mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	255180	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	881	3,750000	3,600000		SI	S	10	4	8	18	80,00	98,00																								
NO	2	30003190	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	4502159-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	27	8,000000	8,000000		SI	S	10	5	10	20	80,00	100,00																								
NO	2	30003190	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	255065	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	27	8,000000	6,600000	Desestimada: Presenta de 25G*70mm. I amb introductor.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00																								
NO	2	30003783	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 27G (0,4) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	4502175-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	19	8,000000	8,000000		SI	S	10	5	10	20	80,00	100,00																								
NO	2	30003783	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 27G (0,4) x 50mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	254750	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	19	8,000000	6,600000	Desestimada: Presenta de 27G*35 mm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00																								
NO	2	30012500	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 25mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	4502167-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	19	8,000000	8,000000		SI	S	10	5	10	20	80,00	100,00																								
NO	2	30012500	Agulla espinal per a bloqueig intradural en pediatria,sense introductor,punta de llapis de 25G (0,5) x 25mm+/-1mm,d'acer inoxidable,capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat,s/làtex,estèril,un sol ús	255003	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	19	8,000000	6,600000	Desestimada: Presenta 24G*25 mm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00																								
NO	2	30013993	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 35mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	254632	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	31	4,450000	4,300000		SI	S	10	4	8	18	80,00	98,00																								
NO	2	30017869	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502043-13S	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	2900	4,000000	4,890000		SI	S	10	5	10	20	62,17	82,17																								
NO	2	30017869	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm,d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	254645	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	2900	4,000000	3,800000		SI	S	10	4	8	18	80,00	98,00																								
NO	2	30052342	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4502051-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	150	3,750000	5,450000		SI	S	10	5	10	20	53,58	73,58																								
NO	2	30052342	Agulla espinal amb introductor, punta de llapis tipus Sprotte i obertura lateral de 27G (0,40mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte augment, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	254608	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	150	3,750000	3,650000		SI	S	10	4	8	18	80,00	98,00																								

Fase 01											15	10	10	10					
B/V		CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 3.									Criteris submesos a judici de valor				45		55,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitor	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	Agulla de punció torsionable mantenint el fluxe.	Puntuació Visualització del fluxe de LCR	Puntuació ajustament agulla amb bisell	Puntuació Grau poliment	Criterios subjetivos	%Criterios subjetivos	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	3	30000076	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 18G (1,25mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4501390-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	407	0,460000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000077	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 19G (1,10mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4501195-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	1281	0,460000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000079	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, sense introductor, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4509900-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	8807	0,460000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	23,87	63,87
NO	3	30000079	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G (0,90mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, sense introductor, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	TSPQ2090	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	8807	0,460000	0,459993	SI	15	10	10	10	45	100,00%	45	55,00	100,00
NO	3	30000080	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 20G(0,90mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb efecte d'augment,mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4509757-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	151	0,580000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000081	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 40mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4507401-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	3782	0,460000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000082	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 65mm+/-1mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4507754-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	1438	0,650000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000083	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4507908-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	26343	0,710000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	35,12	75,12
NO	3	30000083	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, bisell curt, capçal transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	TSPQ2290	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	26343	0,710000	0,676927	SI	15	10	10	10	45	100,00%	45	55,00	100,00
NO	3	30000084	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 22G (0,70mm) x 125mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4506090-13	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	326	2,350000	4,150000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	55,00	95,00
NO	3	30000088	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4505905-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S. A.	4603	0,460000	1,060000	SI	15	10	5	10	40	88,89%	40	23,87	63,87
NO	3	30000088	Agulla per a anestèsia espinal amb punta tipus Quincke de 25G (0,50mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic transparent amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	TSPQ2590	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	4603	0,460000	0,459993	SI	15	10	10	10	45	100,00%	45	55,00	100,00

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 4		Página 5							10				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	4	30000097	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció,aletes desconnectables, capçal de plàstic transparent,amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4512383	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	712	2,130000	4,800000	Desestimada: El ala està integrada, no aletes desconnectables.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	4	30000097	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció,aletes desconnectables, capçal de plàstic transparent,amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	ES18080BL	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	712	2,130000	2,040000	Desestimada: No especifica si té aletes desconnectables, porta xeringa, no demanem.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	4	30000097	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 80mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció,aletes desconnectables, capçal de plàstic transparent,amb mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	100/395/180	B83886176	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SL	712	2,130000	2,130000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	1	3	3	80,00	83,00
NO	4	30000100	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy (bisell direccional) de 18G (1,27mm) x 90mm+/-2mm, d'acer inoxidable, marcatge centimètric, capçal policarbonat amb aleta, codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, d'un sol ús	ES18095BL	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	3	2,205901	2,040000	Desestimada: Presenta de 95 mm i porta xeringa i no demanem.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	4	30003191	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	4502078	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	188	9,000000	9,000000		SI	S	10	4	10	20	80,00	100,00
NO	4	30003191	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	287523	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	188	9,000000	8,100000	Desestimada: Presenta marques cada 2 cm.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	4	30003193	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,30mm) x 120mm(4 3/4")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4512453	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	292	4,850000	7,850000		SI	S	10	4	10	20	49,43	69,43
NO	4	30003193	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,30mm) x 120mm(4 3/4")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d'introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	254616	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	292	4,850000	4,850000		SI	S	10	2	5	15	80,00	95,00
NO	4	30003194	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 150mm(6")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d' introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	4512200	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	33	4,950000	8,450000		SI	S	10	4	10	20	46,86	66,86
NO	4	30003194	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 150mm(6")+/-2mm, d'acer inoxidable, amb estilet metàl·lic, aletes i marques d' introducció cada 1cm, sense làtex, estèril, d'un sol ús	254565	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	33	4,950000	4,950000		SI	S	10	2	5	15	80,00	95,00
NO	4	30008970	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 20G (0,9mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	4502094	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	406	9,500000	11,350000		SI	S	10	4	10	20	80,00	100,00
NO	4	30008970	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 20G (0,9mm) x 50mm+/-1mm, d'acer inoxidable, marques d'introducció cada 0,5cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, per a pediatria, sense làtex, estèril, un ús	287525	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	406	9,500000	8,700000	Desestimada: Presenta 21 G i marques cada 2 cm.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	4	30018369	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	18418	A28536480	VYGON,S.A.U.	820	3,300000	3,290000	Desestimda: Presenta 18 G*90 mm.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	4	30018369	Agulla per a anestèsia epidural amb punta Tuohy de 18G (1,25mm) x 75mm+/-2mm, d'acer inoxidable, amb aletes, amb marques de profunditat cada cm, capçal connexió luer-lock transparent, mandrí amb codi de color normalitzat, sense làtex, estèril, un sol ús	254713	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	820	3,300000	3,200000	Desestimada: Presenta 18G*80 mm, no especifica marques .	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00

Fase 0												CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 5				Pagina 6				Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ								
NO	5	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost:agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm,agu/epidural Tuohy 18Gx80mm,catè/epidural transp(DI 0,45xDE 0,83mm,90cm+/-4cm llarg),conn/cat,xeringa baixa resistèn,filtre pla 0,2µ,disp/fixació,s/làtex,est,1ús	4556763	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	249	38,000000	38,000000	Desestimada: Presenta punta llapis de 27G*138,5 mm i agulla Tuohy de 18G*88 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0								
NO	5	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost:agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm,agu/epidural Tuohy 18Gx80mm,catè/epidural transp(DI 0,45xDE 0,83mm,90cm+/-4cm llarg),conn/cat,xeringa baixa resistèn,filtre pla 0,2µ,disp/fixació,s/làtex,est,1ús	254655	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	249	38,000000	32,000000	Desestimada: Presenta agulla Tuohy de 18G*90 mm, Sprotte de 25G,27G*155 mm i catèter 20 G*90 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0								
NO	5	30003789	Equip anestèsia combinada espinal/epidural compost:agu/espinal punta llapis 27Gx122mm+/-2mm,agu/epidural Tuohy 18Gx80mm,catè/epidural transp(DI 0,45xDE 0,83mm,90cm+/-4cm llarg),conn/cat,xeringa baixa resistèn,filtre pla 0,2µ,disp/fixació,s/làtex,est,1ús	CSE1827BL	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	249	38,000000	24,880000	Desestimada: Presenta 27 G*126 mm, no veo especificado filtre pla de 0,2µ	NO	S	0	0	0	0	0	0								

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 6												Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	6	30035278	Equip anestèsia epidural,compost:agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm,aletes codi de color;catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm,extr dist/tancat a/forats lat,flex;guia cat;filt/0,2µm;conn catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	4514017	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	13240	4,950000	10,700000	Desestimada: Presenta catèter 0,85*100 cm.	NO	S	0	2	0	0	0	0
NO	6	30035278	Equip anestèsia epidural,compost:agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm,aletes codi de color;catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm,extr dist/tancat a/forats lat,flex;guia cat;filt/0,2µm;conn catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	100/391/118CZ	B83886176	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SL	13240	4,950000	4,950000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	10	10	80	90
NO	6	30035278	Equip anestèsia epidural,compost:agulla Tuohy 18Gx80mm+/-2mm,aletes codi de color;catèter DE 0,83mm transp 95cm+/-5cm,extr dist/tancat a/forats lat,flex;guia cat;filt/0,2µm;conn catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	TEPIS18803	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	13240	4,950000	4,930000	Desestimada: Presenta de 0,85 mm.	NO	S	0	2	0	0	0	0
NO	6	30035279	Equip anestèsia epidural,pediàtric,compost:agulla Tuohy 19Gx50mm+/-2mm,aletes de color;catèter Ø23Gx65cm+/-3cm transp,extr/distal obert,flex;guia cat;filtre 0,2µm;connector catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	4512014C	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	136	25,700000	37,850000	Desestimada: Presenta de 20 G*50 cm.	NO	S	0	2	0	0	0	0
NO	6	30035279	Equip anestèsia epidural,pediàtric,compost:agulla Tuohy 19Gx50mm+/-2mm,aletes de color;catèter Ø23Gx65cm+/-3cm transp,extr/distal obert,flex;guia cat;filtre 0,2µm;connector catèter L-L;mandrí;xeringa baixa resist;disp/fix;eti q ident;s/làtex,est,1ús	100/391/019CZ	B83886176	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SL	136	25,700000	25,700000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	10	10	80	90
NO	6	30035280	Equip anestèsia epidural, pediàtric, compost: agulla epidural tipus Tuohy 18G x 50mm+/-2mm, mandrí metàl·lic amb marques profunditat, catèter 20G x 96cm+/-4cm llarg amb orifici distal,connector,xeringa luer 10ml,filtre 0,2 micres i xeringa 3ml,est,1ús	4512006C	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	60	32,500000	32,500000		SI	S	10	1	5	15	80	95

Fase 01										10		10		80,00		
B/V		CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 7								Criteris Objectius						
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	7	30001195	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø20G (0,85mm) x 100cm+/-5cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 25cm,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia introductora,conn/L-L,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,1 ús	4513150	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	25	4,700000	7,700000	S	10	1	10	20	80	100
NO	7	30001532	Catèter anestèsia epidural poliamida (PA) transparent Ø18G (1,25mm)x 91,5cm+/-4cm,línia radiopaca,marques profunditat entre 5 i 20cm,extrem distal tancat a/orificis laterals,flexible,guia inserció,conn/L-L pla,etiqueta identificativa,s/làtex,estèril,1ús	100/382/118CZ	B83886176	SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SL	30	2,750000	2,750000	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	1	10	10	80	90
NO	7	30010893	Catèter anestèsia i analgèsia epidural de poliamida (PA) transparent, Ø20G (0,90mm)x 90cm+/-4cm,radiopac amb marques de profunditat,extrem distal tancat amb orificis laterals, guia introductora,connector luer-lock,etiqueta identificativa,estèril, 1 ús	18418	A28536480	VYGON,S.A.U.	10	3,100000	3,050000	S	10	1	10	20	80	100

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	8	30000102	Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	4892134	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	60	7,800000	9,500000				Desestimada: Presenta de 23G*40 mm. Presenta bisellada 15º.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30000102	Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	519435	A28536480	VYGON,S.A.U.	60	7,800000	7,750000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00
NO	8	30000102	Agulla per a anestèsia de plexes de 23G (0,65mm)x35mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	257331	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	60	7,800000	7,800000				Desestimada: Presenta de 24 G*40 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30001757	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	4894260	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1350	6,100000	9,500000	489260	30001757-30016041	30016041	Desestimada: Presenta línia de extensió de 50 cm, demanem un tub d'injecció de 40cm+-3cm	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30001757	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	254723	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1350	6,100000	6,100000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30002060	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	4894251	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	30	6,100000	9,500000				Desestimada: Presenta línia de extensió de 50 cm, demanem un tub d'injecció de 40cm+-3cm	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30002060	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 24G (0,55mm) x 25mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	254735	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	30	6,100000	6,100000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30003785	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm) x 120mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, 1 ús	254724	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	62	7,100000	7,100000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30003786	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x150mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	4892115	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	5	7,700000	9,500000	4892115	30003786-30008243	30008243	Desestimada: Duplica referencia, s'adequa al sap 30008243, presenta de 15º.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30003786	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x150mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	519415	A28536480	VYGON,S.A.U.	5	7,700000	7,650000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8														Criteris Objectius				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	8	30004560	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connexió a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, d'un sol ús	4894502	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1763	5,200000	9,500000	4894502	30004560-30016040	30016040	Desestimada: Presenta línia de extensió de 50 cm i demanem un tub d'injecció de 40 cm+-3cm.Referència duplicada s'adequa al sap 30016040.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30004560	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connexió a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual, d'un sol ús	254721	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1763	5,200000	5,200000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30004561	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G(0,8mm)x50mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	519450	A28536480	VYGON,S.A.U.	20	7,800000	7,750000				Desestimada: Presenta de 20G*50 mm.	NO	S	0	10	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30004561	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G(0,8mm)x50mm+/-1mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	287535	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	20	7,800000	7,500000				Desestimada: Presenta de 22G*40 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30004695	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x120mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	519412	A28536480	VYGON,S.A.U.	20	7,800000	7,750000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00
NO	8	30004695	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G(0,90mm)x120mm+/-2mm,amb punta bisellada 17° acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,connector luer-lock,estèril,individual,1ús.Compatible neuroestimulador Plexygon o equ	287540	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	20	7,800000	7,700000				Desestimada: Presenta tub d'injecció de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30008243	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G (0,9mm) x 150mm+/-2mm,amb punta bisellada 15°,elèctrode a la punta de l'agulla,marques de profunditat,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,amb connexió a neuroestimulador,sense làtex,estèril,individual,un sol ús	4892115	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	75	9,000000	9,500000	4892115	30003786-30008243	30008243		SI	S	10	6	5	15,00	80,00	95,00
NO	8	30008243	Agulla per a anestèsia de plexes de 20G (0,9mm) x 150mm+/-2mm,amb punta bisellada 15°,elèctrode a la punta de l'agulla,marques de profunditat,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,amb connexió a neuroestimulador,sense làtex,estèril,individual,un sol ús	255012	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	75	9,000000	7,750000				Desestimada: Presenta de 30º i Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30009675	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 80mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual,1 ús	4892108	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	113	5,500000	9,500000				Desestimada: Presenta Línea d'infusió de 50 cm i demanem un tub d'injecció de 40 cm+-3cm.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8														Página 11				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	8	30009675	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 22G (0,7mm) x 80mm+/-1mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril, envàs individual,1 ús	254722	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	113	5,500000	5,500000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30011568	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm)x 150mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril,envàs individual,1 ús	4894278	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	40	6,800000	9,500000				Desestimada: Presenta Línea d'infusió de 50 cm i demanem un tub d'injecció de 40 cm+-3cm.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30011568	Agulla per a anestèsia de plexes unipolar de 20G (0,9mm)x 150mm+/-2mm, amb punta bisellada d'acer inox i poliment especial, tub d'injecció de llargària 40cm+/-3cm, cable connector a qualsevol neuroestimulador, estèril,envàs individual,1 ús	254725	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	40	6,800000	6,800000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30014554	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,sense estimulació de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb bisell de 20°, d'acer inoxidable, bloqueig sota ecografia per facilitar la búsqueda de nervis, estèril, d'un sol ús	AEYMV22050	A28536480	VYGON,S.A.U.	3170	7,950000	7,900000					SI	S	10	10	8	18,00	72,91	90,91
NO	8	30014554	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,sense estimulació de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb bisell de 20°, d'acer inoxidable, bloqueig sota ecografia per facilitar la búsqueda de nervis, estèril, d'un sol ús	256222	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	3170	7,950000	7,200000					SI	S	10	2	2	12,00	80,00	92,00
NO	8	30016040	Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'extensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ	4894502	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	983	6,900000	9,500000	4894502	30004560-30016040	30016040		SI	S	10	6	5	15,00	57,26	72,26
NO	8	30016040	Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'extensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ	AEQMV22050	A28536480	VYGON,S.A.U.	983	6,900000	6,800000	30016040-30061623	AEQMV22050	30016040		SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00
NO	8	30016040	Agulla per a anestèsia de plexes de 22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° d'acer inoxidable,marques profunditat,línia d'extensió de llarg 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs individual,1 ús.Compatible estimulador Stimuplex o equ	255011	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	983	6,900000	6,500000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00
NO	8	30016041	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	4894260	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	480	6,800000	9,500000	489260	30001757-30016041	30016041		SI	S	10	6	5	15,00	57,18	72,18
NO	8	30016041	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	5194103	A28536480	VYGON,S.A.U.	480	6,800000	6,790000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8														Página 12				Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ			
NO	8	30016041	Agulla per a anestèsia de plexes de 21G (0,8mm) x 100mm+/-2mm,amb punta bisellada 30°, acer inoxidable,tub d'injecció de llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador,estèril,envàs indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	255013	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	480	6,800000	6,700000				Desestimada: Presenta Longitud del cable para administración de anestésico de 60cm. Longitud del cable a la neuroestimulación de 60cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30017216	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 20°, 21G (0,80)x95mm+/-2mm marques profunditat,acer inox,connexió a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287538	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	260	12,000000	8,750000					SI	S	10	2	2	12,00	80,00	92,00			
NO	8	30028249	Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq	4892508-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	350	9,000000	10,500000					SI	S	10	6	5	15,00	67,81	82,81			
NO	8	30028249	Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq	AEQMV22080	A28536480	VYGON,S.A.U.	350	9,000000	8,900000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00			
NO	8	30028249	Agulla per a anestèsia de plexes, 22G(0,7mm)x 80mm+/-1mm,a/punta bisellada 30°,ecogènica,d'acer inoxidable,marques reflectores 360° a/patró de seguretat,tub d'injecció llarg 50cm+/-4cm,conn/a neuroestimulador,estèril,1ús.Comp/estimulador Stimuplex o eq	254531	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	350	9,000000	8,750000				Desestimada: Presenta Allargadera 60 cm . Cable conexió 60 cm	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031127	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx120mm+/-2mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	6194123	A28536480	VYGON,S.A.U.	2280	7,600000	7,550000				Desestimada: Presenta de 20G*120 mm.	NO	S	0	10	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031127	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx120mm+/-2mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	254532	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	2280	7,600000	7,600000				Desestimada: Presenta de 20 G*120 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031128	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	4892204	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	857	8,050000	9,500000				Desestimada: Presenta de 22 G*40 mm.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031128	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	6194353	A28536480	VYGON,S.A.U.	857	8,050000	8,000000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00			
NO	8	30031128	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 23Gx35mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	287666	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	857	8,050000	7,900000				Desestimada: Presenta 22G*40 mm i cable de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031129	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica,de 22Gx50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	4892505-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	9083	7,900000	10,500000	4892505-01	30031129-30061616-30061623	30061616	Desistiment: Descripció incorrecta. La necessitat del bisel es de 20º.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30031129	Agulla per a anestèsia de plexes, ecogènica,de 22Gx50mm+/-1mm,a/punta bisellada 30° acer inox,capa (poliamida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/-4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	254533	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	9083	7,900000	7,900000				Desistiment: Descripció incorrecta. La necessitat del bisel es de 20º.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30032534	Agulla híbrida per anestèsia de plexes/bloqueig nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica ecografia p/ultrasó punta bisellada 20°, 22G (0,70mm) x 55mm+/-1mm, marques profunditat, acer inox, connexió neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287536	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	158	12,000000	8,750000				Desestimada: Presenta de 22 * 50 mm, alargadera de 60 cm i cable de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30041961	Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador,22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30º d'acer inoxidable, marques reflectores en 360º amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús	4892605-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	470	9,500000	9,500000					SI	S	10	6	5	15,00	80,00	95,00			

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8															10				10			
Página 13															Criteris Objectius				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
NO	8	30041961	Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador,22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30º d'acer inoxidable, marques reflectores en 360º amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús	AEQMNV22050	A28536480	VYGON,S.A.U.	470	9,500000	9,840000	AEQMNV22050	30041961-30061616	30041961		SI	S	10	10	8	18,00	77,24	95,24	
NO	8	30041961	Agulla per a anestèsia de plexes sense neuroestimulador,22G (0,7mm) x 50mm+/-1mm, amb punta bisellada 30º d'acer inoxidable, marques reflectores en 360º amb patró de seguretat, línia d'extensió de llarg 50cm +/-4cm, estèril, envàs individual, 1 ús	255619	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	470	9,500000	9,000000				Desestimada: Presenta Tub d' injecció amb connexió luer lock 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30051650	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx85mm+/-2mm,a/punta bisellada 20º acer inox,capa(poliàmida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	6194853	A28536480	VYGON,S.A.U.	1153	7,600000	7,550000					SI	S	10	10	8	18,00	80,00	98,00	
NO	8	30051650	Agulla per a anestèsia de plexes,ecogènica,de 21Gx85mm+/-2mm,a/punta bisellada 20º acer inox,capa(poliàmida+microesferes),tub injecció llargària 50cm+/-4cm,connexió a neuroestimulador de 56cm+/4cm,estèril,indiv,1ús.Comp/neuroestimulador Plexygon o equ	257334	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1153	7,600000	7,200000				Desestimada: Presenta de 21G*80 mm, alargadera de 60 cm i cable de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061614	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 21G (0,80)x90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287669	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,950000	8,750000				Desestimada: Presenta de 21G*100 mm i alargadera i cable de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061614	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 21G (0,80)x90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21090	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	
NO	8	30061615	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287671	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,950000	8,750000				Desestimada: Presenta de 20 G * 120 mm alargo i cable de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061615	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21140	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	
NO	8	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	4892505-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1	9,950000	10,500000	4892505-01	30031129-30061616-30061623	30061616		SI	S	10	6	5	15,00	75,43	90,43	
NO	8	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	AEQMNV22050	A28536480	VYGON,S.A.U.	1	9,950000	9,400000	AEQMNV22050	30041961-30061616	30041961	Desestimada: Presenta la mateixa referència a dos codis saps, s'adequa al sap 30041961	NO	S	0	10	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	257328	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,950000	8,750000				Desestimada: Presenta Allargadera 60 cm. Cable 60 cm	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061616	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22050	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	
NO	8	30061617	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287668	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,950000	8,750000				Desestimada: Presenta de 22G*80 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00	
NO	8	30061617	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22070	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	
NO	8	30061618	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30º, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/aneuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22090	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	
NO	8	30061619	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30º, 21G (0,80)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21050TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00	

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8														Página 14				Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ			
NO	8	30061620	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21070TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00			
NO	8	30061621	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	254534	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,150000	8,750000				Desestimada: Presenta de 21G*100 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061621	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21090TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00			
NO	8	30061622	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287672	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,150000	8,750000				Desestimada: Presenta 20 G*150mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061622	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 21G (0,80)x140mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21140TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00			
NO	8	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	4892505-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	1	9,150000	10,500000	4892505-01	30031129-30061616-30061623	30061616	Desistiment: La descripció és incorrecta, amb la necessitat dels centres, demanem sense connexió a neuroestimulador.	NO	S	0	6	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	AEQMV22050	A28536480	VYGON,S.A.U.	1	9,150000	9,050000	30016040-30061623	AEQMV22050	30016040	Desistiment: La descripció és incorrecta, amb la necessitat dels centres, demanem sense connexió a neuroestimulador.	NO	S	0	10	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	287667	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,150000	8,500000				Desistiment: La descripció és incorrecta, amb la necessitat dels centres, demanem sense connexió a neuroestimulador.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061623	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22050TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000				Desistiment: La descripció és incorrecta, amb la necessitat dels centres, demanem sense connexió a neuroestimulador.	NO	S	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061624	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	257326	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,150000	8,750000				Desestimada: Presenta de 22G*80 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			
NO	8	30061624	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22070TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00			
NO	8	30061625	Agulla bioecogènica per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,p/bisellada 30°, 22G (0,70)x 90mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN22090TWO	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,150000	9,100000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00			
NO	8	30061675	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	254530	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	9,950000	8,750000				Desestimada: Presenta de 20G*40 mm.	NO	S	0	2	0	0,00	0,00	0,00			

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 8															10				10				80,00		
Página 15															Criteris Objectius										
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	8	30061675	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x50mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21050	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00				
NO	8	30061676	Agulla híbrida per a anestèsia de plexes/bloqueig de nervis perifèrics mitjançant estimulació nerviosa o tècnica d'ecografia p/ultrasó,punta bisellada 30°, 21G (0,80)x70mm+/-1mm,marques profunditat,acer inox,conn/a neuroestimulador,no làtex,estèril,1ús	BN21070	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	9,950000	9,900000					SI	S	10	13	10	20,00	80,00	100,00				

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 9												10				10				80,00		
lot obliga tori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Criteris Objectius				Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
												UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma							
NO	9	30005079	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx 50mm+/-1mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	255055	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	139	23,000000	23,000000		SI	S	10	2	7,00	17,00	80	97,00				
NO	9	30005097	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost:agulla bisellada 19Gx150mm+/-2mm llarg a/cable conn/neuroestimulador;tub injecció 40cm+/-2cm,catèter 20Gx 50cm+/-2cm a/obert/central i estilet estimulador,adap,filtre,sist/fixar cat,estèril,1ús	255057	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	45	25,000000	25,000000		SI	S	10	2	7,00	17,00	80	97,00				
NO	9	30008252	Equip bloqueig continu de plexes i control dolor,ecogènic,compost:ag/punta Tuohy 18Gx50mm+/-1mm,cable conn/neuroestimulador i tub injecció 50cm+/-2cm;catèter radiopac 20Gx40cm+/-2cm llarg a/estilet,xerin/5ml,conn/cat i filtre,est,1ús.Comp/Stimuplex o eq	4898705-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	100	30,000000	30,000000		SI	S	10	3	10,00	20,00	80	100,00				
NO	9	30008252	Equip bloqueig continu de plexes i control dolor,ecogènic,compost:ag/punta Tuohy 18Gx50mm+/-1mm,cable conn/neuroestimulador i tub injecció 50cm+/-2cm;catèter radiopac 20Gx40cm+/-2cm llarg a/estilet,xerin/5ml,conn/cat i filtre,est,1ús.Comp/Stimuplex o eq	287335	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	100	30,000000	29,000000	Desestimada: Presenta catèter de 20G*50 cm.	NO	S	0	2	0	0	0	0				
NO	9	30013528	Equip bloqueig de plexes i control del dolor, compost: agulla 18G a/bisell 30°,cànula 35mm+/-1mm llarg,catèter de 9cm+/-1cm llargària,cable elèctric p/connectar a/neuroestimulador Plexygon.Comp/guia metàl·lica premontada Multiplex i equip Multiplex o equ	4898704-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	5	40,500000	40,500000	Desestimada: Presenta allargadera de 51 cm, longitud de catèter = 400 mm.	NO	S	0	3	0	0	0	0				
NO	9	30030882	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor guiat p/neuroestimulador i/o ecografia.Compost:agulla 25Gx19cm+/-1cm bisell 15°,dins catèt radiopac 19Gx19cm+/-2cm,introd/segur,on/catè,filtre i fixció,pro/30cm+/-2cm,no làtex,est.Comp/Stimuplex o eq	4898115	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	33	26,500000	26,500000		SI	S	10	3	10,00	20,00	80	100,00				
NO	9	30030882	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor guiat p/neuroestimulador i/o ecografia.Compost:agulla 25Gx19cm+/-1cm bisell 15°,dins catèt radiopac 19Gx19cm+/-2cm,introd/segur,on/catè,filtre i fixció,pro/30cm+/-2cm,no làtex,est.Comp/Stimuplex o eq	5197353	A28536480	VYGON,S.A.U.	33	26,500000	39,950000	Desestimada: Presenta agulla de 20 G, Presenta en sobre 2 bis las PD i Annex D1 de tots el lots i només es del Lot 3.	NO	S	0	0	0	0	0	0				
NO	9	30054176	Dispositiu per a control de la pressió d'injecció en procediments de bloqueig nerviós perifèric, amb 3 rangs de colors <15psi, 15-20psi i >20psi. estèril, d'un sol ús.	4894000-01	A08092744	B.BRAUN MEDICAL,S.A.	150	6,000000	6,000000		SI	S	10	3	10,00	20,00	80	100,00				
NO	9	30054176	Dispositiu per a control de la pressió d'injecció en procediments de bloqueig nerviós perifèric, amb 3 rangs de colors <15psi, 15-20psi i >20psi. estèril, d'un sol ús.	254765	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	150	6,000000	5,000000	Desestimada: No especifica a la PD o Ft de l' ICS = Annex D1, 3 rangs de colors <15psi, 15-20psi i >20psi.	NO	S	0	2	0	0	0	0				
NO	9	30061677	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 90mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 70mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	256174-221157-30E	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	29,000000	29,000000	Desestimada: Presenta equips punta biselada de 21G*80 mm. Allargadera de 60 cm.	NO	S	0	2	0	0	0	0				
NO	9	30061677	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 90mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 70mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	CNB22090-19	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	29,000000	28,000000		SI	S	10	2	7,00	17,00	80	97,00				
NO	9	30061678	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 70mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 50mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	256175 - 231157-30E	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	1	29,000000	29,000000	Desestimada: Presenta 21G*64 mm i allargadera de 60 cm	NO	S	0	2	0	0	0	0				
NO	9	30061678	Equip bloqueig continu de plexes i control del dolor,compost: agulla bisellada 25° 22Gx 70mm+/-2mm llarg,ecogènica,catèter flexible i anellat 19Gx 50mm+/-2mm insertat a agulla,a/aletes de fixació,a/cable conn/neuroestimulador,estèril,1ús	CNB22070-19	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	1	29,000000	28,000000		SI	S	10	2	7,00	17,00	80	97,00				

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 10															Página 17				Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	10	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH20160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	130	4,500000	6,850000						SI	S	10	8	9	19,00	47,65	66,65			
NO	10	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2015	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	130	4,500000	5,250000						SI	N	0	7	8	8,00	62,17	70,17			
NO	10	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2015	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	130	4,500000	4,080000						SI	N	0	7	8	8,00	80,00	88,00			
NO	10	30000109	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2015	B98705213	IMEOS SL	130	4,500000	4,450000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	73,35	83,35			
NO	10	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH22160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	187	4,300000	6,850000						SI	S	10	8	9	19,00	50,10	69,10			
NO	10	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2215	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	187	4,300000	5,250000						SI	N	0	7	8	8,00	65,37	73,37			
NO	10	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2215	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	187	4,300000	4,080000	VVB2215	30000111-30047590	CAP	Desestimada: PD i FT= Annex D1, que presenta per el sap 30000111 es mides 21G 15 cm.	NO	N	0	8	0	0,00	0,00	0,00				
NO	10	30000111	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 16cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2215	B98705213	IMEOS SL	187	4,300000	4,290000	PB2215	30000111-30047590	30000111		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00				
NO	10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH22200-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	924	4,300000	6,850000						SI	S	10	8	9	19,00	28,64	47,64			
NO	10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2220	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	924	4,300000	5,250000						SI	N	0	7	8	8,00	37,37	45,37			
NO	10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2220	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	924	4,300000	4,080000						SI	N	0	7	8	8,00	48,08	56,08			
NO	10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	CH22200	B87583019	IBERIAN CARE 2016 SL	924	4,300000	2,452127						SI	S	10	1	1	11,00	80,00	91,00			
NO	10	30000112	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 20cm+/-2cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2220	B98705213	IMEOS SL	924	4,300000	4,290000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	45,73	55,73			
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	255087	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	20	10,400000	10,400000						SI	S	10	2	2	12,00	34,23	46,23			
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	623CH18160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	20	10,400000	6,850000						SI	S	10	8	9	19,00	51,97	70,97			
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	DCHN-18-15.0	B08525073	COOK ESPAÑA SL	20	10,400000	9,360000						SI	S	10	1	1	11,00	38,03	49,03			
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	OME1815	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	20	10,400000	5,250000						SI	N	0	7	8	8,00	67,81	75,81			
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	VVB1815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	20	10,400000	9,440000						SI	N	0	7	8	8,00	37,71	45,71			

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 10															10				10				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	FBN-1815C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	20	10,400000	7,200000					SI	S	10	2	2	12,00	49,44	61,44				
NO	10	30000113	Agulla per a biòpsia / accés amb punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, sense latex, estèril, d'un sol ús	PB1815	B98705213	IMEOS SL	20	10,400000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00				
NO	10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	256211	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	16	6,000000	6,000000					SI	S	10	2	2	12,00	59,33	71,33				
NO	10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH22100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	16	6,000000	6,850000					SI	S	10	8	9	19,00	51,97	70,97				
NO	10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2210	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	16	6,000000	5,250000					SI	N	0	7	8	8,00	67,81	75,81				
NO	10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2210	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	16	6,000000	4,880000					SI	N	0	7	8	8,00	72,95	80,95				
NO	10	30006815	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 10cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2210	B98705213	IMEOS SL	16	6,000000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00				
NO	10	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH23050-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	423	4,470000	6,850000					SI	S	10	8	9	19,00	47,65	66,65				
NO	10	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2305	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	423	4,470000	5,250000					SI	N	0	7	8	8,00	62,17	70,17				
NO	10	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2305	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	423	4,470000	4,080000					SI	N	0	7	8	8,00	80,00	88,00				
NO	10	30039718	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 23G (0,6mm) x 6cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2305	B98705213	IMEOS SL	423	4,470000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	73,35	83,35				
NO	10	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH20200-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	40	6,000000	6,850000					SI	S	10	8	9	19,00	51,97	70,97				
NO	10	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	OME2020	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	40	6,000000	5,250000					SI	N	0	7	8	8,00	67,81	75,81				
NO	10	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB2020	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	40	6,000000	4,880000					SI	N	0	7	8	8,00	72,95	80,95				
NO	10	30047589	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 20G (0,9mm) x 20cm+/-1cm, d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB2020	B98705213	IMEOS SL	40	6,000000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00				
NO	10	30047590	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, per a aspiració citològica de cèl·lules, connexió luer-lock transparent, marques cada centímetre, estèril, d'un sol ús	VVB2215	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	20	6,000000	4,880000	VVB2215	30000111-30047590	CAP	Desistiment: Codi sap de Baixa, passa al codi sap 30000111.	NO	N	0	8	0	0,00	0,00	0,00				

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 10														10		10					
Página 19														Criteris Objectius				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	10	30047590	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 22G (0,7mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, per a aspiració citològica de cèl·lules, connexió luer-lock transparent, marques cada centímetre, estèril, d'un sol ús	PB2215	B98705213	IMEOS SL	20	6,000000	4,450000	PB2215	30000111-30047590	30000111	Desistiment: Codi sap de Baixa, passa al codi sap 30000111.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	0	0,00	0,00	0,00
NO	10	30052201	Agulla per a biòpsia tipus Chiba, punta Quincke de 17G x 35cm+/-2cm,d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat,ecogènica,sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	CNA17-35	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	50	10,400000	10,100000					SI	S	10	2	2	12,00	35,25	47,25
NO	10	30052201	Agulla per a biòpsia tipus Chiba, punta Quincke de 17G x 35cm+/-2cm,d'acer inoxidable, amb mandrí metàl·lic i capçal de plàstic per a con luer,amb marques de profunditat,ecogènica,sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	PB1735	B98705213	IMEOS SL	50	10,400000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00
NO	10	30057687	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	623CH18120-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	20	7,400000	6,850000					SI	S	10	8	9	19,00	51,97	70,97
NO	10	30057687	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	VVB1812	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	20	7,400000	5,440000					SI	N	0	7	8	8,00	65,44	73,44
NO	10	30057687	Agulla per a biòpsia punta tipus Chiba de 18G (1,2mm) x 12cm+/-1cm, d'acer inoxidable, capçal de plàstic per a con luer, marques de profunditat i punta ecogènica, estèril, d'un sol ús	PB1812	B98705213	IMEOS SL	20	7,400000	4,450000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	9	10	10,00	80,00	90,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 11														10				10			
Página 20														Criteris Objectius				80,00			
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	11	30001760	Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal format per dos elements de fixació corbes/arpó,calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm,acer inox graduada en cm,estèril	LW0077	A50140706	BECTON DICKINSON SA	120	18,100000	18,100000					SI	S	10	2	3	13	80,00	93,00
NO	11	30001760	Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal format per dos elements de fixació corbes/arpó,calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm,acer inox graduada en cm,estèril	271463	B46193827	LELEMAN, S.L.	120	18,100000	30,000000					SI	S	10	8	10	20	48,27	68,27
NO	11	30001760	Agulla biòpsia i localització mamària reposicionable, filament localitzador amb doble filament en forma de cordó i extrem distal format per dos elements de fixació corbes/arpó,calibre cànula de 20G (0,9mm) x 7,7cm+/-0,5cm,acer inox graduada en cm,estèril	GWY2077	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	120	18,100000	17,440000				Destimada: PD i FT = annex D1, copia literal de la nostra descripció, té que aporta PD o Annex D1 propis.	NO	N	0	3	0	0	0,00	0,00
NO	11	30004744	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	271441	B46193827	LELEMAN, S.L.	740	26,700000	30,000000					SI	S	10	8	10	20	55,47	75,47
NO	11	30004744	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	VVNSP2009	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	740	26,700000	20,800000					SI	N	0	3	4	4	80,00	84,00
NO	11	30004744	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x9cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	PRD2009	B98705213	IMEOS SL	740	26,700000	25,700000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	64,75	69,75
NO	11	30007561	Agulla/Arpó biòpsia i localització de lesions mamàries de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable,clip marcador de nitinol trenat,marcador compatible amb MRI i RX, estèril, d'un sol ús, envàs individual	271560	B46193827	LELEMAN, S.L.	766	114,900000	114,900000					SI	S	10	8	10	20	62,59	82,59
NO	11	30007561	Agulla/Arpó biòpsia i localització de lesions mamàries de 18G (1,2mm) x 12cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable,clip marcador de nitinol trenat,marcador compatible amb MRI i RX, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1058809900N	B98705213	IMEOS SL	766	114,900000	89,900000	1058809900N	30007561-30043344	30007561		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	80,00	85,00
NO	11	30012154	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	271443	B46193827	LELEMAN, S.L.	15	26,700000	30,000000					SI	S	10	8	10	20	55,47	75,47
NO	11	30012154	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	VVNSP2012	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	15	26,700000	20,800000					SI	N	0	3	4	4	80,00	84,00
NO	11	30012154	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x12cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció de la guia,estèril,1ús	PRD2012	B98705213	IMEOS SL	15	26,700000	25,700000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	64,75	69,75
NO	11	30018575	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús	271440	B46193827	LELEMAN, S.L.	278	26,700000	30,000000					SI	S	10	8	10	20	55,47	75,47
NO	11	30018575	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús	VVNSP2005	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	278	26,700000	20,800000					SI	N	0	3	4	4	80,00	84,00
NO	11	30018575	Agulla/Arpó biòpsia i localització mamària de 20G(0,9mm)x5cm+/-0,3cm,d'acer inoxidable,cànula introductora a/marques de profunditat,guia localitzadora reposicionable metàl·lica,arpó de nitinol amb marques opaques i clip retenció guia,estèril,un sol ús	PRD2005	B98705213	IMEOS SL	278	26,700000	25,700000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	64,75	69,75

Fase 01															10				10				80,00		
B/V															CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 11				Criteris Objectius						
Página 21																									
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	11	30027491	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, sistema flexible. Compatible amb Mamotom 11G o equiv	4010-01-11-T3	B46193827	LELEMAN, S.L.	10	99,950000	110,000000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00				
NO	11	30028946	Marcador mamari de gel, hidrogel de polietilè i glicol, part central amb un marcador de titani en forma d'espiral, lliure de col·làgen, polímer biocompatible i reabsorbible, no s'adhereix al teixit, 15G (1,8mm) x 10,90cm+/- 0,5cm,estèril,un sol ús	4010-02-15-T3	B46193827	LELEMAN, S.L.	913	93,950000	106,000000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00				
NO	11	30043202	Sistema de marcatge per a biòpsia de mama, per punció directa, marcador de nitinol en forma d'anell "O", amb agulla punta bisell de 17G (1,40mm) x 10cm+/-0,5cm, amb marques de profunditat de 1cm, èmbol de bloqueix, per control ecogràfc	UCTW17	A50140706	BECTON DICKINSON SA	260	96,000000	96,000000					SI	S	10	2	3	13	80,00	93,00				
NO	11	30043344	Clip premuntat en cànula de punció a/mànec ergonòmic i a/lliscant p/ubicar el marcador-clip,p/marcatge lesions mamàries,de 18G (1,2mm) x 12cm+/- 0,5cm,clip marcador de nitinol,marcador compatible i molt visible amb mamografies i MRI,estèril,1ús,individual	271590	B46193827	LELEMAN, S.L.	229	135,000000	140,000000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00				
NO	11	30043344	Clip premuntat en cànula de punció a/mànec ergonòmic i a/lliscant p/ubicar el marcador-clip,p/marcatge lesions mamàries,de 18G (1,2mm) x 12cm+/- 0,5cm,clip marcador de nitinol,marcador compatible i molt visible amb mamografies i MRI,estèril,1ús,individual	1058809900N	B98705213	IMEOS SL	229	135,000000	89,900000	1058809900N	30007561-30043344	30007561	Desestimada: Presenta la mateixa referència a dos codis saps diferents, s'adequa al 30007561.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00				
NO	11	30053070	Guia d'agulla de plàstic de Ø1.2mm, per a agulla 19G(1,1mm) amb ranura per a procediments de biòpsia i col.locació d'arpons en lesions no palpables de mama.estèil,un sol ús	LNGO1619PX	A79937926	WACREES, S.A.	30	13,000000	12,800000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	3	3	80,00	83,00				
NO	11	30053071	Guia d'agulla de plàstic de Ø2,25mm, per a agulla 14G(2,0mm) sense ranura per a procediments de biòpsia i localització d'arpó en lesions no palpables de mama.estèril,un sol ús	LNGC14GX	A79937926	WACREES, S.A.	10	16,000000	15,000000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	3	3	80,00	83,00				

10											Criteris Objectius		90,00		
Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 12												
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	12	30016754	Agulla per a biòpsia de mama,calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud,amb sistema d'aspiració per buit,amb cambra de recolecció de 12mm,de plàstic i acer inoxidable,per a esterotàxia prona i vertical,estèril,un sol ús.Comp/sistema SUROS o equ	EVIVA 0913-12T	B78923034	EMSOR SL	99	232,000000	230,500000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	12	30016755	Agulla per a biòpsia de mama,calibre 9G (3,7mm) x 13cm+/-0,5cm longitud,amb sistema d'aspiració per buit,amb cambra de recolecció de 20mm,de plàstic i acer inoxidable,per a esterotàxia prona i vertical,estèril,un sol ús.Comp/sistema SUROS o equ	EVIVA 0913-20	B78923034	EMSOR SL	181	232,000000	230,500000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	12	30016757	Guia per a agulla de biòpsia de mama de 9G, de plàstic, per introduir al suport metàl·lic de l'esterotàxia vertical o taula de biòpsia sistema al buit, Stereoloc, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	EVIVA NG09 L	B78923034	EMSOR SL	189	8,000000	8,000000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	12	30016761	Recipient amb tapa per a sistema de biòpsia de mama al buit, de plàstic, per a teixits tous, mitjançant ecogafia o esterotàxia, mides: diàmetre 13cm+/-0,5cm, alçada16cm+/-1cm, capacitat 400cc+/-20cc. Comp/sistema aspiració i agulles biòpsia Suros o equ	ATEC CANISTER	B78923034	EMSOR SL	109	4,000000	4,000000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	12	30016762	Marcador per a punció mamària de titani post biòpsia, amb dispositiu d'ejecció utilitzat per a l'agulla d'esterotaxia de calibre 9G(3,7mm)-12G x 13cm+/-0,5cm longitud, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SUROS o equivalent	SMARK EVIVA 13	B78923034	EMSOR SL	53	92,000000	92,000000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90

Fase 01 B/V			CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 13									Criteris Objectius		90,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	13	30018661	Agulla per a biòpsia vertical de 10G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	ECP0110GV	A50140706	BECTON DICKINSON SA	212	225,450000	225,450000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30018662	Agulla per a biòpsia vertical de 12G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equ	ECP0112GV	A50140706	BECTON DICKINSON SA	56	225,450000	225,450000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30018849	Guia per a agulla de biòpsia mamària de 10G per a sistema d'aspiració al buit, policarbonat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia lateral, taula prono Fisher, SenoRx Encor o equivalent	ENCFINSERT10G	A50140706	BECTON DICKINSON SA	129	5,700000	5,700000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30027126	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama, consta d'un aplicador amb 3 coixinets, un clip cable de titani en forma "O", visible per ultrasò de 3-12 setmanes, calibre 10G. Compatible amb sistema de biòpsia assistida per buit SenoRx Encor o equ	SMEC10R	A50140706	BECTON DICKINSON SA	168	93,000000	93,000000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30027271	Cistella amb tubs incorporats, per a biòpsia de mama assistida per buit, amb connexió al casset de buit, capacitat 1200ml+/-100ml, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema esterotàxia per a taula prona d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	SCCAN01	A50140706	BECTON DICKINSON SA	209	11,720000	11,720000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30038034	Agulla per a biòpsia prona de 7G, amb 2 cistelles recolectores de mostra per l'equip de biòpsia de mama sistema d'aspiració al buit, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equivalent	ECP017GV	A50140706	BECTON DICKINSON SA	72	225,450000	225,450000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30043204	Marcador mamari de gel,hidrogel de polietilè i glicol,part central a/marcador titani forma espiral,no col·lagen,polímer biocompatible i reabsorbible,no s'adhereix al teixit, 9G.Compatible sist/biòpsia a/buit Atec,Eviva i EnCor i esterotàxia Emsor o eq	SMEV9C	A50140706	BECTON DICKINSON SA	220	106,000000	93,000000		SI	S	10	10	90	100
SI	13	30043204	Marcador mamari de gel,hidrogel de polietilè i glicol,part central a/marcador titani forma espiral,no col·lagen,polímer biocompatible i reabsorbible,no s'adhereix al teixit, 9G.Compatible sist/biòpsia a/buit Atec,Eviva i EnCor i esterotàxia Emsor o eq	4010-04-09-T3	B46193827	LELEMAN, S.L.	220	106,000000	120,000000	Desestimada: Es lot obligatori a tots els codis saps, nomès presenta oferta al sap 30043204.	NO	S	0	0	0	0
SI	13	30052228	Sistema de marcatge intern per a biòpsia de mama,consta d'aplicador amb:3 coixinets de PGA,central amb filferro de Titani en forma de cinta i PVA,i bola PEG,visible per ultrasons de 3-12 setmanes,calibre 7G. Comp/sistema de biòpsia per buit Encor o equ	SMEC7R	A50140706	BECTON DICKINSON SA	26	93,000000	93,000000		SI	S	10	10	90	100

10											Criteris Objectius		90,00		
Fase 01	B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 16									UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas					
SI	16	30054248	Agulla biòpsia mamària sonda 14G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	EV14	A50140706	BECTON DICKINSON SA	20	263,000000	263,000000	SI	S	10	10	90	100
SI	16	30054462	Agulla biòpsia mamària sonda 10G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	EV10	A50140706	BECTON DICKINSON SA	120	263,000000	263,000000	SI	S	10	10	90	100
SI	16	30054463	Agulla biòpsia mamària sonda 12G, longitud 10cm+/-0,1cm,mida mostra 2cm, compatible amb el sistema de biòpsia mamari Elevation o equivalent.Sense làtex, estèril, un sol ús.	EV12	A50140706	BECTON DICKINSON SA	35	263,000000	263,000000	SI	S	10	10	90	100

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 17											10				10				80,00		
											Criteris Objectius										
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	17	30031068	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a identificar la localització del mugró i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	632	B46193827	LELEMAN, S.L.	2200	0,618200	0,820000	SI	S	10	4	10	20	80	100				
NO	17	30031069	Tira acrílica adhesiva elàstica retallable, hipoal·lèrgica per a marcar cicatrius i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, de 327+/-10cm de llargària,sense làtex	650	B46193827	LELEMAN, S.L.	42	68,000000	83,000000	SI	S	10	4	10	20	80	100				
NO	17	30031090	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a marcar masses palpables i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	651	B46193827	LELEMAN, S.L.	1618	0,566666	0,691600	SI	S	10	4	10	20	80	100				
NO	17	30031091	Tira acrílica adhesiva elàstica, hipoal·lèrgica per a localització de pigues i facilitar el diagnòstic de lesions mamàries, sense làtex	652	B46193827	LELEMAN, S.L.	7608	1,172400	1,431030	SI	S	10	4	10	20	80	100				

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 18												10				10				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Criteris Objectius				Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
												UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma							
NO	18	30000103	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 15G (1,8mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús	BMDC00BA1509	A28838555	AMEVISA SA	100	10,950000	10,850000		SI	S	10	2	10	20	80,00	100,00				
NO	18	30000104	Equip per a biòpsia hepàtica percutània per avulsió, consta de cànula 16G(1,6mm)x9cm+/-0,5cm, amb bisell de 45°, acer inox, xeringa d'aspiració amb dispositiu d'interrupció automàtica i connexió luer-lock, bisturí amb mànec i agulla hipodèrmica, estèril, 1 ús	BMDC00BA1609	A28838555	AMEVISA SA	210	10,950000	10,850000		SI	S	10	2	10	20	80,00	100,00				
NO	18	30035388	Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus tròcar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVC02015	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	10	30,600000	24,880000		SI	N	0	1	5	5	80,00	85,00				
NO	18	30035388	Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus tròcar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	HS20-15	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	10	30,600000	29,680000		SI	S	10	1	5	15	67,06	82,06				
NO	18	30035388	Agulla per a biòpsia amb mecanisme semiautomàtic, de 20G (0,9mm) x 15cm+/-1cm, amb punta Menghini amb mandrí tipus tròcar, per a biòpsia hepàtica i altres teixits tous, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	PC01812	B98705213	IMEOS SL	10	30,600000	24,900000	Desestimada: Presenta de 18G*120mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00				

Pagina 27												Criteris Objectius		90,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	19	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1816	A50140706	BECTON DICKINSON SA	3	12,660000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762618160	A79937926	WACREES, S.A.	3	12,660000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1815	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	3	12,660000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30000123	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	3	12,660000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1410	A50140706	BECTON DICKINSON SA	1203	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762614100	A79937926	WACREES, S.A.	1203	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1410	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	1203	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30001581	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1410	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	1203	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1610	A50140706	BECTON DICKINSON SA	50	12,910000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 19									Pagina 28		Criteris Objectius		90,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ		
SI	19	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762616100	A79937926	WACREES, S.A.	50	12,910000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00		
SI	19	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1610	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	50	12,910000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30003794	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	50	12,910000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1820	A50140706	BECTON DICKINSON SA	393	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762618200	A79937926	WACREES, S.A.	393	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00		
SI	19	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1820	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	393	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30003800	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1820	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	393	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1413	A50140706	BECTON DICKINSON SA	189	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00		
SI	19	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762614130	A79937926	WACREES, S.A.	189	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00		

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 19												Criteris Objectius		90,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	19	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indivi.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1415	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	189	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30004711	Agulla per a biòpsia percutània de 14G (2,1mm)x13cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indivi.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1413	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	189	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1616	A50140706	BECTON DICKINSON SA	77	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762616160	A79937926	WACREES, S.A.	77	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1615	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	77	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30012012	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x16cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1615	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	77	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1810	A50140706	BECTON DICKINSON SA	229	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762618100	A79937926	WACREES, S.A.	229	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliceració mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1810	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	229	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 19												10		90,00		
Página 30												Criteris Objectius				
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	19	30012152	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x10cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1810	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	229	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1825	A50140706	BECTON DICKINSON SA	5	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762618250	A79937926	WACREES, S.A.	5	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1825	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	5	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30015641	Agulla per a biòpsia percutània de 18G (1,27mm)x25cm+/-1,5cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1825	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	5	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	MN1620	A50140706	BECTON DICKINSON SA	20	12,630000	12,530000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	S	0	0	0,00	0,00
SI	19	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	762616200	A79937926	WACREES, S.A.	20	12,630000	12,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90,00	90,00
SI	19	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	OPG1620	B65075400	HOSPIFER SERUMESPA, SL	20	12,630000	11,200000	Desestimada: No especifica a la PD profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00
SI	19	30018172	Agulla per a biòpsia percutània de 16G (1,65mm)x20cm+/-1cm,d'acer inox,punta ecogènica,marques radiopaques a cànula externa,profunditat penetració a 15 i 22mm,lliberació mecanisme amb una mà,no làtex,estèril,1ús,indiv.Compatible instrument Magnum o equ	VVG1620	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	20	12,630000	9,440000	Desestimada: No especifica a la PD o FT = Annex D1, profunditat penetració 15 i 22 mm.	NO	N	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 20															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	763118160X	A79937926	WACREES, S.A.	96	24,000000	19,820000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	72,65	82,65
NO	20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MO18160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	96	24,000000	24,000000					SI	S	10	7	10	20	60,00	80,00
NO	20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	PRM-181502	B46193827	LELEMAN, S.L.	96	24,000000	23,850000					SI	S	10	5	7	17	60,38	77,38
NO	20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	N70118160	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	96	24,000000	18,000000					SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30000118	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 15cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	TY1815	B98705213	IMEOS SL	96	24,000000	22,900000				Desestimada: Presenta profunditat de penetració 22/11 mm, dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	763418250X	A79937926	WACREES, S.A.	440	20,450000	20,200000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	71,29	81,29
NO	20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MO18250-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	440	20,450000	22,750000					SI	S	10	7	10	20	63,30	83,30
NO	20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	PRM-182502	B46193827	LELEMAN, S.L.	440	20,450000	23,850000					SI	S	10	5	7	17	60,38	77,38
NO	20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	N70118250	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	440	20,450000	18,000000					SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30000124	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 25cm+/-1,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BN-OCR-1/1825	B98705213	IMEOS SL	440	20,450000	19,450000				Desestimada: Presenta dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30000241	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic, estèril,sense làtex,d'un sol ús, envàs individual	N70116100	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	126	19,820000	18,000000	N70116100	30000241-30051353	30000241		SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30000241	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous,con de plàstic, estèril,sense làtex,d'un sol ús, envàs individual	1504161031	B98705213	IMEOS SL	126	19,820000	19,000000				Desestimada: Presenta dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30001583	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous, <u>con de plàstic</u> , estèril,sense làtex, d'un sol ús, envàs individual	623MO14100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	39	17,900000	24,000000					SI	S	10	7	10	20	80,00	100,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 20															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	20	30001583	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable, per a teixits tous, con de plàstic ,estèril,sense làtex, d'un sol ús, envàs individual	1504141021	B98705213	IMEOS SL	39	17,900000	17,400000	1504141021	30001583-30007440	cap	Desestimada: Presenta dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	763114160X	A79937926	WACREES, S.A.	118	24,300000	19,820000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	72,65	82,65
NO	20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MO14160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	118	24,300000	24,000000					SI	S	10	7	10	20	60,00	80,00
NO	20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	ACE-141502	B46193827	LELEMAN, S.L.	118	24,300000	33,000000					SI	S	10	5	7	17	43,64	60,64
NO	20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	N70114160	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	118	24,300000	18,000000					SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30003192	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 16cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm, estèril, d'un sol ús, envàs individual	TY1416	B98705213	IMEOS SL	118	24,300000	22,900000				Desestimada: Presenta profunditat de penetració 22/11 mm, dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	763118200X	A79937926	WACREES, S.A.	670	21,000000	19,820000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	72,65	82,65
NO	20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MO18200-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	670	21,000000	22,750000					SI	S	10	7	10	20	63,30	83,30
NO	20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	PRM-182002	B46193827	LELEMAN, S.L.	670	21,000000	23,850000	PRM-182002	30003795-30008002	30003795		SI	S	10	5	7	17	60,38	77,38
NO	20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	N70118200	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	670	21,000000	18,000000					SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30003795	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,25mm) x 20cm+/-1cm, profunditat penetració de 22mm,d'acer inoxidable i plàstic, punta ecogènica,marques de profunditat,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BN-OCR-1/1820	B98705213	IMEOS SL	670	21,000000	19,900000				Desestimada: Presenta dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30003809	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	370-1080-02	A79937926	WACREES, S.A.	1563	34,900000	34,900000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	80,00	90,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 20															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	20	30007440	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 14G (2mm) x 9cm+/-0,5cm, profunditat penetració de 11mm,identificació calibre per color, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	1504141021	B98705213	IMEOS SL	36	24,300000	23,300000	1504141021	30001583-30007440	cap	Desestimada: Presenta profunditat de 22mm	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30007658	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual	ACE-161502	B46193827	LELEMAN, S.L.	5	25,000000	33,000000	ACE-161502	30007658-30016972	30016972	Desistiment: Codis saps duplicats, codi bo és 30016972, codi de baixa 30007658	NO	S	0	5	0	0	0,00	0,00
NO	20	30007658	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,65mm) x 15cm+/-1cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama), estèril, d'un sol ús, envàs individual	N70116160	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	5	25,000000	18,000000	N70116160	30007658-30016972	30016972	Desistiment: Codis saps duplicats, codi bo és 30016972, codi de baixa 30007658	NO	N	0	6	0	0	0,00	0,00
NO	20	30008002	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm, mostra de 22mm, d'acer inoxidable, per a teixits tous, <u>con de plàstic</u> , estèril, d'un sol ús, envàs individual	PRM-182002	B46193827	LELEMAN, S.L.	140	17,700000	23,850000	PRM-182002	30003795-30008002	30003795	Desestimada: Presenta la mateixa referència a dos codis saps diferents, s'adequa al sap 30003795	NO	S	0	5	0	0	0,00	0,00
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	1616MS	A50140706	BECTON DICKINSON SA	1020	24,300000	24,100000				Desestimada: En la Product Data preseta profunditat de penetració 10 mm y 20 mm.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	763116160X	A79937926	WACREES, S.A.	1020	24,300000	19,820000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	72,65	82,65
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	623MO16160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	1020	24,300000	24,000000					SI	S	10	7	10	20	60,00	80,00
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	ACE-161502	B46193827	LELEMAN, S.L.	1020	24,300000	33,000000	ACE-161502	30007658-30016972	30016972		SI	S	10	5	7	17	43,64	60,64
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	N70116160	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	1020	24,300000	18,000000	N70116160	30007658-30016972	30016972		SI	N	0	6	9	9	80,00	89,00
NO	20	30016972	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	TY1616	B98705213	IMEOS SL	1020	24,300000	22,900000				Desestimada: Presenta profunditat de penetració 22/11 mm, dispar automàtic i semiautomàtic.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	20	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	763116100X	A79937926	WACREES, S.A.	400	24,300000	19,820000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	10	10	80,00	90,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 20															10				10				8		
Página 34															Criteris Objectius				80,00						
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	20	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	623MO16100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	400	24,300000	24,000000					SI	S	10	7	10	20	66,07	86,07				
NO	20	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	N70116100	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	400	24,300000	18,000000	N70116100	30000241-30051353	30000241	Desestimada: Presenta la mateixa referència a dos codis saps diferents, s'adequa al sap 30000241	NO	N	0	6	0	0	0,00	0,00				
NO	20	30051353	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	TY1610	B98705213	IMEOS SL	400	24,300000	22,900000		30051353		Desestimada: Presenta profunditat de penetració 22/11 mm, dispar automàtic i semiautomàtic..	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0,00	0,00				

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 21											10		90,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	Criteris Objectius		Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
											UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015			
SI	21	30037830	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 10cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	360-1080-02	A79937926	WACREES, S.A.	454	34,900000	34,900000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	21	30037834	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 18G (1,20mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	360-1580-02	A79937926	WACREES, S.A.	285	34,900000	34,900000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	21	30053813	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic en parts toves, de 16G (1,60mm) x 15cm+/-0,5cm, tres profunditats de penetració de 13, 23 i 33mm, mostra de 9, 19 i 29mm, sense làtex, estèril, un sol ús, envàs individual	370-1580-02	A79937926	WACREES, S.A.	67	35,900000	35,900000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22														10	10				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30000106	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual,de 14G(2,1mm)x 16cm+/-1cm,per a teixits tous abdominals,d'acer inoxidable,marques de profunditat i punta ecogènica,mostra de 22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús	623FC14160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	18	9,000000	11,500000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00
NO	22	30000106	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme manual,de 14G(2,1mm)x 16cm+/-1cm,per a teixits tous abdominals,d'acer inoxidable,marques de profunditat i punta ecogènica,mostra de 22mm, estèril, envàs individual, d'un sol ús	SBN-1416	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	18	9,000000	8,730000				Desestimada: Presenta semiautomàtic i demanem manual, presenta muesca de 10 y 20 mm, demanem mostra de 22 mm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017421	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer,punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	623ML14160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	20	12,500000	17,000000					SI	S	10	8	10	20	58,78	78,78
NO	22	30017421	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer,punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	SBD1415EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	20	12,500000	13,500000					SI	S	10	4	5	15	74,01	89,01
NO	22	30017421	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2,0mm) x 15cm+/-1cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer,punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	PM14-15	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	20	12,500000	12,490000					SI	S	10	4	5	15	80,00	95,00
NO	22	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	701114090	A79937926	WACREES, S.A.	85	17,400000	17,400000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	3	4	4	73,33	77,33
NO	22	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	SBD1410EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	85	17,400000	13,500000	SBD1410EC	30017422-30041973	30041973	Desestimada: Presenta de 14G*10 mm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	VVD01410	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	85	17,400000	14,880000				Desestimada: Presenta de 14G*10 mm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017422	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 14G (2,0mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	PD01409	B98705213	IMEOS SL	85	17,400000	15,950000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	80,00	85,00
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	254522	A58426008	GRIFOLS MOVACO SA	13	17,400000	17,400000				Desestimada: Presenta de 16 G* 10 cm.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	7011161090	A79937926	WACREES, S.A.	13	17,400000	17,400000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	3	4	4	73,33	77,33

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	SBD1610EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	13	17,400000	13,500000	SBD1610EC	30017423-30034106-30051264	300034106	Desestimada: Presenta de 16G*10 cm	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	VVD01610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	13	17,400000	14,880000	VVD01610	30017423-30034106-30051264	CAP	Desestimada: Presenta de 16G*10 cm. No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1, avançament en 1-2cm	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	PM16-10	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	13	17,400000	14,700000				Desestimada: Presenta de 10 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017423	Pistola/agulla de biòpsia de tall semi-automàtica extra lleugera amb punta ecogènica, de 16G (1,6mm) x 9cm+/-0,5cm, avançament en 1-2cm,marques de profunditat, estèril, sense làtex,un sol ús	PD01609	B98705213	IMEOS SL	13	17,400000	15,950000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	80,00	85,00
NO	22	30017424	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	623BF16160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	30	10,400000	14,500000				Desestimada: Presenta penetració de 10 mm o 22 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30017424	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVD01615	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	30	10,400000	8,880000				Desestimada: No especifica ni en la Product Data, ni en la Fitxa Tècnica de l'ICS = Annex D1, la profunditat de penetració.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	623MS18160-C2	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	217	17,500000	25,940000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00
NO	22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	SBDTR1815EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	217	17,500000	26,500000	SBDTR1815EC	30030087-30043661	CAP	Desestimada: Presenta calibre coaxial 1,55 mm * 10 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	VVD0C1815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	217	17,500000	16,250000	VVD0C1815	30030087-30043661	CAP	Desestimada: Presenta 18G*15 cm i coaxial de 17G*11,2 cm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	SBN-1816C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	217	17,500000	13,500000				Desestimada: No especifica a la PD, ni a la Fitxa de l'ICS =Annex D1, agulla introductora 17G*11,2 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30030087	Agulla per a biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 18G (1,25mm)x16cm+/-1cm,agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm+/-0,5cm,p/teixits tous,p/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra de 10-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	BIN1815	B98705213	IMEOS SL	217	17,500000	16,500000				Desestimada: No especifica ni a la PD, ni a la Fitxa Tècnica de l'ICS Annex D1, agulla introductora 17G (1,4mm) x 11,2cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030088	Agulla biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm,agulla introduct 13G (2,27mm) x6,9cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm i 20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	623MS14120-C2	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	20	17,500000	25,940000					SI	S	10	8	10	20	80,00	100,00
NO	22	30030088	Agulla biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm,agulla introduct 13G (2,27mm) x6,9cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm i 20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	SBDTR1410EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	20	17,500000	26,500000				Desestimada: Presenta de 14G*10 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030088	Agulla biòpsia percutànea per avulsió,semiautomàtica,de 14G (1,89mm) x 12cm+/-0,5cm,agulla introduct 13G (2,27mm) x6,9cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6 angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm i 20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	PX18-10	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	20	17,500000	16,980000				Desestimada:Presenta de 18G*100 mm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	701220150	A79937926	WACREES, S.A.	98	25,940000	20,500000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	3	4	4	80,00	84,00
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	623MS20160-C2	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	98	25,940000	25,940000					SI	S	10	8	10	20	63,22	83,22
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	SBDTR2015EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	98	25,940000	26,500000				Desestimada: Presenta agulla coaxial de 19G*10 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	VVD0C2015	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	98	25,940000	21,440000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, Punta recta 6 angles oblics.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	SBN-2016C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	98	25,940000	19,450000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa Tècnica de l'ICS =Annex D1, agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30030188	Agulla biòpsia percutània per avulsió,semiautomàtica,de 20G (0,9mm) x 16cm+/-1cm,agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm,p/teixits tous,pu/recta 6angles oblics,tall p/recol/mostra 10mm-20mm,a/marqu/ecogèniques,mar/profund/cm,con luer,est	PD02016	B98705213	IMEOS SL	98	25,940000	24,950000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla introduct 19G (1,1mm) x 11,4cm+/-0,5cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030191	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	623MS18200-C2	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	4	50,090083	42,500000				Desestimada: Presenta coaxial de 17G*110 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030191	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	SBDTR1820EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	4	50,090083	26,500000				Desestimada: Presenta coaxial de 1,55 mm * 15 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030191	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 20cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 16cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 20mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	PSS-1820-S	B98705213	IMEOS SL	4	50,090083	29,000000				Desestimada: Presenta penetració de 22 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030260	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	623ML18160-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	10	10,400000	18,500000				Desestimada: Presenta penetració 10 mm o 20 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30030260	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,27mm) x 15cm+/-1cm,punta bisell, profunditat doble de penetració a 15mm i a 22mm,per a teixits tous, marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVD01815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	10	10,400000	8,880000	VVD01815	30030260-30042345	CAP	Desestimada: No especifica ni a la PD, ni a la fitxa tècnica de l'ICS = Annex D1, la penetració de 15 mm i 22 mm	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	623ML16100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	160	10,400000	15,500000					SI	S	10	8	10	20	47,48	67,48
NO	22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	SBD1610EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	160	10,400000	13,500000	SBD1610EC	30017423-30034106-30051264	30034106		SI	S	10	4	5	15	54,52	69,52
NO	22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVD01610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	160	10,400000	8,880000	VVD01610	30017423-30034106-30051264	CAP	Desestimada: No especifica ni a la PD, ni a la fitxa tècnica de l'ICS = Annex D1, la penetració 10 mm i 20 mm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	SBN-1610	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	160	10,400000	9,200000					SI	S	10	4	5	15	80,00	95,00

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22														10	10				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Criteris Objectius				Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
															UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma			
NO	22	30034106	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acer, punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, d'un sol ús, envàs individual	BIN1610	B98705213	IMEOS SL	160	10,400000	10,400000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	70,77	75,77
NO	22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	623ML18100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	151	12,500000	15,500000					SI	S	10	8	10	20	52,13	72,13
NO	22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	SBD1810EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	151	12,500000	13,500000					SI	S	10	4	5	15	59,85	74,85
NO	22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	MBN 1810A	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	151	12,500000	11,880000					SI	N	0	2	3	3	68,01	71,01
NO	22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	SBN-1810	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	151	12,500000	10,100000					SI	S	10	4	5	15	80,00	95,00
NO	22	30041370	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 18G (1,25mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm, d'acer,punta ecogènica,marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	PD01810	B98705213	IMEOS SL	151	12,500000	12,500000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	5	5	64,64	69,64
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	1410MS	A50140706	BECTON DICKINSON SA	120	23,150000	22,150000					SI	S	10	3	4	14	39,73	53,73
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	623ML14100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	120	23,150000	19,500000					SI	S	10	8	10	20	45,13	65,13
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	SBD1410EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	120	23,150000	13,500000	SBD1410EC	30017422-30041973	30041973		SI	S	10	4	5	15	65,19	80,19
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	MBN 1410A	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	120	23,150000	11,880000					SI	N	0	2	3	3	74,07	77,07
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	N50114100	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	120	23,150000	19,900000					SI	N	0	1	1	1	44,22	45,22

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															10				10			
Página 41															Criteris Objectius				80,00			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	SBN-1410	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	120	23,150000	11,000000					SI	S	10	4	5	15	80,00	95,00	
NO	22	30041973	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 14G (2mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	TY1410	B98705213	IMEOS SL	120	23,150000	22,900000				Desestimada: Presenta penetració 22mm/11mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30042345	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 10mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	VVD01815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	2	52,730000	14,880000	VVD01815	30030260-30042345	CAP	Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30042345	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 10mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	PM18-15	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	2	52,730000	42,180000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l'ICS, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30042345	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic de 18G (1,2mm) x 15cm+/-1cm,amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm,longitud de recorregut de l'estilet de 10mm(mostra de la biòpsia),estèril,d'un sol ús	TYQ1816	B98705213	IMEOS SL	2	52,730000	34,900000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	1816MSK	A50140706	BECTON DICKINSON SA	155	31,000000	30,000000					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00	
NO	22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	623ML18160-C0	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	155	31,000000	29,350000				Desestimada: Presenta coaxial de 17G*110mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBDTR1815EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	155	31,000000	26,500000	SBDTR1815EC	30030087-30043661	CAP	Desestimada: Presenta coaxial de 1,55mm*10cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00	
NO	22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	VVD0C1815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	155	31,000000	21,440000	VVD0C1815	30030087-30043661	CAP	Desestimada: Presenta agulla de biopsia 18G15cm i coaxial 19G*11,4cm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00	

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															1010				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30043661	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x13,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	PD01816	B98705213	IMEOS SL	155	31,000000	24,950000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla coaxial 17G*13,8 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	1810MSK	A50140706	BECTON DICKINSON SA	230	31,000000	30,000000					SI	S	10	3	4	14	80,00	94,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	623ML18100-CO	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	230	31,000000	29,350000				Desestimada: Presenta coaxial de 17G*50 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBDTR1810EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	230	31,000000	26,500000				Desestimada: Presenta coaxial de 1,55 mm * 5 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	VVD0C1810	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	230	31,000000	21,440000				Desestimada: Presenta coaxial de 19G*11,4 cm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBN-1810C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	230	31,000000	17,500000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, amb agulla coaxial 16G (1,6mm) x 12cm+/-1cm	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30043752	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,18G (1,25mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 17G (1,4mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	TY1810	B98705213	IMEOS SL	230	31,000000	24,950000				Desestimada: Presenta penetració 22mm/11 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	623ML16100-CO	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	150	31,000000	29,350000				Desestimada: Presenta coaxial de 15G*50 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBDTR1610EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	150	31,000000	26,500000				Desestimada: Presenta coaxial de 1,85 mm*5 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22															Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	VVD0C1610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	150	31,000000	21,440000				Desestimada: Presenta coaxial de 19G*11,4 cm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBN-1610C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	150	31,000000	17,500000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla coaxial.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051044	Pistola/agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x10cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,agulla coaxial 15G (1,8mm)x 7,8cm,tròcar int,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	TY1610	B98705213	IMEOS SL	150	31,000000	24,950000				Desestimada: Presenta penetració 22mm/11 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	SBD1610EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	25	23,150000	13,500000	SBD1610EC	30017423-30034106-30051264	30034106	Desistiment: Codi sap duplicat, es dona de baixa el sap 30051264 i queda el sap 30034106.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	VVD01610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	25	23,150000	14,880000	VVD01610	30017423-30034106-30051264	CAP	Desistiment: Codi sap duplicat, es dona de baixa el sap 30051264 i queda el sap 30034106.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	N50116100	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	25	23,150000	19,900000				Desistiment: Codi sap duplicat, es dona de baixa el sap 30051264 i queda el sap 30034106.	NO	N	0	1	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051264	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 10cm+/-0,5cm, profunditat doble de penetració a 10mm i a 20mm,d'acxer, punta ecogènica, marques centimetrades, estèril, un sol ús, individual	PD01610	B98705213	IMEOS SL	25	23,150000	22,900000				Desistiment: Codi sap duplicat, es dona de baixa el sap 30051264 i queda el sap 30034106.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	623ML16160-C0	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	10	31,000000	29,350000				Desestimada: Presenta coaxial de 15G*110 mm.	NO	S	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBDTR1615EC	B46193827	LELEMAN, S.L.	10	31,000000	26,500000				Desestimada: Presenta 16G*15 cm i coaxial de 1,85 mm i 10 cm.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	VVD0C1615	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	10	31,000000	21,440000				Desestimada: Presenta 16G*10 cm i coaxial de 19G*11,4 cm.	NO	N	0	2	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 22														10		10		80,00			
Página 44														Criteris Objectius							
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	SBN-1616C	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	10	31,000000	24,800000				Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla coaxial.	NO	S	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	22	30051917	Agulla compacta per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme semiautomàtic,16G (1,60mm)x16cm+/-0,5cm,profund/doble penetr 10mm-20mm,amb agulla coaxial 15G (1,8mm)x13,8cm,tròcar intern,adapt/profund/tret,pu/ecogènica,marq/centimetrades,est,1ús,ind	TY1616	B98705213	IMEOS SL	10	31,000000	24,950000				Desestimada: Presenta penetració de 22mm/11mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	4	0	0	0,00	0,00

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 23					Página 45				Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referència	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referència)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	23	30004712	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 14G (2,0mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	623MU14060-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	879	30,950000	26,950000	Desestimada: Presenta de 60 mm i mostra de 20 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30004712	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 14G (2,0mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	ACE-140752	B46193827	LELEMAN, S.L.	879	30,950000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100
NO	23	30004712	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 14G (2,0mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	PSS-1410-S	B98705213	IMEOS SL	879	30,950000	29,000000	Desestimada: Presenta de 10 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0
NO	23	30004722	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama) , estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MU16120-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	5	30,000000	28,950000	Desestimada: Profunditat de penetració de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30004722	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama) , estèril, d'un sol ús, envàs individual	ACE-161152	B46193827	LELEMAN, S.L.	5	30,000000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100
NO	23	30004722	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic de 16G (1,65mm) x 11,5cm+/-0,5cm, 22mm de profunditat de penetració, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó, tiroide i mama) , estèril, d'un sol ús, envàs individual	PSS-1616-S	B98705213	IMEOS SL	5	30,000000	29,000000	Desestimada: Presenta de 16 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0
NO	23	30007441	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	623MU18100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	40	30,950000	28,950000	Desestimada: Presenta de 100 mm, profunditat de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30007441	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	ACE-180751	B46193827	LELEMAN, S.L.	40	30,950000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100
NO	23	30007442	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	623MU18060-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	68	30,950000	28,950000	Desestimada: Presenta de 60 mm, profunditat de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30007442	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	ACE-180752	B46193827	LELEMAN, S.L.	68	30,950000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100
NO	23	30007442	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,de 18G (1,2mm)x7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	PSS-1810-S	B98705213	IMEOS SL	68	30,950000	29,000000	Desestimada: Presenta de 10 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0
NO	23	30016003	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	623MU16060-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	15	30,950000	28,950000	Desestimada: Presenta de 60 mm, profunditat de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30016003	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,11mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	ACE-160751	B46193827	LELEMAN, S.L.	15	30,950000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 23												Criteris Objectius				80,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Llicitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	23	30016004	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	623MU16100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	65	30,950000	28,950000	Desestimada: Presenta de 100 mm, profunditat de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30016004	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	ACE-160752	B46193827	LELEMAN, S.L.	65	30,950000	33,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100
NO	23	30016004	Agulla p/biòpsia percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic, de 16G (1,6mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individua	PSS-1610-S	B98705213	IMEOS SL	65	30,950000	29,000000	Desestimada: Presenta de 10 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0
NO	23	30047346	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x13cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	MQ1413	A50140706	BECTON DICKINSON SA	42	33,000000	33,000000		SI	S	10	2	3	13	80	93
NO	23	30047346	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x13cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	623MU14120-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	42	33,000000	28,950000	Desestimada: Presenta de 120 mm, profunditat de 25 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30047413	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 12G (2,8mm)x 10+/-0,5cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous,amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica,estèril,1ús, envàs indiv	623MO12100-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	5	28,000000	28,000000	Desestimada: Presenta profunditat penetració de 22 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30047414	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió de 14G (2,1mm) x 10cm, profunditat penetració de 18mm o 25mm, per a teixits tous (ronyó,fetge,pulmó,tiroide i mama) amb mecanisme automàtic alliberació amb una mà, punta ecogènica,estèril,1ús, envàs indiv	PM14-10	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	185	28,000000	19,300000	Desestimada: Presenta profunditat penetració de 10 a 20 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30051296	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,18G(1,25mm)x25cm+/-1cm,teix/tous(prostata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	PM18-25	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	425	33,000000	21,000000	Desestimada: Presenta profunditat penetració de 10 a 20 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30051748	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x10cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	MQ1410	A50140706	BECTON DICKINSON SA	568	33,000000	33,000000		SI	S	10	2	3	13	80	93
NO	23	30051748	Agulla p/biòp/percutà p/avulsió a/mecani/automàtic i semiautomàtic,14G(2mm)x10cm+/-0,5cm,teix/tous(pròstata),profund/penetra/variable 18-25mm(seleccionar),marq/radiopaq/càn/exter,pu/agul/ecogènica,acer inox i plàstic,sist/segur,est,1ús	GS14-10	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	568	33,000000	21,000000	Desestimada: Profunditat de 10 a 20 mm.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	23	30053854	Agulla per a biòpsia percutània per avulsió amb mecanisme automàtic, de 11G (3,0mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inoxidable,punta ecogènica,marques radiopàques,22mm de profunditat de penetració,per a teixits tous,sense làtex,estèril,un sol ús,envàs individual	ACE-110752	B46193827	LELEMAN, S.L.	80	30,950000	36,000000		SI	S	10	7	10	20	80	100

Fase 01 B/V			CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 24								Criteris Objectius		90,00		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	MQ1820	A50140706	BECTON DICKINSON SA	260	28,000000	28,000000	SI	S	10	10	57,86	67,86
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	763118200X	A79937926	WACREES, S.A.	260	28,000000	19,820000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	81,74	81,74
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	883F400712200	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	260	28,000000	27,500000	SI	S	10	10	58,91	68,91
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	PRM-182002	B46193827	LELEMAN, S.L.	260	28,000000	23,850000	SI	S	10	10	67,92	77,92
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	N70118200	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	260	28,000000	18,000000	SI	N	0	0	90,00	90,00
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	GS18-20	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	260	28,000000	21,000000	SI	S	10	10	77,14	87,14
SI	24	30053077	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transrectal,de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	BN-OCR-1/1820	B98705213	IMEOS SL	260	28,000000	23,950000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	67,64	67,64
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	MQ1825	A50140706	BECTON DICKINSON SA	50	28,000000	28,000000	SI	S	10	10	57,86	67,86
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	763418250X	A79937926	WACREES, S.A.	50	28,000000	20,200000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	80,20	80,20
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	883F400812250	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	50	28,000000	27,500000	SI	S	10	10	58,91	68,91
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	PRM-182502	B46193827	LELEMAN, S.L.	50	28,000000	23,850000	SI	S	10	10	67,92	77,92
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	N70118250	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	50	28,000000	18,000000	SI	N	0	0	90,00	90,00
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	GS18-25	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	50	28,000000	21,000000	SI	S	10	10	77,14	87,14
SI	24	30053078	Pistola/agulla compacta per a biòpsia pròstata transperineal,de 18G(1,25mm)x 25cm+/-1cm,d'acer inoxidable i plàstic. Estèril.un sol ús.	BN-OCR-1/1825	B98705213	IMEOS SL	50	28,000000	23,950000	SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	67,64	67,64

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 25												Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	25	30004724	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x7,8cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,selector profunditat penetració,estilet a/con L-L mascle,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instr-pistola automà biòp Monopty 14Gx10cm o eq	C1410A	A50140706	BECTON DICKINSON SA	181	14,000000	13,500000		SI	S	10	2	10	20	80	100
NO	25	30004724	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x7,8cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,selector profunditat penetració,estilet a/con L-L mascle,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instr-pistola automà biòp Monopty 14Gx10cm o eq	101310	B98705213	IMEOS SL	181	14,000000	9,950000	Desestimada: Presenta de 13G*10 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0
NO	25	30013501	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 17G (1,4mm)x13cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,estilet a/con L-L mascle,selector profunditat de penetració,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	C1816B	A50140706	BECTON DICKINSON SA	24	14,000000	13,500000		SI	S	10	2	10	20	80	100
NO	25	30015563	Agulla coaxial per a biòpsia automàtica de 14G (2,1mm) x 7,5cm+/-0,5cm,d'acer inox,punta tribisellada,profunditat de penetració de 22mm,marques de profunditat en cm,con luer-lock transparent, estèril, indiv, 1 ús. Comp/agulla biòpsia ACECUT o equivalent	CGNACE140752	B46193827	LELEMAN, S.L.	20	13,950000	15,000000		SI	S	10	1	5	15	80	95
NO	25	30017433	Agulla coaxial introductora de biòpsia de tall per a pistola semi-automàtica, de 13G (2,3mm) x 3,9cm+/-0,3cm, d'acer, centimetrada amb punta ecogènica, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Super-Core 16G o equivalent	MCXS1409LX	A79937926	WACREES, S.A.	20	8,800000	8,800000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	1	5	5	80	85
NO	25	30042015	Agulla coaxial introductora de biòpsia, de 17G (1,4mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	CBN-1707	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	50	8,800000	7,920000	Desestimada: No especifica compatibilitat, es demana aclaració a l'empresa i respon "no pueden garantizar que sean totalmente compatibles ".	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	25	30042016	Agulla coaxial introductora de biòpsia,de 17G (1,4mm) x 11,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince 18G o equivalent	CBN-1713	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	40	8,800000	7,920000	Desestimada: Presenta de 17G*13 mm, no especifica compatibilitat.	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	25	30042939	Agulla/guia coaxial per a biòpsia de 13G (2,4mm)x 7cm+/-0,5cm, consta: cànula acer inox a/marques radiopaques cada cm,estilet a/con L-L mascle,selector profunditat de penetració,codi color,est,1ús,indiv. Comp/instrument/pist automà biòp Magnum/Biopty o eq	CBN-1307	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	30	14,030000	9,400000	Desestimada: No especifica compatibilitat, es demana aclaració a l'empresa i respon "no pueden garantizar que sean totalmente compatibles ".	NO	S	0	0	0	0	0	0
NO	25	30059942	Agulla/guia coaxial per a biòpsia, de 15G (1,8mm) x 6,8cm+/-0,5cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola Biopince o equivalent	CBN-1507	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	3	8,800000	8,540000	Desestimada: No especifica compatibilitat, es demana aclaració a l'empresa i respon "no pueden garantizar que sean totalmente compatibles ".	NO	S	0	0	0	0	0	0

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26																Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	26	30000121	Agulla per a biòpsia / aspiració òssia de 13G (2,5mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, mandrí punta tròcar, cànula molt fina, estilet per extreure la mostra, empunyadura de plàstic per manipulació, connexió Luer-Lock, estèril, un sol ús, individual	VVJ1310	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	20	11,000000	8,800000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30000122	Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina,mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació,connexió Luer-Lock,estèril,un sol ús,envàs individual	DBMNI1601	A79937926	WACREES, S.A.	1174	10,500000	10,300000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	68,35	77,35
NO	26	30000122	Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina,mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació,connexió Luer-Lock,estèril,un sol ús,envàs individual	VVIL1630/70	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	1174	10,500000	8,800000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30000122	Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina,mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació,connexió Luer-Lock,estèril,un sol ús,envàs individual	ST16-30	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	1174	10,500000	8,200000					Desestimada: Presenta de 16G*43 mm.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	26	30000122	Agulla per a biòpsia /aspiració òssia de 16G (1,6mm) x 5cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, punta tròcar molt fina,mandrí metàl·lic amb bloqueig d'estilet, empunyadura de plàstic per a la seva manipulació,connexió Luer-Lock,estèril,un sol ús,envàs individual	MALB1650-2	B98705213	IMEOS SL	1174	10,500000	8,950000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	78,66	85,66
NO	26	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia external i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm-20mm +/-2mm,longitud ajustable,acer inoxidable,punta bisell,mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles,long total 42mm,con Luer-lock,sense làtex,estèril,un ús,ind	623PS15020-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	535	8,000000	10,850000						SI	S	10	6	7	17	43,35	60,35
NO	26	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia external i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm-20mm +/-2mm,longitud ajustable,acer inoxidable,punta bisell,mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles,long total 42mm,con Luer-lock,sense làtex,estèril,un ús,ind	VVI1510/50	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	535	8,000000	5,880000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia external i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm-20mm +/-2mm,longitud ajustable,acer inoxidable,punta bisell,mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles,long total 42mm,con Luer-lock,sense làtex,estèril,un ús,ind	ST15-30	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	535	8,000000	8,000000					Desestimada: Presenta de 15G*43 mm, no especifica de 0mm-20mm +/-2mm.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	26	30000126	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia external i de cresta ilíaca de 15G (1,8mm) x 0mm-20mm +/-2mm,longitud ajustable,acer inoxidable,punta bisell,mànec ergonòmic de plàstic amb ales extraïbles,long total 42mm,con Luer-lock,sense làtex,estèril,un ús,ind	BNST016-40	B98705213	IMEOS SL	535	8,000000	7,500000					Desestimada: Presenta de 16G*4 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003793	Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar,connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual	ION18015	A79937926	WACREES, S.A.	30	12,390000	12,300000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	80,00	89,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26																Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	26	30003793	Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar,connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual	ST18-30	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	30	12,390000	10,530000					Desestimada: Presenta de 18G*43 mm	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003793	Agulla pediàtrica per a biòpsia òssia i teràpia intraòssia de 18G (1,2mm) x 3,5cm+/-0,3cm d'acer amb estilet, punta tròcar,connexió luer lock, per a pediatria, èsteril, d'un sol ús, envàs individual	MALB1230-2	B98705213	IMEOS SL	30	12,390000	9,950000					Desestimada: Presenta de 18G*3 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	DJ4011X	A50140706	BECTON DICKINSON SA	98	22,000000	18,000000					Desestimada: Presenta 11G*101 mm.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	DBMNJ1304	A79937926	WACREES, S.A.	98	22,000000	19,000000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	69,39	78,39
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623XJ13090-00	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	98	22,000000	22,000000					Desestimada: Presenta de 13G*90 mm	NO	S	0	6	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	FU1310	B46193827	LELEMAN, S.L.	98	22,000000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	57,32	77,32
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVJT1310	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	98	22,000000	16,480000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	CS13-10	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	98	22,000000	20,500000						SI	S	10	2	2	12	64,31	76,31
NO	26	30003797	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BW1310	B98705213	IMEOS SL	98	22,000000	20,950000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	62,93	69,93
NO	26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	DJ6011X	A50140706	BECTON DICKINSON SA	35	22,000000	18,000000					Desestimada: Presenta de 11 G*152mm.	NO	S	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623XI14050-01	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	35	22,000000	22,000000					Desestimada: Presenta de 14G*50mm.	NO	S	0	6	0	0	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26																10				10			
Página 51																Criteris Objectius				80,00			
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
NO	26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	FU1315	B46193827	LELEMAN, S.L.	35	22,000000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	71,30	91,30	
NO	26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	CS13-15	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	35	22,000000	20,500000						SI	S	10	2	2	12	80,00	92,00	
NO	26	30003798	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 13G (2,4mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BW1315	B98705213	IMEOS SL	35	22,000000	20,950000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	78,28	85,28	
NO	26	30004742	Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús	RN1455	B46193827	LELEMAN, S.L.	459	8,790000	11,000000						SI	S	10	9	10	20	42,76	62,76	
NO	26	30004742	Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús	VVI11430/70	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	459	8,790000	5,880000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00	
NO	26	30004742	Agulla per a biòpsia medul·lar per aspiració de 14G (2,1mm) x 5,5cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, connexió luer-lock, escala graduada per a la seguretat de la penetració, estèril, d'un sol ús	ST14-47	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	459	8,790000	8,250000					Desestimada: Presenta 14G*43mm.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00	
NO	26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, capturator segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	DBMNJ1104TL	A79937926	WACREES, S.A.	780	16,500000	16,500000		DBMNJ1104TL	30007041-30051520	30007041		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	80,00	89,00	
NO	26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, capturator segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	623MM11100-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	780	16,500000	24,750000	Es demana mostra i s'envia a VallHebron, ho donen com a bona la valoració.					SI	S	10	6	7	17	53,33	70,33	
NO	26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, capturator segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	FU1110	B46193827	LELEMAN, S.L.	780	16,500000	23,000000		FU1110	30007041-30051520	30051520	Desestimada: Presenta la mateixa referència a codis saps diferents, s'adequa al sap 30051520.	NO	S	0	9	0	0	0,00	0,00	
NO	26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, capturator segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	VVJT1110	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	780	16,500000	14,440000		VVJT1110	30007041-30051520	30051520	Desestimada: Presenta la mateixa referència a codis saps diferents, s'adequa al sap 30051520.	NO	N	0	9	0	0	0,00	0,00	

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26														Criteris Objectius						80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	26	30007041	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	BNBT011-10	B98705213	IMEOS SL	780	16,500000	15,500000					Desestimada: Es demana mostra a l'empresa i s'envia a VallHebron, la primera mostra està caducada, és demanar que enviïn una mostra que no estigui caducada i envien una referència que no és la que presenten al concurs.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	0	0	0,00	0,00
NO	26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	DBMNJ0804TL	A79937926	WACREES, S.A.	629	16,700000	16,700000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	54,80	63,80
NO	26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	623MM08100-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	629	16,700000	24,750000						SI	S	10	6	7	17	36,98	53,98
NO	26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	FU0810	B46193827	LELEMAN, S.L.	629	16,700000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	39,79	59,79
NO	26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	VVJT0810	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	629	16,700000	11,440000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30015681	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de cresta ilíaca, de 8G (2,8mm) x 10cm+/-0,5cm, d'acer inoxidable, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	BNBT008-10	B98705213	IMEOS SL	629	16,700000	15,500000		BNBT008-10	30015681-30040745	30015681		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	59,05	66,05
NO	26	30019080	Dispositiu de biòpsia òssia amb èmbol i punta de tall cònica angulada, amb marcadors de sortida i tres marcadors de posició en increments d' 1cm. Estèril, un sol ús.	ITA14-30	B96080916	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANI	6	60,000000	42,000000					Desestimada: Presenta agulla aspiració tipus Chiba/Quincke.	NO	S	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	26	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	DBMNJ1106TL	A79937926	WACREES, S.A.	1	16,700000	16,700000		DBMNJ1106TL	30030730-30038069	30030730		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	80,00	89,00
NO	26	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	623MB11150-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	1	16,700000	20,000000						SI	S	10	6	7	17	66,80	83,80
NO	26	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	ULSEC1115C	B46193827	LELEMAN, S.L.	1	16,700000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	58,09	78,09

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26																Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	26	30030730	Agulla per a biòpsia medul·la òssia, de 11G x 15cm+/-1cm amb punta bisellada/diamant d'acer, capturador segur de mostra, amb mandrí metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús	VVJT1115	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	1	16,700000	11,440000		VVJT1115	30030730-30038069	30038069	Desestimada: Presenta la mateixa referència a codis saps diferents, s'adequa al sap 30038069.	NO	N	0	9	0	0	0,00	0,00
NO	26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	DBMNJ1106TL	A79937926	WACREES, S.A.	10	22,000000	16,700000		DBMNJ1106TL	30030730-30038069	30030730	Desestimada: Presenta la mateixa referència a codis saps diferents, s'adequa al sap 30030730.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	0	0	0,00	0,00
NO	26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	623MM11150-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	10	22,000000	24,750000						SI	S	10	6	7	17	36,98	53,98
NO	26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	FU1115	B46193827	LELEMAN, S.L.	10	22,000000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	39,79	59,79
NO	26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVJT1115	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	10	22,000000	11,440000		VVJT1115	30030730-30038069	30038069		SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00
NO	26	30038069	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 15cm+/-1cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BW1115	B98705213	IMEOS SL	10	22,000000	20,950000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	43,68	50,68
NO	26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, capturador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	DBMNJ0806TL	A79937926	WACREES, S.A.	30	16,700000	16,700000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	54,80	63,80
NO	26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, capturador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	623MB08150-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	30	16,700000	20,000000						SI	S	10	6	7	17	45,76	62,76
NO	26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, capturador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	FU0815	B46193827	LELEMAN, S.L.	30	16,700000	23,000000						SI	S	10	9	10	20	39,79	59,79
NO	26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, capturador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	VVJT0815	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	30	16,700000	11,440000						SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 26																10				10			
Página 54																Criteris Objectius				80,00			
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Consideracions	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ	
NO	26	30040745	Agulla per a biòpsia medul·la òssia de 8G (4mm) x 15,0cm+/-1cm, d'acer inoxidable, cànula, capturador segur de mostra, tap de seguretat amb mandril metàl·lic i empunyadura de plàstic per a la seva manipulació, estèril, d'un sol ús.	BNBT008-10	B98705213	IMEOS SL	30	16,700000	15,500000		BNBT008-10	30015681-30040745	30015681	Desestimada: Presenta de 8 g*10 cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	0	0	0,00	0,00	
NO	26	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	DBMNJ1104TL	A79937926	WACREES, S.A.	140	22,000000	16,500000		DBMNJ1104TL	30007041-30051520	30007041	Desestimada: Presenta la mateixa referència a dos codis saps diferents s'adequa al sap 30007041.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	0	0	0,00	0,00	
NO	26	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	FU1110	B46193827	LELEMAN, S.L.	140	22,000000	23,000000		FU1110	30007041-30051520	30051520		SI	S	10	9	10	20	39,79	59,79	
NO	26	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	VVJT1110	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	140	22,000000	11,440000		VVJT1110	30007041-30051520	30051520		SI	N	0	9	10	10	80,00	90,00	
NO	26	30051520	Agulla per a biòpsia/aspiració òssia de cresta ilíaca, de 11G (3mm) x 10cm+/-0,3cm, consta: cànula,estilet de punta bisell,extractor i l'agulla,d'acer inoxidable, connexió Luer-Lock,mànec ergonòmic,sense làtex,estèril, d'un sol ús, envàs individual	BW1110	B98705213	IMEOS SL	140	22,000000	20,950000		BW1110	30051520-30060248	30051520		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	7	7	43,68	50,68	
NO	26	30060248	Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	BMHN1104VX	A79937926	WACREES, S.A.	15	22,120000	22,120000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	8	9	9	80,00	89,00	
NO	26	30060248	Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	623MB11100-10	B08438731	IZASA HOSPITAL, SLU	15	22,120000	21,120000					Desestimada: No especifica en la Product Data, ni Fitxa Tècnica de l'ICS, forats secundaris.	NO	S	0	6	0	0	0,00	0,00	
NO	26	30060248	Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	OBE1111T	B46193827	LELEMAN, S.L.	15	22,120000	25,000000						SI	S	10	9	10	20	70,78	90,78	
NO	26	30060248	Agulla per a biòpsia medul·la òssia amb punta tipus diamant de 11G (3,04mm) x 10cm+/-0,3cm i forats secundaris, cànula i estilet d'acer inox, mànec ergonòmic, estèril, d'un sol ús	BW1110	B98705213	IMEOS SL	15	22,120000	20,950000		BW1110	30051520-30060248	30051520	Desestimada: Presenta la mateixa referència a codis saps diferents, s'adequa al sap 30051520.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	7	0	0	0,00	0,00	

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 27												Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	3	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	27	30018120	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx100+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm,perf 13Gx137mm,ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x234mm+/-20mm.sist/bloq/mostra,estèril,1sol ús	KDPD11/10	A79937926	WACREES, S.A.	56	196,900000	196,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00
NO	27	30018120	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx100+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm,perf 13Gx137mm,ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x234mm+/-20mm.sist/bloq/mostra,estèril,1sol ús	TCAK3010-2	B98705213	IMEOS SL	56	196,900000	149,900000	Desestimada: A la Product Data i Fitxa de l'ICS = Annex D1, incomplerta no especifica ,estilet p/tròcar 2,4x140+/-10mm,perf 13Gx137mm,ag/biòpsia 2,35x200+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x234mm+/-20mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00
NO	27	30018121	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx150+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm,estilet ríg 2,3x300+/-10mm,perf 13Gx187mm,agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x274mm+/-10mm.sist/bloq/mostra,estèril,1 sol ús	KDPD11/15	A79937926	WACREES, S.A.	14	196,900000	196,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00
NO	27	30018121	Equip d'accés i biòpsia òssia per a os dur,compost:cànula de tall 11Gx150+/-10mm,estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm,estilet ríg 2,3x300+/-10mm,perf 13Gx187mm,agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x274mm+/-10mm.sist/bloq/mostra,estèril,1 sol ús	TCAK3015-2	B98705213	IMEOS SL	14	196,900000	149,900000	Desestimada: A la Product Data i Fitxa de l'ICS = Annex D1, incomplerta no especifica estilet p/tròcar 2,4x190+/-10mm,estilet ríg 2,3x300+/-10mm,perf 13Gx187mm,agu/biòpsia 2,35x240+/-10mm,estilet extr/mostra 1,7x274mm+/-10mm.sist/bloq/mostra,	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00
NO	27	30031095	Equip d'agulles per a biòpsia òssia,consta:agulla 11G (3mm)x10cm+/-0,3cm amb guia de profunditat d'acer inoxidable,guia alineació,estilet d'extracció i connector amb funda d'agulla a motor i talla,estèril,un sol ús.Compatible a/motor OnControl o eq	9466-EU-001	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	10	260,000000	260,000000	Desestimada: Presenta agulla de 11 g * 6 cm.	NO	S	0	1	0	0	0	0,00
NO	27	30035747	Equip d'accés manual per a biòpsia d'os dur,de 12G (2,80mm) x 10cm+/-0,5cm,per a accedir a través de l'os cortical i crear una via per a l'extracció de mostra òssia, estèril, envàs individual, estèril.Compatible amb equip de biòpsia òssia Bonoptoy o equiv	12-1272	A79937926	WACREES, S.A.	50	119,800000	119,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00
NO	27	30035747	Equip d'accés manual per a biòpsia d'os dur,de 12G (2,80mm) x 10cm+/-0,5cm,per a accedir a través de l'os cortical i crear una via per a l'extracció de mostra òssia, estèril, envàs individual, estèril.Compatible amb equip de biòpsia òssia Bonoptoy o equiv	TCAM2510-2	B98705213	IMEOS SL	50	119,800000	114,800000	Desestimada: Presenta de 13G*100 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00
NO	27	30035748	Equip d'extracció de mostra de biòpsia d'os dur, de 13G (2,41mm) x 16,5cm+/-1cm, per a utilitzar amb l'equip d'accés manual, envàs individual, estèril. Compatible amb equip d'accés de biòpsia òssia Bonoptoy o equivalent	12-1273	A79937926	WACREES, S.A.	55	92,100000	92,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 27												Criteris Objectius				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	3	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	27	30040191	Equip d'agulles i cànules per a biòpsia òssia,consta:agulla d'accés 10G(3,50mm)x10cm+/-0,3cm,cànula biòpsia coaxial 12G(2,80mm)x14,5cm+/-0,3cm,extractor,mànec,transfer,i talla.no làtex,estèril,1 ús.Compatible amb la unitat motoritzada OnControl o equiv	9463-EU-001	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	4	225,000000	225,000000		SI	S	10	1	2	12,00	80	92,00
NO	27	30040191	Equip d'agulles i cànules per a biòpsia òssia,consta:agulla d'accés 10G(3,50mm)x10cm+/-0,3cm,cànula biòpsia coaxial 12G(2,80mm)x14,5cm+/-0,3cm,extractor,mànec,transfer,i talla.no làtex,estèril,1 ús.Compatible amb la unitat motoritzada OnControl o equiv	TCAK3010-2	B98705213	IMEOS SL	4	225,000000	149,900000	Desestimada: Presenta de 11G*100 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00
NO	27	30051766	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/mànec de 11G(3,04mm)x85mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 13G(2,40mm) i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,1ús	KDPD11/8.5	A79937926	WACREES, S.A.	15	238,000000	238,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00
NO	27	30051766	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/mànec de 11G(3,04mm)x85mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 13G(2,40mm) i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,1ús	TCAK3010-2	B98705213	IMEOS SL	15	238,000000	149,900000	Desestimada: Presenta de 11G*100 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00
NO	27	30053597	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/mànec de 13G x 90mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 15G i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,1ús	KDPD13/9	A79937926	WACREES, S.A.	18	240,000000	240,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	6	10	10	80	90,00
NO	27	30053597	Equip penetració os dur i biòpsia òssia p/os dur,en 2 safates independ p/cada tècnica,compost:cànula treball pu/trocar a/mànec de 13G x 90mm+/-2mm,agulla biòpsia a/punta tallant de 15G i estilet p/retirar mostra,sist/bloqueig mostra,est,1ús	TCAK2510-2	B98705213	IMEOS SL	18	240,000000	149,900000	Desestimada: Presenta de 13G*100 mm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0,00

Fase 01											10		10		80,00		
B/V											Criteris Objectius						
CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 29																	
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	29	30043203	Equip per a biòpsia de tall, consta: Pistola dues opcions, automàtica i semi-automàtica, de 14G (2mm) x 10cm +/- 0,5cm, selecció profunditat de 18mm o 25mm i agulla coaxial incorporada a/trocar de 13G (2,40mm) x 6,9cm +/- 0,5cm, guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús	MQK1410	A50140706	BECTON DICKINSON SA	1119	45,000000	45,000000	SI	S	10	1	10	20	80	100

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 30												Criteris Objectius		90,00		
lot obliga tori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	30	30033778	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equ	701218090	A79937926	WACREES, S.A.	100	24,300000	24,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30033778	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equ	VVD0C1810	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	100	24,300000	21,880000	Desestimada: Presenta coaxial 17G*9 cm. És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30033778	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G (1,25mm) x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equ	PD01810	B98705213	IMEOS SL	100	24,300000	23,500000	Desestimada: Presenta de 18G*10 cm. En PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, no especifica agulla coaxial de 17G(1,40mm)x3,9cm+/-0,3cm. És lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30033779	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701218150	A79937926	WACREES, S.A.	243	24,300000	24,000000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30033779	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1816	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	243	24,300000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30033779	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01815	B98705213	IMEOS SL	243	24,300000	23,500000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps .No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, no especifica agulla coaxial de 17G (1,40mm) x 9,9cm+/-0,5cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043791	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2,0mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701214090	A79937926	WACREES, S.A.	40	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30043791	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2,0mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1413	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	40	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30043791	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G(2,0mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01409	B98705213	IMEOS SL	40	22,500000	22,300000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps .No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, no especifica agulla coaxial de 13G (2,40mm)x 3,9cm+/-0,3cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043792	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701214150	A79937926	WACREES, S.A.	40	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 30												Criteris Objectius		90,00		
lot obliga tori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	30	30043792	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1416	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	40	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30043792	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 14G (2,0mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01415	B98705213	IMEOS SL	40	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps.No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1, agulla coaxial de 13G(2,40mm)x 9,9cm+/-0,5cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043793	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701220150	A79937926	WACREES, S.A.	45	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30043793	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C2016	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	45	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30043793	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD02015	B98705213	IMEOS SL	45	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps .No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1 agulla coaxial de 19G(1,0mm)x 10,2cm+/-0,5cm, lot obligatori	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043794	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701220090	A79937926	WACREES, S.A.	49	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30043794	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C2010	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	49	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30043794	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 20G(0,90mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD02009	B98705213	IMEOS SL	49	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps.No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1 agulla coaxial de 19G (1,0mm)x 4,2cm+/-0,3cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043795	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701216150	A79937926	WACREES, S.A.	60	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30043795	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1616	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	60	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 30							Página 60		Criteris Objectius		90,00		
lot obliga tori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	30	30043795	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/pistola semi-automàtica de 16G(1,60mm)x15cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01615	B98705213	IMEOS SL	60	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps. No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1 agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 9,9cm+/-0,5cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30043796	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701216090	A79937926	WACREES, S.A.	40	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30043796	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1610	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	40	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30043796	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 16G(1,60mm)x 9cm+/-0,5cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01609	B98705213	IMEOS SL	40	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps. No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1 agulla coaxial de 15G(1,80mm)x 3,9cm+/-0,3cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0
SI	30	30050532	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	701218200	A79937926	WACREES, S.A.	15	22,500000	22,500000		SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	90	90
SI	30	30050532	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	VVD0C1820	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	15	22,500000	21,880000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps i el codi sap 30033778, no compleix.	NO	N	0	0	0	0
SI	30	30050532	Equip per a biòpsia de tall, consta: pistola/agulla semi-automàtica de 18G(1,25mm)x 20cm+/-1cm, avanç de 1 o 2cm i agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, a/punta ecogènica guiada p/ecografia, estèril, indiv, 1ús. Compat/agulles coaxials Super-Core o equi	PD01820	B98705213	IMEOS SL	15	22,500000	22,000000	Desestimada: És lot obligatori a tots els codis saps. No especifica en PD o Fitxa tècnica de l' ICS = Annex D1 agulla coaxial de 17G(1,40mm)x 14,9cm+/-0,5cm, lot obligatori.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0

Fase 01 B/V CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 31														Pàgina 61										1010			
														Criteris Objectius				80,00									
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONOMICA	TOTAL PUNTUACIÓ						
NO	31	30009783	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equivalent	LPEEC94S	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	222	12,000000	11,440000						SI	N	0	4	10	10	80,00	90,00					
NO	31	30009783	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, accepta accessoris de 16G i 18G, agulla de polímer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equivalent	NG122	B98705213	IMEOS SL	222	12,000000	11,950000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	5	5	76,59	81,59					
NO	31	30013630	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia ajustable de 3,2cm a 1,9cmx32cm,a/funda làtex de 3,5cmx20cm,accepta accessoris de 16G i 18G,agulla polímer,estèril,1ús.Comp/ecògrafs:Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equ	LPEEC94SX	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	225	15,000000	14,880000	LPEEC94SX	30013630-30028144	30013630			SI	N	0	4	10	10	77,96	87,96					
NO	31	30013630	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia ajustable de 3,2cm a 1,9cmx32cm,a/funda làtex de 3,5cmx20cm,accepta accessoris de 16G i 18G,agulla polímer,estèril,1ús.Comp/ecògrafs:Siemens EC-9-4 i Thosiba (diferents models) o equ	NG122+C	B98705213	IMEOS SL	225	15,000000	14,500000						SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	5	5	80,00	85,00					
NO	31	30016310	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent	GTK02	B46193827	LELEMAN, S.L.	642	17,000000	17,000000						SI	S	10	1	3	13	80,00	93,00					
NO	31	30016310	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent	10682	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	642	17,000000	14,000000	10682	30016310-30034961	CAP	Desestimada: No especifica a la Product Data i Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm.	NO	N	0	0	0	0	0,00	0,00						
NO	31	30016310	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm, per a agulles de 16-18G, d'acer inoxidable, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808 o equivalent	NG002	B98705213	IMEOS SL	642	17,000000	16,000000				Desestimada: No especifica a la Product Data i Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, mides de 11cm+/-0,5cm x 4cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,3cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	0	0	0,00	0,00						
NO	31	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia de 2cm x 20cm+/-1cm,amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,1ús.Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	LPEEC94SX	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	320	21,000000	14,880000	LPEEC94SX	30013630-30028144	30013630	Desestimada: Ref duplicada a dos codis saps diferents, s'adapta al sap 30016310.	NO	N	0	4	0	0	0,00	0,00						
NO	31	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia de 2cm x 20cm+/-1cm,amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,1ús.Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	10638	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	320	21,000000	17,000000				Desestimada: No especifica mida de guia i mida de funda.	NO	N	0	0	0	0	0,00	0,00						
NO	31	30028144	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic,guia de 2cm x 20cm+/-1cm,amb funda de làtex de 3,5cm x 20cm+/-1cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,1ús.Compatible amb ecògrafs: Siemens EC-9-4 i EV9-4 o equivalent	NG122+CJ	B98705213	IMEOS SL	320	21,000000	19,950000				Desestimada: No especifica mida de guia i mida de funda.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	0	0	0,00	0,00						
NO	31	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata,de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent	10214602	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	610	21,160000	18,880000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm.	NO	N	0	4	0	0	0,00	0,00						

Fase 01		B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 31							Pàgina 62				10	10				80,00		
lot obligat ori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
NO	31	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata,de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent	10682	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	610	21,160000	14,000000	10682	30016310-30034961	CAP	Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm.	NO	N	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	31	30034961	Guia d'agulla per a biòpsia de pròstata,de punció biplana simultània, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8808e, 8818 i 9018 o equivalent	NG013	B98705213	IMEOS SL	610	21,160000	19,950000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, mides de 14cm+/-0,5cm x 6cm+/-0,3cm x 2,8cm+/-0,2cm.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	31	30040261	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,d'un sol ús.Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent	LPEEC1123-3.8	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	150	15,300000	13,880000					SI	N	0	4	10	10	80,00	90,00
NO	31	30040261	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,d'un sol ús.Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent	10507	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	150	15,300000	14,000000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, guia de 13,9cm+/-0,5cm	NO	N	0	0	0	0	0,00	0,00
NO	31	30040261	Guia d'agulla per a biòpsia de transductor transvaginal ecogràfic, guia de 13,9cm+/-0,5cm,accepta accessoris de 16G i 18G,guia de polímer,estèril,d'un sol ús.Compatible amb ecògrafs: Esaote EC1123, SE3123 & SE3133, Siemens EC1123 o equivalent	NG008	B98705213	IMEOS SL	150	15,300000	15,200000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, guia de 13,9cm+/-0,5cm	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	31	30042794	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm longitud,p/utilitzar a/agulles de 16G a 19G,estèril,1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equ	LPEV53W	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	50	11,500000	10,880000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm	NO	N	0	4	0	0	0,00	0,00
NO	31	30042794	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm longitud,p/utilitzar a/agulles de 16G a 19G,estèril,1 ús. Compatible amb sondes endocavitàries de Hitachi (models: EUP-V53W, EUP-CC531, EUP-CC531S, C41V1 i CC41R) o equ	NG001	B98705213	IMEOS SL	50	11,500000	11,450000				Desestimada: Presenta de 16G*18G. No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, Ø intern 2mm x 16cm+/-1cm	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	2	0	0	0,00	0,00
NO	31	30043077	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries,angle 1°, accepta accessoris de 16G i 18G, cànula de la guia 10,7cm(4,2")+/-0,5cm,guia de polímer,estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Toshiba PVT-781VT i PVU-781VT o equivalent	LPE781VT	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	134	19,404000	14,880000					SI	N	0	4	10	10	80,00	90,00
NO	31	30043077	Guia d'agulla per a biòpsia per a sondes endocavitàries,angle 1°, accepta accessoris de 16G i 18G, cànula de la guia 10,7cm(4,2")+/-0,5cm,guia de polímer,estèril, d'un sol ús. Compatible amb ecògrafs: Toshiba PVT-781VT i PVU-781VT o equivalent	10513	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	134	19,404000	14,000000				Desestimada: No especifica a la Product Data, ni Fitxa tècnica de l'ICS =Annex D1, cànula de la guia 10,7cm(4,2")+/-0,5cm	NO	N	0	0	0	0	0,00	0,00

Fase 01														B/V	CS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 31	Página 63										10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Fase 01B/VCS/CC00/1101343392/23/AMUP LOT 32															10				10				80,00		
Página 64															Criteris Objectius										
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Ref. Duplicades	Codis Ref. Duplicades	Codi Vàlid	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	UNE-EN ISO 14001:2015	Puntuació 14001:2015	Gamma	Puntuació Gamma	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ				
NO	32	30011154	Agulla per a biòpsia cerebral de 15G x 6" (1,8mm) x 15cm+/-1cm, d'acer inoxidable, precalibrada esterotàctica sense marc, tall de finestra 10 mm, per a neurocirurgia en neuronavegació amb marcadors guiats per navegació, estèril, envàs individual, 1 ús	79.2572111	A08876310	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A	63	561,000000	695,000000				Desestimada: Presenta diàmetre extern de 2,1 mm i longitud de 257mm..	NO	S	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30014166	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent	LPUBKG82	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	2572	21,000000	18,880000					SI	N	0	1	10	10	80	90				
NO	32	30014166	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent	11109	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	2572	21,000000	16,000000	11109	30014166-30040262	cap	Desestimada: Presenta (10-23GA/6-10Fr) .	NO	N	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30014166	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia, consta de: guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G (excepte 19G), funda estèril, gel conductor, estèril, d'un sol ús. Compatible amb transductor ecogràfic i agulla Ultra-Pro II o equivalent	LPUBKG82	B98705213	IMEOS SL	2572	21,000000	19,000000	LPUBKG82			Desestimada: No especifica ni a la Product Data, ni a la Fitxa Tècnica de l'ICS =Annex D1, funda estèril, gel conductor.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30017244	Guia per a agulla biòpsia mamària amb punta tancada,per a agulles de 20G a 22G (0,7mm a 0,9mm). Compatible amb l'equip d'esterotaxia Stereo Loc Lorad o equivalent	LNGC2022YX	A79937926	WACREES, S.A.	80	12,900000	12,800000					SI	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	1	10	10	80	90				
NO	32	30026463	Guia d'agulla per a biòpsia de diàmetre variable entre 0,6mm a 2,1mm,d'acer, reutilitzable. Compatible amb transductor ecogràfic BK Medical 8802,8820e,8830 I9040 o equivalent	10250	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	2	2088,000000	1400,000000				Desestimada: No especifica per a biòpsia de diàmetre variable entre 0,6mm a 2,1mm.	NO	N	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30040262	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia,amb pestanya gran,consta:guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G(excepte 19G),funda estèril 14x91,5cm+/-10cm,gel conductor,i gom/elàst,estèril,1ús.Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equ	10613302	B66093568	UMBERT & JAKOBSEN SOLUTIONS SL	24	21,140000	18,880000				Desistiment: Codi sap duplicat amb el codi 30014166, és dona de baixa el codi 30040262.	NO	N	0	1	0	0	0	0				
NO	32	30040262	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia,amb pestanya gran,consta:guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G(excepte 19G),funda estèril 14x91,5cm+/-10cm,gel conductor,i gom/elàst,estèril,1ús.Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equ	11109	B86480902	MERMAID MEDICAL IBERIA, SL	24	21,140000	16,000000	11109	30014166-30040262	cap	Desistiment: Codi sap duplicat amb el codi 30014166, és dona de baixa el codi 30040262.	NO	N	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30040262	Equip per a guia d'agulla per a biòpsia,amb pestanya gran,consta:guia que accepta diferents gauges de 8,5Fr i de 14G a 23G(excepte 19G),funda estèril 14x91,5cm+/-10cm,gel conductor,i gom/elàst,estèril,1ús.Comp/transd/ecograf i agulla Ultra-Pro II o equ	LPUBKG82	B98705213	IMEOS SL	24	21,140000	19,000000	LPUBKG82			Desistiment: Codi sap duplicat amb el codi 30014166, és dona de baixa el codi 30040262.	NO	No aporta certificat , no està especificat al Annex D1 o Product Data	0	0	0	0	0	0				
NO	32	30053579	Agulla per a anestèsia paracervical, diàmetre 20G i 270mm+/-10mm de llargària. Un sol ús.sense làtex	2PB02N	B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA, SL	5	28,600000	24,780000					SI	S	10	1	10	20	80	100				
NO	32	30060266	Casset de buit a/tubs incorporats,per biòpsia de mama assistida per buit, connexió amb cistella de residus fisiològics i connexió a l'agulla de biòpsia, connectors a pressió. Compatible amb sistema d'esterotàxia i d'ecografia SenoRx Encor o equiv	DS4001	A50140706	BECTON DICKINSON SA	152	13,580000	13,580000					SI	S	10	1	10	20	80	100				