

Plec tècnic pel manteniment integral de l'equip de radioteràpia superficial XStrahl-100 de l'Institut Català d'Oncologia-Girona (CP-2023-29)

1. OBJECTE D'ADQUISICIÓ

L'objecte d'aquesta contractació és el servei de manteniment integral de l'equip de radioteràpia superficial XStrahl-100 de l'ICO-Girona, comprenent el període que va de l'1 de gener de 2024 fins al 31 de desembre de 2027.

2. SERVEIS

L'adjudicatari haurà de prestar els següents serveis:

- Un servei de manteniment preventiu d'acord amb el protocol establert pel fabricant, amb un mínim de dues revisions anuals, que inclourà una inspecció general del sistema i una revisió del funcionament del sistema, calibrant el sistema quan sigui necessari, lubricació del sistema i substitució o neteja de filtres, complimentant avisos de canvi i actualitzacions d'enginyeria de camps operatius i de fiabilitat de poca importància i un altre manteniment correctiu no urgent. L'adjudicatari portarà a terme aquest manteniment previst durant les hores de cobertura del servei i en la data que es convingui mútuament.
- Un servei de reparació, quan es produeixin errors en els equips i sigui sol·licitat. El servei de reparació inclourà el cost de la substitució per l'adjudicatari de les peces necessàries en funció de la peça canviada o renovada, exceptuant el tub de raigs-x, i la ma d'obra necessària per instal·lar les peces de substitució.
- El manteniment dels equips contractats en condicions operatives el 95% del temps útil. S'entén per condicions operatives el temps durant el que l'equip està en condicions de realitzar tractaments. S'entén com el 100% de temps útil, sobre el còmput anual, el resultant de considerar 8 hores de treball diari i 5 dies a la setmana, excepte festius i dies dedicats a revisions preventives.
- Les avaries que es puguin produir durant el període de vigència del contracte seran ateses en un termini no superior a 24 hores hàbils, comptades a partir de la notificació de l'avaria a l'adjudicatari.

3. COBERTURA

- Servei de dilluns a divendres de 8 a 18 h.
- Els viatges necessaris per tal de poder prestar el servei estaran inclosos en el preu del manteniment.
- Si el contracte de manteniment inclogués les actualitzacions de tecnologia, l'adjudicatari realitzarà les actualitzacions de software i hardware dels equips de la següent manera:
 - o Actualitzacions de Software: Es proporcionarà per part de l'adjudicatari les últimes actualitzacions disponibles.

- o Actualitzacions de Hardware: L'adjudicatari proporcionarà el més recent possible en les quantitats que pacti amb l'ICO.
- o Aquestes actualitzacions únicament seran pels equips ubicats a les instal·lacions de l'ICO. Aquestes actualitzacions no inclouen funcionalitat, aplicacions, opcions o uns altres elements similars no adquirits pels equips, inclosos, a títol enunciatiu que no limitatiu, el software de protecció de virus.

4. REQUERIMENTS LEGALS

L'empresa adjudicatària ha d'estar autoritzada per pel Consejo de Seguridad Nuclear per portar a terme la comercialització i assistència tècnica dels equips de radioteràpia superficial per raigs x fabricats per XStrahl Ltd.

5. PENALITZACIONS

En cas que l'empresa adjudicatària de la present licitació, incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l'Institut Català d'Oncologia podrà optar per la imposició de les penalitats que tot seguit es descriuen:

Superar el temps de resposta, pel que fa a contacte d'un enginyer de suport, a més de 24 h, que és el temps màxim de resposta exigít com a requeriment: 15% de l'import mensual del contracte.

Document signat digitalment