

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101362118/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL FUNGIBLE I
INSTRUMENTAL PER ODONTOLOGIA, ENDODÒNCIA I
OBTURACIÓ PER ALS CENTRES DE L'INSTITUT CATALÀ DE
LA SALUT. - COMPLEMENTARI

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material fungible i instrumental per odontologia, endodòncia i obturació per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

S'han de presentar les següents certificacions pels materials dels lots descrits a continuació:

- **UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent** del material dels lots: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25 i 26.
- **UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent** del material dels lots: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 i 26.
- **UNE-EN ISO 3964:2017** del material del lot 16.
- **UNE-EN ISO 60601-1-2:2015** del material del lot 22.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereix en el punt 2.3 d'aquest plec.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la documentació que es requereixi. No s'han d'emplenar els camps referents al criteri d'amplitud de gamma ja que aquest el comptabilitzarà l'Institut Català de la Salut segons la quantitat d'ofertes vàlides tècnicament per cada lot.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'ANNEX E – presentació de mostres.

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1100XXXXXX/XXXX/AA]

- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

[Les mostres seran avaluades en X centres. Per tant, cal presentar tants jocs de mostres com centres avaluadors]

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'ANNEX E – Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a [Departament i persona que ha de rebre la mostra] a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'ANNEX E, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Previsió de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005

- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.

- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte

- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es puguí posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment

ANNEX D4 - Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101362118/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT
1	Agulles dentals	NO OBLIGATORI
2	Obturació	NO OBLIGATORI
3	Endodòncia-1	NO OBLIGATORI
4	Endodòncia-2	NO OBLIGATORI
5	Ciments odontològics	NO OBLIGATORI
6	Prevenció i profilaxis odontològica	NO OBLIGATORI
7	Anells intraorals	NO OBLIGATORI
8	Material divers odontologia	NO OBLIGATORI
9	Fòrceps odontològics	NO OBLIGATORI
10	Elevadors / botadors dentals	NO OBLIGATORI
11	Freses / broques dentals	OBLIGATORI
12	Curetes /culleretes dentals	NO OBLIGATORI
13	Sondes dentals	NO OBLIGATORI
14	Espàtules / atacadors dentals	NO OBLIGATORI
15	Llimes dental	NO OBLIGATORI
16	Adaptadors per a motors dentals / mànecs dental	NO OBLIGATORI
17	Pinces dissecció dental - Pinces Gúbies -Espaiador-Porta Clamps	NO OBLIGATORI
18	Separadors i Obreboques	NO OBLIGATORI
19	Porta pel·licules dental	NO OBLIGATORI
20	Mànec recanvi	NO OBLIGATORI
21	Caixes Porta freses	NO OBLIGATORI
22	Vibradora amalgama	NO OBLIGATORI
23	Puntes d'ultrasó (inserts) i Claus	OBLIGATORI
24	Lampada alcohol	NO OBLIGATORI
25	Fantoma maxilars	NO OBLIGATORI
26	Periostotms dentals	NO OBLIGATORI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001140

Descripció tècnica:

Agulla per a anestèsia dental de 30G (0,3mm) x 25mm. Sistema de seguretat actiu. Consta de doble agulla d'acer inoxidable siliconat, cos de poli propilè transparent que encaixa amb èmbol de plàstic d'aspiració per presió, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30006805

Descripció tècnica:

Ciment endodòncia en pasta amb automescladora, protector gingival després del tractament, envàs de 60 grs+/-5g

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30006938

Descripció tècnica:

Pinzell fi de niló per a l'aplicació d'adhesius o altres materials, un sol ús. Compatibles amb mànec codi SAP 80012526

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30006947

Descripció tècnica:

Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 0, llargària 225cm + /-10%.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30006948

Descripció tècnica:

Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 1, llargària 225cm + /-10%.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30006952

Descripció tècnica:

Boletes de cotó desengreixades, número 0, diàmetre 5mm amb envàs dispensador.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30007316

Descripció tècnica:

Matriu metàl·lica d'acer inoxidable en caixa dispensadora, gruix 0,03mm, amplada 6mm. Rotlle 3m

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30007328

Descripció tècnica:

Punta de paper, ISO 20, amb codi de colors, estèril.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30007508

Descripció tècnica:

Cànula dental d'aspiració quirúrgica. Mida diàmetre 4,8mm (punta 2,5mm no extraïble), llargària 13,5 cm +/-2 cm. Estèril. Envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30008086

Descripció tècnica:

Copes de goma per a profilaxis amb estries per a contra-angle fins a 500 0rpm, per a pulit.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30008121

Descripció tècnica:

Compòsit de consistència fluida (tipus Flow) , radioopac, per a restaura cions. Color A2. Xeringa i puntes. 2 gr.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30008388

Descripció tècnica:

Cera de moldejar en làmines, color rosa, mida 174 x 94 x 15 mm +/-2mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30008558

Descripció tècnica:

Capçal en punta de PVC rebutjable per a oli lubricant en esprai per a mi cromotor.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30009541

Descripció tècnica:

Alginat en pols. 500gr +/-50gr

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30010241

Descripció tècnica:

Loseta de vidre per a preparar ciments. Mida 18cm x 8cm +/-1cm i gruix 1 cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30013545

Descripció tècnica:

Anell elàstic intraoral diàmetre 9,4 mm força 6,5 onzas de goma natural de làtex

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30013621

Descripció tècnica:

Agulla dental de 21G (0,8mm) x 25mm,pu-roma, d'acer inoxidable siliconat ,estèril, d'un sol ús, compatible amb els vials Duraphat i Calasept o eq
uivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30014848

Descripció tècnica:

Crema reparadora canals (Edta) àcid tetra-acètic diamino etilè, envàs xe ringa 1,5 gr amb aplicadors.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30014850

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 15

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30014851

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 20

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30014852

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 25

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30014853

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 30

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30014854

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 35

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30014855

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 40

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30014890

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 15

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30014891

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 20

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30014892

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 25

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30014893

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 30

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30014894

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 35

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30014895

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 40

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30014921

Descripció tècnica:

Punta de gutaperxa tipus protaper F1-F2-F3 amb la mateixa conicitat i mi da.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30014951

Descripció tècnica:

Regla de plàstic autoclavable, per mesurar limes, puntes i material d'en dodòncia tipus Minifix o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30016190

Descripció tècnica:

Puntes dispensadores de gel d'àcid per a la gravació amb composite.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30035724

Descripció tècnica:

Funda higiènica per a sensor numéric dental,plàstic transparent digital. Mida:4+/-0,5x20+/-2cm.s/àtex.1sol ús.Compat scànerPSPIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30062053

Descripció tècnica:

Resina radioopaca per obturació de conductes radiculars a base de epoxia mina. Consta de caixa amb pasta base i pasta catalitzadora.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30062054

Descripció tècnica:

Sistema de matrius sense retenidor 96 unit +/-4unitats tipus Automate II I i tenalles de tall, per restauracions de classe II. Un sol ús

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30062055

Descripció tècnica:

Càpsules de dentina bioactiva a base de silicat tricàlcic que posseeix propietats similars a la dentina sana , proporciona les condicions òptimes per conservar la vitalitat polpar. Presentació per caps 0,7gr pols i 1 líquid en mono dosis

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30062056

Descripció tècnica:

Falques interdentials tipus Hawe de fusta d'auró sense pinça adaptadora. 6 mides diferents. 400 unitats +/-50 unitats.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30062057

Descripció tècnica:

Espaiador tipus Pluggers per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la guttapercha . Longitud 25mm. ISO 030.Color blau

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30062058

Descripció tècnica:

Espaiador tipus Spreaders per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la gutaperxa. Longitud 15/40mm. 6 mides amb codi de colors. ISO 030

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30062059

Descripció tècnica:

Ciment restaurador condensable de ionòmer de vidre tipus Fuji IX GP o equivalent. Alta resistència al desgast. Adhesió intrínseca a dentina i esmal molt bona. Reduïda solubilitat aquosa. Presentació 15gr./-2gr.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30062060

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R25. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturació en fred i calent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30062061

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R40. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturació en fred i calent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30062062

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa rígides per una fàcil inserció i amb elevada elasticitat per millor condensació i assecat. Radiopaques, biocompatibles i s/c admi

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30062063

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N25, codi colors ISO

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30062064

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N15-40 assortit variat, codi colors ISO. Per una obturació òptima i una inserció segura a l'àpex

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30062065

Descripció tècnica:

Puntes de gutaperxa accessòries tipus A Xfine de 30mm, fàcil inserció, e levada elasticitat i millora condensació i assecat. Radioopaques, biocompatibles i sense cadmi.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30062066

Descripció tècnica:

Puntes de paper codificades en colors ISO per assecar el canal radicular abans de l'obturació. Assortit 15-40. Presentació 200u+/-10u

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30062067

Descripció tècnica:

Puntes de paper compatibles amb les llimes recíproc I de 29mm, blau R25

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30062068

Descripció tècnica:

Dents acrílics de PMMA tipus IVOSTAR A-D anteriors per fabricar pròtesis d'alta qualitat.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30062694

Descripció tècnica:

Solució de fluor diamino de plata al 38% sense base amònica.Presentació en 2 pasos.Pas 1:Fluor de Ag.1,5ml.Pas 2:Soluc Iodur de K.3ml.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30062695

Descripció tècnica:

Càpsules fluor diamino de Ag per aplicació de la solució.Pas1: càps blau es.Pas 2:càps verdes.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 80000223

Descripció tècnica:

Fòrceps dental, acer inox, adult, molar inferior, banya de vaca.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 80000252

Descripció tècnica:

Fresa dental Allport, acer inox, ISO 031, per a turbina, punta rodona, 3 ,0mm longitud part activa. Mida: 44mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 80000253

Descripció tècnica:

Periostotom dental, grip, punta 3mm, acer inox.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 80000254

Descripció tècnica:

Periostòtom dental, grip, punta 5mm d'amplada, acer inox.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 80000257

Descripció tècnica:

Adaptador ultrasònic, per a neteja, instrument universal, autoclavable 1 34°. Compatble amb Satelec o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 80000262

Descripció tècnica:

Fresa dental Zekrya, acer inox, per a turbina, punta roma diamant, 11,0 mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 80000278

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20. Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 80000279

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25. Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 80000288

Descripció tècnica:

Fresa dental carbur de tungsté turbina, Zekrya, punta roma, 9mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 80000320

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, Komet 2, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival arrodonida, gra gruixut, color verd, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 80000323

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 014, per a turbina, punta diamant extrem de bola, gra gruixut, color verd, 1,4mm longitud part activa. Mida 19mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 80000325

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 018, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 1,8mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 80000326

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 022, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 2,2mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 80000373

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental, punta recta 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 80000374

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental, punta corba 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 80000430

Descripció tècnica:

Gúbia dental, per a tallar teixit, acer inox. Mida: 16,5cm+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 80000432

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental Winter, esquerre, 14L, punta llanceta, arrels inferiors, mànec en "T", acer inox. Mida: 11cm+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 80000769

Descripció tècnica:

Sonda dental n°6, diagnòstica, simple activa, de 1,5 x 8mm llarg, d'acer inoxidable.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 80000771

Descripció tècnica:

Sonda dental n°17, diagnòstica, simple activa, de 1,5mm x 4mm llarg, d'a cer inoxidable.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 80000909

Descripció tècnica:

Cureta dental inox Osteotrimer raspadora, càlculs supragingivals

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 80001220

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 016, per a turbina, punta diamant forma cònic en punta, gra fi, color vermell, 3,5mm longitud part activa.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 80001478

Descripció tècnica:

Fresa dental Zekrya, carbur de tungstè, per a turbina, punta llarga, 11mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 80001602

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival, gra fi, color vermell, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm

.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 80001926

Descripció tècnica:

Retractor de llavis, per a odontologia, de material plàstic, reutilitzable, autoclavable a 121°C. Mida per a adult i nen. 1 unitat de cada

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 80001954

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obtenció. Màneg plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació. Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35. Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 80003240

Descripció tècnica:

Fresa dental HM 141 Allport, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 5,0mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 80003241

Descripció tècnica:

Fresa dental HM 141, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 2,3mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 80003841

Descripció tècnica:

Pinça porta-clamps dental tipus Ivory, acer inox. Mida: 17cm+/-1cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 80004442

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N30.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 80004490

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 80004534

Descripció tècnica:

Pinça dental, amb canal, amb tancament, per a subjectar una punta de gut aperxa, acer inox.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 80005614

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental Heidbrink, punta recte, per arrels superiors, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 80005615

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs esquerre, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 80005616

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs dret, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 80005970

Descripció tècnica:

Fresa dental, carbur de tungstè i diamant, tipus Maillefer, ISO 016, co ll llarg, llisa, contra angle, per a endodòncia. C/5 freses.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 80006410

Descripció tècnica:

Model gegant dels maxil·lars (fantomas) per a la demostració del raspall at i maneig del fil i raspalls interproximals. Inclou raspall. Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 80007210

Descripció tècnica:

Sonda dental, doble exploradora Fig 17/23, un extrem en angle recte, l'a ltre extrem angulat punta de 3mm, d'acer inoxidable. Mida: 17,5cm+/-1cm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 80007613

Descripció tècnica:

Fresa dental, acer inox, ISO 010, per a turbina, punta diamant forma d'a gulla, grà molt fi, color groc, 11,0mm longitud part activa. Mida: 19mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 80007617

Descripció tècnica:

Fresa dental Maifeller 149, acer inox punta tungstè, ISO 012, per a turb ina, punta cònica de tall transversal. Mida: 19mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 80007619

Descripció tècnica:

Fresa dental, de carbur tungsté, ISO 016, per a turbina, longitud part activa 9.0mm. Mida: 25mm+/-1mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 80008008

Descripció tècnica:

Sonda dental, acer inox, doble exploradora corbada fig 5/6.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 80009223

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental,N 5R, punta recta 5mm, acer inox, mànec de plà stic color identificatiu.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 80009224

Descripció tècnica:

Elevador / botador dental,N 5C punta corba 5mm, acer inox, mànec de plàs tic color identificatiu.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 80010196

Descripció tècnica:

Peça de mà/Contra-angle quirúrgic,implantologia i cirurgia Màxil·lofacia 1,velocitat 20:1,desmontable,sense llum,sistema subjecció Hexagon,per a freses quirúrgiques a/sistema subjecció per a contra angles de Ø2,35mm,s istema d'ancoratge ISO 3964.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 80011404

Descripció tècnica:

Porta pel·lícula dental de mossegada posterior periapical de color verme ll, de plàstic, consta de: anell amovible, placa oclusal, pinça rotativa per a la pel·lícula, autoclavable fins a 134°C. Caixa de 4 mossegades p osteriors i 1 anell.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 80012420

Descripció tècnica:

Peça de mà Scaler ultrasons tipus SATELEC sense llum. Movim linial de la punta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compati ble sistema ACTEON o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 80012421

Descripció tècnica:

Peça de mà Scaler ultrasons tipus EMS sense llum. Movim linial de la pun ta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compatibles istema WOODPECKER i MECKTRON o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 80012422

Descripció tècnica:

Peça de mà Scaler ultrasons. Moviment linial, oscilació 24-32Khz, inten sitat llum 25 lux, llarg 10,3cm i pes 50gr.Kit inclou peça de mà a/ tubc onnexió a unitat tractam, 3 puntes(1x201,1x202,1x203),1 clau dinamomètr ica,tarja medició desgast,1 steribox.C

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 80012423

Descripció tècnica:

Punta ultrasó GD1 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. P er remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Llarg punta 10,2m m i amplada 0,8mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 80012424

Descripció tècnica:

Punta ultrasó GD2 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. P er remoure dipòsits supragingivals resistents a la superfície plana fina l de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 80012425

Descripció tècnica:

Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a lap eça de mà SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 80012426

Descripció tècnica:

Punta ultrasó Scaler,raspada universal per eliminar sarro dental supragi ngival a tots el quadrants des de la vora fins al surc.Compatible amb si stema KAVO o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 80012427

Descripció tècnica:

Punta ultrasó Scaler,202,raspada amb profunditat per eliminar sarro dent al als espais interdentials i a la zona del surc.Compatible amb sistema K AVO o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 80012429

Descripció tècnica:

Punta ultrasó A2 . Compatible amb sistema alliage/saevo. Per remoure dip ósits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 80012430

Descripció tècnica:

Punta ultrasó G1 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equi valent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Llarg punta 10,2mm i amplada 0,8mm.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 80012431

Descripció tècnica:

Punta ultrasó G2 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equi valent. Per remoure dipòsits supragingivals resistents a la superfície plana final de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 80012433

Descripció tècnica:

Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a la peça de mà EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 80012437

Descripció tècnica:

Punta ultrasó A1 . Compatible amb sistema Alliage/Saevo o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 80012491

Descripció tècnica:

Obreboques de silicona elàstica. Per tractaments llarga durada. Esterilitzable en autoclau. 6 unitats talla P (3,6cm alt i 2cm ample) i 6 unitats talla G (4cm alt i 2,4 cm ample)

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 80012492

Descripció tècnica:

Atacador tipus Markley Pluggers de Bontempi o equivalent amb doble espàtula, rodó per ciment.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 80012493

Descripció tècnica:

Escaiador manual tipus Maillefer, part activa 19mm. Acer inoxidable.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 80012494

Descripció tècnica:

Làmpada odonto d'alcohol d'acer inoxidable. Inclou metxa.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 80012495

Descripció tècnica:

Instrument manual per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació .Mànegc plàstic i topall de goma.codi colors ISO per identificació . Acer inox.Autoclavable. 6 unitats mides N30 Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 80012496

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40. Longit ud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 80012497

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 80012498

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 80012499

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 80012500

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 80012501

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 80012502

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 80012503

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 80012505

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 80012506

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 80012508

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 80012511

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N30.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 80012512

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 80012514

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 80012515

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 80012517

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 80012518

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40. Longit ud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 80012519

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 45/80. Longit ud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 80012520

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l' obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40. Longit ud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 80012521

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25. Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 80012522

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25. Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 80012523

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25. Longitud 40mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 80012524

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R40. Longitud 25mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 80012525

Descripció tècnica:

Màneg recanvi Automate III, necessari per ajustar la matriu a la dent. C ompatible amb Automatrix o equivalent i 30062054

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 80012526

Descripció tècnica:

Màneg de plàstic per pinzells rebutjables aplicadors d'adhesius, àcids i primers.

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 80012527

Descripció tècnica:

Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tap a. Capacitat per 36 freses tipus CA i FG

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 80012528

Descripció tècnica:

Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tap a. Capacitat per 36 freses tipus FG

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 80012529

Descripció tècnica:

Caixa endodòncia per 60 instruments amb 4 recipients per gutaperxa i pap er. Alumini. Mida 13cmx5cmx4cm +/-1cm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 80012530

Descripció tècnica:

Vibradora d'amalgama de 4500rpm, model tipus SEPTODON SYG200 230v/50Hz o equivalent

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 80012694

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6uni tats. Mida R40. Longitud 21mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 80012700

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6uni tats. Mida R25. Longitud 31mm

SOL.COMANDA: 1101362118 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 80012701

Descripció tècnica:

Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular a mb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6uni tats. Mida R40. Longitud 31mm

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** ‘intro’ en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM											
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A											
3	Empresa:																
4	NIF:																
5	Data																
6	Segell Empresa:																
7	Signatura:																
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B											
9	Número oferta Variant:																
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada		
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diaèmetre de 0,018",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI									
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobrimnt polimer hidrofílic,diaèmetre de 0,014",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI									
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobrimnt hidrofílic,diaèmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i											
Oferta																	
Hoja4 Hoja1 Hoja2 Hoja3 + < >																	

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			Codi SAP
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
(SI/NO)			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
-----------------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	
-----	--

Nom	

[illegible]

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

		DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXX_1101362118_AnnexD3_30013621				
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC						
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
1	30013621	Agulla dental de 21G (0,8mm) x 25mm,pu-roma, d'acer inoxidable siliconat,estèril, d'un sol ús, compatible amb els vials Duraphat i Calasept o equivalent						
1	30001140	Agulla per a anestèsia dental de 30G (0,3mm) x 25mm. Sistema de seguretat actiu. Consta de doble agulla d'acer inoxidable siliconat, cos de polipropilè transparent que encaixa amb èmbol de plàstic d'aspiració per pressió, estèril, d'un sol ús						
2	30006947	Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 0, llargària 225cm +/-10%.						
2	30006948	Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 1, llargària 225cm +/-10%.						
2	30007316	Matriu metàl·lica d'acer inoxidable en caixa dispensadora, gruix 0,03mm, amplada 6mm. Rotlle 3m						
2	30008121	Compòsit de consistència fluida (tipus Flow) , radioopac, per a restauracions. Color A2. Xeringa i puntes. 2 gr.						
2	30062054	Sistema de matrius sense retenidor 96 unit +/-4unitats tipus Automate III i tenalles de tall, per restauracions de classe II. Un sol ús						
2	30062056	Falques interdental tipus Hawe de fusta d'auró sense pinça adaptadora. 6 mides diferents. 400 unitats +/-50 unitats.						
3	30007328	Punta de paper, ISO 20, amb codi de colors, estèril.						
3	30014850	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 15						
3	30014851	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 20						
3	30014852	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 25						
3	30014853	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 30						
3	30014854	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 35						
3	30014855	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 40						
3	30014890	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 15						
3	30014891	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 20						
3	30014892	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 25						
3	30014893	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 30						
3	30014894	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 35						
3	30014895	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 40						
3	30014921	Punta de gutaperxa tipus protaper F1-F2-F3 amb la mateixa conicitat i mida.						
3	30062057	Espaiador tipus Pluggers per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la guttapercha . Longitud 25mm. ISO 030.Color blau						
3	30062058	Espaiador tipus Spreaders per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la gutaperxa. Longitud 15/40mm. 6 mides amb codi de colors. ISO 030						
3	30062060	Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R25. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturgació en fred i calent						
3	30062061	Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R40. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturgació en fred i calent						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD3_30013621			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
3	30062062	Puntes de gutaperxa rígides per una fàcil inserció i amb elevada elasticitat per millor condensació i assecat. Radiopaques, biocompatibles i s/cadmi						
3	30062063	Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N25, codi colors ISO						
3	30062064	Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N15-40 assortit variat, codi colors ISO. Per una obturació òptima i una inserció segura a l'àpex						
3	30062065	Puntes de gutaperxa accessòries tipus A Xfine de 30mm, fàcil inserció, elevada elasticitat i millora condensació i assecat. Radioopaques, biocompatibles i sense cadmi.						
3	30062066	Puntes de paper codificades en colors ISO per assecar el canal radicular abans de l'obturació. Assortit 15-40. Presentació 200u+/-10u						
3	30062067	Puntes de paper compatibles amb les llimes recíproc I de 29mm, blau R25						
4	30014848	Crema reparadora canals (Edta) àcid tetra-acètic diamino etilè, envàs xeringa 1,5 gr amb aplicadors.						
4	30062694	Solució de fluor diàmino de plata al 38% sense base amònica.Presentació en 2 pasos.Pas 1:Fluor de Ag.1,5ml.Pas 2:Soluc iodur de K.3ml.						
4	30062695	Càpsules fluor diàmino de Ag per aplicació de la solució.Pas1: càps blaves.Pas 2:càps verdes.						
5	30006805	Ciment endodòncia en pasta amb automescladora, protector gingival després del tractament , envàs de 60 grs+/-5g						
5	30062053	Resina radioopaca per obturació de conductes radiculars a base de epoxiamina. Consta de caixa amb pasta base i pasta catalitzadora.						
5	30062055	Càpsules de dentina bioactiva a base de silicat tricàlcic que posseeix propietats similars a la dentina sana , proporciona les condicions òptimes per conservar la vitalitat polpar. Presentació per caps 0,7gr pols i líquid en mono dosis						
5	30062059	Ciment restaurador condensable de ionòmer de vidre tipus Fuji IX GP o equivalent. Alta resistència al desgast. Adhesió intrínseca a dentina i esmalt molt bona. Reduïda solubilitat aquosa. Presentació 15gr.+/-2gr.						
5	30062068	Dents acrílics de PMMA tipus IVOSTAR A-D anteriors per fabricar pròtesis d'alta qualitat.						
6	30008086	Copes de goma per a profilaxis amb estries per a contra-angle fins a 5000rpm, per a pulit.						
7	30013545	Anell elàstic intraoral diàmetre 9,4 mm força 6,5 onzas de goma natural de làtex						
8	30006938	Pinzell fi de niló per a l'aplicació d'adhesius o altres materials, un sol ús. Compatibles amb mànec codi SAP 80012526						
8	30006952	Boletes de cotó desengreixades, número 0, diàmetre 5mm amb envàs dispensador.						
8	30007508	Cànula dental d'aspiració quirúrgica. Mida diàmetre 4,8mm (punta 2,5mm no extraïble), llargària 13,5 cm +/-2 cm. Estèril. Envàs individual.						
8	30008388	Cera de moldejar en làmines, color rosa, mida 174 x 94 x 15 mm +/-2mm.						
8	30008558	Capçal en punta de PVC rebutjable per a oli lubricant en esprai per a micromotor.						
8	30009541	Alginat en pols. 500gr +/-50gr						
8	30010241	Loseta de vidre per a preparar ciments. Mida 18cm x 8cm +/-1cm i gruix 1cm.						
8	30014951	Regla de plàstic autoclavable, per mesurar limes, puntes i material d'endodòncia tipus Minifix o equivalent						
8	30016190	Puntes dispensadores de gel d'àcid per a la gravació amb composite.						
8	30035724	Funda higiènica per a sensor numèric dental,plàstic transparent digital.Mida:4+/-0,5x20+/-2cm.s/àtex.1sol ús.Compat scànerPSPIX o equivalent.						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD3_30013621			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
9	80000223	Fòrceps dental, acer inox, adult, molar inferior, banya de vaca.						
10	80000373	Elevador / botador dental, punta recta 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80000374	Elevador / botador dental, punta corba 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80000432	Elevador / botador dental Winter, esquerre, 14L, punta llanceta, arrels inferiors, mànec en "T", acer inox. Mida: 11cm+/-0,5cm.						
10	80005614	Elevador / botador dental Heidbrink, punta recte, per arrels superiors, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80005615	Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs esquerre, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80005616	Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs dret, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80009223	Elevador / botador dental,N 5R, punta recta 5mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80009224	Elevador / botador dental,N 5C punta corba 5mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
11	80000252	Fresa dental Allport, acer inox, ISO 031, per a turbina, punta rodona, 3,0mm longitud part activa. Mida: 44mm+/-1mm.						
11	80000262	Fresa dental Zekrya, acer inox, per a turbina, punta roma diamant, 11,0mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80000288	Fresa dental carbur de tungstè turbina, Zekrya, punta roma, 9mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80000320	Fresa dental, acer inox, Komet 2, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival arrodonida, gra gruixut, color verd, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm.						
11	80000323	Fresa dental, acer inox, ISO 014, per a turbina, punta diamant extrem de bola, gra gruixut, color verd, 1,4mm longitud part activa. Mida 19mm+/-1mm.						
11	80000325	Fresa dental, acer inox, ISO 018, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 1,8mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.						
11	80000326	Fresa dental, acer inox, ISO 022, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 2,2mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.						
11	80001220	Fresa dental, acer inox, ISO 016, per a turbina, punta diamant forma cònica en punta, gra fi, color vermell, 3,5mm longitud part activa.						
11	80001478	Fresa dental Zekrya, carbur de tungstè, per a turbina, punta llarga, 11mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80001602	Fresa dental, acer inox, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival, gra fi, color vermell, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm.						
11	80003240	Fresa dental HM 141 Allport, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 5,0mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.						
11	80003241	Fresa dental HM 141, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 2,3mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.						
11	80005970	Fresa dental, carbur de tungstè i diamant, tipus Maillefer, ISO 016, coll llarg, llisa, contra angle, per a endodòncia. C/5 freses.						
11	80007613	Fresa dental, acer inox, ISO 010, per a turbina, punta diamant forma d'agulla, grà molt fi, color groc, 11,0mm longitud part activa. Mida: 19mm+/-1mm.						
11	80007617	Fresa dental Maifeller 149, acer inox punta tungstè, ISO 012, per a turbina, punta cònica de tall transversal. Mida: 19mm+/-1mm.						
11	80007619	Fresa dental, de carbur tungstè, ISO 016, per a turbina, longitud part activa 9.0mm. Mida: 25mm+/-1mm.						
12	80000909	Cureta dental inox Osteotrimmer raspadora, càlculs supragingivals						
13	80000769	Sonda dental nº6, diagnòstica, simple activa, de 1,5 x 8mm llarg, d'acer inoxidable.						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuidor

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD3_30013621			
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUIDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD3_30013621			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
15	80012518	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40. Longitud 31mm						
15	80012519	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 45/80. Longitud 25mm						
15	80012520	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40. Longitud 21mm						
15	80012521	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R25. Longitud 21mm						
15	80012522	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R25. Longitud 25mm						
15	80012523	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R25. Longitud 40mm						
15	80012524	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R40. Longitud 25mm						
15	80012694	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R40. Longitud 21mm						
15	80012700	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R25. Longitud 31mm						
15	80012701	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. Gunitats. Mida R40. Longitud 31mm						
16	80000257	Adaptador ultrasònic, per a neteja, instrument universal, autoclavable 134º. Compatible amb Satelec o equivalent						
16	80010196	Peça de mà/Contra-angle quirúrgic,implantologia i cirurgia Màxil-lofacial,velocitat 20:1,desmontable,sense llum,sistema subjecció Hexagon,per a freses quirúrgiques a/sistema subjecció per a contra angles de Ø2,35mm,sistema d'ancoratge ISO 3964.						
16	80012420	Peça de mà Scaler ultrasons tipus SATELEC sense llum. Movim linial de la punta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compatible sistema ACTEON o equivalent						
16	80012421	Peça de mà Scaler ultrasons tipus EMS sense llum. Movim linial de la punta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compatible sistema WOODPECKER i MECKTRON o equivalent						
16	80012422	Peça de mà Scaler ultrasons. Moviment linial, oscilació 24-32Khz, intensitat llum 25 lux, llarg 10,3cm i pes 50gr.Kit inclou peça de mà a/ tubconnexió a unitat tractam, 3 puntes(1x201,1x202,1x203),1 clau dinamomètrica,tarja medicació desgast,1 steribox.C						
17	80000430	Gúbia dental, per a tallar teixit, acer inox. Mida: 16,5cm+/-0,5cm.						
17	80003841	Pinça porta-clamps dental tipus Ivory, acer inox. Mida: 17cm+/-1cm.						
17	80004534	Pinça dental, amb canal, amb tancament, per a subjectar una punta de gutaperxa, acer inox.						
17	80012493	Espaiador manual tipus Maillefer, part activa 19mm. Acer inoxidable.						
18	80001926	Retractor de llavis, per a odontologia, de material plàstic,reutilitzable, autoclavable a 121ºC. Mida per a adult i nen.1 unitat de cada						
18	80012491	Obreboques de silicona elàstica. Per tractaments llarga durada. Esterilitzable en autoclau. 6 unitats talla P (3,6cm alt i 2cm ample) i 6 unitats talla G (4cm alt i 2,4 cm ample)						
19	80011404	Porta pel·lícula dental de mossegada posterior periapical de color vermell, de plàstic, consta de: anell amovible, placa oclusal, pinça rotativa per a la pel·lícula, autoclavable fins a 134ºC. Caixa de 4 mossegades posteriors i 1 anell.						
20	80012525	Mànec recanvi Automate III, necessari per ajustar la matriu a la dent. Compatible amb Automatrix o equivalent i 30062054						
20	80012526	Mànec de plàstic per pinzells rebutjables aplicadors d'adhesius, àcids i primers.						
21	80012527	Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tapa. Capacitat per 36 freses tipus CA i FG						

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum dels criteris obligatoris d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no). S'ha d'adjuntar el certificat amb la següent codificació: NIF_1101362118_AnnexD3_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD3_30013621			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		UNE -EN ISO 9001:2015 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 13485:2016 O EQUIVALENT	UNE-EN ISO 3964:2017	UNE-EN ISO 60601-1-2:2015
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT				
21	80012528	Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tapa. Capacitat per 36 freses tipus FG						
21	80012529	Caixa endodòncia per 60 instruments amb 4 recipients per gutaperxa i paper. Alumini. Mida 13cmx5cmx4cm +/-1cm						
22	80012530	Vibradora d'amalgama de 4500rpm, model tipus SEPTODON SYG200 230v/50Hz o equivalent						
23	80012423	Punta ultrasó GD1 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Ullarg punta 10,2mm i amplada 0,8mm.						
23	80012424	Punta ultrasó GD2 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals resistent a la superfície plana final de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.						
23	80012425	Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a lapeça de mà SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent						
23	80012426	Punta ultrasó Scaler,raspada universal per eliminar sarro dental supragingival a tots el quadrants des de la vora fins al surc.Compatible amb sistema KAVO o equivalent						
23	80012427	Punta ultrasó Scaler,202,raspada amb profunditat per eliminar sarro dental als espais interdental i a la zona del surc.Compatible amb sistema KAVO o equivalent						
23	80012429	Punta ultrasó A2 . Compatible amb sistema alliage/saevo. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom						
23	80012430	Punta ultrasó G1 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Ullarg punta 10,2mm i amplada 0,8mm.						
23	80012431	Punta ultrasó G2 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals resistent a la superfície plana final de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.						
23	80012433	Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a lapeça de mà EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent						
23	80012437	Punta ultrasó A1 . Compatible amb sistema Alliage/Saevo o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom						
24	80012494	Làmpada odonto d'alcohol d'acer inoxidable. Inclou metxa.						
25	80006410	Model gegant dels maxil·lars (fantomas) per a la demostració del raspallat i maneig del fil i raspalls interproximals. Inclou raspall. Reutilitzable.						
26	80000253	Periostotom dental, grip, punta 3mm, acer inox.						
26	80000254	Periostòtom dental, grip, punta 5mm d'amplada, acer inox.						

ANNEX – D4 - Fitxa Criteris Addicionals

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRIUPACIÓ 1ª. LOTS: 1, 4, 5, 6 i 7

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		PRESENTACIÓ CERTIFICATS NORMATIVES S'ha d'adjuntar la certificació amb la següent codificació: NIF_1101362118_Annex4_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD4_30013621	
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	UNE-EN ISO 14001:2015	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE			Presntació: 10 punts	No presentació: 0 punts
1	30013621	Agulla dental de 21G (0,8mm) x 25mm,pu-roma, d'acer inoxidable siliconat,estèril, d'un sol ús, compatible amb els vials Duraphat i Calasept o equivalent				
1	30001140	Agulla per a anestèsia dental de 30G (0,3mm) x 25mm. Sistema de seguretat actiu. Consta de doble agulla d'acer inoxidable siliconat, cos de polipropilè transparent que encaixa amb èmbol de pàstic d'aspiració per pressió, estèril, d'un sol ús				
4	30014848	Crema reparadora canals (Edta) àcid tetra-acètic diamino etilè, envàs xeringa 1,5 gr amb aplicadors.				
4	30062694	Solució de fluor diamino de plata al 38% sense base amònica.Presentació en 2 pasos.Pas 1:Fluor de Ag.1,5ml.Pas 2:Soluc lodur de K.3ml.				
4	30062695	Càpsules fluor diamino de Ag per aplicació de la solució.Pas1: càps blaves.Pas 2:càps verdes.				
5	30006805	Ciment endodoncia en pasta amb automescladora, protector gingival després del tractament , envàs de 60 grs+/-5g				
5	30062053	Resina radioopaca per obturació de conductes radiculars a base de epoxiamina. Consta de caixa amb pasta base i pasta catalitzadora.				
5	30062055	Càpsules de dentina bioactiva a base de silicat tricàlcic que posseeix propietats similars a la dentina sana , proporciona les condicions òptimes per conservar la vitalitat polpar. Presentació per caps 0,7gr pols i líquid en mono dosis				
5	30062059	Ciment restaurador condensable de ionòmer de vidre tipus Fuji IX GP o equivalent. Alta resistència al desgast. Adhesió intrínseca a dentina i esmalt molt bona. Reduïda solubilitat aquosa. Presentació 15gr.+/-2gr.				
5	30062068	Dents acrílics de PMMA tipus IVOSTAR A-D anteriors per fabricar pròtesis d'alta qualitat.				
6	30008086	Copes de goma per a profilaxis amb estries per a contra-angle fins a 5000rpm, per a pulit.				
7	30013545	Anell elàstic intraoral diàmetre 9,4 mm força 6,5 onzas de goma natural de làtex				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 2. LOTS: 2, 3 i 8

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador). NO EMPLENAR.		PRESENTACIÓ CERTIFICATS NORMATIVES S'ha d'adjuntar la certificació amb la següent codificació: NIF_1101362118_Annex4_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD4_30013621	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	UNE -EN ISO 14001:2015	
					20 punts	(fórmula directa proporcional)	Presentació: 10 punts	No presentació: 0 punts
2	30006947	Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 0, llargària 225cm +/-10%.						
2	30006948	Fil retractor gingival no impregnat, trenat, número 1, llargària 225cm +/-10%.						
2	30007316	Matriu metàl·lica d'acer inoxidable en caixa dispensadora, gruix 0,03mm, amplada 6mm. Rotlle 3m						
2	30008121	Compòsit de consistència fluida (tipus Flow) , radioopac, per a restauracions. Color A2. Xeringa i puntes. 2 gr.						
2	30062054	Sistema de matrius sense retenidor 96 unit +/-4unitats tipus Automate III i tenalles de tall, per restauracions de classe II. Un sol ús						
2	30062056	Falques interdentials tipus Hawe de fusta d'auró sense pinça adaptadora. 6 mides diferents. 400 unitats +/-50 unitats.						
3	30007328	Punta de paper, ISO 20, amb codi de colors, estèril.						
3	30014850	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 15						
3	30014851	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 20						
3	30014852	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 25						
3	30014853	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 30						
3	30014854	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 35						
3	30014855	Punta de gutaperxa, conicitat 4%, ISO 40						
3	30014890	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 15						
3	30014891	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 20						
3	30014892	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 25						
3	30014893	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 30						
3	30014894	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 35						
3	30014895	Punta de gutaperxa, conicitat 6%, ISO 40						
3	30014921	Punta de gutaperxa tipus protaper F1-F2-F3 amb la mateixa conicitat i mida.						
3	30062057	Espaiador tipus Pluggers per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la guttapercha . Longitud 25mm. ISO 030.Color blau						
3	30062058	Espaiador tipus Spreaders per endodòncia digital, per la condensació lateral i vertical de la gutaperxa. Longitud 15/40mm. 6 mides amb codi de colors. ISO 030						
3	30062060	Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R25. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturació en fred i calent						
3	30062061	Puntes de gutaperxa compat amb sist.Recproc.R40. Longitud 28mm. Punt fusió baix per tècniques d'obturació en fred i calent						
3	30062062	Puntes de gutaperxa rígides per una fàcil inserció i amb elevada elasticitat per millor condensació i assecat. Radiopaques, biocompatibles i s/cadmi						

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 2. LOTS: 2, 3 i 8

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador). NO EMPLENAR.		PRESENTACIÓ CERTIFICATS NORMATIVES S'ha d'adjuntar la certificació amb la següent codificació: NIF_1101362118_Annex4_CodiArticle. Exemple: XXXXXXXXA_1101362118_AnnexD4_30013621	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	UNE -EN ISO 14001:2015	
					20 punts	(fórmula directa proporcional)	Presentació: 10 punts	No presentació: 0 punts
3	30062063	Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N25, codi colors ISO						
3	30062064	Puntes de gutaperxa tipus Maillefer N15-40 assortit variat, codi colors ISO. Per una obturació òptima i una inserció segura a l'àpex						
3	30062065	Puntes de gutaperxa accessoris tipus A Xfine de 30mm, fàcil inserció, elevada elasticitat i millora condensació i assecat. Radioopagues, biocompatibles i sense cadmi.						
3	30062066	Puntes de paper codificades en colors ISO per assecat el canal radicular abans de l'obturació. Assortit 15-40. Presentació 200u+/-10u						
3	30062067	Puntes de paper compatibles amb les limes recíproc I de 29mm, blau R25						
8	30006938	Pinzell fi de niló per a l'aplicació d'adhesius o altres materials, un sol ús. Compatibles amb mànec codi SAP 80012526						
8	30006952	Boletes de cotó desengreixades, número 0, diàmetre 5mm amb envàs dispensador.						
8	30007508	Cànula dental d'aspiració quirúrgica. Mida diàmetre 4,8mm (punta 2,5mm no extraïble), llargària 13,5 cm +/-2 cm. Estèril. Envàs individual.						
8	30008388	Cera de moldejar en làmines, color rosa, mida 174 x 94 x 15 mm +/-2mm.						
8	30008558	Capçal en punta de PVC rebutjable per a oli lubricant en esprai per a micromotor.						
8	30009541	Alginat en pols. 500gr +/-50gr						
8	30010241	Loseta de vidre per a preparar ciments. Mida 18cm x 8cm +/-1cm i gruix 1cm.						
8	30014951	Regla de plàstic autoclavable, per mesurar limes, puntes i material d'endodòncia tipus Minifix o equivalent						
8	30016190	Puntes dispensadores de gel d'àcid per a la gravació amb composite.						
8	30035724	Funda higiènica per a sensor numèric dental,plàstic transparent digital.Mida:4+/-0,5x20+/-2cm.s/àtex.1sol ús.Compat scànerPSPIX o equivalent.						

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 3. LOT 10

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador). NO EMPLENAR		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Material:Acer mèdic quirúrgic	
					20 punts	(fórmula directa proporcional)	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
10	80000373	Elevador / botador dental, punta recta 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80000374	Elevador / botador dental, punta corba 3mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80000432	Elevador / botador dental Winter, esquerre, 14L, punta llanceta, arrels inferiors, mànec en "T", acer inox. Mida: 11cm+/-0,5cm.						
10	80005614	Elevador / botador dental Heidbrink, punta recte, per arrels superiors, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80005615	Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs esquerre, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80005616	Elevador / botador dental Heidbrink, punta corbada, per àpexs dret, acer inox. Mida: 14cm+/-0,5cm.						
10	80009223	Elevador / botador dental,N 5R, punta recta 5mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						
10	80009224	Elevador / botador dental,N 5C punta corba 5mm, acer inox, mànec de plàstic color identificatiu.						

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 4. LOT 11

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL			
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Aliatge homogeni		Estructura fresa d'una sola peça	
					Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
11	80000252	Fresa dental Allport, acer inox, ISO 031, per a turbina, punta rodona, 3,0mm longitud part activa. Mida: 44mm+/-1mm.						
11	80000262	Fresa dental Zekrya, acer inox, per a turbina, punta roma diamant, 11,0mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80000288	Fresa dental carbur de tungstè turbina, Zekrya, punta roma, 9mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80000320	Fresa dental, acer inox, Komet 2, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival arrodonida, gra gruixut, color verd, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm.						
11	80000323	Fresa dental, acer inox, ISO 014, per a turbina, punta diamant extrem de bola, gra gruixut, color verd, 1,4mm longitud part activa. Mida 19mm+/-1mm.						
11	80000325	Fresa dental, acer inox, ISO 018, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 1,8mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.						
11	80000326	Fresa dental, acer inox, ISO 022, per a turbina, punta diamant extrem de bola, grà gruixut, color verd, 2,2mm longitud part activa. Mida 19 mm+/-1mm.						
11	80001220	Fresa dental, acer inox, ISO 016, per a turbina, punta diamant forma cònica en punta, gra fi, color vermell, 3,5mm longitud part activa.						
11	80001478	Fresa dental Zekrya, carbur de tungstè, per a turbina, punta llarga, 11mm longitud part activa. Mida: 28mm+/-1mm.						
11	80001602	Fresa dental, acer inox, ISO 023, per a turbina, punta diamant extrem ogival, gra fi, color vermell, 5,3mm longitud part activa. Mida 20mm+/-1mm.						
11	80003240	Fresa dental HM 141 Allport, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 5,0mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.						
11	80003241	Fresa dental HM 141, carbur de tungstè, per a turbina, extrem de bola, 2,3mm longitud part activa. Mida: 44,5mm+/-1mm.						
11	80005970	Fresa dental, carbur de tungstè i diamant, tipus Maillefer, ISO 016, coll llarg, llisa, contra angle, per a endodòncia. C/5 freses.						
11	80007613	Fresa dental, acer inox, ISO 010, per a turbina, punta diamant forma d'agulla, grà molt fi, color groc, 11,0mm longitud part activa. Mida: 19mm+/-1mm.						
11	80007617	Fresa dental Maifeller 149, acer inox punta tungstè, ISO 012, per a turbina, punta cònica de tall transversal. Mida: 19mm+/-1mm.						
11	80007619	Fresa dental, de carbur tungstè, ISO 016, per a turbina, longitud part activa 9.0mm. Mida: 25mm+/-1mm.						

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 5. LOTS: 12, 14 i 26

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL			
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Material:Acer mèdic quirúrgic		Mànec amb superfície gravada	
					Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
12	80000909	Cureta dental inox Osteotrimer raspadora, càlculs supragingivals						
14	80012492	Atacador tipus Markley Pluggers de Bontempi o equivalent amb doble espàtula, rodó per ciment.						
26	80000253	Periostotom dental, grip, punta 3mm, acer inox.						
26	80000254	Periostòtom dental, grip, punta 5mm d'amplada, acer inox.						

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 6. LOTS 9, 13 i 17

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL			
REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Material:Acer mèdic quirúrgic		Aliatge homogeni	
		Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 7. LOTS 15 i 16

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR. NO EMPLENAR.	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador)	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA
					20 punts	(fórmula directa proporcional)
15	80000278	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20. Longitud 25mm				
15	80000279	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25.L25mm				
15	80001954	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35.L25mm				
15	80004442	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N30.L21mm				
15	80004490	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.L25mm				
15	80012495	Instrument manual per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació.Mànegc plàstic i topall de goma.codi colors ISO per identificació . Acer inox.Autoclavable. 6 unitats mides N30 L21mm				
15	80012496	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40 L25mm				
15	80012497	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.L21mm				
15	80012498	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.L25mm				
15	80012499	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N10.L31mm				
15	80012500	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.L21mm				
15	80012501	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.L25mm				
15	80012502	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N15.L31mm				
15	80012503	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20.L21mm				
15	80012505	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N20.L31mm				
15	80012506	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25.L21mm				
15	80012508	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N25.L31mm				
15	80012511	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànegc plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N30.L21mm				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 7. LOTS 15 i 16

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR. NO EMPLENAR.	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador)	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA
					20 punts	(fórmula directa proporcional)
15	80012512	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35.L21mm				
15	80012514	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N35.L31mm				
15	80012515	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.L21mm				
15	80012517	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats mides N40.L31mm				
15	80012518	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40 L31mm				
15	80012519	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 45/80 L25mm				
15	80012520	Llimes/Instruments manuals per ampliar els canals radiculars abans de l'obturació. Mànec plàstic i topall de goma. Codi colors ISO per identificació . Acer inox. Autoclavable. 6 unitats, diferents mides 15/40 L21mm				
15	80012521	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25L21mm				
15	80012522	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25L25mm				
15	80012523	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25L40mm				
15	80012524	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R40L25mm				
15	80012694	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R40L21mm				
15	80012700	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R25L31mm				
15	80012701	Llimes/Instruments dissenyats per la preparació del conducte radicular amb tècnica recíproca. Agilitza el temps amb menys fases de treball. 6unitats. Mida R40L31mm				
16	80000257	Satelec - Adaptador ultrasònic, per a neteja, instrument universal, autoclavable 134º.				
16	80010196	Peça de mà/Contra-angle quirúrgic,implantologia i cirurgia Màxil-lofacial,velocitat 20:1,desmontable,sense llum,sistema subjecció Hexagon,per a freses quirúrgiques a/sistema subjecció per a contra angles de Ø2,35mm,sistema d'ancoratge ISO 3964.				
16	80012420	Peça de mà Scaler ultrasons tipus SATELEC sense llum. Movim linial de la punta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compatible sistema ACTEON				
16	80012421	Peça de mà Scaler ultrasons tipus EMS sense llum. Movim linial de la punta a 30 Khz.Carcasa sintètica amb cobertura d'acer .pes 50gr.Compatiblesistema WOODPECKER i MECKTRON				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 7. LOTS 15 i 16

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR. NO EMPLENAR.	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador)	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA
					20 punts	(fórmula directa proporcional)
16	80012422	Peça de mà Scaler ultrasons. Moviment linial, oscilació 24-32Khz, intensitat llum 25 lux, llarg 10,3cm i pes 50gr.Kit inclou peça de mà a/ tubconnexió a unitat tractam, 3 puntes(1x201,1x202,1x203),1 clau dinamomètrica,tarja medició desgast,1 steribox.C				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 8. LOT 18

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador). NO EMPLENAR.		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Absència de làtex i DEPH a la composició	
					20 punts	(fórmula directa proporcional)	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
18	80001926	Retractor de llavis, per a odontologia, de material plàstic,reutilitzable, autoclavable a 121°C. Mida per a adult i nen.1 unitat de cada						
18	80012491	Obreboques de silicona elàstica. Per tractaments llarga durada. Esterilitzable en autoclau. 6 unitats talla P (3,6cm alt i 2cm ample) i 6 unitats talla G (4cm alt i 2,4 cm ample)						

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUIPACIÓ 9. LOT 19

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Absència de làtex i DEPH a la composició	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE			Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
19	80011404	Porta pel·lícula dental de mossegada posterior periapical de color vermell, de plàstic, consta de: anell amovible, placa oclusal, pinça rotativa per a la pel·lícula, autoclavable fins a 134°C. Caixa de 4 mossegades posteriors i 1 anell.				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 10. LOT 20

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Aplicador Autoclavable	
					Compleix: 20 punts	No compleix: 0 punts
20	80012525	Mànec recanvi Automate III, necessari per ajustar la matriu a la dent. Compatible amb Automatrix o equivalent i 30062054				
20	80012526	Mànec de plàstic per pinzells rebutjables aplicadors d'adhesius, àcids i primers.				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 11. LOT 21

					DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE	CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
					DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC	2.1 AMPLITUD DE GAMMA (major núm clips oferts per codi agrupador). NO EMPLENAR. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL			
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT		MAJOR NÚMERO REFERÈNCIES	RESTA	Autoclavable	
						20 punts	(fórmula directa proporcional)	Compleix: 10 punts	No compleix: 0 punts
21	80012527	Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tapa. Capacitat per 36 freses tipus CA i FG							
21	80012528	Caixa porta freses de plàstic resistent a la temperatura, excepte la tapa. Capacitat per 36 freses tipus FG							
21	80012529	Caixa endodòncia per 60 instruments amb 4 recipients per gutaperxa i paper. Alumini. Mida 13cmx5cmx4cm +/-1cm							

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 12. LOT 23

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Autoclavable	
					Compleix: 20 punts	No compleix: 0 punts
23	80012423	Punta ultrasó GD1 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Llarg punta 10,2mm i amplada 0,8mm.				
23	80012424	Punta ultrasó GD2 SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals resistents a la superfície plana final de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.				
23	80012425	Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a lapeça de mà SATELEC. Compatible amb sistema ACTEON o equivalent				
23	80012426	Punta ultrasó Scaler,raspada universal per eliminar sarro dental supragingival a tots el quadrants des de la vora fins al surc.Compatible amb sistema KAVO o equivalent				
23	80012427	Punta ultrasó Scaler,202,raspada amb profunditat per eliminar sarro dental als espais interdentials i a la zona del surc.Compatible amb sistema KAVO o equivalent				
23	80012429	Punta ultrasó A2 . Compatible amb sistema alliage/saevo. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom				
23	80012430	Punta ultrasó G1 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Llarg punta 10,2mm i amplada 0,8mm.				
23	80012431	Punta ultrasó G2 EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals resistents a la superfície plana final de les dents..Llarg punta 10,3mm i amplada 1,7mm, plana.				
23	80012433	Clau plàstica de colors per col·locar i fixar les puntes d'ultrasó a lapeça de mà EMS. Compatible amb sistema Woodpecker i Mectron o equivalent				
23	80012437	Punta ultrasó A1 . Compatible amb sistema Alliage/Saevo o equivalent. Per remoure dipòsits supragingivals a tots el quadrants.Amb rosca.Acer al crom				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 13. LOT 24

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o sí/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	Material Composició:Acer Inox	
					Compleix: 20 punts	No compleix: 0 punts
24	80012494	Làmpada odonto d'alcohol d'acer inoxidable. Inclou metxa.				

ANNEX D4_Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació CS/CC00/1101362118/24/AMUP

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 14. LOT 25

AGROPACIÓ 14. LOT 25			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)	
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL	
					Material composició PVC	
			LOT	CODI ARTICLE	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR
25	80006410	Model gegant dels maxil·lars (fantomas) per a la demostració del raspallat i maneig del fil i raspalls interproximals. Inclou raspall. Reutilitzable.				

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

NO APLICA
