

ANNEX I. Criteris valorables

Bressol tèrmic amb reanimador			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
1 Bressol tèrmic amb reanimador per el servei de Ginecologia de l'Hospital Trueta			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	5,5		
Característiques a valorar 1 Pes de l'equip ofertat. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un bressol de menor pes la que rebí la puntuació màxima. 2 Alçada ajustable segons necessitats. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el rang d'altures ajustables més ampli la que rebí la puntuació màxima. 3 Capacitat de càrrega del llit. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi amb major capacitat de càrrega la que rebí la puntuació màxima. 4 Mínim consum del calefactor. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un calefactor amb un consum en W més baix la que rebí la puntuació màxima. 6 Sistema de silenciament d'alarmes controlable amb un mètode "mans lliures", de manera que s'eviti la contaminació creuada. 7 Patró d'escalfament en forma de rellotge de sorra per evitar l'aplicació de calor sobre el cap dels pacients	0,5 1 1 0,5 1 1,5		
1			
2 Accessoris	5,75		
Característiques a valorar 8 Monitorització dels paràmetres de reanimació directament mentre s'actua sobre el nadó. 9 Graus d'inclinació del bressol. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el major grau d'inclinació la que rebí la puntuació màxima. 10 Calaixos 11 Llums auxiliars 12 Safata per raig X 13 Balança	1 0,5 1 1 0,75 1,5		
3 Connectivitat i integració	1,5		
Característiques a valorar 14 Connexió a la xarxa informàtica mitjançant RJ45 o WiFi 15 Ús d'estàndards de comunicació basats en protocol TCP/IP 16 Possibilitat d'exportació de la informació en format HL7 al HIS de l'Hospital i els costos de llicències derivats de la integració	0,5 0,5 0,5		
4 Servei tècnic durant el període de garantia	3,5		
Característiques a valorar 17 Equip de substitució en cas d'avaría. 18 Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	2,5 1		

5	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	3,75		
	Característiques a valorar			
19	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1,25		
20	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1,25		
21	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	1,25		
		20		