

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT, REACTIUS I MATERIAL FUNGIBLE PER PROVES DE DETECCIÓ D'ANTICOSSOS I D'ANTÍGENS

CS/CC00/1101358077/23/AMUP

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

2. PUNTUACIÓ ECONÒMICA

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent formula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta x a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px . = Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la formula de l'invers proporcional.

P. max. assig. = Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

3. PUNTUACIÓ TÈCNICA

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica objectiva. En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

3.1 Desglossament de les puntuacions tècniques i econòmiques

Els criteris d'adjudicació que es tindran en compte per la seva avaluació, es determinen per cada lot i en els casos especificats per article.

Els diferents criteris de valoració tècnica s'aplicaran en funció del codi, i la puntuació assignada d'aquests criteris. En els lots que no sigui obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles, la puntuació total (econòmica més tècnica) dependrà dels criteris aplicables als mateixos.

Pel que fa al Lot 13 la valoració econòmica serà del 100%.

L'avaluació dels criteris es realitzarà per part d'una comissió tècnica multidisciplinària, designada per la Responsable corporativa dels laboratoris de l'ICS.

Els criteris tècnics addicionals a valorar, s'aplicaran als reactius/equipos oferts pel proveïdor, amb millors prestacions, en cas de la presentació de diferents models.

DESGLOSSAMENT 1

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 40 punts i la tècnica de 60 punts.

Lot 1 – Serologia automatitzada per tècnica CLIA

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 1 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.1. Puntuació tècnica objectiva	1.1.1. Es valorarà la quantitat i qualitat de la literatura científica aportada que avaluï la fiabilitat dels kits oferts. S'hauran de presentar els articles publicats en revistes indexades.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti 5 o més articles en revistes indexades, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional a l'oferta amb més articles presentats. Les ofertes que no aportin cap article, obtindran 0 punts.
	1.1.2. Es valorarà la validació de més de 1 tipus de mostra pel seu ús en determinades proves (10033615 <i>Aspergillus fumigatus</i> : detecció de galactomanà. Tècnica CLIA). Haurà d'estar especificat a la Product Data. Mostres: sèrum 5 punts, plasma 5 punts, mostres respiratòries 5 punts.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.1.3. Presentació en format monotest: Disposar de tècniques en format monotest, on cada test es realitza de forma individual i independent de la resta de tests i que els monotests incloguin els controls i els calibradors. Mostres: sèrum 5 punts, plasma 5 punts, mostres respiratòries 5 punts.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti les dues característiques, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.1.4. Es valorarà la disponibilitat de processament de mostres urgents	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts

Lot 3 – Serologia per a tècnica d'Immunofluorescència indirecta (IFI)

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 3 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.3. Puntuació tècnica objectiva	1.3.1. Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultats, sense opció a confusió o interpretació incorrecta.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.3.2. Disposició en un mateix porta de les espècies <i>Bartonella henselae</i> i <i>Bartonella quintana</i> . Haurà d'estar especificat a la Product Data.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.3.3. Disposició en un mateix porta de control d'immunofluorescència inespecífica mitjançant cèl·lules no infectades. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.3.4. Disposició en un mateix porta de les espècies <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>C. pneumoniae</i> i <i>C. psittaci</i> . Haurà d'estar especificat a la Product Data.	15	Es donarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

DESGLOSSAMENT 2

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la tècnica de 50 punts.

Lot 2 – Detecció d'anticossos per tècniques de seroaglutinació

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 2 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.2. Puntuació tècnica objectiva	1.2.1. Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultats, sense opció a confusió o interpretació incorrecte.	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.2.2 Els reactius oferts per a realitzar les següents determinacions, hauran de permetre realitzar la tècnica tant qualitativa com semiquantitativament: codis SAP: 10002884-10003170-10009774-10001774-10001775. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.2.3. Facilitat d'ús: es valorarà la menor complexitat del procediment i la major facilitat d'ús.	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.2.4. Es valorarà la utilització de partícules sensibilitzades amb elevada especificitat, que minimitzi la presència d'aglutinacions o reaccions inespecífiques. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

Lot 4 – Detecció d'anticossos i d'antígens per tècniques d'immunocromatografia

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 4 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.4. Puntuació tècnica objectiva	1.4.1. Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultats, sense opció a confusió o interpretació incorrecte.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.4.2. Es valorarà la quantitat i qualitat de la literatura científica aportada que avaluï la fiabilitat dels kits oferts. S'hauran de presentar els articles publicats en revistes indexades del primer quartil.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti el màxim d' articles en revistes indexades del primer quartil, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional a l'oferta amb més articles presentats. Les ofertes que no aportin cap article, obtindran 0 punts.
	1.4.3. Dades de sensibilitat: - Sensibilitat major o igual a 97% : 10 punts - Sensibilitat entre menys de 97% i 95%: 5 punts - Sensibilitat entre menys de 95% i 92%: 0 punts. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es valorarà l'oferta segons els barems descrits en aquest criteri, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.4.5. Per al reactiu de detecció de <i>S. pneumoniae</i> (codi SAP 10004726), es valorarà la validació de més de 1 tipus de mostra. pel seu ús. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.4.6. La detecció de <i>E. histolytica</i> mitjançant el reactiu, amb codi SAP 10024908, serà sense cap interferència amb altres espècies, especialment <i>E. dispar</i> . S'haurà de presentar documentació tècnica que ho acrediti.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

Lot 9 – Detecció d'antígens de patògens respiratoris per immunofluorescència

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 9 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.9. Puntuació tècnica objectiva	1.9.1. Es valorarà la senzillesa en la maneig de reactius, mínima manipulació de la mostra i interpretació de resultats.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.9.2. Es valorarà la visualització de resultats semiquantitatius de Senyal/Cut Off.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.9.3. Es valorarà el temps d'obtenció de resultats negatius igual o inferior a 10 minuts per a cadascuna de les dues proves.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.9.4. Es valorarà la sensibilitat, especificitat, límit de detecció analítica validats per almenys 100 serotips de S. pneumoniae i per al serogrup 1 Legionella pneumophila en mostres d' orina i líquid cefalorraquidi (LCR).	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.9.5. Es valorarà el número i qualitat de les publicacions. L'aportació de literatura científica que avaluï el rendiment i fiabilitat dels kits ofertats. Articles científics en revistes indexades del primer quartil.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti més articles en revistes amb Index més alt, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional a l'oferta amb més articles presentats. Les ofertes que no aportin cap article, obtindran 0 punts

DESGLOSSAMENT 3

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

Lot 10 – Detecció d'antigen per immunofluorescència automatitzada amb càrrega continua

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 10 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.10. Puntuació tècnica objectiva	1.10.1. Possibilitat d'identificació de la mostra a processar en l'instrument a través d'un lector de codi de barres. Haurà d'estar especificat a la Product Data de la màquina.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.10.3. Possibilitat d'obtenir resultats quantitatius. Haurà d'estar especificat a la Product Data del reactiu.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.10.4. Temps de lectura <15 min. Haurà d'estar especificat a la Product Data del reactiu.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.10.5. Mostra en tractament preanalític que assegura la inactivació dels virus. Haurà d'estar especificat a la Product Data del reactiu.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

Lot 12 – Altres deteccions d'antígens i anticossos

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 12 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.12. Puntuació tècnica objectiva	1.12.1. Els kits oferts han de permetre una lectura clara dels resultats, sense opció a confusió o interpretació incorrecte.	5	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.12.2. Es valorarà la quantitat i qualitat de la literatura científica aportada que avaluï la fiabilitat dels kits oferts. S'hauran de presentar els articles publicats en revistes indexades.	5	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti 5 o més articles, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional a l'oferta amb més articles presentats. Les ofertes que no aportin cap article, obtindran 0 punts.
	1.12.3. Disposar de tècniques en format monotest, on cada test es realitza de forma individual i independent de la resta de tests.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.12.4 Per al reactiu 10033639 i 10033640, es valorarà la validació de més de 1 tipus de mostra. pel seu ús. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts
	1.12.5 Es valorarà la detecció d'anticossos en front <i>Borrelia burgdorferi</i> mitjançant els reactius es fa 10033639 i 10033640, per la tècnica de ELFA (assaig fluorescent lligat a enzim)	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

DESGLOSSAMENT 4

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 70 punts i la tècnica de 30 punts.

Lot 8 – VIH: Reactius per a proves de confirmació ràpida

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 8 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.8. Puntuació tècnica objectiva	1.8.1. Temps de lectura inferior a 30 minuts. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.8.2. Volum de mostra necessari per a fer la prova <25 µL. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

Lot 11 – Detecció d'anticossos per tècnica d'immunoblot

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 11 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.11. Puntuació tècnica objectiva	1.11.1. Es valorarà la disponibilitat de lector automatitzat de les tires d'immunoblot i per tant una interpretació objectiva dels resultats.	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.11.2. Es valorarà la possibilitat de combinar totes les tècniques en la mateixa sèrie analítica	15	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

DESGLOSSAMENT 5

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts.

Lot 5 – Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de Strongyloides, Zika i Schistosoma

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 5 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.5. Puntuació tècnica objectiva	1.5.1. Es valorarà que els anticossos vagin dirigits contra tots els estadis larvaris de <i>Strongyloides stercoralis</i> . Haurà d'estar especificat a la Product Data.	20	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.

Lot 6 – Detecció d'anticossos en front a paràsits per tècnica ELISA

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 6 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.6. Puntuació tècnica objectiva	1.6.1. Gamma: Disponibilitat de reactius per a realitzar les proves incloses al lot (capacitat per proveir el 100% dels reactius inclosos).	20	Es puntuarà amb 20 punts el proveïdor amb més articles oferts i validats tècnicament a la gamma requerida, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis oferts. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.

Lot 7 – Detecció d'antigen GDH i toxines A+B per tècnica EIA de membrana

Els criteris tècnics addicionals a valorar del lot 7 són els següents criteris objectius:

Tipus puntuació	Criteri	Puntuació màxima	ESCALA DE VALORS: BAREM
1.7. Puntuació tècnica objectiva	1.7.1. Es valorarà la detecció diferenciada dels antígens GDH i les toxines A i B. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.
	1.7.2. Detecció basada en EIA de membrana. Haurà d'estar especificat a la Product Data.	10	Es donarà la màxima puntuació a l' oferta que presenti aquesta característica, no disposar d'aquest criteri suposarà una puntuació de 0 punts.