

ANNEX 9 - Condicions a tenir en compte en relació a l'obligació de lliuraments específics (cessió d'equips per Lots)

9.1 Cessió d'equips

Les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els equipaments als que es fa referència al punt **2.3.1** i **2.3.2** del Plec de Prescripcions Tècniques d'aquesta licitació.

Els equips subministrats han de ser els necessaris per garantir el funcionament normal del servei. El número mínim de instruments és un equip que pugui donar resposta a l'activitat diària del Laboratori en un torn de treball de 8 hores. En cas d'augment d'activitat s'haurà de substituir per un equip de més capacitat o augmentar el número d'equips segons necessitats del servei.

En concret i amb caràcter general els equipaments cedits hauran de complir:

2.3.1. Condicions bàsiques per tot els equipaments

- L'equipament ha de tenir un sistema d'emmagatzemament de resultats i controls.
- L'adjudicatari donarà el servei de suport a la instal·lació i la connectivitat al SIL propi de cada centre.
- Subministrament de l'equipament informàtic que acompanyi als equips analítics necessari en cada laboratori.
- Els reactius o el material consumits per avaria i/o mal funcionament dels equips seran subministrats sense càrrec per l'adjudicatari.
- Que l'equip analitzador faciliti la identificació inequívoca i traçabilitat continua de les mostres.
- Formació continuada i assessorament als professionals sanitaris usuaris dels equips
- Certificació Norma ISO 9001 de Gestió de Qualitat.
- Aportació de millores, actualitzacions, novetats i ampliacions de mètodes diagnòstics i d'equips durant la vigència del contracte
- Suport a la implementació de la acreditació ISO 15189 en cas que el laboratori vulgui acreditat alguna de les proves incloses en el pla de necessitats.

Tanmateix, es detallen els requisits obligatoris específics per lot:

2.3.1. Requisits obligatoris específics per lot

Lot 1 Serologia semiautomatitzada per tècnica CLIA

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*L'instrument haurà d'admetre tub primari i alíquota, per tal que s'adapti als diferents diàmetres de tub amb els que treballem als laboratoris.

*L'instrument haurà de ser de càrrega continua de mostres.

*L'instrument ha de poder realitzar diferents tècniques en una mateixa sèrie analítica.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 1**:

Equipament a cedir LOT 1 - Serologia semiautomatitzada per tècnica CLIA	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic Hospital Universitari de Vall Hebron.	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].	1
Laboratori Clínic de la GT Girona. [Hospital Universitari Josep Trueta- Parc Hospitalari Martí i Julià].	1
Laboratori Clínic de la GT Tarragona [Hospital Universitari Joan XXIII].	1
Laboratori Clínic de la GT Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova].	1
Laboratori Clínic de la GT Terres de l'Ebre [Hospital Verge de la Cinta-Tortosa].	1

Lot 5 Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de Strongyloides, Zika i Schistosoma

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*L'instrument haurà d'admetre tub primari i d'alíquota, per tal que s'adapti als diferents diàmetres de tub amb els que treballem als laboratoris.

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 5**:

Equipament a cedir LOT 5 - Detecció d'anticossos per tècnica ELISA de Strongyloides, Zika i Schistosoma	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic Hospital Universitari de Vall Hebron.	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].	1

Lot 8 – VIH: Reactius per a proves de confirmació ràpida

*L'instrument ha de registrar i mostrar la traçabilitat d'una mostra en quan al lot amb el que s'ha realitzat una tècnica.

*Disposar de tècniques en format monotest, on cada test es realitza de forma individual i independent de la resta de tests.

*El reactiu ofert ha de permetre la detecció i diferenciació de les diferents proteïnes en front de VIH1 i VIH2.

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 8**:

Equipament a cedir LOT 8 - VIH: Reactius per a proves de confirmació ràpida	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic Hospital Universitari de Vall Hebron.	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].	1

Lot 9 – Detecció d'antígens de patògens respiratoris per immunofluorescència

*Tecnologia d' immunofluorescència ràpida.

*Equip per a lectura objectiva i automatitzada de resultats.

*El temps màxim d' obtenció de resultats per a cada prova no ha de superar els 15 minuts.

*Connexió al sistema informàtic del laboratori (SIL).

*El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

Els adjudicataris garantiran l'existència en cada centre del material suficient en funció de les seves necessitats. En qualsevol cas, ha d'assegurar l'aportació i /o reposició del material en un temps inferior a les 24 hores.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 9**:

Equipament a cedir LOT 9 - Detecció d'antígens de patògens respiratoris per immunofluorescència	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].	1
Laboratori Clínic de la GT Tarragona [Hospital Universitari Joan XXIII].	1
Laboratori Clínic de la GT Terres de l'Ebre [Hospital Verge de la Cinta-Tortosa].	1

Lot 10 – Detecció d'antigen per immunofluorescència automatitzada amb càrrega continua

- *Control de qualitat en cadascun dels tests, per garantir la validesa de la prova.
- *Possibilitat de processament de l'instrument de més d'una mostra a la vegada (càrrega continua)
- *El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, a cadascuna de les partides descrites.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 10**:

Equipament a cedir LOT 10 - Detecció d'antigen per immunofluorescència automatitzada amb càrrega continua	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic de la GT Girona. [Hospital Universitari Josep Trueta- Parc Hospitalari Martí i Julià].	1
Laboratori Clínic de la GT Tarragona [Hospital Universitari Joan XXIII].	1
Laboratori Clínic de la GT Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova].	1

Lot 11 – Detecció d'anticossos per tècnica d'immunoblot

- *Equip per a lectura objectiva i automatitzada de resultats.
- *El proveïdor haurà de presentar oferta per a la totalitat dels components del lot, reactius i controls de positius i negatius inclosos.

S'annexa la relació de centres als que s'ha de cedir equipament del **Lot 11**:

Equipament a cedir LOT 11 - Detecció d'anticossos per tècnica d'immunoblot	
LABORATORI	Equips
Laboratori Clínic Hospital Universitari de Vall Hebron.	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Sud [Hospital Universitari de Bellvitge].	1
Laboratori Clínic de la GT Metropolitana Nord. [Hospital Universitari Germans Trias i Pujol].	1
Laboratori Clínic de la GT Tarragona [Hospital Universitari Joan XXIII].	1
Laboratori Clínic de la GT Lleida [Hospital Universitari Arnau de Vilanova].	1