

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101360241/24/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT
D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació.....	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica.....	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista.....	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari	9
4.4. Atributs logístics.....	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.5.1. Condicions de subministrament.....	10
4.5.2. Garantia de subministrament.....	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC).....	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	12
4.5.2.3. Termini de lliurament.....	12
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	13
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	13
4.6. Condicions de l'operador logístic	15
4.6.1. Embalatges	15
4.6.2. L'albarà	16

4.6.3.	Sistema EDI	13
4.6.4.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	16
4.6.5.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	17
4.6.6.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE	18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació d'implants quirúrgics urològics, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials inclosos a un mateix lot) serà l'**ANNEX A - Característiques de la licitació** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Per als lots 1, 2, 3 i 4, licitats amb codi agrupador, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Par a la resta de lots, licitats amb codi individual, les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà excloua a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran tenir contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Per a aquesta licitació no s'especifiquen requisits obligatoris addicionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9** del PCAP, en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101360241_2bis**
- [*Annex D5 - Fitxa Criteris Addicionals Judici de Valor*](#)

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: [*D1-Lot1-30000001.xls o .xlsx*](#)

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2, de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: [*D2-Resum.xls o .xlsx*](#)

- **Fitxes tècniques resum criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D3, detallats al document CA-AMUP-S-29-22.**

Exemple: [D3-Criteris.xls o .xlsx](#)

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o **Product Data**, ANNEX D4, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (**Product data**) s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

Dins d'aquesta carpeta ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer individual de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP: [D4-PD-Lot1-30000001](#)

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la **Product Data** en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Per a la seva traçabilitat, cada fitxa haurà d'anar etiquetada/enumerada/identificada amb les dades següents:

- Núm. expedient: **CS/CC00/1101360241/24/AMUP**
- NIF i nom de l'empresa:
- Lot:
- Codi de material ICS:
- Referència:

La presentació de la **Product Data** indegudament etiquetada/enumerada/identificada amb les dades anteriorment descrites podrà ser motiu d'exclusió.

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduït al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models ANNEX D4 no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

No és necessària la presentació de mostres dels codis de materials inclosos a aquesta licitació.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar qualsevol mostra durant el període d'avaluació de les ofertes si el nou adjudicatari difereix de l'actual o, mantenint-se el mateix, es tracti d'un model nou o innovat desconegut pels centres ICS, tant fungible com equip, o sigui necessària per a completar la seva valoració tècnica. El nombre de mostres a lliurar pel nou adjudicatari anirà en funció del nombre de Centres i/ Serveis avaluadors.

El termini per a l'entrega de la mostra no pot excedir de les 72 hores posterior a l'avís emès per l'òrgan de contractació.

Si el licitador NO PRESENTA la mostra requerida la seva oferta serà desestimada.

Cada mostra individual haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient CS/CC00/1101360241/24/AMUP
- NIF i nom de l'empresa
- Lot
- Codi SAP
- Referència

Pel que fa referència a l'empaquetat, cadascuna de la mostra haurà d'anar identificada mitjançant l'ANNEX E2 – Fitxa identificativa empaquetat (una fitxa per caixa/paquet/bossa/sobre i lot).

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment de la sol·licitud.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de

característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels materials adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té

tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor

- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic


4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:


1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	

5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



4.7. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
ANNEX D3 - Llista-resum, Criteris addicionals
ANNEX D4 - Product data material ofert
ANNEX E1 - Presentació de mostres
ANNEX E2 - Presentació de mostres - Fitxa identificativa empaquetat

Relació d'annexes específics plec de clàusules administratives

ANNEX 1 - Centres destinataris i centres adherits, si escau
ANNEX 2 - Pressupost per lots centres ICS i centres adherits, si escau.
ANNEX 3 - Criteris que s'aplicaran en cas de limitació de lots a adjudicar.
ANNEX 4 - Desglossament dels criteris d'adjudicació
ANNEX 5 - Document europeu únic de contractació (DEUC)
ANNEX 6 - Model d'oferta tècnica i detall de mostres, si escau
ANNEX 7 - Model d'oferta econòmica i guia
ANNEX 8 - Condicions essencials d'execució
ANNEX 9 - Condicions específiques (cessions, accessoris, complements, etc).
ANNEX 10 - Règim d'incompliments i penalitats.
ANNEX 11 - Condicions específiques operador logístic.
ANNEX 12 - Compromís garanties en el tractament de dades.
ANNEX 13 - Identificació de l'òrgan administratiu amb competència amb matèria de comptabilitat pública que ha de constar en la factura corresponent.
ANNEX 14 – Prohibicions de contractar.

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101360241/24/AMUP

LOT	CODI AGRUPADOR	DESCRIPCIÓ LOT	LOTS I CODIS OBLIGATORIS	PROVEIDORS
1	999201794	Implants uretrals	Obert - No obligatori	1
2	999201433	Implants ureterals autoexpandible premontada en sistema portador per a obstruccions de l'ureter	Obert - No obligatori	1
3	999201796	Implants ureterals autoexpandible premontada de nitinol amb recobriment polimèric	Obert - No obligatori	1
4	999202916	Stents ureterals doble "J"	Obert - No obligatori	1
5	-	Implants per a incontinència urinària-reconstrucc sol pèlvic	Obert - No obligatori	-
6	-	Implants per a incontinència urinària EUA - baló regulador de pressió, bomba, maniguets farmacoactius i accessoris implantació compatible amb sistema AMS 800 o equivalent	Tancat - Obligatori	-
7	-	Implants per a incontinència urinària EUA - baló regulador de pressió, bomba, maniguets farmacoactius i accessoris implantació	Obert - No obligatori	-
8	-	Implants per a incontinència urinària – implants injectables incont i/o reflux vesicoureteral silicona grau mèdic i accessoris d'aplicació	Tancat - Obligatori	-
9	-	Implants per a incontinència urinària – implants injectables incont i/o reflux vesicoureteral gel polimèric i accessoris d'aplicació	Tancat - Obligatori	-
10	-	Implants per a incontinència urinària – implants injectables incont d'esforç femenina peri-ureteral gel	Obert - No obligatori	-
11	-	Implants per a incontinència urinària-sist suport uretral	Obert - No obligatori	-
12	-	Implants per a prolapse uterí-Pessaris	Obert - No obligatori	-
13	-	Implants per a incontinència urinària-reconstrucc sol pèlvic, malla per a prolapse apical cúpula genital/sòl pèlvic retallable sintètica	Tancat - Obligatori	-
14	-	Sistemes d'implantació i anclatge	Obert - No obligatori	-

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 20000521

Descripció llarga:

Malla per al tractament del prolapse genital, sol pèlvic, biològica d'origen porcí (colàgen dèrmic porcí acelular), plana, retallable, hu mida i flexible , 4x(7cm+/-1cm), lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 20000527

Descripció llarga:

Malla/banda TOT per al tractament de la incontinenàcia urinària d'esforç/estrés femenina IUE, sintètica, polipropilè, vores llises, monofilament, macroporus, Ø11,2mm, llargària 60cm+/-2cm, gruix 0,3mm, baixa elasticitat 7,5%, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 20000553

Descripció llarga:

Sistema suport suburetral per al tractament incontinenàcia urinària d'esforç IUE femenina, en cabestrell reajustable amb tensió graduable i regulació mecànica externa, malla 14mmx(35mm+/-2mm) sintètica, polipropilè , monofilament, macropors Ø1,25, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 20000560

Descripció llarga:

Malla per al tractament del prolapse genital, sol pèlvic, sintètica, de polipropilè, monofilament, retallable, flexible, extensibilitat bidireccional, 10cmx(15cm+/-2cm), lliure de làtex, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 20000584

Descripció llarga:

Sistema de suport suburetral p/tract IUE fe accés subfacial, banda/malla ampla 1,1cmx(44,45cm+/-2cm), sintèti PP monofilament, macropor, voralls termoseg zona suburetr i llengüeta centrat, cabestr via TOT OUT-IN+transvaginal, ag helicoid, beina, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 20001324

Descripció llarga:

Endopròtesi injectable ureteral i RVU en gel polimèric a/microsfères de dextranòmer 50+/-1mg i àcid hialurònic estabilitzat 15mg d'o rígen no animal, 1ml, d'ús pediàtric 1 a 5 anys, en xeringa vidre escala 0,1ml amb adaptador luer-lock, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 20001328

Descripció llarga:

Endopròtesi injectable per tractament del reflux vesicoureteral RVU, de silicona grau mèdic vulcanitzat, suspés en hidrogel, xeringa 1, 5ml, per a ús pediàtric 1 a 5 anys, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 20023518

Descripció llarga:

Baló reservori de pressió regulable 61 - 71cm, estèril, lliure de làtex, un sol ús, compatible amb sistema implantable d'esfínter urinar i artificial de silicona AMS 800 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 20023519

Descripció llarga:

Bomba de control amb mecanisme valvular,estèril,lliure de làtex,un sol ús ,compatible amb sistema implantable d'esfínter urinari arti ficial de silicona AMS 800 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 20024250

Descripció llarga:

Esfínter urinari artificial (EUA),dispositiu hidràulic de silicona p/tract incontinència urinària i la insuficiència esfinteriana 1ª ,compost:baló reservori de pressió regulable,maniguet inflable uretral i bomba de control pre-purgat i pre-omplert,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 20027072

Descripció llarga:

Sistema p/tract de la IUE masculina malla/banda suburetral sintètica PP monofilament pretallada en un braç ample1,2cm;ample al mig 3 ,55cm;long 43 ,5cm+/-2cm;gruix 0,61mm;anclatges "V",2ag helicoid,anell retractor ,retractors ganxo roms,est,lliure làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 20027107

Descripció llarga:

Sistema de suport suburetral per al tractament incontinència urinària esforç femenina, lliure de tensió,anclatge via transvaginal en malla sintètica de polipropilè implantable ample centre 12+/-1mm, ample en 22+/-1mm,llarg total 11,5+/-2mm,est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 20041006

Descripció llarga:

Sistema suport suburetral tractament IUE femenina a/malla incisió única ,sintètica polipropilè,a/vores llises,monofilament,via transv a,long 7,75cm+/-2cm,baixa elastic,2anclatges a extrems (lestàtic/ldinàmic ajustabl) 2ag helicoidals esq/dret,s/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 20041591

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø85mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 20041592

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø90mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 20041593

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø95mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 20041594

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø50mm, silicona grau mèdic,lli ure de làtex

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 20041595

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø55mm, silicona grau mèdic, ll iure de làtex

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 20041596

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø60mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 20041597

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø65mm, silicona grau mèdic, ll iure de làtex

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 20041598

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø70mm, silicona grau mèdic, ll iure de làtex

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 20041599

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø75mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 20041600

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø80mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 20041601

Descripció llarga:

Pessari (anell), rodó, flexible, per a la contenció del prolapse uterí i complicacions del cistocèle, Ø100mm, silicona grau mèdic

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 20041720

Descripció llarga:

Malla per al tractament de la incontinència urinària d'esforç femenina (IUE), sintètica, polipropilè, monofilament, macroporus, Ø10mm, 1,2 cmx(43cm+/-2mm), porositat 55%, gruix 0,4mm (abordatge transobturador i/o retropúbic), est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 20041721

Descripció llarga:

Sistema d'implantació transvaginal, per a la reparació anterior del prolapse genital i apical, sòl pèlvic, amb malla sintètica de polipropilè macroporus àrea de malla 132cm², àrea de malla sense braços 71cm², porositat 56%, gruix 0,4mm. Estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 20043960

Descripció llarga:

Pessari cerclatge perforat silic grau mèdic flexible p/contenció coll uterí gestació única en risc prematuritat, i/o insuficiència de rvi i contenció prolapse uter Øext 65+/-1mm, alçada 25+/-1mm, Øint 32mm. Permanència in situ +/- fins setm 37, est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 20043961

Descripció llarga:

Pessari cerclatge perforat silic grau mèdic flexible p/contenció coll uterí gestació única en risc prematuritat, i/o insuficiència de rvi i contenció prolapse uter Øext 65+/-1mm, alçada 25+/-1mm, Øint 35mm. Permanència in situ +/- fins setm 37, est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 20043964

Descripció llarga:

Sistema malla/banda TOT p/tract IUE d'esforç/estrés fem, sintètica, polipropilè, a/vores lles i s/beina plàstic, monofilament, macroporus, Ø11,2mm, llarg 60cm+/-2cm, gruix 0,3mm, baixa elasticitat 7,5%, 2tunelitz helicoid (dret+esq) i 1tunelitz corb, s/làtex, est, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 20043976

Descripció llarga:

Sistema de suport suburetral per al tractament de la incontinència urinària d'esforç femenina amb malla sintètica PVDF monofilament macroporus, via transobturador o retropúbica, estèril; tunelitzadors helicoidals i corbs reutilitzables, est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 20044045

Descripció llarga:

Sistema suport suburetral p/tract IUE masculina, cabestrell reajustable a/tensió graduada, regulació mecànica externa, malla sintètica PP, monofilament, macroporus, 1,25mm, 26x(29mm+/-2mm), placa base 70mm+/-2mm, 2 fils tracció, variotensor impl, manipulada i desacobla, est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 20044052

Descripció llarga:

Esfínter urinari artificial (EUA), dispositiu hidràulic de silicona recobert de substàncies farmacològiques, p/TT incontinència urinària i insuficiència esfinteriana 1ª, compost p/4 comp: bomba, baló regulador de pressió, manigueta i eq accessoris, compatible amb AMS 800 o eq

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 20067855

Descripció llarga:

Malla per al tractament del prolapse genital apical, sòl pèlvic, sacrocolposusp/sacrocolpop, monofilament macroporus, 54% sintètica PP i 46% poliètil·len, pretallada "Y", aleta sacra 15x(3cm+/-1cm), aletes vagin 13x(5cm+/-1cm), total malla 27x(5cm+/-1cm), est, s/là, lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 20097990

Descripció llarga:

Malla per al tractament del prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic,sintètica de polipropilè,monofilament,macroporus sacrocolpopexia,en c abestrell via laparoscòpica,inclou microarpons PEEK i aplicador,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 20100386

Descripció llarga:

Malla correcció prolapse vaginal sistema mínimament invassiu (MIPS) ,transvaginal,ajustable,macroporus,fixació post a sacroespinós,1 aplicador amb arpó+1 arpó PEEK+1 agulla+trócar,fixació part anterior a múscul obturador,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 20103043

Descripció llarga:

Endopròtesi injectable per a incontinència urinària/reflux vesico-ureteral RVU en partícules de silicona grau mèdic vulcanitzada,tex tura irregular,suspeses en hidrogel polyvinylpyrrolidona (PVP),baix pes molecular, xeringa 2,5ml,lliure de làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 20104951

Descripció llarga:

Endopròtesi injectable peri-uretral per a IUE femenina de gel hidròfil amb 2,5% de poliacrilamida i 97,5% d'aigua,en 2xeringues pre- omplertes 1ml ,lbeina amb rotació i 2agulles,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 20106650

Descripció llarga:

Sist hidràulic ajustab p/tract IU mascul esforç/estrés cabestrell:malla PP monofil macropor ampla1,2cmx56cm+/-2cm a/coixí silic 40x(45mm+/-2mm) volum màx inflat 25ml+cat silic ØExt3mmØInt1,1mmx8,5cm i porttitani impl ,long tot 129+/-2cm,est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 20109596

Descripció llarga:

Malla p/tract cúpula vaginal/sòl pèlvic,per sacrocolpopèxia laparoscòpica ,sintètica de polipropile monofilament macroporus,porositat 57% AMID I,gruix 0,40mm,densitat 32,38g/m² tracció d'esforç 40,95N/cm,sense microarpons PEEK ni aplicador,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 20110247

Descripció llarga:

Malla per al tractament/repareció del prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic ,per pectopèxia laparoscòpica,sintètica de fluorur de Polivi nilidè (PVDF) 100%,monofilament,macroporus,3cmx(15+/-1cm),en cabestrell,est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 20110461

Descripció llarga:

Malla p/TT reparació prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic,p/sacrocolpopèx laparosc o oberta,sintètica de fluorur de Polivinilidè(PVDF) 100% ,monofilament,macroporus,amplades 4cm/2cm,long 23cm+/-2cm,gruix malla 0,38mm,porositat 67,5%,pes 75g/m²,est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 20116667

Descripció llarga:

Malla en Y p/tract cúpula vaginal/sòl pèlvic,sacrocolposusp/sacrocolpopè ,sintèticaPP monofil macrop,acolorida a/línia central blanca ,porus2,8mm²,long35,4cm+/-1/cm²,densitat25g/m²,% elongació49,84N/cm ,a/dispos colocació vaginal ABS,s/làt,est,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 20118308

Descripció llarga:

Maniguèt oclusiu inflable 5cm, compatible amb sistema implantable d'esfínter urinari artificial AMS 800 ,de elastomer de silicona am b impregnació antibiòtica de rifampicina i minociclina, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 20127200

Descripció llarga:

Maniguèt oclusiu inflable 4,5cm,de elastomer de silicona amb impregnació antibiòtica de rifampicina i minociclina,estèril,lliure de làtex,un sol ús ,compatible amb sistema implantable d'esfínter urinari artificial AMS 800 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 20127269

Descripció llarga:

Malla p/TT reparació prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic,p/sacrocolpopèx laparosc o oberta,sintèt fluorur Polivinilidè(PVDF) 100%,mon ofil ,macropor,formaY,ampl 5cm,long 27cm+/-2cm,gruix malla 0,38mm,porosit 61,6%,espesor fibra 85um,pes75g/m²,est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 20128994

Descripció llarga:

Maniguèt oclusiu inflable 4,0cm,de elastomer de silicona amb impregnació antibiòtica de rifampicina i minociclina,estèril,lliure de làtex,un sol ús ,compatible amb sistema implantable d'esfínter urinari artificial AMS 800 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 20128995

Descripció llarga:

Maniguèt oclusiu inflable 3,5cm,de elastomer de silicona amb impregnació antibiòtica de rifampicina i minociclina,estèril,lliure de làtex,un sol ús ,compatible amb sistema implantable d'esfínter urinari artificial AMS 800 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 20136852

Descripció llarga:

Malla per al tractament/reparació del prolapse cúpula vaginal,sòl pèlvic ,per pectopèxia laparoscòpica,sintètica de fluorur de Polivi nilidè (PVDF)100%,monofilament,macroporus,0,3cm ample, 17x(15+/-1cm),en cabestrell,estèril,unsol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 20138741

Descripció llarga:

Implant reparació anterior prolapse,a/malla quirúrgica,macroporus >1mm ,superfície de diòxid de titani,marc de Peek,2 braços laterals sòlids + pont connector elàstic,gruix 16g/m2,estèril, lliure de làtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 20145577

Descripció llarga:

Sistema d'implant intravag(anter+poster),permanent,p/reparació prolapse apical,3arpons 9,5mm a/sutura PP 700mm,instrum,guia retràcti l+tub protector arpons138 +/-1mm,agu sutura Ø2,2mm a/ullal regular,i baixanusos ABS,estèril,lús,n/làtex,ANCORIS KIT-ANC-01

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 20149248

Descripció llarga:

Sistema fixació de sutures a lligament sacroespínós,p/reparació del Prolapse vaginal compost p/1 aplicador precarregat amb/1 arpó+1 arpó adicional PEEK a/sutura monofil PVDF+lag viuda 6mm 1/2 cercle,estèril,un sol ús,SURELIFT ANCHORSURE,ref:CPSAPLIC2AV

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 20149730

Descripció llarga:

Arpó,de material Peek,per a la fixació de la malla p/tractament del prolapse vaginal,sutura de diàmetre 3,5mm(USP 0),fil de monofila ment de 100cm+/-5cm de longitud,a/agulla vídua circular 1/2,6mm,estèril ,lús.Compatible sistema Surelift Anchorsure o equ

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 20152687

Descripció llarga:

Aplicador de sutura mecànica nitinol per a fixació de malla 30cm - 10 sutures - Ø0,35*/0,55mm, per a tròcar 5mm, estèril

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30008968

Descripció llarga:

Agulla flexible/níló, d'injecció adults, per a incontinència urinària i refluxe vesico ureteral de 18Gx10+/-0,5mm llargària, tija de 7Fx(38+/-2cm).Connexió luer,material PVC.S/làtex,est,lús.Compatible amb sistema Macroplastique o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30029482

Descripció llarga:

Dispositiu de captura de sutures en ubicacions d'accés difícil per cirurgia oberta longitud 25cm. Estèril.Compatible amb sutures sis tema d'implantació transvaginal Capio o equivalent

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30030186

Descripció llarga:

Equip accessoris implant esfínter uri:12connectors,tubs 30+/-2cm protecció puntes pinces hemostàtiques,8broquets,mesurador maniguet, 2agulles romes 22G i 2 de 15G,est,s/làtex,lús,compatible a/sistema implantable d'esfínter urinari artificial AMS 800 o eq

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30040912

Descripció llarga:

Agulla per a injecció, rígida, per a incontinència urinària i reflux vesicoureteral, de 7Fx(38+/-2cm) de llarg, punta de 18Gx10+/-0, 5mm de llarg, connexió luer, d'acer inox, p/pacients adults,S/làtex,est,lús. Comp Macroplastique (xeringa i pistola) o eq

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30048963

Descripció llarga:

Agulla TT incontinència urinària d'esforç p/incompetència esfínter uretral o el reflux vesicoureteral, acer inox Ø3,7F, punta 23Gx(350 +/-10mm)
, marcador profunditat a 6mm de la punta+ marcador a 8mm, compatible amb l'administració gel viscos Deflux o eq

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999201433

Descripció llarga:

A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de l'ureter, de diferents diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999201794

Descripció llarga:

A - Endopròtesi uretral i prostàtica, nitinol, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de la uretra, de diferents diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999201796

Descripció llarga:

A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible de nitinol amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, diferents diàmetres i llargàries

SOL.COMANDA: 1101360241 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999202916

Descripció llarga:

A - Endopròtesi ureteral doble "J" (obert/obert) amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, compatible amb RMN, diferents diàmetres i llargàries

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel **Licitació 1101360241_2bis**.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya *Oferta*

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya *Oferta*

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 10.1.1, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																									
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																									
Empresa:																													
NIF:																													
Data																													
Segell Empresa:																													
Signatura:																													
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																									
Número oferta Variant:																													
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat										
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00																	
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml)	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00																	
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	
2	0		710	30040875	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00																	

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX D. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
			Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador			LOT
			Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP <u>El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</u> Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1101360241/24/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador		
Identificació de l'empresa		
NIF	Nom	Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)
Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	
Descripció breu del producte	* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció			
Dades de la licitació			Codi SAP
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101360241/24/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF		Nom	
		Fabricant	
		Fabricant	(SI / NO)
		Distribuïdor	(SI / NO)

Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model		Envasat del material ofertat *	
Referència distribuïdor		Material de fabricació *	
Referència fabricant		Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 – Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació.

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	CS/CC00/1101360241/24/AMUP
Descripció expedient	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS

Dades del licitador

Identificació de l'empresa	
NIF	
Nom	

(*** SUPRIMIR LES LÍNIES DEL MATERIAL DEL QUE NO ES PRESENTI OFERTA. UNICAMENT, HAN DE QUEDAR LES LINES DEL MATERIAL OFERT)

Lot	Codi agrupador	Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa		
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Compliment RD (UE) 2017/745 (SI/NO)	Altres normatives
1	999201794	999201794								
2	999201433	999201433								
3	999201796	999201796								
4	999202916	999202916								
5	-	20000521								
5	-	20000560								
5	-	20067855								
5	-	20110247								
5	-	20110461								
5	-	20116667								
5	-	20127269								
5	-	20136852								
5	-	20138741								
6	-	20023518								
6	-	20023519								
6	-	20044052								
6	-	20118308								
6	-	20127200								
6	-	20128994								
6	-	20128995								
6	-	30030186								
7	-	20024250								
8	-	20001328								
8	-	20103043								
8	-	30008968								
8	-	30040912								
9	-	20001324								
9	-	30048963								
10	-	20104951								
11	-	20000527								
11	-	20000553								
11	-	20000584								
11	-	20027072								
11	-	20027107								
11	-	20041006								
11	-	20041720								
11	-	20043964								
11	-	20043976								
11	-	20044045								
11	-	20106650								
12	-	20041597								
12	-	20043960								
12	-	20043961								
12	-	20041591								
12	-	20041592								
12	-	20041593								
12	-	20041594								
12	-	20041595								
12	-	20041596								
12	-	20041598								
12	-	20041599								
12	-	20041600								

ANNEX D3 – Llista-Resum de criteris addicionals d'adjudicació

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

AGRUPACIÓ 1ª
Lot/s: 1-2-3-4
Sumatori total del criteri: 50 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)									
						CRITERIS DE JUDICI DE VALOR									
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Visibilitat total pròtesi al pacient (radiopacitat)			Facilitat retirada pròtesi (evitant risc estrip)			Amplitud de gamma (longituds i diàmetres)	Permeabilitat a llarg termini (estudis clínics acreditatius)		
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	VISIBILITAT TOTAL PRÒTESI	VISIBILITAT PARCIAL PRÒTESI	VISIBILITAT NUL·LA PRÒTESI	FACIL RETIRADA	RETIRADA LABORIOSA	RETIRADA MOLT DIFÍCILTOSA I/O IMPOSSIBLE	VALORACIÓ	SUPERIOR A 3 NAYS	ENTRE 1 I 3 ANYS	INFERIOR A 3 ANYS
1	999201794	A - Endopròtesi uretral i prostàtica, nitinol, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de la uretra, de diferens diàmetres i llargàries										(*)			
2	999201433	A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible, premontada en sistema portador per a obstruccions de l'ureter, de diferens diàmetres i llargàries										(*)			
3	999201796	A - Endopròtesi ureteral, autoexpandible de nitinol amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, diferents diàmetres i llargàries										(*)			
4	999202916	A - Endopròtesi ureteral doble "J" (obert/obert) amb recobriment polimèric, premontada en sistema portador per a obstruccions del urèter, compatible amb RMN, diferents diàmetres i llargàries										(*)			

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA al doc CA-AMUP-S-13-24

ANNEX D3_Fitxa tècnica resum criteris addicionals_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

AGRUPACIÓ 2ª
Lot/s: 5-11-12-14
Sumatori total del criteri: 40 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)		
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Amplitud de gamma (longituds i diàmetres)	Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT		100%	NO
5	20000521	Malla sòl pèlv4x7cm Biodesign SLH-4S-4X7				(*)		
5	20000560	Malla sòl pèlvic 10x15cm GYNEMESH NMS-01				(*)		
5	20067855	Malla sòl pèlv "Y" 27x5cm ARTISYN ARTY				(*)		
5	20110247	Malla cúp DYNAMESHPRPsoft 107-PV540315F1				(*)		
5	20110461	Malla 4x23 DYNAMESH PRRsoft 107-360423F1				(*)		
5	20116667	Malla cup vag UPSYLON Y-Mesh M0068318220				(*)		
5	20127269	Malla sacrocolpopèx5x27 DYNAMESH-PRSoft				(*)		
5	20136852	Malla DYNAMESH-PRPVisible 107-PV781715F1				(*)		
5	20138741	Implant Malla X SRS LYRA026-1388/6001399				(*)		
11	20000527	Malla IUE fe TOT 11,2mmx60cm Aris UR3101				(*)		
11	20000553	Sist IUE fem cabest 14x35mm AMS SREM-01				(*)		
11	20000584	Sist subIUE 1x44,45cm OBTRYX M0068505000				(*)		
11	20027072	Sist IU masc malla AdvanceXP 720163-01				(*)		
11	20027107	Sist IUE fem12x22x11,5mmNeedleless NL-01				(*)		
11	20041006	Sist IUE incis única 7,75cm ALTIS 519650				(*)		
11	20041720	Malla IUE fem sint Ø10mm1,2cmx43cmKIM-01				(*)		
11	20043964	Sist subIUE fem 11,2x60cm Aris UR3105				(*)		
11	20043976	Sist IUE f DYNAMESH SIS 107-PV411050F1				(*)		
11	20044045	Sist IUE masc cabest grad26x29mm/70mmMRS				(*)		
11	20106650	Sist IU mascØ12mmx129cm+portATOMSAT5S041				(*)		
12	20041597	Pessari prolapse uteri Ø 65mm silicona				(*)		
12	20043960	Pessari cerclat úter sil únicASQ65/25/32				(*)		
12	20043961	Pessari cerclat úter sil múltASQ65/25/35				(*)		
12	20041591	Pessari prolapse uteri Ø 85mm silicona				(*)		
12	20041592	Pessari prolapse uteri Ø 90mm silicona				(*)		
12	20041593	Pessari prolapse uteri Ø 95mm silicona				(*)		
12	20041594	Pessari prolapse uteri Ø 50mm silicona				(*)		
12	20041595	Pessari prolapse uter Ø 55mm silicona				(*)		
12	20041596	Pessari prolapse uteri Ø 60mm silicona				(*)		
12	20041598	Pessari prolapse uteri Ø 70mm silicona				(*)		
12	20041599	Pessari prolapse uteri Ø 75mm silicona				(*)		
12	20041600	Pessari prolapse uteri Ø 80mm silicona				(*)		
12	20041601	Pessari prolapse uteri Ø 100mm silicona				(*)		
14	20145577	Sist intrav 3arp+suturANCORIS KIT-ANC-01				(*)		
14	30029482	Dispos captu sut difícil 25cm Capio Slim				(*)		
14	20152687	Aplic sut fix malla 10 sutur Spire-it				(*)		

(*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA al doc CA-AMUP-S-13-2

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

AGRUPACIÓ 3ª
Lot/s: 6
Sumatori total del criteri: 25 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)			
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		Solvència tècnica material licitat (revistes INTERNACIONALS)		Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI	NO	SI	NO
6	20023518	Baló pressió 61-70cm EUA AMS800 72400024							
6	20023519	Bomba control compatibl AMS 800 72404127							
6	20044052	Esfinter ur (EUA) sil atb 4comp AMS800IZ							
6	20118308	Maniguet oclus 5cm c/sistAMS800 72404132							
6	20127200	Maniguet oclus4,5cmc/sistAMS800 72404131							
6	20128994	Maniguet oclus4,0cmc/sistAMS800 72404130							
6	20128995	Maniguet oclus3,5cm/sistAMS800 720157-01							
6	30030186	Eq implan EUA 20044052 AMS 800 72401685							

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

AGRUPACIÓ 4ª
Lot/s: 7-8-9-10-13
Sumatori total del criteri: 10 PUNTS

DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE						CRITERIA ADDICIONALS	
DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC						Certificat ISO14001:2015 (organisme notificador acreditat)	
						SI	NO
7	20024250	Esfinter EUA sil IU 1ª ZEPHIR ZSI375PF					
8	20001328	Endopr RVU 1,5ml MACROPLASTIQUE 370813					
8	20103043	Endop inyec RVU MACROPLASTIQUE MPQ2,5					
8	30008968	Ag flex/niló d'al PVC MACROPLASTIQUE					
8	30040912	Ag inyec7Fx38cm p-18G/10mmMACROPLASTIQUE					
9	20001324	Endopr inj RVUpolím ped 1ml DEFLUX281521					
9	30048963	Agulla IUE Ø3,7F-23Gx350mm p/gel Deflux					
10	20104951	Endopr IUE inj gel hidrof BULKAMID 50012					
13	20041721	Sist tr pèvc malla132mm²CPS01SURELIFTSOF					
13	20097990	Malla cúp vagi sòl NEOPORE KITUPL-04-05					
13	20100386	Malla prolaps vag SURELIF MIPS KITMIPS02					
13	20109596	Malla sacrocolpop pelv NEOPORE UPLIFT04					
13	20149248	Sist fix prolap vaginSURELIFT ARCHORSURE					
13	20149730	Arpó malla prolap vagin 3,5mm Anchorsure					

ANNEX D4 – Fitxa tècnica *Product Data*

ANNEX D5 - Fitxa resum Judici valor

ANNEX D5_CS/CC00/1101360241/24/AMUP_FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR

(annex informatiu: no s'ha de retornar omplert)

LOTS: 1 -2 -3 -4

(NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR)

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Visibilitat de tota la pròtesi en tractar-se al pacient radioactivament
Facilitat de retirada per risc d'estrip

És OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades, fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP.

ANNEX E1 – Presentació de mostres

Per aquesta licitació no es obligatori presentar mostra del material licitat.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin:

1. El licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui, en el termini màxim de 48 - 72 hores
2. La mostra deurà venir identificada amb les dades que s'assenyalen al punt 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques:
 - a. Codi expedient CS/CC00/1101360241/24/AMUP
 - b. NIF i nom de l'empresa
 - c. Lot
 - d. Codi SAP
 - e. Referència
3. L'embalatge que contingui la/es mostra/es requerida/es (caixa, bossa, paquet,...) haurà d'identificar-se amb l'ANNEX E2.
4. La mostra del material haurà de ser obligatòriament no caducada i usable.
5. El número de mostres requerides serà proporcional als centres ICS que les avaluaran, per tant, caldrà enviar tants jocs de mostres com centres avaluadors que es decidiran en Comissió.

Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Expedient de Contractació	
Núm:	CS/CC00/1101360241/24/AMUP
Expedient:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'IMPLANTS QUIRÚRGICS UROLÒGICS

Licitador/a	
Nom o raó social:	
NIF:	
Domicili:	
Localitat:	
C.P.:	
Telèfon:	

DADES ESPECÍFIQUES DEL CONTINGUT (una fitxa per caixa/paquet/bossa/sobre i lot)														
CODIS INCLOSOS A LA LICITACIÓ AMB PRESENTACIÓ DE MOSTRA						CODIS INCLOSOS A LA LICITACIÓ AMB PRESENTACIÓ DE MOSTRA								
CODIS DE MATERIAL ICS (fungible):	LOT	CODI ICS	REFERÈNCIA	LOT	CODI ICS	REFERÈNCIA	CODIS DE MATERIAL ICS (fungible):	LOT	CODI ICS	REFERÈNCIA	LOT	CODI ICS	REFERÈNCIA	