

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101357616/24/AMUP

Material de cirurgia per radiofreqüència i làser

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris de l'equipament en cessió	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial	9
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació	10
4.3. Manual d'usuari	10
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1. Condicions de subministrament	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	12
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI	13
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges	15
4.5.2. L'albarà	16
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	16
4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia	17

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material de cirurgia per radiofreqüència i làser** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti:

- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb

l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades pel fabricant)

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris de l'equipament en cessió

És obligatòria la presentació dels annexos següents, en relació a la cessió d'equips:

- **ANNEX D4 – Llista resum Requisits obligatoris per equips i lot**
- **ANNEX D5 – Certificat de compliment especificacions tècniques obligatòries de l'equip requerit i que es cedeix**
- **ANNEX D6 – Fitxa tècnica pròpia (especificacions tècniques) de l'equip que es cedeix**

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 9 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa Criteris Addicionals, ANNEX D3.

Aquest model no permet fer cap modificació al fitxer, només caldrà emplenar les dades següents:

- Nom
- NIF
- Lot
- Codi SAP
- Dades Generals i específiques de cada producte (referència distribuïdor, referència del producte i marca)

Característiques addicionals a especificar (cal tenir en compte que per omplir les cel·les, és necessari seleccionar una de les opcions del desplegable de cada criteri). La puntuació total és una cel·la protegida que no es pot modificar.

- Llista resum Requisits obligatoris per equips i lots, ANNEX D4.
- Certificat de compliment de les especificacions tècniques per equip que es cedeix, requerides obligatòriament (i definides a l'Annex 9 del PCAP), ANNEX D5.
- Fitxa tècnica pròpia (especificacions tècniques) de l'equip requerit i que es cedeix, de lliure format per al licitador, ANNEX D6.
- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (Product Data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**. Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101357616/AMUP/24]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP/Codi Agrupador
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a **Gerència de Compres**, a l'atenció de **Jordi Morera**, a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2^a planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONES EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escolliu el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es pot rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona dels molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme. Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa Criteris Addicionals

ANNEX D4 - Llistat-Requisits Obligatoris per equips i lots

ANNEX D5 - Certificat compl-especif-tèc-oblig equips

ANNEX D6 - Fitxa tècnica equip cedit licitador

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101357616/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics/aparell digestiu compat sist.CYBER Tm YAG 200W, CYBER Ho 60W i 105W QUANTA SYSTEM o equivalent	Obligatori
002	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics compatible amb sistema EMPOWER o equivalent	Obligatori
003	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics compatible amb sistema P20,P30H,P50H, P100,P100H,P120H,VP100 i VP100H o equivalent	Obligatori
004	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments de pneumologia,vies respiratòries i altres compatible amb sistema LEONARDO DUAL 100 o equivalent	No Obligatori
005	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics compatible amb sistema DORNIER o equivalent	No Obligatori
006	Procediment quirúrgic per fibra de làser pel tractament urològic compatible amb sistema STARMEDTEC AURIGA o equivalent	Obligatori
007	Procediment quirúrgic per radiofreqüència i coagulació per a sistema de termoablació dual AQUAMANTYS o equivalent	Obligatori
008	Procediment quirúrgic per radiofreqüència compatible amb sistema COOL TIP Series o equivalent	Obligatori
009	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament d'ablació tumoral compatible amb sistema HABID ENDOHPB o equivalent	No Obligatori
010	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament d'ablació tumoral compatible amb sistema STARMED/VIVA o equivalent	Obligatori
011	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament del dolor compatible sistema COSMAN G4 o equivalent	Obligatori
012	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament del dolor compatible amb sistema NEUROTHERM RFG-NT-1100 o superior o equivalent	Obligatori
013	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament del dolor compatible amb sistema VOYAGER o equivalent	Obligatori
014	Procediment quirúrgic per microones pel tractament d'ablació tumoral compatible sistema AVECURE MWA o equivalent	Obligatori
015	Procediment quirúrgic per radiofreqüència per tractaments otorrinològics compatible amb sistema CELON o equivalent	Obligatori
016	Procediment quirúrgic per radiofreqüència per a tractaments otorrinològics compatible amb sistema COBLATOR o equivalent	Obligatori
017	Procediment quirúrgic per radiofreqüència per a tractaments otorrinològics compatible amb sistema VESALIUS QUC28-C32ANTUM o equivalent	No Obligatori
018	Procediment quirúrgic per radiofreqüència per a termoablació cardíaca compatible amb sistema RF3000 o equivalent	Obligatori
019	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments de pneumologia,vies respiratòries i altres generals compatible sistema LUMENIS VERSACUT o equivalent	No Obligatori
020	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments de pneumologia,vies respiratòries i altres generals compatible amb sistema DUMON o equivalent	Obligatori
021	Procediment quirúrgic per radiofreqüència,làser i microones per a termoablació i per cirurgia compatible amb sistema BUFALO o equivalent	Obligatori
022	Procediment quirúrgic per microones pel tractament d'ablació tumoral compatible sistema EMPRINT o equivalent	Obligatori
023	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments otorrinològics compatible amb sistema ACAPULSE o equivalent	Obligatori
024	Elèctrode per a procediment quirúrgic per radiofreqüència compatible amb sistema ELLMAN o equivalent	No Obligatori
025	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics compatible amb sistema GREENLIGHT XP o equivalent	No Obligatori
026	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament FA compatible amb generador ASU3 i ASB3	No Obligatori
027	Procediment quirúrgic per radiofreqüència i microones per ablació tumoral de tiroïdes compatible amb sistema AGN-H-1.05 o equivalent	No Obligatori
028	Altres materials compatibles amb sistema de evacuació de fums compatible amb sistema SURTRON EVAC o equivalent	No Obligatori
029	Procediment quirúrgic i accessoris per sistemes d'evacuació de fums	No Obligatori
030	Procediment quirúrgic per fibra de làser per a tractaments urològics compatible amb sistema HYPER PHOTONICS HP 1064 o equivalent	No Obligatori
031	Procediment quirúrgic per radiofreqüència pel tractament d'ablació tumoral compatible amb sistema REZÜM o equivalent	No Obligatori
032	Procediment quirúrgic per electroporació irreversible IRE compatible amb sistema NANOKNIFE o equivalent	No Obligatori
033	Procediment quirúrgic per radiofreqüència polsada amb límit de Tª amb catèter d'epidural compatible amb sistema St REED PULSE o equivalent	No Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 1 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30004244

Descripció llarga:

Elèctrode triple agulla sistema ablació per radiofreqüència 15cm+/-1cm llarg total i 2,5cm longitud activa, amb dos plaques de presa de terra i un conjunt de tubs d'entrada i de sortida. Estèril, un sol ús. Compatible a/generadors radiofreq Cool-Tip o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30005242

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla bipolar per a radiofreqüència cirurgia cornets, punta cònica, Øelèctrode 1,1mm, beina de 100mm+/-10mm long, mànec 140 mm+/-10mm long i cable 3m+/-10cm, a/pedal, rang potència 0-25 wats.s/làtex, estèril, un ús. Comp/generador CELON Probreathe o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30005243

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla bipolar per a radiofreqüència cirurgia d'apnea del son, punta cònica, Øelèctr 1,1mm, beina 100mm+/-10mm long, mànec 140mm+/-10mm long, cable 3m+/-10cm, a/pedal, rang potència 0-25 wats.s/làtex, estèril, un ús. Comp/gener/CELON Prosleep Plus o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30006792

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla per a procediments de radiofreqüència 23G, cànula de 60mm+/-5mm, punta activa de 5mm, amb tub per a connexió elèctrica i port d'injecció d'anestèsics locals. Estèril, un sol ús. Compatible generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30008018

Descripció llarga:

Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 10cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda corba de 10mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30008019

Descripció llarga:

Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 10cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda recta de 5mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30008020

Descripció llarga:

Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 20G x 15cm+/-1cm de longitud, amb punta aguda recta de 5mm, estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador de radiofreqüència Electrothermal 20S, Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30008257

Descripció llarga:

Fibra làser òptica 600micres, llargària 3m+/-0.10m, refrigerada. Per a intervencions (neumologia) de vies respiratòries no pulmonars. Estèril, sol ús. Compatible amb làser pulsat Leonardo o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 2 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30008347

Descripció llarga:
Fibra làser de 365 micres diàmetre intern, 3m+/-10cm de longitud i diàmetre extern màxim de 1,8F(580µ), canal mínim treball 2,1F, estèril, reutilitzable. Comp a/endosco rígids o flexibles i generador energia làser Holmium YAG VP100 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30008348

Descripció llarga:
Fibra làser de 550 micres diàmetre intern, 3m+/-10cm de longitud i diàmetre extern màxim de 2,3F(780µ), canal mínim treball 2,7F, estèril, reutilitzable. Comp a/endosco rígids o flexibles i generador energia làser Holmium YAG VP100 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30008394

Descripció llarga:
Equip rizolisi: aparell radiofreqüència per produir lesions contínues-pulsants, agulles llarg de 5cm-20cm, diferents puntes actives de 2mm-20mm, electrodes connexió, placa, tècnic suport. Compatible generador radiofreqüència Neurotherm NT-1000 i superior o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30010961

Descripció llarga:
Elèctrode terminal bola Ø 2mm, monopolar de radiofreqüència per a microcirurgia. Estèril, un sol. Compatible generador radiofreqüència a ELLMAN o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30012291

Descripció llarga:
Terminal radiofreqüència bipolar per reducció de cornets o teixit submucosal, marques profunditat, mànec i cable connector, punta 45°, terminal treball 11,5+/-1cm, mànec 9,5+/-1cm. PVC/acer. Lliure làtex, estèril, un ús. Comp a/sistema Coblador II o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30012292

Descripció llarga:
Terminal amb mànec de radiofreqüència bipolar triple elèctrode per a ablació, ressecció i coagulació de teixit tou, mal·leable amb cable connector, línees asp/irrigació, long treball 15,2+/-1cm, Lliure làtex, estèril, un ús. Compatible a/sistema Coblador II o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30012502

Descripció llarga:
Filtre per a aspiració de fums, compacte de 4 nivells filtració, 6h d'aspiració activa, port d'entrada per a tub coarrugat de 22mm, de plàstic una sola peça amb capes filtre de cel·lulosa i carbó activat. Compatible a/aspirador de fums Buffalo Plumesafe o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30012520

Descripció llarga:
Finestra/pantalla de protecció de residus compatible amb làser Holmium VP100

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 3 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30012573

Descripció llarga:

Tub d'aspiració de plàstic per a fragmentador tissular a unitat peristàltica d'extracció de teixit prostàtic,diàmetre intern 6,3mm, 3m +/-0,10m,estèril, un sol ús.Compatible amb aparell morcelador Versacut o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30012730

Descripció llarga:

Tub corrugat de diàmetre 22mm i 3050mm+/-50mm de longitud, de plàstic, no estèril, compatible amb aspirador de fums Buffalo o equiva lent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30012731

Descripció llarga:

Tub reductor de doble sortida de 22 a 6 mm, per a connectar el laringoscopi amb l'aspiració de fums, 610mm+/-20mm de tub de 6mm,estè ril, un sol ús.Compatible amb l'aspirador de fums Buffalo o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30014194

Descripció llarga:

Placa de retorn, d'alumini, amb gel conductor i canto adhesiu recobert de polipropilè,de 114+/-10mmx184+/-10mm, àrea conductiva 139+ /-10cm2,cable 2,7m+/-0,10cm.Lliure làtex,un sol ús.Compatible a/sistemes d'ablació radiofreqüència fins Cosman G4 o equiv

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30015124

Descripció llarga:

Fibra làser de 600um,emissió lateral,recobriment quars: coagulació i vaporització de pròstata.Mides:longitud ona 2010nm,Ø 2,4mm, lon g punta 10-12mm.Angle radiació 80°.estèril,Un sol ús. Compatible làser Thullium i Holmiun de Quanta o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30017657

Descripció llarga:

Elèctrode agulla radiofreqüència multipùes,p/ablació teixit tou,part activa en forma de paraigua de 8 a 14 varetes,acer inox i aïlla ment de tefló part no activa,Ø paraigua actiu 3cm,long 15cm+/-1cm ,a/introduct.Estèril,un ús.Comp/generador RF3000 o equiv

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30018865

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla per a procediments de radiofreqüència 23G,cànula de 100mm+/-10mm,punta activa de 5mm,amb tub per a connexió elèct rica i port d'injecció d'anestèsics locals.Estèril,un sol ús.Compatible generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equival.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30019365

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla radiofreqüència multipùes,p/ablació teixit tou,part activa paraigua 8 varetes,acer inox i aïllament tefló part no activa,Ø paraigua actiu 2,0cm,long 15cm+/-1cm,15G.Estèril,un ús.Compatible amb generador radiofreqüència RF 3000.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 4 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30019366

Descripció llarga:

Elèctrode dagulla per a radiofreqüència multipúes,p/ablació teixit tou ,part activa paraigua 12 varetes,acer inox i aïllament tefló p art no activa,@paraigua actiu 4,0cm,long 15cm+/-1cm,15G,a/introd.Estèril,un ús.Comp/generador radiofreqüència RF 3000 o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30029430

Descripció llarga:

Elèctrode bipolar radiofreqüència,segellador per resecció,irrig i coagula teixit tou, distància entre puntes romes de 3,5mm.Plàstic i acer,màneç 29cm+/-1cm.Compat a/generador radiofreqüència Aquamantys 9.5XL o equiv. Lliure de làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30029526

Descripció llarga:

Cànula corba afilada de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm longitud, 10mm de punta activa, Ø de 18G. Estèr il, un sol ús.Compatible amb generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30029520

Descripció llarga:

Fibra làser de 750µm fins a 180w llum de 532nm als teixits, longitud de fibra 360+/-10mm, amb refrigeració líquida emissió lateral d el feix làser per a coagular i vaporitzar. Compatible sistema de làser GREENLIGHT XPS o equivalent.Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30029541

Descripció llarga:

Pinça de radiofreqüència tetrapolar per ablació quirúrgica de la fibrilació auricular (FA) per esternotomia,long línia d'elèctrodes 63+/-5mm .Consta de pinça de tancament paral·lel i màneç. Estèril, un sol ús. Compatble o equiv amb monitors ASU3 i ASB3

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30030204

Descripció llarga:

Elèctrode bipolar radiofreqüència 2,3mm,segellador per resecció,irrig i coagula teixit tou, distància entre puntes romes de 2,3mm.Pl àstic i acer ,màneç 29cm+/-1cm.Compat a/generador radiofreqüència Aquamantys 9.5XL o equiv. Lliure de làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30030895

Descripció llarga:

Equip de radiofreqüència sist ablació:elèctrode agulla Ø17G de 15cm+1cm llargària total i 1cm long activa, amb una placa (elèctrod e retorn) i conjunt tubs d'entrada i sortida, activa manual. Estèril,sol ús.Comp/generadors de RF,Cool-Tip E-Series o equi

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30030897

Descripció llarga:

Equip radiofreqüència sist ablació:elèctrode agulla Ø17G de 15cm+/-1cm llargària total i 3cm long activa, amb una placa (elèctrode retorn) i conjunt tubs d'entrada i sortida,activa manual.Estèril,sol ús.Comp/generadors de RF Cool-Tip E-Series o equi

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 5 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30030900

Descripció llarga:

Placa de retorn, d'alumini, amb gel conductor de 70 x 155mm, unida a un suport de polietilè 146 x 240mm. Adhesiva. Connector tipus b anana 4mm.Lliure de làtex, un sol ús.Compatible amb Sistema d'ablació per radiofreqüència Cool-tip RF E-Series.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30030943

Descripció llarga:

Elèctrode bipolar radiofreqüència,segellador per resecció,irrig i coagula teixit tou per laparoscòpia,Øeix 10mm,distància puntes en forma de cons 8 ,7mm, 30°,36+/-3cm,plàstic i acer.Compat/radiofreqüència Aquamantys 9.5XL o eq.Lliure làtex,estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30031759

Descripció llarga:

Cànula introductora epidural recta per a elèctrode radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 9cm+/-0,5cm de longitud, Øde 1 6G amb marques de profunditat d'1cm i fiador extraïble,port d'injecció.Estèril,envàs individual,sol ús.Comp/Cosman G4 o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30032206

Descripció llarga:

Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm de llargària, 5mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30032208

Descripció llarga:

Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 5cm+/-0 ,5cm de llargària, 4mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril , un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30032513

Descripció llarga:

Fibra làser de 200 micres Ø int per tract endosc urològ,3m+/-10cm long i Ø ext màx 1,4F(450µ),canal min treball 1,7Fsilice coberta b iocompatib.estèril, reutilitzable.Comp a/endosc rígids o flexib i generador energia làser Holmium YAG VP100 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30032684

Descripció llarga:

Placa de retorn electroquirúrgica amb cable connector per aparell de radiofreqüència,en l'aïllament del pacient adult d'hidrogel,escuma-PE.Lliure de làtex,estèril, d'un sol ús.Compatible Neurotherm o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30032780

Descripció llarga:

Cànula corba afilada de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 15cm+/-1cm longitud, 10mm de punta activa, Ø de 20G. Estèr il, un sol ús.Compatible amb generadors de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 6 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30032782

Descripció llarga:
Elèctrode per a radiofreqüència(RFK)epidural,per al tractament del dolor ,40cm+/-2cm de llargària,15mm de punta activa,Ø20G,connexió per a cable a generador i port d'injecció.Estèril,un sol ús.Comp/igenerador radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30032907

Descripció llarga:
Elèctrode d'agulla per microones extra rígida,Ø13G,15cm+/-1cm de longitud ,p/activa 2,8cm,activ manual,ablació esfèrica teixit tumora l,tubs refrigeració a sèrum fisiològic.Estèril.Compatible amb generador microones,bomba peristàltic Emprint o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30032908

Descripció llarga:
Elèctrode d'agulla per microones extra rígida,Ø13G,20cm+/-1cm de longitud ,p/activa 2,8cm,activ manual,ablació esfèrica teixit tumora l,tubs refrigeració a sèrum fisiològic.Estèril.Compatible amb generador microones,bomba peristàltic Emprint o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30033219

Descripció llarga:
Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homogènia Ø17Gx 20+/-1cm llargària total,punta recta activa 5-30mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/a/generadors Starmed/Viva o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30033220

Descripció llarga:
Elèctrode d'agulla sistema ablació radiofreqüència homogènia Ø18Gx7+/-1cm llargària total,punta activa 10mm,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada,especial tiroïdes.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Comp/ a/generadors Starmed/Viva RF o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30033377

Descripció llarga:
Sonda d'aspiració per a cirurgia làser, policarbonat (PC) flexible, part distal atraumàtica, diàmetre intern de 3x4mm(diàmetre extern), llargària 60cm+/-3cm,intervencions en broncoscòpia,estèril,sol ús.Compatible broncoscopi rigid Dumon o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30033378

Descripció llarga:
Sonda d'aspiració per a cirurgia làser, policarbonat (PC) flexible, part distal atraumàtica, diàmetre intern de 2x2,7mm(diàmetre extern), llargària 60cm+/-3cm,intervencions en broncoscòpia,estèril,sol ús.Compatible broncoscopi rigid Dumon o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30033444

Descripció llarga:
Equip de radiofreqüència (RFK) discal compost: dues cànules 20G i dos electròdes 15cm+/-1cm longitud, punta activa de 20mm, radiopa c, per tractament del dolor.Estèril, un sol ús.Compatible generadors RF de Neurotherm o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 7 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30033594

Descripció llarga:

Agulla per a Rizolisi canulada de calibre 22G x 5cm+/-0,5cm de longitud ,5mm punta activa,amb punta aguda recta,marca indicadora ober tura bisell de la cànula,estèril,un sol ús. Comp amb generador RF Electrothermal 20S,Neurotherm NT-1000 o equiv

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30034654

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació ,recta,recobr/aillant,electr/Ø22Gx6cm+/-0,5cm llarg,p/acti va 5mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,lús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30035268

Descripció llarga:

Terminal amb mànec de radiofreqüència bipolar per a ablació, ressecció i coagulació de teixit tou,mal·leable amb cable connector,lin ees asp/irrigació per gravetat,long de treball 12,5+/-1cm.Lliure làtex ,estèril,un ús.Comp/amb sistema Coblator II o equ

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30035380

Descripció llarga:

Fibra làser de 299 micres de diàmetre central, diàmetre extern 480micres, 3m+/-10cm longitud,per a càlculs en ronyons,urèters,bufeta i ablació teixits tous,Estèril,sol ús.Comp/generador làser Holmium VersaPulse,P30H ,P50H,P100H,P120H o eq.Estèril,sol ús.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30038049

Descripció llarga:

Electrocatèter multipolar 4F p/tractament de neuromodulació epidural per radiofreqüència pulsada bipolar amb possibilitat d'infusió fàrmac,agulla 14G,estèril,un sol ús.Compatible amb generadors Neurotherm NT-500 RF ,superiors o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30038887

Descripció llarga:

Elèctrode per a rizolisi per radiofreqüència per cànules 10cm longitud,amb cable incorporat (175-180cm) de llarg,no estèril, reutili tizable.Compatible amb agulles canulades i generador RF Neurotherm NT-1000 i superior o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30039108

Descripció llarga:

Sonda/catèter bipolar de radiofreqüència per a ablació procediment endoscòpics biliopancreàticsØ8F x 180+/-10cm,punta amb dos elèctr odes, p/endoscopia a/canal operatiu #3,2mm, compatible a/cables adaptadors p/generadors de RF, estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30039137

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació ,recta,recobr/aillant,electr/Ø22Gx10cm+/-0,5cm llarg,p/act iva 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,lús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 8 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30040348

Descripció llarga:

Fibra làser de 270 im Ø intern,material: quars cristall i niló, 3m+/-10cm de longitud. Procediments d'ablació i coagulació de teixit s tou i durs.Estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositius làser StarMedTec Auriga o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30040349

Descripció llarga:

Fibra làser de 365 im Ø intern,material: quars cristall i niló, 3m+/-10cm de longitud. Procediments d'ablació i coagulació de teixit s tou i durs.Estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositius làser StarMedTec Auriga o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30040350

Descripció llarga:

Fibra làser de 600 im Ø intern,material: quars cristall i niló, 3m+/-10cm de longitud. Procediments d'ablació i coagulació de teixit s tou i durs.Estèril, d'un sol ús. Compatible amb dispositius làser StarMedTec Auriga o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30040693

Descripció llarga:

Equip RF ablació tiroide,de 18G x100mm+/-10mm llarg total,punta activa 7mm ,talla fenestrada,bastó antisèp,bisturi 11G, fixador cable ,sistema dual radioq i microones.Lliure làtex,estèril.Compatible sistema Amica AGN-H-1.0S o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30040697

Descripció llarga:

Sonda (antena)recta per a ablació i coagulació,agulla punta aguda de coure recoberta de tefló, mides:16G, 15cm+/-1cm de llargària t otal, 2cm camp antena(petit),eix termoretràctil.Lliure de làtex,estèril.Compatible a/generador microones Avecure o equival

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30041501

Descripció llarga:

Terminal bipolar de radiofreqüència reducció cornets,mànc a/cable connect ,p/ang 45° d'acer-PTFE,funda graduad c/1cm,funda aïllant t ransp fins 1cm punta.Lliure làtex,estèril,un ús.Compatible generador ressonància quàntica molecular Vesalius Quantum o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30041755

Descripció llarga:

Fibra làser òptic de 365 micres, per a procediments de litotripsia,HBP i teixits tous, amb RFID (radiofreqüència i identificació). C ompatible amb equip làser Quanta o equivalent. Reutilitzable fins a 10 usos, estèril.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30041756

Descripció llarga:

Fibra làser òptic de 550 micres,emissió frontal, per a procediments de litotripsia,HBP i teixits tous, amb RFID (radiofreqüència i i dentificació). Compatible amb equip làser Quanta o equivalent. Reutilitzable fins a 10 usos, estèril.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 9 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30042742

Descripció llarga:

Filtre vermell p/evacuador fum en tècniques d'electrocirurgia. Filtre tipus ULPA amb carbó activat, eficàcia del filtre del 99,999%, diàmetre connexió de 22 mm, duració del filtre de 20 hores, compatible amb SurtronEVAC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30042754

Descripció llarga:

Electrode d'agulla sistema ablació RF homogènia Ø17Gx15cm llarg total ,p/recta activa variable 5-30mm,freqüència 480 Khz,tècnica quirúrgica polivalent cirurgia oberta i tancada hepàtica.Estèril,lliure látex,un sol ús.Comp/a/generador Starmed/Viva RF o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30042789

Descripció llarga:

Tub corrugat als extrems per a aspiració de fums quirúrgics, material de plàstic, connexió Ø 22mm,longitud 2,40cm amb filtre distal hidrofòbic ,superfície interior llisa, estèril. Compatible amb els aspiradors de connexió Ø 22 mm.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30043375

Descripció llarga:

Fibra làser 400µm(punta sense recobriment), diàmetre extern 760µm+/-30µm, 3,5m+/-10cm de longitud, connexió D-Plug,per a làser de Ne odimio,estèril ,un sol ús. Compatible sistema làser YAG Dornier o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30048577

Descripció llarga:

Fibra làser de 365µm,Øint365µm,Øext550-580µm,per a procediments urològics enucleació,ablació,coagulació de teixits tous i fragmentació en litotricia,estèril,reutilitzable fins a 10 usos,compatible amb sistema làser Holmium connexió SMA 905 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30048593

Descripció llarga:

Fibra làser de 200µm amb bola,Øintern 272µm,Øextern 430µm,per a procediments urològics d'enucleació,ablació,coagulació de teixits to us i fragmentació en litotricia,estèril,un sol ús,compatible amb sistema làser Holmium connexió SMA 905 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30048594

Descripció llarga:

Fibra làser de 272µm,Øint 272µm,Øext 420µm,per a procediments urològics d'enucleació,ablació,coagulació de teixits tous i fragmentació en litotricia,estèril,reutilitzable fins a 10 usos,compatible amb sistema làser Holmium connexió SMA 905 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30048664

Descripció llarga:

Fibra làser de 365 micres per tractament endoscòpic urològic,tipus Moses diàmetre extern 780micres, 2,5m+/-10cm de longitud,un sol ú s.Compatible amb làser de Ho: Yag models P120H Lumenis o equivalent.

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 10 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30048665

Descripció llarga:
Fibra làser de 365 micres per tractament endoscòpic urològic, tipus Moses diàmetre extern 580micres, 2,5m+/-10cm de longitud, un sol ús. Compatible amb làser de Ho: Yag models P120H Lumenis o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30048666

Descripció llarga:
Fibra làser de 230 micres per tractament endoscòpic amb punta de bola de vidre, tipus Moses, diàmetre extern 390micres, 3m+/-10cm de longitud, un sol ús. Compatible amb làser de Ho: Yag models P120H o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30048667

Descripció llarga:
Fibra làser 200 micres per a tractament de litotricia renal, tipus Slimline, diàmetre extern 430+/-25micres, diàmetre intern 230-275micres, multi ús. Compatible amb làser de Ho: Yag models P20, P30H, P100, P120H o VP100 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30048668

Descripció llarga:
Fibra làser de 365 micres per a tractament urològic tipus Slimline, diàmetre extern màxim 580micres, 3m+/-10cm de longitud, multi ús. Compatible amb Làser Ho: YAG models VersaPulse, P30H, P50H, P100H i Moses P120H o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30048669

Descripció llarga:
Fibra làser de 550 micres per a tractament urològic tipus Slimline, diàmetre extern màxim 780micres, 3m +/-10cm de longitud, multi ús. Compatible amb Làser Ho: YAG models VersaPulse, P30H, P50H, P100H i Moses P120H o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30048672

Descripció llarga:
Fibra làser de 550µm, Øint 550µm, Øext 750µm, per a procediments urològics d'enucleació, ablació, coagulació en teixits tous i fragmentació en litotricia, estèril, reutilitzable fins a 10 usos, compatible amb sistema làser Holmium connexió SMA 905 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30048674

Descripció llarga:
Fibra làser òptic de 550 micres, emissió frontal, per a procediments de litotripsia, HBP i teixits tous, amb RFID (radiofreqüència i identificació), estèril, un sol ús. Compatible amb equip làser Quanta o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30048714

Descripció llarga:
Fibra làser 500-550µm, Øintern 550µm, Øextern 750-780µm, 250-300cm de longitud, per procediments urològics d'enucleació, ablació i coagulació de teixits tous i fragmentació en litotricia, estèril, un sol ús, compatible amb sistema làser Holmium 100W

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 11 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30051094

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla sistema ablació RF homogènia Ø17G,35cm+/-3cm llarg total, punta recta activa 10mm,sensor T°,p/refrigerada,línees montades ,màneg flexible,per a miomes uterins.Estèril,lliure làtex,un sol ús.Compatible generador Cosman 4G o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30051188

Descripció llarga:

Peça de mà per a fibra de làser tipus MicroLase o eq,per a otologia(oïde mig i extern),colzat a l'extrem, consta de dispositiu manu al(doblegat a l'extrem),talla estèril i clip-C,estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30051192

Descripció llarga:

Fibra làser Otologia tipus MicroLase de CO2, per a tall, vaporització i coagulació. 2m+/-10cm de longitud de fibra,Ø intern 500±25µm ,No estèril ,reutilitzable fins 25 vegades .Compatible amb sistema làser Acapulse 40WG o Acupulse DUO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30051334

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control T° i port medicació ,recta,recobr/aillant,electr/Ø18Gx10cm+/-1cm llarg,p/activ a 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,lús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30051492

Descripció llarga:

Fibra làser diode de 550 micres de diàmetre,per a tall,coagulació i vaporització de teixits, 3m+/-10cm de longitud,recobrimnt de si lícona i tefló,punta plana,amb connector SMA-905. Estèril,reutilitzable fins 10 usos.Compatible Hyper Photonics o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30051684

Descripció llarga:

Cànula corba roma de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor del simpàtic a nivell lumbar i esplènic, 10cm+/-1cm longitud, Ø 20G, 5mm punta activa, Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30052303

Descripció llarga:

Sonda (antena)recta per a ablació i coagulació,agulla punta aguda de coure recoberta de tefló, mides:14G, 20cm+/-1cm de llargària t otal, 3cm camp antena(gran),eix termoretràctil.Lliure de làtex,estèril.Compatible a/generador microones Avecure o equival

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30053165

Descripció llarga:

Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 10cm+/-1cm de llargària,10mm de punta activa i Ø de 22G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 12 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30053394

Descripció llarga:

Equip radiofreqüència sist ablació per vaporit per a cir de pròstata(HBP):dispositiu intro a/cable i línies,xerin,connex,vial 50ml H2O ,cable RFK241±10cm,línia rentat 411±10cm,línia drenat122±5cm,canal treball4mm.Estèril,1sol ús.Comp generador Rezüm o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30053799

Descripció llarga:

Fibra làser òptic de 274 micres,emissió frontal, per a procediments de litotripsia,HBP i teixits tous, amb RFID (radiofreqüència i i dentificació). Compatible amb equip làser Quanta o equivalent. Reutilitzable fins a 10 usos, estèril.

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30054395

Descripció llarga:

Cànula introductora sacral epidural per a elèctrode radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, 91mm+/-10mm de longitud, 93,82 +/-10mm long total,Øext 14G(Øint 13G),a/aletes,radiotransparent,acer.Estèril,1 sol ús.Compatible a/sistema Voyager o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30054451

Descripció llarga:

Electrocatèter dirigible bipolar tractament dolor a/fàrmac i radiofreq ,epidural,per epidurolisi,p/corda bidireccional,flex,Rx.Long 3 5+/-5cm,Øext 4Fr,2 elèc(4mm),connect L-L,sensor Tª.Estèril.Cable amb connexió compatible amb generador Cosman o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30054482

Descripció llarga:

Elèctrode d'agulla sistema ablació tumoral per Electroporació Irreversible(IRE),monopolar,Ø19G,15+/-1cm llarg,flexible,punta activa regulable 0,5-4cm tribiselada d'acer i mànec de plàstic.Estèril,un sol ús.Compatible amb generador NanoKnife 3,0 o equiv

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30058582

Descripció llarga:

Cànula corba roma de radiofreqüència (RFK) monopolar,per a tractament del dolor, 15cm+/-1cm longitud,Ø20G, 10mm long punta activa,d 'acer amb recobrimnt aïllant excepte punta activa,un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equiv

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30060401

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control Tª i port medicació ,corba,recobr/aïllant,electr/Ø18Gx10cm+/-1cm llarg,p/activ a 10mm,cable 61cm+/-3cm i port medicació 30cm+/-2cm,no làtex,est,lús.Compatible generador radiofreqüència Cosman G4 o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30062343

Descripció llarga:

Cànula punta corba de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor,amb recobrimnt de silicona,10 cm+/-0,5cm de longitud,10mm de punta activa i Ø de 20G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 33875933S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 28.07.2023
HORA: 10:06:49
PÀGINA: 13 / 13

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30062344

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control T^a i port medicació ,ecogènica,punta activa corba,recobrimnt aïllant, elèctro de Ø20G x 15cm+/-1cm de longitud,punta activa 10mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús,Compatible generador RF G4 Cosman o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30062345

Descripció llarga:

Cànula recta de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor,amb recobrimnt de silicona, 10 cm+/-0,5cm de longitud,10mm de punt a activa i Ø de 20G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüènciaCosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30062346

Descripció llarga:

Equip de radiofreqüència (RFK) compost:cànula introductora corba 17Gx15cm+/-1cm de longitud,punta activa 2mm,electróde flexible de ni tinol 20Gx16,3cm+/-1cm de long.Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosman G4 o equivalent

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30062347

Descripció llarga:

Cànula punta corba de radiofreqüència (RFK) per a tractament del dolor, expansible tipus paraigues,amb recobrimnt de silicona,10 cm +/-0,5cm de longitud,10mm de punta activa i Ø de 20G. Estèril, un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència Cosma

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30062356

Descripció llarga:

Equip de radiofreqüència (RFK) polsada per a tractament del dolor ,compost:catèter PRF(St Reed Pulse)Ø2,1x295mm+/-10mm amb port d'in fusió,i introd/agulla/estilet.Estèril,un sol ús.Compatible amb generador de radiofreqüència de 50W o superior

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30062434

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control T^a i port medicació ,ecogènica,punta activa recta,recobrimnt aïllant, elèctro de Ø20G x 15cm+/-1cm de longitud,punta activa 10mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús,Compatible generador RF G4 Cosman o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30062435

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control T^a i port medicació ,ecogènica,punta activa CORBA,recobrimnt aïllant, elèctro de Ø20G x 10cm+/-1cm de longitud,punta activa 10mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús,Compatible generador RF G4 Cosman o eq

SOL.COMANDA: 1101357616 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30062540

Descripció llarga:

Cànula amb elèctrode per a radiofreqüència amb control T^a i port medicació ,ecogènica,punta activa recta,recobrimnt aïllant, elèctro de Ø20G x 10cm+/-1cm de longitud,punta activa 10mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús,Compatible generador RF G4 Cosman o eq

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE
Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT Tipus oferta

Dades del licitador
Identificació de l'empresa

NIF
 Nom
 Fabricant ☐ (SI / NO)
 Distribuidor ☐ (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
 Referència distribuïdor
 Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *
 Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa té per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Marcat CE/Tipus de classe
 Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris ☐ (SI/NO)

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació**

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador**Identificació de l'empresa**

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuidor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *
Material de fabricació *
Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

--

[illegible]

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

[illegible]

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	

Desglossament - 1

LOTS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25 i 30

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	

Desglossament - 2

LOTS: 12 i 13

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

Nom	
NIF	

Desglossament - 3

LOTS: 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 | 32

[illegible]

Nom	
NIF	

Desglossament - 4

LOTS: 11 | 33

[illegible]

Desglossament - 5

LOTS: 8, 10 i 14

[illegible]

ANNEX D4 - Requisits obligatoris per equips i lots

ANNEX D4_ Requisits tècnics obligatoris comuns per lot-CS/CC00/1101357616/24/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CIRURGIA PER RADIOFREQUÈNCIA I LÀSER

Nom
NIF
Punt operacional / EDI
Fabricant / Distribuidor

Identificació de l'empresa (1):

Identificació de l'empresa (2):

(SEGELL D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA)

		(indicar "SI" / "NO" a la cel·la del lot al que es licita i es compleix amb el requeriment tècnic)																												Certificació compliment CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques equips obligatòries (ANNEX D5)		Presentació ESPECIFICACIONS TÈCNiques EQUIP cedit (fíixa tècnica pròpia) (ANNEX D6)	
Requisit	DESCRIPCIÓ REQUISIT TÈCNIC OBLIGATORI	COMPLIMENT <u>REQUISITS COMUNS</u> A TOTS ELS LOTS																															
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	21	23	26	27	28	SI	NO	SI	NO									
1) - <u>Comuns</u> a tots els lot (equips)	1) El manteniment i reparació de l'equip cedit anirà a càrrec de l'adjudicatari.																																
2) - <u>Comuns</u> a tots els lot (equips)	2) El termini per a la reparació i/o substitució de l'equip no haurà d'excedir les 24 hores.																																
3) - <u>Comuns</u> a tots els lot (equips)	3) Si el termini per a la reparació de l'equip requerit (24h) no es compleix, l'adjudicatari haurà de substituir l'equip cedit per un altre, de correcte funcionament, dintre del mateix termini de les 24h.																																
4) - <u>Comuns</u> a tots els lot (equips)	4) Les característiques tècniques dels equips cedits s'actualitzaran (substitució de l'equip o actualització software) segons la innovació tecnològica vigent i actual, sense cap cost que reverteixi als centres ICS.																																

ANNEX D5 - Certificat de compliment de les especificacions/característiques tècniques obligatòries de l'equip requerit i que es cedeix

[logo EMPRESA]

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ:	CS/CC00/1101357616/24/AMUP
ASSUMPTE:	COMPLIMENT ESPECIFICACIONS TÈCNICAS OBLIGATÒRIES PER LOT (EQUIP CEDIT)

L'empresa, com a licitador de l'expedient CS/CC00/1101357616/24/AMUP, *Subministrament agregat de cirurgia per radiofreqüència i làser*, certifica que l'equip que cedeix compleix amb les especificacions i/o característiques tècniques enumerades i requerides obligatòriament, al punt 9.1.3 – *Requisits tècnics o especificacions/característiques tècniques obligatoris de cada equip*, de l'ANNEX 9 del Plec de Prescripcions Tècniques, número de document PPT-AMUP-S-01-24.

EQUIP/S CEDIT/S:

(copiar/enganxar quadre de sota, segons tants equip/s diferents es cedeixin)

NOM:	
MODEL/SERIE:	
FABRICANT:	
DISTRIBUÏDOR:	

Sr./Sra.

Telèfon

Adreça electrònica

Lloc i data

ANNEX D6 - Fitxa tècnica pròpia (especificacions tècniques) de l'equip que es cedeix

(Lliure format licitador)

ANNEX E - Presentació de mostres

-No és necessari presentar mostres-