

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE SEIENTS HOSPITALARIS PER A L'US DELS PACIENTS PER LES HABITACIONS DE
L'HOSPITAL SOCIO SANITARI FRANCOLI DE TARRAGONA

Contenido

1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIO.....	3
2.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT	3
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	4
4.- QUANTITATS I PREUS	5
5.- VALORACIO ECONOMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIO	5
ANNEX 1	7

1.- OBJECTE DE LA CONTRACTACIO

El present document té com objecte descriure les prescripcions tècniques que han de regir en el procediment de contractació per al subministrament de 78 seients de pacients, així com el lliurament, posada a les instal·lacions/habitacions del Hospital Sociosanitari Francolí de Tarragona, i la retirada dels actuals, solament aquells que l'hospital cregui convenient pel seu estat de deteriorament.

2.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT

Els lliuraments hauran de ser realitzats per l'adjudicatari o els adjudicataris amb totes les despeses produïdes de transports, desembalatges i la seva retirada, a càrrec seu. Aquest transport s'efectuarà en la forma adequada, essent responsable el proveïdor de la mercaderia fins al seu lliurament i col·locació dins de cada una de les habitacions.

El termini màxim per al lliurament dels productes, una vegada formalitzat el contracte, serà l'indicat al Plec de Clàusules Administratives. Serà valorada l'entrega en termini menor, en aquest cas serà necessari que el licitador ho faci constar a la seva oferta i es tindrà com termini màxim d'entrega el ficat a l'oferta guanyadora.

La direcció de l'hospital gaudirà de totes les facultats de comprovació i inspecció per tal d'assegurar que el material lliurat es correspongui amb l'oferta presentada i compleixi els requisits exigits, en cas que les característiques del producte no siguin els demanats al present plec tècnic quedarà automàticament anul·lat. Per tal d'evitar situacions tècniques incorrectes i despeses innecessàries, serà d'obligat compliment, després de la comunicació de l'adjudicació, enviar una mostra per comprovar per part de GIPSS que les mides i especificacions tècniques s'adaptin a les demanades, en cas que no s'adaptin s'haurà de modificar la mostra fins que sigui valorada positivament per part dels professionals de GIPSS, que comunicarà al licitador que ja pot fabricar i/o entregar els 77 seients restants i tirar endavant amb la fabricació. Totes les despeses ocasionades aniran a càrrec del licitador.

Els licitadors hauran de manifestar a la seva proposta els seus compromisos per complir les condicions establertes pel lliurament dels elements, en els termes i llocs de lliurament i muntatge.

El subministrador respondrà, en tot cas i directament, d'aquells danys que puguin causar-se a tercers com a conseqüència del mal estat, defecte, o de qualsevol altre vici del material subministrat.

L'adjudicatari haurà d'entregar la fitxa amb la informació de la manera més adient per la neteja i el manteniment, per tal de que el desgast per ús, sigui el menor possible, i la durabilitat en bon estat sigui l'adequada.

El seient ha de tenir les mides i característiques següents per acomodar pacients amb malaltia, lesió, discapacitat o deficiència, gent grans, acompanyants i altres usuaris. Color blau cobalt .

3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

La distribució gràfica de mesures segon **l'annex 1**

ESTRUCTURA

- Estructura tubular de gran robustesa i durabilitat en acer pintat al forn a EPOXI POLIESTER.
- Perfils corbats d'acer per a millor neteja, estètica i estabilitat.
- Perno regulador d'alçada en potes posteriors per poder regular la inclinació del seient.

SEIENT

- Amplada 520 mm i gruix escuma mínima de 85 mm, densitat de l'espuma del seient 30 kg/ m³ i profunditat de 490 mm.
- Alçada des del terra fins la part superior del seient: 500 mm.
- Ganxo per a bossa d'orina.

RESPATLLER

- Alt d'una sola peça amb sistemes de cilindre hidropneumàtics de 75 kg. de força (750 Nw), per a suport abatible d'accionament mecànic directe de balancins i lleves, SENSE sistemes de cable-camisa flexibles, de gas amb Trendelenburg. Amplada 520mm i l'alçada 830 mm. Inclinació fins a 85 graus.
- Gruix escuma respalller de 50 mm i densitat de l'escuma del respalller. 20 kg/ m³
- Agafador d'empenta en respalller dins de l'estructura dels seients.
- Reforç cervical, lumbar i ressalts laterals ergonòmics.

REPOSA BRAÇOS

- Reposa braços fixos folrat d'escuma de densitat de 20 kg/ m³ i entapissats del mateix material i color que la resta del seient, d'alçada 700 mm des del terra fins la part superior. L'amplada del reposa braç serà un mínim de 60mm i longitud dins del interval 450-500mm.

REPOSA PEUS

- Reposa cames escamotejable sota seient amb escuma de densitat de 25 kg/ m³

TAPISERIA

- Entapissat tècnic vinílic (PVC / Polièster, 650 gr/m².) amb resistència a l'abració, transpiració, saliva, sang, orina, llum UV, olis i taques. Resistència a altes i baixes temperatures.
- Protecció antimicrobiana, antibacteriana i antimicòtic. Ignífug M² i rentable. Impermeabilitat.
- Ignífug i rentable.
- Impermeabilitat.

4.- QUANTITATS I PREUS

La quantitat de seient a entregar són 78 unitats, el preu màxim de licitació no pot ser superior als preus del següent quadre, en cas que el preu sigui superior l'oferta quedarà automàticament exclosa:

	Preu sense iva	Preu amb iva
Preu unitari	539,2100 €	652,4441 €
Preu Total 78 unitats	42.058,3800 €	50.890,6398 €

5.- VALORACIO ECONOMICA I CRITERIS D'ADJUDICACIO

1. Valoració serà de 80 % econòmica i 20 % tècnica.

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

Pv = Puntuació de l'oferta a valorar

Ov= Oferta a valorar

Om= Oferta millor (més econòmica)

IL= Import de la licitació (sense IVA)

VP = Valor de ponderació: 1,8

P = Punts criteri econòmic: 80

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.

2 Possibilitat de millora de punts (màxim 20 punts):

El repartiment de la puntuació tècnica, en cas que sigui necessari segon les ofertes presentades, es farà aplicant la següent formula;

$$Px = \frac{Oe \times Pa}{Ox}$$

On:

Px: puntuació oferta valorada

Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA)

Ox: preu oferta valorada (sense IVA)

Pa: Punts atorgats a la possibilitat de millora de punts

Tenint en compte els criteris d'adjudicació del següent quadre de repartiments de:

Temps d'entrega (seran repartits inversament proporcional al temps de fabricació/entrega dels seient, donant 10 punts a l'oferta que trigui menys) **màxim 10 punts**

Oferir, temps de realització de servei de reparació de possibles trencaments tant de l'estructura com dels entapissats dels seient (seran repartits de manera directament proporcional al temps de manteniment, donant 10 punts a l'oferta que doni mes temps). **màxim 10 punts**

ANNEX 1

Dibuix i mides

