

Expedient: CT2023192
Entitat: SALUT TERRES DE L'EBRE
Tipus: subministrament
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: Contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de comunicacions entre pacient i infermeria a l'Hospital comarcal de Móra d'Ebre.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

INDEX

1	OBJECTE	3
2	SITUACIÓ ACTUAL	3
3	CARACTERÍSTIQUES DEL NOU SISTEMA A INSTAL·LAR	4
4	DESCRIPCIÓ DEL SERVEI	8
5	IMPLANTACIÓ	8
6	PLA DE FORMACIÓ	10
7	GARANTIA	10
8	DEURE DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES.....	10
9	ASSEGURANCES (RC / RISCOS PROFESSIONALS)	13
10	INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA	14
	10.1 Prevenció de la infecció nosocomial	14
	10.2 Visita a les instal·lacions	14
	10.3 Subcontractació de serveis	15
11	NORMATIVA	15

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE COMUNICACIONS ENTRE PACIENT I INFERMERIA A L'HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D'EBRE.

1 – OBJECTE

L'actuació objecte de la present licitació és regular i definir l'abast i condicions tècniques per la contractació del subministrament i instal·lació d'un sistema de comunicacions entre els pacients i Infermeria a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (d'ara en endavant HCME), així com el desmuntatge i retirada del existent.

2 – SITUACIÓ ACTUAL

Actualment, l'HCME disposa d'un sistema de comunicacions Pacient-Infermeria que permet atendre les trucades internes de cada unitat d'infermeria centralitzades en el control de cada unitat. Aquest sistema consta de senyalització acústica, lluminosa i d'atenció per veu de cada una de les habitacions de la planta; que està dividida en tres unitats amb el seu propi control d'infermeria cada una amb les següents característiques:

- **Unitat Sòcio-Sanitària**

Formada per 21 habitacions amb dos llits i un WC cada una (Les habitacions 2 i 3 estan unificades i formen una habitació de 4 llits amb 1 WC), una sala d'estar comú i una àrea d'Hospital de dia amb una sala polivalent i dos WC.

- **Unitat de Medicina Interna i Cirurgia**

Formada per 18 habitacions amb dos llits i un WC cada una.

- **Unitat de Traumatologia, Ginecologia i Pediatria**

Formada per 18 habitacions amb dos llits i un WC cada una, una sala de Pediatria i una Nursery.

- **Habitacions de guàrdia**

Formada per 6 habitacions amb dos llits i un WC cada una.

Cada habitació disposa d'un mòdul de capçalera individual per cada llit, un mòdul de Wc, un mòdul de veu i anul·lació i un mòdul lluminós de passadís. La sala d'estar de la unitat sòcio-sanitària, la sala de pediatria i la nursery disposen d'un mòdul de capçalera, un de veu, mòdul display amb anul·lació i un mòdul lluminós de passadís cada un. La sala polivalent d'Hospital de Dia, disposa de mòdul de capçalera, mòdul

de veu, mòdul display amb anul·lació, mòdul lluminós de passadís i un mòdul de WC a cada un dels serveis que hi pertanyen.

Cada control d'infermeria de cada unitat disposa d'una consola de comanament on es centralitzen i atenen totes les trucades de les habitacions que te assignades, i repetidors acústics de trucada repartits pels passadissos.

Cada unitat està controlada per la seva central de grup que agrupa les habitacions i sales que te assignades i es comunica amb elles mitjançant bussos de comunicacions i també amb la resta de centrals de grup de la planta.

3 – CARACTERÍSTIQUES DEL NOU SISTEMA A INSTAL·LAR

El sistema de comunicació pacient-professional que s'implementarà serà del model més actual, és a dir, l'última versió del sistema i dels elements que en formen part i que s'instal·laran; basat en tecnologia I.P. i integrable amb els diferents sistemes de telecomunicacions de l'HCME, (xarxes Ethernet, PoE i GPON) i compatible amb terminals SIP.

El sistema ha de ser segur, per tant s'ha de basar en un servidor local amb possibilitat d'accés remot i ha de disposar de traçabilitat, amb l'objectiu d'obtenir informes i estadístiques de la supervisió de pacients i gestió de fluxos i càrregues de treball.

El Servidor I.P. i els "Switch" addicionals necessaris s'instal·laran dins els Racks disponibles que indiqui el departament d'informàtica de l'HCME. En cas de no disposar d'allotjament o no ser el més adequat per la tipologia de la instal·lació, l'adjudicatari haurà de proveir els Racks necessaris dins l'oferta i ubicar-los en els espais que es disposin a l'efecte.

Tot el cablejat necessari per connectar els servidors del nou sistema entre ells o amb els sistemes de telecomunicacions del centre hauran de ser realitzats amb cablejat estructural Ethernet CAT6A. La resta de cablejat necessari per enllaçar els diferents mòduls de la resta del sistema així com els sistemes de connexió, hauran de ser de màxima qualitat per evitar errors de comunicació, preferiblement tipus UTP/FTP CAT6.

El software de control i gestió ha de estar basat en tecnologia Web, sense necessitat d'instal·lables per evitar incompatibilitats i assegurar la funcionalitat del sistema; adaptat per a PC's, Tablets i Smartphones.

El sistema ha de ser fàcilment escalable i ampliable, sense necessitats de llicències addicionals donada la capacitat del centre.

El sistema tindrà la capacitat d'integració amb diferents instal·lacions existents de comunicació pacient-infermeria i/o la recepció de senyals d'avís provinents d'aquests.

Les funcions descrites a continuació no són excloents, són les mínimes que ha de tenir el sistema. Les funcions mínimes i obligatòries que ha de tenir l'equipament del sistema seran les descrites a continuació:

- A nivell funcional, qualsevol tipus de trucada ha de ser indicada, com a mínim de forma òptica i acústica.
- Cada llit haurà de disposar d'un dispositiu capaç de generar una trucada, ubicat de tal manera que resulti fàcilment accessible pel pacient enllitat. Cada lavabo haurà de disposar d'un dispositiu d'avís. Cada habitació haurà de disposar d'un sistema de comunicació bilateral del pacient amb el personal sanitari, ja sigui que el personal estigui ubicat al control d'infermeria com a una altra habitació.
- El pulsador de trucada ha de ser preferentment de color vermell, amb una simbologia clarament identificable.
- El dispositiu empleat per una trucada haurà d'incorporar un indicador lluminós que faciliti la seva localització en la obscuritat.
- El pulsador de trucada de pacient amb cable ha de disposar d'un sistema d'auto-desconnexió per evitar danys per tracció als mòduls encastats a paret.
- L'activació de la trucada ha d'indicar-se òpticament i de manera constant, en el propi dispositiu de trucada o en la seva immediata proximitat, mitjançant un indicador lluminós, al menys fins que la trucada sigui cancel·lada.
- El personal d'assistència que estigui atenent un pacient, haurà de tenir la possibilitat de provocar una trucada d'urgència en petició d'ajuda, sense necessitat de desatendre al pacient en qüestió. Això serà possible garantit que, per exemple mitjançant l'activació prèvia de la presència en una habitació, el sistema quedi preparat per generar una trucada d'emergència des de dita habitació, mitjançant la pulsació de qualsevol element de trucada disponible en la mateixa.
- El sistema haurà de ser instal·lat a cada habitació, passadís i dependència que s'indica en la taula d'implantació d'aquest plec en funció de les seves necessitats, i cada unitat d'infermeria disposarà d'un lloc de control al despatx i un sistema acústic i visual de passadís, que pugui mostrar altres missatges mentre no indiqui cap avís de trucada d'una habitació. Tanmateix, el sistema haurà d'incloure al passadís d'un mòdul indicador lluminós de sobreporta de com a mínim de 3 camps, instal·lat a cada habitació o ubicació que indiqui presència o el tipus d'avís que es genera.
- El sistema incorporarà elements de control de pacients errants dins un perímetre específic indicat, amb polseres o elements similars amb tecnologies RF-ID i/o volumètriques per IR.
- El sistema oferirà solucions de control de presència mitjançant dispositius de pressió piezoelèctrics o similars, sota matalàs i també per detecció de caigudes del pacient.

- El sistema permetrà el canvi d'ubicació del control d'infermeria o la creació de nous controls o sub-controls de manera fàcil i ràpida així com el canvi d'ubicació d'habitacions a una altra unitat i de manera individualitzada, en funció de les necessitats del centre.
- Tots els elements a instal·lar hauran de ser fabricats amb material antibacterià i de fàcil neteja, amb possibilitat de muntatge tant en capçal tècnic, encastats a paret o de superfície.

En l'oferta tècnica, els licitadors presentaran la proposta d'implantació, inclòs el calendari, i quina serà la infraestructura per poder implantar el sistema i deixar-lo en ple funcionament.

Cal tenir present que no es podran dur a terme tasques de paleta, si és necessari que es realitzin seran les mínimes i indispensables.

Tot el cablejat s'instal·larà intubat o amb safata tècnica fins a cada habitació o ubicació indicada.

Implantació del nou sistema:

TAULA D'IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE COMUNICACIONS			
UNITAT	UBICACIÓ	DISPOSICIÓ	NECESSITATS MÍNIMES
SOCIO SANITÀRIA	Hospital de Dia	Sala d'estar d'activitats i menjador, amb 2 WC's	Avis òptic i acústic de la sala, amb sistema de comunicació per veu i mecanisme d'avis a cada Wc; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Habitacions 2 i 3. (Unificades en un sol espai)	4 llits i un WC	Avis òptic i acústic individualitzat per cada llit amb sistema de comunicació per veu comú i mecanisme d'avis al Wc; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Habitacions nº 1 i de la nº 4 a la nº 21	Dos llits i un WC per cada habitació	Avis òptic i acústic individualitzat per cada llit amb sistema de comunicació per veu comú per cada habitació i mecanisme d'avis al Wc; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Sala d'Estar	Sala d'estar comú.	Avis òptic i acústic de la sala, amb sistema de comunicació per veu; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Control d'Infermeria	Despatx d'Infermeria	Sistema de comanament i comunicació visual i de veu de les habitacions i zones assignades a la unitat.
	Passadissos	Passadissos de la unitat	2 Panells indicadors visuals amb senyal acústic. 6 sensors de control d'errants i 10 polseres o elements de detecció.
	General	Llits Habitacions	15 sensors de pressió sota matalàs connectables a qualsevol habitació.
MEDICINA INTERNA CIRURGIA	Habitacions de la nº 22 a la nº 39	Dos llits i un WC per cada habitació	Avis òptic i acústic individualitzat per cada llit amb sistema de comunicació per veu comú per cada habitació i mecanisme d'avis al Wc; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Habitacions de la nº 40 a la nº 45	Dos llits i un WC per cada habitació	Retirada del sistema actual de comunicacions i només es realitzarà la preinstal·lació del cablejat fins cada habitació.
	Control d'Infermeria	Despatx d'infermeria	Sistema de comanament i comunicació visual i de veu de les habitacions i zones assignades a la unitat.

TRAUMATOLOGIA , GINECOLOGIA I PEDIATRIA	Passadissos	Passadissos de la unitat	2 Panells indicadors visuals amb senyal acústic.
	General	Llits Habitacions	10 sensors de pressió sota matalàs connectables a qualsevol habitació.
	Habitacions de la n° 46 a la n° 63	Dos llits i un WC per cada habitació	Avis òptic i acústic individualitzat per cada llit amb sistema de comunicació per veu comú per cada habitació i mecanisme d'avis al Wc; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Nursery	Sala de nounats	Avis òptic i acústic de la sala, amb sistema de comunicació per veu; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Control d'Infermeria	Despatx d'infermeria	Sistema de comanament i comunicació visual i de veu de les habitacions i zones assignades a la unitat.
	Sala de Pediatria	Sala d'exploració de Pediatria	Avis òptic i acústic de la sala, amb sistema de comunicació per veu; i indicador lluminós de sobreporta a passadís.
	Passadissos	Passadissos de la unitat	1 Panell indicador visual amb senyal acústic.
	General	Llits Habitacions	10 sensors de pressió sota matalàs connectables a qualsevol habitació.

TAULA RESUM D'ELEMENTS A IMPLANTAR	QUANTITAT
Centrals de control d'infermeria	3
Mòdul visualitzador amb control de presència, anul·lació i trucada d'habitació amb	60
Mòdul de trucada individual de llit	114
Mòdul de trucada per sensor de pressió sota matalàs o detecció de caiguda (USS)	42
Mòdul de trucada de lavabo	58
Polsador de trucada amb indicador lluminós i cable	114
Mòdul lluminós indicador de sobreporta de passadís	59
Panell visual i acústic de passadís	5
Sensors RFID per control d'errants	6
Polseres o identificadors per control d'errants	10
Monitor d'ocupació de llit	35
+ Perifèrics, Software, Elements auxiliars, etc... pel funcionament del sistema.	1

4 - DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El subministrament i instal·lació d'un sistema de comunicació pacient-professional inclou el transport, subministrament i instal·lació del sistema.

L'empresa adjudicatària per poder realitzar qualsevol de les tasques que derivin de l'objecte del contracte haurà d'accedir a les instal·lacions del Centre per on indiqui la Direcció de l'HCME.

El transport dels elements que componen el sistema de comunicació pacient-professional fins al seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha d'embalar convenientment els elements que componen el sistema de comunicació per tal que aquests arribin en perfectes condicions.

Qualsevol desperfecte en els elements, ocasionat durant el seu trasllat i fins el vistiplau que l'HCME atorgui una vegada s'hagi finalitzat la instal·lació del sistema de comunicació, va a càrrec de l'empresa adjudicatària, sens perjudici del termini de garantia establert en aquest plec.

L'empresa adjudicatària durà a terme totes les tasques necessàries per la correcta instal·lació del sistema de comunicació pacient-professional.

Serà obligació contractual essencial que l'empresa adjudicatària subministri i pugui subministrar durant la vida útil del sistema de comunicació pacient-infermera els materials i recanvis necessaris per poder reparar els elements del sistema i així continuar en perfecte estat i en perfecte funcionament.

5 - IMPLANTACIÓ

En l'oferta tècnica, els licitadors presentaran la Proposta d'Implantació que duran a terme quan instal·lin el nou sistema de comunicació. Aquesta Proposta d'Implantació contindrà les activitats i tasques a realitzar, com es durà a terme la implantació i el cronograma de la implantació. El cronograma es podrà modificar i es coordinarà amb l'HCME per reduir el màxim possible el perjudici que pugui produir la implantació del sistema de comunicació al funcionament del Centre, ja que l'activitat assistencial de la unitat a implantar continuarà amb el seu funcionament normal i diari. En qualsevol cas, l'HCME podrà modificar el cronograma per garantir que la implantació no entorpeixi el funcionament de les unitats.

Inicialment, l'Hospital posarà a disposició de l'empresa adjudicatària un màxim de 6 habitacions de manera consecutiva per dur a terme els treballs, per tant el calendari

d'implantació es basarà en actuacions sobre cada grup de 6 d'habitacions disponibles. Si l'activitat hospitalària ho permetés, la direcció del centre podrà estudiar la possibilitat de cedir més habitacions per reduir el temps d'implantació del sistema.

En la instal·lació del sistema de comunicació pacient-infermera a les unitats, només es realitzaran les mínimes tasques de paletaeria indispensables. L'adjudicatari haurà d'acomplir en tot moment amb les mesures nosocomials necessàries que demani l'HCME per dur a terme els treballs (tancaments perimetrals de zones de treball amb plaques de cartró-guix o plàstiques, segellats, etc).

El personal de manteniment i informàtic de l'HCME no realitzarà cap tasca d'implantació del sistema de comunicació pacient-infermeria, sinó que correspon a l'empresa adjudicatària la realització de totes les tasques necessàries per implantar el sistema correctament i deixar-lo en ple funcionament.

El termini màxim d'instal·lació serà de 90 dies, a partir del termini d'implantació del servidor.

La implantació del sistema de comunicació es farà en paral·lel amb el sistema actual, és a dir, el sistema actual d'una unitat estarà en funcionament fins que no hagi finalitzat la implantació del nou sistema de comunicació en aquella Unitat. Serà obligació contractual essencial que el sistema de timbres es faci en paral·lel i que no quedi en cap moment cap unitat sense el servei.

L'empresa adjudicatària comprovarà la correcta instal·lació del sistema de comunicació pacient-infermeria i deixarà el sistema en condicions de ple funcionament un cop hagi finalitzat la implantació.

L'empresa adjudicatària haurà de retirar de les instal·lacions del Centre, tot el material d'embalatge resultant del subministrament i instal·lació del sistema de comunicació pacient-infermeria i de la resta de material. Els materials i elements substituïts del sistema actual se'ls quedarà l'HCME.

L'empresa adjudicatària serà responsable dels residus que es generin, del subministrament i instal·lació del sistema de comunicació pacient-infermeria i de la resta de material (embalatges de transport, residus varis...).

6 - PLA DE FORMACIÓ

L'empresa adjudicatària durà a terme un Pla de Formació pel personal del HCME, que haurà de presentar en l'oferta tècnica. El Pla de Formació inclourà una sessió formativa pel perfil del personal d'informàtica i pel personal de manteniment. També inclourà una sessió formativa pel perfil del personal sanitari i personal no sanitari de cada unitat, un cop s'hagi implantat el sistema en aquella unitat. En total es duran a terme sessions independents per a cada unitat i una pel personal informàtic i de manteniment.

Les formacions hauran de proporcionar el coneixement necessari pel personal per poder utilitzar el sistema correctament, explicant les ordres i les funcionalitats que el sistema permet fer. En qualsevol cas, les sessions del Pla de Formació es coordinaran amb l'HCME perquè hi hagi la major assistència possible del personal sanitari.

Els licitadors presentaran el Pla de Formació que impartiran al personal del HCME i que està inclòs en el preu del contracte, sense suposar cap cost addicional pel HCME.

7 – GARANTIA

El sistema de comunicació pacient-professional i tots els elements que el componen hauran de tenir una garantia mínima de 3 anys, a comptar de l'aprovació del HCME una vegada hagi finalitzat el procés d'implantació del sistema.

Quan el material subministrat i col·locat presenti vicis, defectes de material, funcionament defectuós o mala col·locació que impedeixi la seva correcta funció, l'adjudicatari es compromet a la seva substitució immediata. Les despeses en que incorri l'empresa adjudicatària, tant de material com de mà d'obra i desplaçaments, per substitució o reparació seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

8 - DEURE DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'òrgan de contractació garantirà que no es divulgui la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial.

Pel que fa a aquesta documentació confidencial, té aquest caràcter la facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d'acord amb l'article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Pel que fa a la documentació de caràcter tècnic i econòmic que serveix per valorar les ofertes i les proposicions presentades i qualsevol altra informació lliurada per a la

selecció de l'oferta o la proposició econòmicament més avantatjosa, els licitadors hauran de presentar una declaració complementària on indicaran quins documents i quines dades són, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials.

Aquesta circumstància haurà de quedar clarament evidenciada (sobre impresa, al marge o de qualsevol altra manera) en el propi document. No s'admetran declaracions genèriques tipus "tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial".

La declaració de confidencialitat no es pot entendre com una opció indiscriminada de les empreses, sent imprescindible que en aquesta declaració s'identifiqui quina documentació i quina informació té el caràcter de confidencial i els motius i les circumstàncies en base a les quals s'ha de reconèixer aquest caràcter. Sense perjudici de l'assenyalat, si no hi ha declaració de confidencialitat o bé aquesta és incompleta, en última instància l'òrgan de contractació podrà decidir, després de fer la valoració corresponent, si difondre determinada informació pot perjudicar els interessos legítims de l'empresa o la competència lleial entre les empreses, o bé pot considerar que no existeixen motius suficients per protegir una determinada informació (valorar en cada cas quin és el dany que es produiria si es facilita una informació determinada i quina es produeix si no es facilita, i segons la valoració feta, prendre la decisió corresponent). En aquest procés de valoració, en cas de dubte, l'òrgan de contractació donarà trasllat a l'empresa de la sol·licitud d'informació presentada per altres empreses interessades en el procediment perquè es pugui pronunciar de forma justificada.

Tindran caràcter confidencial les dades de caràcter personal objecte del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, RGPD), excepte que de forma expressa s'autoritzi la comunicació o la cessió. Aquestes dades, segons estableix l'article 3.a d'aquesta Llei, són les que fan referència a qualsevol informació sobre persones físiques identificades o identificables. En canvi, no tindran caràcter confidencial la informació que consti en registres públics i que, a més, sigui d'accés públic.

L'adjudicatari haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a què tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, a què se li hagués donat el caràcter referit al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. En cap cas no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no es podrà fer ni tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l'estricta àmbit d'execució directa del contracte, durant el termini que duri la prestació del mateix i fins i tot un cop extingida la relació contractual.

L'adjudicatari haurà de formar i d'informar al seu personal de les obligacions que en matèria de protecció de dades estiguin obligats a complir en el desenvolupament de les seves tasques per a la prestació del contracte, especialment les derivades del

deure de secret, responent l'empresa adjudicatària de les infraccions legals que, per incompliment dels seus empleats, es pogués incórrer.

L'adjudicatari, d'acord amb el que estableix del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, RGPD), en compliment d'allò que s'hi assenyala, accepta que ni l'empresa ni cap dels treballadors contractats per a la realització de l'objecte del contracte assenyalat no podran accedir a dades de caràcter personal amb motiu del servei prestat. En cas que en el desenvolupament de la relació mercantil i/o de prestació de serveis l'empresa o qualsevol dels seus treballadors i/o personal contractat arribés a tenir accés a dades de caràcter personal, assumeix l'obligació al més estricte secret professional respecte als mateixos.

Així mateix, el contractista podrà ser requerit en qualsevol moment perquè acrediti el compliment de les obligacions referides al document de seguretat, així com qualsevol altre obligació en matèria de Protecció de Dades.

En cas de qualsevol dubte o qüestió, podrà adreçar-se a l'Àrea Jurídica i de Contractació de EDP SALUT TERRES DE L'EBRE, (ubicada al centre sanitari de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, carrer Benet i Messeguer, s/n, 43740 Mora d'Ebre), o bé al número de telèfon 977044805 o a través del correu electrònic contractació.hcme.ste@gencat.cat

Aquesta clàusula s'entén sense perjudici de la necessitat de signar els annexos que sigui necessari a efectes de compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Així mateix, tenint en compte que per la prestació d'aquests serveis és possible que empreses adjudicatàries i els seus treballadors puguin tenir accés a dades de caràcter personal relatives a la salut, donaran compliment al deure de confidencialitat respecte la informació i les dades de caràcter personal de qualsevol tipus a la que tinguin accés per raó del servei, d'acord amb el contracte de tractament de dades que es signarà així com a la normativa que resulti d'aplicació.

A aquests efectes, ni l'empresa adjudicatària, ni cap membre del personal que adscriuï a l'execució del contracte, podrà facilitar cap informació a tercers referida a les activitats de les quals tingui coneixement amb motiu de la seva participació en la prestació del servei.

En aquest sentit, les empreses adjudicatàries es comprometen a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal a tots els efectes, adoptant les mesures de seguretat corresponents.

En qualsevol cas, l'adjudicatari queda obligat a què:

- a) La documentació i la informació donada pel contractista, o aquella a la que s'hi pugui accedir, tindrà caràcter de confidencial i no serà utilitzada per altres finalitats

diferents a l'estricta execució del contracte. Aquesta condició és extensible al personal que l'adjudicatari subcontracti.

b) L'adjudicatari, i el personal que intervingui en l'objecte d'aquest plec, es compromet al compliment de la legalitat vigent en relació amb la Llei de Protecció de Dades.

c) No es podrà transferir informació alguna sobre els treballs, el seu resultat, ni la informació de base facilitada, a persones o entitats no explícitament anomenades en aquest sentit sense el consentiment previ, per escrit, de les entitats contractants. La vulneració d'aquesta clàusula suposarà la immediata rescissió del contracte, sense perjudici de les accions que l'òrgan de contractació estimi convenients realitzar.

9 - ASSEGURANCES (RC / RISCOS PROFESSIONALS)

L'adjudicatari haurà d'acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal del Centre i al propi Centre Sanitari, per fets derivats de la presentació del servei contractat.

Aquesta assegurança de responsabilitat civil haurà de tenir inclosa, els casos en què es dona cobertura, i el valor de la mateixa pels danys que es puguin ocasionar a terceres persones o al propi Centre Sanitari, com a conseqüència de les operacions objecte del contracte.

Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat en què pugués incórrer durant l'execució del contracte i que la vigència sigui almenys igual a la durada de l'execució prevista en la licitació. Els imports mínims per cobertura hauran de ser:

Per Sinistre: 300.000 Euros

Per Víctima: 150.000 Euros

10 - INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

10.1 - Prevenció de la infecció nosocomial

L'aparició de brots epidèmics nosocomials associats als treballs, obres i a la remodelació dels centres sanitaris és un fet reconegut i demostrat en la literatura mèdica des de fa bastants anys. La pols i les restes de materials generats en aquestes activitats vehiculen fongs i bacteris que poden ser causa d'infeccions nosocomials. La planificació per controlar-les i prevenir-les ha de formar part dels projectes.

Per això els adjudicataris hauran de realitzar els treballs seguint les mesures preventives indicades pel centre. Seran d'obligat compliment les normatives que estableixi el centre per raons de funcionalitat i/ o asèpsia, i d'acord a les característiques de la pràctica hospitalària i amb el respecte degut al pacient.

10.2 - Visita a les instal·lacions

S'ofereix la possibilitat de visitar les instal·lacions. En aquest cas, caldrà fer arribar la petició a l'adreça de correu electrònic contractació.hcme.ste@gencat.cat, durant els primers quinze (15) dies naturals de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant a l'efecte de poder organitzar les visites. La sol·licitud haurà d'assenyalar:

- Assumpte: Sol·licitud de visita a les instal·lacions objecte de l'expedient EDP STE CT2023192
- Dades empresa: Nom i NIF de l'empresa que formula la sol·licitud de visita.
- Dades persones assistents: Persones que assistiran en representació de l'empresa (s'admetrà un màxim de dues (2) persones), amb indicació expressa de:
 - Noms i Cognoms, i NIF.
 - Càrrec que ocupen a l'empresa.
 - Telèfon i correu electrònic de contacte.

En funció de les sol·licituds que s'hagin rebut s'organitzaran les visites en els centres, quina data es comunicarà amb antelació suficient als efectes oportuns.

Les visites s'organitzaran en blocs en funció de l'àmbit territorial.

S'adverteix als assistents que el/s dia/es de la visita podran ser requerits per a la signatura d'una declaració que garanteixi la confidencialitat de la informació que puguin adquirir durant la visita.

10.3 - Subcontractació de serveis

L'empresa adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar a cap altra entitat la prestació total o principal dels serveis objecte d'adjudicació.

11 - NORMATIVA

L'empresa adjudicatària haurà de donar compliment a la normativa vigent i reglamentació que regeixin els treballs pels quals s'ha presentat i qualsevol altra que substitueixi, modifiqui o complementi les actuals durant la vigència del contracte.

En cas de qualsevol dubte o qüestió, podrà adreçar-se a l'Àrea Jurídica i Contractació de SALUT TERRES DE L'EBRE (ubicada al centre sanitari de l'Hospital Comarcal de Mora d'Ebre, carrer de Benet i Messeguer s/n, 43740 Móra d'Ebre), o bé al número de telèfon 977044805 o a través del correu electrònic: contractacio.hcme.ste@gencat.cat

Ricard Peris Murria
Cap de Manteniment
Salut Terres de l'Ebre