

ANNEX - 4
DETALL CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ, PERSONALITZACIÓ I POSTERIOR MANTENIMENT D'ARMARIS PER A ENDOSCOPIS, DELS SERVEIS D'ENDOSCÒPIES DEL DEPARTAMENT DIGESTIU, UROLOGIA I PNEUMOLOGIA, DEL NOU HOSPITAL DE VILADECANS D'UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.

Núm. Expedient: : CS/AH08/1101360603/23/PS.

A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA.

Criteris avaluables amb aplicació de fórmula automàtica	PUNTUACIÓ
Oferta econòmica (sobre 3)	Fins a 60 punts
Criteris valoració automàtica (sobre 3)	Fins a 15 punts
TOTAL PUNTUACIÓ	75 punts

B. CRITERIS AVALUABLES A PARTIR D'UN JUDICI DE VALOR

Criteris avaluables amb aplicació de judici de valor	PUNTUACIÓ
Memòria tècnica (sobre 2)	Fins a 25 punts
Característiques tècniques	Fins a 22 punts
Característiques constructives i funcionals	Fins a 3 punts
TOTAL PUNTUACIÓ	25 PUNTS

A. CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (Màxim 75 punts)

A.1 Oferta econòmica (0 a 60 punts) Sobre nº3.

Criteris econòmics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 60 punts sobre 100.

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (60 punts) i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el resultat de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

Es prendrà com a Valor de Ponderació 1.8

Les ofertes que superin el preu de licitació quedaran excloses del procediment

Serà motiu d'exclusió de la licitació la inclusió d'aquesta informació al sobre Nº 2.

A.2 criteris tècnics avaluables amb aplicació de fórmula automàtica (0 a 15 punts). Sobre nº 3.

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 15 punts sobre 100.

Seran valorades les característiques tècniques i constructives i funcionals, accessoris i servei tècnic un cop finalitzat el període de garantia, per damunt del mínim exigít, amb la finalitat de valorar la seva idoneïtat, de conformitat amb la següent taula:

Criteris		Puntuació màxima
1.1. Característiques tècniques		
• Filtres HEPA classe H13 o superior.		1 punt
• Amb dos cicles d'assecatge independents (assecat tant en l'exterior com l'interior dels endoscopis).		1 punt
• Nivell de soroll =<50 dBa.		3 punts
• Generar una pressió positiva a l'interior de l'armari per evitar l'entrada d'aire exterior i protegir els endoscopis dels microorganismes de l'ambient.		1 punt
1.2 Característiques constructives i funcionals		
• Porta transparent (perquè permeti conèixer l'estat sense obrir l'armari).		1 punt
• Pantalla de control tàctil.		2 punts
• Integració completa amb el sistema d'informació Endobase existent a l'Hospital. Descriu solució i prestacions		2 punts

	Criteris	Puntuació màxima
	1.3 Accessoris. Incloure segon carro de transport	1 punt
	1.4 Servei tècnic un cop finalitzat el període de garantia. - Cost anual del manteniment integral amb software inclòs (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs). (Indicar import, no percentatge). - Cost anual del manteniment preventiu (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). - Preu filtre HEPA de recanvi	1 punt 1 punt 1 punt
	TOTAL PUNTUACIÓ	15 PUNTS

Per l'apartat **1.4 Servei tècnic un cop finalitzat el període de garantia, s'aplicarà la següent formula:**

$$A \cdot X \cdot X = (P_c) \cdot \frac{VE_{mv}}{VE_{op}}$$

On:

A.X_X.X_X : Puntuació final per a cada criteri de cada oferta

PC: Puntuació màxima assignada a cada criteri.

VE_{Op}: Preu sense IVA de l'oferta a puntuar.

VE_{my}: Preu sense IVA de l'oferta més econòmica a puntuar.

Serà motiu d'exclusió de la licitació la inclusió d'aqueta informació al sobre Nº 2.

B. CRITERIS AVALUABLES A PARTIR D'UN JUDICI DE VALOR

B.1 CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ JUDICI DE VALOR (SOBRE 2)

En els criteris avaluables mitjançant un judici de valor, per a cadascun dels criteris, l'oferta millor posicionada rebrà la màxima puntuació assignada al criteri concret i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb la següent fórmula:

$$A.X.X = \frac{(P) \cdot VT_{op}}{x \cdot x \quad c \quad VT_{mv}}$$

On:

A.X_x.X_x : Puntuació final per a cada criteri de cada oferta

PC: Puntuació màxima assignada a cada criteri.

VT_{op}: Valoració tècnica de l'oferta que es puntua.

VT_{mv}: Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

El llindar a aplicar és el 50% de la puntuació en cada subapartat de criteri.

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són els següents:

L'extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 pàgines DIN-A4, a una cara, mida Arial No computaran a l'extensió màxima índex i annexos, separadors, ni fitxes tècniques d'equipament, i d'altres de similars. L'ordre **PPT i** serà redactat en els 2 apartats següents clarament diferenciats, i s'haurà de **incloure al sobre nº 2** de la proposta tècnica haurà de ser el mateix que el que es mostra l'apartat **del 19.1. del PPT**:

- Especificacions tècniques i constructives que seran objecte de valoració.

Dins de la documentació tècnica es consideraran subapartats amb les subsegüents puntuacions màximes:

Criteris avaluables amb aplicació de judici de valor	PUNTUACIÓ
Memòria tècnica (sobre 2)	Fins a 15 punts

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES		Fins a 22 punts
Capacitat d'ampliació amb mòduls addicionals.		Fins a 5 punts
Profunditat de l'armari inferior a 550mm., així com també la màxima compacitat de l'equip.		Fins a 8 punts
Inclusió d'un armari o mòdul d'extensió amb capacitat com a mínim de 4 endoscopis (pel total dels 4 armaris).		Fins a 9 punts
Es valorarà també la seva implantació en els plànols		
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I FUNCIONALS		Fins a 3 punts
Indicadors visuals de l'estat d'assecat dels endoscopis, així com les opcions que disposi		
TOTAL PUNTUACIÓ		25 PUNTS