

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT D'UNA SONDA LAPAROSCÒPICA PER AL BLOC QUIRÚRGIC DE L'HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

1. OBJECTE

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron requereix el subministrament d'una sonda laparoscòpica compatible amb el ecògraf intraoperatori BK Active present en el servei de cirurgia hepàtica de l'Hospital General.

La sonda laparoscòpia present en el servei esta avariada (número d'averia: 774018) i és necessari disposar d'aquest equipament ja que permet, junt amb el ecògraf, procediments intraoperatoris, com són l'exploració i estudi d'estructures com el ronyó, fetge, pàncreas, vesícula i conductes biliars, ganglis limfàtic i ovaris.

La relació de material proposta pel servei es la següent:

DESCRIPCIÓ MATERIAL	UNITATS
Sonda per ecògraf intraoperatori recta avançada model 13C3F i referència 9076, compatible amb l'ecògraf intraoperatori BK Active, amb multifreqüència de 3 MHz a 13 MHz, rati de curvatura 49, camp d'imatge: sector 36° expandit 65°, modes d'imatge: B, M, CFM, harmònic de teixit, contrast i elastografia.	1

2. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Es tracta d'un procediment obert de contractació pública de subministrament que s'estructura en un únic lot i, per tant, un adjudicatari, sense variacions ni revisió de preus, del qual n'és responsable la Direcció de Infraestructures i Tecnologia (DIT).

Quant als criteris de valoració per tal de seleccionar l'adjudicatari del present procediment de contractació, s'utilitzarà únicament el criteri de valoració econòmic.

Cada licitant pot concórrer amb una oferta, que ha de incloure tots els ítems, i no pot superar ni l'import total ni de cap ítem considerat individualment.

En els casos que la descripció del material inclogui una marca, el licitant no està obligat a ofertar la marca en qüestió, si bé la alternativa presentada ha de tenir les mateixes característiques tècniques, no podent ser inferior en cap dels ítems a considerar. En el cas que el licitant presenti altres marques que les que aquí estan relacionades, els serveis tècnics del HUVH emetran un informe validant.

No és necessari aportar mostres del material ofert. L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 24 hores. En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres



sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

3. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I PREU DE LICITACIÓ

Per la determinació del import de licitació, els tècnics del HUVH han dut a terme un estudi de mercat consultant diferents empreses que tenen dins el seu catàleg de productes els elements que aquí es liciten. D'aquest estudi en surt el següent import de licitació:

DESCRIPCIÓ MATERIAL	UNITATS	PREU UNIT. S/IVA	IMP. S/IVA
Sonda per ecògraf intraoperatori recta avançada model 13C3F i referència 9076, compatible amb l'ecògraf intraoperatori BK Active, amb multifreqüència de 3 MHz a 13 MHz, rati de curvatura 49, camp d'imatge: sector 36° expandit 65°, modes d'imatge: B, M, CFM, harmònic de teixit, contrast i elastografia.	1	40.195,50	40.195,50
IMPORT DE LICITACIÓ S/IVA			40.195,50

4. CONDICIONS GENERALS

Punt de lliurament: L'article s'haurà de lliurar a la Subdirecció de Tecnologia Mèdica, a la 6a. planta del Hospital General del HUVH.

Termini de lliurament: L'adjudicatari lliurarà tot el material en un termini màxim de tres setmanes a partir de la signatura del contracte. En cas que el material lliurat sigui defectuós, haurà de ser substituït en 24 hores per altre igual o de superior categoria sense càrrecs addicionals.

Facturació: Un cop tot el material quedi lliurat i els tècnics del HUVH hagin signat el corresponent albarà de recepció, l'adjudicatari de la comanda emetrà factura electrònica segons normativa aplicable.

Control de qualitat i garantia legal: L'empresa adjudicatària té la responsabilitat de garantir que els productes compleixin les prescripcions del plec o l'especificat si la qualitat es superior al previst en el Plec. La DIT exercirà una vigilància sobre les característiques que haurà de complir cada subministrament, i podrà recollir mostres en qualsevol moment i lloc, per sotmetre-les a assajos per si o per tercers, podent rebutjar les unitats que no compleixin els requisits bàsics de qualitat, de bon estat d'embalatge i d'adequat servei. Pel que fa a la garantia del fabricant, segons prescripcions legals.

Raquel Cánovas Paradell
Sots Directora de Tecnologia Mèdica

Barcelona, 19 de setembre de 2023