

ANNEX I. Criteris valorables

LOT 1

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia , que inclogui: <ul style="list-style-type: none">- 1 Unitat central- 2 Unitats d'estimulació- Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui:<ul style="list-style-type: none">- 1 Manòmetre digital de 3 vies- 5 Sondes rectals de pressió de doble baló- 1 Pedal de control			
Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Resum breu de característiques
Índex documental			
1 Característiques tècniques		7	
Característiques a valorar			
1	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià i les seves respectives unitats d'estimulació funcionin sense cables.	2	
2	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià es pugui fer servir sobre més d'un pacient simultàniament. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi l'equip que pugui funcionar amb més pacients simultanis la que rebí la puntuació màxima.	2	
3	Es valorarà la inclusió del major nombre d'unitats d'estimulació o telemètres possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi un major nombre d'unitats d'estimulació la que rebí la puntuació màxima.	2	
4	Es valorarà que les unitats centrals de l'equip incloguin el major nombre de connectors de càrrega possible. Es puntuarà de manera proporcional comptant l'el nombre total que sumin els dos equips, sent la proposta que ofereixi un equip amb major nombre de connexions de càrrega la que rebí la puntuació màxima.	1	
2 Funcionalitats		6,25	
Característiques a valorar			
<i>Accions terapèutiques</i>			
5	Preparació per a cirurgia uretrovesical.	0,75	
6	Preparació per a cirurgia de la pròstata.	0,75	
7	Reeducació dels reflexos de la continència anal.	0,75	
8	Reprogramació del reflex de bloqueig del perineu femení.	0,75	
<u>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</u>			
Es valorarà que l'equip sigui aplicable pel tractament de les següents patologies:			
9	- Cicatrius.	0,5	
10	- Dolors cervicals i lumbars.	0,5	
11	- Trastorns de la columna vertebral.	0,5	
12	- Disinèrgies perineals.	0,5	
<u>Funcions generals</u>			
13	Es valorarà que amb el software s'incoguin ajudes que assisteixin en el procediment dels diferents tractaments.	0,5	
14	Es valorarà la inclusió al software d'un programa que mostri al pacient les sessions d'electroestimulació a la manera d'un joc lúdic.	0,75	

3 Accessoris		1,25		
Característiques a valorar				
15	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal inclogui ajudes per a l'usuari.	0,5		
16	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica prepari automàticament un programa de reeducació a partir dels valors preestablerts i registrats després d'una mesura de perfil anal.	0,75		
5 Servei tècnic durant el període de garantia		3,25		
Característiques a valorar				
17	Equip de substitució en cas d'avaría.	2,5		
18	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	0,75		
6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		2,25		
Característiques a valorar				
19	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
20	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
21	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
		20		