

# ANNEX III. Fitxa tècnica. Requisits mínims

## LOT 1

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
<b>Nota:</b> en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
<b>Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia</b> , que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Unitat central</li> <li>- 2 Unitats d'estimulació</li> <li>- Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Manòmetre digital de 3 vies</li> <li>- 5 Sonde rectals de pressió de doble baló</li> <li>- 1 Pedal de control</li> </ul> </li> </ul> Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.			
Prestacions tècniques i funcionals	Compleix	Resum breu de característiques	Índex documental
<b>1 Característiques tècniques</b> <b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b> Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a l'estimulació neuromuscular transcutània, que generi corrents i rebí senyals musculars per mitjà d'elèctrodes de superfície o sondes: L'equip ha d'estar format per 1 unitat central i almenys 2 unitats d'estimulació o telèmetres amb biofeedback que mesurin el nivell i la qualitat del reclutament muscular: - 1 Unitat d'estimulació amb 2 vies d'electroestimulació i 2 vies de biofeedback. - 1 Unitat d'estimulació que permeti la connexió amb sondes per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal. La unitat central ha d'incloure com a mínim 1 ranura o connector per la càrrega de les unitats d'estimulació. La unitat central ha d'estar equipada amb una pantalla tàctil a color. La unitat central ha d'incloure almenys les següents connexions: - 1 Port USB. - 1 Port d'alimentació elèctrica. La unitat central ha de ser compatible amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.			
<b>2 Funcionalitats</b> <b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b> Equip d'electroestimulació per a tractaments sobre trastorns músculoesquelètics i de sòl pelvià. <u>Accions terapèutiques</u> Reeducació articular i muscular. Reeducació perineal per exercicis ortostàtics i dinàmics. Electroestimulació de la fibra muscular llisa per la millora d'isquèmies, hematomes i altres patologies musculars. Revisions perineoesfinterianes. Revisions neuroperifèriques. Teràpies antinflamatòries. Teràpies antàlgiques. Teràpies de mobilitzacions articular. Teràpies d'enfortiment muscular. <u>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</u> Amiotròfiques. Circulatories i tròfiques.			

40	Contractures musculars.			
41	Dermatològiques.			
42	Digestives de trànsit.			
43	Dolors múscultendinosos del pre i el postpart.			
44	Hematomes.			
45	Incontinències urinàries.			
46	Neurològiques.			
47	Osteoarticulars i tendinoses.			
48	Perínoesfinterianes.			
49	Postrumàtiques.			
50	Respiratòries.			
51	Reumatològiques.			
52	Trastorns perineals.			
<u><b>Funcions generals</b></u>				
Avaluació de:				
53	- Dolor.			
54	- Amiotròfia.			
55	- Inflamació.			
56	- Edema.			
57	Gravació dels paràmetres fisiològics o biofeedback.			
58	Modificació a temps real dels paràmetres d'estimulació.			
59	Creació de programes personalitzats.			
60	Configuració dels sons indicadors d'inicis, finals i progressió de fases dels exercicis.			

3 Accessoris				
<b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b>				
61	1 Cable d'alimentació elèctrica.			
62	1 Comandament a distància.			
63	Tots els elèctrodes necessaris pel compliment de les funcionalitats.			
64	Tots els adaptadors necessaris pel compliment de les funcionalitats.			
65	1 Punter.			
66	1 Cable USB de connexió a PC.			
<u><b>El material per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, ha d'estar compost per:</b></u>				
67	- 1 Manòmetre digital de 3 vies, compatible amb la sonda rectal demanada a sota.			
68	- 5 Sondes rectals de pressió de doble baló. Cadascuna ha d'incloure dos globus, un a la part distal i l'altra a la proximal, per l'avaluació de la inhibició Reflex-Recte anal (RIAR).			
69	- 1 Pedal de control.			
70	- 1 Xeringa.			
71	- 1 Llicència de software de revisió que calculi els paràmetres de pressió, reflex i sensibilitats rectals.			

4 Connectivitat i integració				
<b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b>				
72	Compatibilitat de l'equip de sòl pelvià amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.			

5 Servei tècnic durant el període de garantia				
<b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b>				
73	Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.			
74	Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.			
75	Condicions de garantia, reposició i formació.			
76	Condicions d'instal·lació.			

6	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia			
	<b>Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses</b>			
77	Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil			
78	Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells: <ul style="list-style-type: none"><li>- Model</li><li>- Referència</li><li>- Codificació ECRI</li></ul>			