



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA COMPRA I SUBMINISTRAMENT DE 3 LLITERES RADIOTRASPARENTS PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

1. OBJECTE

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron requereix la compra i subministrament de 3 lliteres radiotransparents, 2 per a la unitat d'urgències de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats i 1 per a l'Àrea del Cor de l'Hospital General. Ambdues unitats han estat objecte de remodelació en el marc dels fons d'inversió REACT EU i tot i que disposen d'aquests equips en el servei, es troben obsolets.

Aquestes lliteres permeten traslladar els pacients d'aquestes àrees i fer-los exàmens radiològics RX sense necessitat de moure'ls ni fer canvis de posició, fet especialment important en els casos en què encara no es coneix l'abast de les lesions que presenten.

La relació de material proposta pel servei es la següent:

DESCRIPCIÓ MATERIAL	UNITATS
Llitera radiotransparent amb disseny de la base i els mecanismes d'elevació en forma d'"U" per facilitar l'accés de l'arc intensificador d'imatge. Llitera equipada amb 2 columnes elevadores de 3 parts, moviments d'elevació, trendelemburg i revers trendelemburg. Estructura d'acer inoxidable i base de 4 rodes amb sistema de bloqueig i moviment direccional. Disposa d'un matalàs antiestàtic i ignífug de 5 cm de gruix. Dimensions: - Longitud total: 1.990 mm - Amplada total: 720 mm - Alçada màxima / mínima: 1.100 mm / 600mm	3


2. ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT

Es tracta d'un procediment obert de contractació pública de subministraments que s'estructura en un únic lot i, per tant, un adjudicatari, sense variacions ni revisió de preus, del qual n'és responsable la Direcció de Infraestructures i Tecnologia (DIT).

Quant als criteris de valoració per tal de seleccionar l'adjudicatari del present procediment de contractació, s'utilitzarà únicament el criteri de valoració econòmic.

Cada licitant pot concórrer amb una oferta, que ha de incloure tots els ítems, i no pot superar ni l'import total ni de cap ítem considerat individualment.

En els casos que la descripció del material inclogui una marca, el licitant no està obligat a ofertar la marca en qüestió, si bé la alternativa presentada ha de tenir les mateixes característiques tècniques, no podent ser inferior en cap dels ítems a considerar. En el cas que el licitant presenti altres marques que les que aquí estan relacionades, els serveis tècnics del HUVH emetran un informe validant.



No és necessari aportar mostres del material ofert. L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú. En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini en un termini màxim de 24 hores. En el supòsit que les empreses licitadores no presentin les mostres sol·licitades, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

3. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I PREU DE LICITACIÓ

Per la determinació del import de licitació, els tècnics del HUVH han dut a terme un estudi de mercat consultant diferents empreses que tenen dins el seu catàleg de productes els elements que aquí es liciten. D'aquest estudi en surt el següent import de licitació:

DESCRIPCIÓ MATERIAL	UNITATS	PREU UNIT. S/IVA	IMP. S/IVA
Llitera radiotransparent amb disseny de la base i els mecanismes d'elevació en forma d'"U" per facilitar l'accés de l'arc intensificador d'imatge. Llitera equipada amb 2 columnes elevadores de 3 parts, moviments d'elevació, trendelemburg i revers trendelemburg. Estructura d'acer inoxidable i base de 4 rodes amb sistema de bloqueig i moviment direccional. Disposa d'un matalàs antiestàtic i ignífug de 5 cm de gruix. Dimensions: - Longitud total: 1.990 mm - Amplada total: 720 mm - Alçada màxima / mínima: 1.100 mm / 600mm	3	4.996,67	14.990,01
IMPORT DE LICITACIÓ S/IVA			14.990,01


4. CONDICIONS GENERALS

Punt de lliurament: Els articles s'hauran de lliurar a la Subdirecció de Tecnologia Mèdica, a la 6a. planta del Hospital General del HUVH.

Termini de lliurament: L'adjudicatari lliurarà tot el material en un termini màxim de tres setmanes a partir de la signatura del contracte. En cas que el material lliurat sigui defectuós, haurà de ser substituït en 24 hores per altre igual o de superior categoria sense càrrecs addicionals.

Facturació: Un cop tot el material quedi lliurat i els tècnics del HUVH hagin signat el corresponent albarà de recepció, l'adjudicatari de la comanda emetrà factura electrònica segons normativa aplicable.

Control de qualitat i garantia legal: L'empresa adjudicatària té la responsabilitat de garantir que els productes compleixin les prescripcions del plec o l'especificat si la qualitat es superior al previst en el Plec. La DIT exercirà una vigilància sobre les característiques que haurà de complir cada subministrament, i podrà recollir mostres en qualsevol moment i lloc, per sotmetre-les a assajos per si o per tercers, podent rebutjar les unitats que no compleixin els requisits bàsics de qualitat, de bon estat d'embalatge i d'adequat servei. Pel que fa a la garantia del fabricant, segons



Vall d'Hebron

Hospital

Direcció de Infraestructures i Tecnologia

prescripcions legals.



Raquel Cánovas Paradell
Sots Directora de Tecnologia Mèdica

Barcelona, 19 de setembre de 2023