

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE PER PACIENT CRÍTIC PER A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. OBE 23/579

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Subministrament de fungible per pacient crític amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

Els proveïdors hauran d'efectuar les seves ofertes a la totalitat dels lots, exceptuant el lot 10. Per aquest lot, els proveïdors hauran d'efectuar les seves ofertes per article desitjat.

L'objecte del contracte es classifica i divideix en els següents lots:

LOT 1	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2002766	CONNEXIÓ COLZE MOVIBLE BIDIRECCIONAL 15M-22M/15F

LOT 2	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2021035	SENSOR DE FLUX MITJANÇANT MEDIACIÓ PER PRESSIÓ DIFERENCIAL

LOT 3	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2002834	LÍNIA MOSTRA GASOS D' UN SOL ÚS 3M



LOT 4	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2020182	CONNEXIÓ PER A CATÈTER D'INTERCANVI DE CALOR
2017290	CATETER D' INTERCANVI TÈRMIC INTRAVASCULAR

LOT 5	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003072	CATÈTER TERMODILUCIÓ SWAN 7F 110CM
2014089	CATÈTER CARDÍAC DRET

LOT 6	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2019079	SONDA MÈDICA PRESSIÓ ESOFÀGICA-GÀSTRICA

LOT 7	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2003214	CATETER INTERCANVI VIA AÈRIA 19F 83CM
2014847	CATÈTER INTERCANVI VIA AÈRIA 11F 100CM



LOT 8	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2017295	CATÈTER DE BALÓ INTRAAÒRTIC PER CONTRAPULSACIÓ 7F, 40CC
202656	CATÈTER DE BALÓ INTRAAÒRTIC PER CONTRAPULSACIÓ 8F, 50CC
2018680	CATÈTER DE BALÓ INTRAAÒRTIC PER CONTRAPULSACIÓ 7F, 34CC

LOT 9	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2020991	SET TRAQUEOSTOMIA PERCUTÀNIA 20CM

LOT 10	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2019686	KIT CATETER HEMODIALISI 3LUM 11,5F 15CM
2021918	KIT CATETER P/HEMODIALISIS 12FR x15CM

LOT 11	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2011904	SET MONITORATGE ALTES PRESSIONS 2R+2T
2011905	SET MONITORATGE ALTES PRESSIONS 2R+1T



LOT 12	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2014903	EQUIP DRENATGE NEUMOPERICARDIAL 10.2F
2019736	EQUIP DRENATGE NEUMOPERICARDIAL 14F

LOT 13	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016313	BOSSA RECOLLIDA 10L
2016971	SOLUCIÓ PER A HEMODIÀLISIS VENO- VENOSA CONTÍNUA DE SUPORT RENAL AMB CITRAT CONCENTRAT
2016992	LÍQUID PER ANTICOAGULACIÓ CITRAT TRISÒDIC AL 4%
2024424	KIT PER A TRACTAMENTS DE CVVHDF/CVVHD/CVVH AMB HEPARINA
2024425	ADAPTADOR DE BOSSES DE CALCI AMB CONNEXIÓ SECUNECT I LUER LOCK
2025040	KIT PER A TRACTAMENTS DE CVVHDF/CVVHD/CVVH AMB CITRAT

LOT 14	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2016883	SET HEMOFILTRE DIÀLISIS
2004272	BOSSA RECOLLIDA 5L

L'adjudicatari a aquest lot aportarà el fungible necessari per a la realització del tractament



LOT 15	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2014007	CATÈTER PER MONITORITZACIÓ HEMODINÀMICA AVANÇADA

LOT 16	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2021132	PROTECTOR MOSSEGADA SUPORT TUB ENDOTRAQUEAL. 7,5
2021133	PROTECTOR MOSSEGADA SUPORT TUB ENDOTRAQUEAL 8

LOT 17	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2013023	KIT NETEJA BUCAL

LOT 18	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2013992	TRAMPA AIGUA MINI D-FEND

LOT 19	
CODI HSP	DESCRIPCIO MATERIAL
2014272	FILTRE BACTERIOLÒGIC REGISTRE BUIT ALIZE



LOT 20	
CODI HSP	DESCRIPCIÓ MATERIAL
2012561	CONTENIDOR DE RESIDUS DE 600ML
2009634	KIT DE MEMBRANA DE REFERENCIA 4PCS
2009638	KIT DE MEMBRANA DE POTASSI (K) 4PCS
2009639	KIT DE MEMBRANA DE CALCI (Ca) 4PCS
2009640	KIT DE MEMBRANA DE CLOR (Cl) 4PCS
2009637	KIT DE MEMBRANA DE SODI (Na) 4PCS
2009636	KIT DE MEMBRANA DE pCO ₂ 4PCS
2009635	KIT DE MEMBRANA DE pO ₂ 4PCS
2009641	KIT DE MEMBRANA DE GLUCOSA 4PCS
2009642	KIT DE MEMBRANA DE LACTAT 4PCS
2009656	SOL.LUCIÓ HIPOCLORIT
2009648	AUTOCHECK 5+ NIVELL 1
2009649	AUTOCHECK 5+ NIVELL 2
2009650	AUTOCHECK 5+ NIVELL 3
2009651	AUTOCHECK 5+ NIVELL 4
2012557	SOLUCIÓ DE NETEJA AMB HEXOQUINASA
2012558	SOLUCIÓ CALIBRACIÓ 1
2012559	SOLUCIÓ CALIBRACIÓ. 2
2012560	SOLUCIÓ DE RENTAT 600ML
2009643	GAS CALIBRACIÓ 1, 33 BAR 1 LITRE



2009644	GAS CALIBRACIÓ 2, 10 BAR 1 LITRE
---------	----------------------------------

L'adjudicatari del lot 20 haurà de proveir de tot el material necessari per al funcionament dels equips per tal d'obtenir un resultat òptim incloent controls, calibradors, i resta de reactius, sense cost per l'hospital.

- Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. No es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil quan la vida útil dels mateixos sigui inferior als 60 dies.
- Reposició de kits de reactius: 1) quan per problemes del propi kit no funcioni com és degut i 2) amb motiu de l'activitat del centre i condicionat a la presentació del reactiu quan el reactiu caduqui abans de completar el seu consum.
- Garantia en el subministrament de conservació que impedeixi la ruptura de la cadena de fred. Indicació expressa de condicions de subministrament (control des del magatzem de corba de temperatura garantida, condicions de manteniment...).

Equipament de cessió

Amb la finalitat de disposar de la tecnologia adequada per a determinats procediments :

- 1- L'empresa adjudicatària del lot 4 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

2 màquines de consola amb sistema de control de la temperatura intravascular

Descripció màquina:

- Que permeti controlar de forma segura i ràpida i precisa la temperatura dels pacients crítics amb les següents característiques:
- Assolir la temperatura objectiu en temps aproximat de una hora.
- Mantenir la temperatura del pacient en un marge fluctuació del $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ respecte a la t^{a} establerta.
- Permeti l'ús de catèters multi funció que també operen coma a catèters venosos centrals (CVC), eliminant l'ús de via venosa central.



- Que es permeti la visualització , emmagatzematge i descàrrega de la temperatura en temps real
- Característiques circuit de refrigeració salina:
- Volum d'encebament 200ml
- Connexions a pacient: Connexions Luer direccionals sobre vies de 183cm
- Sistema d'alarma detecció nivell solució salina
- Característiques de pantalla :
- 16,25 cm LCD color VGA
- Articulació 180º de gir i inclinació 45ª
- Alarmes: acústiques i missatges en pantalla
- Rang de temperatura en pantalla 26ºC -42ºC

2- L'empresa adjudicatària del lot 13 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

4 Equips per diàlisi de CVVHD amb les següents característiques:

Descripció màquina:

- Permetre la realització de teràpies contínues de reemplaçament renal habituals: HDVVC, HDFVVC pre /post dilució i HVVC.
- Disposar de 4 bombes de rodet apart de les de anticoagulació (citrat i /o heparina)
- Sistema de control de pressions: accés, retorn, prefiltrat, efluent i PTM
- Sistema de detecció de bombolles
- Sistema de detecció de fuga hemàtica

Característiques del monitor

- Amb pantalla tàctil
- Separació física amb bàscula superior per líquids terapèutics nets i bàscula inferior dels de rebuig
- Bombes de citrat, calci i heparina específiques i integrades en el monitor
- Opció de botó amb accés ràpid per disminuir el flux de sang a a40ml/min, desactivació del balanç i apertura del límit d'alarmes)



3- -L'empresa adjudicatària del lot 14 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

6 Equips per depuració extra corpòria (diàlisi) amb les següents característiques:

- Equip de depuració extra corpòria per a anticoagulació sistèmica (heparina) i/o anticoagulació regional amb citrat que permeti realitzar les següents teràpies:
- SCUF -Ultrafiltració lenta contínua,
- CVVH Hemo filtració pre/post,
- CVVHD Hemodiàlisi
- CVVHDF hemodiafiltració pre/post, pre post
- TPE Recanvi plasmàtic
- HP Hemo perfusió
- (ECCOR) Depuració de CO₂ de forma independent
- ECCOR+TCRR Depuració de CO₂ en combinació amb teràpies renals

Característiques de la màquina

- Pantalla tàctil
- Pantalla mòbil, gir de 180°
- 5 bàscules min independents citrat/diàlisi/substitució/efluent
- 5 Bombes peristàltiques
- 1 Bomba perfusió(heparina/Ca)
- 1 Bomba buidat automàtic efluent (auto efluent)
- 1 escalfador de sang
- Mòdul de connectivitat amb sistemes pdms
- Mòdul de connectivitat wifi true vue

4- -L'empresa adjudicatària del lot 20 haurà de cedir l'ús sense cost el següent equipament:

1 Equip analitzador de gasos en sang i en aire espirat

- Que permeti mesurar: pH, pCO₂ pO₂, ~~Oximetria (Hbt, COHb, sO₂, O₂Hb, MetHb, HbR, Hb Fetal i lactat.~~ **glucosa, lactat i electròlits (Na, K, Ca, Cl)**
- Que calculi els següents paràmetres: bicarbonat real i estàndard, excés de base real, CO₂ total , anió gap i diferència de pO₂



Característiques:

- Possibilitat d'ampliar paràmetres: ~~Electròlits, (K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻),
metabòlits (glucosa,~~ bilirubina i creatinina, **oximetria**.
- Processament per aspiració sense necessitat de injecció de mostra.
Detector de coàguls que faciliti la seva eliminació
- Que es pugui treballar sense canviar de lot per períodes d'un any
- Amb software que ajudi a la interpretació de l'estat àcid-base
- Identificació manual i per codi de barres de les mostres a analitzar
- Equip amb **marcat CE** per mesurar pO₂ i pCO₂ en aire espirat i per mesurar de PH en líquid pleural
- Hemòlisis de mostra per la cooximetria sense utilitzar agents químics
- Possibilitat d'incorporar mostratge per processar per lots i de forma automàtica la lectura d'identificació, homogeneïtzació i aspiració de mostres
- Amb avaluació automàtica de control de qualitat amb gràfic Levey Jennings amb informes estadístics de valors de mitjana SD i CV%.i regles de Westgard amb enviament dels resultats del control de qualitat a un programa extern.

Condicions de cessió d'equipament

Les proves funcionals i el manteniment preventiu i correctiu de tots els equips en cessió correrà a càrrec de l'adjudicatari.

Els adjudicataris hauran de cedir l'equipament compatible amb els components oferts per a la seva utilització, incloent accessoris, cables i tot aquells necessaris per al funcionament dels bens en cessió.

S'inclou el transport, la seva instal·lació, en cas necessari i el manteniment.

Quan es produeixi un trencament o altra avaria que afecti a aquests equips, es posarà en comunicació de l'adjudicatari perquè procedeixi a la seva reparació o substitució en un termini no superior a 24h amb l'objectiu de garantir la seva disponibilitat màxima.

En relació als equips oferts, l'oferta haurà d'indicar clarament la relació d'equips, especificant la marca, model i descripció de les principals característiques tècniques així com **la valoració econòmica de l'equipament en cessió**.

Amb l'entrega de l'equipament en cessió s'haurà d'adjuntar albarà sense valorar amb el model i número de sèrie.



Formació

L'adjudicatari de cada contracte, per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament descrit, ha de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament tecnològic descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments de tipus informàtic en el Lot 20

En cas de que es vulgui connexió amb el LIS L'adjudicatari haurà de responsabilitzar-se de que els resultats obtingut amb els seus equips arribin al LIS del Lab Sant Pau.

Per això, haurà d'assumir el cost econòmic d'aquesta connexió, i haurà de posar-se en contacte amb el proveïdor del LIS, facilitant-li els corresponents

protocols de comunicació i col·laborant en la realització de les proves necessàries per a un correcte establiment de la comunicació entre aparell i LIS.

En tots els casos

L'adjudicatari haurà d'incloure una descripció completa i detallada dels equips informàtics que aporta. En cas de que porti algun PC, aquest haurà de portar instal·lat un antivirus amb la seva corresponent política d'actualització periòdica o, en el seu defecte, permetre la instal·lació de l'antivirus corporatiu de l'Hospital.

De la mateixa manera, haurà d'indicar amb tot detall els recursos informàtics que necessitarà que li siguin proporcionats per part de l'Hospital (espai en disc, accés remot, màquines virtuals, ...).

L'adjudicatari haurà de col·laborar en garantir la correcta realització de les còpies de seguretat de les dades susceptibles de ser salvades. La col·laboració dependrà de la ubicació d'aquestes dades:

- Si aquestes es troben en servidors o recursos d'emmagatzematge de l'Hospital, el proveïdor haurà d'indicar quines són les exactament les dades de les que cal fer còpia
- Si aquestes resideixen en un servidor físic aportat pel proveïdor i ubicat dins de la xarxa de l'Hospital, caldrà facilitar la instal·lació de l'agent de còpia corporatiu de l'Hospital i indicar la ubicació de la informació que calgui salvar. L'adjudicatari haurà d'assumir, en aquest cas, els costos del llicenciament que



implica el dret d'utilització del programari de còpies de seguretat que tingui l'Hospital

- Si aquestes resideixen en PCs físics aportats per l'adjudicatari, admetem dues opcions:

- o Que l'adjudicatari garanteixi la correcta realització de les còpies de seguretat d'aquestes dades utilitzant recursos aportats per ell mateix.

- o Que l'adjudicatari faciliti la instal·lació de l'agent de còpia corporatiu de l'Hospital i indicar la ubicació de la informació que calgui salvar.

L'adjudicatari haurà d'assumir, en aquest cas, els costos del llicenciament que implica el dret d'utilització del programari de còpies de seguretat que tingui l'Hospital. Amb aquesta opció, l'Hospital garanteix el monitoratge de la correcta realització de les còpies, l'externalització d'informació i els mecanismes de seguretat adients.

De la mateixa manera, l'adjudicatari haurà de garantir, en cas de fallada, una recuperació dels seus sistemes informàtics en un temps raonable. Per aquest motiu, caldrà aportar un pla detallat de recuperació de l'entorn de treball. I haurà de notificar al departament d'informàtica qualsevol actuació que es faci i que pugui fer variar aquest pla de recuperació (actualitzacions, canvis de configuració, canvis de versió, ...).

El departament d'informàtica haurà de disposar d'accés de tipus administrador a aquests equips, i l'adjudicatari haurà de fer una transferència de coneixements (formació, documentació, ...) suficient per a que l'equip intern pugui fer tasques simples de manteniment de primer nivell (reinici controlat dels equips i comprovació de que tots els serveis arrenquen correctament, revisió d'espai lliure en disc, neteja de logs, ...)

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics i d'obligat compliment de cada material objecte de la licitació són els exposats a **l'Annex de complimentació obligatòria d'oferta tècnica**.

Els licitadors ompliran l'Annex de complimentació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.



En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en català i/o castellà, en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Resum d'articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d'oferta tècnica.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu de desistiment de la oferta.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.



- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes. Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- Les caducitats dels productes no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del producte, ni inferiors als 60 dies. En aquells productes on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran productes amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.
- L'adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l'instrumental necessari per a la implantació del producte de manera fàcil i precisa.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.



- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.
- En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :
 - a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
 - b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantinent el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
 - c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
 - d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots, excepte en el lot 10 que poden presentar la oferta per article.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent



dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.

- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats i l'equipament en cessió d'ús.
- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de la recepció de mercaderies és de 7:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 7:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari.

- **Termini de lliurament de les comandes:** Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec



- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb FGS.

Mostres i/o demostracions

- No és necessari aportar mostres i/o demostracions del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.



- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres i/o realitzar les demostracions sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l' albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.



Barcelona, a 06 de juliol de 2023

Vist i plau
Dr. Alfons Torrego
Director Mèdic

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

