

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE 111 ARXIVADORS I 321 SAFATES PER A BLOCS DE
PARAFINA PER A L'ESCANER "FINA" PER AL SERVEI D'ANATOMIA PATOLÒGICA DEL
CDB DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA**

EXP. 2023-193

1.- OBJECTE

L'objecte de la contractació és el subministrament de 111 arxivadors i 321 safates per a blocs de parafina per a l'Escàner "Fina" per al Servei d'Anatomia Patològica del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

Els béns a subministrar han de complir amb les especificacions, composició i característiques establertes com a mínimes a l'apartat 3 de "Requeriments tècnics". L'incompliment d'alguna de les especificacions tècniques mínimes suposarà l'exclusió de l'oferta del procediment de licitació o la resolució del contracte. A més, han de complir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa nacional i internacional.

2.- ABAST DEL CONTRACTE

En virtut del present procediment de licitació l'HCB pretén contractar el subministrament i instal·lació de l'equipament detallat a l'apartat 2 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).

LOT	ARTICLE	DENOMINACIÓ ARTICLE	QUANTITATS
1	1	Arxivadors per a blocs de parafina ("Fina")	111
	2	Safates per a blocs de parafina ("Fina")	321

3.- REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics que han de complir l'equip a subministrar són els que consten en la seva descripció:

Article nº 1: Arxivadors per a blocs de parafina ("Fina")

- Han de ser metàl·lics.
- Han de disposar de la possibilitat de posar rodes i/o apilar.
- Ha de tenir capacitat per a 18 safates, ostentant una capacitat d'emmagatzematge per arxivador de 4.320 blocs de parafina.
- Cada arxivador ha de tenir unes dimensions de 60x38x60 cm (amplada x profunditat x alçada).
- Ha de tenir una estructura modular que permeti ajustar fins a 6 arxivadors en un total de 3 alçades.
- Han de ser compatibles amb el sistema de traçabilitat per a blocs de parafina existent en el Servei d'Anatomia Patològica (a saber de l'escàner FINA propietat d'aquest Hospital, número d'inventari H111581).

Article nº 2 : Safates per a blocs de parafina ("Fina")

- Cadascuna de les safates han d'estar identificades amb codi "data matrix" irrepètible i únic, garantint la traçabilitat i l'històric dels moviments del bloc.
- Han d'estar fabricades amb material plàstic resistent.
- Han de ser compatibles amb els arxivadors modulars
- Cadascuna ha de tenir una capacitat per a 240 mostres.
- Han de tenir unes dimensions de 27,3 x 37,7 x 5,57 cm (amplada x profunditat x alçada).

- Han de ser compatibles amb el sistema de traçabilitat per a blocs de parafina existent en el Servei d'Anatomia Patològica (a saber de l'escàner FINA propietat d'aquest Hospital, número d'inventari H111581).

4.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ

Condicions de subministrament

El material s'ha de subministrar en el termini de 1 mes a partir de la recepció de la comanda per part de l'adjudicatari i en el lloc que indiqui el responsable del contracte.

El material ha d'anar convenientment embalat per tal que arribi en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que el material es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'empresa adjudicatària.

En concret, l'empresa adjudicatària es compromet a:

- Realitzar el transport del material fins al seu lloc d'ubicació final en les instal·lacions del centre on vagi destinat.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge
- Presentar el certificat CE.

L'empresa adjudicatària ha de facilitar el pes i el volum de tots els components embalats. De la mateixa manera, cada paquet ha de venir correctament identificat amb codis i textos a efectes de facilitar la seva localització i manipulació.

L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament, instal·lació i servei postvenda de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin l'empresa adjudicatària ho ha de comunicar prèviament a la realització dels serveis i per escrit a l'HCB per a la seva acceptació.

5.- GARANTIA DEL MATERIAL

El termini de garantia del material, **serà de mínim d'1 any** comptats a partir de la recepció del material.

La garantia ha d'incloure la substitució dels material que continguin vicis i/o defectes o que pateixin un deteriorament atribuïble a deficiències d'origen (materials i de funcionament).

Els elements dels equips que s'hagin de substituir s'han de subministrar en el menor temps possible a comptar des de la data en que es realitza la comunicació de la incidència.

Els elements que s'han de substituir han de ser iguals o equivalents als materials subministrats.

Barcelona, 26 d'octubre de 2023

Dra. Aurea Mira
Director del Centre de Diagnòstic
Biomèdic

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr./Sra..... amb NIF, en nom i representació de l'empresa DECLARA el següent:

- Que els equips ofertats compleixen amb els requeriments tècnics obligatoris que es relacionen en la clàusula 3 del plec de prescripcions tècniques, amb tota la normativa aplicable a la tipologia d'equip subministrat
- Que l'empresa que representa disposa de les acreditacions reglamentàries per a manipular els equips objecte del contracte.
- Que els productes ofertats disposen de Certificats C.E.

Signatura

lloc i data