

Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 53 76 21 – 76 23

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE QUALIFICACIÓ DE 2 EQUIPAMENTS CliniMACS Prodigy DEL FABRICANT MILTENYI BIOTEC, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU EXPEDIENT.- NSP 23/844

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

L'objecte del present plec és descriure les característiques tècniques del servei de **qualificació i validació de 2 equips CliniMACS Prodigy de la sala blanca del fabricant Milenyi Biotec.**

El fabricant haurà de validar els equips CliniMACS Prodigy corresponents atès que han estat canviats d'ubicació. La qualificació d'instal·lació i operativa dels equips es troba detallada a continuació:

Qualificació d'instal·lació i qualificació operativa del CliniMACS Prodigy.
--

Serveis inclosos per a la Qualificació d'Instal·lació amb les següents proves:
--

- Entrega i instal·lació dels equips

- Lloc i entorn de la instal·lació

- Estat dels equips

- Connexió de perifèrics

- Inicialització del sistema

- Configuració del programari

- Etiquetes i senyals d'advertència

Serveis inclosos per a la Qualificació Operativa amb les proves següents:
--

- Zumbador

- Altaveu i ports USB

- Sensors de líquid

- Unitat magnètica

- Unitat de bomba amb tapa i sensors de pressió

- Vàlvules de presa
- Il·luminació Baghanger
- Lector de codis de barres
- Cèntric (Centricult)
- Accionament de la cambra portaobjectes
- Caputxa
- Accionament de la cambra de rotació
- Descondensador
- Microscopi
- Càmera de capa intermitja
- Unitat de condicionament de temperatura
- Unitat de mescla de gasos i mescla de gasos (opcional)
- Prova de funcionament

SERVEI DE QUALIFICACIÓ DELS EQUIPS

El servei de qualificació i validació dels equips CliniMACS Prodigy té com a objectiu garantir la instal·lació i la validació del correcte funcionament dels equips, per tal de poder desenvolupar l'activitat científica prevista.

Per desenvolupar aquest servei cal seguir els protocols i indicacions dels fabricants, per la necessitat màxima d'especialització que es requereix per dur a terme el servei de qualificació i validació d'un equipament. Tant és així, que dins del propi servei tècnic dels fabricants existeixen tècnics especialitzats per cada tipologia d'equipaments, que tenen una formació específica i una experiència adequada i adaptada a cada equipament concret.

El servei de qualificació de l'equipament posat a disposició implica que l'adjudicatari assumeix totes les tasques de qualificació corresponents, així com la substitució de totes les peces i recanvis necessàries.

El licitador haurà de presentar l'oferta tècnica per a l'execució del servei objecte del contracte.

TEMPS D'EXECUCIÓ

El temps d'execució del servei s'estableix en 1 mes com a màxim, i es negociarà dins dels criteris de negociació que aquest termini sigui inferior i el més immediat possible.

CANALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ:

Els tècnics de la empresa adjudicatària entregaran, un cop finalitzada la intervenció, als serveis tècnics de la FGS un informe o full de treball en el que constarà el següent:

El full de treball servirà com albarà justificatiu de la realització de la intervenció.

Barcelona, 2 de novembre de 2023.

Rubèn Moragues i Pastor
Responsable del contracte

NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.