

ANNEX I. Criteris valorables

Llum polsada			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
1 Font de llum polsada pel tractament no invasiu del Síndrome de l'Ull Sec (DED). Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	2		
Característiques a valorar 1 Es valorarà que el sistema de refrigeració funcioni amb aire.	2		
2 Funcionalitats	12		
Característiques a valorar 2 Es valorarà que el propi equip recomani automàticament els valors de fluència d'energia i de mil·lisegons segons el tractament que es seleccioni prèviament. 3 Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED vermella. Ha de produir un escalfament endogen de les parpelles per a l'estimulació de la producció d'ATP. Aplicable pel tractament del Síndrome de l'Ull Sec, disfuncions de Glàndula de Meibom, síndrome de Sjögren, mussols, malestars induïts per cirurgia refractiva, etc. 4 Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED blava. Ha de provocar una reducció de càrrega bacteriana. Aplicable pel tractament d'inflamacions causades per acné vulgar, rosàcea o blefaritis. 5 Es valorarà la possibilitat d'aplicar tractament amb llum LED groga. Ha d'afavorir el drenatge i la reducció de la inflamació. Ha d'actuar sobre el sistema limfàtic estimulants el metabolisme cel·lular. Aplicable en tractaments de post cirurgia invasiva com ara blefaroplastia.	3 3 3 3		
5 Servei tècnic durant el període de garantia	3,75		
Característiques a valorar 6 Equip de substitució en cas d'avaría. 7 Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	2,75 1		
6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2,25		
Característiques a valorar 8 Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) 9 Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) 10 Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75 0,75 0,75		
		20	