

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
FUNGIBLE PER AL TRACTAMENT DE LA MALALTIA VARICOSA DE LES
EXTREMITATS INFERIORS, PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2023/0000000202

PROCEDIMENT OBERT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	4
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	5
2.3 DURADA DEL CONCURS:	5
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.1.1 NORMATIVA APLICABLE OBLIGATORIA	7
3.1.2 DEMOSTRACIÓ VALORABLE	7
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	7
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	9
4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	9
4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	10
4.3 OFERTA ECONÒMICA	10
5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ	11
5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS	11
5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS	13
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	14
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	15
8 DADES DE CONTACTE	16
9 ANNEXES.	17
9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL	17

1 ANTECEDENTS

L' **Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

L'**OBJECTE** del present expedient és la contractació del subministrament de material fungible per al tractament de la malaltia varicosa de les extremitats inferiors, mitjançant la tècnica d'ablació per radiofreqüència o per escleroteràpia amb microespuma, per cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària.

L'equipament per portar a terme el tractament amb el material fungible objecte de la licitació, serà amb la següent **cessió sense cap cost econòmic**:

- LOT1 - Tractament amb tècnica d'ablació per radiofreqüència:
 - **1 generador de radiofreqüència.**
 - **1 bomba de tumescència.**
- LOT 2 – Tractament amb tècnica d'escleroteràpia amb microespuma.
 - **1 agitador magnètic.**

En el supòsit que durant la vigència del contracte s'hagués d'ampliar el número de dispositius, l'empresa adjudicatària es comprometrà a cedir-ne els equips necessaris sense cap cost econòmic.

En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària de cada lot podrà emportar-se l'equipament cedit. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment integral, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi dels equips en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

La contractació és per procediment obert i la licitació es farà per lots.

Les licitadores podran concórrer a qualsevol lot, tanmateix haurà de ser per lot sencer.

No s'admeten ofertes variants.

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI	TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
LOT 1 - ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA							
1	54581	CATÈTER ABLACIÓ 7FrX100CM	20	320,00 €	6.400,00 €	21%	7.744,00 €
	54582	CATÈTER ABLACIÓ 7FrX70CM	80	320,00 €	25.600,00 €	21%	30.976,00 €
	54583	KIT ABLACIÓ RADIOFREQUÈNCIA	100	40,00 €	4.000,00 €	21%	4.840,00 €
	-	GENERADOR RADIOFREQUÈNCIA	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
	-	BOMBA DE TUMESCÈNCIA	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
TOTAL LOT 1					36.000,00 €		43.560,00 €
LOT 2 - ESCLEROTÈRÀPIA AMB MICROESPUMA							
2	54584	CÀPSULA AGITADORA 10ML	200	18,00 €	3.600,00 €	21%	4.356,00 €
	54585	CÀPSULA AGITADORA 15ML	100	24,00 €	2.400,00 €	21%	2.904,00 €
	-	AGITADOR MAGNÈTIC	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
TOTAL LOT 2					6.000,00 €		7.260,00 €

Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT	IMPORT TOTAL 3 ANUALITATS	% IVA
42.000,00 €	126.000,00	21%

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	126.000,00 €
Import total amb IVA:	152.460,00 €

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: 126.000,00 € (SENSE IVA) (21% IVA)
Pròrrogues: SI. 42.000,00 + 42.000,00 € = 84.000,00 €
Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = 25.200,00 €.
Import total VEC = 235.200,00 € (IVA EXCLÒS)

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques i mides dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 – ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA

54581 – CATÈTER ABLACIÓ 7FRX100CM

Catèter d'ablació, calibre 7Fr x 100cm de llargària aprox. RF tèrmica per segments de la vena safena; interna i externa, amb mànec, cos i element de calor de 7cm, introductor 7Fr. Compatible amb guia de 0,025". Estèril. Sense làtex. Per al tractament quirúrgic de varius.

54582 – CATÈTER ABLACIÓ 7FRX70CM

Catèter d'ablació, calibre 7Fr x 70cm de llargària aprox. RF tèrmica per segments de la vena safena; interna i externa, amb mànec, cos i element de calor de 7cm, introductor 7Fr. Compatible amb guia de 0,025". Estèril. Sens Per al tractament quirúrgic de varius.

54583 – KIT ABLACIÓ RADIOFREQUÈNCIA

Kit de procediment amb ablació de RF compost per: agulla accés vascular, introductor, mini guia punta J i perfil de 0,035 ", agulla i tub infiltració, funda estèril ecògraf, sobres gel transductor, gomes cautxú. Estèril. Sense làtex. Per al tractament quirúrgic de varius.

0 – GENERADOR RADIOFREQUÈNCIA EN CESSIÓ

Generador de radiofreqüència per ablació de varius. Amb pantalla tàctil LCD, amb algoritme de control per una temperatura segura i amb ajustament de temperatura a l'objectiu i del temps de cicle d'ablació. Ha de disposar d'algoritme d'ablació preajustat d'acord amb el diàmetre de la vena.

0 – BOMBA DE TUMESCÈNCIA EN CESSIÓ

Bomba peristàltica integrada per la infiltració de solucions aquoses en el teixit connectiu. Amb pantalla de visualització de l'estat de funcionament. Amb control de caudal màxim / potència d'infusió.

LOT 2 – ESCLEROTERÀPIA AMB MICROESPUMA

54584 – CÀPSULA AGITADORA ESTÈRIL UN SOL ÚS 10ML

Càpsula d'un sol ús de 10ml, d'aire estèril que permeti la generació de l'escuma per ser administrada en els procediments quirúrgics, per sistema generador d'escuma esclerosant pel tractament de varius. Estèril.

54585 – CÀPSULA AGITADORA ESTÈRIL UN SOL ÚS 15ML

Càpsula d'un sol ús de 15ml amb baixa concentració de nitrogen que permeti la generació de l'escuma per ser administrada en els procediments quirúrgics, per sistema generador d'escuma esclerosant pel tractament de varius. Estèril.

0 – AGITADOR EN CESSIÓ

Sistema generador d'escuma esclerosant pel tractament de varius. El sistema ha de disposar d'un dispositiu mesclador magnètic i adaptat. Programable digitalment i amb combinacions predefinides de velocitat i temps.

3.1.1 NORMATIVA APLICABLE OBLIGATORIA

Caldrà aportar el Certificat del Marcatge CE en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o Reglament EU 2017/745.

3.1.2 DEMOSTRACIÓ VALORABLE

Les empreses licitadores hauran de fer una demostració del conjunt del material ofert, fungible + equip, de les mateixes característiques que l'ofert, juntament amb tots els accessoris que l'integrin i tots els components necessaris pel seu funcionament.

La demostració s'haurà de fer a l'Hospital Santa Caterina i s'haurà de sol·licitar el dia i l'hora al Dr. Omar Andrés, coordinador del Servei de Cirurgia Vascular de l'IAS: oandres.girona.ics@gencat.cat / tel.: 646892349.

El termini de la demostració ha de coincidir amb el termini final de presentació de les ofertes establert a l'anunci de licitació i s'haurà de fer des de la data de publicació de l'expedient a la Plataforma de Contractació, fins com a màxim la data de finalització de la presentació de les ofertes que dictaminin l'anunci de licitació.

Serà imprescindible fer la demostració i s'haurà d'acompanyar d'un comprovant signat amb la data que s'efectuï la demostració. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, **suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.**

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.

2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatària haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.
8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.

10. L'equipament en cessió d'ús haurà de ser amb nova tecnologia. (Les característiques estan referenciades al punt 3.1 Requeriments tècnics específics).

4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Segons es descriu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l'oferta completa constarà de 3 sobres: A, B i C. La documentació tècnica s'ha d'incorporar en el sobre B i l'oferta econòmica al sobre C. És molt important la correcta distribució de la documentació en els sobres correctes. Qualsevol error invalida la proposta i l'oferta no es podrà avaluar. En el cas que s'incloguin ofertes econòmiques al Sobre B, la licitadora quedarà exclosa.

Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta i haurà de ser per la totalitat dels articles de la licitació.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb totes les característiques i requisits definits en cada apartat del punt 3 **REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE** i del punt 4 **DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR** d'aquest plec. En el cas que alguna característica o requisit sol·licitat no es compleixi, l'oferta quedarà **EXCLOSA** i no s'obrirà el sobre C.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforma el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 17 i s.)**.

4.1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA. VALORABLE – MÀXIM 50 PUNTS

Per tal que el Servei de Cirurgia de l'IAS pugui valorar cadascuna de les ofertes que presentin les licitadores, **és necessari que la licitadora presenti els següents documents enumerats i anomenats tal i com s'indica a continuació**:

- 1- **FITXES TÈCNIQUES** amb les característiques de cada article ofert i els requeriments tècnics específics remarcats.
- 2- **MILLORES TÈCNIQUES** valorables als criteris de judici de valor. Caldrà especificar de manera clara i detallada quines millores s'ofereixen.
- 3- **CERTIFICAT DEL MARCATGE CE** en la classe i modalitat pertinents d'aquells articles als quals els resulti exigible, d'acord amb la Directiva 93/42/EEC o Reglament EU 2017/745.
4. **COMPROVANT** signat per l'IAS i amb data, de la demostració efectuada.

Tots els requeriments tècnics específics han de ser perfectament identificables a les fitxes tècniques i a poder ser remarcats amb color.

Tota la documentació tècnica presentada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades.

En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica amb la suficient qualitat d'informació, i/o la forma de presentació no sigui la sol·licitada, no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.

4.3 OFERTA ECONÒMICA

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 50 PUNTS.

La licitadora ha de presentar al SOBRE C, en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 17 i s.)**, degudament signada.

- **Proposta econòmica.** (màxim 45 punts).
- **Ràpel.** (màxim 5 punts).

5 CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ

5.1 CRITERIS DE JUDICI DE VALOR: MÀXIM 50 PUNTS

La valoració dels punts es farà per lots i en funció dels següents criteris:

LOT 1 – ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA

Criteri 1: FACILITAT D'ÚS – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la facilitat d'ús del producte amb l'avaluació de diversos aspectes com ara la visibilitat de la punta sota l'ecògraf, l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

Criteri 2: ADAPTABILITAT – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà d'adaptabilitat i la capacitat del producte per ajustar-se a les necessitats globals del servei especialment la flexibilitat en anatomies més tortuoses.

Criteri 3: ERGONOMIA – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà l'ergonomia del producte tenint en compte diversos aspectes relacionats amb el seu disseny i ús, amb l'objectiu d'assegurar que sigui còmode i eficient per a les persones que l'utilitzen.

Criteri 4: FUNCIONALITAT – MÀXIM 10 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la funcionalitat i l'efectivitat del producte per tal que compleixi amb els requisits i especificacions definides de manera efectiva i eficient.

Criteri 5: ALTRES MILLORES – MÀXIM 2,5 PUNTS

Es valorarà qualsevol aspecte que suposi una millora tècnica i no estigui inclosa en cap altre criteri dels anteriorment esmentats, sense que aquesta pugui alterar la naturalesa objecte del contracte.

Caldrà especificar de manera clara i detallada quines millores s'ofereixen. **Caldrà presentar al sobre B les millores que s'ofereixen. La no presentació de millores implicarà una valoració de 0 punts d'aquest criteri.**

LOT 2 – ESCLEROTERÀPIA AMB MICROESPUMA

Criteri 1: FACILITAT D'ÚS – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la facilitat d'ús del producte amb l'avaluació de diversos aspectes com ara l'accessibilitat, la comoditat i l'eficiència de la interacció tant pel personal assistencial com pel pacient, amb la finalitat d'aconseguir l'objectiu concret.

Criteri 2: ADAPTABILITAT – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà d'adaptabilitat i la capacitat del producte per ajustar-se a les necessitats globals del servei.

Criteri 3: ERGONOMIA – MÀXIM 12,5 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà l'ergonomia del producte tenint en compte diversos aspectes relacionats amb el seu disseny i ús, amb l'objectiu d'assegurar que sigui còmode i eficient per a les persones que l'utilitzen.

Criteri 4: FUNCIONALITAT – MÀXIM 10 PUNTS

En aquest apartat, la unitat tècnica valorarà la funcionalitat i l'efectivitat del producte per tal que compleixi amb els requisits i especificacions definides de manera efectiva i eficient.

Criteri 5: ALTRES MILLORES – MÀXIM 2,5 PUNTS

Es valorarà qualsevol aspecte que suposi una millora tècnica i no estigui inclosa en cap altre criteri dels anteriorment esmentats, sense que aquesta pugui alterar la naturalesa objecte del contracte.

Caldrà especificar de manera clara i detallada quines millores s'ofereixen. Caldrà presentar al sobre B les millores que s'ofereixen. La no presentació de millores implicarà una valoració de 0 punts d'aquest criteri.

Les propostes es valoraran segons els criteris de la "Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica" de la Direcció General de Contracció Pública de la Generalitat de Catalunya.

S'aplicaran els criteris descrits en aquest apartat i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Segons l'article 3 d'aquesta directriu, s'aplicarà un llindar mínim en aquest apartat del **80% de cada criteri** de manera que existeixen dues opcions possibles respecte la funció d'aquest llindar segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).

- **Opció 1** - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
- **Opció 2** - Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes amb la fórmula anterior i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació. L'efecte d'aquest llindar és aplicar una o altre de les opcions anteriors, en funció de si alguna oferta o cap superen aquest llindar.

5.2 CRITERIS AUTOMÀTICS. MÀXIM 50 PUNTS

Proposta econòmica i ràpel (**ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 17 i s.)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1.PREU DE L'OBJECTE (FINS A 45 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **45 punts**.

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,45**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe)*5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell. L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista haurà de garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1082 - susanna.payet.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat: Vicens Lloret Alba
Cap de Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 10 de novembre de 2023

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA I RÀPEL

Nom licitadora: _____

Adreça de correu electrònic concursos: _____

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (TRES anualitats) de:.....€ (xifra en lletres
i en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel sobre el total de la facturació.....%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL - 12 MESOS	PREU UNITARI	TOTAL SENSE IVA	% IVA	TOTAL AMB IVA
LOT 1 - ABLACIÓ PER RADIOFREQUÈNCIA							
1	54581	CATÈTER ABLACIÓ 7FrX100CM	20				
	54582	CATÈTER ABLACIÓ 7FrX70CM	80				
	54583	KIT ABLACIÓ RADIOFREQUÈNCIA	100				
	0	GENERADOR RADIOFREQUÈNCIA	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
	0	BOMBA DE TUMESCÈNCIA	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
TOTAL LOT 1					0,00 €		0,00 €
LOT 2 - ESCLEROTERÀPIA AMB MICROESPUMA							
2	54584	CÀPSULA AGITADORA 10ML	200				
	54585	CÀPSULA AGITADORA 15ML	100				
	0	AGITADOR MAGNÈTIC	1	CESSIÓ	0,00 €		0,00 €
TOTAL LOT 2					0,00 €		0,00 €

Referència de l'equipament ofert en cessió d'ús:

LOT	EQUIP	REFERÈNCIA OFERTA EN CESSIÓ ÚS
1	GENERADOR RADIOFREQUÈNCIA	
	BOMBA DE TUMESCÈNCIA	

LOT	EQUIP	REFERÈNCIA OFERTA EN CESSIÓ ÚS
2	AGITADOR MAGNÈTIC	