



**Consorci
Sanitari
Integral**

**Subministrament de sutures mecàniques pel sistema
Coupler d'anastomosi venosa i arterial pel Complex Hospitalari Moises
Broggi del Consorci Sanitari Integral**

EXPEDIENT CSI2023093S

(IMP-SC-006)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

INDEX

Objecte de la licitació	3
Condicions d'execució del contracte	4
Previsions de consums	6
Garantia de subministrament	7
Compliment de la normativa vigent	7
Mostres i demostracions	8

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

OBJECTE DE LA LICITACIÓ

L'objecte del present plec és la descripció de les característiques tècniques i funcionals de les sutures mecàniques pel sistema Coupler d'anastomosi venosa i arterial pel Complex Hospitalari Moises Broggi del Consorci Sanitari Integral

LOT	Codi material	Descripció material	QUANTITAT anual
UNIC	DIFERENTS CODIS	SUTURA MECÀNICA PER SISTEMA COUPLER D'ANATOMOSI VENOSA I ARTERIAL	45

Les referències adjudicades podran ser sol·licitades per qualsevol dels centres del Consorci Sanitari Integral. Aquestes possibles sol·licituds s'inclouen dins del marc d'aquest contracte i, per tant, seran d'obligat compliment per a l'adjudicatari.

Aspectes tècnics

- Les característiques tècniques del material objecte de la licitació són les exposades a l'Annex tècnic (annex 2) i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors hauran **d'especificar obligatòriament les dades tècniques sol·licitades a l'Annex Tècnic** i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica, en format PDF i EXCEL, a més d'acreditar-les documentalment.
- L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar únicament en català o castellà, en format digital i ha de constar com a mínim:
 - ✓ Fitxa tècnica descriptiva de les característiques tècniques i referències de les diferents mides
 - ✓ Foto/Dibuix del producte
 - ✓ Descripció de l'embalatge: unitat de consum i quantitat d'unitats per embalatge
 - ✓ Certificats que acreditin el marcat CE, segons normativa vigent.
 - ✓ Qualsevol altre acreditació requerida a l'Annex 3 Criteris objectius tècnics.

En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la documentació tècnica.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

La no explicitació dels valors d'aquests paràmetres ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades, es podran incorporar en el mateix procés de contractació al mateix preu adjudicat, sempre que comportin un interès d'ús o servei, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.

Es mantindran les mateixes condicions de la seva oferta tècnica i econòmica per a tots els centres del Consorci Sanitari Integral.

Condicions d'execució del contracte

- 1- No s'acceptaran comandes mínimes superiors a 60,00.- Euros.
- 2- Les dades corresponents al departament de logística, el qual s'encarregarà de l'enviament de les comandes són, telèfon 935531208 i fax 935531224.
- 3- El termini de lliurament ordinari màxim és de 72 hores i l'urgent és de 24 hores màxim des de la recepció de la comanda.

En cas de desviament, tant en data com en quantitat, respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb la màxima d'antelació possible al departament de logística.

Els centres logístics de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altre adreça, seran:

Hospital General de l'Hospitalet
Magatzem general
Av. Ramon Solanich, s/n
08906 L'Hospitalet de Llobregat

Hospital Dos de Maig
Magatzem general
C/ Dos de Maig, 301 cantonada amb Còrsega
08035 Barcelona

Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Magatzem general
Sant Martí de l'Erm, s/n
08970 Sant Joan Despí

Els horaris de recepció de material són de 8:30 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres. No s'acceptaran lliuraments fora d'aquest horari ni d'aquests centres logístics.

- 4- El lliurament de cada entrega de material, parcial o total, s'haurà de lliurar amb el corresponent albarà valorat, original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari. I la còpia pel proveïdor amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN".

A l'albarà hauran de constar les següents dades:

Número de comanda
Número d'expedient
Codi d'article
Referència del producte segons proveïdor
Número d'unitats

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

- 5- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Tots els ports són a càrrec de l'adjudicatari sense cap cost per al Consorci Sanitari Integral.
- 6- Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec de l'adjudicatari.
- 7- El lliurament no s'entén realitzat fins el total subministrament en el termini i lloc indicats a la comanda.
- 8- No s'acceptaran els lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptaran lliuraments de més unitats que les sol·licitades a la comanda si excedeixen del preu adjudicat.
- 9- L'empresa licitadora es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional.
- 10- Per els productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.

- 11- L'adjudicatari està obligat a prestar assessorament tècnic i assistencial necessari per l'ús dels productes adjudicats.
- 12- Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers el Consorci Sanitari Integral, es preveu la posada en marxa d'indicadors d'avaluació de la gestió dels proveïdors. Es consensuaran objectius i es revisarà la consecució dels mateixos. Els proveïdors que no arribin als objectius, hauran de presentar les accions correctores per redreçar la situació.
- 13- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei per al pacient i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- 14- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- 15- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure nous bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Previsions de consums

D'acord amb la naturalesa d'aquesta contractació, les necessitats que s'especifiquen a l'Annex econòmic són estimatives i no vinculants. Aquesta estimació està realitzada sobre un únic exercici natural.

Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats dels Centres del Consorci Sanitari Integral, en funció de la contractació anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut. Per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de l'adjudicatari.

Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat del subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Així mateix, es compromet a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el supòsit de trencament d'estoc o incidència en el subministrament:

- ✓ S'haurà de comunicar per escrit al departament de compres amb una antelació mínima de 48 hores. La no comunicació en aquest termini constituirà una falta lleu i la reiteració de tres faltes lleus serà considerada falta greu.
- ✓ Si disposen de producte alternatiu de característiques iguals o superiors a l'adjudicat i amb el mateix preu s'haurà de comunicar al departament de compres per a comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels destinataris.
- ✓ En el supòsit de falta d'alternativa al mercat espanyol, l'empresa adjudicatària s'encarregarà de fer les gestions a altres mercats per garantir els subministrament amb les condicions pactades.
- ✓ Si l'alternativa presentada no és equivalent o no s'ha presentat cap alternativa, el departament de compres prendrà les mesures oportunes per garantir el subministrament.
- ✓ L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament la despesa generada per la compra a altres empreses del material alternatiu.

Compliment de la normativa vigent

El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material i ho haurà de justificar mitjançant els certificats oportuns expedits per organismes oficials.

En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MECÀNIQUES PEL SISTEMA COUPLER D'ANASTOMOSI VENOSA I ARTERIAL PER AL COMPLEX HOSPITALARI MOISES BROGGI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

Mostres/ Demostracions

No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta.

El Consorci Sanitari Integral demanarà mostres del material en el cas que el Servei de cirurgia plàstica ho consideri oportú, per poder valorar que el material ofert, compleix amb tots els requeriments sol·licitats.

Aquesta sol·licitud es farà des del departament de Logística mitjançant un correu electrònic en el qual es demanarà la quantitat a lliurar i el lloc de lliurament, en un període no superior a 5 dies naturals.

Les mostres s'hauran de presentar en una caixa/sobre etiquetada amb número de l'expedient, codi del producte, la identificació de l'empresa i referència presentada i identificant-la com a MOSTRES. La caixa/sobre haurà d'anar **acompanyada de dos albarans a la part exterior** amb la informació del contingut dels materials que s'entreguen.

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats.

Amb les mostres presentades, el Consorci Sanitari Integral es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.

La qualitat i característiques de les mostres són vinculants per al licitador durant tota la vigència del contracte. En conseqüència, serà causa de resolució la disminució de la qualitat o alteració de les seves característiques respecte a la mostra presentada.

Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.

El no lliurament de les mostres sol·licitades, tant en quantitat, forma o en termini, serà causa d'exclusió, sense cap més requeriment.