

INFORME DE VALORACIÓ I REVISIÓ DELS ASPECTES AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR DE LA LICITACIÓ: “SUBMINISTRAMENT DE RIELLS NECESSARIS PER A L’EDIFICI B2 DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’HOSPITAL DEL MAR”

(EXPEDIENT 266-2023-SU-PO)

SOBRE NÚM. 2

ÍNDEX

1 OBJECTE DE L'INFORME.	3
2 REDACCIÓ DE L'INFORME.....	3
3 ANTECEDENTS I CONCURRÈNCIA.	3
4 VALORACIÓ DE LES OFERTES.	4
4.1. Metodologia de treball.	5
4.2 AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES.....	8
4.2.1 PROJECTE DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI (5 PUNTS)	8
4.2.2. SERVEI POST VENDA (5 PUNTS)	8
4.2.3 VALORACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS (35 PUNTS)	9
5 REGULARITZACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR .	13
6 CONCLUSIONS.....	15

1 OBJECTE DE L'INFORME.

L'objecte del present informe és valorar l'adequació de les propostes presentades en el Sobre número 2 pels licitadors, dins el marc de la licitació pública amb número d'expedient 266/2023-SU-PO, que respon a la necessitat de la "CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RIELLS NECESSÀRIS PER A L'EDIFICI B2 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL DEL MAR".

2 REDACCIÓ DE L'INFORME

El present informe ha estat redactat pel Departament de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

3 ANTECEDENTS I CONCURRÈNCIA.

Prèvia validació pel Servei de Contractació, segons consta en l'acta corresponent de la documentació aportada en el Sobre núm.1, es conclou que els licitadors admesos són els següents:

- S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. (en endavant, CARBUROS METÁLICOS)
- DPS HEALTHCARE SOLUTIONS, S.L. (en endavant, DPS)

En relació amb la informació sol·licitada en el Sobre número 2, s'ha procedit a la revisió de requeriments bàsics de compliment obligatori, basant-se en la documentació aportada per cadascun dels licitadors d'acord amb tot allò establert al PPT.

Després de verificar tant l'abast de la documentació presentada com els requisits tècnics mínims sol·licitats als plecs de licitació esmentats, es constaten els següents fets:

CARBUROS METÁLICOS:

D'acord amb el **capítol 5 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'EQUIPAMENT** del PPT, les fitxes d'especificacions tècniques mínimes inclouen la descripció del 'equip:

*"La **fitxa d'especificacions tècniques mínimes** inclou la descripció de l'equip i les especificacions tècniques i funcionals classificades i enumerades per apartats. Dins de cadascun dels apartats de la fitxa es detallen **les característiques d'obligat compliment**. S'haurà d'indicar el document aportat on es justifica la característica sol·licitada i la pàgina de l'oferta del licitador (memòria tècnica, catàleg, manual,...) on queda degudament justificada la característica tècnica o funcional que es sol·licita."*

Una vegada comprovades les fitxes d'especificacions tècniques mínimes o criteris mínims aportades per CARBUROS METÁLICOS, l'equip presentat **4290110300 CONJUNT RIELL DOBLE SOSTRE** no compleix amb la totalitat de les especificacions tècniques mínimes requerides. En concret, detallem allò que es demana com a característica mínima i la proposta del licitador:

- **Apartat 1.1 DEFINICIÓ: Sistema de riell doble de sostre format per dos riells**, suport per a bombes d'infusió i suport portasèrums.

L'equip presentat per CARBUROS METÁLICOS és un únic riell.

- **CARACTERÍSTICA 1: Carrusel de doble posicionament amb suport per a bombes d'infusió i suport portasèrums, instal·lat a sostre.**

L'equip presentat per CARBUROS METÁLICOS no permet el doble posicionament ja que el suport de bombes es desplaça en un únic eix (en aquest cas, seria en relació a l'ample del llit -a banda i banda del llit- i no permet posicionar-se al llarg del llit -de cap a peus).

- **CARACTERÍSTICA 2: Construït en alumini anoditzat, perfil de 57x47x5 mm aprox.**

L'equip presentat per CARBUROS METÁLICOS està construït en acer inoxidable AISI 304 i tub rodó.

- **CARACTERÍSTICA 3: Cada un dels dos eixos de suport amb 4 rodaments fabricats en nylon**

L'equip presentat per CARBUROS METÁLICOS no té dos eixos i l'únic eix de suport no disposa de rodaments pel lliscament del suport per a bombes d'infusió i portasèrums.

- **CARACTERÍSTICA 4: Amb sistema de fre central integrat en el suport, tapa final i topall final pel riell de sostre a cada sistema de suport d'infusió.**

L'equip presentat per CARBUROS METÁLICOS no disposa de fre central integrat en el suport.

Per tant, per l'incompliment en el Sistema de riell de l'equip sol·licitat (apartat 1.1 definició), així com de 4 de les 11 característiques mínimes d'obligat compliment descrites anteriorment d'acord amb la fitxa de criteris mínims publicada (EQUIP 4290110300 CONJUNT RIELL DOBLE DE SOSTRE), es considera motiu d'exclusió d'aquest licitador.

DPS:

Aquest licitador aporta correctament tota la documentació sol·licitada.

Es verifica que segons aquesta documentació tots els equips que ha presentat a la licitació compleixen amb tots els requeriments mínims d'obligat compliment.

Es conclou així que aquest licitador és apte per seguir dins del procediment de licitació.

CONCLUSIONS

Atès el resultat de les comprovacions de la documentació presentada d'acord amb els requeriments bàsics i d'obligat compliment, exigits al plec de prescripcions tècniques i als seus annexos de les propostes presentades, es conclou el següent:

- CARBUROS METÁLICOS: es proposa la seva exclusió de la licitació per incompliment de les característiques tècniques d'obligat compliment de l'equip 4290110300 CONJUNT RIELL DOBLE SOSTRE, tal com s'indica a l'Annex 4 del PCAP.
- DPS: prossegueix amb el procediment de licitació i es procedeix a demanar-li les mostres.

A continuació, en funció de la documentació que ha presentat, es valorarà i puntuarà la proposta del licitador acceptat en base a aplicar els criteris subjectes de judici de valor.

4 VALORACIÓ DE LES OFERTES.

4.1. Metodologia de treball.

Ja feta prèviament la revisió dels aspectes i característiques d'obligat compliment analitzant les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), es procedeix amb la revisió i valoració dels criteris d'adjudicació, descrits a l'Annex 4 del PCAP:

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR: 45,00 PUNTS

Es podran obtenir de **0 a 45 punts**.

1. PROJECTE DE TREBALL i ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT, 5 punts

Els licitadors han de presentar una memòria descriptiva del projecte de treball, organització i gestió del servei del subministrament, aportant una descripció completa i detallada de la planificació i de la metodologia del lliurament i muntatge dels productes.

Es puntuarà comparativament entre els licitadors a partir de la documentació aportada.

2. SERVEI POST-VENTA, 5 punts.

La millor puntuació l'obtindrà l'oferta que presenti una descripció més clara i detallada. Per comparació inversament proporcional es farà l'assignació de punts de la resta de propostes.

Es descriurà el programa de manteniment que l'empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.

Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigits a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.

3. RESPECTE EL CONJUNT D'EQUIPAMENT MOSTRA: 35 punts:

EQUIP 1650010100 ML RIELL DE PARET

EQUIP 1650010114 PORTACATETERS ADAPTABLE A RIELL MURAL

EQUIP 4290110300 CONJUNT RIELL DOBLE DE SOSTRE

EQUIP 1650010106 PORTAOBJECTES ADAPTABLE A RIELL MURAL

EQUIP 1650010104 SAFATA ABATIBLE PER A RIELL MURAL

Respecte els criteris subjectes a judici de valor, s'haurà d'emplenar obligatòriament la fitxa de criteris mínims publicada en format Excel per a cada equip, si procedeix:

FITXA1_LOT_UNIC_MJ_CRITERIS_SUBJECTIUS_1650010100_1650010114_4290110300_1650010104_1650010106.

Criteris avaluables segons judicis de valor		Puntuació màxima
1	Valoració EETT del conjunt de l'equipament:	
1.1	Materials, fabricació i disseny. Es valorarà el tipus de material, disseny i acabat del conjunt dels equips que combini robustesa i durabilitat. Solució molt adequada de materials, disseny i fabricació: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adequada de materials, disseny i fabricació: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ Materials, disseny i fabricació no adequada: 0 punts	8
1.2	Adaptabilitat del disseny a noves configuracions, muntatge i desmuntatge Es valorarà que davant de canvi d'ubicacions o reajustament d'espais, que els equips es puguin reconfigurar, muntar i desmuntar fàcilment Solució molt adaptable: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Solució mitjanament adaptable: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ Solució no adaptable a reconfiguracions: 0 punts	8
1.3	Catàleg d'opcions Es valorarà la gamma d'accessoris i opcions d'elements complementaris del catàleg que es considerin adequats per la funcionalitat requerida dels equips en les diferents sales d'ús. Sistema amb àmplia gama d'elements accessoris i complementaris: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Sistema amb gama d'elements accessoris i complementaris de menor utilitat: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ Sistema amb gama d'elements accessoris i complementaris insuficients: 0 punts	2
	Valoració EETT del conjunt de l'equipament:	18
2	Valoració de la mostra del conjunt de l'equipament:	
2.1	Ergonomia Es valorarà la disposició dels riells de paret i de sostre dins l'espai de destí així com el disseny dels riells i del portacatèters, portaobjectes i safata, en relació a la salut laboral de l'usuari. Altes prestacions ergonòmiques i d'espai: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Prestacions ergonòmiques i d'espai suficients: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ Poques o deficientes prestacions ergonòmiques i d'espai: 0 punts	7
2.2	Sistema de muntatge i ús i seguretat Es valorarà la facilitat del sistema de muntatge i l'ús dels riells de paret i sostre, el portacatèters, portaobjectes i safata, i la seguretat de la instal·lació tant per a pacients com pel personal assistencial Sistema de muntatge, ús i instal·lació molt segur i sense riscos: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Sistema de muntatge, ús i instal·lació segur i sense riscos: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ Sistema de muntatge, ús i instal·lació amb riscos per la seguretat de l'usuari i del pacient: 0 punts	6
2.3	Facilitat de neteja Caldrà detallar els materials constructius i els protocols de neteja dels riells de paret i sostre, portacatèters, portaobjectes i safata. Es valorarà de forma positiva que estiguin fets de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris i que siguin fàcils de netejar i durables. Molt adequat: entre $> (0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat Mitjanament adequat: entre > 0 i $(0,5 \cdot \text{màxima puntuació de l'apartat})$ No adequat: 0 punts	4
	Valoració de la mostra:	17
Puntuació criteris subjectius sobre l'equip (documentació tècnica i mostra):		Puntuació màxima
Total Puntuació criteris subjectius sobre l'equip (documentació tècnica i mostra):		35

4.2 AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES

Avaluació de la proposta aportada pel licitador **DPS**.

El licitador ha aportat tota la documentació tècnica a presentar, descrita en el punt 14 del PPT.

4.2.1 PROJECTE DE TREBALL I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI (5 PUNTS)

Els licitadors han de presentar una memòria descriptiva del projecte de treball i organització del servei del subministrament, aportant una descripció completa i detallada de la planificació i de la metodologia del lliurament i muntatge dels productes.

Es puntuarà comparativament entre els licitadors a partir de la documentació aportada.

La memòria de la planificació del treball i l'organització del servei inclou tots els aspectes relacionats amb el subministrament i instal·lació amb detall i exactitud.

El cronograma s'estructura en les diferents fases d'execució: anàlisi de requeriments, fabricació, subministrament, preparació dels espais i instal·lació. D'acord amb els requeriments del PPT de no avançar informació corresponent al Sobre núm.3, no inclou dates ni número de dies.

S'inclou també la informació relacionada amb la retirada de residus generats i amb la formació de l'usuari basada en el lliurament de documentació explicativa i sessions de formació de 15', amb un calendari adaptat a les necessitats i disponibilitat del personal sanitari, tècnic i personal de neteja. Detalla també el contingut de la formació per grups d'usuaris.

Finalment inclou la informació referida als recursos físics i humans disponibles per a l'execució del contracte que es consideren òptims per l'objectiu de la instal·lació dels riells de tot l'Hospital.

Per tot el comentat, la proposta es considera molt completa, detallada i específica i amb un contingut coherent amb les necessitats del subministrament i així obté la valoració màxima de **5 PUNTS**.

4.2.2. SERVEI POST VENDA (5 PUNTS)

La millor puntuació l'obtindrà l'oferta que presenti una descripció més clara i detallada. Per comparació inversament proporcional es farà l'assignació de punts de la resta de propostes.

Es descriurà el programa de manteniment que l'empresa ofereix durant el període de garantia i un cop els equips estan fora de garantia: modalitats i característiques de cada una.

Es valorarà, comparativament entre totes les propostes presentades, el detall de les opcions de manteniment, incloent dades del servei tècnic i aspectes de conservació i reparació dels equips dirigides a minimitzar avaries i allargar la vida útil de l'equip.

La memòria del servei post-venda presentada descriu el servei de manera àmplia i detallada. Aporta informació en relació amb la gestió i atenció d'incidències, desglossada en Manteniment Correctiu, les Actuacions en cas d'avaries, lliurament de recanvis o components, Servei tècnic, Pla de manteniment preventiu i servei post-venda després de finalitzar el període de garantia.

Aporta la metodologia d'actuacions en cas d'avaries, detallant l'horari d'atenció de 8 a 20h els dies no festius i mitjançant contacte telefònic o per correu electrònic, recursos físics i humans per a l'atenció de l'Hospital. Els terminis d'atenció d'avaries es consideren acceptables (atenció màxim 23 hores, atenció presencial màxim 48h i reparació d'avaría màxim 7 dies). En cas de no resolució d'avaría, aportarà equip de substitució (DPS indica que disposarà d'estoc d'equips idèntics a les ofertes).

El Pla de manteniment preventiu detallat inclou 1 visita anual acordada amb els responsables de l'Hospital. Després del període de garantia, especifica manteniment preventiu i correctiu amb mà d'obra (no inclou recanvis).

La informació aportada és completa i conforme però no inclou aspectes específics de conservació i reparació tret de les actuacions de manteniment preventiu.

La proposta es considera molt completa, detallada i específica i per l'únic motiu indicat anteriorment se li ha rebaixat mínimament la puntuació i obté una valoració de **4,90 PUNTS** sobre un màxim de 5 PUNTS.

4.2.3 VALORACIÓ TÈCNICA DELS EQUIPS (35 PUNTS)

En aquest apartat es valoraran les especificacions tècniques (18 PUNTS) i es farà la valoració de la mostra de l'equip (17 PUNTS) d'acord a la fitxa publicada.

VALORACIÓ EETT DE L'EQUIP (18 PUNTS)

1.1 Materials, fabricació i disseny. (8 PUNTS)

Es valorarà el tipus de material, disseny i acabat del conjunt dels equips que combini robustesa i durabilitat.

*Solució molt adequada de materials, disseny i fabricació: entre $> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Solució mitjanament adequada de materials, disseny i fabricació: entre > 0 i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

Materials, disseny i fabricació no adequada: 0 punts

El material constructiu dels diferents elements és Acer inoxidable AISI 304, material robust, durable i apte per a espais hospitalaris. És un material que, pel cas de les cistelles, safates i d'altres, pot ser netejat en autoclaus.

Altres elements auxiliars com tapes/topalls són de plàstic i determinades peces i accessoris tenen components d'alumini.

La cistella portacatèters té la base reforçada per garantir la funcionalitat i durabilitat en el seu ús continuat. El disseny dels diferents elements no té cantells ni elements perillosos en el seu ús.

Per tot això, la proposta es considera una solució molt adequada i per tant, obté una puntuació de **8 PUNTS** sobre el màxim dels 8 PUNTS possibles.

2. Adaptabilitat del disseny a noves configuracions, muntatge i desmuntatge (8 PUNTS)

Es valorarà que davant de canvi d'ubicacions o reajustament d'espais, que els equips es puguin reconfigurar, muntar i desmuntar fàcilment.

*Solució molt adaptable: entre $> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Solució mitjanament adaptable: entre > 0 i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

Solució no adaptable a reconfiguracions: 0 punts

Els diferents elements es poden readaptar en diferents configuracions afegint elements de mides complementàries o traient elements i readaptant les funcionalitats d'acord amb l'activitat assistencial. El muntatge, per exemple, del riell, és senzill i ràpid i pot ser reubicat amb molta facilitat pel propi personal de manteniment de l'Hospital. Exactament igual, per exemple, si cal canviar un safata, una cistella o un portaobjectes.

Per presentar unes solucions molt adaptables a les necessitats assistencials, obté la puntuació màxima de **8 PUNTS**.

1.3 Catàleg d'opcions (2 PUNTS)

Es valorarà la gamma d'accessoris i opcions d'elements complementaris del catàleg que es considerin adequats per la funcionalitat requerida dels equips en les diferents sales d'ús.

*Sistema amb àmplia gama d'elements accessoris i complementaris: entre $> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Sistema amb gama d'elements accessoris i complementaris de menor utilitat: entre > 0 i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

Sistema amb gama d'elements accessoris i complementaris insuficients: 0 punts

Els diferents elements de la proposta formen part d'un catàleg ampli que dona versatilitat per si cal replantejar espais, ubicacions i necessitats. Les funcionalitats previstes en les característiques dels equips queden cobertes amb els equips presentats i poden ser complementades amb el ventall d'opcions i accessoris possibles.

Per presentar un sistema amb una àmplia gamma d'accessoris i complements, la puntuació és **de 2 PUNTS** sobre el màxim de 2 PUNTS possibles.

VALORACIÓ DE LA MOSTRA DE L'EQUIP (17 PUNTS)

La valoració de la mostra ha estat efectuada pel personal assistencial i responsables del Hospital del Mar.

2.1. Ergonomia (7 PUNTS)

Es valorarà la disposició dels riells de paret i de sostre dins l'espai de destí així com el disseny dels riells i del portacatèters, portaobjectes i safata, en relació a la salut laboral de l'usuari..

*Altes prestacions ergonòmiques i d'espai: entre $> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Prestacions ergonòmiques i d'espai suficients: entre > 0 i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

Poques o deficientes prestacions ergonòmiques i d'espai: 0 punts

La disposició dels riells de paret i de sostre dins l'espai de destí, bàsicament boxos i consultes, és perfectament compatible amb el treball assistencial en aquests espais. Facilita el treball per la disposició dels riells i els seus accessoris.

Ahora, el disseny dels diferents riells, cistelles, portacatèters, portaobjectes i safates garanteix la seguretat dels usuaris durant l'acte mèdic, facilitant la feina dels professionals del CMPSB i evitant així riscos laborals.

Per tant, en aquest criteri, el licitador obté la màxima puntuació de **7 PUNTS**.

2.2. Sistema de muntatge i ús i seguretat (6 PUNTS)

Es valorarà la facilitat del sistema de muntatge i l'ús dels riells de paret i sostre, el portacatèters, portaobjectes i safata, i la seguretat de la instal·lació tant per a pacients com pel personal assistencial.

*Sistema de muntatge, ús i instal·lació molt segur i sense riscos: entre $> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Sistema de muntatge, ús i instal·lació segur i sense riscos: entre > 0 i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

Sistema de muntatge, ús i instal·lació amb riscos per la seguretat de l'usuari i del pacient: 0 punts

El sistema de muntatge dels riells és senzill i ràpid i s'adapta a l'espai de destí on cal ubicar-lo. La col·locació dels diferents accessoris (safates, cistelles, portacatèters,...) està preparada per subjecció ràpida i segura.

Una vegada instal·lats i col·locats al lloc d'ús, la seguretat pel personal i del pacient queda completament garantida. Per tant, en aquest criteri, el licitador obté la puntuació màxima de **6 PUNTS**.

2.3. Facilitat de neteja (4 PUNTS)

Caldrà detallar els materials constructius i els protocols de neteja dels riells de paret i sostre, portacatèters, portaobjectes i safata..

Es valorarà de forma positiva aquells equips que estiguin fets de materials higiènics, aptes per espais hospitalaris, que siguin fàcils de netejar i durables.

*Molt adequat: entre $--> (0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$ i màxima puntuació de l'apartat*

*Mitjanament adequat: entre $--> 0$ i $(0,5 * \text{màxima puntuació de l'apartat})$*

No adequat: 0 punts

Els materials constructius (acer inox, plàstic i alumini) són aptes per a entorns hospitalaris. Les superfícies són molt fàcils de netejar i resistent als desinfectants usats en entorns hospitalaris. Les cistelles i portacatèters es poden netejar en autoclaus. La puntuació és del total dels **4 PUNTS**.

A la taula següent es mostra el resum de les puntuacions obtingudes per a cada criteri.

1650010100 1650010114 4290110300 1650010106 1650010104	ML RIELL DE PARET PORTACATETERS ADAPTABLE A RIELL MURAL CONJUNT RIELL DOBLE DE SOSTRE PORTAOBJECTES ADAPTABLE A RIELL MURAL SAFATA ABATIBLE PER A RIELL MURAL		
			DPS
Criteris avaluables segons judicis de valor		Puntuació màxima	PUNTUACIÓ INICIAL
	Projecte de treball i organització del servei del subministrament:	5	5,00
	Servei post-venda	5	4,90
1	Valoració EETT dels equips:	-	-
1.1	Materials, fabricació i disseny.	8	8,00
1.2	Adaptabilitat del disseny a noves configuracions, muntatge i desmuntatge	8	8,00
1.3	Catàleg d'opcions	2	2,00
	Valoració EETT dels equips:	18	18,00
2	Valoració de la mostra de l'equip:	-	-
2.1	Ergonomia	7	7,00
2.2	Sistema de muntatge i ús i seguretat	6	6,00
2.3	Facilitat de neteja	4	4,00
	Valoració de la mostra	17	17,00
Puntuació valoració Subjectiva		Puntuació màxima	PUNTUACIÓ INICIAL
Total Puntuació Subjectiva		45	44,90

5 REGULARITZACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A JUDICIS DE VALOR

Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluable segons judici de valor, en els termes que s'indica posteriorment, considerant que per aquesta licitació, l'òrgan de contractació estableix que els licitadors han d'assolir un llindar mínim del 70% de la puntuació per a cada criteri a valorar:

1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.

2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconseguixi una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació final de l'oferta a puntuar

P = Puntuació del criteri que es valora

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'oferta que es puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta millor valorada

2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconseguixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).

2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconseguixin inicialment una puntuació igual o superior al 70% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d'ordenació de puntuacions).

3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran propostes amb **qualitat tècnica inacceptable**, i per tant, seran excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 65% de la puntuació total dels criteris avaluable segons judicis de valor (és a dir, menys de 29,25 punts sobre els 45 totals possibles).

Un cop aplicada la fórmula de la Directriu, en els criteris que correspon, la puntuació definitiva de la proposta queda reflectida en la següent taula:

1650010100 1650010114 4290110300 1650010104 1650010106	ML RIELL DE PARET PORTACATETERS ADAPTABLE A RIELL MURAL CONJUNT RIELL DOBLE DE SOSTRE SAFATA ABATIBLE PER A RIELL MURAL PORTAOBJECTES ADAPTABLE A RIELL MURAL			
			DPS	
Criteris avaluables segons judicis de valor		Puntuació màxima	PUNTUACIÓ INICIAL	PUNTUACIÓ FINAL
	Projecte de treball i organització del servei del subministrament:	5,00	5,00	5,00
	Servei post-venda	5,00	4,90	5,00
1	Valoració EETT dels equips:	-	-	-
1.1	Materials, fabricació i disseny.	8,00	8,00	8,00
1.2	Adaptabilitat del disseny a noves configuracions, muntatge i desmuntatge	8,00	8,00	8,00
1.3	Catàleg d'opcions	2,00	2,00	2,00
	Valoració EETT dels equips:	18,00	18,00	18,00
2	Valoració de la mostra de l'equip:	-	-	-
2.1	Ergonomia	7,00	7,00	7,00
2.2	Sistema de muntatge i ús i seguretat	6,00	6,00	6,00
2.3	Facilitat de neteja	4,00	4,00	4,00
	Valoració de la mostra	17,00	17,00	17,00
Puntuació valoració Subjectiva		Puntuació màxima	PUNTUACIÓ INICIAL	PUNTUACIÓ FINAL
Total Puntuació Subjectiva		45,000	44,90	45,00

6 CONCLUSIONS

Atès la valoració de les propostes presentades i la puntuació obtinguda una vegada aplicada la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya per a la valoració dels criteris avaluable segons judici de valor, es conclou i s'informa que:

- La proposta tècnica de l'empresa S.E. DE CARBUROS METÁLICOS, S.A. per l'incompliment de les característiques tècniques d'obligat compliment exigides al PPT i als seus annexos, tal com s'indica a l'Annex 4 del PCAP, es proposa la seva exclusió de la licitació.
- La proposta tècnica presentada per l'empresa DPS HEALTHCARE SOLUTIONS, S.L. és adequada i ajustada als criteris establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.
- Derivat de l'anàlisi de la proposta tècnica acceptada i de les mostres aportades i, aplicant els criteris avaluable segons judici de valor i seva la ponderació, aquesta proposta ha obtingut la següent puntuació:

• **DPS HEALTHCARE SOLUTIONS, S.L. 45,00 punts**

- Tal com indica l'Annex 4 del PCAP i per tal de poder ser admesos a l'obertura del Sobre número 3, la puntuació ha de ser com a mínim el 65% de la puntuació total dels criteris (65% de 45 punts = 29,25 punts). L'empresa DPS HEALTHCARE SOLUTIONS, S.L. supera el llindar establert i es considera, per tant, una proposta de qualitat tècnica acceptable i admesa per a l'obertura del Sobre núm. 3

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Elisabet Izquierdo Asensio
Directora de Serveis Generals i Infraestructures CMPSB