

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'Acord Marc amb un únic proveïdor per a la contractació en procediment obert de "Subministrament de material fungible per la humidificació en ventilació invasiva i no invasiva d'us hospitalari" amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Expedient 2023-145

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT

L'objecte d'aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament de material fungible per la humidificació durant la ventilació invasiva i no invasiva de les vies aèries en pacients adults i nonats, d'us hospitalari amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona" (en endavant l'HCB).

Amb la execució del present contracte es pretén dotar als professionals sanitaris del material més adient per tal d'atendre les necessitats i garantir amb seguretat el tractament més adequat a les necessitats de cada pacient d'aquest hospital.

Les quantitats d'unitats que figuren a l'annex ACO3 del Plec de Clàusules administratives Particulars (en endavant PCAP), s'han calculat d'acord amb un càlcul estimatiu dels consums de l'HCB durant el període que es contracta. Es per això que aquestes quantitats poden ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats. L'HCB no resta obligat a garantir les unitats estimades.

El contracte consta de 3 lots, 6 articles corresponents als diferents productes a subministrar, segons consta l'annex ACO1 del present PPT. Els licitadors hauran de presentar oferta per a la totalitat de lot.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS

Els requeriments tècnics mínims dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Durant el transcurs del contracte, està previst que l'HCB adopti la implementació de la plataforma EDI (intercanvi electrònic de dades). Arribat el moment de la referida implementació, l'adjudicatari s'haurà d'adaptar-se a aquest canvi, i per tant, de disposar de les eines necessàries per tal de fer efectiu la correcta execució de la plataforma EDI entre l'adjudicatari i l'HCB.

Els requeriments tècnics dels articles licitats són els descrits a l'annex ACO1 del Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT).

Juntament amb els requeriments tècnics descrits a l'annex ACO1 del PPT, els licitadors hauran de complir amb les següents obligacions:

2.1 Certificats i normatives

Els productes sanitaris objectes del contracte hauran de complir amb la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat. Per aquest motiu, el licitador haurà de presentar en el **sobre de l'oferta que correspongui** una declaració conforme tots els productes estan etiquetats d'acord amb el contingut previst en el RD 192/2023, de 21 de març, pel qual es regulen els productes sanitaris.

D'altra banda, els productes sanitaris objecte del contracte han de complir amb la normativa de la marca CE, "*Conformité Européenne*" que es recolza en la Directiva europea 93/68/CEE. Això implica que els licitadors han d'aportar en el **sobre de l'oferta que correspongui** el marcatge CE i el certificat de l'organisme notificador. No obstant això, en el cas dels productes sanitaris Classe I no estèrils, serà suficient presentar la declaració de conformitat (DC) en el **sobre de l'oferta que correspongui**. Així mateix, els licitadors han de complir tota aquella normativa nacional, comunitària o internacional vigent que se'ls pugui aplicar.

Així mateix, es necessari aportar en el **sobre de l'oferta que correspongui** la certificació del producte lliure de làtex i/o DEHP en aquells productes que així es requereixi a l'annex ACO1 del PPT.

Quedaran excloses les propostes que no aportin els certificats i normatives reglamentaris que s'esmenten en aquest apartat, d'acord amb l'apartat 2.B del quadre de característiques del PCAP.

Totes les normatives i certificats hauran de presentar-se en castellà i/o català.

2.2 Formació

La empresa adjudicatària haurà de formar a tot personal de l'HCB per a l'ús correcte dels productes subministrats, tant a l'inici del contracte com de forma contínua durant la vigència del contracte, així mateix l'adjudicatari haurà de lliurar un manual d'usuari amb instruccions d'utilització, preferiblement en català o bé en castellà.

Pla de formació

El pla de formació te que constar de:

- ✓ Formació de tot el personal de l'HCB durant tots els torns (Matí, Tarda ,Nit i caps de setmana).
- ✓ El pla formatiu ha de ser al inici del contracte i ha de ser impartit per el personal suficient per que en una setmana estigui correctament format tot el personal del hospital.
- ✓ Formació continuada, basada amb les necessitats i disponibilitat del personal que ho requereixi.
- ✓ Aportació de material, manual d'instruccions i guies rapides de maneig o protocol d'utilització del material, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

3. FITXA TÈCNICA

A la fixa tècnica hauran de reflectir-se tots els extrems/requeriments tècnics que es detallen a l'Annex ACO1 del PPT per cadascun dels productes/lots als quals es licita.

Per a més aclariment al respecte, haurà de constar, com a mínim i amb caràcter essencial la següent informació:

- Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
- Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
- Marca comercial de l'article.
- Descripció de les característiques bàsiques del producte.
- Descripció de la composició del producte.
- Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
- Certificació de lliure de làtex, DEHP si escau i es requereix segons annex ACO1 del PPT.
- Fotografia, que identifiqui amb claredat el producte, es a dir, que la imatge sigui nítida, no es valoraran si porten dibuix
- Mesures del embalatge del producte, com la llargada i amplada.
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Codi EAN y nacional, si aplica

En cas de que la fitxa tècnica no compleixi els extrems descrits en el present apartat del PPT i, per tant, no es pugui verificar el compliment de la descripció tècnica del producte en qüestió, l'empresa quedarà exclosa del procediment de licitació respecte al lot o producte presentat.

4. CADUCITAT DELS MATERIALS

Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 50% de la vida útil del material, ni inferiors als 60 dies. En aquells materials on la vida útil dels quals sigui inferior als 60 dies no es lliuraran materials amb caducitats inferiors al 75% de la vida útil.

Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat patís evolució tecnològica, o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.

Tots els productes oferts hauran d'acomplir amb els requeriments tècnics i de qualitat expressament exigits per la normativa Nacional i Internacional.

En les ofertes tècniques hauran de constar totes les referències i mesures de cada un dels articles que componen el lot al qual es licita.

5. IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS

Tots els productes es presentaran envasats individualment i estèrils si es requereix. El incompliment de aquest apartat podria ser motiu d'exclusió. En l'envàs te que constar dades essencials en català o castellà en una part visible de forma que permeti una fàcil i ràpida visualització de les mateixes:

- Identificació de l'empresa
- Referència comercial
- Dades necessàries per identificar el producte i contingut
- Marca CE i numero del organisme notificat, si aplica
- N° de lot
- Data de caducitat
- Identificació de material d'un sol ús, si aplica
- Condicions específiques de emmagatzemen i conservació
- Mètode d'esterilització, si aplica
- Lliure de làtex, DEHP si aplica

6. CONDICIONS LOGÍSTIQUES DELS LLIURAMENTS DE MATERIALS AL MAGATZEM GENERAL DE L' HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA.

6.1 Lloc i horari de lliurament

El Magatzem General de l'Hospital Clínic de Barcelona està ubicat al carrer Ignasi Iglesias, nº. 13, Nau nº 9 de Cornellà de Llobregat, 08940 - Barcelona.

En cas d'un canvi d'ubicació del magatzem, es comunicaria prèviament amb la deguda antelació i es mantindrien totes les condicions que és relacionen en aquest document.

La recepció de materials al magatzem es realitza de dilluns a divendres no festius, en horari de 7h a 14h, a excepció del material refrigerat que és de 7h a 10h.

Cada proveïdor té un dia setmanal assignat per realitzar els seus lliuraments, que haurà de respectar, doncs no es permetrà cap entrega fora d'aquest dia sense previ avís, amb una antelació mínima de 72 hores, als departaments d'Aprovisionament , Compres i Logística.

El proveïdor que no respecti el seu dia de lliurament, sense previ avís per causes justificades, se li aplicarà una penalització del 5% de l' import total de l'albarà si existeix un incompliment successiu de tres entregues en un període de 6 mesos.

En cas d'incidència, s'haurà de comunicar al responsable del magatzem, amb qui s'haurà de pactar un dia alternatiu per realitzar el lliurament d'acord amb les necessitats del servei de Logística.

Cap d'Equip de Magatzem: Carlos Sánchez, telèfon 648 21 98 84, mail: csanche2@clinic.cat

6.2 Recepció i lliurament físic dels materials

Per duu a terme la recepció física, el material haurà d'anar acompanyat de la documentació necessària i suficient.

No s'acceptarà cap lliurament si no té assignat un número de comanda oficial de l' HCB. Tampoc s'acceptarà cap lliurament de materials en dipòsit, com pròtesi i implants, així com de materials radioactius, doncs el lliurament s'ha de fer directament al servei sol·licitant.

L'albarà haurà d'anar a l'exterior del paquet. Ara bé, si estigués a l'interior, serà el transportista qui haurà d'obrir-lo per presentar-lo a la recepció de proveïdors del magatzem.

En qualsevol cas, l'albarà haurà de ser llegible i presentar-se en suport paper i en correctes condicions per al seu processament. Es probable que durant la vigència del contracte s'implementi obligatòriament l'albarà electrònic, què es notificaria prèviament amb antelació.

Cada albarà correspondrà a un únic número de comanda i cada paquet contindrà el material corresponent a un únic albarà.

A l'albarà valorat haurà de constar necessàriament les següents dades de l' HCB : El número de codi intern de l'article, número de comanda, número d'albarà i número d'expedient.

L'albarà original es quedarà en poder del magatzem. Si el proveïdor subministra una còpia, se li retornarà segellada amb un "Conforme llevat examen".

Els paquets hauran d'estar correctament identificats amb el número d'albarà i de comanda, a més del nom del proveïdor.

Els envasos i embalatges aniran amb el sistema d'identificació per codi de barres basat en la Norma GS1-13/14 (antic EAN-13/14) i GS1 -128 (antic EAN-128), com a mínim constarà el material, la quantitat inclosa, lot i data de caducitat. A més, l' HCB podrà sol·licitar que aquesta identificació estigui implementada en etiquetes RFID passives a nivell de palet , caixa i unitat. En qualsevol cas, hauran de poder-se llegir pels dispositius lectors de l'HCB.

Les etiquetes adhesives dels operadors logístics en cap cas anul·laran les identificacions del fabricant i/o proveïdor.

Els materials es lliuraran, en cas d'anar paletitzats, en palets normalitzats segons l'estàndard europeu (80 cm x 120 cm) i precintats de manera que permetin l'inspecció visual de la mercaderia sense obrir-los (precinte transparent). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu i presentats en les degudes condicions de seguretat i higiene. La altura màxima de cada palet ha de ser de 160 cm, incloent mercaderia i palet.

El material, quan la seva quantitat equivalgui a un palet sencer i sempre que sigui del mateix lot, s'haurà de presentar en un únic palet estàndard europeu, sense cap fraccionament.

La descàrrega de qualsevol tipus de material estigui o no paletitzada anirà sempre a càrrec del proveïdor o del seu operador logístic amb els seus propis mitjans tant tècnics com humans i es col·locarà dintre del magatzem en el lloc que determini el personal de la recepció del l'HCB.

Els vehicles utilitzats en el lliurament de mercaderies a l'HCB hauran de mantenir l'adequada neteja interior.

6.3 Condicions de les devolucions

Les devolucions de material es notificaran al proveïdor per correu electrònic i hauran de ser retirats del Magatzem General en un termini màxim de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor.

Ara bé, passat el termini de 15 dies després de l'acceptació per part del proveïdor, i per recuperar el material, s'haurà de fer càrrec de les despeses d'emmagatzematge.

Per cada metre cúbic de mercaderia , la despesa d'emmagatzematge serà d'1€ al dia, IVA inclòs , i en cas de que fos material refrigerat o be de congelador, tindrien una despesa diària de 3€, IVA inclòs.

L'Hospital Clínic, emetrà al proveïdor pertinent una factura per les despeses ocasionades de l'emmagatzematge de les devolucions a les instal·lacions del magatzem general, passat el termini esmentat de notificació i acceptació.

A partir del tres mesos sense retirar-lo l'HCB podrà disposar del material com consideri mes convenient, inclosa la seva destrucció.

L'embalatge de qualsevol material subjecte a devolució es farà segons el criteri dels tècnics logístics de l' HCB. El procediment administratiu de la devolució es regirà sempre i únicament segons els protocols de l'HCB.

6.4 Control de qualitat

Dins el procés de millora continua en el que es trobà immers l'àrea de Logística de l'HCB, es preveu la posada en marxa d'uns indicadors per tal d'avaluar logísticament els proveïdors:

- ✓ Compliment del dia de lliurament assignat a la comanda.
- ✓ Condicions de presentació dels embalums.
- ✓ Condicions de presentació dels palets d'estàndard europeu.
- ✓ Compliment de la senyalització dels pictogrames en els embalums.
- ✓ Compliment de les condicions de temperatura dels materials.
- ✓ Estadística de les no conformitats.
- ✓ Estadística dels materials en trencament d'estoc.

Aquets indicadors podran ser utilitzats per l'avaluació del correcte compliment de la prestació objecte del contracte. En cas de que l'hospital observi un incompliment successiu dels compromisos assumits per l'empresa amb ajuda d'aquets indicadors, el proveïdor podrà ser penalitzat d'acord amb el règim de penalitats de l'apartat 3.1 del quadre de característiques del PCAP.

6.5 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat de l'abastiment durant la vigència del contracte. Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament

El temps d'entrega després de fer la comanda serà entre 7-15 dies.

Els responsables logístics de l'HCB podran visitar les instal·lacions prèvia acceptació del proveïdor per comprovar in situ la disponibilitat dels estocs dels articles adjudicats.

L' incompliment del termini del lliurament del material fungible pactat es penalitzarà en funció dels dies de retard segons la següent escala:

- Fins a 5 dies amb el 5-15% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- De 6 a 10 dies amb el 10-30% del valor de la comanda (IVA inclòs).
- A partir de l'11 dia amb el 15-50% del valor de la comanda a més d'un 2% adicional per cada 5 dies addicionals de retard (IVA inclòs).

L' incompliment del termini d'integració amb el HIS de l'Hospital del equips en cessió , per motius aliens al Hospital, es penalitzarà amb un 50% de la comanda de material fungible de un any.

Barcelona, 7 de novembre de 2023

Rosa Oliveras
Directora de Serveis Generals de l'Hospital Clínic de Barcelona