

INFORME AVALUACIÓ TÈCNICA

SCS-2023-573 Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)

Lot 1 MOTORS QUIRÚRGICS AMB BATERIA

1560013000 Motor per a traumatologia d'os gran

1560012000 Motor per a traumatologia d'os mitjà

S'han presentat 2 ofertes:

CONMED IBERIA, S.L.: marca/model: CONMED / TITAN; CONMED / MICROFREE

STRYKER IBERIA SL: marca/model: Stryker / System 9; Stryker / Cordless Driver System 9

Les ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació, un cop aplicada la fórmula de maximització indicada al Quadre de Característiques:

Lot 1	CONMED	STRYKER
1560013000 Motor per a traumatologia d'os gran		
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 34 punts)	19,94	34,00
1.2. Disseny (fins a 2,5 punts)	2,00	2,50
1.3. Altres criteris qualitatius (fins a 7,5 punts)	4,29	7,50
Puntuació total	26,23	44,00
1560012000 Motor per a traumatologia d'os mitjà		
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 38,5 punts)	25,34	38,50
1.2. Disseny (fins a 2,5 punts)	2,00	2,50



1.3. Altres criteris qualitatius (fins a 6 punts)	4,00	6,00
Puntuació total	31,34	47,00

Atès que el lot comprèn més d'un equip, per tal d'obtenir la puntuació total del lot, la puntuació obtinguda per cada equip es ponderarà pel *Factor de ponderació tècnic* indicat en el quadre següent:

		CONMED		STRYKER	
Equip	Factor de ponderació tècnic	Puntuació obtinguda	Puntuació ponderada	Puntuació obtinguda	Puntuació ponderada
Motor per a traumatologia d'os gran	0,46	26,23	12,07	44,00	20,24
Motor per a traumatologia d'os mitjà	0,52	31,34	16,30	47,00	24,44
Puntuació total sobre B		28,37		44,68	

L'oferta presentada per l'empresa **STRYKER IBERIA SL** ha obtingut la millor puntuació.

1560013000 Motor per a traumatologia d'os gran		Puntuació màxima			CONMED IBERIA, S.L.			STRYKER IBERIA SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	44,00	Puntuació maximitzada total		CONMED / TITAN	Puntuació maximitzada total		Stryker / System 9
			26,23			44,00		

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques i funcionals	34,00	17,95	19,94		30,60	34,00	
Característiques a valorar							
Parell motor superior a 18 N·m en mode fresat	4	0,00		16,4 N·m	4,00		18,3 N·m
Lleugeresa de la peça de mà amb la bateria (sense additament)	2	1,70		Motor modular: 1,214 kg Serra: 1.523 kg	2,00		Motor modular: 1,34 kg Serra: 1,37 kg
Es valorarà la compatibilitat de les diferents varietat de fulles de serra amb la mateixa peça de mà. Especificar quines varietats i mides són compatibles.	1,5	0,20		Fins a 6 fulles de serra compatibles de 2 llargades diferents, 2 amplades diferents i 2 gruixos diferents	1,50		Fins a 118 fulles de serra compatibles, de llargades, amplades i gruixos diferents
Potència màxima del motor (W)	1,5	1,50		240W	0,10		151W
Vida útil de 600 cicles de càrrega complets o superior	3	0,00		Vida útil de 300 cicles	3,00		Vida útil de 600 cicles
Nivell de soroll del motor modular i la serra (db)	2	1,80		Motor modular: 80dB Serra: 85 dB	2,00		Motor modular: 77 dB Serra: 85,4 dB
L'equip no requereix lubricació diària	5	5,00		No requereix lubricació diària	5,00		No requereix lubricació diària
Major velocitat mínima amb serra sagital	2	2,00		Velocitat de 11.000 cpm i 14.500 cpm, segons mode	0,00		Velocitat de 10.000 rpm a 12.000 rpm, no és superior al demanat
Compatibilitat d'additaments entre els motors del lot	2	2,00		Sí	2,00		Sí
Capacitat del carregador (número de ports de càrrega)	3,5	0,00		4 ports de càrrega, el mínim demanat	3,50		6 ports de càrrega
Valoració de mostra							
Pes de l'equip	2,5	1,25		S'adjunta informe del centre	2,50		S'adjunta informe del centre
Facilitat d'ús i funcionalitat	5	2,50		S'adjunta informe del centre	5,00		S'adjunta informe del centre
1.2. Disseny	2,50	2,00	2,00		2,50	2,50	
Característiques a valorar							
Valoració de mostra							
Ergonomia de l'equip	2,5	2,00		S'adjunta informe del centre	2,50		S'adjunta informe del centre
1.3. Altres criteris qualitatius	7,50	4,00	4,29		7,00	7,50	
Característiques a valorar							
Programari o sistema virtual inclòs sense cost addicional de gestió dels dispositius: control de l'ús, autonomia de les bateries, nombre de cicles de càrrega, etc.	3,5	0,00		No disposa de programari de gestió	3,50		Disposa de software web per la gestió de dades d'ús dels dispositius
Inclusió de bateries estèrils sense cost addicional	4	4,00		Les bateries ofertades són estèrils i esterilitzables i n'inclou d'addicionals	3,50		Les bateries ofertades són estèrils i esterilitzables

1560012000 Motor per a traumatologia d'os mitjà		Puntuació màxima	CONMED IBERIA, S.L.		STRYKER IBERIA SL	
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	47,00	Puntuació maximitzada total	CONMED / MICROFREE	Puntuació maximitzada total	Stryker / Cordless Driver System 9
			31,34		47,00	

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada		Puntuació tècnica	Puntuació maximitzada	
1.1. Característiques tècniques i funcionals	38,50	24,95	25,34		37,90	38,50	
Característiques a valorar							
Peça de mà amb dos gatells per moviment cap endavant i moviment invers	3	3,00		Sí	3,00		Sí
Major protecció IP	3	2,25		IPX8	3,00		IPX9
Lleugeresa de la peça de mà amb bateria (sense additament)	2	1,50		0.979 kg	2,00		0.92 kg
Potència màxima del motor (W)	2	1,20		275W amb bateria gran 185W amb bateria petita	2,00		594 W amb bateria gran 200 W amb bateria petita
Nivell de soroll del motor (db) a màxima potència	2	2,00		71.7 dB	1,40		77,3 dB
Major parell motor en mode fresat (N·m)	5	1,00		16.4 Nm, lleugerament superior al demanat	5,00		18 Nm
Major velocitat amb l'additament de serra sagital (tpm)	2	1,50		20.000 tpm	2,00		25.000 tpm
L'equip no requereix de lubricació diària	4	4,00		No requereix lubricació diària	4,00		No requereix lubricació diària
Compatibilitat de terminals d'aquest motor amb el motor polivalent del lot 2 per una major polivalència	3	0,00		No	3,00		Sí
Motor i bateria amb possibilitat de tenir potència suficient per realitzar intervencions de cirurgies de grans articulacions, per tal de tenir una major polivalència de l'equip. En cas de tenir-ho, substituir una de les dues bateries per aquesta de major potència a l'equip	5	5,00		El motor té la possibilitat de realitzar intervencions de cirurgies de grans articulacions substituint la bateria per una de major potència, les quals inclouen	5,00		El motor té la possibilitat de realitzar intervencions de cirurgies de grans articulacions substituint la bateria per una de major potència, les quals inclouen
Valoració de mostra							
Pes de l'equip	2,5	1,00		S'adjunta informe del centre	2,50		S'adjunta informe del centre
Facilitat d'ús i funcionalitat	5	2,50		S'adjunta informe del centre	5,00		S'adjunta informe del centre
1.2. Disseny	2,50	2,00	2,00		2,50	2,50	
Característiques a valorar							
Valoració de mostra							
Ergonomia de l'equip	2,5	2,00		S'adjunta informe del centre	2,50		S'adjunta informe del centre
1.3. Altres criteris qualitatius	6,00	4,00	4,00		6,00	6,00	
Característiques a valorar							
Incloure additament portabroques 1/4" i additament Fresador d'Anclatge Ràpid AO gran per augmentar la potència de fresat i permetre intervencions de cirurgies de grans articulacions	4	4,00		S'inclouen els additaments	4,00		S'inclouen els additaments
Programari o sistema virtual inclòs sense cost addicional de gestió dels dispositius: control de l'ús, autonomia de les bateries, nombre de cicles de càrrega, etc.	2	0,00		No disposa de programari de gestió	2,00		Disposa de software web per la gestió de dades d'ús dels dispositius

Lot 2 MOTORS POLIVALENTS

1560014000 Motor per a traumatologia polivalent

S'ha presentat 1 oferta:

STRYKER IBERIA SL: marca/model: Stryker / Tpx

L'oferta presentada compleix amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 2 (fins a 44 punts)	STRYKER
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 39,5 punts)	38,75
1.2. Disseny (fins a 2,5 punts)	2,50
1.3. Altres criteris qualitatius (fins a 2 punts)	0,00
Puntuació total	41,25

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

1560014000 Motor per a traumatologia polivalent		Puntuació màxima		STRYKER IBERIA, SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	44,00	Puntuació total	Stryker / Tpx
			41,25	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima		
1.1. Característiques tècniques i funcionals		39,50	38,75	
Característiques a valorar				
<u>Consola</u>				
Possibilitat de diversos perfils d'usuaris	2	2	Sí, més de 100 perfils d'usuari o procediments	
Consola tàctil	1,5	1,5	Sí	
Consola preparada per a treballar a rpm superior al demanat	2	2	Fins a 50.000 rpm, superior al demanat	
Sistema d'alarmes	2	2	Disposa de sistema d'alarmes auditives amb tons diferents segons el tipus d'alerta	
Control que permeti seleccionar mode de treball (revolucions de gir, flux de sistema d'irrigació, ...)	1,5	1,5	La consola permet personalitzar les revolucions (rpm), la taxa d'oscil·lació, la direcció, etc.	
Rang i control de flux d'irrigació	1,5	0,75	No especifica rang. A través d'una imatge s'observa la consola que permet veure el sistema de control de flux	
<u>Motor modular</u>				
Peça de mà amb dos gatells per moviment cap endavant i moviment invers	2	2	Sí	
Major protecció IP	2	2	IPX9	
Lleugeresa de la peça de mà (sense additament)	1	1	544 g, inferior al màxim demanat	
Potència màxima del motor (W)	1	1	140 W	
Nivell de soroll del motor (db) a màxima potència	1	1	77,3 dB, inferior al màxim demanat	
Major parell motor en mode fresat (N·m)	1,5	1,5	1,582 Nm, superior al demanat	
Major velocitat amb l'additament de serra sagital (tpm)	2	2	25.000 rpm	
L'equip no requereix de lubricació diària	3	3	Sense necessitat de lubricació	
<u>Micromotor de llapis de serra sagital dedicada</u>				
Lleugeresa de la peça de mà tipus llapis (sense additament)	1	1	168 g, inferior al màxim demanat	
Grau de protecció IPX9	2	2	IPX9	
<u>Micromotors amb peça de mà tipus llapis</u>				
Lleugeresa de la peça de mà tipus llapis (sense additament)	1	1	145 g, inferior al màxim demanat	
Grau de protecció IPX9	2	2	IPX9	
Major velocitat de fresat	2	2	50.000 rpm, superior al mínim demanat	
<u>Valoració de mostra</u>				
Pes de l'equip	2,5	2,5	S'adjunta informe del centre	
Facilitat d'ús i funcionalitat	5	5	S'adjunta informe del centre	
1.2. Disseny		2,50	2,50	
Característiques a valorar				
<u>Valoració de mostra</u>				
Ergonomia de l'equip	2,5	2,5	S'adjunta informe del centre	
1.3. Altres criteris qualitatius		2,00	0,00	
Característiques a valorar				

1560014000 Motor per a traumatologia polivalent		Puntuació màxima	STRYKER IBERIA, SL	
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	44,00	Puntuació total	Stryker / Tpx
Programari o sistema virtual inclòs sense cost addicional de gestió dels dispositius: control de l'ús, autonomia de les bateries, nombre de cicles de càrrega, etc.		41,25		
		2	0	No

Lot 3 CARROS CLÍNICS

4230050100	Carro auxiliar cinc calaixos
4230131000	Carro d'anestèsia
1270240420	Carro per material d'intubació difícil
4230030300	Carro d'aturada cardíaca cinc calaixos (sense equip)

S'han presentat 2 ofertes:

DEXTROMEDICA S.L.: marca/model: CAPSA Healthcare/Procedure Cart; CAPSA Healthcare/Anesthesia Cart; CAPSA Healthcare/Procedure Cart; CAPSA Healthcare/Emergency Cart

NACIL MEDICA 4 GROUP SL: marca/model: INMOCLINC/10500; INMOCLINC/10500; INMOCLINC/10500; INMOCLINC/10500

L'oferta presentada per l'empresa **NACIL MEDICA 4 GROUP SL** queda exclosa per manca de presentació de la mostra.

La resta d'ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 3	DEXTRO
4230050100 Carro auxiliar cinc calaixos	
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 10 punts)	10,00
1.2. Altres criteris qualitatius (fins a 13 punts)	13,00
Puntuació total	23,00
4230131000 Carro d'anestèsia	
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 14 punts)	14,00
1.2. Altres criteris qualitatius (fins a 13 punts)	13,00
Puntuació total	27,00

1270240420 Carro per material d'intubació difícil	
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 17 punts)	17,00
1.2. Altres criteris qualitatius (fins a 13 punts)	13,00
Puntuació total	30,00
4230030300 Carro d'aturada cardíaca cinc calaixos (sense equip)	
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 17 punts)	17,00
1.2. Altres criteris qualitatius (fins a 13 punts)	13,00
Puntuació total	30,00

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

Atès que el lot comprèn més d'un equip, per tal d'obtenir la puntuació total del lot, la puntuació obtinguda per cada equip es ponderarà pel *Factor de ponderació tècnic* indicat en el quadre següent:

		DEXTRO	
Equip	Factor de ponderació tècnic	Puntuació obtinguda	Puntuació ponderada
Carro auxiliar cinc calaixos	0,67	23	15,41
Carro d'anestèsia	0,61	27	16,47
Carro per material d'intubació difícil	0,26	30	7,80
Carro d'aturada cardíaca cinc calaixos (sense equip)	0,16	30	4,80
Puntuació total sobre B		44,48	

4230050100 Carro auxiliar cinc calaixos		Puntuació màxima		DEXTROMEDICA, SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	23,00	Puntuació total	CAPSA Healthcare/Procedure Cart
			23,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques i funcionals Característiques a valorar Sistema de tancament dels calaixos de seguretat. Especificar Configuració dels calaixos: 2 petits, 2 mitjans, 1 gran Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garantitzi l'estabilitat de la roda	10,00	10,00	
	3	3	Sistema centralitzat de tancament de calaixos sense necessitat de clau
	5	5	Inclouen la configuració demanada. Indiquen que la configuració de cistelles i cubetes es pot modificar segons necessitats de l'hospital
	2	2	Sí
1.2. Altres criteris qualitatius Característiques a valorar Grau d'inflamabilitat <u>Valoració de mostres</u> Adequació a les necessitats del servei i ergonomia Robustesa, mantenibilitat i acabats Facilitat de neteja	13,00	13,00	
	3	3	Estructura interna de materials de grau M0 (més alt) i part exterior de materials amb grau HB (combustió horitzontal lenta). S'adjunta certificat
	4	4	S'adjunta informe del centre
	4	4	S'adjunta informe del centre
	2	2	S'adjunta informe del centre

4230131000 Carro d'anestèsia		Puntuació màxima		DEXTROMEDICA, SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	27,00	Puntuació total	CAPSA Healthcare/Anesthesia Cart
			27,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques i funcionals Característiques a valorar Sistema centralitzat de tancament de calaixos sense necessitat de clau Configuració dels calaixos: 2 petits, 2 mitjans, 1 gran Suport lateral tipus malla per col·locació de cateters i altres productes de volum semblant allargats. Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garantitzi l'estabilitat de la roda	14,00	14,00	
	3	3	Sí
	5	5	Inclouen la configuració demanada. Indiquen que la configuració de cistelles i cubetes es pot modificar segons necessitats de l'hospital
	4	4	Sí, s'inclou
	2	2	Sí
1.2. Altres criteris qualitatius Característiques a valorar Grau d'inflamabilitat <u>Valoració de mostres</u> Adequació a les necessitats del servei i ergonomia Robustesa, mantenibilitat i acabats Facilitat de neteja	13,00	13,00	
	3	3	Estructura interna de materials de grau M0 (més alt) i part exterior de materials amb grau HB (combustió horitzontal lenta). S'adjunta certificat
	4	4	S'adjunta informe del centre
	4	4	S'adjunta informe del centre
	2	2	S'adjunta informe del centre

1270240420 Carro per material d'intubació difícil		Puntuació màxima		DEXTROMEDICA, SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	30,00	Puntuació total	CAPSA Healthcare/Procedure Cart
		30,00		

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques i funcionals Característiques a valorar Sistema centralitzat de tancament de calaixos sense necessitat de clau Configuració dels calaixos: 3 mitjans, 1 petit, 1 mitjà Sistema per una fàcil identificació visual del contingut dels calaixos (codi de colors, adhesius,...) que afavoreixi l'accés fàcil i ràpid del material. Especificar. Cistella d'acer inox lateral per material auxiliar Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garantitzi l'estabilitat de la roda		17,00	17,00
		3	3 Sí
		5	5 Inclouen la configuració demanada. Indiquen que la configuració de cistelles i cubetes es pot modificar segons necessitats de l'hospital
		5	5 Sistema d'identificació de calaixos mitjançant adhesius informatius de colors que permeten l'accés ràpid i fàcil del material
		2	2 Sí, s'inclou
		2	2 Sí
1.2. Altres criteris qualitatius Característiques a valorar Grau d'inflamabilitat <u>Valoració de mostres</u> Adequació a les necessitats del servei i ergonomia Robustesa, mantenibilitat i acabats Facilitat de neteja		13,00	13,00
		3	3 Estructura interna de materials de grau M0 (més alt) i part exterior de materials amb grau HB (combustió horitzontal lenta). S'adjunta certificat
		4	4 S'adjunta informe del centre
		4	4 S'adjunta informe del centre
		2	2 S'adjunta informe del centre

4230030300 Carro d'aturada cardíaca cinc calaixos (sense equip)		Puntuació màxima		DEXTROMEDICA, SL
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	30,00	Puntuació total	CAPSA Healthcare/Emergency Cart
			30,00	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques i funcionals Característiques a valorar Sistema centralitzat de tancament de calaixos sense necessitat de clau Configuració dels calaixos: 2 petits, 2 mitjans, 1 gran Taulell per a massatges cardíacs a la part posterior del carro Gir del braç del desfibril·lador superior al demanat Punt d'acoblament entre les rodes i el carro que garantitzi l'estabilitat de la roda	17,00	17,00	
	3	3	Sí
	5	5	Inclouen la configuració demanada. Indiquen que la configuració de cistelles i cubetes es pot modificar segons necessitats de l'hospital
	4	4	Sí
	3	3	Gir de 360º, superior al demanat
	2	2	Sí
	13,00	13,00	
1.2. Altres criteris qualitatius Característiques a valorar Grau d'inflamabilitat <u>Valoració de mostres</u> Adequació a les necessitats del servei i ergonomia Robustesa, mantenibilitat i acabats Facilitat de neteja	3	3	Estructura interna de materials de grau M0 (més alt) i part exterior de materials amb grau HB (combustió horitzontal lenta). S'adjunta certificat
	4	4	S'adjunta informe del centre
	4	4	S'adjunta informe del centre
	2	2	S'adjunta informe del centre

Lot 4 CARROS AMB PERSIANA I CISTELLES

4290403430 Carro alt amb persiana i cistelles

S'han presentat 2 ofertes:

NEDELLA MEDICAL, S.L.: marca/model: Pegasus / Apollo

NACIL MEDICA 4 GROUP SL: marca/model: PRATICIMA / ARMARIO MOVIL NEOP

L'oferta presentada per l'empresa **NACIL MEDICA 4 GROUP SL** queda exclosa per manca de presentació de la mostra.

La resta d'ofertes presentades compleixen amb tots els requeriments tècnics, per tant en fem la següent avaluació:

Lot 4	NEDELLA
1.1. Característiques tècniques i funcionals (fins a 17 punts)	16,00
1.2. Altres criteris qualitatius (fins a 13 punts)	11,50
Puntuació total	27,50

Atès que només s'ha avaluat una oferta, no és necessària l'aplicació de la fórmula de maximització dels criteris de judici de valor, indicada al quadre de característiques.

4290403430 Carro alt amb persiana i cistelles		Puntuació màxima	NEDELLA MEDICAL, S.L.	
SCS-2023-573	Subministrament de motors quirúrgics i carros clínics destinats al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Comarcal de Blanes (REACT-PAIS)	30,00	Puntuació total	Pegasus / Apollo
			27,50	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	
1.1. Característiques tècniques i funcionals		17,00	16,00
Característiques a valorar			
Les guies permeten la col·locació de les cistelles en horitzontal o inclinades	2	2	Sí
Proposta de configuració adaptada a les necessitats del centre	5	5	Inclouen la configuració demanada i una cistella mitjana addicional. Indiquen que la configuració de cistelles i cubetes es pot modificar segons necessitats de l'hospital
Major nombre de guies laterals per major polivalència de la col·locació de les cistelles	3	2	L'interior del carro amb panells ranurats en tota la seva alçada però no indica el nombre
Capacitat de càrrega superior a la demanada	3	3	120 kg, superior al mínim exigít
Majors dimensions de les rodes per afavorir la maniobrabilitat	4	4	Rodes de 125 mm de diàmetre
1.2. Altres criteris qualitius		13,00	11,50
Característiques a valorar			
Grau d'inflamabilitat	3	1,5	Indica que és ignífug però no adjunta certificat
Valoració de mostres			
Adequació a les necessitats del servei i ergonomia	4	4	S'adjunta informe del centre
Robustesa, mantenibilitat i acabats	4	4	S'adjunta informe del centre
Facilitat de neteja	2	2	S'adjunta informe del centre