

Plec de Prescripcions Tècniques pel contracte de subministrament i instal·lació de tres màquines desinfectadores de cunyes, orinals, cubells i pots per la nova UCI de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

1.	Objecte del contracte.....
2.	Normativa
3.	Prescripcions generals
4.	Característiques tècniques de l'equipament
5.	Documentació gràfica.....
6.	Documentació tècnica
7.	Condicions d'instal·lació del sistema.....
8.	Pla de Formació
9.	Condicions de garantia.....

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació de tres unitats desinfectadores de cunyes per donar servei a la nova UCI de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Al present plec es detallen tots els requeriments tècnics que han de complir obligatòriament els equips oferts, així com aquelles altres dades que els licitadors han d'informar i que seran objecte de valoració, si s'escau.

2. Prescripcions generals

- L'equip a subministrar haurà de complir la normativa vigent.
- L'equip haurà de complir les característiques i especificacions mínimes establertes.
- S'adjuntarà per part del licitador document o certificat signat de compliment de les especificacions.
- Els licitadors aportaran documentació clara de les característiques dels equips per tal de poder fer una correcta valoració dels equips oferts.
- S'exigirà Certificació de Marcat CE.
- Els equips oferts han de ser nous i la última versió del mercat, no s'acceptaran equips de demostració o exposició.
- L'incompliment o la manca d'informació per part del licitador d'una característica d'obligat compliment, així identificada, serà causa d'exclusió de la licitació.
- Tota la documentació presentada haurà de ser en llengua catalana o castellana; quan es presentin documents en altres idiomes, s'hauran d'acompanyar de la seva corresponent traducció a alguna de les llengües esmentades, en cas contrari s'entendran com a no presentada.
- En cas que l'equipament necessiti material fungible, vinculat al producte o servei ofert serà imprescindible la seva especificació detallada i aportació dels preus d'aquest.

3. Normativa

L'equip haurà de complir l'estipulat a:

- RD 842/2002 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i les ITC que li són d'aplicació.
- EN 60601-1 Equips Electromèdics.
- EMC EN 60601-1-2 Estàndard de Seguretat referit a pertorbacions electromagnètiques.

4. Característiques tècniques de l'equipament

Definició i Disseny Bàsic

Unitats desinfectadores de cunyes, orinals, cubells i pots.

4.1 Prestacions tècniques i funcionals bàsiques: Unitats per desinfecció de cunyes, orinals, cubells i pots per vapor, totalment impermeabilitzades. Temperatura mínima dels cicles de rentat i desinfecció de 60º. Durada màxima dels cicles: 6 minuts per rentat i desinfecció convencional i 8 minuts per desinfecció amb efecte esporicida. La cambra interior ha de ser autorentable. L'aparell ha d'anar equipat amb pantalla led tàctil per control i visualització dels processos. Cada unitat ha de venir equipada amb suports interiors intercanviables i adaptats a cada tipus de material objecte de desinfecció (cunyes, orinals, cubells i pots) que permeti el seu intercanvi de manera senzilla i ràpida sense necessitat de manipulació o utilització d'eines addicionals. Amplada màxima 60 cm. Ha de comptar amb un programa de desinfecció específic amb efecte esporicida.

4.2 Prestacions tècniques valorables

- Apertura i tancaments automàtics sense contacte manual.
- El sistema té possibilitat de reports informàtics sobre l'activitat realitzada.
- L'equip està aixecat per damunt del terra per permetre la neteja per sota de la màquina.

5. Documentació tècnica

S'haurà de lliurar la següent documentació:

- Memòria tècnica dels equips oferts, indicant els materials i composició, la marca, el model i número de referència, i altres dades exigides a la fitxa tècnica, amb les corresponents Product Data i altra documentació gràfica dels productes oferts.
- Manual d'usuari
- Manual tècnic
- Document descriptiu de les dades del servei ofert durant el període de garantia.
- Modalitats de manteniment amb preus orientatius.
- Condicions de muntatge, instal·lació i manteniment .
- Any d'inici de fabricació del model /versió de l'equip
- Termini garantit de fabricació del model/versió
- Termini garantit de producció de recanvis un cop paralitzada la fabricació de l'equip
- Certificat de la vida útil de l'equip (es demana deu anys mínims) i compromís d'assistència tècnica especificant el termini.
- Subjecció a les normes de protecció i/o seguretat, d'acord amb la normativa legal en vigor en el moment de l'oferta.
- Certificat de marcat CE dels equips i els seus components.
- Certificat de compliment signat i segellat per l'empresa manifestant el compliment de les característiques requerides.

6. Condicions d'instal·lació del sistema

- L'oferta ha de preveure la instal·lació completa de l'equip d'acord amb les directrius de la direcció del centre adjudicatari. El subministrament, instal·lació i posada en

funcionament dels equipaments objecte d'aquest expedient, van a càrrec de l'adjudicatari i estaran incloses en el preu de licitació.

- L'empresa adjudicatària, una vegada instal·lats els equips, haurà de realitzar les proves corresponents. Les proves es faran en presència del personal, tècnicament qualificat, autoritzat pel centre.

7. Pla de Formació

L'empresa adjudicatària formarà els professionals per facilitar que aquests disposin d'un alt coneixement dels equips per aconseguir un alt rendiment de les prestacions, que permeti cobrir de manera eficient la demanda de realització de procediments, així com garantir la seguretat dels pacients i professionals.

Haurà de contemplar, mínimament:

- Accions formatives inicials en l'ús del sistema per tal d'optimitzar el rendiment dels equips que el componen i obtenir una eficiència òptima, així com garantir la seguretat dels pacients i professionals.

8. Condicions de garantia

Serà obligat per part dels licitadors la inclusió d'un contracte de garantia mínima de dos anys sobre la totalitat de l'equipament, objecte de la licitació, i a computar a partir de la data de posada en funcionament de l'equip.

Aquestes condicions de garantia dels equipaments seran establertes segons la normativa vigent al respecte.

Durant el període de garantia l'empresa adjudicatària vetllarà pel correcte funcionament dels equips i totes les accions seran a càrrec de l'empresa.

Totes les accions durant el període de garantia derivades del manteniment preventiu, correctiu... que s'hagin de realitzar degut a un defecte de l'equip o de qualsevol dels seus components hauran de ser amb despesa a càrrec de l'empresa licitadora.

S'hauran de dur a terme les actualitzacions de software corresponents, en cas de ser necessari.