

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101366803/24/AMUP

GASES, GASES QUIRÚRGIQUES, TORUNDES, COTÓ I
CEL.LULOSA

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris.....	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals.....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit.....	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica.....	5
3.3. Presentació de mostres.....	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals.....	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda.....	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI	12
4.5. Condicions de l'operador logístic.....	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà.....	15

4.5.3.	Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.	15
4.5.4.	Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16
4.5.5.	Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE.....	17
4.5.6	Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic).....	19

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material gases quirúrgiques, torundes, cotó i cel.lulosa per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

NO HI HA

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **ANNEX D3 - Fitxa Criteris Objectius.**

S'haurà d'omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i dir si compleix o no algun dels criteris objectius indicats a l'annex 4 del PCAP.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

En cas que en el quadre de característiques s'indiqui l'obligació de presentar mostres, aquestes s'hauran de lliurar en les condicions i quantitats establertes a l'**ANNEX E – presentació de mostres**

Cada mostres haurà d'anar etiquetada amb les dades següents:

- Codi expedient [CS/CC00/1101366803/24/AMUP]
- NIF i nom de l'empresa
- Codi SAP
- Referència

Cada paquet ha de contenir, per cada referència presentada, el nombre de mostres que s'indiquen en l'**ANNEX E – Presentació de mostres**. Relació de codis SAP afectats.

Les mostres es lliuraran a Laura Prieto (Gerència de Compres) a l'adreça següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

En el supòsit que no es presentin les mostres als codis sol·licitats en l'**ANNEX E**, l'oferta presentada no serà avaluada i, per tant, serà desestimada.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un **nou usuari**, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

- a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

- b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	

- No requereix document obligatori

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
 - Codi EAN (GTIN)
 - Referència del producte
 - Quantitat
 - Preu
 - Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	

	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	

11. En cas **d'emergència**:

- Abandoni el lloc de treball en condicions segures.
- Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme
- Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)
- No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa de criteris objectius

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1101366803/24/AMUP
**GASES, GASES QUIRÚRGIQUES, TORUNDES,
COTÓ I CEL.LULOSA**

ANNEX A - Característiques de la licitació.

ANNEX A_CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ
CS/CC00/1101366803/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	LOTS OBLIGATORIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	MOSTRES
1	Cotò hidròfil i cel.lulosa sense pretallar	NO	OBJECTIUS	NO
2	Cel·lulosa pretallada i dispensador	SI		NO
3	Gases de cotó estèrils	NO		SI
4	Gases de cotó no estèrils	NO		SI
5	Gases de teixit sense teixir NO ESTÈRIL	NO		SI
6	Gases de teixit sense teixir ESTÈRILS	NO		SI
7	Protecció per a taponament nasal	NO		SI
8	Compreses quirúrgiques de TNT	NO		SI
9	Compreses quirúrgiques	NO		SI
10	Compreses neuroquirúrgiques	NO		SI
11	Torundes quirúrgiques	NO		SI

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000154

Descripció llarga:

Bena de cotó 100% per taponament nasal, igual o superior 20fils/cm2, amb voraviu, mida 2cm x 5m . Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000201

Descripció llarga:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils, mida total 25 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000208

Descripció llarga:

Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000209

Descripció llarga:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000266

Descripció llarga:

Cel·lulosa pura blanca i absorbent, enrotllada, sense paper intermedi, sense pretallar. Rotlle continu mida (20x875cm)+/-5%. Pes mínim del rotle 500g +/-5%. Gramatge >= 288g/m2.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30000267

Descripció llarga:

Cel·lulosa pura blanca i absorbent, enrotllada, sense paper intermedi, sense pretallar. Rotlle continu tallat en dos peces de mides (10x875cm)+/-5% cadascuna. Pes aproximat del rotle de 500g (2x250g)+/-5%. Gramatge >= 288g/m2. 2 rotlles.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30000268

Descripció llarga:

Cel·lulosa pura blanca i absorbent de 12 capes, enrotllada sense paper intermedi, pretallada, mida (4 x 5 cm)+/1cm. 2 Rotlles de 500 unitats compatible amb dispensador codi SAP 30014162

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30000270

Descripció llarga:

Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm i tub per a via respiratòria. Mida 8 x 2 x 1,5 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30000271

Descripció llarga:

Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 8 x 2 x 1,5 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30000285

Descripció llarga:

Cotó hidròfil 100%, enrotllat amb paper intermedi. Rotlle de 1000g+/-5%

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30000294

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/2" x 1" (13x25mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30000296

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/2" x 3" (13x76mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30000297

Descripció llarga:

Torunda de gasa rectilínia de cotó 100%, diàmetre 25mm+/-2mm, 24 fils, subjectada amb goma de silicona amb control radiològic, mida desplegada 10x10cm +/-2cm. Estèril. Sobre de 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30000298

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 3/4" x 3/4" (19x19mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30000299

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1" x 1" (25x25mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30000300

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1" x 3" (25x76mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001384

Descripció llarga:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30001401

Descripció llarga:

Gasas curades de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 10 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30001563

Descripció llarga:

Gasas curades de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, 8 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30001565

Descripció llarga:

Gasas curades de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 4 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002250

Descripció llarga:

Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 5,5 x 1,0 x 2,5 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30002520

Descripció llarga:

Torunda /Tampó de raïó, amb control radiològic, Mida Ø10mm +/-2mm. Estèril. Unitat.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30003037

Descripció llarga:

Gasas quirúrgiques de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril, sobre 2 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30003038

Descripció llarga:

Gasas curades de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 50x50 cm, plegada 10x10cm, 16 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30003134

Descripció llarga:

Gasas quirúrgiques de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril. Sobre 5 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30003135

Descripció llarga:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 60x40 cm, plegada 20x10cm, amb plegat de seguretat, 12 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 5 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30003136

Descripció llarga:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30003137

Descripció llarga:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 60x40 cm, plegada 10x20cm, 12 capes, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30004642

Descripció llarga:

Bena de cotó 100% per taponament nasal, igual o superior 20fils/cm2, amb voraviu, mida 1cm x 5m . Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30004747

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 10x10 cm, plegada 5x5cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30006384

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir(70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 40x40 cm, plegada 10x20cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. 50gr/m2.Lliure de làtex. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30006386

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30006388

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30006390

Descripció llarga:

Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 10 x 1,5 x 2,5 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30006466

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/2" x 1 1/2"(13x38mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30008320

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 80x45 cm, plegada 10x22cm, 16 capes, >=50 g/m2, sense control rad iològic, lliure latex, Estèril, 1 unitat.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30008836

Descripció llarga:

Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 4 teles cosides, sense control radiològi c, sobre 2 unitats. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30009691

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radi ològic, lliure latex, Estèril, sobres 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30009696

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/2" x 2" (13x52mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30009697

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/4" x 1/4" (7x7mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30010943

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó 100% amb control radioopac, mida 1/2" x 1" (13x25mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30011281

Descripció llarga:

Torunda de gasa rectilínia de cotó 100%, amb control radiològic, # 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 20mm +/-2mm. 2 capes. Estèril. So bre 5 unitats

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30011617

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >=50 g/m2, sense control radi ològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30012854

Descripció llarga:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100 % de 17 fils/cm2, mida total 80x40 cm, plegada 20 x 10 cm, plegat de seguretat, 16 capes, amb c ontrol radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30013077

Descripció llarga:

Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17fils per cm2, amb fil de contrast radiològic per a cirurgia laparoscòpica mida total 16x2 5cm, mida plegada 6x8cmde 8 capes i cinta vista. Estèril. Sobre 1 gasa

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30013531

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x45cm+/-3cm, 3capes, color verd amb control radiològic, pes 105g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril. Sobre 2uni

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30013613

Descripció llarga:

Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1/2" x 1/2" (13x13mm). Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30014162

Descripció llarga:

Dispensador plàstic compatible amb cel·lulosa blanca pretallada de 4x5cm codi SAP 30000268

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30014320

Descripció llarga:

Taponament nasal d'àcid hialurònic reabsorbible. Mida 4 x 4 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30019705

Descripció llarga:

Torunda/tampó quirurgic de cotó 100%, amb monofilaments de vinil impregnats en sulfat de bari, absorbent quirúrgic amb control radio opac (control radiologic), forma de cirera. Mida diàmetre 10mm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30022285

Descripció llarga:

Torunda de gasa de cotó 100%, amb anell, # 17 fils, sense control radiològic, lliure de làtex, Ø Mida 25mm +/-2mm. No estèril. Envàs 100 unitats

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30025046

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir(70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 40x40 cm, plegada 10x20cm, amb plegat de segur etat, 8 capes, amb control radiològic. 50gr/m2. Lliure de làtex. Estèril. Sobre 5 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30025047

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >=50 g/m2, sense control radi ològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30025048

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir(70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 20x20 cm, plegada 10x10cm, amb plegat de segur etat, 4 capes, amb control radiològic. 50gr/m2. Lliure de làtex. Estèril. Sobre 10 gases.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30025050

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radi ològic, lliure latex, Estèril, sobre 10 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30025051

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >=50 g/m2, sense control radi ològic, lliure latex, Estèril, sobre 4 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30030643

Descripció llarga:

Taponament nasal sintetic fragmentable i biodegradable, tipus esponja de polieter-ester-uretano, reabsorbible/totalment eliminable, densitat Forte. Mida 1cm ample, 8cm llarg. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30036030

Descripció llarga:

Torunda de gasa rodona de cotó 100%, amb control radiològic, # 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 12mm +/-2mm. Estèril. Sobre 5 unitats

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30036031

Descripció llarga:

Torunda de gasa rodona de cotó 100%, amb control radiològic, # 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 25mm +/-2mm. Estèril. Sobre 5 unitats

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30039114

Descripció llarga:

Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 10 x 1,0 x 2,0 cm. Estèril

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30040651

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x60cm +/-3cm, 3capes, color verd amb contro l radiològic, pes 130g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril. Sobre 2uni

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30041632

Descripció llarga:

Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 10x10 cm, plegada 5x5cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiol ògic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30043426

Descripció llarga:

Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x70cm +/-3cm, 3capes, color verd amb contro l radiològic, pes 105g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30050740

Descripció llarga:

Gasa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10% per a cirugia laparoscopia enrollat mida ample 1cm x 7,5cm ll arg +/-0,5cm am llaç i control radiològic. Estèril env.indiv.

SOL.COMANDA: 1101366803 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30062584

Descripció llarga:

Taponament nasal sintetic fragmentable i biodegradable, tipus esponja de polieter-ester-uretano, reabsorbible/totalment eliminable, densitat Forte. Forma cuadrada, mida 2x4cm +/-0,5cm i 1,5mm gruix. Estèril

ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

NO HI HA

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant	☐	(SI / NO)	Distribuïdor	☐	(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------	--------------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--	--

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa de criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

--

5-7-8-9-10-11

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.

Identificació de l'empresa

--

--	--

3,416	
-------	--

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.

Identificació de l'empresa

--

--

2

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.

Identificació de l'empresa

Nom

NIF

LOTS

2

		DADES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE CADA PRODUCTE			CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS A ESPECIFICAR	
		DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC			DISPENSADOR AMB TANCAMENT TEMPORAL (SI/NO)	DISPENSADOR AMB ZONA TRANSPARENT (SI/NO)
LOT	CODI SAP	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	MARCA		

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius.

Identificació de l'empresa

--

--

1

[illegible]

Annex E -Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada
3	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	1	
3	30001565	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 4 unitats. Estèril	1	
3	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sense control radiològic, sobre 10 unitats. Estèril	1	
3	30003137	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 60x40 cm, plegada 10x20cm, 12 capes, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril	1	
3	30008836	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 4 teles cosides, sense control radiològic, sobre 2 unitats. Estèril	1	
3	30003136	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	1	
4	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	1	
4	30001563	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, 8 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	1	
4	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	1	
4	30003038	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 50x50 cm, plegada 10x10cm, 16 capes, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	1	
5	30041632	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 10x10 cm, plegada 5x5cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.	1	
5	30006386	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, No Estèril, Al detall. Paquet 100 unitats.	1	
6	30004747	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 10x10 cm, plegada 5x5cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.	1	
6	30009691	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobres 5 unitats.	1	

Lot	Codi SAR	Descripció Codi SAR	mostres	presentada
6	30025050	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 10 unitats.	1	
6	30006388	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >=30 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.	1	
6	30025051	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 20x40 cm, plegada 10x20cm, 4 capes, >=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 4 unitats.	1	
6	30011617	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 2 unitats.	1	
6	30025047	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 40x40 cm, plegada 10x20cm, 8 capes, >=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, sobre 5 unitats.	1	
6	30008320	Gasa de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida 80x45 cm, plegada 10x22cm, 16 capes, >=50 g/m2, sense control radiològic, lliure latex, Estèril, 1 unitat.	1	
7	30004642	Bena de cotó 100% per taponament nasal, igual o superior 20fils/cm2, amb voraviu, mida 1cm x 5m . Estèril.	1	
7	30000154	Bena de cotó 100% per taponament nasal, igual o superior 20fils/cm2, amb voraviu, mida 2cm x 5m . Estèril.	1	
7	30002250	Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 5,5 x 1,0 x 2,5 cm. Estèril	1	
7	30000270	Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm i tub per a via respiratòria. Mida 8 x 2 x 1,5 cm. Estèril	1	
7	30000271	Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 8 x 2 x 1,5 cm. Estèril	1	
7	30039114	Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 10 x 1,0 x 2,0 cm. Estèril	1	
7	30006390	Taponament nasal d'acetat de polivinil (PVA), amb fil de seguretat 15cm+/-2cm. Mida 10 x 1,5 x 2,5 cm. Estèril	1	
7	30014320	Taponament nasal d'àcid hialurònic reabsorbible. Mida 4 x 4 cm. Estèril	1	
7	30062584	Taponament nasal sintètic fragmentable i biodegradable, tipus esponja de polieter-ester-uretano, reabsorbible/totalment eliminable, densitat Forte. Forma quadrada, mida 2x4cm +/-0,5cm i 1,5mm gruix. Estèril	1	
7	30030643	Taponament nasal sintètic fragmentable i biodegradable, tipus esponja de polieter-ester-uretano, reabsorbible/totalment eliminable, densitat Forte. Mida 1cm ample, 8cm llarg. Estèril	1	
8	30025048	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir(70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 20x20 cm, plegada 10x10cm, amb plegat de seguretat, 4 capes, amb control radiològic. 50gr/m2. Lliure de làtex. Estèril. Sobre 10 gases.	3	
8	30025046	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir(70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 40x40 cm, plegada 10x20cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. 50gr/m2. Lliure de làtex. Estèril. Sobre 5 gases.	3	

Lot	Codi SAR	Descripció Codi SAR	mostres	presentada
8	30006384	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 40x40 cm, plegada 10x20cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. 50gr/m2.Lliure de làtex. Estèril. Sobre 10 gases.	3	
8	30013531	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x45cm+/-3cm, 3capes, color verd amb control radiològic, pes 105g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril. Sobre 2uni	3	
8	30040651	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x60cm +/-3cm, 3capes, color verd amb control radiològic, pes 130g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril. Sobre 2uni	3	
8	30043426	Compresa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10%, mida total 45x70cm +/-3cm, 3capes, color verd amb control radiològic, pes 105g/m2+/-10%, lliure làtex. Estèril.	3	
9	30000201	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils, mida total 25 x 40 cm, plegada 10 x 10 cm, amb plegat de seguretat, 8 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.	3	
9	30003037	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril, sobre 2 gases.	3	
9	30003134	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 45x45 cm, 4 teles cosides, plegada 11x22 cm amb control radiològic amb plegat de seguretat. Estèril. Sobre 5 gases.	3	
9	30003135	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17 fils/cm2, mida total 60x40 cm, plegada 20x10cm, amb plegat de seguretat, 12 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 5 gases.	3	
9	30012854	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100 % de 17 fils/cm2, mida total 80x40 cm, plegada 20 x 10 cm, plegat de seguretat, 16 capes, amb control radiològic. Estèril. Sobre 10 gases.	3	
9	30013077	Gasa quirúrgica de cotó hidròfil 100% de 17fils per cm2, amb fil de contrast radiològic per a cirurgia laparoscòpica mida total 16x25cm, mida plegada 6x8cmde 8 capes i cinta vista. Estèril. Sobre 1 gasa	3	
9	30050740	Gasa quirúrgica de teixit sense teixir (70%viscosa+30%poliester)+/-10% per a cirugia laparoscopia enrollat mida ample 1cm x 7,5cm llarg +/-0,5cm amb llaç i control radiològic. Estèril env.indiv.	3	
10	30009697	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/4" x 1/4" (7x7mm). Estèril.	3	
10	30013613	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/2" x 1/2" (13x13mm). Estèril.	3	
10	30000294	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/2" x 1" (13x25mm). Estèril.	3	
10	30006466	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/2" x 1 1/2"(13x38mm). Estèril.	3	
10	30009696	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/2" x 2" (13x52mm). Estèril.	3	
10	30000296	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 1/2" x 3" (13x76mm). Estèril.	3	
10	30000298	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raíó, amb control radioopac, mida 3/4" x 3/4" (19x19mm). Estèril.	3	

Lot	Codi SAR	Descripció Codi SAR	mostres	presentada
10	30000299	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1" x 1" (25x25mm). Estèril.	3	
10	30000300	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó i raió, amb control radioopac, mida 1" x 3" (25x76mm). Estèril.	3	
10	30010943	Compresa neuroquirúrgica de fibra de cotó 100% amb control radioopac, mida 1/2" x 1" (13x25mm). Estèril.	3	
11	30000297	Torunda de gasa rectilínia de cotó 100%, diàmetre 25mm+/-2mm, 24 fils, subjectada amb goma de silicona amb control radiològic, mida desplegada 10x10cm +/-2cm. Estèril. Sobre de 5 unitats.	3	
11	30022285	Torunda de gasa de cotó 100%, amb anell, ≥ 17 fils, sense control radiològic, lliure de làtex, Ø Mida 25mm +/-2mm. No estèril. Envàs 100 unitats	3	
11	30036030	Torunda de gasa rodona de cotó 100%, amb control radiològic, ≥ 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 12mm +/-2mm. Estèril. Sobre 5 unitats	3	
11	30036031	Torunda de gasa rodona de cotó 100%, amb control radiològic, ≥ 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 25mm +/-2mm. Estèril. Sobre 5 unitats	3	
11	30002520	Torunda /Tampò de raió, amb control radiològic, Mida Ø10mm +/-2mm. Estèril. Unitat.	3	
11	30011281	Torunda de gasa rectilínia de cotó 100%, amb control radiològic, ≥ 17 fils, lliure de làtex, Ø Mida 20mm +/-2mm. 2 capes. Estèril. Sobre 5 unitats	3	
11	30019705	Torunda/tampó quirúrgic de cotó 100%, amb monofilaments de vinil impregnats en sulfat de bari, absorbent quirúrgic amb control radioopac (control radiologic), forma de cirera. Mida diàmetre 10mm. Estèril.	3	