

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101366667/24/AM
D' INTERVENCIÓ PERIFÈRIC VASCULAR:
CATÈTERS BALÓ ANGIOPLÀSTIA, CATÈTERS
ANGIOGRÀFICS, CATÈTERS GUIA I EXTRACTOR DE
TROMBOS

1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.
- Es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- També quedaran desestimats les propostes que no compleixen la obligatorietat de presentar oferta a totalitat dels articles d'un lot, detallats a l'ANNEX A – *Característiques de la licitació* i al punt 3 d'aquest document.

2. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D'acord amb allò establert en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules s'estableix que els criteris d'aquest concurs són els següents:

2.1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.
P. max. assig.- Es la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

2.2. Puntuació tècnica

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.
- Com a característiques addicionals, en funció del lot s'aplicaran criteris subjectes a judici de valor i/o criteris objectius.
- Pel que fa als criteris subjectes a judici de valor:

- S'aplicaran criteris tècnics que valorin que l'article suposi avantatges en la seva funcionalitat segons el seu comportament en diferents escenaris clínics. Tots ells són criteris que seran ponderats per un grup d'experts multicèntric compostat pels diferents facultatius designats pels hospitals de l'ICS.
- **Hauran de complir obligatòriament un mínim del 50% de la puntuació tècnica subjectiva.** En el cas que no es compleixi, quedaran exclosos de la valoració.

DESGLOSSAMENT DE PUNTUACIONS

El document *Annex Criteris d'adjudicació - Desglossament de puntuacions per lots* està **dividit en 3 desglossaments**. En cadascun d'ells s'han agrupat els lots que tenen una mateixa puntuació tècnica i econòmica i/o criteris tècnics addicionals.

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris sotmesos a judici de valor són els que s'indiquen a continuació:

DESGLOSSAMENT 1

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 60 punts i la tècnica de 40 punts.

LOT 1 - Catèters baló OTW i d'intercanvi ràpid per angioplàstia ATP

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà el suport/estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la rapidesa de buidament , és a dir, la facilitat de buidament: - Si el catèter té una rapidesa de buidament òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà el replegament del catèter baló: la capacitat del baló a tornar al seva mida original : - Si el catèter baló té un replegament òptim obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té un replegament mitjà obtindrà 2 punts. - Si el catèter baló té un replegament baix obtindrà 0 punts.	5	5	2	0

LOT 2 - Catèters baló OTW amb alliberador de fàrmac per angioplàstia ATP

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la rapidesa de buidament , és a dir, la facilitat de buidament: - Si el catèter té una rapidesa de buidament òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà l' estabilitat del fàrmac al baló: minimitzar els efectes de manipulació i garantir el no despreniment de partícules durant la navegació: - Si l'estabilitat del fàrmac és òptim obtindrà 10 punts. - Si l'estabilitat del fàrmac mitjà obtindrà 5 punts. - Si l'estabilitat del fàrmac és baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà si el catèter té beina protectora : - Si el catèter té beina protectora obtindrà 5 punts. - Si el catèter no té beina obtindrà 0 punts.	5	5/0		
	Es valorarà la longitud màxima del baló : El catèter que tingui una major longitud de treball obtindrà 10 punts i la resta es valorarà inversament proporcional. Haurà d'estar expressat en mil·límetres (mm) , en cas de no estar expressat en mil·límetres l'oferta obtindrà 0 punts.	10	Inversament proporcional		

LOT 3 - Catèters baló OTW de tall per angioplàstia ATP i/o trencament de placa

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà el suport/estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà la rapidesa de buidament , és a dir, la facilitat de buidament: - Si el catèter té una rapidesa de buidament òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una rapidesa de buidament baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà el replegament del catèter baló: la capacitat del baló a tornar al seva mida original : - Si el catèter baló té un replegament òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter baló té un replegament mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter baló té un replegament baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
Puntuació tècnica objectiva	Gamma : Es puntuarà amb 10 punts el proveïdor amb més articles oferts i validats tècnicament a la gamma requerida, dintre del codi agrupador, la resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional als codis oferts. El resultat de la puntuació serà sense decimals. Els valors inferiors a 0,5 decimals s'arrodonirà a la baixa i els valors iguals o superior a 0,5 decimals s'arrodonirà a l'alça.	10	Inversament proporcional		

LOT 4 - Catèter de suport ATP per recanalització vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà el suport/estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la capacitat d'empenyiment del catèter: la capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0

LOT 7 - Catèter diagnòstic/angiogràfic d'alt flux, intervencionisme perifèric vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 25 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	25	25	10	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà la PSI : - Si la PSI és major a 1200 obtindrà 15 punts. - Si la PSI és de 1000 a 1199 obtindrà 5 punts. - Si la PSI és menor a 1000 obtindrà 0 punts.	15	>1200PSI 15	De 1000 a 1199 PSI 5	<1000PSI 0

LOT 9 - Microcatèters, intervencionisme perifèric vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0

Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà la compatibilitat amb diferents materials d' embolització : - Si és compatible amb mes de dos materials obtindrà 10 punts. - Si és compatible amb dos materials obtindrà 5 punts. - Si només és compatible amb 1 material obtindrà 0 punts.	10	> a 2 mat 10	Amb 2 mat 5	Amb 1 mat 0
-----------------------------	---	----	-----------------	----------------	----------------

LOT 11 - Catèter trombectomia percutània per aspiració, intervencionisme perifèric
LOT 12 - Reperfusió vascular perifèrica per aspiració mecànica
LOT 18 - Trombectomia Pulmonar amb catèter amb control de flux
LOT 19 - Trombectomia Pulmonar amb discs recuperadors de trombes
LOT 21 - Trombosis venosa Profunda

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la resistència a l'acodament del catèter: - Si el catèter té una resistència a l'acodament òptima i no es doblega obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una resistència a l'acodament baixa i es doblega obtindrà 0 punts.	20	20	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà la capacitat d' absorció/succió donada pel volum de la xeringa. A més capacitat de la xeringa més potència d'aspiració creant una pressió negativa i per tant obtindrà major puntuació. Haurà d'estar expressat en mil·lilitres (ml) , en cas de no estar expressat en mil·lilitres l'oferta obtindrà 0 punts.	20	Inversament proporcional	

LOT 14 - Sistema de tancament vascular percutani intra i/o extravascular

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà la simplicitat dels passos (número de casos necessaris per assolir l'expertesa). A menys número de casos obtindrà major puntuació, la resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional.	20
	Es valorarà la capacitat de pre-càrrega abans del procediment: possibilitat de carregar abans de realitzar el procediment. Les ofertes que no presentin aquesta característica obtindran 0 punts.	20

LOT 15 - Catèter recuperador cossos estranys intravasculars

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà el desplegament de la cistella d'acer: - Si el desplegament és òptim obtindrà 20 punts. - Si el desplegament és mitjà obtindrà 5 punts. - Si el desplegament és baix obtindrà 0 punts.	20	20	5	0
	Es valorarà la capacitat del catèter de reenbeinar la cistella i/o llaços: - Si la capacitat del catèter és òptima obtindrà 20 punts. - Si la capacitat del catèter és mitjà obtindrà 5 punts. - Si la capacitat del catèter és baixa obtindrà 0 punts.	20	20	5	0

LOT 16 – Catèter baló oclusió temporal embolectomia i/o trombectomia vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà la capacitat d'oclusió del catèter: - Si és òptima obtindrà 20 punts. - Si és mitjana obtindrà 5 punts. - Si és baixa obtindrà 0 punts.	20	20	5	0
	Es valorarà la resistència del baló a la ruptura després de l'inflat: - Si és òptima obtindrà 15 punts. - Si és mitjana obtindrà 5 punts. - Si és baixa obtindrà 0 punts.	15	15	5	0

LOT 17 – Catèters baló per litotricia d'artèries perifèriques

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà el número de polses . A major número de polses més puntuació, la resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional.	20	Inversament proporcional		

LOT 20 – Trombectomia Pulmonar per ultrasò

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la resistència a l'acodament del catèter: - Si el catèter té una resistència a l'acodament òptima i no es doblega obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una resistència a l'acodament baixa i es doblega obtindrà 0 punts.	20	20	-	0
	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0

LOT 22 – Ecografia Intravascular Perifèrica

Concepte	Criteri	Puntuació	Baremació		
			Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà la necessitat de preparació del catèter : necessitat de purgar el catèter: - Necessitat de purgar només el trajecte de canal de la guia 20 punts. - Necessitat de purgar altres dispositius o beïnes externes 0 punts.	20	0		

DESGLOSSAMENT 2

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 50 punts i la tècnica de 50 punts.

LOT 5 - Catèter diagnòstic/angiogràfic selectius hidrofílics i no hidrofílics, intervencionisme perifèric vascular

LOT 6 - Catèter diagnòstic/angiogràfic selectius altament hidrofílics, intervencionisme perifèric vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0
	Es valorarà la resistència a la deformació : la capacitat del catèter a no perdre la seva forma durant el procediment, inclús en vascularitzacions tortuoses: - Si el catèter no presenta resistència a la deformació obtindrà 10 punts. - Si el catèter presenta mínima deformació obtindrà 5 punts. - Si el catèter presenta deformació obtindrà 0 punts.	10	10	5	0
	Es valorarà la capacitat de torque del catèter: la capacitat de transmetre la força girar el catèter: - Si el catèter té un empenyiment òptim obtindrà 10 punts. - Si el catèter té un empenyiment mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un empenyiment baix obtindrà 0 punts.	10	10	5	0

LOT 8 - Catèter guia, intervencionisme perifèric vascular

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter: - Si el catèter té una radiopacitat òptima obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una radiopacitat mitjana obtindrà 2 punts. - Si el catèter té una radiopacitat baixa obtindrà 0 punts.	5	5	2	0
	Es valorarà el suport/estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se): - Si el catèter té un suport òptim obtindrà 15 punts. - Si el catèter té un suport mitjà obtindrà 5 punts. - Si el catèter té un suport baix obtindrà 0 punts.	15	15	5	0
	Es valorarà que el catèter disposi de punta tova atraumàtica : - Si el catèter té una punta tova atraumàtica òptima obtindrà 15 punts. - Si el catèter té una punta tova atraumàtica mitja obtindrà 5 punts. - Si el catèter té una punta tova atraumàtica baixa obtindrà 0 punts.	15	15	5	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà el perfil extern : que la paret del catèter sigui la més fina possible. Rati entre diàmetre intern i extern, la resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional. Haurà d'estar <u>expressat en mil·límetres (mm)</u> , en cas de no estar expressat en mil·límetres l'oferta obtindrà 0 punts.	15	inversament proporcional		

LOT 13 - Aterectomia percutània rotacional, intervencionisme perifèric

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Mitja	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la: - Si el catèter té una navegabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una navegabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una navegabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0
	Es valorarà la direccionabilitat del catèter: - Si el catèter té una direccionabilitat òptima obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una direccionabilitat mitjana obtindrà 10 punts. - Si el catèter té una direccionabilitat baixa obtindrà 0 punts.	20	20	10	0
Puntuació tècnica objectiva	Es valorarà el perfil extern : que la paret del catèter sigui la més fina possible. Rati entre diàmetre intern i extern, la resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional. Haurà d'estar <u>expressat en mil·límetres (mm)</u> , en cas de no estar expressat en mil·límetres l'oferta obtindrà 0 punts.	10	inversament proporcional		

LOT 23 - Catèter RF tractament venes varicoses

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació tècnica objectiva	Es valoraran treballs comparatius realitzats on es demostrï la superioritat en la efectivitat i resultats del sistema a mig i llarg termini: - Si els treballs realitzats demostren la superioritat en la efectivitat i resultats del sistema a llarg termini 10 punts. - Si els treballs realitzats demostren la superioritat en la efectivitat i resultats del sistema a mig termini 5 punts. - Si no es presenten treballs comparatius que demostrin la superioritat en la efectivitat i resultats del sistema en un termini mig-llarg 0 punts.	10/5
	Es valorarà el nombre d' estudis/assajos publicats en revistes de renom indexades en quartil Q1. L'oferta amb més nombre d'estudis/assajos obtindrà la màxima puntuació, la resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional. Les ofertes que no aportin cap publicació, obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà l'oferta que permeti fer servir una guia per el catèter de radiofreqüència. Les ofertes que no presentin aquesta característica obtindran 0 punts.	10
	Es valorarà la longitud de la zona de tractament del catèter en centímetres (cm), és a dir, la longitud de vena que es tracta per cada dispar del dispositiu. El catèter amb major zona d'emissió de RF que permeti tractar la vena en un sol pols obtindrà 20 punts. La resta d'ofertes obtindran una puntuació inversament proporcional.	20

DESGLOSSAMENT 3

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 80 punts i la tècnica de 20 punts.

LOT 10 - Catèter trombectomia rotacional sense aspiració per a fístules AV

Concepte	Criteri	Puntuació	Òptima	Baixa
Puntuació tècnica subjectiva	Es valorarà la resistència a l'acodament del catèter: - Si el catèter té una resistència a l'acodament òptima i no es doblega obtindrà 20 punts. - Si el catèter té una resistència a l'acodament baixa i es doblega obtindrà 0 punts.	20	20	0

3. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN ELS LOTS AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES. OFERTES CONJUNTES.

D'acord amb el que s'indica en el punt 4 del Plec de prescripcions tècniques i ANNEX A, en aquells lots que s'indiqui que és **obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles s'adjudicaran de forma conjunta.

Les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles inclosos al mateix. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la seva totalitat.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

on CI és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica); Ni és la quantitat licitada per material; Pi és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.