

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101366667/24/AM

INTERVENCIONISME PERIFÈRIC VASCULAR: CATÈTERS BALÓ
ANGIOPLÀSTIA, CATÈTERS ANGIOGRÀFICS, CATÈTERS GUIA
I EXTRACTOR DE TROMBOS

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material d'intervencionisme perifèric vascular: catèters baló angioplàstia, catèters angiogràfics, catèters guia i extractor de trombos, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per cada referència/gama de l'agrupador al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants. S'entén per gamma els articles amb característiques tècniques que només es diferencien per la mida.

Per als codis **30043156-30039579 (lot 12)** Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclòs a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

No hi ha.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

- Annex D3 Fitxa Resum Criteris Judici de Valor

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-300000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

- **Llistat-resum Criteris Objectius, ANNEX D4** s'haurà d'omplir dels lots que tenen criteris objectius.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un

nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als

adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura

	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Fitxa resum criteris Judici valor

ANNEX D4 - Fitxa-resum Criteris Objectius

ANNEX E - Estructura codi agrupador

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS/CC00/1101366667/24/AM

**INTERVENCIONISME PERIFÈRIC VASCULAR:
CATÈTERS BALÓ ANGIOPLÀSTIA, CATÈTERS
ANGIOGRÀFICS, CATÈTERS GUIA I EXTRACTOR
DE TROMBOS**

ANNEX A - Característiques de la licitació.

ANNEX A_CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101366667/24/AM

LOT	DESCRIPCIÓ DELS LOTS	LOTS OBLIGATORIS	PROVEÏDORS PROPOSATS COM A ADJUDICATÀRIS	CRITERIS ADJUDICACIÓ	MOSTRES
1	Catèters baló OTW i d'intercanvi ràpid per angioplàstia ATP	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999302326-999302065-999302067-999302068-999302070 que tindran 3 proveïdors	JUDICI DE VALOR	NO
2	Catèters baló OTW amb alliberador de fàrmac per angioplàstia ATP	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999302072 que tindrà 3 proveïdors i els codis agrupadors 999302403-999302404-999300140 que tindran 1 proveïdor	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
3	Catèters baló OTW de tall per angioplàstia ATP i/o trencament de placa	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
4	Catèter de suport ATP per recanalització vascular	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999302098 que tindrà 3 proveïdors i el codi agrupador 999302105 que tindrà 1 proveïdor	JUDICI DE VALOR	
5	Catèter diagnòstic/angiogràfic selectius hidrofílics i no hidrofílics, intervencionisme perifèric vascular	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999300249	JUDICI DE VALOR	
6	Catèter diagnòstic/angiogràfic selectius altament hidrofílics, intervencionisme perifèric vascular	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR	
7	Catèter diagnòstic/angiogràfic d'alt flux, intervencionisme perifèric vascular	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999302319-999302087-999302088 que tindrà 3 proveïdors i el codi agrupador 999300356 que tindrà 1 proveïdor	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
8	Catèter guia, intervencionisme perifèric vascular	NO	2 proveïdors per agrupador, excepte el codi agrupador 999302099-999302103 que tindran 1 proveïdor	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
9	Microcatèters, intervencionisme perifèric vascular	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
10	Catèter trombectomia rotacional sense aspiració per a fistules AV	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR	
11	Catèter trombectomia percutània per aspiració, intervencionisme perifèric	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
12	Reperfusió vascular perifèrica per aspiració mecànica	SI	1 proveïdor per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
13	Aterectomia percutània rotacional, intervencionisme perifèric	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
14	Sistema de tancament vascular percutani intra i/o extravascular	NO	2 proveïdors per agrupador	OBJECTIUS	
15	Catèter recuperador cossos estranys intravasculars	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR	
16	Catèter baló oclusió temporal embolectomia i/o trombectomia vascular	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR	
17	Catèters baló per litotricia d'artèries perifèriques	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
18	Trombectomia Pulmonar amb catèter amb control de flux	SI	1 proveïdor per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
19	Trombectomia Pulmonar amb discs recuperadors de trombes	SI	1 proveïdor per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
20	Trombectomia Pulmonar per ultrasó	NO	1 proveïdor per agrupador	JUDICI DE VALOR	
21	Trombosis venosa Profunda	NO	1 proveïdor per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
22	Ecografia Intravascular Perifèrica	NO	2 proveïdors per agrupador	JUDICI DE VALOR I OBJECTIUS	
23	Catèter RF tractament venes varicoses	NO	2 proveïdors per agrupador	OBJECTIUS	

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30039579

Descripció llarga:

Tub d'aspiració mecànica per a sistema de trombectomia vascular perifèrica amb clau obertura/tancament de control, compatible amb bomba PMX220 sistema INDIGO o equivalent

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30043156

Descripció llarga:

Recipient de plàstic tipus Canister per a sistema d'aspiració al buit per a recollida de material trombòtic, amb filtre, compatible amb sistema Indigo o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 999300000

Descripció llarga:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 999300002

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Molt Alta Pressió per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,01 4" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 999300003

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica Ø de 3F a 8F, compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèric, varies longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 999300004

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter flux normal, corbat, sense guia, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 999300007

Descripció llarga:

A - Catèter baló per a litotricia vascular perifèrica Ø>4F, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 999300030

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, amb recobriment hidrofílic, corba RIM, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 999300095

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial No Compliant per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,035" di ferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 999300102

Descripció llarga:

A - Catèter per a trombectomia percutània arterial rotacional mecànica per aspiració, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 999300125

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial No Compliant per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018" di ferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 999300137

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, recte, amb orificis laterals, sense recobriment hi drofílic; diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 999300140

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac, alta pressió, pe r a guia 0 ,035", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 999300141

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani intravascular i extravascular bioabsorbible, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 999300146

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal trombectomia vascular amb diàmetre calibrat per a control hemorràgia i/o oclusió pre-operatòria, d iferents ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 999300149

Descripció llarga:

A - Catèter per a aterectomia i/o trombòlisi percutània vascular per làser, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 999300162

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys intravasculars amb múltiples llaços, Ø</=4F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 999300165

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys intravasculars amb múltiples llaços, Ø>4F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 999300184

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail, angulat, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 999300226

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, sense recobriment hidrofílic, corba VTK, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 999300229

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu corbat amb recobriment hidrofílic, gran/adult, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 999300230

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu corbat amb recobriment hidrofílic, petit, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 999300249

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, sense recobriment hidrofílic, corba MPA, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 999300250

Descripció llarga:

A - Catèter per a trombectomia percutània rotacional sense aspiració per a fistules AV, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 999300251

Descripció llarga:

A - Catèter per a trombectomia percutània mecànica no rotacional per aspiració, perifèric, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 999300252

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Shepherd Hook, amb recobriment hidrofílic, diferents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 999300254

Descripció llarga:

A - Catèter per a trombectomia percutània venosa rotacional mecànica per aspiració, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 999300356

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux recte centimetrat, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 999300412

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplastia ATP amb alliberador de fàrmac per a guia de 0,0 14", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 999300485

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, amb recobriment hidrofílic, corba MPA, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 999301465

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplastia ATP amb alliberador de fàrmac per a guia de 0,0 35", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 999301644

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, sense recobriment hidrofílic, corba GAC, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 999302050

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani extravascular no bioabsorbible d'artèria femoral, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 999302051

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani extravascular bioabsorbible, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 999302052

Descripció llarga:

A - Dispositiu de tancament/taponament percutani intravascular no bioabsorbible, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 999302057

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: embolectomia i/o trombectomia vascular sobre guia, diferents ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 999302058

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: embolectomia vascular sense guia, diferents ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 999302060

Descripció llarga:

A - Catèter baló oclusió temporal de làtex: embolectomia i/o trombectomia vascular sense guia, diferents ø de baló i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 999302061

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys intravasculars amb llaç simple, Ø ≤4F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 999302062

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys intravasculars amb llaç simple, Ø>4F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 999302063

Descripció llarga:

A - Catèter recuperador cossos estranys: intravasculars tipus cistella diferents ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 999302065

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Semi-Compliant per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,014", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 999302066

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial ultra-baix perfil angioplàstia ATP, per a introductor 3F, compatible amb guies 0,014" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 999302067

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló intercanvi ràpid/RX per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,014" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 999302068

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Semi-Compliant per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 999302069

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Molt Alta Pressió per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,035" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 999302070

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Semi-Compliant per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,035" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 999302072

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac per a guia de 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 999302073

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial de tall amb ganivetes per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,014", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 999302074

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Cateter baló intercanvi ràpid/RX per trencament controlat de placa sense ganivetes per a an gioplàstia ATP compatible amb guies 0,014", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 999302075

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Cateter baló OTW/coaxial de tall amb ganivetes per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 999302076

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Cobra I II III, amb recobriment altame nt hidrofílic; diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 999302077

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Cobra I II III, sense recobriment hidr ofílic; diferents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 999302078

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Shepherd Hook, sense recobriment hidro fílic, diferents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 999302081

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, sense recobriment hidrofílic, corba RIM, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 999302082

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, sense recobriment hidrofílic, corba Vanschie, dife rents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 999302083

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter recte, sense guia, Ø entre 1,8F i 2,0F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 999302084

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu renal doble corba, petit, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 999302086

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux recte, normal, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 999302087

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail, normal, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 999302088

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux, diferents corbes, Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 999302090

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter d'alt flux >=2,7F, corbat, sense guia, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 999302093

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter guia multiús/multipropòsit, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 999302094

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter flux normal, recte, amb guia, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 999302095

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter guia per a accés renal corba I II, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 999302096

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter d'alt flux >=2,7F, recte, sense guia, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 999302098

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica angulada, marques radiopaques, per a guia 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 999302099

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter guia corba J, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 999302100

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter recte, sense guia, Ø entre 2,1F i 2,5F, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 999302103

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter guia corba Hockey Stick, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 999302104

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica recta, marques radiopaques, per a guia 0,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 999302105

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica recta, marques radiopaques, per a guia 0,035", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 999302107

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter compatible amb guies 0,021", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 999302111

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Simmons I, sense recobriment hidrofílic; diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 999302154

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, recte punta cònica, hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 999302155

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, angulat punta no cònica, hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 999302156

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica angulada, marques radiopaques, per a guia 0,014", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 999302157

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica recta, marques radiopaques, per a guia 0,014", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 999302158

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter d'alt flux $\geq 2,7F$, recte, amb guia, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 999302159

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló intercanvi ràpid/RX per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,018" diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 999302160

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, corba tipus Simmons I, amb recobriment altament hidrofílic; diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 999302319

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic alt flux pigtail centimetrat, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 999302320

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Semi-Compliant per a angioplàstia ATP amb balons de grans diàmetre s
>/=12mm, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 999302326

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Alta Pressió per a angioplàstia ATP, fístula AV, diferents Ø i lon gituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 999302327

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter de suport ATP, mallat, hidrofílic, punta cònica angulada, marques radiopaques, per a guia 0,035",
diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 999302331

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter guia deflectable, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 999302403

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac sirolimus, per a guia de 0
,035", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 999302404

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial per a angioplàstia ATP amb alliberador de fàrmac sirolimus, per a guia de 0
,018", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 999302495

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial No-Compliant per a angioplàstia ATP amb balons de grans diàmetres >/=12mm,
diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 999302812

Descripció llarga:

A - Catèter per a aterectomia percutània rotacional perifèrica sense aspiració, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 999302911

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Alta Pressió per a angioplàstia ATP, fístula AV, injecció proximal de contrast, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 999302912

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter baló OTW/coaxial Alta Pressió per a angioplàstia ATP, fístula AV, alliberador de fàrmac, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 999302913

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Cateter baló intercanvi ràpid/RX per trencament controlat de placa sense ganivetes per a angioplàstia ATP compatible amb guies 0,035", diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 999302914

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, angulat punta no cònica, altament hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 999302915

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Catèter diagnòstic/angiogràfic selectiu, recte punta cònica, altament hidrofílic, diferents Ø i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 999302916

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter flux normal, doble corbat, sense guia, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 999302917

Descripció llarga:

A - Intervencionisme perifèric vascular: Microcatèter amb punta deflectable, diferents diàmetres i longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 999302918

Descripció llarga:

A - Catèter per a trombectomia percutània mecànica, infusió, fragmentació i aspiració, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 999302919

Descripció llarga:

A - Catèter per a aterectomia percutània rotacional perifèrica amb aspiració, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 999302920

Descripció llarga:

A - Separador/Fragmentador de trombes, per vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb catèter trombectomia mecànica > a 8F, v àries longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 999302921

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració compatible amb separador/fragmentador de trombes, per a vasos viscerals i venes-perifèriques, amb control de flux, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 999302922

Descripció llarga:

A - Catèter amb discs per aspiració mecànica de trombes resistents l'aspiració en vasos viscerals i venes-perifèriques, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 999302923

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració de trombes en vasos visceral i venes- perifèric, compatible amb guia 0,035", varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 999302925

Descripció llarga:

A - Catèter d'infusió de fibrinolisis assistit per ultrasó, diferents longituds

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 999302926

Descripció llarga:

A - Catèter trombectomia mecànica per aspiració en tractament de trombosi venosa profunda, forma cistella, per guia 0,035", varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 999302927

Descripció llarga:

A - Introducitor mallat amb port aspiració i dilatador, per a inserció catèter trombectomia mecànica per aspiració en tractament de trombosi venosa profunda, varies mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 999302928

Descripció llarga:

A - Catèter angiogràfic/diagnòstic ecografia intravascular perifèrica, diferents diàmetres i longituds

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 47878067W

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 24.10.2023
HORA: 11:00:18
PÀGINA: 14 / 14

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 999302929

Descripció llarga:

A - Catèter de re-entrada guiada per ecografia intravascular, vàries mides

SOL.COMANDA: 1101366667 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 999302930

Descripció llarga:

A - Catèter de Radiofreqüència pel tractament d'ablació de venes varicoses, vàries mides

ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública

S'ha d'omplir el excel Licitació 1101345401_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya Oferta

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A - Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A - Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									

Oferta

Hoja4

Hoja1

Hoja2

Hoja3

+

...

4

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya **Oferta**

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya **Oferta**

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya Oferta	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l'agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge</u>. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte * S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
(SI/NO)	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT	Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	----------------------	-----	----------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--------------	----------------------	-----------

Dades del producte específic

Marca comercial/Model
Referència distribuïdor
Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització
Material de fabricació *	
Mides del material ofertat *	

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2

Llista resum de referències dels productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació	
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació	
Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada codi nacional ofert a la licitació	
Lot	Informar el NOM de l'empresa.
Codi agrupador	Informar el codi agrupador que es licita.
Codi SAP	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada SEMPRE caldrà completar-la manualment, ja que no correspondria al GTIN/EAN de la referència detall de l'oferta econòmica
Referència proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Referència distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment,
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES (continuació)	
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

Pels codis agrupadors hi ha camps que cal completar **OBLIGATORIAMENT** i en els que s'ha d'informar la dada que es demana de les referències DETALL presentades al codi agrupador al qual es licita.

DADES OBLIGATÒRIES per a codis agrupadors

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNIQUES		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Per a codis agrupadors, informar aquesta dada quan es coneix el codi SAP de la referència ofertada en el codi agrupador. Aquesta dada no s'haurà informat automàticament, ja que no és a la base de la licitació. SEMPRE caldrà completar-la manualment	OPCIONAL
Tipus oferta		Obligatori
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència proveïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència distribuïdor de la referència DETALL que s'ha indicat al full Codi agrupador de l'oferta econòmica Per a les licitacions amb codi agrupador, aquesta dada caldrà completar-la manualment	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori

Núm. expedient		

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF	
-----	--

Nom	
-----	--

[illegible]

ANNEX D3 - Fitxa de criteris sotmesos a judici de valor

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 001

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Rapidesa de buidament, és a dir, la facilitat de buidament
Replegament del catèter: la capacitat del baló a tornar al seva mida original

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 002

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Rapidesa de buidament, és a dir, la facilitat de buidament
Estabilitat del fàrmac

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 003

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Rapidesa de buidament, és a dir, la facilitat de buidament
Replegament del catèter: la capacitat del baló a tornar al seva mida original

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 004

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Capacitat d'empenyiment : capacitat de transmetre la força per fer avançar el catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 005-006

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Resistència a la deformació: la capacitat del catèter a no perdre la seva forma durant el procediment, inclús en vascularitzacions tortuoses
Capacitat de torque del catèter: la capacitat de transmetre la força girar el catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 007

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 008

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter
Suport/Estabilitat del catèter: la capacitat de mantenir l'estructura sense plicar-se (doblegar-se)
El catèter disposi de punta tova atraumàtica

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 009

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 010

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a l'acodament del catèter

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 11-12-18-19-21

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a l'acodament del catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 013

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Direccionabilitat del catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 015

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Desplegament de la cistella d'acer
Capacitat del catèter de reenbeinar la cistella

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 016

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Capacitat d'oclusió del catèter
Resistència del baló a al ruptura després de l'inflat

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 017

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.
Radiopacitat del catèter: Visibilitat del catèter

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 020

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Resistència a l'acodament del catèter
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.

Es **OBLIGATORI** presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR: LOT 022

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Navegabilitat del catèter: la capacitat d'arribar a la lesió i poder travessar-la.

Es OBLIGATORI presentar aquest annex.

S'han de presentar memòries, fitxes amb documentació, resums amb la explicació de les característiques demanades; fotografies, etc; en les que hi consti clarament tota la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.

Per veure que es demana en els criteris de judici de valor, veure ANNEX 4 del PCAP
--

ANNEX D4 - Fitxa de criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

2-3-7-9-11-12-14-17-18-19-21-22

[illegible]

Identificació de l'empresa

8-13-23

[illegible]

ANNEX E- Estructura del codi agrupador

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG AMB CODIS AGRUPADOR - EXEMPLES

Estructura del catàleg	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
GRUP D'ARTICLES	Endopròtesis coronàries amb alliberament de fàrmacs	Desfibril·ladors implantables	Pel·lícules radiogràfiques per a sistemes d'impressió secs
CODI AGRUPADOR	999200129 Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	999200025 Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	999400022 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb diferents sistemes làser, mida 20x25cm
CODI SAP	20031235 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 20, CRONOS 45678	20018300 Desfibril·lador implantable monocameral, DELFOS, referència D001	40000235 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFG
	20003442 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 21, CRONOS 45679	20004543 Desfibril·lador implantable monocameral DELFOS PLUS, referència D00124	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema BETA, mida 20x25, referència EHFB
	20003444 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 2mm llargària 22 CRONOS 45680	20005526 Desfibril·lador implantable monocameral, MICONOS, referència FF4536	40000236 Pel·lícula per a impressió en sec d'imatges en blanc i negre, compatible amb sistema OMEGA, mida 20x25, referència MMH25
	20029875 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 20, ARGOS HR2324		
	20029876 Endopròtesi crom cobalt amb rapamicina, diàmetre 3mm llargària 21, ARGOS HR2325		

CONFIGURACIÓ/ESTRUCTURA D'UN CONCURS AMB CODIS AGRUPADORS

- Configurat per lots
- Articles per codi agrupador
- Import de licitació: preu màxim o de referència per a tots els productes que es presentin contra el codi agrupador

EXEMPLES

LOT 1- Endopròtesi coronàries amb alliberament de fàrmacs

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200129	A - Endopròtesi coronària de diferents al·leacions, amb alliberador de rapamicina polímer biodegradable. Diferents diàmetres i llargàries.	200	1.650,00

ESQUEMA PER A LA PRESENTACIÓ D'OFERTES BASE I VARIANTS DE CODIS AGRUPADORS

- Possibilitat de presentació d'ofertes: oferta base i variants
- Número de variants limitat o il·limitat segons s'indiqui en el plec de prescripcions tècniques i en la caràtula del plec de clàusules administratives
- Tipologia de l'oferta base i/o variants: gammes de productes diferenciades, condicions econòmiques diferents per a productes d'una mateixa gamma (per exemple, condicions econòmiques diferenciades segons rang de mides), etc.

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 20 a 25mm	1.550,00

OFERTA VARIANT 1

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	RAPAMICI NA BIO	De diàmetre 2mm i rang de llargària de 25 a 30mm	1.590,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
Veure annex (vàries referències)	BIO PLUS K	De diàmetre 2/3mm i totes les llargàries de 20 a 40mm	1.645,00

Cada una de les ofertes per codi agrupador (oferta base, variant 1, variant 2, etc.) inclouran totes les referències de la gamma corresponent d'acord amb les característiques essencials i/o diferenciadores. L'import unitari per a totes i cada una d'aquestes referències incloses en un codi agrupador i tipus d'oferta serà el mateix. Les referències que s'inclouen per cada codi agrupador i tipus d'oferta es relacionen en el quadre de la pestanya de l'oferta econòmica.

Ofertes diferenciades d'una mateixa gamma per condicions econòmiques diferents

Ofertes diferenciades per diferent gamma de producte

LOT 1- Desfibril·ladors implantables

LOT	PAR TIDA	CODI	DESCRIPCIO	Quantitat total	Import licitació
1		999200025	A - Desfibril·lador implantable monocameral, amb diferents nivells de prestacions	45	21.500,00

OFERTA BASE

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005	MONO B	Monocameral bàsic	19.000,00

OFERTA VARIANT 2

Referència	Marca	Característiques diferenciades	Preu licitador
MH005A	MONO PLUS	Monocameral, transmissió de dades...	21.500,00