



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRÀMIT ORDINARI, DEL SUBMINISTRAMENT, REPARACIÓ I REPOSICIÓ DE NEVERES PORTÀTILS PER AL TRANSPORT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES I MATERIAL SANITARI PER AL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L'ALT PENEDEÈS, L'ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)

EXPEDIENT CLILAB S 2023 02

(IMP-SC-006)

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I LLOC D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (endavant, CLILAB Diagnòstics) realitza activitat d'anàlisis clíniques i d'anatomia patològica, pels seus socis i clients.

L'objecte d'aquest contracte és subministrar, reparar i reposar, en cas de ruptura i/o desperfecte, les neveres portàtils per al transport de mostres biològiques i material sanitari. Les neveres han de complir amb la normativa específica per al transport de mostres biològiques i material sanitari, han de permetre el transport ordenat, mantenir les condicions òptimes de les mostres de diagnòstic i la temperatura de les mostres durant el temps que duri el transport.

Les neveres portàtils s'han d'entregar a la direcció que s'indica a continuació segons les comandes que es facin per part del CLILAB Diagnòstics:

- Laboratori central, a les dependències de l'Hospital Comarcal de Vilafranca del Penedès (Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf) situat al carrer Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès.

El total de les neveres portàtils sol·licitades hauran de ser subministrades en un període màxim de 4 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

Les despeses generades per als lliuraments de les neveres sol·licitades aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària serà responsable del correcte transport i lliurament.

2. ABAST I DESENVOLUPAMENT DEL SUBMINISTRAMENT

Es tracta de subministrar, reparar i reposar en cas de ruptura i/o desperfecte, les neveres portàtils per al transport de mostres biològiques i material sanitari.

S'entén per reparació l'arranjament de nanses, cremalleres, butxaques interiors que no compleixin amb la seva funció inicial: subjectar els acumuladors, els sistemes de traçabilitat de mostres, les carpetes porta documents, etc. La decisió de reparar i/o reposar una nevera la tindrà sempre el CLILAB Diagnòstics.


Inicialment, el total de neveres que s'han de subministrar des de l'inici de la prestació del servei són com a mínim les següents (s'adjunta com a **Annex I. Inventari neveres**).

- ☐ Centres d'Atenció Primària: 144
- ☐ Intercentres: 86

Les empreses licitadores han de presentar una memòria tècnica que especifiqui el compliment dels requisits exigits en aquest plec, així com el detall de les característiques de les neveres.

Es cobreixen els següents subministraments, reparacions o reposicions (corrent a càrrec de l'empresa adjudicatària):

- Subministrament de neveres portàtils per al CLILAB Diagnòstics



- Subministrament d'embalatges per als documents amb dades confidencials (com ara: peticions, informes, etc.) que hagin de transportar-se dins la butxaca interior de la solapa de les neveres. Aquests embalatges per a posar els documents i informes (sobres o carpetes portadocuments) han de ser de color negre opac i de material plàstic o similar (no de paper) per a que no es faci malbé tant ràpid i per protegir dita documentació en cas accidental de vessament. Han de tenir una mida DIN A4 apaïssats, amb obertura superior i plecs (fuelles) amb capacitat de fins a 200

fulles, per tal de fer-les extensibles, en cas de ser necessari adjuntar un gran gruix de peticions. Tancament amb velcro o similar preferiblement.

- Subministrar embalatges secundaris que es detallaran més endavant. En cas de pèrdua o extracció d'algun dels contenidors secundaris, la reposició de dits elements anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- Subministrament i gestió dels acumuladors de fred pel transport de mostres refrigerades i gel sec pel transport de mostres congelades. A més, caldrà subministrar gel sec quan sigui necessari a les rutes intercentres, previ avís amb 48h d'antelació
- Reparar els elements de les neveres que s'hagin fet malbé o que siguin desperfectes
- Reposar noves neveres en el cas que no es puguin reparar
- S'ha d'aportar un sistema de seguretat del tipus brida, per assegurar la cadena de custòdia

Els requisits mínims que ha de complir cada nevera són els següents:

- Nevera per a l'enviament segur de substàncies de classe UN3373
- Nevera identificada amb la normativa UN3373 (fons blanc i lletres negres) i compliment de la normativa d'embalatge P650 de l'ADR per mostres i P620 per a substàncies infeccioses.
- Els embalatges disposaran dels elements necessaris per mantenir la verticalitat de les mostres i transportar-les ordenadament i sota condicions òptimes a fi d'evitar els vessaments accidentals (sobretot de formaldehid)
- Dimensió aproximada de l'embalatge terciari: 45x30x40 cm
- Nevera amb cremallera de doble carro
- Per tal d'identificar les neveres amb la informació referent al nom dels centres i la numeració assignada es plantegen 2 opcions en la retolació: (*veure Annex II. Retolació valises*)

- Mitjançant butxaques exteriors per tal d'afegir la informació referent a la ruta amb un DIN A5; Butxaca exterior transparent al frontal i al lateral de la nevera de dimensions aproximades de 30 x 30 cm aproximadament o butxaca exterior lateral amb unes dimensions mínimes de 25 x 25 cm aproximadament.
- Mitjançant etiquetes adhesives/vinils plastificats amb dita identificació proposada
- Butxaques interiors transparents al revers de la solapa superior de dimensions aproximades de 12 x 25 cm per a poder-hi emmagatzemar els sistemes de traçabilitat de mostres.
- Butxaca interior de tela o reixat al revers de la solapa superior, de dimensions aproximades de 30 x 30 cm per a poder-hi emmagatzemar els portadocuments amb les peticions i altres informes.
- Butxaques o departaments interiors al cos de la nevera per tal de posar els acumuladors de fred (2 butxaques al costat llarg, una a cada costat, de 45x10x30 i/o 2 butxaques al costat ample, una a cada costat, de 30x10x30 cm aproximadament)
- Indispensable dos tipus d'embalatges secundaris per a cada nevera (un per a cada tipus de mostres):
 - Contenidor secundari A: bossa de polietilè de dimensions aproximades de 30 x 30 x 60 cm, que inclogui plantilla absorbent amb capacitat absorbent d'1L amb clip de tancament d'aproximadament 30 cm de longitud. Servirà per a transportar les gradetes amb tubs de sang i orines.
 - Contenidor secundari B: Contenidor amb nansa exterior de dimensions aproximades 35 x 25 x 10 cm (alçada mínima 7 cm, alçada màxima 12 cm) i cremallera de doble carro. La bossa ha de tenir separadors interns que permetin una capacitat mínima de 12 pots de 120 mL. Servirà per al transport de pots d'orina, femtes, escovillons, etc. Per tant, ha de tenir dimensions similars a la base de la nevera.
- Apilables i fàcilment transportables mitjançant carretó per part del transportista
- Hauran de disposar de sivelles on ancorar les nanses per a poder ser penjades
- En el cas de les 86 neveres intercentre, preferiblement poder identificar les neveres en 3 colors diferents per a la ràpida identificació de les neveres amb la següent distribució (*veure*

Annex I. Inventari neveres i Annex III. Disseny valises):

- 36 unitats amb distintiu de color blau del logotip CLILAB o de la tapa de la valisa, per a diferenciar les neveres a temperatura refrigerada per a mostres del Laboratori General i Microbiologia
- 30 unitats amb distintiu de color groc logotip CLILAB o de la tapa de la valisa, per a identificar les neveres a temperatura ambient per a mostres del Laboratori General i Microbiologia
- 20 unitats amb distintiu color magenta del logotip CLILAB o de la tapa de la valisa, per a identificar les mostres d'Anatomia Patològica (per a diferenciar la temperatura,

si és ambient o refrigerada, s'especificarà en rètols que aniran a les butxaques exteriors segons la codificació de colors veure **Annex III. Disseny valises**)

- Logotip CLILAB imprès mínim a 5 colors a la part superior. A continuació es detalla la codificació dels colors del logotip de CLILAB Diagnòstics:

Codis Pantone logotip CLILAB Diagnòstics:

Pantones SOLID COATED per Impremta

- *Pantone Rhodamine Red C - magenta*
 - *Pantone 7548 C - groc*
 - *Pantone 660 C - blau*
 - *Pantone 5295 C - gris*
- Dos rangs de temperatura qualificats des de 2 a 25 °C. Aquest embalatge ha de permetre cobrir els dos rangs de temperatura que principalment requereix la conservació de les mostres biològiques, tant en el rang de fred de 4 a 10 °C, com de temperatura ambient, de 15 a 25 °C.
 - El conjunt d'embalatge secundari i terciari no ha de superar els 5 kg de pes

Al finalitzar el contracte, les neveres seran propietat de CLILAB Diagnòstics.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament i prèviament al CLILAB Diagnòstics de qualsevol modificació i/o canvi que afecti al subministrament objecte de contracte.

3. MITJANS A APORTAR PER L'EMPRESA

L'empresa adjudicatària serà responsable, i sota el seu càrrec, de l'aportació dels materials personals, tècnics i materials necessaris per a complir amb els requisits exigits.

Per una banda, el CLILAB Diagnòstics designarà una persona que assumirà el control i coordinació amb l'empresa adjudicatària, amb la que tractarà directament els afers relacionats amb el desenvolupament normal del subministrament de les neveres.

Per altra banda, l'empresa adjudicatària designarà un responsable encarregat de la gestió directiva i de tractar els afers relacionats amb el correcte desenvolupament de les tasques amb el CLILAB Diagnòstics.

En el supòsit de detectar-se qualsevol anomalia per part del CLILAB Diagnòstics, aquest podrà sol·licitar reunir-se amb l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària ha de complir els següents requisits (veure **Annex III. Disseny valises**):

- L'etiquetatge corresponent a perill de Classe 6.2: Matèries infeccioses sobre les valises (es tracta del signe de risc biològic amb tres llunes creixents sobre un cercle) i el nº 6.
- L'etiquetatge corresponent amb la normativa UN3373 (fons blanc i lletres negres i mides: 10 cm x 10 cm)
- Etiquetatge indicatiu de posició de l'embalatge (fletxes) que indiquin la correcta posició de la valisa per evitar que es pugui tombar. Posar-ne un a cada costat de la valisa per tal que pugui ser fàcilment reconeixible en qualsevol moment (una al frontal i una altra al lateral).
- La indicació de les condicions de manteniment. Exemple: Mantenir refrigerat.
- Identificació amb mides DIN A5, amb el nom del centre que correspongui (nom de l'EAP) i relació de numeració assignada, segons les indicacions del CLILAB Diagnòstics, a l'interior de cada butxaca exterior. Veure **Annex II. Retolació valises** i **Annex III. Disseny valises**
- Etiquetatge de les valises intercentres d'Anatomia Patològica amb rètol específic de la destinació i les condicions de temperatura, respectant en cada cas el color de fons de l'etiquetatge que aporten informació al respecte de la temperatura de les mostres: etiqueta blava per a les mostres de Citologies generals (refrigerat 4-10°C) i etiqueta groga per a les mostres de Biòpsies (temperatura ambient 15-25°C) (veure **Annex III. Disseny valises**. **Valisa intercentres**)

4. MANTENIMENT

L'empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment i l'assistència tècnica de totes les neveres subministrades al CLILAB Diagnòstics. S'ha de proporcionar un manteniment preventiu i correctiu per tal de garantir les perfectes condicions de les neveres. Els costos necessaris seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. El manteniment inclou l'atenció, substitució de les peces que faci falta, recanvis i altres elements que poguessin resultar necessari per a les perfectes condicions de les neveres. Les empreses licitadores han d'aportar una proposta de manteniment dins el sobre únic.

En cas d'haver de fer actuacions, l'empresa adjudicatària haurà de presentar un calendari al responsable del CLILAB Diagnòstics per a la seva aprovació. Les actuacions de manteniment, reparació i reposició s'han de fer en el menor temps possible no podent ser en cap cas superiors a les 72h. En cas d'incompliment, s'aplicaran les penalitzacions establertes en aquest plec.

S'hi ha de contemplar una assistència telefònica amb cobertura horària mínima d'entre les 08:00h a les 17:00h en dies laborables.

5. PLA DE CONTINGÈNCIA

L'empresa licitadora haurà d'incloure dins el sobre únic un pla de contingència relatiu als recursos materials i d'infraestructura per mantenir els subministraments, així com altres imprevistos aliens a l'empresa.

Dins la presentació d'aquest pla de contingència, l'empresa licitadora haurà d'indicar la capacitat de resposta en cas d'accident o d'emergència.

6. INCIDÈNCIES I PENALITZACIONS ADMINISTRATIVES

En el cas que hi hagués errors per causes imputables a l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de posar tots els mitjans necessaris amb el fi de resoldre i solucionar l'error comès.

El CLILAB Diagnòstics queda exonerat de tota responsabilitat que pugui provenir d'accidents, successos o esdeveniments que es poguessin produir.

En aquest plec de prescripcions tècniques s'estableixen una sèrie de penalitzacions aplicables en cas d'incompliment d'alguns requisits mínims d'obligat compliment. El CLILAB Diagnòstics farà un seguiment i control de qualitat mensual i el règim de penalitzacions es desenvoluparà a través del sistema documental d'incidències que derivin en no conformitats, que tindran una penalització segons la classificació següent:

Incidència menor:

- No reparació de les neveres que s'han fet malbé o tenen desperfectes

Incidència greu:

- No subministrament del nombre total de les neveres previstes
- Reposició de nevera superior a les 72h o presentació d'una nevera de *back-up* a l'espera de la nevera reposada oficial sense els criteris d'identificació especificats

Aplicació:

- Les incidències es podran acumular durant l'execució del contracte. Les incidències menors comptaran la meitat de les greus a efectes de penalització i acumulació.

Cal tenir en compte que les incidències i no conformitats produïdes per força major de caire climatològic, accidents de trànsit, etc., no computaran.

Graduació de les incidències i no conformitats a efectes de sancions:

Nombre d'incidències Menors/mensuals	Penalització de la factura mensual mitjançant descomptes
1	-0,25 %
2	-0,5 %
3	-1%
4	-2,5%
5*	Rescissió del contracte si CLILAB Diagnòstics ho requereix

***Rescissió del contracte si CLILAB Diagnòstics ho requereix si en qüestió d'un mes es produeixen 5 o més de 5 incidències menors.**

Nombre d'incidències Greus /mensuals	Penalització de la factura mensual mitjançant descomptes
1	-0,5 %
2	-1 %
3	-2%
4	-5%
5*	Rescissió del contracte si CLILAB Diagnòstics ho requereix

***Rescissió del contracte si CLILAB Diagnòstics ho requereix si en qüestió d'un mes es produeixen 5 o més de 5 incidències greus.**

Rescissió del contracte si CLILAB Diagnòstics ho requereix si en qüestió d'un mes es produeixen 5 o més de 5 incidències en la combinació d'incidències GREUS i MENORS.

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ

La proposta econòmica que ha de presentar l'empresa licitadora és la relacionada al document Annex Econòmic. La proposta econòmica, i, concretament, l'oferta que es presenti per a la valoració econòmica s'haurà de completar amb l'import total anual i l'import total de la licitació amb un màxim de dos decimals.

Les unitats són estimades previstes i agafades com a referència per configurar el pressupost de licitació. Les unitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats dels centres del CLILAB Diagnòstics. S'estableixen uns preus unitaris amb un pressupost de licitació màxim.

El preu d'aquest expedient s'ha establert per preus unitaris. El sistema de determinació del preu ha estat realitzat tenint en compte la informació obtinguda de la consulta preliminar de mercat i que correspon al preu de mercat actual a la data de publicació d'aquesta licitació.

L'objecte del contracte no s'entendrà subministrat fins el moment en que el responsable del contracte revisi i accepti les neveres subministrades. En el supòsit que el subministrament no

reuneixi les condicions que permetin la seva acceptació, es procedirà a la seva devolució, indicant les circumstàncies i es comunicarà a l'empresa adjudicatària la necessitat de realitzar un nou subministrament. Aquesta es compromet a canviar el material defectuós per un altre en perfecte estat sense cap cost addicional per a CLILAB Diagnòstics.

Les unitats inicials a subministrar, així com la seva previsió de dotació són les que s'han detallat en aquest plec de prescripcions tècniques.

El subministrament, reparació o reposició de neveres portàtils, atenent a les necessitats de CLILAB Diagnòstics, s'entregaran dins el període establert a llarg d'aquest plec de prescripcions tècniques.

Mensualment, el CLILAB Diagnòstics rebrà una factura per part de l'empresa adjudicatària corresponent al subministrament, reparació i reposició de neveres portàtils per al transport de mostres biològiques i material sanitari. L'adjudicatari, a mes vençut, facturarà a un preu fix d'acord a l'import adjudicat, presentant la factura abans del dia 5 del mes següent. En la factura mensual s'haurà de fer constar el **número d'expedient** del contracte.

CLILAB Diagnòstics es reserva el dret d'aplicar a les factures les possibles sancions i penalitzacions d'acord amb el previst en el present plec de prescripcions tècniques.

L'empresa adjudicatària haurà de presentar un document detallat del cost del preu unitari per nevera portàtil a subministrar. Aquest document constarà en l'oferta a presentar al sobre únic i serà aplicat també per al supòsit en que s'haguessin d'aplicar modificacions contractuals per augment de necessitat de neveres portàtils. Pel que el preu unitari es mantindrà inalterable. Les neveres de reposició seran a cost zero per CLILAB Diagnòstics.

L'empresa adjudicatària haurà de demanar i obtenir una autorització del CLILAB Diagnòstics per modificar qualsevol aspecte lligat al funcionament o característiques que conformen l'objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària no podrà, sense el consentiment del CLILAB Diagnòstics, canviar de forma unilateral els formats, continguts, i el format de la informació amb el que es lliura la factura. Qualsevol canvi serà informat amb antelació al CLILAB Diagnòstics.

Obligació de la presentació de la factura electrònica al CLILAB Diagnòstics en aplicació de la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, que regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015. Veure clàusula cinquantesena del PCAP, referent al Règim de Pagaments i Facturació Electrònica, on s'indiquen els codis DIR del CLILAB Diagnòstics, així com els requisits legalment establerts per a la correcta tramitació de la factura.

8. ALTRES CONDICIONS GENERALS

L'empresa adjudicatària serà responsable davant dels Tribunals de Justícia dels accidents que puguin ocasionar-se al personal en el compliment de les seves responsabilitats assumides en virtut d'aquest procediment.

9. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

Es consideraran obligacions contractuals essencials les indicades a continuació:

- El compliment de les prescripcions tècniques i requisits obligatoris.
- No incórrer en una manifesta incapacitat tècnica o negligència amb el desenvolupament de les activitats objecte del present contracte.
- Interrompre o abandonar els treballs sense causa justificada. S'entendrà per abandonament o interrupció sense causa justificada quan els treballs hagin deixat de desenvolupar-se, no es desenvolupin amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o materials necessaris per a la normal execució del contracte en termini. No obstant, el CLILAB Diagnòstics, abans de declarar l'incompliment, requerirà al contractista que regularitzi la situació en el termini de cinc dies a comptar des del requeriment.
- El compliment de la normativa de seguretat i salut en el treball.
- El compliment de la obligació de confidencialitat o d'informació a tercers sense prèvia autorització del CLILAB Diagnòstics.

10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA MÍNIMA A APORTAR PELS LICITADORS

La documentació tècnica que han d'aportar els licitadors esdevé la documentació acreditativa de les referències tècniques exigides per CLILAB Diagnòstics en aquest mateix Plec. De totes maneres, els licitadors poden optar a completar la proposta afegint els elements complementaris que considerin convenients i d'utilitat per al CLILAB Diagnòstics, indicant-ne les característiques de forma detallada.

Serà obligatori per a tots els licitadors omplir degudament el document adjunt a l'anunci de licitació anomenat *Quadre resum dels criteris d'adjudicació*.

En la línia del paràgraf anterior, tota empresa licitadora haurà d'aportar, com a mínim, al sobre únic:

A) Descripció, explicació i detall del compliment de l'abast i desenvolupament del subministrament	<i>Punt 2</i>
B) Descripció, explicació i detall del compliment dels mitjans a aportar per l'empresa	<i>Punt 3</i>
C) Proposta de manteniment	<i>Punt 4.</i>
D) Pla de contingència	<i>Punt 5</i>

11. ANNEXOS

Annex I. Inventari neveres

Annex II. Retolació valises

Annex III. Disseny valises