

Plec tècnic de desplegament del servei d'anàlisi del risc d'ictus (SRA®) als hospitals de l'Institut Català de la Salut

Procediment Negociat per exclusivitat

Índex de continguts

1. OBJECTE.....	3
2. ABAST	3
3. SERVEIS.....	4
Plataforma Algoritme SRA® (Stroke Risk Analysis).....	4
Adquisició i manteniment dels equips requerits per recollir les dades i els seus fungibles (Holters).....	4
4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.....	6

1.OBJECTE

Dotar de serveis que permetin el manteniment de la solució que dona l'eina actual de SRA, és una eina d'ajuda al diagnòstic de la fibril·lació auricular (FA).

La plataforma SRA® és capaç de predir el risc negatiu de la pxFA amb un alt valor predictiu negatiu, que permet fer un cribratge específic de la presència/risc de fibril·lació auricular en una població de pacients seleccionats (ictus).

És una eina diagnòstica d'alt valor clínic en unitats d'ictus/plantes d'hospitalització de neurologia, i en pacients que han patit tant un atac isquèmic transitori o un ictus isquèmic, perquè permet adequar el pla terapèutic de prevenció secundària de l'ictus/AIT a partir de les troballes diagnòstiques.

Aquesta plataforma permet la detecció d'episodis actius d'FA paroxística (pxFA), així com la predicció del risc de patir una pxFA (R_FA), aquesta última en base a uns patrons de repetició concrets en l'ECG que són específics de la remodelació de l'aurícula esquerra associada a l'FA. Cal destacar que, com a eina de predicció, el software SRA® és capaç de predir el risc negatiu de la pxFA amb un alt valor predictiu negatiu. També permet l'anàlisi automatitzada dels registres d'electro- cardiograma (ECG) obtinguts bé de dispositius holter, monitors de pacient, telemetria o de qualsevol dispositiu de monitoratge ECG.

Aquest servei consta dels següents components :

- Algoritme de SRA
- Adquisició i manteniment dels equips requerits per recollir les dades i els seus fungibles
- Integració de dades amb les unitats assistencials

2.ABAST

Els centres que requereixen aquest servei son:

- H. Bellvitge
- H. Germans Trias
- H. Trueta
- H. Arnau de Vilanova
- H. Joan XXIII
- H. Verge de la Cinta
- H. Viladecans

Queda exclòs d'aquest servei l'Hospital de Vall d'Hebron.

L'increment d'ús de l'eina en els centres detallats no suposarà cap increment de cost.

3. SERVEIS

Plataforma Algoritme SRA® (Stroke Risk Analysis)

L'adjudicatari ha de facilitar l'algoritme actual i la seva plataforma d'anàlisi amb totes les actualitzacions que es generin durant el servei sense cost addicional.

Aquesta plataforma ha d'incloure tots els elements tant per recollir les dades, tractar-les i integrar-les en el HIS dels centres i les seves unitats d'Ictus.

S'aniran incorporant les noves versions una vegada estiguin certificades.

El manteniment anual de la solució ha d'estar incorporat.

Es preveu la següent activitat:

Centres	Codis Ictus (registre ICAT)	Candidats/anys a SRA amb suport telemetria a UIA (isquèmics /AIT No cardioembòlics)	Candidats/any a SRA amb suport holter (ambuladoris/ingressats)
H. Bellvitge	1245	350	180 3/4/setmana)
H. Germans Trias	665	300	180 3/4/setmana)
H. Trueta	600	190	100
H. Arnau Vilanova	552	200	300
H. Joan XXIII	620	300	140
H. Verge de Cinta	120	50	25
H. Viladecans	--	--	60

Els quantitats son orientatives, l'import de facturació serà fixe anual encara que superin aquestes quantitats

Adquisició i manteniment dels equips requerits per recollir les dades i els seus fungibles (Holters)

Entra en aquest apartat:

- Manteniment d'equips actuals
- Adquisició i manteniment de nous equips
- Proposta de renovació
- Servei de reposició

Manteniment d'equips actuals

Es contracta el servei de manteniment dels equips actuals amb un import anual màxim recollit a l'annex 1.

Centres	Nombre Holters disponibles
H. Bellvitge	6 (1 backup)
H. Germans Trias	6
H. Trueta	6
H. Arnau de Vilanova	4
H. Joan XXIII	5
H. Verge de la Cinta	3
H. Viladecans	3

Adquisició i manteniment de nous equips

Es requereixen incrementar les quantitats d'equips en :

Centres	Unitats addicionals
H. Bellvitge	4
H. Germans Trias	4
H. Trueta	4
H. Arnau de Vilanova	2
H. Joan XXIII	1

H. Verge de la Cinta i H. Viladecans no requereixen unitats addicionals.

Per tant es requereixen 15 nous equips.

A l'adquisició queda incorporat la garantia de 4 anys.

Proposta de renovació

En el cas que es consideri per les dues parts que un equip s'ha de renovar, es podrà ampliar la compra de dispositiu i el seu cost (servei i garantia de 4 anys) serà el mateix que els de nova adquisició.

Servei de reposició

Es requereix que els dispositius en manteniment siguin reposats en un màxim de 24h en horari laboral. Per donar aquesta cobertura l'adjudicatari ha de disposar d'equips de reserva, mínim de 2 equips.

Servei d'integració

Es requereix que es faci la integració dels equips en el HIS de cada centre seguint les normes de Sistemes d'Informació de l'ICS, vinculant les dades generades amb el repositori pertinent.

En el cas de fer servir una plataforma externa, les dades seran anonimitzades.

L'empresa aplicarà les normes definides en el ENS o equivalent per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades tractades.

Pegats i cables dels EGC

Els Holters aprovisionats han de poder treballar amb cablejat estàndard, els centres podran determinar si fan servir cablejat específic que proporcioni l'adjudicatari o cablejat estàndard del centre.

El preu màxim en el que es podrà facturar el cablejat i pegats proporcionats per l'adjudicatari és de :

- Pegats Bittium Omega (Pack de 50 uds) per 650€ sense IVA
- Cable 3 elèctrodes per Holters Bittium per 60€ sense IVA

4.OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

La empresa adjudicatària ha de disposar dels certificats que permetin aplicar la seva solució dintre de l'àmbit sanitari.

Pel que fa al tractament de dades sanitàries i la seguretat i privacitat de la informació a tractar, en l'oferta s'ha d'acreditar el compromís de compliment i la capacitat per l'aplicació al present contracte de las normes vigents i qualsevol altra que pugui ser promulgada durant la vigència del contracte.

L'adjudicatari, pel que fa a la llei de protecció de dades, actuarà com encarregat del tractament de les dades, sent l'ICS el responsable de les mateixes.

Per tot això l'adjudicatari ha de signar l'acord d'encarregat de tractament de dades de caràcter personal amb l'ICS.

Roser Anglès Coll
Direcció Assistencial d'Hospitals