

ACTA – classificació i proposta d'adjudicació

Expedient CS/AH04/1101365790/23/PO - Subministrament de dos equips de tractament de trastorns del sòl pelvià dirigits als serveis de Digestologia i Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

En 30 de novembre de 2023 a les 08:00h s'ha celebrat la sessió de classificació de les ofertes per tal de procedir a la proposta d'adjudicació corresponent.

Membres de la mesa

Han estat nomenats membres de la mesa de contractació:

President: Josep Maria Juanhuix Peracaula - Cap Unitat Gestió Econòmica

Vocals: Salvador Bartrolí Jordà - Control Econòmic Financer intern
Dolors Fernandez Cuestas – Unitat de compres i contractació
Pere Vilar Pont – Unitat de compres i contractació
David Estruch Mas – Assessoria Jurídica

Secretària: Montse García Torres - Tècnic de la unitat de compres i contractació

Ordre del dia:

Aquesta sessió té com a finalitat realitzar la classificació de les proposicions admeses, l'avaluació de la documentació presentada i proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de les mateixes.

Desenvolupament de la sessió:

Es constitueix la mesa de contractació designada en l'expedient de referència, integrada pels membres indicats anteriorment, d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació.

S'inicia la sessió i es procedeix a l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet de les mateixes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè tècnic designat a tal efecte.

Després de l'anàlisi dels informes la mesa de contractació i tenint en compte l'anterior classifica les propostes segons consta a l'annex, el qual s'adjunta a aquesta acta.

Es proposa elevar a l'òrgan de contractació el següent:

Proposta d'acord/s

- Declarar com a ofertes amb millor relació qualitat-preu les de les empreses que consten a l'annex 2 d'aquesta acta i en conseqüència, proposar que siguin les empreses adjudicatàries.
- Requerir a l'empresa proposada com a adjudicatàries per a que presentin la documentació justificativa de requeriments previs i de la resta de documentació especificada en el procediment de contractació.

Sense més temes per tractar, es dona per finalitzada la sessió estenent-se acta.

Montse Garcia Torres
LA SECRETÀRIA

Vist i plau
Josep M^a Juanhuix Peracaula
EL PRESIDENT

ANNEX 1: Informe amb les valoracions / puntuacions



ANNEX 2. LLISTAT PROPOSTA ADJUDICATARIS

J. Touron S.A. Lot 1
J. Touron S.A. Lot 2

INFORME DE VALORACIÓ FINAL DE L'EXPEDIENT DE SUBMINISTRAMENT DE DOS EQUIPS DE TRACTAMENT DE TRASTORNS DEL SÒL PELVIÀ DIRIGITS ALS SERVEIS DE DIGESTOLOGIA I REHABILITACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA

Revisades les ofertes rebudes en relació a l'expedient de subministrament de dos equips de tractament de trastorns del sòl pelvià dirigits als serveis de Digestologia i Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, s'ha presentat una oferta pels 2 lots en licitació:

Lot 1

1. J. TOURON, S.A.

Lot 2

1. J. TOURON, S.A.

La qual compleix amb els requisits mínims que figuren a l'Annex III Fitxa tècnica, descrits al punt 2.2 del plec de prescripcions tècniques.

2. ABAST I REQUISITS TÈCNICS

Annex 1. Criteris valorables i annex 3. Requisits mínims

2.2. Requisits mínims obligatoris (Documentació a incloure al SOBRE 2):

Els licitadors hauran de complir obligatòriament amb tots els requisits mínims que figuren a l'Annex III Fitxa tècnica. Requisits mínims. L'incompliment d'algun d'ells serà motiu d'exclusió.

A continuació es descriuen les valoracions de cadascuna de les empreses que compleixen amb els requisits excloents:

Lot 1

1. J. TOURON, S.A.

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia	
EMPRESA:	
NIF:	
Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.	
Definició	

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia, que inclogui:

- 1 Unitat central
- 2 Unitats d'estimulació
- Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui:
 - 1 Manòmetre digital de 3 vies
 - 5 Sondes rectals de pressió de doble baló
 - 1 Pedal de control

Cal incloure el Product Data.

Cal incloure el Manual tècnic.

Prestacions tècniques i funcionals	Compleix
------------------------------------	----------

1	Característiques tècniques	
	Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses	
22	Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a l'estimulació neuromuscular transcutània, que generi corrents i rebi senyals musculars per mitjà d'elèctrodes de superfície o sondes:	SÍ
23	L'equip ha d'estar format per 1 unitat central i almenys 2 unitats d'estimulació o telèmetres amb biofeedback que mesurin el nivell i la qualitat del reclutament muscular: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Unitat d'estimulació amb 2 vies d'electroestimulació i 2 vies de biofeedback. - 1 Unitat d'estimulació que permeti la connexió amb sondes per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal. 	SÍ
24	La unitat central ha d'incloure com a mínim 1 ranura o connector per la càrrega de les unitats d'estimulació.	SÍ
25	La unitat central ha d'estar equipada amb una pantalla tàctil a color.	SÍ
26	La unitat central ha d'incloure almenys les següents connexions: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Port USB. - 1 Port d'alimentació elèctrica. 	SÍ
27	La unitat central ha de ser compatible amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.	SÍ

2	Funcionalitats	
	Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses	
28	Equip d'electroestimulació per a tractaments sobre trastorns músculoesquelètics i de sòl pelvià.	SÍ
	<u>Accions terapèutiques</u>	
29	Reeducació articular i muscular.	SÍ
30	Reeducació perineal per exercicis ortostàtics i dinàmics.	SÍ

31	Electroestimulació de la fibra muscular llisa per la millora d'isquèmies, hematomes i altres patologies musculars.	SÍ
32	Revisions perineoesfinterianes.	SÍ
33	Revisions neuroperifèriques.	SÍ
34	Teràpies antiinflamatòries.	SÍ
35	Teràpies antàlgiques.	SÍ
36	Teràpies de mobilitzacions articular.	SÍ
37	Teràpies d'enfortiment muscular.	SÍ
<u>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</u>		
38	Amiotròfiques.	SÍ
39	Circulatòries i tròfiques.	SÍ
40	Contractures musculars.	SÍ
41	Dermatològiques.	SÍ
42	Digestives de trànsit.	SÍ
43	Dolors múscultendinosos del pre i el postpart.	SÍ
44	Hematomes.	SÍ
45	Incontinències urinàries.	SÍ
46	Neurològiques.	SÍ
47	Osteoarticulars i tendinoses.	SÍ
48	Perinoesfinterianes.	SÍ
49	Postraumàtiques.	SÍ
50	Respiratòries.	SÍ
51	Reumatològiques.	SÍ
52	Trastorns perineals.	SÍ
<u>Funcions generals</u>		
Avaluació de:		
53	- Dolor.	SÍ
54	- Amiotròfia.	SÍ
55	- Inflamació.	SÍ
56	- Edema.	SÍ
57	Gravació dels paràmetres fisiològics o biofeedback.	SÍ
58	Modificació a temps real dels paràmetres d'estimulació.	SÍ
59	Creació de programes personalitzats.	SÍ
60	Configuració dels sons indicadors d'inicis, finals i progressió de fases dels exercicis.	SÍ

3 Accessoris		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
61	1 Cable d'alimentació elèctrica.	SÍ
62	1 Comandament a distància.	SÍ
63	Tots els elèctrodes necessaris pel compliment de les funcionalitats.	SÍ
64	Tots els adaptadors necessaris pel compliment de les funcionalitats.	SÍ
65	1 Punter.	SÍ

66	1 Cable USB de connexió a PC.	SÍ
<i>El material per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, ha d'estar compost per:</i>		
67	- 1 Manòmetre digital de 3 vies, compatible amb la sonda rectal demanada a sota.	SÍ
68	- 5 Sondes rectals de pressió de doble baló. Cadascuna ha d'incloure dos globus, un a la part distal i l'altra a la proximal, per l'avaluació de la inhibició Reflex-Recte anal (RIAR).	SÍ
69	- 1 Pedal de control.	SÍ
70	- 1 Xeringa.	SÍ
71	- 1 Llicència de software de revisió que calculi els paràmetres de pressió, reflex i sensibilitats rectals.	SÍ

4 Connectivitat i integració		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
72	Compatibilitat de l'equip de sòl pelvià amb ordinadors amb sistema operatiu Windows 10 o superior.	SÍ

5 Servei tècnic durant el període de garantia		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
73	Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.	SÍ
74	Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.	SÍ
75	Condicions de garantia, reposició i formació.	SÍ
76	Condicions d'instal·lació.	SÍ

6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
77	Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil	SÍ
78	Desglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells: - Model - Referència - Codificació ECRI	SÍ

Lot 2

1. J. TOURON, S.A.

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació	
EMPRESA:	
NIF:	
Correu electrònic:	
<p>Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.</p>	
Definició	
<p>Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació, que inclogui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Unitat central amb ordinador integrat i carro de transport - 2 Unitats d'estimulació - Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Manòmetre digital de 3 vies - 4 Sondes rectals de pressió de doble baló - 4 Sondes per l'estimulació bilateral de l'esfínter anal - 1 Pedal de control <p>Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.</p>	

Prestacions tècniques i funcionals	Complex
------------------------------------	---------

1	Característiques tècniques	
	Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses	
22	Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a l'estimulació neuromuscular transcutània, que generi corrents i rebi senyals musculars per mitjà d'elèctrodes de superfície o sondes.	SÍ
23	L'equip ha d'estar format per 1 unitat central i almenys 2 unitats d'estimulació o telèmetres amb biofeedback que mesurin el nivell i la qualitat del reclutament muscular:	SÍ
24	- 1 Unitat d'estimulació amb 2 vies d'electroestimulació i 2 vies de biofeedback.	SÍ
25	- 1 Unitat d'estimulació que permeti la connexió amb sondes per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal.	SÍ
26	La unitat central ha d'estar suportada per un carro rodable amb rodes pel seu transport.	SÍ
27	La unitat central ha d'incloure com a mínim 1 ranura o connector per la càrrega de les unitats d'estimulació.	SÍ
28	Cada unitat d'estimulació s'ha de connectar a la sonda i/o elèctrodes de superfície que es facin servir.	SÍ
29	L'equip de sòl pelvià ha d'incorporar un ordinador integrat.	SÍ

30	Amb l'ordinador cal incloure un software d'anàlisi i mesura dels tractaments.	SÍ
31	L'aparell ha d'estar equipat amb una pantalla tàctil i un teclat físic o tàctil.	SÍ
<i>L'aparell ha d'incloure com a mínim les següents connexions:</i>		
32	- 1 Presa d'àudio.	SÍ
33	- 1 Port HDMI.	SÍ
34	- 1 Port USB.	SÍ
35	- 1 Port RJ45.	SÍ

2 Funcionalitats		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
1	Equip d'electroestimulació per a tractaments sobre trastorns músculesquelètics i de sòl pelvià.	SÍ
<i>Accions terapèutiques</i>		
2	Reeducació articular i muscular.	SÍ
3	Reeducació perineal per exercicis ortostàtics i dinàmics.	SÍ
4	Electroestimulació de la fibra muscular llisa per la millora d'isquèmies, hematomes i altres patologies musculars.	SÍ
5	Revisions perineoesfinterianes.	SÍ
6	Revisions neuroperifèriques.	SÍ
7	Teràpies antiinflamatòries.	SÍ
8	Teràpies antàlgiques.	SÍ
9	Teràpies de mobilitzacions articular.	SÍ
10	Teràpies d'enfortiment muscular.	SÍ
<i>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</i>		
11	Amiotròfiques.	SÍ
12	Circulatòries i tròfiques.	SÍ
13	Contractures musculars.	SÍ
14	Dermatològiques.	SÍ
15	Digestives de trànsit.	SÍ
16	Dolors múscultendinosos del pre i el postpart.	SÍ
17	Hematomes.	SÍ
18	Incontinències urinàries.	SÍ
19	Neurològiques.	SÍ
20	Osteoarticulars i tendinoses.	SÍ
21	Perinoesfinterianes.	SÍ
22	Postramatiques.	SÍ
23	Respiratòries.	SÍ
24	Reumatològiques.	SÍ
25	Trastorns perineals.	SÍ
<i>Funcions generals</i>		
Avaluació de:		

26	- Dolor.	SÍ
27	- Amiotròfia.	SÍ
28	- Inflamació.	SÍ
29	- Edema.	SÍ
30	Gravació dels paràmetres fisiològics o biofeedback.	SÍ
31	Modificació a temps real dels paràmetres d'estimulació.	SÍ
32	Creació de programes personalitzats.	SÍ
33	Configuració dels sons indicadors d'inicis, finals i progressió de fases dels exercicis.	SÍ

3 Accessoris		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
34	1 Cable d'alimentació elèctrica.	SÍ
35	1 Comandament a distància.	SÍ
36	Tots els elèctrodes necessaris pel compliment de les funcionalitats.	SÍ
37	Tots els adaptadors necessaris pel compliment de les funcionalitats.	SÍ
38	1 Punter.	SÍ
39	1 Cable USB de connexió a PC.	SÍ
Material per l'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, ha d'estar compost per:		
40	- 1 Manòmetre digital de 3 vies, compatible amb les sondes rectals demanades a sota.	SÍ
41	- 4 Sondes rectals de pressió de doble baló. Cadascuna ha d'incloure dos globus, un a la part distal i l'altra a la proximal, per l'avaluació de la inhibició Reflex-Recte anal (RIAR).	SÍ
42	- 4 Sondes per l'estimulació bilateral de l'esfínter anal. Cadascuna ha d'estar equipada amb 2 elèctrodes longitudinals que permetin l'electroestimulació en quadrants oposats del canal anal.	SÍ
43	- 1 Pedal de control.	SÍ
44	- 1 Xeringa.	SÍ
45	- 1 Llicència de software de revisió que calculi els paràmetres de pressió, reflex i sensibilitats rectals.	SÍ

4 Connectivitat i integració		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
46	L'equip ha d'incorporar un ordinador integrat.	SÍ

5 Servei tècnic durant el període de garantia		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
47	Compromís de servei de peces durant els 10 primers anys després de la compra de l'equipament.	SÍ
48	Compromís de retirada de l'equip un cop finalitzada la seva vida útil sense càrrec per a l'Hospital.	SÍ

49	Condicions de garantia, reposició i formació.	Sí
50	Condicions d'instal·lació.	Sí

6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses		
51	Cost (IVA exclòs) i desglossament del material fungible que utilitza l'equip, així com la seva vida útil	Sí
52	Deglossament dels accessoris, mòduls i parts inventariables de l'equipament, indicant de cadascun d'ells: - Model - Referència - Codificació ECRI	Sí

2.1. Criteris tècnics automàtics (Documentació a incloure al SOBRE 2). Puntuació màxima de 20 punts.

(Veure Annex I. Criteris valorables)

Els licitadors hauran de presentar obligatòriament l'oferta en el model d'oferta tècnica de l'Annex II.

A continuació es descriuen les puntuacions rebudes per l'empresa que ha presentat oferta:

Lot 1

- J. TOURON, S.A.

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia	
EMPRESA:	
NIF:	
Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.	
Definició	
Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Digestologia , que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Unitat central - 2 Unitats d'estimulació - Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Manòmetre digital de 3 vies - 5 Sondes rectals de pressió de doble baló - 1 Pedal de control 	

Prestacions tècniques i funcionals		Puntuació màxima	Puntuació rebuda
1	Característiques tècniques	7	7
	Característiques a valorar		
1	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià i les seves respectives unitats d'estimulació funcionin sense cables.	2	2
2	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià es pugui fer servir sobre més d'un pacient simultàniament. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi l'equip que pugui funcionar amb més pacients simultanis la que rebí la puntuació màxima.	2	2
3	Es valorarà la inclusió del major nombre d'unitats d'estimulació o telemètres possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi un major nombre d'unitats d'estimulació la que rebí la puntuació màxima.	2	2
4	Es valorarà que les unitats centrals de l'equip incloguin el major nombre de connectors de càrrega possible. Es puntuarà de manera proporcional comptant el nombre total que sumin els dos equips, sent la proposta que ofereixi un equip amb major nombre de connexions de càrrega la que rebí la puntuació màxima.	1	1
2	Funcionalitats	6,25	6,25
	Característiques a valorar		
	<i>Accions terapèutiques</i>		
5	Preparació per a cirurgia uretrovesical.	0,75	0,75
6	Preparació per a cirurgia de la pròstata.	0,75	0,75
7	Reeducació dels reflexos de la continència anal.	0,75	0,75
8	Reprogramació del reflex de bloqueig del perineu femení.	0,75	0,75
	<u>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</u>		
	Es valorarà que l'equip sigui aplicable pel tractament de les següents patologies:		
9	- Cicatrius.	0,5	0,5
10	- Dolors cervicals i lumbar.	0,5	0,5
11	- Trastorns de la columna vertebral.	0,5	0,5
12	- Disinèrgies perineals.	0,5	0,5
	<u>Funcions generals</u>		
13	Es valorarà que amb el software s'incloguin ajudes que assisteixin en el procediment dels diferents tractaments.	0,5	0,5

14	Es valorarà la inclusió al software d'un programa que mostri al pacient les sessions d'electroestimulació a la manera d'un joc lúdic.	0,75	0,75
----	---	------	------

3	Accessoris	1,25	1,25
	Característiques a valorar		
15	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal inclogui ajudes per a l'usuari.	0,5	0,5
16	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica prepari automàticament un programa de reeducació a partir dels valors preestablerts i registrats després d'una mesura de perfil anal.	0,75	0,75

5	Servei tècnic durant el període de garantia	3,25	3,25
	Característiques a valorar		
17	Equip de substitució en cas d'avaría.	2,5	2,5
18	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	0,75	0,75

6	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2,25	2,25
	Característiques a valorar		
19	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75
20	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75
21	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75

		20	20
--	--	-----------	-----------

Lot 2

- J. TOURON, S.A.

Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació		
	EMPRESA:	
	NIF:	
	Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.		

Definició
<p>Equip de tractament de trastorns del sòl pelvià per a Rehabilitació, que inclogui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Unitat central amb ordinador integrat i carro de transport - 2 Unitats d'estimulació - Material d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal, que inclogui: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Manòmetre digital de 3 vies - 4 Sondes rectals de pressió de doble baló - 4 Sondes per l'estimulació bilateral de l'esfínter anal - 1 Pedal de control

Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Puntuació rebuda
------------------------------------	------------------	------------------

1	Característiques tècniques	7	7
	Característiques a valorar		
1	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià i les seves respectives unitats d'estimulació funcionin sense cables.	2	2
2	Es valorarà que l'equip de sòl pelvià es pugui fer servir sobre més d'un pacient simultàniament. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi l'equip que pugui funcionar amb més pacients simultanis la que rebí la puntuació màxima.	2	2
3	Es valorarà la inclusió del major nombre d'unitats d'estimulació o telemètres possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que ofereixi un major nombre d'unitats d'estimulació la que rebí la puntuació màxima.	2	2
4	Es valorarà que les unitats centrals de l'equip incloguin el major nombre de connectors de càrrega possible. Es puntuarà de manera proporcional comptant el nombre total que sumin els dos equips, sent la proposta que ofereixi un equip amb major nombre de connexions de càrrega la que rebí la puntuació màxima.	1	1

2	Funcionalitats	6,25	6,25
	Característiques a valorar		
	<i>Accions terapèutiques</i>		
5	Preparació per a cirurgia uretrovesical.	0,75	0,75
6	Preparació per a cirurgia de la pròstata.	0,75	0,75
7	Reeducació dels reflexos de la continència anal.	0,75	0,75
8	Reprogramació del reflex de bloqueig del perineu femení.	0,75	0,75
	<u><i>Patologies i trastorns sobre les que es pot aplicar tractament</i></u>		
	Es valorarà que l'equip sigui aplicable pel tractament de les següents patologies:		

9	- Cicatrius.	0,5	0,5
10	- Dolors cervicals i lumbar.	0,5	0,5
11	- Trastorns de la columna vertebral.	0,5	0,5
12	- Disinèrgies perineals.	0,5	0,5
<i>Funcions generals</i>			
13	Es valorarà que amb el software s'incloguin ajudes que assisteixin en el procediment dels diferents tractaments.	0,5	0,5
14	Es valorarà la inclusió al software d'un programa que mostri al pacient les sessions d'electroestimulació a la manera d'un joc lúdic.	0,75	0,75

3	Accessoris	1,25	1,25
Característiques a valorar			
15	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica anorectal inclogui ajudes per a l'usuari.	0,5	0,5
16	Es valorarà que el software d'avaluació i reeducació manomètrica prepari automàticament un programa de reeducació a partir dels valors preestablerts i registrats després d'una mesura de perfil anal.	0,75	0,75

5	Servei tècnic durant el període de garantia	3,25	3,25
Característiques a valorar			
17	Equip de substitució en cas d'avaría.	2,5	2,5
18	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	0,75	0,75

6	Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia	2,25	2,25
Característiques a valorar			
19	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75
20	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75
21	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75	0,75

		20	20
--	--	-----------	-----------

6. CRITERIS DE VALORACIÓ. OFERTA ECONÒMICA. Puntuació màxima de 50 punts (documentació a presentar al sobre 3)

L'oferta econòmica s'haurà de presentar obligatòriament en el model d'oferta de l'ANNEX VII.

La valoració econòmica es farà segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP = Valor de ponderació (1'60)

Lot 1

EMPRESA	Import sense IVA	Import IVA inclòs	PUNTUACIÓ
1. J. TOURON, S.A.	6.850,00 €	8.288,50 €	50,00

Lot 2

EMPRESA	Import sense IVA	Import IVA inclòs	PUNTUACIÓ
1. J. TOURON, S.A.	9.920,00 €	12.003,20 €	50,00

4. Quadre resum de la puntuació total

A continuació es resumeix la puntuació total:

Lot 1

EMPRESA	Compliment de requisits excloents (Sobre 2)	Criteris sotmesos a judici de valor (Sobre 2 bis)	Oferta tècnica puntuable (Sobre 2)	Oferta econòmica (Sobre 3)	Puntuació final
1. J. TOURON, S.A.	SÍ	30,00	20,00	50,00	100,00

Lot 2

EMPRESA	Compliment de requisits excloents (Sobre 2)	Criteris sotmesos a judici de valor (Sobre 2 bis)	Oferta tècnica puntuable (Sobre 2)	Oferta econòmica (Sobre 3)	Puntuació final
1. J. TOURON, S.A.	SÍ	30,00	20,00	50,00	100,00

5. Conclusió

Analitzades les puntuacions de les ofertes tècniques valorables, els criteris sotmesos a judici de valor i les ofertes econòmiques, segons els plecs que regeixen la contractació d'aquest expedient, proposo a:

- Pel **Lot 1**, l'empresa **J. TOURON, S.A.** com a adjudicatària de la contractació del subministrament d'un equip de tractament de trastorns del sòl pelvià pel servei de Digestologia de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.
- Pel **Lot 2**, l'empresa **J. TOURON, S.A.** com a adjudicatària de la contractació del subministrament d'un equip de tractament de trastorns del sòl pelvià pel servei de Rehabilitació de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Girona, 1 de desembre de 2023

Jaume Fernàndez Baró
Cap de la Unitat de Manteniment