

ANNEX I. Criteris valorables

Làser subumbral			
		EMPRESA:	
		NIF:	
		Correu electrònic:	
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.			
Definició			
1 Consola de làser subumbral amb làmpada de fenedura integrada pel diagnòstic i tractament de patologies dels segments anterior i posterior de l'ull. Cal incloure el Product Data. Cal incloure el Manual tècnic.			
Prestacions tècniques i funcionals	Puntuació màxima	Resum breu de característiques	Índex documental
1 Característiques tècniques	6,5		
Característiques a valorar			
1 Es valorarà que les fibres òptiques del làser estiguin integrades al sistema òptic de la làmpada de fenedura sense elements externs.	0,5		
2 Possibilitat d'ampliar les aplicacions per tractament de la malla trabecular amb sistema de patrons per pacients amb glaucoma.	0,5		
<u>Làmpada de fenedura</u>			
3 Botó que al pulsar-se provoqui el reposicionament automàtic del micromanipulador al centre real.	0,75		
4 Inclusió d'un oftalmoscopi indirecte per a làser (LIO).	3		
5 Sel·lecció d'augment de 5 passes o superior.	0,5		
<u>Panell de control</u>			
7 Es valorarà que el panell de control ofereixi tria el major nombre de formes de patrons seleccionables possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi un major número de formes de patrons a triar la que rebí la puntuació màxima.	1,25		
2 Funcionalitats	7		
Característiques a valorar			
8 Inclusió d'un mòdul d'imatge digital que permeti gravar el tractament tal com el veu l'operador del làser.	2,5		
9 Selecció d'interval entre impulsos a diferents freqüències (en Hz). Es valorarà de manera proporcional, sent la proposta que ofereixi un equip amb major número de freqüències seleccionables la que rebí la puntuació màxima.	0,5		
10 Recompte dels impulsos emesos amb capacitat per comptar fins almenys 90 000 impulsos.	0,5		
<u>Panell de control</u>			
11 Es valorarà la inclusió d'un sistema de gestió d'administració de punts finals, que permeti teràpies retinals amb menys danys.	2,5		
12 Es valorarà que el punt de fixació intern de la llum de fixació estigui integrat dins de la òptica de la làmpada d'escletxa.	0,5		
13 Possibilitat d'activar o desactivar la funció de realització d'informes.	0,5		
3 Accessoris	1		
Característiques a valorar			
14 Es valorarà que el làser tingui 4 fibres òptiques integrades en l'òptica de la làmpada sense addicions ni elements externs.	0,5		
15 Es valorarà que la lent PRP proporcioni un angle de visualització de 165°.	0,5		

5 Servei tècnic durant el període de garantia		3,25		
Característiques a valorar				
16	Equip de substitució en cas d'avaría.	2,5		
17	Temps de resposta en cas d'avaría (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta).	0,75		
6 Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia		2,25		
Característiques a valorar				
18	Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
19	Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
20	Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional)	0,75		
		20		